

A. N. Zaidel, G. V. Ostrovskaia, I. I. Ostrovski

Tehnica și practica spectroscopiei

Ediția a doua
îmbunătățită și adăugită

Versiunea românească de ALEXANDRINA JEFLEA
Prefața la ediția în limba română de
prof. univ. dr. IANCU IOVA

6 Aug 1997 Bacău



Editura Științifică și Enciclopedică
București, 1984

A. N. Zaidel, G. V. Ostrovskaia, I. I. Ostrovski

TEHNICA ȘI PRACTICA SPECTROSCOPIEI

PREFATĂ LA EDIȚIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Descendenți de mare prestigiu ai școlii leningrădene de spectroscopie optică, autorii lucrării *Tehnica și practica spectroscopiei*, A. N. Zaidel, G. V. Ostrovskaia și I. I. Ostrovski, au adus contribuții originale deosebit de importante la dezvoltarea cunoștințelor despre dispersia anomală, intensitățile cuantice de oscilație ale atomilor, radiațiile descărcărilor electrice în gaze, interacțiunile radiațiilor cu sistemele atomo-moleculare și, în ultimul timp, la fizica laserilor și holografie. Aproape că nu există laborator important de spectroscopie, în lume, în care tabelele de linii spectrale ale autorilor Zaidel, Prokofiev și Karski, din școala sus-amintită, să nu constituie cartea de căpătii a oricărui spectroscopist analist.

Cartea de față, grefată esențialmente pe experiența proprie, acumulată în decursul anilor, pe succesele mari, înregistrate pe plan mondial de specialiștii din U.R.S.S., aduce la zi cele mai importante aspecte, ale uneia dintre cele mai importante metode de investigare a structurii materiei din epoca noastră, tehnica și practica spectroscopiei.

În partea introductivă autorii tratează în profunzime unele noțiuni fundamentale, comune tuturor domeniilor spectroscopiei și instrumentelor de măsură ca: mărimile spectrale de măsurat, caracteristicile esențiale ale tuturor aparatelor spectrale și lărgirea liniilor spectrale de către aparatele spectrale însele (profilul instrumental al liniilor, semilărgimea de aparat a liniilor spectrale, rolul erorilor de măsură în reducerea profilului instrumental, puterea de rezoluție a aparatelor spectrale), atrăgând de la început atenția asupra unei lucrări de înaltă ținută științifică.

În primele două capitole sînt tratate în amănunt, cu multe detalii de tehnologia elaborării lor, elementele constructive fundamentale ale celor mai multe aparate destinate analizelor spectrale curente, prisma și rețeaua de difracție.

Capitolul 3 este destinat clasificării aparatelor spectrale și caracteristicilor lor fundamentale (dispersia, puterea de rezoluție, luminozitatea, transmisia de energie luminoasă prin aparatul spectral), iar capitolul 4 prezentării tipurilor de aparate destinate analizelor spectrale și elementelor lor constructive (aparate cu recepție vizuală, monocromatoare, spectrografe cu prismă, spectrografe cu rețea de difracție, aparate cu înregistrare fotoelectrică).

O atenție deosebită se acordă în capitolul 5 iluminării și focalizării aparatelor spectrale.

În capitolul 6 se tratează aparatele spectrale cu mare putere de rezoluție, reprezentate esențialmente de aparatele spectrale interferențiale, puternic implicate în studiul profilului, structurii hiperfine și izotopice ale liniilor spectrale și în studiul compoziției izotopice a elementelor. O pondere importantă în carte o au aparatele spectrale moderne, cu înregistrare cu rezoluție temporală (capito-

lul 7), și cele cu modulare selectivă, în rîndul cărora intră și spectrometrele Fourier (capitolul 8).

Filtrele optice de diferite tipuri (de absorbție, de reflexie, interferențiale, de dispersie, de interferență-polarizare) cu multiple implicații în studiul structurii luminii și în diferitele ramuri ale spectroscopiei analitice își găsesc, de asemenea, locul cuvenit în această lucrare (capitolul 9).

Atît pentru spectroscopia de emisie, cît și pentru cea de absorbție o importanță deosebită o prezintă izvoarele spectrale, în care se produce mecanismul intim al emisiei radiante sau care mijlocesc interacțiunea intimă a radiației cu sistemele atomo-moleculare. În capitolul 10, se tratează, cu ponderea cuvenită, atît izvoarele de spectre continue cît și cele de spectre discrete, începînd de la cele mai simple izvoare termice, pînă la cele mai perfecționate, folosind calitățile deosebite și performanțele laserilor.

Nu mai puțină atenție acordă autorii metodelor și tehnicilor de măsurare a lungimilor de undă (capitolul 11) și metodelor și tehnicilor de măsurare a energiilor din spectrele de linii sau continue (capitolul 12).

Capitolul 13 este destinat cercetării spectrelor de absorbție, unde sînt abordate și elucidate probleme referitoare la: observarea spectrelor de absorbție, caracteristicile de bază ale spectrelor de absorbție de linii și particularitățile determinărilor lor experimentale, metodele de obținere a straturilor absorbante și altele.

În capitolul 14, destinat prezentării metodelor de studiu al dispersiei anormale, odată cu prezentarea diferitelor metode devenite clasice pentru acest domeniu, autorii prezintă în amănunt și cu multă acuratețe metoda „cîrligelor”, prioritate a cercetării științifice din Uniunea Sovietică, la dezvoltarea căreia autorii inșiși au adus fundamentale contribuții.

Prin conținut, prin nivelul științific, prin numeroasele sale implicații în știință și tehnică, lucrarea *Tehnica și practica spectroscopiei* constituie un eveniment editorial deosebit și rămîne o carte de referință în literatura de specialitate a genului.

Prof. dr. IANCU IOVA

Șeful catedrei de optică-spectroscopie, plasmă și laseri,
Universitatea din București

PREFATĂ LA EDIȚIA A DOUA

În ediția a doua au fost efectuate unele completări legate de dezvoltarea tehnicii spectrale în ultimii cinci ani. În acest timp s-au extins foarte mult domeniile de aplicație ale spectroscopiei laser, care au deschis noi posibilități, unice, rezolvării unor probleme spectrale. Capitolul 15, consacrat acestei chestiuni, a fost scris, la rugămintea noastră, de V. P. Cebotaev.

În practica curentă pătrund din ce în ce mai mult fotodiodele, care au o serie de avantaje față de fotomultiplicatori. Au luat naștere unele metode noi, ca, de exemplu, spectroscopia Hadamard, și s-au construit aparate noi. Tuturor acestora ne-am străduit să le acordăm atenția cuvenită. În același timp, au fost comprimate capitolele care au o însemnătate principială mai mică. Conținutul cărții și ordinea prezentării ei au rămas aceleași.

Autorii sînt recunoscători lui N. I. Kaliteevski și lui J. Ș. Veno pentru observațiile pe care le-au făcut la prima ediție a cărții. De asemenea, ne exprimăm recunoștința față de I. I. Breido, V. S. Egorov, A. S. Moskaleva, I. M. Naghibina, I. A. Tolmacev, A. A. Halfin și I. V. Șmarțev pentru analiza diferitelor capitole ale cărții, iar față de O. V. Gran pentru ajutorul în pregătirea pentru tipar a celei de a doua ediții.

DIN PREFAȚA LA EDITIONA ÎNTÂI

Rezolvarea experimentală a majorității problemelor de spectroscopie se reduce la studiul compoziției spectrale și al strălucirii radiației, la analiza distribuției acestor mărimi pe suprafața sursei și a variației lor în timp. Aceste analize se efectuează cu ajutorul unor instalații care conțin trei elemente principale: aparatul spectral, receptorul de radiație și dispozitivul de măsurare. Aparatul spectral descompune radiația în spectru, receptorul transformă energia pe care o primește, iar dispozitivul de măsurare permite măsurarea distribuției spectrale, a distribuției spațiale sau a distribuției în timp a radiației.

Construcția și parametrii fiecăruia dintre aceste elemente pot fi extrem de diferite, în funcție de caracterul problemei de rezolvat. Prezenta carte conține tocmai descrierea acestor instalații, a metodelor și a procedeelor de lucru cu ele.

Construcția aparatelor spectrale și tehnica lucrului cu ele sunt tratate într-un mare număr de cărți apărute în limba rusă. Unele dintre ele [1, 2, 3] sau, de exemplu, excepționala carte a lui S. E. Friș, *Tehnica spectroscopiei*, au fost elaborate demult, astfel încît nu mai corespund în mare măsură stării actuale a problemei. În altele sînt tratate numai anumite chestiuni ale analizei spectrale — aparatele spectrale [4—7], receptorii [8—11], metodele analizei spectrale [12—16], domeniul infraroșu [17—19], domeniul vacuum ultra-violet [20], spectroscopia de înaltă rezoluție [21—23].

În cartea noastră expunerea metodelor analizei spectrale se va limita în special la domeniul de lungimi de undă cuprins între 2 000 și 10 000 Å. O atenție deosebită a fost acordată spectroscopiei atomice. Metodele spectroscopiei moleculare precum și ale spectroscopiei fazei condensate prezintă un interes de sine stătător (v., de pildă, [14, 24, 25]) și nu au fost tratate aici.

În selectarea materialului un rol însemnat l-au jucat, se înțelege, preferințele și experiența autorilor. Pentru o carte consacrată metodelor experimentale, acest fapt ni s-a părut deosebit de important, deoarece procedeele și tehnica experimentală au rămas, într-o mare măsură, pînă acum, o artă, transmisă în laboratoare din generație în generație.

Cartea a fost scrisă ca manual la cursul de spectroscopie aplicată pentru studenții universităților și ai altor institute de învățămînt superior. De aceea, autorii nu și-au propus ca scop să întocmească o bibliografie exhaustivă a problemelor examinate. Referirile bibliografice au fost indicate, de obicei, în cazurile în care în ele sînt menționate rezultate concrete ale cercetărilor realizate în ultimii 10—15 ani, iar uneori pentru trimiterea la sursele în care problema este examinată mai amănunțit.

INTRODUCERE

§ 1. MĂRIMILE MĂSURABILE

Pentru măsurarea puterii, a energiei și a altor caracteristici ale radiației, în spectroscopie se utilizează de obicei unități energetice, nu unități fotometrice. Mărimile fotometrice sînt legate de mărimile energetice prin funcția de eficiență luminoasă (vizibilitate) relativă, care este diferită de zero numai în domeniul vizibil al spectrului. Din această cauză, în domeniul lungimilor de undă mai mici decît 3 600 Å și mai mari decît 7 000 Å noțiuni ca lumenul, luxul, stilbul își pierd sensul. Cu toate acestea, noțiunile de strălucire, flux luminos, iluminare se păstrează în spectroscopie, atît pentru domeniul ultraviolet, cît și pentru domeniul infraroșu, fără a ține cont că își pierd sensul inițial, legat de percepția vizuală. Totuși, în măsurătorile spectrale, drept unități se utilizează fie unitățile din sistemul internațional sau C.G.S., fie unitățile folosite în fizica atomică: electronvoltul, pentru măsurarea energiei termenilor, numărul de cuante pe secundă, pentru exprimarea mărimei fluxului luminos ș.a. În continuare, vom defini mărimile principale, cu care vom avea de a face, și vom da notațiile lor.

Fluxul de energie radiantă este o mărime analoagă fluxului luminos. Uneori i se spune, mai simplu, flux. Conform definiției, fluxul (Φ) este cantitatea de energie radiantă într-un anumit interval de lungimi de undă ($\lambda_1 - \lambda_2$), care traversează în unitatea de timp o suprafață oarecare, σ . Fluxul are dimensiunea unei puteri și se măsoară, de obicei, în watt sau microwatt. Adesea, în afară de fluxul integral, Φ , este nevoie să folosim și fluxul spectral, adică fluxul incident, φ_λ , ce revine unității de interval de lungimi de undă, sau fluxul incident, φ_ν , pe intervalul de frecvențe unitate. Fluxul integral este legat de fluxul spectral prin relația

$$\Phi = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \varphi_\lambda d\lambda = \int_{\nu_1}^{\nu_2} \varphi_\nu d\nu. \quad (1)$$

Iluminarea, E , este fluxul incident pe unitatea de arie a suprafeței iluminate. Iluminarea se măsoară în watt pe 1 cm². Adesea iluminarea se exprimă prin numărul de cuante pe secundă, incidente pe 1 cm².

Strălucirea unei surse într-o anumită direcție este fluxul emis de unitatea de suprafață aparentă în interiorul unității de unghi solid,

$$R_\varphi = \frac{d\Phi}{\sigma \cos \varphi d\Omega}. \quad (2)$$

În ultima relație σ este aria suprafeței emițătoare, $d\Omega$ — unghiul solid în care este emis fluxul $d\Phi$, φ — unghiul dintre normala la suprafața σ și direcția de observare.

Pentru o largă clasă de surse strălucirea nu depinde de direcția de observare. În aceste cazuri se renunță la indicele φ și strălucirea se notează cu B . Mai corect ar fi ca această mărime să se numească strălucire integrală. Strălucirea spectrală, b_λ (sau b_ν) este legată de strălucirea integrală prin relația

$$B = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} b_\lambda d\lambda = \int_{\nu_1}^{\nu_2} b_\nu d\nu. \quad (3)$$

Unitatea de măsură a strălucirii este watt pe cm^2 , în unitatea de unghi solid, $\text{W}/(\text{cm}^2 \cdot \text{steradian})$. Strălucirea spectrală, ca și fluxul spectral, se raportează la unitatea de interval de lungimi de undă sau de frecvențe.

Intensitatea liniilor spectrale, I , se definește drept puterea radiată de unitatea de volum a unei surse într-un interval de lungimi de undă care corespunde întregii lărgimi a unei linii spectrale date

$$I = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i_\lambda d\lambda, \quad (4)$$

unde i_λ este puterea spectrală de emisie, care corespunde acelei linii. Drept limite de integrare se aleg acele lungimi de undă pentru care i_λ scade practic la zero. Pentru că i_λ scade de obicei suficient de repede la zero, limitele de integrare pot fi extinse. În acest caz, mărimea I tinde la o anumită limită, încît putem scrie

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} i_\lambda d\lambda. \quad (5)$$

Asemenea limite de integrare sînt de obicei comode pentru calcule teoretice, în timp ce pentru măsurători ne putem limita la distanțe relativ mici de centrul liniei. Uneori termenul de intensitate se utilizează și într-un sens mult mai larg, numind astfel pe oricare dintre mărimile proporționale cu pătratul amplitudinii undei luminoase.

Expunerea, H , este energia incidentă pe unitatea de suprafață a plăcii fotografice,

$$H = E\mathcal{M}. \quad (6)$$

În majoritatea analizelor spectrale se efectuează măsurători relative, nu absolute, și, prin urmare, toate mărimile se exprimă într-o scară relativă convențională. În cazul unor măsurători energetice absolute se utilizează unitățile energetice obișnuite: J, erg, W/cm^2 , erg/cm^2 etc.

Lungimea de undă a radiației, λ , este mărimea de bază cu care are de a face spectroscopistul. Mai logic ar fi ca pentru caracterizarea radiației să se folosească frecvențele, $\nu = c/\lambda$, numerele de undă, $\bar{\nu} = \nu/c_0$ sau pulsațiile $\omega = 2\pi\nu$ (c este viteza luminii într-un anumit mediu, c_0 — viteza luminii în vid). Aceste mărimi se determină numai cu ajutorul proprietăților sursei, în timp ce lungimea de undă depinde de indicele de refracție al mediului. Frecvențele și numerele de undă se utilizează de obicei pentru analiza domeniilor radio și infraroșu. Studiul acestor domenii s-a dezvoltat mult mai tîrziu decît spectroscopia radiațiilor vizibilă și ultravioletă pentru care încă este mai obișnuită

măsurarea lungimilor de undă și nu a frecvențelor. Toate datele tabelate din literatura de specialitate sînt prelucrate în lungimi de undă, nu în numere de undă. Acest fapt determină în fond tradiția utilizării lungimii de undă λ drept caracteristică cantitativă fundamentală a liniilor spectrale.

Unitatea de lungime cea mai frecvent folosită pentru exprimarea lungimii de undă este *ångström*ul ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$). Sistemul internațional recomandă ca unitate de măsură pentru lungimile de undă *nanometrul* ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m} = 10 \text{ \AA}$). Pe lângă aceste unități, adesea se mai utilizează și micrometrul (mai demult i se spunea *micon*) ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m} = 10^4 \text{ \AA}$) și milimicronul ($10^{-5} \text{ m} = 10 \text{ \AA}$).

Numerele de undă se măsoară în *centimetri la minus unu* (cm^{-1}) (numărul de lungimi de undă dintr-un centimetru).

Frecvențele se măsoară în *hertz* ($1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$) (astfel încît unei lungimi de undă de 5000 \AA îi corespunde frecvența de $6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$), iar diferențele mici de frecvențe, care corespund unor lărgimi foarte înguste ale liniilor spectrale, se exprimă uneori în *megahertz*. Din relația

$$\delta\nu = - \frac{c}{\lambda^2} \delta\lambda$$

este ușor de văzut că în domeniul vizibil al spectrului ($\lambda = 5000 \text{ \AA}$) unei lărgimi $\delta\nu$ de 100 MHz îi corespunde $\delta\lambda \approx 10^{-3} \text{ \AA}$.

§ 2. CARACTERISTICILE APARATELOR SPECTRALE

Orice aparat spectral realizează de fapt o analiză armonică a radiației incidente. În optică această analiză se obține în primul rînd cu ajutorul elementului dispersiv, care deviază razele de lungimi de undă diferite sub unghiuri diferite.

Există și alte principii de analiză spectrală a radiației. Dintre acestea vom menționa filtrele selective, care lasă să treacă numai lumina dintr-un anumit domeniu spectral îngust, diferite aparate a căror funcționare se bazează pe interferența multiplă precum și unele tipuri noi de aparate, care se bazează pe modulația selectivă a radiației în frecvență și, respectiv, în amplitudine (spectrometre Fourier și sistemul SISAM).

Un aparat spectral trebuie considerat ideal numai dacă distribuția în energie la ieșire nu depinde de construcția și de particularitățile lui, ci este determinată numai de proprietățile sursei de lumină. În realitate, atît aparatul spectral, cît și receptorul de radiație introduc aberații.

Să examinăm o schemă tipică pentru o instalație spectrală (fig. 1). Ea conține fanta, 1, elementul de dispersie, 2, dispozitivul de focalizare, 3. Spectrul,




Fig. 1. Schema generală a unui aparat spectral.

care reprezintă o succesiune discretă sau continuă de imagini ale fantei, formate de razele de diferite lungimi de undă ($\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$), se formează pe suprafața focală, 4. Aceste imagini ajung la receptorul 5, care poate fi ochiul, o placă fotografică, un fotoelement, un termocuplu etc. În funcție de procedeul de detecție — vizual, fotografie sau fotoelectric — aparatul spectral se numește spectroscop, spectrograf sau spectrometru. În ultimul caz receptorul nu are posibilitatea determinării poziției spațiale a diferitelor elemente ale spectrului și, pentru separarea lor, pe suprafața focală a aparatului se montează una sau mai multe diafragme.

Variația unghiului de deviație a razei, φ , cu lungimea de undă, λ , caracterizează *dispersia unghiulară a aparatului*,

$$D_\varphi = \frac{d\varphi}{d\lambda}. \quad (7)$$

Un aparat se mai caracterizează și prin dispersia liniară, D_l , numită simplu „dispersie” *. Conform definiției, dispersia liniară, D_l , este

$$D_l = \frac{dl}{d\lambda}, \quad (8)$$

unde l este lungimea arcului considerat de la un punct dat al suprafeței focale pînă în locul de intersecție al suprafeței focale cu raza. În locul acestei mărimi un aparat se caracterizează adesea cu ajutorul mărimii inverse (*dispersia inversă*)

$$\frac{1}{D_l} = \frac{d\lambda}{dl}. \quad (9)$$

Dispersia inversă se măsoară, de obicei, în ângströmi pe milimetru.

Din întreaga energie emisă de sursă, receptorul detectează numai o anumită parte, care reușește să ajungă la acesta trecînd prin aparatul spectral. Ea definește caracteristica denumită *luminozitatea aparatului*; ea este diferită pentru radiații de lungimi de undă diferite. Sensibilitatea receptorilor depinde, și ea, de lungimea de undă. Capacitatea unui aparat de a separa două linii spectrale cit mai apropiate între ele definește *puterea de separare sau puterea de rezoluție* a acestuia.

Formularea cantitativă a acestor noțiuni va fi dată în următoarele paragrafe.

§ 3. LĂRGIREA LINIILOR SPECTRALE PRODUSĂ DE APARATUL SPECTRAL

Conturul instrumental. Să luăm cazul ideal, în care spectrul de emisie ar fi format dintr-un număr finit de linii monocromatice, perfect separate. În realitate, un asemenea caz nu se poate realiza din cauză că nivelele energetice ale atomilor și moleculelor au o anumită lărgime finită. Însă introducerea radiației monocromatice idealizate este deosebit de utilă, așa cum vom vedea în continuare.

* Trebuie să avem în vedere că noțiunea de „dispersie” se folosește în spectroscopie și în alt sens. Dispersie se numește dependența lui n de λ , n fiind indicele de refracție al mediului; dar tot dispersie se mai numește și mărimea $dn/d\lambda$.

Dacă un aparat nu ar introduce aberații în distribuția spectrală a energiei acestei surse idealizate, atunci la ieșirea din aparat am obține o serie de linii spectrale infinit de înguste. În realitate însă, liniile spectrale obținute într-un aparat dat, chiar dacă ar corespunde unor radiații perfect monocromatice, vor avea totdeauna o lărgime finită. Acest fapt provine din următoarele cauze: 1) linia spectrală este imaginea fantei de intrare, care, într-un aparat real, are totdeauna o lărgime finită; 2) fenomenele de difracție din aparat lărgesc imaginea geometrică; 3) aberațiile și imperfecțiunile sistemului optic contribuie, de asemenea, la lărgirea imaginii; 4) la rîndul său, dispozitivul de înregistrare lărgeste, și el, imaginea dată de aparat.

În funcție de particularitățile constructive ale aparatului respectiv, oricare dintre aceste cauze poate deveni cea importantă. Uneori contribuția principală în lărgirea liniilor poate fi atribuită numai unei perechi dintre factorii menționați, pe cînd alteori toate cauzele contribuie în mod egal.

Prin urmare, orice aparat spectral care detectează o radiație monocromatică înregistrează de fapt un anumit contur, de lărgime finită. Fiecărui element al acestui contur îi revine un semnal

$$d\Phi = \Phi f(\lambda) d\lambda, \quad (10)$$

unde Φ este semnalul integral, care corespunde fluxului total înregistrat.

Funcția $f(\lambda)$ este determinată de proprietățile aparatului spectral și poartă numele de *funcție de aparat* sau *contur instrumental*. Din (10) rezultă că funcția de aparat se supune condiției de normare

$$\int_0^{\infty} f(\lambda) d\lambda = 1. \quad (11)$$

Într-un spectrograf fiecărei lungimi de undă, λ , îi va corespunde un unghi de deviație φ și deci un punct cu coordonata x , bine determinat pe suprafața focală. Din această cauza, funcția de aparat poate fi exprimată, de asemenea, și ca $f(x)$ sau ca $f(\varphi)$. Dacă nu se ține cont de lărgimea conturului produs și de placa fotografică, atunci funcția $f(\lambda)$ este proporțională cu distribuția iluminării create de sursa monocromatică pe suprafața focală a spectrografului.

Forma conturului instrumental poate fi foarte diferită. Să examinăm unele cazuri particulare, care apar atunci cînd se lucrează cu spectrografele cu prismă sau cu cele cu rețea de difracție*.

1. Să presupunem că fanta aparatului este infinit de îngustă și că imaginea ei se lărgeste numai ca urmare a difracției luminii pe marginile prisme. În acest caz, funcția de aparat se calculează cu ajutorul formulei difracției Fraunhofer printr-o fantă dreptunghiulară, ale cărei limite sînt cele două muchii ale prisme sau marginile rețelei. Distribuția intensității după o anumită direcție a dispersiei va fi dată de funcția

$$E_{\varphi} = E_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}. \quad (12)$$

Aici $u = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi$, b fiind dimensiunea liniară a diafragmei care delimitează lărgimea fasciculului. Unghiul φ se consideră în ambele sensuri față de centrul imaginii fantei.

* Alte cazuri, care se referă la monocromatoare, la aparatele de înaltă rezoluție, la aparatele cu modulație selectivă și la aparatele cu rezoluție în timp, vor fi analizate în capitolele respective.

Pentru unghiuri mici, $\sin \varphi \approx \varphi$, iar formula (12) capătă forma

$$\frac{E_{\varphi}}{E_0} = \frac{\sin^2 \frac{\pi b}{\lambda} \varphi}{\left(\frac{\pi b}{\lambda} \varphi \right)^2} \quad (13)$$

Din relația (13) se vede că iluminarea E_{φ} este egală cu zero pentru $\varphi = k\lambda/b$, în care k este un număr întreg. Excepție face cazul în care $k = 0$,




Fig. 2. Contur instrumental de difracție (a) și contur instrumental dreptunghiular (b).

pentru care se observă valoarea maximă, $E_{\varphi} = E_0$. Între minimele funcției E_{φ} se află maxime secundare.

Graficul de distribuție a intensității este dat în figura 2. Funcția care descrie distribuția intensității în planul focal se munde la infinit în ambele sensuri, însă intensitatea maximelor scade repede odată cu creșterea numărului de ordine al maximului, aproximativ după legea

$$\left(\frac{E_{\varphi}}{E_0} \right)_{\max} = \frac{1}{\pi^2(2k+1)^2} \quad (14)$$

Pentru primul maxim $k = 1$, pentru al doilea $k = 2$ ș.a.m.d.

Această expresie se obține ușor din (13), dacă presupunem că maximele funcției E_{φ} apar la $\varphi = \frac{2k+1}{2} \lambda/b$. În realitate, maximele se observă pentru

valori ale lui φ puțin diferite: primul maxim pentru $\varphi = \frac{2,86}{2} \lambda/b$, în loc de $\frac{3}{2} \lambda/b$, al doilea pentru $\varphi = \frac{4,92}{2} \lambda/b$, în loc de $\frac{5}{2} \lambda/b$ etc.

Din relația (14) rezultă că mărimile intensităților în maximele de difracție succesive se exprimă prin rapoartele $1 : 4/9 \pi^2 : 4/25 \pi^2 : 4/49 \pi^2$ ș.a.m.d. Lățimea domeniului $\Delta\varphi$ pe care-l cuprinde maximul zero este egală cu $2\lambda/b$. Celelalte

Introducând în locul unghiului φ distanța x considerată de la centrul liniei de-a lungul liniei de dispersie ($\varphi = x/r$), obținem pentru distribuția intensității în planul focal

$$f_1(x) = \frac{\sin^2 \left(\frac{\pi b}{\lambda} \frac{x}{r} \right)}{\left(\frac{\pi b}{\lambda} \frac{x}{r} \right)^2}. \quad (15)$$

În cazul schemelor obișnuite de spectrografe r este egal cu distanța focală a lentilei care formează imaginea liniei în planul focal.

Introducând mărimea $\delta l = (\lambda/b)r$, egală cu distanța dintre maximumul principal și cel mai apropiat minim, relația (15) poate fi scrisă sub forma

$$f_1(x) = \frac{\sin^2(\pi x / \delta l)}{(\pi x / \delta l)^2}. \quad (16)$$

2. Să examinăm acum cazul unei fante largi, iluminată cu o radiație monocromatică. Vom considera că lărgimea imaginii geometrice a fantei întrece de multe ori lărgimea imaginii maximumului de difracție zero. În acest caz fenomenele de difracție pot fi neglijate, iar iluminarea în planul focal va fi aceeași în toate imaginile fantei. Conturul instrumental este descris de funcția

$$f_2(x) = \begin{cases} 1/a', & \text{pentru } |x| \leq a'/2, \\ 0, & \text{pentru } |x| \geq a'/2, \end{cases} \quad (17)$$

unde a' este lărgimea imaginii fantei. Graficul acestei funcții este dat în figura 2b.

3. Să analizăm, în fine, cazul în care fanta este largă, însă nu într-atît încît să se poată neglija fenomenele de difracție de la marginile prismei, și să obținem forma conturului instrumental pentru acest caz.

Fanta poate fi considerată ca o sursă de lumină de lărgime finită. S-o împărțim într-o serie de surse înguste, de lărgime dy , care se află la distanța y de centrul sursei. Vom considera că sursele elementare individuale sînt necoerente. Cu alte cuvinte, prin suprapunerea undelor luminoase care vin de la aceste surse nu se produce interferență, astfel încît se însumează energiile undelor luminoase, nu amplitudinile lor. Calculul poate fi efectuat ușor și pentru cazul în care fiecare element al fantei ar emite lumină coerentă.

Fiecare element al fantei poate fi considerat ca o fantă infinit de îngustă, care emite lumină monocromatică. În planul focal fiecare asemenea element produce o intensitate care este dată de funcția (15). Pentru a calcula intensitatea într-un anumit punct al suprafeței focale, căruia îi corespunde lungimea de undă λ , trebuie însumate intensitățile produse în acest punct de figurile de difracție ale tuturor surselor elementare în care a fost împărțită fanta (fig. 3).

Unui element al fantei care are coordonata y' îi va corespunde o imagine de difracție cu coordonata maximumului principal, x' . Iluminarea produsă de acest element în suprafața focală este descrisă de funcția (16), în care argumentul x trebuie înlocuit cu $x - x'$, corespunzător deplasării maximumului cu mărimea x' de la originea axelor de coordonate.

Iluminarea totală, dată de toate porțiunile elementare ale fantei, se poate obține integrînd funcția $f_1(x - x')$ în raport cu x' , între limitele de integrare

$a'/2$ și $-a'/2$, care corespund punctelor marginale imaginii geometrice a fantei. Ea va fi dată deci de funcția

$$F(x) = \int_{-a'/2}^{+a'/2} f_1(x - x') d x' = \int_{-a'/2}^{+a'/2} \frac{\sin^2 [\pi(x - x')/\delta l]}{[\pi(x - x')/\delta l]^2} d x'. \quad (18)$$

Graficul acestei funcții este reprezentat în figura 3 prin curba punctată.




Fig. 3. Produsul de convoluție dintre un contur dreptunghiular și conturul de difracție.




Fig. 4. Referitor la explicarea produsului de convoluție a două funcții.

În cazul în care enșia fantei este coerentă, se produce compunerea geometrică a amplitudinilor undelor luminoase care provin de la fiecare dintre porțiunile elementare ale fantei, intensitatea fiind dată de pătratul amplitudinii rezultante. În acest caz distribuția intensității este descrisă de funcția

$$F(x) = \left[\int_{-a'/2}^{+a'/2} \frac{\sin [\pi(x - x')/\delta l]}{[\pi(x - x')/\delta l]} d x' \right]^2. \quad (19)$$

În cazul mai general, în care una dintre cauzele de lărgire a lămurdă un contur descris de funcția $f_1(x)$, iar alta, conturul $f_2(x)$ (x fiind distanța de la maximul conturului lămuri), procedul de obținere a conturului rezultat va fi același. Unul dintre contururi, de pildă $f_1(x)$, trebuie divizat în elemente mici, cu coordonatele x' și lărgimea dx' (fig. 4). Fiecare dintre aceste elemente va fi lărgit ca urmare a acțiunii eccei de a doua cauze până la conturul descris de funcția f_2 , însă decalat cu mărimea x' de la lungul axei x . În plus, intensitatea în maximul acestui contur, în cazul iluminării necoerente, va fi proporțională cu $f_1(x') dx'$. Asadar, contribuția acestui element în punctul x al conturului rezultat va fi

$$dF(x) = f_1(x') f_2(x - x') dx'. \quad (20)$$

Conturul rezultat se obține integrând această ecuație în raport cu toate elementele x'

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x') f_2(x - x') dx'. \quad (21)$$

Integrala din partea dreaptă a egalității (21) se numește produsul de convoluție al celor două funcții, f_1 și f_2 .

Pentru majoritatea distribuțiilor reale se poate arăta că funcțiile f_1 și f_2 sînt mai mari ca zero în interiorul intervalului $x_1 < x < x_2$, iar în exteriorul acestui interval ele tind repede la zero. Acest fapt ne oferă posibilitatea să ne mărginim la limite finite de integrare și să transcriem (21) în forma

$$F(x) = \int_{x_1}^{x_2} f_1(x') f_2(x - x') dx'. \quad (22)$$

O proprietate importantă a produsului de convoluție a două funcții este aceea că

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x') f_2(x - x') dx' = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x - x') f_2(x') dx'. \quad (23)$$

Pentru demonstrație este suficient să înlocuim variabila de integrare x' cu $x'' = x - x'$.

Prin urmare, dacă lărgirea observată a liniei spectrale este determinată de două cauze, atunci conturul rezultat este produsul de convoluție al celor două funcții, fiecare descriind conturul condiționat de una dintre cauzele lărgirii.

În cazul în care sînt trei cauze ale lărgirii și fiecare dintre ele determină un contur, dat de o funcție cunoscută $f_k(x)$, atunci aplicarea succesivă a expresiei (21) ne permite să scriem

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_3(x - x') \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x') f_2(x'' - x') dx' \right] dx'. \quad (24)$$

În cazul general, dacă există n cauze de lărgire independente una de alta și fiecare dintre ele poate fi descrisă de o funcție $f_k(x)$, atunci conturul rezultat, $F_n(x)$, poate fi obținut cu ajutorul următoarei formule de recurență, care este o generalizare evidentă a formulei (24)

$$F_n(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x - x') F_{n-1}(x') dx'. \quad (25)$$

Semilărgimea liniilor spectrale. În analiza conturului instrumental al unui aparat spectral am presupus că fanta lui este iluminată cu o radiație monocromatică. În realitate, orice linie ocupă un anumit interval de lungimi de undă mai mult sau mai puțin larg. Distribuția spectrală a energiei în limitele acestui interval este dată de funcția

$$\varphi(\lambda) = d\Phi/d\lambda, \quad (26)$$

care descrie conturul liniei spectrale. Într-un mare număr de cazuri funcția $\varphi(\lambda)$ tinde asimptotic la zero din ambele laturi ale maximumului său. Din această cauză, nu se poate defini care anume este domeniul spectrului ocupat de linia spectrală. Drept măsură a lărgimii liniilor spectrale se ia de obicei intervalul de lungimi de undă în care valoarea funcției $\varphi(\lambda)$ se reduce la jumătate din

valoarea sa maximă (fig. 5). Acest interval, $\Delta\lambda$, se numește *semilărgime* a liniei. Uneori mărimea $\Delta\lambda$ se numește pur și simplu *lărgimea* liniei.

În același mod se definește și semilărgimea conturului instrumentului. De obicei, ea se exprimă în unități de lungime de undă sau de numere de undă




Fig. 5. Explicarea semilărgimii unei linii spectrale

(în Ångström sau n. Ångström la minus unu). Însă în unele cazuri această caracteristică este mai comod să fie exprimată în unități de lungime, care corespund distanței la care se află imaginea liniei spectrale monocromatice pe suprafața focală a aparatului. Pentru că însuși determinarea a modului de măsurare a semilărgimii, să nu provoace confuzii, se face distincție între noțiunile de „semilărgime spectrală” și noțiunea de „semilărgime”.

Pentru conturul de difracție semilărgimea a se determină din condiția (v. relația (15))

$$\frac{\sin^2\left(\frac{\pi b}{\lambda} - \frac{a}{2r}\right)}{\left(\frac{\pi b}{\lambda} - \frac{a}{2r}\right)^2} = \frac{1}{2} \quad (27)$$

Soluția grafică a ecuației (27) dă

$$a = 0,88 \frac{\lambda r}{b}. \quad (28)$$

Pentru un contur dreptunghiular noțiunile de semilărgime și de lărgime coincid.

Din examinarea conturului de difracție și a conturului dreptunghiular se vede că de convențională este noțiunea de semilărgime. În primul caz conturul se întinde departe, pe ambele laturi ale maximumului, iar semilărgimea este o fracțiune mică din această întindere totală a conturului. În al doilea, semilărgimea conturului este egală chiar cu întreaga lățime a liniei. Însă pentru toate aplicațiile practice semilărgimea conturului este o caracteristică foarte comodă. În figura 6 sînt date funcțiile de aparat ale unei aceleiași semilărgimi a , dar de forme diferite [26].

În cazul în care conturul instrumental este produsul de convoluție al unor contururi individuale care determină acest contur instrumental, atunci, dacă linia este nemonocromatică, conturul ei real va fi, și el, produsul de convoluție dintre conturul liniei spectrale însăși și conturul instrumental rezultat, independent de care anume au fost efectele de lărgire instrumentală al căror rezultat este conturul instrumental.

Prin urmare, notînd conturul instrumental, conturul liniei și conturul rezultat cu $F(x)$, $\varphi(x)$ și, respectiv, $u(x)$, obținem

$$u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x') \varphi(x - x') dx'. \quad (29)$$

În cazul în care semilărgimea liniei este foarte mică în comparație cu semilărgimea conturului instrumental, lărgimea și forma produsului de convoluție al




Fig. 6. Funcții de aparat, de diferite forme și cu lărgime a [26]:

1 — dreptunghiulară (17); 2 — de difracție (16); 3 — gaussiană

$$f(x) = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi}a} \exp \left[-4 \left(\frac{x}{a} \right)^2 \ln 2 \right],$$

4 — triunghiulară

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} \left[1 - \frac{|x|}{a} \right], & |x| \leq a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

5 — de dispersie

$$f(x) = \frac{a/2\pi}{x^2 + (a/2)^2};$$

6 — exponențială

$$f(x) = \frac{\ln 2}{2} \exp \left\{ -\frac{2 \ln 2}{a} |x| \right\}.$$

acestor două contururi coincid practic cu conturul instrumental. Într-adevăr, dacă $\varphi(x - x')$ este diferită de zero numai în interiorul unui interval mic Δx , atunci produsul de convoluție (29) poate fi scris sub forma

$$u(x) = \int_{x-\Delta x/2}^{x+\Delta x/2} F(x') \varphi(x - x') dx'. \quad (30)$$

Conform teoremei mediei se poate scrie apoi

$$u(x) = F(\bar{x}) \int_{x-\Delta x/2}^{x+\Delta x/2} \varphi(x - x') dx', \quad (31)$$

în care x este o anumită valoare a lui x din interiorul intervalului $x - \Delta x/2 < \bar{x} < x + \Delta x/2$. Având în vedere că

$$\int_{x-\Delta x/2}^{x+\Delta x/2} \varphi(x-x')dx' = 1,$$

transcriem (31) sub forma

$$u(x) = F(\bar{x}). \quad (32)$$

Deoarece $F(\bar{x})$ se modifică puțin în interiorul intervalului Δx , se poate considera că $u(x) \approx F(x)$, adică în acest caz conturul rezultat coincide practic într-adevăr cu conturul instrumental. Așadar, sîntem îndreptățiți să considerăm radiația studiată ca monocromatică, dacă semilărgimea corespunzătoare distribuției spectrale (a liniei spectrale) este suficient de mică în comparație cu semilărgimea conturului instrumental al aparatului. Invers, pentru obținerea directă a conturului unei linii date, lărgimea conturului instrumental trebuie să fie cu mult mai mică în comparație cu lărgimea liniei.

În cazurile în care lărgimea liniei și lărgimea conturului instrumental sînt comparabile ca mărime, conturul rezultat și lărgimea lui pot fi aflate calculînd integrala (29). Rezultatele unor asemenea calcule pentru multe dintre formele de contur, cel mai des utilizate, sînt reprezentate în figura 7 [26]. Utilizînd asemenea grafice, se poate determina lărgimea conturului rezultat după lărgimea liniei și lărgimea conturului instrumental. Cu ajutorul acelorasi curbe se poate rezolva și problema inversă - aflarea lărgimii adevărate a unei linii din lărgimea măsurată și lărgimea funcției de aparat (în acest scop este necesară să fie cunoscută dinainte forma distribuției reale).




Fig. 7. Legătura dintre lărgimea c a produsului de convoluție $U(x)$ a funcțiilor $l(x)$ și $\varphi(x)$ cu lărgimile a și b , pentru diferite forme ale lui $l(x)$ și $\varphi(x)$ [26]: 1 — dreptunghiulară (a) și de difracție (b); 2 — dreptunghiulară (a) și de dispersie (b); 3 — Gaussiană (a) și Gaussiană (b); 4 — de difracție (a) și de dispersie (b); 5 — Gaussiană (a) și de dispersie (b); 6 — triunghiulară (a) și de dispersie (b); 7 — de dispersie (a) și de dispersie (b); 8 — exponențială (a) și de dispersie (b); 9 — Gaussiană (a) și triunghiulară (b).

Eliminarea conturului instrumental (reducerea la aparatul ideal). Scopul măsurărilor spectrale este obținerea distribuției reale a energiei în spectrul sursei studiate - distribuție nedeformată de aparat. De regulă, pentru rezolvarea acestei probleme trebuie utilizat un aparat al cărui contur instrumental este mult mai îngust decât detaliile distribuției spectrale care ne interesează. În cazurile în care distorsiunile instrumentale înseși sînt considerabile, problema

se reduce la determinarea mărimii $\varphi(x)$ din mărimile cunoscute, $F(x)$ și $u(x)$, adică la rezolvarea ecuației integrale (29).

Se poate arăta că soluția ei este unică, dacă imaginea Fourier a funcției de aparat, $F(x)$, nu se anulează în nici un interval finit. Așa cum se poate arăta [27], funcția de aparat poate fi dedusă din teoria riguroasă a difracției și este valabilă pentru toate aparatele spectrale. Prin urmare, dacă este cunoscut conturul rezultat și funcția de aparat, atunci, în principiu, distribuția reală poate fi determinată totdeauna.

Problema reducerii la aparatul ideal este tratată în lucrările [26, 28], la care trimitem cititorul pentru a se edifica asupra acestei probleme complexe, încă nerezolvată complet.

Soluția generală a ecuației (29) are următoarea formă

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \frac{\mathcal{U}(\omega)}{\mathcal{F}(\omega)} d\omega, \quad (33)$$

în care $\mathcal{U}(\omega)$ și $\mathcal{F}(\omega)$ sunt imaginile Fourier ale distribuției $u(x)$, determinată experimental, și, respectiv, a funcției de aparat, $F(x)$.

Însă utilizarea directă a acestei expresii necesită calcule prealabile dificile, deoarece aparatele spectrale obișnuite nu măsoară imaginile Fourier ale distribuțiilor de energie într-un spectru, ci chiar distribuțiile înseși. Dealtfel, odată cu dezvoltarea tehnicii de calcul această dificultate devine tot mai puțin importantă. Mai serioase sînt dificultățile legate de erorile de măsurare. Într-adevăr, teorema unicității soluției unor ecuații de tipul (29), pomenită mai sus, conduce la o concluzie paradoxală la prima vedere. Dacă se cunoaște conturul instrumental, $F(x)$, și se măsoară experimental distribuția de energie observată la ieșirea din aparatul spectral, $u(x)$, atunci, cu ajutorul acesteia, se poate determina complet distribuția de energie, $\varphi(x)$, în spectrul analizat.

Aceasta ar însemna că se poate efectua un studiu oricît de detaliat al unui spectru cu orice fel de aparat spectral, inclusiv cu un spectroscop școlar, cît de modest. Însă această afirmație contrazice binecunoscuta practică, pe baza căreia știm că pentru analiza unor detalii fine ale unui spectru sînt necesare aparate mari și complicate, care dau un contur instrumental suficient de îngust.

Contradicția dintre teoria incontestabil corectă și practică, la fel de incontestabilă, este numai aparentă; ea se explică prin faptul că în raționamentele noastre teoretice am admis tacit că mărimile $F(x)$ și $u(x)$, necesare pentru determinarea funcției $\varphi(x)$, sînt cunoscute cu o precizie absolută. În realitate, ambele funcții pot fi obținute numai în urma măsurărilor experimentale ale distribuției intensității în suprafața focală a aparatului.

Aceste măsurători conțin totdeauna erori legate nu numai de proprietățile și de erorile pe care le introduc în dispozitivele de măsurare, ci și de însăși natura mărimii de măsurat — energia luminoasă, ale cărei emisie și absorbție au un caracter cuantic. Într-adevăr, indiciile dispozitivelor de măsură sînt determinate, în mare măsură, de cazurilor, de energia incidentă pe detector.

Problema efectelor diferitelor erori în determinarea distribuției spectrale a fost determinată riguros de către L. Hahn [29]. Aici vom arăta numai că, cu cît lărgimea conturului instrumental devine mai mare în raport cu lărgimea conturului liniei, cu atît pentru determinarea conturului liniei va trebui cunoscut mai exact produsul de convoluție al celor două contururi, fie că lărgimea conturului instrumental este mare, fie că conturul liniei cercetate este îngust.

Marșul s-a arătat că în cazul în care conturul unei linii spectrale, $\varphi(x)$, este mult mai îngust decât conturul instrumental al aparatului, produsul de convoluție al celor două contururi nu se deosebește practic de conturul instrumental. Totodată am considerat ca conturul instrumental, $F(x)$, este practic constant în interiorul unui interval mic de lungimi de undă, Δx , în care funcția $\varphi(x)$ este diferită de zero. Dacă nu se renunță la această condiție pentru $F(x)$, atunci valoarea sa, $F(\bar{x})$, într-un punct din interiorul intervalului Δx , se poate scrie astfel

$$F(x) \approx F(\bar{x}) + \frac{dF}{dx}(\bar{x} - x). \quad (34)$$

În acest caz, relația (32) capătă forma

$$u(x) \approx F(\bar{x}) + \frac{dF}{dx}(\bar{x} - x), \quad (35)$$

de unde

$$|u(x) - F(\bar{x})| \approx \left| \frac{dF}{dx}(\bar{x} - x) \right| \leq \left| \frac{dF}{dx} \Delta x \right|. \quad (36)$$

Din expresia (36) rezultă că cu cât este mai îngust conturul unei linii spectrale observate, cu atât se deosebește mai puțin produsul de convoluție al celor două contururi, față de conturul instrumental al instalației și deci cu atât este mai mare precizia cu care trebuie măsurate $u(x)$ și $F(x)$, pentru obținerea datelor suficient de complete asupra distribuției energiei într-un spectru, lărgimea conturului instrumental trebuie să fie comparabilă sau, și mai bine, cit mai mică, în comparație cu lărgimea domeniului analizat al spectrului respectiv.

În cazul unor fluxuri luminoase intense, principala eroare de măsură este determinată de imprecizia dispozitivului de măsură. Pe măsura măsurării intensității fluxului luminos care trebuie măsurat, devine din ce în ce mai importantă imprecizia, determinată de caracterul cuantic al radiației. Deseori, în particular în cazul problemelor legate de măsurarea structurii hiperfine a liniilor spectrale sau pentru spectroscopia cu rezoluție în timp, tocmai aceste erori statistice devin hotărâtoare. Imprecizia de măsurare a strălucirii spectrale crește odată cu micșorarea intervalului spectral sau a intervalului de timp în care se efectuează măsurătorile cit și în cazul micșorării strălucirii însăși.

Această nedeterminare devine evidentă dacă vom lua un interval, Δt , atât de mic, încât să-i revină în medie, să zicem, 1 cuantă pe secundă. Dacă măsurătorile durează o oră, atunci se vor înregistra aproximativ 3600 de cuante, ceea ce permite o determinare suficient de bună a valorii medii. Efectuând însă măsurătoarea numai timp de o secundă, vom avea aproape aceeași șansă de a detecta fie 0, fie 1, fie 2 cuante, adică de fapt nu vom afla aproape nimic despre numărul lor. Acest fapt impune o limitare principală preciziei de determinare experimentală a distribuției energiei în spectru.

Puterea de rezoluție (de separare). Din analiza efectuată rezultă că lărgimea, ca, dealtfel, și forma conturului instrumental definesc capacitatea unui aparat dat de a permite studiul unor detalii mai fine sau mai puțin fine ale spectrului. Această însușire a aparatelor spectrale este cel mai comod să se exprime cu ajutorul unei mărimi numite putere de rezoluție (de separare); puterea de separare este dată de intervalul de lungimi de undă minim dintre două linii spectrale monocromatice vecine, care se mai observă încă separat.

Din cele expuse anterior se vede că o asemenea definiție este complet insuficientă, deoarece posibilitatea observării separate a două linii monocromatice depinde în întregime de exactitatea cu care este cunoscut conturul instrumental și de precizia cu care putem măsura conturul rezultat observat. Din această cauză, criteriul cantitativ al puterii de separare (sau al puterii de rezoluție) a unui aparat trebuie să fie definit în funcție de precizia ce poate fi atinsă în măsurătorile energetice. Un asemenea criteriu a fost stabilit de Rayleigh, care a dat definiția puterii de separare pentru cazul în care ea este determinată de conturul instrumental al difracției (v. relația (13)). Conform lui Rayleigh, cel mai mic interval $\delta\lambda$ care mai poate fi separat este egal cu distanța dintre maximum principal și primul minim al funcției care descrie acest contur. În unități unghiulare, această distanță este egală cu $\delta\varphi = \lambda/b$. Două linii monocromatice, de aceeași strălucire, care se află la această distanță una de alta dau un contur rezultat cum este cel reprezentat în figura 8. Abscisa punctului de intersecție al conturilor celor două linii este egală cu $\lambda/2b$. Înlocuind această valoare în relația (13), găsim ordonata punctului de intersecție

$$\frac{E(\lambda/2b)}{E_0} = \frac{1}{(\pi/2)^2} \approx 0,4,$$

de unde se vede că ordonata minimumului curbei rezultante (fig. 8) este egală cu 0,8. Așadar, scăderea iluminării în centrul curbei rezultante este egală cu 20 % din iluminarea maximă. Micșorarea iluminării cu 20 % se observă ușor chiar cu procedee relativ grosolane de măsurare. De aceea, două linii care se află la distanța $\delta\varphi = \lambda/b$ sau, cum se mai spune, care satisfac criteriul Rayleigh, se văd separate.

Utilizând formula (7) pentru dispersia unghiulară, se poate determina intervalul spectral minim separabil, în lungimi de undă

$$\delta\lambda = \delta\varphi/D_\varphi = \lambda/(bD_\varphi). \quad (37)$$

Mărimea $\delta\lambda$ se numește uneori *limită de rezoluție*.




Fig. 8. Schiță pentru explicarea criteriului lui Rayleigh.

Drept caracteristică a puterii de rezoluție se folosește de obicei o mărime fără dimensiuni,

$$R = \lambda/\delta\lambda = bD_\varphi, \quad (38)$$

nu intervalul spectral, $\delta\lambda$, minim rezolvat. Această mărime se numește putere de separare după Rayleigh sau putere de separare teoretică

Trebuie să subliniem că, așa cum rezultă clar din cele de mai sus, și linii separate una de alta printr-o distanță mai mică decît $\delta\lambda$ pot fi adesea rezolvate, deoarece eroarea de măsurare a iluminării este de obicei mai mică decît 20%.

Pe de altă parte, dacă strălucirea uneia dintre linii este substanțial mai mare decît a celeilalte, atunci minimul poate să lipsească chiar și în cazul în care




Fig. 9. Conturul rezultat al două linii care au raportul strălucirilor 10:1, linile aflându-se la o distanță care corespunde criteriului Rayleigh.

liniile se află la o distanță mult mai mare decît cea impusă de criteriul Rayleigh. Acest caz este ilustrat concret în figura 9, în care sînt reprezentate două linii cu raportul dintre străluciri 10:1, linile aflîndu-se la distanța λ/b . Prin urmare, criteriul Rayleigh, care oferă posibilitatea comparării puterilor de rezoluție ale diferitelor aparate, nu permite însă de fapt să se rezolve integral problema separării unei perechi de linii date – pentru fiecare caz concret. Puterea de rezoluție teoretică, definită pe baza fenomenului de difracție, este confruntată cu cea practică, determinată de alți factori, care provoacă lărgirea conturului instrumental. Problema influenței diversilor factori asupra puterii de rezoluție a aparatelor și asupra raportului dintre puterea de rezoluție teoretică și cea practică va fi examinată mai amănunțit în capitolul 3.

§ 1. ELEMENTELE PRISMEI ȘI MATERIALE OPTICE


Primul dispozitiv pentru descompunerea spectrală a luminii a fost prisma, utilizată în acest scop încă de Newton. Prisma spectrală sau simplu prisma este un poliedru, confecționat dintr-un material transparent, care are o dispersie considerabilă ($dn/d\lambda$). Când prin prismă trece un fascicul de raze de lumină, fasciculul își modifică direcția, deoarece, în general, unghiul de emergență a razelor depinde de lungimea de undă. Mersul unei raze printr-o prismă este determinat de fenomenul de refracție, care, la rândul său, depinde de materialul prismei. Pentru realizarea unor prisme spectrale de calitate, este necesară folosirea unor materiale transparente în domeniul spectral care interesează, având o dispersie cât mai puternică și omogenitate și izotropie înalte. În plus, materialul prismei trebuie să poată fi ușor prelucrat și să nu fie prea scump.

Materiale care să posede toate aceste calități sînt greu de găsit; din această cauză, pentru domeniul ultraviolet al spectrului se folosește adesea cuarțul cristalin natural, deși el prezintă fenomenul de dublă refracție și rotește planul de polarizare, este scump și nu poate fi procurat în bucăți de dimensiuni destul de mari și suficient de omogene și de izotrope.

În ultimul timp s-a reușit creșterea artificială a cristalelor de cuarț optic, după cum s-a reușit și producerea de cuarț topit suficient de omogen, care nu mai este birefringent.

Curba de dispersie a cuarțului este dată în figura 1.1. Pentru lungimi de undă mai mari decît 4000 Å, dispersia scade repede. În domeniile spectrale

Fig. 1.1. Curbe de dispersie ale unor materiale optice.



galben și roșu dispersia este foarte mică. De aceea, pentru domeniul vizibil prismele de cuarț sînt inutile.

Curba spectrală de transparență a unei bucăți de cuarț cu grosimea de 1 cm este dată în figura 1.2. Prismele de cuarț sînt potrivite în întregul domeniu de transparență a atmosferei. Domeniul unei absorbții considerabile începe

uneori în 2400–2500 Å. Cauzele acestei absorbții nu sînt totdeauna cunoscute și, după toate probabilitățile, sînt diferite în cazuri diferite. Ea se întâlnește la majoritatea probelor de cuarț natural. Din această cauză, aparatele destinate pentru funcționarea în domeniul lungimilor de undă mai mici decît 2300 Å




Fig. 1.2. Transmisia cuarțului lăptos (într-un strat cu o grosime de 1 cm) [9, 1].




Fig. 1.3. Curbele de dispersie ale unor lichide.

trebuie prevăzute cu prisme din cuarț selecționat. Din neferică, în unele exemplare de aparate indigene absorbția cuarțului în domeniul spectral cu lungimi de undă mai mici ca 2300 Å este foarte însemnată.

Pentru domeniul vizibil al spectrului materialul de bază pentru confecționarea prismelor este sticla. De obicei, prismele spectrale se confecționează din sticle grele, de tipul flint, care au o dispersie mare (v. fig. 1.1). Pentru majoritatea sorturilor de sticle grele dispersia lor puternică este însoțită de o absorbție considerabilă în domeniul lungimilor de undă mici ale spectrului vizibil ($\lambda \leq 4200$ Å).

Suprafețele prismelor confecționate din sticle grele (flint) se pot deteriora într-o atmosferă chimic agresivă. Deteriorări importante ale suprafeței se observă la prismele aparatelor instalate în laboratoarele chimice, în care în atmosferă există vapori de acid.

Pentru prismele cu dimensiunile mai mari de 10 cm este dificil de preparat o sticlă cu o omogenitate suficient de bună. Cristale bune de cuarț, care să aibă dimensiuni mari, se întâlnesc, de asemenea, extrem de rar. Aceste motive limitează dimensiunile prismelor cu care sînt echipate aparatele industriale. Prismele de dimensiuni mari sînt realizate în exemplare unice, folosite în laboratoare.

Prisme spectrale de dimensiuni mari și cu o dispersie bună se pot confecționa din vase transparente, sub formă de prismă, umplute cu lichide corespunzătoare. Asemenea prisme dau totuși spectre mediocre din cauza neomogenității datorate curenților de convecție. Pentru domeniul ultraviolet cea mai convenabilă este apa distilată, transparentă până la ultravioletul îndepărtat, iar pentru domeniul vizibil, sulfura de carbon. Curbele de dispersie ale unor lichide sînt date în figura 1.3.

În unele cazuri prismele se confecționează din două sau mai multe materiale. Asemenea prisme se numesc prisme complexe.

Proprietățile cele mai importante ale prismelor pot fi deduse cel mai simplu în cazul unei prismă simple, a cărei formă este arătată în figura 1.4. Unghiul

chetră cu muchia AB se numește unghiul de refracție. Planeurile $ABCD$ și $ABC'D'$ sunt fețele de refracție ale prismei. Planul perpendicular pe mijlocul muchiei prismei se numește planul secțiunii principale. Indicele de refracție, n , și dispersia, $dn/d\lambda$, se pot considera constante în întreg volumul prismei. Influența abaterilor de la această condiție va fi analizată mai târziu. Vor mai fi examinate erorile determinate de abaterile de la planeitate ale fețelor reale ale prismei. Teoria riguroasă a trecerii razelor printr-o prismă este foarte complicată și laborioasă. Ne vom limita la o tratare simplificată, dar suficientă pentru toate aplicațiile practice cu care are de a face un spectroscopist.




Fig. 1.1. Prismă.

§ 2. REFRACTIA ÎN PLANUL SECȚIUNII PRINCIPALE

La început ne vom mulțumi să examinăm razele care se află în planul secțiunii principale. Să presupunem că pe o față a unei prismi cade un fascicul de raze care face unghiul α_1 cu normala, N_1 , dusă în punctul de incidență la această față a prismei (fig. 1.5). Să notăm unghiul de refracție al acestei raze




Fig. 1.5. Refracția razelor în planul secțiunii principale a unei prismi.

cu β_1 , unghiul de incidență al ei pe cea de a doua față cu β_2 , iar unghiul de emergență din ea cu α_2 . Unghiul φ , format de raza incidentă și raza emergentă se numește unghi de deviație.

Din figura 1.5 este ușor de văzut că

$$\varphi = \alpha_1 + \alpha_2 - (\beta_1 + \beta_2), \quad A = \beta_1 + \beta_2.$$

Acste egalități și legea refracției dau patru ecuații, care leagă între ele cele șapte mărimi.

$$\varphi = \alpha_1 + \alpha_2 - A; \quad A = \beta_1 + \beta_2; \quad \sin \alpha_1 = n \sin \beta_1; \quad \sin \alpha_2 = n \sin \beta_2. \quad (1.1)$$

Trei dintre ele — A , n și α_1 — sunt de obicei date și acest fapt este suficient pentru determinarea celorlalte patru mărimi.

Unghiul limită. Să clarificăm care este valoarea maximă, A_{\max} , pe care o poate lua unghiul de refracție al prismei, A . Substituind în (1.1) $\sin \alpha_1$

$\sin \alpha_2 = 1$, găsim că valoarea maximă pentru $\sin \beta_1$ și $\sin \beta_2$ va fi $1/n$. Având în vedere că $\beta_1 + \beta_2 = \arcsin(1/n)$, obținem

$$A_{\max} = 2 \arcsin(1/n). \quad (1.2)$$

Dacă unghiul de refracție este mai mare decât această valoare, atunci orice rază incidentă cade pe a doua față sub un unghi mai mare decât unghiul

de reflexie totală. Prin urmare, raza nu iese din fețele de refracție ale prismei (fig. 1.6). Se înțelege, unghiul A trebuie să fie ceva mai mic decât unghiul limită, care corespunde incidenței și emergenței razei din prismă după tangenta la fețele ei. Dacă $A = A_{\text{limită}}$, atunci, în cazul unei lățimi finite a fasciculului incident, fețele prismei trebuie să fie infinite.




Fig. 1.6. Refracția unei raze printr-o prismă cu unghiul de refracție apropiat de unghiul limită (a) și mai mare ca unghiul limită (b).

Așa cum vom vedea în continuare, este avantajos să se mărească unghiul de refracție al unei prismе. Materialele din care se confecționează prismele au, de obicei, o valoare a indexului de refracție, n , de ordinul 1,5–1,8. Rezultă că unghiurile de refracție maxime pot fi, respectiv, de 84° – 67° . Practic, ele trebuie să fie ceva mai mici. Cel mai des se utilizează prismе cu unghiul de refracție de aproximativ 60° .

Unghiul de deviație minimă. Sistemul de ecuații (1.1) permite să se determine condițiile pentru care unghiul de deviație, φ , va avea valoarea minimă. Pentru determinarea lui φ_{min} diferențiem prima dintre ecuațiile (1.1) în raport cu α_1 și egalăm derivata cu zero. Rezultă

$$\frac{d\alpha_2}{d\alpha_1} = -1. \quad (1.3)$$

Diferențind celelalte ecuații ale sistemului (1.1), obținem

$$\begin{aligned} d\beta_1 + d\beta_2 &= 0, \\ \cos \alpha_1 d\alpha_1 &= n \cos \beta_1 d\beta_1, \quad \cos \alpha_2 d\alpha_2 = n \cos \beta_2 d\beta_2, \end{aligned} \quad (1.4)$$

de unde,

$$\frac{d\alpha_2}{d\alpha_1} = - \frac{\cos \alpha_1 \cos \beta_2}{\cos \beta_1 \cos \alpha_2}. \quad (1.5)$$

Exprimând mărimile $\cos \beta_1$ și $\cos \beta_2$ prin $\sin \alpha_1$ și $\sin \alpha_2$, conform ultimelor două ecuații din sistemul (1.1), obținem

$$\frac{d\alpha_1}{d\alpha_2} = - \frac{\cos \alpha_2}{\cos \alpha_1} \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha_1}}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha_2}}. \quad (1.6)$$

Din ecuațiile (1.3) și (1.6) obținem

$$\frac{\cos^2 \alpha_1}{n^2 - \sin^2 \alpha_1} = \frac{\cos^2 \alpha_2}{n^2 - \sin^2 \alpha_2}. \quad (1.7)$$

Ecuația (1.7) satisface relația $\alpha_1 - \alpha_2 = \alpha_0$. Se poate arăta că această valoare corespunde minimului și nu maximum unghiului φ . Pentru $\alpha_1 = \alpha_2$

este satisfăcută și condiția $\beta_1 = \beta_2 = \beta_0$. Raza incidentă și raza emergentă sînt simetrice față de ambele fețe ale prismei.

În condițiile unghiului minim de deviație, unghiul de incidență, α_0 , unghiul de refracție al prismei, A , unghiul de deviație, φ , și indicele de refracție, n , sînt legate prin relația

$$\sin \alpha_0 = n \sin \frac{A}{2} = \sin \frac{A + \varphi}{2}. \quad (1.8)$$

Această expresie se obține ușor din (1.1). Într-adevăr, în situația în care traversarea prismei se face simetric, $\alpha_1 = \alpha_0 = (\varphi + A)/2$ și $\beta_1 = \beta_0 = A/2$. Înlocuind aceste valori, α_1 și β_1 , în cea de a treia ecuație a sistemului (1.1) obținem egalitatea (1.8).

Luînd $A = 60^\circ$, $n = 1,6$, obținem pentru α valoarea de 46° . Pentru majoritatea aparatelor cu o singură prismă, unghiul φ este apropiat de această valoare.

Mărirea unghiulară a prismei. Pînă acum am considerat că pe prismă cade o singură rază. Să examinăm cazul mai apropiat de practică, al incidenței pe suprafața prismei a unui fascicul de raze omocentric, îngust, a cărui sursă este punctul I . Să notăm cu θ unghiul mic din planul secțiunii principale, dintre razele extreme ale fasciculului. Datorită refracției, prelungirile acestor raze se intersectează în punctul I' , sub unghiul φ , care, în general, este diferit de θ . Raportul $w = \varphi/\theta$ se numește mărirea unghiulară a prismei. Unghiul θ (fig. 1.7) este egal cu variația unghiului de incidență ($\Delta\alpha_1$) al razelor extreme ale fasciculului, iar unghiul φ este egal cu variația unghiului de emergență ($-\Delta\alpha_2$) a razelor la ieșirea din prismă. Presupunînd unghiurile φ și θ mici, vom înlocui variațiile finite prin diferențialele respective. Prin urmare,


$$w = - \frac{d\alpha_2}{d\alpha_1}$$

și, conform cu (1.5),

$$w = \frac{\cos \alpha_1 \cos \beta_2}{\cos \alpha_2 \cos \beta_1}. \quad (1.9)$$

Dacă prisma este așezată în poziția corespunzătoare deviației minime, atunci $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_0$ și $\beta_1 = \beta_2 = \beta_0$, iar $w = 1$. Dacă $\alpha_1 < \alpha_0$, atunci $w > 1$. În cazul $\alpha_1 > \alpha_0$, $w < 1$. În cazul incidenței razante, $\alpha_1 = \pi/2$, atunci $\cos \alpha_1 = 0$ și deci $w = 0$. Altfel spus, dimensiunile unghiulare vizibile ale sursei de

Fig. 1.7. Mărirea unghiulară a prismei.



lumină sînt foarte mici. Acest fapt este ușor de observat dacă îndreptăm lumina solară de-a lungul uncii dintre fețele prismei. Pe un ecran plasat după prismă se va vedea spectrul solar cu linii Fraunhofer înguste și clare. Dacă se rotește prisma astfel încît unghiul de incidență să fie vizibil diferit de 90° , atunci, dator

rită mareu diametrului unghiular aparent al soarelui, hniile dispar. Viceversa, dacă raza emergentă este razantă la fața prismei, atunci $\cos \alpha_2 = 0$ și deci $w = \infty$.

Să arătăm că mărirea unghiulară a prismei este egală cu raportul dintre lărgimile fronturilor de undă plană incidentă și, respectiv, emergentă. Într-




Fig. 1.8. Modificarea lărgimii frontului de undă la trecerea acestuia printr-o prismă.

adevăr, din triunghiurile $aa'c$ și $aa'c'$ (fig. 1.8) se poate determina raportul dintre lărgimile fronturilor ac și $a'c'$. Deoarece $ac = aa' \cos \alpha_1$ și $a'c' = aa' \cos \beta_1$, atunci

$$\frac{ac}{a'c'} = \frac{\cos \alpha_1}{\cos \beta_1}. \quad (1.10)$$

În mod analog, pentru lărgimea frontului emergent, obținem

$$\frac{bd}{b'd'} = \frac{\cos \alpha_2}{\cos \beta_2}. \quad (1.11)$$

Împărțind relația (1.10) la (1.11) și ținând cont că $a'c' = b'd'$, avem

$$\frac{ac}{bd} = \frac{\cos \alpha_1 \cos \beta_2}{\cos \alpha_2 \cos \beta_1}. \quad (1.12)$$

Comparând această egalitate cu (1.9), ne convingem că

$$\frac{ac}{bd} = w. \quad (1.13)$$

Așadar, mărirea unghiulară este numeric egală cu contractia frontului de undă datorită trecerii printr-o prismă. Această relație generală pentru orice sistem optic rezultă direct din teorema Lagrange-Helmholtz.

§ 3. DISPERSIA PRISMEI

Deducerea formulei dispersiei. Pentru calculul dispersiei unghiulare a unei prismei, $D_\varphi = d\varphi/d\lambda$, diferențiem în raport cu λ ecuațiile fundamentale (1.1), care definesc mersul unei raze printr-o prismă. Să scriem rezultatul diferențierii, ținând cont că $d\alpha_1/d\lambda = 0$,

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{d\alpha_2}{d\lambda}, \quad \frac{d\beta_1}{d\lambda} = -\frac{d\beta_2}{d\lambda},$$

$$\sin \beta_1 \frac{dn}{d\lambda} + n \cos \beta_1 \frac{d\beta_1}{d\lambda} = 0, \quad \cos \alpha_2 \frac{d\alpha_2}{d\lambda} - n \cos \beta_2 \frac{d\beta_2}{d\lambda} + \sin \beta_2 \frac{dn}{d\lambda} = 0. \quad (1.14)$$


După eliminarea din aceste egalități a derivatelor $d\beta_1/d\lambda$ și $d\beta_2/d\lambda$ obținem

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{d\alpha_2}{d\lambda} = \frac{\sin \beta_1 \cos \beta_2 + \sin \beta_2 \cos \beta_1}{\cos \alpha_2 \cos \beta_1} \frac{dn}{d\lambda} \quad (1.15)$$

sau

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{\sin (\beta_1 + \beta_2)}{\cos \alpha_2 \cos \beta_1} \frac{dn}{d\lambda} = \frac{\sin A}{\cos \alpha_2 \cos \beta_1} \frac{dn}{d\lambda} \quad (1.16)$$

Fig. 1.9. Trecură lumii printr-o prismă care se află la minimum de deviație.



Dacă prismă este fixată în poziția de deviație minimă, atunci $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$ și $\beta_1 = \beta_2 = \beta = A/2$ (fig. 1.9). Atunci relația (1.15) poate fi transcrisă sub forma

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = 2 \frac{\sin \beta}{\cos \alpha} \frac{dn}{d\lambda} = \frac{2 \sin A/2}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 A/2}} \frac{dn}{d\lambda} \quad (1.17)$$

sau încă

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{2}{n} \operatorname{tg} \alpha \frac{dn}{d\lambda} \quad (1.18)$$

Ținând cont că $\sin \beta = T/(2a)$ și $\cos \alpha = b/a$, T fiind baza prisme, a — lungimea feței ei laterale, iar b — lățimea fasciculului incident, relația (1.17) mai poate fi scrisă și sub forma

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{T}{b} \frac{dn}{d\lambda} \quad (1.19)$$

Dacă unghiul A este egal cu 60° , atunci expresia (1.17) devine

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{2}{\sqrt{4 - n^2}} \frac{dn}{d\lambda}$$

Din expresia (1.16) rezultă că dispersia prisme devine infinită dacă $\alpha_2 \rightarrow \pi/2$. Însă observarea în aceste condiții este neconvenabilă. Din relația (1.9), care dă mărimea unghiulară a unei prisme, se vede că, totodată, și ea devine infinit. Cu alte cuvinte, avantajul obținut grație măririi distanței dintre linii, determinat de creșterea dispersiei, când $\alpha_2 \rightarrow \pi/2$, va fi anulat prin lărgirea concomitentă a imaginii fantei.

Din formula (1.16) se poate găsi condiția de minimum a dispersiei. În acest scop trebuie determinat maximum funcției $\cos \alpha_2 \cos \alpha_1$. Se poate arăta că minimum dispersiei nu coincide cu minimum deviației.

Dispersia unui sistem de prisme. Dacă două sau mai multe prisme sunt fixate la deviația minimă, una după alta, atunci dispersia, $d\varphi/d\lambda$, unui asemenea sistem este egală cu suma dispersiilor tuturor prismelor. Într-adevăr, fie $\Delta_1 \varphi$

unghiul dintre două raze care corespund lungimilor de undă λ și $\lambda + \Delta\lambda$. Ca urmare a traversării celei de a doua prisme, prima rază este deviată cu unghiul φ_2 , iar cea de a doua cu unghiul $\varphi_2 + \Delta_2\varphi$. Unghiul $\Delta_2\varphi$, determinat de dispersia celei de a doua prisme, este egal cu

$$\Delta_2\varphi = \frac{d\varphi_2}{d\lambda} \Delta\lambda.$$

Unghiul $\Delta\varphi$, de divergență între cele două raze după traversarea ambelor prisme, va fi

$$\Delta\varphi = \Delta_1\varphi + \Delta_2\varphi = \frac{d\varphi_1}{d\lambda} \Delta\lambda + \frac{d\varphi_2}{d\lambda} \Delta\lambda = \frac{d\varphi}{d\lambda} \Delta\lambda,$$

de unde

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{d\varphi_1}{d\lambda} + \frac{d\varphi_2}{d\lambda}. \quad (1.20)$$

Totuși relația obținută este greșită dacă cea de a doua prismă nu este fixată la minimum de deviație. Într-adevăr, fie w_2 mărimea unghiulară a celei de a doua prisme. Razele emergente din cea de a doua prismă, cu lungimi de undă λ și $\lambda + \Delta\lambda$, formează, ca mai înainte, unghiul $\Delta_1\varphi$. Datorită măriri unghiulare, data de cea de a doua prismă, acest unghi va deveni $\Delta_1'\varphi = w_2 \Delta_1\varphi$. În afară de aceasta, datorită dispersiei celei de a doua prisme, acest unghi va crește cu unghiul $\Delta_2\varphi$. După traversarea celor două prisme, unghiul total de divergență a razelor va fi

$$\Delta\varphi = w_2 \Delta_1\varphi + \Delta_2\varphi$$

sau, trecînd la dispersie,

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = w_2 \frac{d\varphi_1}{d\lambda} + \frac{d\varphi_2}{d\lambda}. \quad (1.21)$$

Acest raționament se poate generaliza ușor pentru cazul a k prisme așezate una după alta. Dispersia rezultantă a unui astfel de sistem se calculează cu ajutorul relației

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \left(\frac{d\varphi}{d\lambda} \right)_{k-1} w_k + \frac{d\varphi_k}{d\lambda}, \quad (1.22)$$

în care $(d\varphi/d\lambda)_{k-1}$ este dispersia rezultantă a primelor $k-1$ prisme, considerîndu-le în sensul mersului razei.

Trebuie avut în vedere că atunci cînd unghiurile de refracție ale prismelor sistemului sînt orientate în sensuri contrare, la însumarea dispersiilor lor trebuie să le atribuim semnul plus sau minus, în funcție de sensul unghiului de refracție.


§ 1. PUTEREA DE REZOLUȚIE A UNEI PRISME

Puterea de rezoluție teoretică. Pentru a calcula mersul unui fascicul de raze prin prismă, pînă acum am folosit aproximația opticii geometrice. Însă puterea de rezoluție limită a unei prisme este determinată de faptul că frontul undei luminoase incidente pe prismă este limitat de dimensiunile prismei. Datorită difracției pe marginile prismei sau pe oricare alt orificiu care limitează

Lărgimea fascicului la naștere un contur instrumental de difracție, despre care am vorbit mai sus.

În continuare, utilizând condiția Rayleigh, vom calcula puterea de rezoluție determinată tocmai de acest contur. Pentru simplitatea calculului, vom presupune că fasciculul incident pe prismă este paralel, iar lărgimea lui, b , este

Fig. 1.10. Determinarea puterii de separare a unei prisme.



limitată de o diafragmă care se află în fața prisme (fig. 1.10). Secțiunea principală a prisme este un triunghi isoscel cu baza T și cu unghiul de la vîrf A . Datorită difracției pe marginile diafragmei, distribuția energiei în funcție de unghiul direcției respective va fi descrisă de funcția cunoscută (12),

$$E = E_0 \frac{\sin^2 u}{u^2},$$

în care $u = \pi b (\sin \varphi) / \lambda$. Distanța unghiulară, $\delta' \varphi$, dintre maximul principal ($u = 0$) și primul minim ($u = \pi$) ale acestei funcții, este egală cu

$$\delta' \varphi \approx \sin \delta' \varphi = \lambda / b. \quad (1.23)$$

Deoarece prisma dă o mîrire unghiulară w , la ieșirea fascicului de raze, după ce trece prin prismă, distanța unghiulară corespunzătoare criteriului Rayleigh devine egală cu $\delta \varphi = w \delta' \varphi$. Fie ca fasciculul incident pe prismă să conțină radiațiile a două linii avînd lungimile de undă λ și $\lambda + \delta \lambda$. Atunci distanța unghiulară, $\delta'' \varphi$, dintre direcțiile maximele principale va fi

$$\delta'' \varphi = \frac{d\varphi}{d\lambda} \delta \lambda. \quad (1.24)$$

Conform criteriului Rayleigh, liniile vor fi separate dacă $\delta'' \varphi \geq \delta \varphi$. Considerînd cazul limită, adică $\delta'' \varphi = \delta \varphi = w \delta' \varphi$, și utilizînd relațiile (1.16), (1.23), (1.24) și (1.9) se poate scrie

$$\frac{\sin A}{\cos \alpha_2 \cos \beta_1} \frac{dn}{d\lambda} \delta \lambda = \frac{\cos \alpha_1 \cos \beta_2}{\cos \alpha_2 \cos \beta_1} \frac{\lambda}{b}, \quad (1.25)$$

de unde,

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = \frac{\sin A}{\cos \alpha_1 \cos \beta_2} b \frac{dn}{d\lambda}. \quad (1.26)$$

Dacă prisma este fixată în poziția deviației minime ($\alpha_1 = \alpha_0$, $\beta = \beta_0$), atunci expresia (1.26) este ușor de transformat. Din figura 1.10 rezultă că

$$\cos \alpha_0 = \frac{b}{c}, \quad \sin \beta_0 = \sin \frac{A}{2} \frac{t_1 + t_2}{2}.$$

Înlocuind aceste mărimi în (1.26), obținem

$$R = (t_1 - t_2) \frac{dn}{d\lambda}. \quad (1.27)$$

Dacă dimensiunile diafragmei se pot lua astfel încît fasciculul să umple toată prisma ($b = b'$), atunci

$$R = T \frac{dn}{d\lambda}. \quad (1.28)$$

Se poate arăta că orice altă poziție a prismei duce la micșorarea puterii ei de separare. Cu alte cuvinte, pentru o prismă cu dimensiuni date, cea mai mare putere de separare se atinge la deviația minimă. Acesta este un argument important în utilizarea unui asemenea aranjament al prismei.

Remarcăm că puterea de separare Rayleigh a unei prismă se poate realiza destul de rar. De obicei, puterea de separare reală a unei prismă este mult mai mică.

Din formula (1.28) rezultă că puterea de separare a unei prismă depinde numai de lungimea bazei prismă, adică de mărimea unghiului de refracție. Prin urmare, pentru toate cele trei prismă reprezentate în figura 1.11 mărimea R este aceeași. Totuși, așa cum acest fapt va fi mai clar din cele ce urmează, cu cît este mai mică dispersia unghiulară a unei prismă, cu atît este mai greu de realizat puterea ei de separare. Acest fapt ne obligă să preferăm prismele cu unghiuri de refracție mari. De asemenea, cu cît este mai mare unghiul de refracție, cu atît se consumă mai puțin material pentru confecționarea unei prismă cu o anumită mărime a bazei. Și acesta este un argument serios în favoarea utilizării prismelor cu unghi de refracție mare, care, din această cauză, se la fel de aduna aproape egal cu unghiul înută.

Puterea de separare a unei prismă de sticlă se poate evalua ușor, folosind datele referitoare la dispersia sticlelor.

Unul dintre neapănsurile importante ale prismelor este scăderea rapidă atît a puterii de separare, cît și a dispersiei, pe măsura trecerii de la extremitatea din domeniul albastru al spectrului la cea din domeniul roșu.

Astfel, pentru sticlă TФ-5, pentru domeniul albastru al spectrului, $dn/d\lambda \approx 3200 \text{ cm}^{-1}$, pe cînd pentru domeniul roșu, $dn/d\lambda \approx 1170 \text{ cm}^{-1}$.

Admițînd această valoare, obținem pentru o prismă cu baza de 5 cm o putere de separare, în domeniul roșu ≈ 5000 , iar în cel albastru ≈ 15000 .

Folosind aceste date sînt ușor de evaluat dimensiunile minime ale unei prismă, necesare pentru separarea unora sau altora dintre linie unui spectru. Astfel, pentru separarea celor două linii D ale sodului, care se află una de alta la o distanță de 6 \AA , este necesară o putere de separare $R = 6000/6 = 1000$, adică pentru aceasta este suficientă o prismă din sticlă TФ-5 cu baza de aproximativ 1 cm. Pentru separarea liniilor dubletului $H_2 - D$ (linie izotopilor hidrogenului, care se află la o distanță de circa 2 \AA) este necesară o putere de separare $R = 3000$ în domeniul roșu, adică o prismă cu o bază mai mare decît 3 cm. Pentru mărirea puterii de separare se poate folosi un sistem de k prismă

asezate una după alta. Se poate arăta că puterea de separare a unui asemenea sistem este egală cu suma puterilor de separare ale tuturor prismelor.

Influența absorbției asupra puterii de separare a prismei. Până acum am studiat o prismă care nu absoarbe radiația incidentă. În realitate, totdeauna are loc, într-un grad sau altul, o absorbție, ceea ce înseamnă nu numai micsorarea




Fig. 1.11. Trei prismele cu bazele egale, care au aceeași putere de separare.




Fig. 1.12. Diafragmarea unei prismă de absorbție, pentru mărirea puterii e. de separare.

rarea cantității totale de energie care trece prin prismă, ci și scăderea puterii ei de separare. Aceasta se datorează faptului că absorbția luminii pentru fasciculele care trec prin apropierea bazei prismei este mai mare decât absorbția pentru fasciculele care trec pe lângă vârful ei.

Fie k coeficientul de absorbție al materialului din care este confecționată prismă. Fluxul de lumină $d\Phi$, care trece prin prismă paralel cu baza ei și parcurge distanța l prin prismă, va fi atenuat, conform legii absorbției, cu

$$d\Phi = d\Phi_0 e^{-kl}. \quad (1.29)$$

Când k este esențialmente diferit de zero, atunci $d\Phi$ tinde repede la zero, odată cu creșterea lui l . Calitativ aceasta înseamnă că razele care trec prin prismă traversând-o pe o mare grosime, deci care se propagă prin apropierea bazei ei, nu vor participa la formarea imaginii. Acest fapt este echivalent cu micsorarea dimensiunilor și, prin urmare, conform relației (1.28), cu micsorarea puterii de separare a prismei. Micsorarea puterii de separare se produce cu atât mai repede, cu cât k este mai mare. Din această cauză, prismele de sticlă, folosite în ultravioletul apropiat, nu numai că absorb o parte importantă din lumină, dar au și o putere de separare mai mică decât prismele cu o transparentă mai bună. Este interesant de observat că, cu prețul unei atenuări suplimentare a cantității de lumină care trece prin prismă, putem readuce puterea ei de separare până la puterea de separare a unei prismă absolut transparente. Pentru aceasta este necesar să se acopere o parte a suprafeței prismei cu un ecran netransparent, plasat așa cum se vede în figura 1.12. Dacă se ia un sistem de axe de coordonate ca în figura 1.12, atunci ecuația carbei după care este decupat ecranul va trebui să fie de forma

$$y = H e^{kl(T-y)-1}.$$

În acest caz, faxulul de lumină care trece printr-o secțiune oarecare a prisme va fi constant și egal cu

$$d\Phi = d\Phi_0 e^{-k(x)} \frac{b}{H} = d\Phi_0 e^{-kr}, \quad (1.30)$$

dând o aceeași contribuție la formarea imaginii. Puterea de separare Rayleigh va crește în acest caz până la puterea de separare a unei prisme complet transparente. Totuși, în realitate, aceasta nu înseamnă că procedul indicat poate contribui esențial din punct de vedere al posibilității de a distinge un număr mai mare de detalii în spectru. Micșorarea cantității de energie disponibilă pentru observarea spectrului are drept consecință creșterea erorilor relative de măsurare a ei și, implicit, o rășunțire a puterii de separare reale. În cazurile în care cantitatea de energie luminoasă nu atrage după sine o diminuare a preciziei măsurărilor, o asemenea difragmare a prisme poate fi utilă.

Defectele de fabricație ale prismelor și puterea de separare. Până în acest moment am analizat o prismă ideală, care se caracterizează prin fețe de refracție plane și printr-un indice de refracție constant în întreg volumul prismei. O prismă reală nu satisface aceste condiții. Ca urmare a neomogenității materialului și a defectelor de polizare, frontul unei unde plane ce traversează prismă se va deforma. Sunt importante numai acele deformări care influențează puterea de separare a prisme.

Să examinăm condițiile în care se produc astfel de deformări. Pentru simplitatea calculului vom analiza o prismă care este fixată la deviația minimă. Influența defectelor prismei se manifestă în faptul că normalele la frontul de undă care trece prin prismă, în diferite porțiuni ale lui, nu vor mai fi paralele între ele. Să notăm unghiul maxim dintre aceste normale cu $\delta\varphi$, iar distanța unghiulară dintre două raze care satisfac criteriul Rayleigh, cu $\delta\psi$. Este evident că defectele prismei vor afecta prea puțin puterea ei de separare, dacă $\delta\varphi \ll \delta\psi$, unde

$$\delta\psi = \frac{d\varphi}{d\lambda} \frac{d\lambda}{\lambda}.$$

Aici $\lambda' \delta\lambda = R$ este puterea de separare a unei prisme, după Rayleigh. Utilizând relațiile (1.17) și (1.28), avem

$$\delta\varphi \leq \frac{2 \sin(A/2)}{|1 - n^2 \sin^2(A/2)|} \frac{\lambda}{T}. \quad (1.31)$$

Considerând $A = 60^\circ$ și $n = 1,7$, obținem condiția aproximativă

$$\delta\varphi \leq 2 \frac{\lambda}{T}. \quad (1.32)$$

Dacă aria porțiunilor cu defecte ale prismei este mică, astfel încât aportul lor la formarea imaginii hanelor spectrale se poate neglija, atunci pot fi admise chiar și abateri locale mai mari ale unghiului de refracție.

Pentru determinarea lui $\delta\varphi$ vom diferenția expresia (1.8)

$$\sin \frac{A}{2} \delta n = n \cos \frac{A}{2} \frac{\delta A}{2} = \cos \left(\frac{A}{2} - \varphi \right) \frac{\delta A}{2} + \cos \left(\frac{A}{2} - \varphi \right) \frac{\delta \varphi}{2}, \quad (1.33)$$

de unde

$$\delta\varphi = \frac{2 \sin \frac{A}{2} \delta n + \left(n \cos \frac{A}{2} - \cos \frac{A}{2} + \varphi \right) \delta A}{\cos \frac{A}{2}}. \quad (1.34)$$

Pentru evaluarea abaterilor admisibile ale indicelui de refracție și a unghiului de refracție de la valorile lor normale, să presupunem inițial că $n = 1,7$, iar $A = 60^\circ$.

În acest caz $d\varphi \approx 2(\delta n + \delta A)$, iar condiția (1.32) se scrie sub forma

$$\delta n + \delta A \leq \frac{\lambda}{T}. \quad (1.32')$$

Dacă se admite că $\delta A = 0$, adică fețele prismei sînt ideale, atunci, pentru $\lambda = 5 \cdot 10^{-5}$ cm, obținem $\delta n \leq 5 \cdot 10^{-5}/T$.

Așadar, în cazul unei prismе cu baza de 1 cm indicele de refracție trebuie să fie cunoscut cu o precizie care să depășească $5 \cdot 10^{-5}$, iar pentru o prismă cu baza de 10 cm, mai mare de $5 \cdot 10^{-6}$.

Restricțiile referitoare la calitatea suprafețelor rezultă din condiția ca unghiul A să fie constant de-a lungul întregii prismе cu o abatere mai mică decît $5 \cdot 10^{-5} T$, deci în cazul unei prismе cu baza de 10 cm, cu o precizie mai bună ca $5 \cdot 10^{-6}$, adică, în unități de unghi, în jur de o secundă. Aceasta corespunde unei abateri a suprafeței prismei de la planeitatea perfectă mai mică decît λ .

Astfel de cerințe față de calitatea prelucrării fețelor nu sînt excepțional de severe; se pot obține ușor suprafețe plane de o calitate mult mai înaltă. Totuși cerințele impuse omogenității materialului sînt dificil de realizat. De aceea, în procesul de fabricare a prismelor mai adesea se recurge la retușare, adică se compensează astfel deformările frontului de undă provocate de neomogenitatea indicelui de refracție, prin polizarea anumitor părți ale suprafeței prismei.

Trebuie să menționăm faptul că în majoritatea aparatelor cu prismă nu este folosită întreaga putere de separare teoretică a prismei. Din această cauză, condițiile de calitate a prismelor sînt mai puțin severe. Evaluările corespunzătoare vor fi făcute mai târziu (cap. 4, § 4).

§ 5. PIERDERILE DE LUMINĂ PRIN REFLEXIE ȘI EFECTUL DE POLARIZARE A PRISMEI

Pierderi importante de lumină la trecerea prin prismă se produc datorită reflexiei pe fețele prismei. Prin reflexie se modifică și starea de polarizare a radiației care se propagă prin prismă. Calculul corespunzător se face cu ajutorul formulei lui Fresnel

$$r_{\parallel} = \frac{\sin^2(\alpha_1 - \beta_1)}{\sin^2(\alpha_1 + \beta_1)}, \quad r_{\perp} = \frac{\operatorname{tg}^2(\alpha_1 - \beta_1)}{\operatorname{tg}^2(\alpha_1 + \beta_1)}. \quad (1.35)$$

În ultima relație r este coeficientul de reflexie pe prima față a prismei, corespunzător componentei polarizate în planul de incidență, iar r_{\perp} este același coeficient pentru componenta polarizată perpendicular

Dacă pe prismă cade un flux de radiație nepolarizată, Φ_0 , atunci pentru fluxurile de lumină care corespund, în lumină reflectată, celor două direcții de polarizare, reciproc perpendiculare, avem

$$\Phi'_0 = \frac{1}{2} \Phi_0 r_0, \quad \Phi'_1 = \frac{1}{2} \Phi_0 r_1, \quad (1.36)$$

iar pentru radiația care intră în prismă prin această față,

$$\Phi_0 = \frac{1}{2} \Phi_0 (1 - r_0), \quad \Phi_1 = \frac{1}{2} \Phi_0 (1 - r_1). \quad (1.37)$$

Prin urmare, pierderile de lumină la trecerea printr-o singură față sînt

$$\frac{\Delta \Phi}{\Phi_0} = \frac{\Phi'_0 + \Phi'_1}{\Phi_0} = \frac{1}{2} (r_0 + r_1), \quad (1.38)$$

iar gradul de polarizare a radiației transmise

$$\gamma = \frac{\Phi_1 - \Phi_0}{\Phi_1 + \Phi_0} = \frac{r_0 - r_1}{2 - r_0 - r_1}. \quad (1.39)$$

În figura 1.13 sînt date mărimile r_0 și r_1 , calculate cu ajutorul relațiilor (1.35), în funcție de unghiul de incidență pentru sticla TP-5. Folosind aceste mărimi, sînt ușor de evaluat pierderile și polarizarea luminii pentru o prismă de orice construcție.

Să studiem o prismă simplă cu unghiul de refracție de 60° , fixată la deviația minimă, pentru linia galbenă a sodiului ($n = 1,75$). În acest caz unghiul de incidență este egal cu $62^\circ 30'$, ceea ce înseamnă că este aproape de unghiul Brewster, egal cu $60^\circ 20'$. Așadar, lumina reflectată este polarizată aproape în întregime în planul de incidență și energia ei reprezintă aproximativ 13% din energia radiației incidente. Gradul de polarizare a luminii absorbite este circa 15%. Refracția pe cea de a doua față duce la faptul că lumina ce trece prin prismă este polarizată în proporție de 29%, iar energia ei este aproximativ 77% din energia fasciculului incident. Prin urmare, reflexia luminii are drept




Fig. 1.13. Dependența coeficienților de reflexie de unghiul de incidență, pentru sticla TP-5.

consecință nu numai o pierdere de energie luminoasă, ci și modificarea substanțială a polarizării. Prin traversarea de către lumină a unui sistem de trei prisme de 60° , rezultă o polarizare aproape totală a luminii (gradul de polarizare - 72%), iar pierderile prin reflexie ating 42%. Aceasta se explică prin faptul că,

datorită incidenței sub un unghi apropiat de unghiul Brewster, razele de lumină polarizate în planul perpendicular pe planul de incidență aproape nu suferă reflexie.

Acțiunea polarizantă a unei prisme depinde de lungimea de undă : acest fapt rezultă din formula lui Fresnel.

Pierderile prin reflexie cresc repede atunci când unghiul de refracție al unei prisme, A , se apropie de valoarea sa limită, dată de formula (1.2). Necesitatea măririi dispersiei impune creșterea inevitabilă a unghiului de refracție. Necesitatea de a micșora însă pierderile de lumină ne determină să luăm unghiul A nu prea aproape de valoarea lui limită, pentru care pierderile sînt de 100%. Acest fapt se poate constata ușor, luînd în formula lui Fresnel, (1.35), pentru α valoarea $\alpha = \pi/2$.

Pierderile de lumină prin reflexie nu corespund exact calculelor, deoarece pechele fine de pe suprafața prismei pot modifica într-unele atît coeficientul de reflexie, cît și starea de polarizare, atît a luminii transmise, cît și a luminii reflectate. Pierderile prin reflexie pot fi considerabile, în special în sistemele cu mai multe prisme. Pentru micșorarea lor se depun pe suprafața prismei straturi antireflex sau se folosesc aranjamente speciale de prisme cu unghiuri mici de incidență.

§ 6. ASTIGMATISMUL ȘI CURBAREA LINIILOR SPECTRALE

Astigmatismul unei prisme. Pînă acum am examinat mersul razelor în planul secțiunii principale a unei prisme. În realitate, pe prismă cade întotdeauna un fascicul larg de raze : totodată aceste raze nu sînt neapărat paralele cu planul secțiunii principale a prismei.

Considerînd refracția unui fascicul de lumină prin prismă, într-un plan perpendicular pe secțiunea sa principală, se vede ușor că, în acest caz, prisma acționează ca o placă plan-paralelă, care nu modifică direcția razelor. O consecință directă a modului diferit în care se produce refracția în cele două secțiuni perpendiculare ale prismei este astigmatismul, care, așa cum vom vedea, este direct legat de mărirea ei unghiulară.

Într-adevăr, așa cum se vede din figura 1.7, la trecerea prin prismă a unui fascicul homocentric, el se transformă astfel încît vîrfurile fasciculului se apropie de prismă sau se îndepărtează de ea*. În acest caz

$$r_0 = \frac{ac}{\phi} \text{ și } r = \frac{bd}{\psi}.$$

Ținînd cont de faptul că

$$\frac{\phi}{\psi} = \frac{ac}{bd} = w,$$

obținem

$$\frac{r}{r_0} = \frac{1}{w}. \quad (1.40)$$

* În figura 1.7 este reprezentat cazul în care $\alpha_1 < \alpha_0$ și $w > 1$. În cazul în care $\alpha_1 = \alpha_0$ mărimile w și r/r_0 sînt egale, iar vîrfurile fasciculului se va îndepărta de prismă.

Neglijind grosimea prismei, putem găsi că apropierea vârfului fascicului de prismă este

$$\Delta r = r_0 - r = r_0 \frac{w^2 - 1}{w^2} \quad (1.41)$$

Variația distanței dintre vârful fascicului și prismă se produce numai în planul secțiunii principale.




Fig. 1.14. Calcularea astigmatismului unei prismei.

Prin urmare, un fascicul homocentric îngust de raze devine astigmatic la ieșirea sa dintr-o prismă. Dacă se așază un obiectiv în spatele prismei, atunci el va focaliza imaginea punctului S în planul P , sub forma unui segment de dreaptă, perpendicular pe muchia de refracție a prismei, iar în planul Q , sub forma unui segment paralel cu această muchie. Distanța dintre aceste planuri, Δa , poate fi calculată, cunoscând mărimea Δr , distanța focală și poziția lentilei L (fig. 1.14).

Notînd distanța focală a obiectivului cu F , distanța de la punctul S la obiectiv cu r și de la obiectiv la imagine cu a , avem

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{a} = \frac{1}{F} \quad (1.42)$$

Derivînd relația (1.42), rezultă

$$\frac{\Delta r}{r^2} = - \frac{\Delta a}{a^2}$$

sau

$$\Delta a = - \Delta r \frac{a^2}{r^2}$$

Dacă $r \approx r_0 \gg a$, atunci $a \approx F$ și

$$\Delta a \approx - \Delta r \frac{F^2}{r^2} \quad (1.43)$$

Fiecare punct din imaginea fantei capătă o întindere într-o direcție perpendiculară față de direcția dispersiei pe distanța

$$\Delta h = \Delta a \frac{D}{F} = \Delta r \frac{F}{r^2} D,$$

în care D este diametrul obiectivului. Pe baza relației (1.41) se poate scrie final

$$\Delta h = \frac{w^2 - 1}{w^2} \frac{F}{r} D. \quad (1.44)$$

Din relația (1.44) se vede că astigmatismul unei prisme devine zero, dacă $w = 1$, adică la deviația minimă. Conform relației (1.44), astigmatismul mai este zero și dacă $r \rightarrow \infty$, adică dacă fasciculul incident este un fascicul de raze paralele. În acest caz toate razele fasciculului intră în prismă și ies din ea sub unul și același unghi, iar imaginea punctului luminos va fi tot un punct, independent de dimensiunile prisme și de unghiul de incidență al razelor.

Din cele expuse devine clar de ce aproape toate aparatele spectrale sînt echipate cu un colimator așezat astfel încît prin prismă să treacă un fascicul de raze paralele sau evasiparalele. În acest caz imaginea liniilor spectrale este mult mai bună. Uneori pot fi concepute sisteme focalizatoare, care să corecteze într-o măsură considerabilă abaterile introduse de prisma prin care trece un fascicul ne paralel [1.1]. Totuși, aceste sisteme nu sînt răspîndite, probabil și datorită imperfecțiunilor lor tehnice.

Orice colimator, în afară de cel cu oglinzi, introduce o anumită aberație cromatică. Din această cauză, el va da un fascicul paralel numai pentru o anumită lungime de undă. Razele cu alte lungimi de undă, incidente pe prismă, vor da un fascicul convergent sau divergent, adică vor construi o imagine astigmatică.

Curbarea liniilor spectrale. Să analizăm acum refracția razelor care cad sub un anumit unghi față de planul secțiunii principale. Pentru obținerea spectrelor se utilizează totdeauna o fantă paralelă cu muchia de refracție a prisme; fanta se află în focarul colimatorului, astfel încît razele care pleacă din partea centrală a fantei să formeze un fascicul de raze paralele cu planul secțiunii principale (fig. 1.15). Evident că și razele care pleacă din alte puncte ale fantei vor forma și ele, după trecerea prin lentila colimatoare, L_1 , tot fascicule paralele. Ele vor fi însă înclinate față de planul secțiunii principale cu un unghi γ , care este cu atît mai mare cu cît punctul respectiv al fantei S este mai departe de centrul ei.

Analiza mersului razelor înclinate arată că datorită difracției proiecția unei raze date, în planul secțiunii principale, se rotește cu unghiul φ' . El poate fi calculat cu aceleași formule ca și unghiul de deviație, φ , al unei raze din planul




Fig. 1.15. Explicarea curbării liniilor spectrale: L_1 și L_2 — lentila colimatorului și lentila camerei; S — fantă; P — suprafața focală.

secțiunii principale, care se obține prin înlocuirea indicelui de refracție al prisme cu indicele de refracție efectiv, n' , definit cu ajutorul expresiei

$$n' = \sqrt{n^2 + (n^2 - 1)\text{tg}^2 \gamma}. \quad (1.45)$$


Din această relație se vede că n' este totdeauna mai mare decât n . Altfel spus, proiecția razei din planul secțiunii principale deviază mai mult decât raza care se află în acest plan, și cu atât mai mult, cu cât n este mai mare. Cu alte cuvinte, imaginile liniilor spectrale sînt curbate. Convexitatea imaginii este îndreptată spre domeniul lungimilor de undă mari. În prima aproximație linia spectrală reprezintă un segment de parabolă avînd în vîrf curbura $(1/R)$ egală cu

$$\frac{1}{R} = \frac{n^2 - 1}{nF} \frac{\sin A}{\cos \beta_1 \cos \alpha_2}, \quad (1.46)$$

F' fiind distanța focală a obiectivului. Am considerat că suprafața focală este perpendiculară pe raza incidentă pe ea. Dacă prisma este fixată la deviația minimă, atunci formula (1.46) se transformă în

$$\frac{1}{R} = \frac{2(n^2 - 1) \operatorname{tg} \alpha_n}{n^2 l}. \quad (1.47)$$

Din relațiile (1.46) și (1.47) se vede că curbarea liniilor se micșorează odată cu mîrimea lui F' . De aceea, ea este importantă mai ales la aparatele cu distanță focală mică. Pentru $F' \geq 2$ m. curbarea nu mai are practic nici un efect. Una dintre urmările importante ale curbării liniilor spectrale este înrăutățirea calității imaginii fantei în prezența astigmatismului. Într-adevăr, astigmatismul dusul nu duce la micșorarea pattern de separate. Datorită astigmatismului, imaginea fiecărui punct al fantei apare ca un segment de dreaptă, paralel cu fanta. Cu toate acestea, imaginea întregii fante este netă, deoarece suprapunerea imaginilor punctelor separate nu produce lărgirea ei. Altfel stau lucrurile cînd imaginile punctelor separate ale fantei sînt deplasate unul față de altul în direcția perpendiculară pe fantă, așa cum se întîmplă datorită curbării imaginii fantei. În acest caz, imaginile punctelor separate ale fantei se vor distribui așa cum se vede în figura 1.16. Parabola care este imaginea stigmatică a



fantei, trecî prin mijlocul segmentelor, care sînt imaginile punctelor separate, cu toate imaginile ocupa o suprafață limitată de capetele acestor segmente.

Așadar, a remarcat, pentru micșorarea astigmatismului prisma se fixează în rașul de deviație, iar colimatorul se corectează cât mai bine pentru a nu

avea nici un fel de aberații cromatice, astfel încît în toate domeniile spectrale care interesează să treacă prin prismă fascicule de raze paralele.

Curbară liniilor spectrale poate fi compensată într-o mare măsură prin curbară fantei, astfel încît grație efectului prisme, imaginea fantei să fie dreaptă. Calculul corespunzător nu este greu de făcut. Însă această compensare a efectului de curbare, dat de prismă, poate fi atinsă numai pentru o anumită lungime de undă - de obicei se alege partea centrală a spectrului. Odată cu micșorarea lungimii de undă, curbară imaginii fantei crește repede. Din această cauză, în domeniul spectral al lungimilor de undă scurte compensarea curbării nu este completă, iar în domeniul lungimilor de undă mari este excendentară. Forma spectrului astfel obținut este dată în figura 1.17 b. În acest caz efectul nedorit al curbării este sensibil mai mic decît în cazul fantei rectilinie.

Acest procedeu este utilizat acum într-o serie de aparate, cu toate că realizarea unor fante curbate este cu mult mai dificilă decît a celor obișnuite. Dacă într-un aparat sînt cîteva prisme la deviația minimă, atunci curbară imaginii este egală cu suma curbărilor date de fiecare prismă. Dacă prismele nu sînt fixate la minimul de deviație, atunci, pentru calculul curbărilor, ca și pentru calculul dispersiei sistemului, trebuie ținut cont de mărirea unghiulară.

§ 7. TIPURI DE PRISME

S-au studiat și realizat numeroase construcții de prisme sau de sisteme de prisme, uneori în combinație cu oglinzi și prisme de rotație, pentru dispersie.

În domeniul vizibil al spectrului se utilizează, de obicei, prisme de sticlă cu dimensiunile de la 1 la 30 cm. Prismele cu baza de 1 cm se folosesc în spectrocoapele portative și în alte aparate mici. Prismele cu baza de 30 cm au fost confecționate în exemplare unicate. Cele mai răspindite dimensiuni ale bazelor prismelor sînt 4-8 cm. De obicei, înălțimea prismelor se alege astfel încît proiecția fetei pe care se produce refracția, pe obiectivul colimatorului, să fie un pătrat înscris în obiectiv.

Prisme lichide. Pentru confecționarea unor asemenea prisme, într-un vas cu trei fețe, prevăzut cu ferestre transparente, se toarnă un lichid care are dispersia mare. Dintre astfel de lichide fac parte, în primul rînd, sulfura de carbon (CS_2) și α -monobromnaftalenul.

Dar din cauza dependenței puternice a indicelui de refracție al lichidelor de temperatură și a variației temperaturii în diferite regiuni ale vasului, asemenea prisme sînt optice neomogene. Pentru obținerea unor spectre acceptabile este necesară o bună termostatare. Acest fapt a făcut să se renunțe la folosirea unor asemenea prisme, ele fiind utilizate numai pentru rezolvarea anumitor probleme. Astfel, de exemplu, pentru excitarea fluorescenței cu ajutorul unei radiații monocromatice se poate realiza ușor un monocromator construit dintr-o prismă cu ferestre de cuarț, umplută cu apă. Pentru această problemă calitatea unei prisme cu apă este complet satisfăcătoare, confecționarea ei fiind și mai ușoară, și mai puțină decît a unei prisme din cuarț cu aceleași dimensiuni. O construcție și mai simplă a unei astfel de prisme este cea propusă de Harrison, realizată dintr-un vas cu apă pe fundul cărui se fixează o oglindă concavă înclinată, care formează direct spectrul.

În toate experiențele în care contează numai intensitatea fluxului luminos care poate trece prin prismă, fără a se pretinde o putere de separare mare și o calitate a imaginii bună, prismele cu lichid, confecționate cu mijloace proprii sînt foarte utile.

Prisma lui Rutherford. Prisma lui Rutherford constă dintr-o prismă de bază, ABC (fig. 1.18 a), confecționată dintr-o sticlă cu dispersie mare, pe care sînt lipite prismele ABD și ACE . Aceste două prismele sînt confecționate dintr-o sticlă a cărei dispersie este cu mult mai mică decît cea a prismei ABC .




Fig. 1.18. Prisma Rutherford (a), Amici (b) și prismă cu deviație constantă (c).

Destinația acestor prismele este aceea de a mări unghiul de refracție limită al prismei centrale. Reflexia totală pe cea de a doua față a prismei se produce începînd de la

$$A_{\max} = 2 \arcsin \frac{n_0}{n}, \quad (1.48)$$

în care n_0 este indicele de refracție al prismelor atașate, ABD și ACE , iar n indicele de refracție al prismei centrale. Dacă prismă centrală este făcută din sticlă TΦ - 5, iar prismele ABE și ACE din K - 8, atunci $A_{\max} \approx 120^\circ$. În același timp, datorită micșorării unghiurilor de incidență și de emergență a luminii din prismă, se micșorează pierderile prin reflexie și se mărește substanțial secțiunea fasciculului.

Fără îndoială, o anumită parte din cîștigul în dispersie, care este dată de mărirea unghiului de refracție al prismei, se pierde, datorită faptului că dispersia prismelor aplicate este de sens opus și se scade deci din dispersia prismei centrale. Cu toate acestea, prismă Rutherford poate da o dispersie de 1,5 - 2 ori mai mare decît una obișnuită din aceeași sticlă.

Prisma cu vizare directă Amici. Așa se numește un sistem format din trei sau cinci prismele lipite, care au dispersii substanțial diferite (fig. 1.18 b). Prismele se confecționează astfel încît unghiul de deviație al părții mijlocii a spectrului să fie egal cu zero. Un astfel de sistem se utilizează, de obicei, în spectroscopie portabile, pentru care sînt importante în special dimensiunile aparatului.

Prisma cu deviație constantă Abbe. Prisma Abbe (fig. 1.18 c) este astfel confecționată ca și cum ar fi formată din două prisme de 30° (1 și 3) și una de 45° , de reflexie totală (2), a cărei destinație este să frângă raza refractată de prisma 1 cu un unghi drept. În condiții de deviație minimă unghiurile α_1 și α_2 sînt egale în valoare absolută, însă de semne contrare. Așadar, unghiul de deviație a razei este de 90° .

Deoarece sorturile de sticlă care au dispersia mare prezintă de obicei o aberație considerabilă în domeniul violet al spectrului, datorită parcursului mare al razelor prin prisma Abbe, pierderile prin absorbție devin, în acest domeniu, importante. Pentru a le diminua, adesea, dintre cele trei prisme care se lipesc pentru a forma prisma Abbe de fapt numai 1 și 3 sînt făcute dintr-o sticlă cu dispersie mare, pe cînd prisma 2, în care practic nu se produce dispersie, se confecționează dintr-o sticlă transparentă, ușoară, de pildă, K - 8. În locul prisme se poate monta chiar o oglindă, fără a modifica astfel acțiunea sistemului. O asemenea variantă a fost propusă de E.S. Friș, pentru domeniul ultraviolet al spectrului, în care utilizarea prisme Abbe este dificilă.

Prisma Cornu. Materialul de bază pentru prisme transparente în domeniul ultraviolet al spectrului îl constituie cuarțul cristalin. Însă folosirea lui se complică datorită anizotropiei optice și despicării liniilor spectrale, determinată de ea. Din această cauză, prisme din cuarț cristalin sînt astfel realizate încît să permită evitarea influenței dublei refracții și a activității optice a cuarțului asupra calității spectrului. În acest scop, cea mai largă utilizare o are prisma Cornu. Ea constă din două prisme dreptunghiulare cu unghiul de refracție de aproximativ 30° (fig. 1.19 a) tăiate astfel încît razele care parcurg prisma paralel cu baza (la deviația minimă pentru ansamblul celor două prisme) să se propage de-a lungul axei optice a cristalului. Una dintre cele două prisme este făcută din cuarț dextrogir, iar cealaltă din cuarț levogir, astfel încît nu se mai produce rotația planului de polarizare. Totuși, razele care sînt înclinate față de axă suferă dublă refracție. Nici rotația planului de polarizare pentru asemenea raze nu este compensată. Toate acestea pot influența calitatea spectrului.

Prisma cu autocolimație (prisma Littrow). Adesea, mai ales în aparatele mari, în locul unei prisme Cornu se utilizează o prismă cu autocolimație care




Fig. 1.19. Prisma Cornu (a) și prismă cu autocolimație (b), echivalentă prismei Cornu.

reprezintă o combinație între o jumătate de prismă Cornu și o oglindă (fig. 1.19 b). Într-o asemenea prismă compensarea rotației planului de polarizare se realizează ca și în prisma Cornu; se reduce însă la jumătate cantitatea de material scump necesară. Pentru domeniul vizibil al spectrului prisme de acest tip se fac din sticlă.

Sisteme cu deviație constantă. Ca și prismă Abbe, prismă cu autocolimație dă tot o deviație constantă, numai că în acest caz unghiul de deviație nu este de 90° , ci de 180° . Există încă o serie de combinații din prisme și oglinzi, care, la deviația minimă, se caracterizează prin faptul că același unghi de deviație pentru toate lungimile de undă. Asemenea sisteme au fost propuse și reali-




Fig. 1.20. Schema aranjamentului cu deviație constantă Wadsworth.

zate de Wadsworth; el a arătat că o combinație dintre o prismă și o oglindă, fixate rigid între ele, reprezintă un sistem cu un unghi de deviație constant (fig. 1.20). Numai că în cazul rotirii acestui sistem, raza refractată va suferi, în general, o deplasare paralelă cu ea înșuși. Pentru a evita acest lucru, axa de rotație a sistemului trebuie să coincidă cu linia de intersecție a planului oglinzii cu planul bisector al unghiului de refracție al prismei (punctul O din figurile 1.20 și 1.21). Variantele cele mai importante de sisteme Wadsworth sunt reprezentate în figura 1.21. Un astfel de dispozitiv prezintă importante comodități




Fig. 1.21. Variante ale schemei Wadsworth.


constructive, însă implică atât pierderi suplimentare de lumină, cât și înrăutățirea calității imaginii, datorită reflexiei suplimentare pe oglindă.

Prisma Féry. Tendința de a construi aparate spectrale cât mai economice a determinat realizarea elementului dispersiv care să combine efectul prismei cu cel al opticii de focalizare. Prisma Féry este mărginită de două suprafețe sfince care se intersectează (fig. 1.22). Suprafața convexă este argintată. Prisma este montată într-un sistem cu autocolimație.

De obicei, prismă se fixează astfel încât mersul razelor prin ea să fie perpendicular pe suprafața reflectantă. Aceasta permite reducerea maximă a aberațiilor, care, fiind destul de mari la prismă Féry, utilizarea acestora este posibilă numai în cazul unei deschideri relative mici. Deosebit de mare este astigmatismul. Totuși, în ciuda acestor neajunsuri, folosirea ei în unele cazuri, în instalațiile de laborator, devine avantajoasă.

Se poate vedea ușor că de fapt prisma Féry nu este altceva decât o porțiune dintr-o lentilă în formă de menisc, a cărei suprafață convexă este argintată. Meniscurile existente în orice laborator pot servi pentru confecționarea

Fig. 1.22. Schema aranjării prismei Féry



rapidă de aparatură spectrală cu o astfel de prismă. Prisma cu apă a lui Harrison, descrisă mai sus, este tot o variantă a prismei Féry.

Sisteme cu mai multe prisme. Sistemele cu mai multe prisme, care erau larg utilizate cu 50-60 de ani în urmă, se întâlnesc în prezent relativ rar. Numărul mare de prisme duce nu numai la o pierdere substanțială de lumină, ci și la înrăutățirea calității imaginii, deoarece influența erorilor de construcție




Fig. 1.23. Sisteme cu mai multe prisme: al lui Fersterling (a) (O_1 , O_2 , O_3 — axe de rotație ale prismelor) și sistemul cu autocolimație (b), echivalent el; sistemul lui Young-Pollon (c), al lui Lever (d) și al lui Féry (e).

a prismelor crește pe măsura mării numărului lor. Cu toate acestea, sistemul din trei prisme, propus de Fersterling, are totuși o largă răspundere. El constă din două prisme echilaterale identice, între care se așază o prismă Abbe (fig. 1.23 a).

Toate prismele sînt fixate la deviația minimă. Sistemul se caracterizează printr-un unghi constant de deviație, egal cu 90° . Dacă toate prismele sînt confecționate din sticlă de același sort, atunci, cînd se trece de la o lungime de undă la alta, prismele 1 și 3 trebuie rotite cu unghiuri egale, în sensuri contrare, iar prisma 2 în sensul de rotație al prismei 1, cu un unghi triplu. Așezînd după ultima prismă o oglindă, așa cum este arătat punctat în figura 1.23 a, obținem un sistem echivalent cu șase prismе de 60° fiecare.

Sistemul cu autocolinație reprezentat în figura 1.23 b este echivalent, ca proprietăți optice, cu sistemul din trei prismе, al lui Fersterlig, însă mult mai compact. Astfel de sisteme sînt utilizate într-o serie de stiloscoape moderne.

Mai trebuie pomenit și sistemul lui Young-Tollon (fig. 1.23 c). El are o luminositate mai mare, deoarece permite utilizarea unui fascicul mai larg pentru aceleași dimensiuni ale prismei. Razele care parcurg simetric acest sistem de prismе satisfac totdeauna condiția de deviație minimă.

Sistemul lui Lever (fig. 1.23 d) constă din două prismе de 30° , de deviație constantă (unghiul de deviație este de 0°). Rețele ipotenuze ale ambelor prismе sînt paralele una cu alta. În fiecare dintre prismе fasciculul de lumină suferă două refracții și o reflexie totală pe fața catetă mare.

O compactizare foarte avantajoasă a unui aparat spectral o reprezintă sistemul lui Fris, compus din două prismе Abbe (fig. 1.23 e).


REȚEAUA DE DIFRAȚIE

§ 1 CONSTRUCȚIA REȚELEI ȘI PRINCIPALELE EI PROPRIETĂȚI

Principiul de funcționare. Timp de mai bine de o sută de ani prisma a constituit singurul mijloc de obținere a unui spectru. În 1786 astronomul american David Rittenhaus a fost primul care a utilizat în acest scop fenomenul de difracție. Dispozitivul construit de el consta dintr-un ansamblu de fante formate între fire de sirmă fine, întinse una lângă alta pe o ramă. Acest dispozitiv a căpătat ulterior denumirea de rețea de difracție prin transparență. Rittenhaus a studiat principalele proprietăți ale unei asemenea rețele. Mai târziu, în 1821, Fraunhofer a elaborat prima teorie a rețelei de difracție. Pentru obținerea unor rețele cu intervalele transparente și opace de sticlă, Fraunhofer a propus zgînirea cit mai fină a sticlei cu un diamant. Tot el a propus metoda de obținere a unei rețele prin reflexie, care constă în a trasa astfel de zgînieturi pe o suprafață metalică reflectantă. Principalele metode de obținere a rețelelor de difracție, propuse de Fraunhofer, s-au păstrat pînă în zilele noastre, deși tehnica s-a îmbunătățit radical.

Aproape în toate rețelele utilizate pentru cercetările spectrale se folosește difracția prin reflexie. Rețelele transparente se utilizează numai în unele aparate, mai ales în scopuri didactice. Cu toate acestea, în unele cazuri, se mai folosesc și azi rețele din sîrme paralele (distanța dintre două sîrme fiind mult mai mare decît diametrul sîrmei) de tipul celei propuse de Rittenhaus. Astfel de rețele foarte mari, care au un unghi de dispersie mic sînt montate pe obiectivul celor

Fig. 2.1. Difracția pe o rețea de difracție transparentă.



mai mari instrumente astronomice. Ele permit obținerea spectrelor de ordinul întâi ale stelelor celor mai strălucitoare, ceea ce prezintă un interes deosebit pentru anumite cercetări astronomice.

Modul de funcționare a unei rețele de difracție este ușor de înțeles, dacă se analizează interferența unor unde plane individuale care suferă difracție pe fantele unei rețele. Ca urmare a interferenței razelor emergente din fantele vecine, se vor observa maxime când diferența de drum a razelor, $\Delta_2 - \Delta_1$, va fi egală cu un număr întreg de lungimi de undă (fig. 2.1). O analiză geometrică elementară permite determinarea poziției maxunelor; această poziție este dată de cunoscuta formulă

$$t(\sin \varphi - \sin \psi) = k\lambda, \quad (2.1)$$

Aici t este constanta rețelei, egală cu suma lățimilor intervalului transparent și al celui opac vecine, φ — unghiul de difracție, ψ — unghiul de incidență, iar k — un număr întreg. O formulă analoagă se obține și pentru rețeaua de difracție prin reflexie. Relația (2.1) permite stabilirea unei serii de proprietăți importante ale rețelei. Din ea rezultă direct că unghiul de difracție depinde de lungimea de undă, ceea ce permite utilizarea rețelei de difracție ca element dispersiv.

Spectrele de diferite ordine. Rețeaua da un mare număr de spectre, corespunzătoare diferitelor valori ale lui k . Când $k = 0$, avem spectrul de ordinul zero, pentru care $\sin \varphi = \sin \psi$, independent de lungimea de undă. Valoarea maximă a lui k este limitată de condiția $|\sin \varphi - \sin \psi| \leq 2$. Din (2.1) obținem condiția $k \leq 2t/\lambda$, din care rezultă că valoarea maximă a lui k va fi

$$k_{\max} \leq 2t/\lambda. \quad (2.2)$$

Pentru ca o rețea să dea numai spectrul de ordinul întâi, trebuie să fie satisfăcută condiția $t > \lambda/2$. Așadar, pentru $\lambda = 5000 \text{ Å}$, constanta rețelei trebuie să fie mai mare de 2500 Å , adică rețeaua trebuie să aibă mai puțin de 1000 trăsături pe milimetru. Rețelele actuale au între 600 și 2400 trăsături pe milimetru, adică sînt aproape de limita indicată. În domeniul a 1000 Å o rețea care are 2400 de trăsături pe milimetru este inutilizabilă, deoarece, cu ajutorul ei nu se mai poate observa nici măcar spectrul de ordinul întâi. Din această cauză, pentru domeniul cu lungimi de undă mai mari se recomandă utilizarea unor rețele relativ simple, care au 300 trăsături pe milimetru și chiar mai puțin.

Puterea de separare. Pentru distanța maximă dintre trăsături nu există nici un fel de limite restrictive rigide. Totuși sînt două motive care împân micșorarea constantei rețelei. Mai întâi, puterea de separare a unei rețele de difracție, așa cum vom arăta în cele ce urmează, fiind egală cu

$$R = \lambda/\delta\lambda = kN,$$

este deci determinată atât de ordinul spectrului, cît și de numărul total de trăsături ale rețelei, N . Evident că o mărire substanțială a numărului de trăsături ale rețelei de difracție va fi posibilă numai pe seama micșorării constantei rețelei. Astfel, ajungem inevitabil la utilizarea unor rețele ale căror dimensiuni devin foarte repede inadmisibil de mari. Într-adevăr, propunîndu-ne să obținem o rețea cu o putere de separare în spectrul de ordinul întâi egală cu 100 000, pentru cazul în care am face 600 de trăsături pe milimetru, va trebui ca aceste trăsături să se întindă pe o lungime de 17 cm. Dacă am mări constanta rețelei chiar și numai de zece ori, adică pînă la 1,60 mm, atunci lungimea ei va crește pînă la 170 cm, ceea ce devine deja fantastic de mare.

Prin urmare, realizarea unei puteri de separare mari determină mărirea numărului de trăsături și, respectiv, micșorarea constantei rețelei. Pentru mărirea puterii de separare se mai poate crește substanțial și ordinul spectrului. Această posibilitate va fi discutată mai tîrziu.

Dispersia. Un alt motiv care determină micșorarea constantei rețelei îl constituie obținerea unei dispersii unghiulare cit mai mari. Expresia pentru dispersia unghiulară poate fi obținută derivând expresia (2.1) în raport cu λ

$$D_{\varphi} = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{k}{t \cos \varphi}. \quad (2.3)$$

Din această relație rezultă deci că atât micșorarea constantei rețelei, t , cit și mărirea ordinului spectrului determină o creștere a dispersiei unghiulare a aparatului.

Substituind în expresia (2.3) valoarea k/t extrasă din (2.1), se poate scrie expresia pentru dispersia unghiulară sub forma

$$D_{\varphi} = \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\lambda \cos \varphi}. \quad (2.4)$$

Așadar, pentru unghiuri de incidență și de difracție date, dispersia rețelei nu depinde de constanta ei. În cazul unei incidențe normale a luminii pe rețea ($\sin \psi = 0$), expresia (2.4) capătă forma

$$D_{\varphi} = (\operatorname{tg} \varphi) / \lambda. \quad (2.4')$$

Pentru rețeaua de difracție prin reflexie, montată într-o schemă de autocolimație, $\sin \psi = -\sin \varphi$, iar pentru D_{φ} obținem

$$D_{\varphi} = 2(\operatorname{tg} \varphi) / \lambda. \quad (2.5)$$

Suprapunerea spectrelor de difracție de diferite ordine. Formula de bază a rețelei, (2.1), arată că aceleași unghiuri de difracție vor corespunde unei întregi mulțimi de lungimi de undă, λ_i , care satisfac relația

$$t(\sin \varphi - \sin \psi) = \lambda_i k_i, \quad (2.6)$$

k_i fiind toată succesiunea șirului natural de numere, k , posibile pentru rețeaua dată.

Prin urmare, dacă pentru cea mai mare lungime de undă, λ , care se observă, spectrul de ordinul întâi apare sub un unghi φ față de normală, atunci sub același unghi se vor observa și radiațiile cu lungimile de undă $\lambda/2$, în spectrul de ordinul doi, $\lambda/3$, în spectrul de ordinul trei ș.a.m.d.

Dacă se utilizează spectre de ordine relativ mici, atunci aceste radiații care se suprapun pot fi separate destul de ușor. Să presupunem că observăm domeniul din vecinătatea lunginii de undă de 7000 Å, în spectrul de ordinul întâi. Peste acest domeniu se suprapune radiația cu lungimea de undă de 3500 Å de ordinul doi. Această radiație este ușor de eliminat cu ajutorul unui filtru din sticlă galbenă. Același filtru absoarbe și radiația cu $\lambda = 2300$ Å, din cel de al treilea ordin precum și toată radiația de lungime de undă mai mică, observată sub același unghi în spectrele de ordine superioare.

Dacă rețeaua de difracție se utilizează pentru observarea spectrelor de ordine mai mari (ceea ce, așa cum vom vedea, are o serie de avantaje importante), atunci domeniul în care nu apar suprapuneri se mășorează din ce în ce mai mult. În acest caz este necesar să se folosească o serie de măsuri speciale pentru separarea spectrelor de ordine vecine. Să vedem care este domeniul lipsit de suprapuneri; pentru aceasta va trebui să determinăm distanța în lungime de undă dintre două spectre de ordine vecine, care sunt difractate sub același unghi φ .

Deoarece unghiurile de incidență și unghiurile de difracție, pentru ordinele vecine care se suprapun, sînt aceleași, atunci, din relația (2.6), rezultă

$$k\lambda = (k+1)(\lambda - \Delta\lambda),$$

de unde

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{k+1}. \quad (2.7)$$

Așadar, pentru spectral de ordinul 100, domeniul lipsit de suprapuneri reprezintă numai 1% din lungimea de undă observată. De exemplu, pentru 5000 Å, $\Delta\lambda$ reprezintă doar 50 Å.

§ 2. CONTURUL INSTRUMENTAL

Rețeaua de difracție prin transparență. Pentru obținerea conturului instrumental al unei rețele date trebuie cunoscută distribuția unghiulară a amplitudinii undei care ia naștere prin difracția undei plane monocromatice pe trăsăturile rețelei.

Pentru simplificare, vom efectua mai întâi cazul conturului instrumental în cazul unei rețele de difracție care funcționează prin transparență, care are perioada t și lățimea porțiunilor opace și transparente egală cu a și, respectiv, cu b (v. fig. 2.1). Așa cum se va arăta mai jos, studiul unei rețele de difracție prin reflexie poate fi redus la studiul unei rețele de difracție prin transparență.

Fie ψ unghiul de incidență a luminii pe rețea. Putem analiza acțiunea rețelei de difracție ca rezultat al interferenței unor fascicule coerente de lumină, care sînt difractate pe fiecare fantă a rețelei.

După cum se știe din teoria difracției pe o fantă, amplitudinea undei difractate în direcția φ este proporțională cu mărimea $(\sin u)u$, unde $u = \frac{\pi}{\lambda} b' \sin \theta$,

$\theta = (\varphi - \psi)$ fiind unghiul de difracție, iar $b' = b \cos \psi$ — proiecția lărgimii fanței pe suprafața frontului de undă al fasciculului de lumină incident.

Vibrația rezultantă, dată de toate undele difractate în direcția φ , poate fi pusă sub următoarea formă complexă

$$S = A \frac{\sin u}{u} \sum_{k=0}^{N-1} e^{ik\delta}. \quad (2.8)$$

Aici, A este un factor de proporționalitate, iar $\delta = 2\pi\Delta/\lambda$ — diferența de fază dintre două fascicule difractate de fante vecine. Diferența de drum geometric, Δ (fig. 2.1), este egală cu

$$\Delta = \Delta_2 - \Delta_1 = (\sin \varphi - \sin \psi)t$$

și, prin urmare,

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (\sin \varphi - \sin \psi)t. \quad (2.9)$$

În relația (2.8) avem suma primilor N termeni ai progresiei geometrice cu rată $e^{i\delta}$. Efectuind însumarea, obținem

$$S = A \frac{\sin u}{u} \frac{e^{iN\delta} - 1}{e^{i\delta} - 1}. \quad (2.10)$$

Pentru obținerea distribuției unghiulare a energiei este necesar să înmulțim pe S cu mărimea complex conjugată, S^* . Atunci

$$I = SS^* = A^2 \frac{\sin^2 u}{u^2} \frac{1 - \frac{1}{2}(e^{iN\delta} + e^{-iN\delta})}{1 - \frac{1}{2}(e^{i\delta} + e^{-i\delta})}. \quad (2.11)$$

Trecând de la funcțiile complexe la funcții trigonometrice, obținem

$$I = A^2 \frac{\sin^2 u}{u^2} \frac{\sin^2 Nv}{\sin^2 v}, \quad (2.12)$$

în care

$$v = \frac{\delta}{2} = \frac{\pi\Delta}{\gamma} = \frac{\pi}{\lambda}(\sin \varphi - \sin \psi)t. \quad (2.13)$$

Prin urmare, distribuția energiei în funcție de unghiuri, distribuție dată de rețeaua de difracție, poate fi pusă sub forma

$$I = A^2 I_1(u) I_2(v), \quad (2.14)$$

în care

$$I_1(u) = \frac{\sin^2 u}{u^2} \text{ și } I_2(v) = \frac{\sin^2 Nv}{\sin^2 v}.$$

Graficul funcției $I_2(v)$ este dat în figura 2.2. Pentru valorile $v = k_1\pi$ (k_1 fiind un număr întreg), funcția I are maxime ale căror valori sînt proporționale cu N . Aceste maxime se numesc maxime principale. În aceste puncte funcția I_2




Fig. 2.2. Graficul funcției $I_2(v) = (\sin^2 Nv)/\sin^2 v$.

capătă valorile N^2 , în afară de factorul A^2 , proporțional cu energia incidentă pe o singură fantă, variază invers proporțional cu numărul de trăsături, N .

Între maximele principale există $N - 1$ minime echidistante, care corespund lui $Nv = k_2\pi$, pentru valori ale lui k_2 întregi, cu excepția acelor pentru care $k_2 N$ devine și el egal tot cu numărul întreg k_1 .

Distanța unghiulară dintre două minime vecine, la fel ca și distanța dintre un maxim principal și minimul vecin, poate fi determinată luând pentru cele două minime vecine

$$v_1 = k_2\pi/N \text{ și } v_2 = (k_2 + 1)\pi/N.$$

Substituind aceste valori în (2.13), obținem

$$r_1 = \frac{\pi}{\lambda} (\sin \varphi_1 - \sin \varphi) t = k_1 \pi / N,$$

$$r_2 = \frac{\pi}{\lambda} (\sin \varphi_2 - \sin \varphi) t = (k_2 + 1) \pi / N,$$

de unde

$$\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1 = \lambda / tN. \quad (2.15)$$

Deoarece $\lambda / tN \ll 1$, expresia (2.15) capătă forma

$$\cos \varphi \delta \varphi = \lambda / tN.$$

Atunci distanța dintre două minime vecine va fi

$$\delta \varphi = \lambda / (tN \cos \varphi). \quad (2.16)$$

Conform criteriului Rayleigh, această mărime reprezintă tocmai distanța unghiulară minimă dintre două linii spectrale vecine, separate cu ajutorul rețelei date. Distanța corespunzătoare, în lungimi de undă, $\delta \lambda$, se poate determina folosind formula pentru dispersia unghiulară, (2.3),

$$\delta \lambda = \frac{\delta \varphi}{d\varphi/d\lambda} = \frac{t \cos \varphi}{k} \delta \varphi$$

Înlocuind aici pe $\delta \varphi$ din (2.16), obținem $\delta \lambda = \lambda / Nk$. De aici, puterea de separare a unei rețele de difracție este

$$R = \lambda / \delta \lambda = Nk. \quad (2.17)$$

Așadar, puterea de separare a unei rețele, pentru un anumit ordin, depinde numai de numărul total de trăsături.

Este interesant de remarcat că puterea de separare teoretică maximă, $R_{\max} = Nk_{\max}$, conform cu (2.2) este

$$R_{\max} \leq 2Nt/\lambda,$$

adică este determinată numai de lărgimea rețelei $B = Nt$.

Să revenim acum la factorul $I_1(u)$ din relația (2.14), care reprezintă distribuția energiei în cazul difracției pe o singură fantă. Aceasta funcție variază mult mai încet cu unghiul de difracție decât $I_2(v)$, încât practic nu are nici o influență asupra largimii maximele principale. Existența acestui factor determină însă o redistribuire a energiei între maximele principale.

Forma acestei funcții este reprezentată în figura 2.3. Ea devine zero când $u = m\pi$ (m fiind un număr întreg), în afară de $u = 0$, când are un maxim cu valoarea $I_1(0) = 1$. Pentru valori ale lui u apropiate de $k \frac{2m-1}{2} \pi$, când $\sin u$

1, $I_1(u)$ trece prin valorile sale maxime care descreșc ca $1/u^2$.

În cazul rețelei de difracție prin transparență variabilă de u și se pot exprima prin unghiurile de incidență și de difracție astfel:

$$u = \frac{\pi}{\lambda} b \cos \psi \sin (\varphi - \psi), \quad v = \frac{\pi t}{\lambda} (\sin \varphi - \sin \psi).$$

Evident, pentru $\varphi = \psi$, adică în direcția incidenței luminii pe rețea, u și v devin zero simultan, pentru orice valoare a lui λ . Prin urmare, în această direc-

Ńie ambele funcŃii, $I_1(u)$ Ńi $I_2(v)$, au cŃte un maxim principal pentru toate lungi-
mle de undă. În figura 2.4 sŃnt reprezentate funcŃiile $I_1(u)$ Ńi $I_2(v)$, pentru o
reŃea prin transparentă, în cazul în care lumina cade normal pe ea ($\psi = 0$).
În acest caz,

$$v = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \text{ Ńi } u = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi,$$

adică $u = vb$. Dacă lăŃimea intervalului transparent este egală cu a celui opac
($b = 1,2l$), atunci $u = 1,2v$.




Fig. 2.3. DistribuŃia unghiulară a energiei în cazul difracŃiei pe o singură fantă.




Fig. 2.4. DistribuŃia strălucirii în diferitele ordine, în cazul reŃelei de difracŃie,
pentru $a = b$.

Evident că în acest caz maximele pare ale funcției $I_2(v)$, care corespund lui $v = 2\pi, 4\pi, 6\pi$ etc., coincid cu minimele funcției $I_1(u)$. Înălțimea domeniilor din maximele principale, care sînt înregistrate în figura 2.4, este proporțională cu produsul $I_1(u) I_2(v)$. Ea corespunde energiei luminoase din maxime

Distribuția energiei în planul focal al unei lentile așezate după rețea poate fi presupusă, într-o primă dar suficient de bună aproximație, aceeași ca și distribuția unghiulară dată direct de rețea. Pentru aceasta trebuie să considerăm că lentila nu introduce distorsiuni, iar

$$dl = F d\varphi,$$

unde dl este distanța măsurată în planul focal, F fiind distanța focală a lentilei (lentila este lipsită de distorsiuni, iar dimensiunile unghiulare ale imaginii sînt mici).

În această ipoteză conturul instrumental va fi dat cu o precizie de pînă la un factor constant, determinat din condiția de normare — relația (2.12).

Rețeaua de difracție prin reflexie. Să trecem la examinarea conturului instrumental al rețelei de difracție prin reflexie. Fie α unghiul pe care-l fac fețele interioare ale unei trăsături cu planul rețelei t — distanța dintre două trăsături vecine, b — lățimea unei fețe, N și N' — normalele la planul rețelei și, respectiv, la fața trăsăturii (fig. 2.5). Să presupunem că mărimile α , b și t sînt aceleași pentru toate trăsăturile, iar coeficientul de reflexie al metalului, r , nu depinde de lungimea de undă și nici de unghiul de incidență al luminii pe rețea.

Fie I direcția sub care cad lumina pe rețea; această direcție face unghiul ψ cu normala N la planul rețelei. Studiul difracției acestui fascicul luminos pe suprafața unei fețe poate fi înlocuit cu studiul difracției fascicului I' pe o fantă transparentă, de lățime b' . Fasciculul I' reprezintă reflexia regulată a fascicului I de către suprafața trăsăturii.

Unghiul dintre direcția I' și normala la rețea, N , este egal cu $(\psi + 2\alpha)$. Lățimea fantei, $b' = b \cos(\psi + \alpha)$ reprezintă proiecția trăsăturii pe suprafața frontului de undă corespunzător fascicului I' .




Fig. 2.5. Difracția pe o rețea de difracție prin reflexie.

Astfel, studiul rețelei de difracție prin reflexie poate fi redus la studiul unei rețele de difracție prin transparentă cînd unghiul de incidență a luminii pe aceasta ar fi egal cu $\psi' = -(\psi + 2\alpha)$, iar lățimea fantei transparente, cu b' . De aici

rezultă că distribuția energiei în funcție de unghiuri, pentru o rețea de difracție prin reflexie este dată de aceeași relație, (2.12), în care însă

$$u = \frac{\pi}{\lambda} b \cos(\psi + \alpha) \sin(\varphi + \psi + 2\alpha). \quad (2.18)$$

Aici, φ este unghiul dintre normala N și fasciculul difractat, II. Mărimea v este egală, ca și mai înainte, cu $\pi\Delta/\lambda$, Δ fiind diferența de drum dintre fascieu-




Fig. 2.6. Deducerea formulei rețelei de difracție prin reflexie.

le difractate pe două trăsături vecine ale rețelei. După cum se vede din figura 2.6,

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = t(\sin \varphi + \sin \psi).$$

Așadar, în cazul unei rețele prin reflexie poziția maximelor principale se determină cu formula

$$t(\sin \varphi + \sin \psi) = k\lambda. \quad (2.19)$$

Această relație se deosebește de formula de bază a rețelei de difracție prin transparență (2.1), dedusă mai sus, numai prin semnul unghiului ψ .

Parametrul v se determină cu ajutorul relației

$$v = \frac{\pi}{\lambda} (\sin \varphi + \sin \psi) t. \quad (2.20)$$

În cazul unei rețele prin reflexie lipsită de profil ($\alpha = 0$),

$$u = \frac{\pi}{\lambda} b \cos \psi \sin(\varphi + \psi), \quad (2.21)$$

$$v = \frac{\pi}{\lambda} t(\sin \varphi + \sin \psi).$$

Pentru $\varphi = -\psi$, atât v , cât și u devin concomitent zero, independent de valoarea lui λ . Prin urmare, în acest caz distribuția energetică are un maxim principal de ordinul zero pentru unghiul φ , egal cu unghiul de reflexie. În această formă distribuția energetică nu se deosebește de distribuția corespunzătoare pentru rețeaua de difracție prin transparență (v. fig. 2.4).

Dacă rețeaua de difracție prin reflexie are trăsăturile profilate ($\alpha \neq 0$), atunci maximal principal al funcției $I_1(u)$, care corespunde valorii $u = 0$, apare când $\varphi = -(\psi + 2\alpha)$. Acest unghi corespunde reflexiei pe fața trăsăturii („unghi de strălucire”). În general, pentru astfel de valori ale lui φ , v este diferit

de zero, adică ordinul zero al rețelei de difracție nu coincide cu maximum distribuției energetice pentru o singură fantă. Funcțiile $I_1(u)$ și $I_2(v)$, pentru o rețea de difracție cu profil sint date în figura 2.7. Pentru

$$\varphi = -(\psi + 2\alpha)$$

rezultă

$$v = \frac{\pi t}{\lambda} [\sin \psi - \sin (\psi + 2\alpha)].$$

Dacă această expresie devine egală cu $k\pi$, atunci în direcția ψ se formează un maxim de difracție de ordinul k . Deci, modificând valoarea lui α , se poate obține concentrarea luminii în ordinul dorit al rețelei de difracție.




Fig. 2.7. Distribuția strălucirii în funcție de ordine, la o rețea de difracție profilată.

Rețelele profilate au fost propuse prima dată de Rayleigh și realizate de Wood, care le a utilizat în domeniul infraroșu al spectrului. Dacă sub unghiul de strălucire se observă spectre de 5 până la 10 ordine, atunci o asemenea rețea se numește eșelet. Rețeaua în care înclinarea trăsăturilor și distanța dintre ele este aceeași, ceea ce are ca efect o mare luminozitate a spectrelor de ordin mai înalt — până la o sută — se numește eșel. Trebuie să remarcăm că în literatura de specialitate nu se face o distincție terminologică netă între aceste tipuri de rețele.

Randamentul rețelei de difracție. Prin randament absolut al unei rețele de difracție se înțelege raportul dintre fluxul luminos de o anumită lungime de undă, difractat într-un anumit ordin al spectrului, și fluxul corespunzător, incident pe rețea. Randamentul unei rețele ϵ se poate reprezenta sub formă de doi factori, primul dintre ei fiind coeficientul de reflexie, r , al stratului superior, iar al doilea, ϵ_1 , se determină cu ajutorul formei trăsăturii,

$$\epsilon = r \epsilon_1.$$


Mărimea ϵ_1 se numește, adesea, randamentul relativ al rețelei. Ea reprezintă raportul dintre fluxul luminos de o anumită lungime de undă, difractat într-un anumit ordin, și fluxul total reflectat de rețea. Pentru cele mai bune rețele profilate randamentul absolut poate atinge zeci de procente.

Randamentul unei rețele depinde esențial de polarizarea radiației, de lungimea de undă și de unghiul de incidență.

§ 3. CURBAREA LINIILOR SPECTRALE

Pînă acum am analizat difracția razelor care se află în planul secțiunii principale a rețelei. Însă fasciculele de lumină emergente din puncte ale fantei care nu sînt în regiunea centrală vor fi înclinate față de planul secțiunii principale. Exact ca și în cazul aparatelor spectrale cu prismă, aceasta provoacă o anumită curbare a liniilor spectrale.

Fig. 2.8. Calculul proiecției vectorului de undă, k , pe axele de coordonate.



Să examinăm vectorul de undă k , al undei luminoase incidente pe rețea, și vectorul k' , al undei difractate. Mărimile vectorilor sînt egale cu $1/\lambda$, iar direcțiile lor coincid cu direcția de incidență și, respectiv, direcția de difracție. Planul rețelei este paralel cu planul yz (fig. 2.8), iar trăsăturile sînt paralele cu axa z . Vectorii k și k' fac unghiurile α și α' cu planul secțiunii principale, xy , iar proiecțiile lor pe planul secțiunii principale fac unghiul ψ și, respectiv, unghiul φ cu axa y .

Pentru simplitate, în figura 2.8 este reprezentat numai unul dintre vectori - vectorul k . Din considerente geometrice, proiecțiile vectorilor k și k' pe axele de coordonate vor fi

$$\begin{aligned} k_x &= \frac{1}{\lambda} \cos \alpha \sin \psi, & k_y &= \frac{1}{\lambda} \cos \alpha \cos \psi, & k_z &= \frac{1}{\lambda} \sin \alpha, \\ k'_x &= \frac{1}{\lambda} \cos \alpha' \sin \varphi, & k'_y &= \frac{1}{\lambda} \cos \alpha' \cos \varphi, & k'_z &= \frac{1}{\lambda} \sin \alpha'. \end{aligned} \quad (2.22)$$

Pentru $\alpha = 0$, adică pentru fasciculul incident care se află în planul principal,

$$k_x = \frac{1}{\lambda} \sin \psi.$$

Analog, pentru raza difractată avem

$$k'_x = \frac{1}{\lambda} \sin \varphi.$$

Relația fundamentală a rețelei de difracție prin reflexie, (2.19), dedusă mai înainte, poate fi scrisă deci sub forma

$$k_x + k'_x = k/t. \quad (2.23)$$

Se poate arăta [21] că această relație, dedusă mai înainte pentru razele care se află în planul secțiunii principale, are o valabilitate generală, fiind adevărată și pentru razele înclinate sub un unghi oarecare față de planul secțiunii principale.

În direcția trăsăturilor rețelei se produce reflexia razei difractate și, de aceea,

$$k_x = -k'_x. \quad (2.24)$$

Din expresiile (2.23) și (2.24) ținând cont de (2.22), se poate arăta că

$$\alpha = \alpha'$$

și deci

$$\frac{1}{\lambda} \cos \alpha \sin \psi + \frac{1}{\lambda} \cos \alpha \sin \varphi = \frac{k}{t},$$

sau

$$\sin \psi + \sin \varphi = \frac{k\lambda}{t \cos \alpha}. \quad (2.25)$$

După cum rezultă din această relație, razele înclinate față de planul principal sînt difractate după aceeași lege ca și razele care se află în planul principal, însă constanta rețelei pentru aceste raze va avea valoarea $t \cos \alpha$. Din această cauză, razele înclinate sînt deviate de rețea cu un unghi mai mare, ceea ce duce la curbarea liniilor spectrale. Convexitatea liniilor este îndreptată spre capătul albastru al spectrului (fig. 2.9., invers ca în cazul prismei).

Să calculăm mărimea curburii liniilor spectrale. Pentru centrul fantei $\alpha = 0$, și atunci relația (2.25) capătă forma

$$\sin \psi_0 + \sin \varphi_0 = \frac{k\lambda}{t}. \quad (2.26)$$

Ținînd cont de faptul că unghiul de incidență ψ este același pentru toate punctele unei fante rectilinii ($\psi = \psi_0$), din (2.25) și (2.26) avem

$$\sin \varphi - \sin \varphi_0 = \frac{k\lambda}{t} \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right). \quad (2.27)$$




Fig. 2.9. Curbarea liniilor spectrale, obținute cu o rețea de difracție.

Pentru unghiuri α mici, $\Delta \varphi = \varphi - \varphi_0$ este mic și, transformînd relația (2.27), nu este greu să se obțină că

$$\Delta \varphi = \frac{k\lambda}{t \cos \varphi} \frac{\alpha^2}{2}. \quad (2.28)$$

Avînd în vedere că liniile se formează în planul focal al obiectivului fotografic al spectrografului care are distanța focală F , deviația razei cu unghiul $\Delta \varphi$ determină o deplasare a acesteia în direcția dispersiei cu distanța

$$\Delta l = F \Delta \varphi.$$

Unghiul α este $\alpha = h/F$, h fiind distanța punctului corespunzător al liniei respective de la axa spectrografului (fig. 2.9).

Așadar, din (2.28) avem

$$\Delta l = \frac{k\lambda}{2tF \cos \varphi} h^2. \quad (2.29)$$

Prin urmare, ecuația unei linii spectrale este o parabolă, a cărei curbură, după cum se poate arăta, este aproximativ egală cu

$$\frac{1}{r} = \frac{k\lambda}{tF \cos \varphi}. \quad (2.30)$$

Săgeata flexiunii liniei spectrale este dată de ecuația (2.29).

Pentru un aparat $\Delta\Phi C-8$, care are $F = 2,7$ m și este echipat cu o rețea cu 600 trăsături pe milimetru și cu o înălțime a fantei $2h = 20$ mm, avem $\Delta l \approx 5 \mu\text{m}$.

După cum se vede din exemplu de mai sus, pentru aparatele cu distanțe focale relativ mari, curbura liniilor nu este prea mare, însă în cazul monocromatoarelor cu distanță focală mică, ea poate duce la înrăutățirea considerabilă a rezoluției. Pentru evitarea acestui efect, uneori se întrebuițează în monocromatoare fante curbate.

§ 4. REȚELE CONCAVE

Principiul de funcționare. În 1882, Rowland a propus combinarea capacității de focalizare a unei oglinzi concave cu dispersia pe care o produce o rețea de difracție trasată pe suprafața aceleiași oglinzi. Rețelele de acest fel au căpătat numele de rețele concave, fiind în prezent folosite foarte frecvent. Rețeaua concavă permite să se simplifice la maximum schema aparatelor spectrale, datorită eliminării pieselor optice necesare pentru focalizare. Pentru obținerea spectrului sînt suficiente numai fanta și rețeaua concavă. Datorită utilizării unor astfel de rețele a devenit accesibil domeniul vacuum ultraviolet îndepărtat ($\lambda < 500 \text{ \AA}$). Nici o determinare exactă a lungimilor de undă în spectrele complexe nu se mai poate concepe acum fără o rețea concavă de dimensiuni mari. Teoria completă a rețelilor concave este foarte complicată; din această cauză, vom expune aici numai ideile fundamentale și concluziile de bază.

De regulă, rețeaua se trasează pe suprafețe sferice, cu toate că rețelele trasate pe suprafețe sub formă de tor sau de elipsoid au anumite avantaje. Vom presupune că dimensiunile părții trasate a rețelei și înălțimea trăsăturilor sînt mici în comparație cu raza sferei r , pe care este ea trasată. Să numim centrul rețelei mijlocul trăsăturii mijlocii. Să trasăm un cerc al cărui diametru este egal cu raza de curbură a rețelei. Acest cerc intersectează rețeaua în centrul ei și se află în planul perpendicular pe trăsături. Un astfel de cerc se numește cercul lui Rowland.

Să examinăm mersul unei raze monocromatice, care cade pe rețea, pleacă dintr-un punct S , ce se află pe acest cerc (fig. 2.10). Fie A și B două trăsături vecine ale rețelei. Razele SA și SB cad pe aceste trăsături sub unghiurile ψ și, respectiv $\psi + \Delta\psi$. Razele difractate AP și BP pleacă de la rețea sub unghiurile φ și, respectiv, $\varphi + \Delta\varphi$ și se intersectează în punctul P . Fie $\widehat{ACB} = \Delta\gamma$; $\widehat{ASB} = \Delta\sigma$ și $\widehat{APB} = \Delta\rho$.

Condiția de maxim se obține ca și în cazul rețelei plane, egaland diferența de drum a două raze vecine cu un număr întreg de lungimi de undă

$$(SA + AP) - (SB + BP) = k\lambda. \quad (2.31)$$




Fig. 2.10. Difracția pe o rețea concavă.

Să prelungim raza SB până în punctul G , iar pe PB până în punctul F , astfel încât $SG = SA$ și $PF = PA$. Atunci se poate scrie

$$(SA + AP) - (SB + BP) = BG + BF.$$

Valoarea unghiurilor AFB și AGB diferă puțin de un unghi drept, prin unghiuri mici, de ordinul lui $\Delta\varphi$ și lui $\Delta\sigma$. Cu aceeași aproximație, și $\widehat{PAB} \approx \varphi$, iar $\widehat{GAB} \approx \psi$. De aceea, $BG \approx AB \sin \psi$, iar $BF \approx AB \sin \varphi$. Atunci egalitatea (2.31) poate fi scrisă sub forma

$$AB(\sin \psi + \sin \varphi) = k\lambda$$

sau

$$t(\sin \psi + \sin \varphi) = k\lambda, \quad (2.32)$$

în care $t = AB$ este constanta rețelei. Prin urmare, am obținut aceeași relație pentru pozițiile maxunelor principale ca și pentru rețeaua plană (v. relația (2.19)).

Să arătăm acum că o rețea concavă, spre deosebire de rețeaua plană, se bucură de proprietatea de focalizare. Aceasta înseamnă că razele care au lungimea de undă λ și care pleacă din punctul S și se află într-un plan perpendicular pe trăsăturile rețelei vor da maximum de difracție principal într-un același punct P , independent de unghiul de incidență, ψ . Pentru a dovedi acest fapt, vom diferenția expresia (2.32) în raport cu ψ și cu φ , considerând că λ și k sînt constante; trecînd apoi la diferențe finite, obținem

$$\cos \psi \Delta\psi + \cos \varphi \Delta\varphi = 0. \quad (2.33)$$

Din figura 2.10 se vede că

$$\psi + \Delta\psi = \psi + \Delta\psi + \Delta\sigma,$$

adică

$$\Delta\psi = \Delta\gamma = \Delta\sigma. \quad (2.34)$$

Analog,

$$\varphi + \Delta\varphi = \varphi + \Delta\varphi + \Delta\rho,$$

adică

$$\Delta\varphi = \Delta\gamma = \Delta\rho. \quad (2.35)$$

Pe de altă parte,

$$\Delta\gamma = \frac{l}{r}, \quad \Delta\sigma = \frac{l}{s} \cos \psi, \quad \Delta\rho = \frac{l}{r'} \cos \varphi. \quad (2.36)$$

Substituind (2.33) în valorile lui $\Delta\psi$ și lui $\Delta\varphi$ din (2.34) și (2.35) și folosind egalitatea (2.36), obținem

$$\cos \psi \left(\frac{l}{r} - \frac{l}{s} \cos \psi \right) + \cos \varphi \left(\frac{l}{r} - \frac{l}{r'} \cos \varphi \right) = 0. \quad (2.37)$$

Pentru ca această ecuație să fie satisfăcută pentru orice φ și ψ , este necesar și suficient să fie satisfăcute simultan relațiile

$$\frac{l}{r} - \frac{l}{s} \cos \psi = 0$$

și

$$\frac{l}{r} - \frac{l}{r'} \cos \varphi = 0$$

sau condițiile

$$s = r \cos \psi \quad \text{și} \quad r' = r \cos \varphi. \quad (2.38)$$

Ecuațiile (2.38) sunt ecuațiile cercului în coordonate polare. Diametrul acestui cerc este egal cu raza de curbură a rețelei, r , adică am obținut ecuația cercului Rowland. Așadar, dacă punctul S se află pe cercul Rowland, atunci pe același cerc se află și punctul P , în care se formează maximum de difracție principal pentru razele de lungime de undă λ . Bineînțeles, pentru razele de diferite lungimi de undă, λ_1, λ_2 ș.a.m.d., conform relației (2.32), maximele principale de difracție se formează în diferite puncte, P_1, P_2 etc. Însă toate aceste puncte se află pe același cerc, formând pe el spectrul sursei care se află în S . În ecuația care definește acest cerc nu intră constanta rețelei. Aceasta înseamnă că orice rețea cu raza r va da un spectru care se află pe un același cerc.

Din aceasta rezultă că razele care pleacă de la punctul S , dar care nu se află în planul cercului lui Rowland, vor fi și ele focalizate tot în punctul P . Dimpotrivă se poate arăta destul de ușor că rețeaua dă un astigmatism pronunțat, astfel încât imaginea punctului S este de fapt un segment de dreaptă paralel cu trăsăturile rețelei.

Expresia pentru puterea de separare a unei rețele concave coincide cu expresia corespunzătoare pentru rețeaua plană. Dispersia unghiulară se obține, ca și în cazul rețelei plane, prin diferențierea egalității (2.32) în raport cu λ și coincide cu relația (2.3), dedusă mai înainte.

Formula pentru dispersia liniară a rețelei concave este ușor de obținut, calculând distanța l pe cercul Rowland. Unghiul φ , fiind inseris într-un cerc de diametru r , este $\varphi = l/r$, de unde, după diferențierea în raport cu λ , găsim expresia care ne dă legătura dintre dispersia liniară și dispersia unghiulară ale unei rețele

$$D_\varphi = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{1}{r} \frac{dl}{d\lambda} = \frac{1}{r} D_l. \quad (2.39)$$

Eliminând din (2.3) și (2.39) pe $d\varphi/d\lambda$, vom obține dispersia liniară

$$D_L = \frac{dl}{d\lambda} = \frac{kr}{l \cos \varphi} \quad (2.40)$$

Imaginea fantei date de o rețea concavă prezintă, ca și în cazul rețelei plane, o anumită curbatură. Aceasta este însă mică, putând fi neglijabilă în cazul rețelelor de dimensiuni uzuale. Dacă atât rețeaua cât și fanta se află pe cercul Rowland, atunci pe același cerc se va afla și spectrul. Acest fapt rezultă din ecuația (2.38). Se poate obține un spectru și în situația în care fanta și rețeaua nu sunt pe același cerc. Însă calculele detaliate arată că în cazul în care toate cele trei elemente ale aparatului (fanta, receptor și rețea) se află pe cercul lui Rowland, aberațiile vor fi minime.

Calculul poziției spectrului a fost efectuat pentru o rețea „mică”. Dacă dimensiunile acesteia devin comparabile cu raza cercului, atunci, pe lângă astigmatism apar și alte aberații, care înrăutățesc conturul liniei spectrale.

Astigmatismul rețelei. Așa cum s-a mai arătat, imaginea unui punct care se află pe cercul Rowland se întinde într-un segment paralel cu trăsăturile rețelei. Lungimea acestui segment, z , depinde de unghiurile de incidență și de difracție precum și de lungimea trăsăturii rețelei, l . Calculele corespunzătoare sunt foarte laborioase, de aceea, vom da numai formula finală și nomograma calculată cu ajutorul ei, care permite să se determine ușor mărimea astigmatismului în cazurile importante practice

$$z = (\sin^2 \varphi + \sin \psi \operatorname{tg} \psi \cos \varphi) l = A l \quad (2.41)$$

În nomograma din figura 2.11 sunt date valorile A pentru o rețea cu 1200 trăsături pe milimetru.




Fig. 2.11. Astigmatismul unei rețele concave. Curbele punctate reprezintă legătura dintre unghiurile de incidență și cele de difracție, pentru lungimile de undă indicate pe ele.


Datorită astigmatismului, iluminarea imaginii fantei va depinde de lungimea segmentului fantei care este iluminat, pînă în momentul în care acesta depășește o anumită valoare, h . Pentru valoarea h a mîlțunii capetele fantei dau o imagine astigmatică, ale căror mijloace se află la distanța $h' = h \cos \varphi \cos \psi$

una de alta. Iluminarea în centrul imaginii atinge maximumul fiind $h' = z$, de unde, pentru mărimea h obținem expresia

$$h = z \cos \psi \cos \varphi = (\sin^2 \varphi \cos \psi + \sin^2 \psi)z. \quad (2.12)$$

În cazul unui astigmatism pronunțat, valoarea fluxului luminos care ajunge la receptor, în cazul înregistrării fotoelectrice, poate să scadă pe măsură ce lungimea imaginii fantei devine mai mare decât dimensiunile receptorului. Prin urmare, în măsurătorile fotografice și în cele fotoelectrice astigmatismul poate duce la micșorarea cantității de energie luminoasă utilizată, altfel spus, la micșorarea luminozității aparatului.

Fig. 2.12. Lărgirea liniei spectrale din cauza astigmatismului pentru o fantă înclinată.



O altă consecință dăunătoare a astigmatismului o constituie scăderea puterii de separare reale a rețelei, în cazul în care fanta nu este strict paralelă cu trăsăturile rețelei. Cauza acestui fapt rezultă clar din figura 2.12, în care sunt înfățișate imaginile astigmatice ale unei serii de segmente ale fantei.

Scheme de montaje cu rețea concavă. Se cunosc o mulțime de moduri diferite de montare a rețelelor concave. În majoritatea dintre ele toate trei elementele — fanta, rețeaua și suprafața focală — sunt plasate pe cercul Rowland. Însă numai una dintre ele, anume cea utilizată prima dată de Rowland, se numește montaj Rowland. În această amplasare spectrul se observă totdeauna în direcție normală la rețea ($\varphi = 0$). Dar realizarea acestei scheme necesită dispozitive mecanice destul de complicate și un spațiu mare pentru instalare. Avantajul ce se obține (dispersia normală) practic nu poate compensa complicațiile implicate, încât această schemă nu se mai utilizează în prezent.

În aparatele moderne nu se mai folosește nici schema lui Abney. În această schemă, când se trece de la un domeniu al spectrului la altul, trebuie deplasa fanta de intrare și deci și sursa de lumină. În plus, într-o astfel de schemă este foarte dificil de obținut paralelismul perfect între trăsăturile rețelei și cuțitele fantei, în măsura necesară în acest caz. Amănunte asupra acestor scheme se pot afla din monografia [3].

Cea mai comodă schemă de utilizarea a unor rețele de orice rază de curbatură, inclusiv cele mai mari, este schema Paschen Runge (fig. 2.13). În această schemă toate trei elementele sunt fixate rigid pe cercul Rowland. De obicei, unghiul de incidență se alege de aproximativ 45° , însă adesea se folosește și unghiuri mai mici, de pînă la 10° . Folosind acest montaj pot fi înregistrate

pe plăci sau pe filme lungi cele mai largi domenii ale spectrului. Deoarece schema nu conține nici un element mobil, se poate menține ușor neschimbată poziția reciprocă a elementelor, acest aranjament este și mult mai puțin

Totuși aparatele construite după schema Paschen-Runge sînt destul de voluminoase, mai ales în cazul unor rețele cu raze mai mari decît doi




Fig. 2.13. Schema montajului unei rețele concave, după Paschen-Runge: I — sursa de lumină; L — lentilă; S — fântă; G — rețea; PP' — suprafața focală.

metri. În plus, în aceste condiții astigmatismul rețelei este relativ mare. Din aceste două puncte de vedere este mai avantajos aranjamentul cu auto-colimație al lui Eagle pentru care $\varphi \approx \psi$. Schema acestuia este dată în figura 2.14. Astăzi există o serie de variante ale acestei scheme. Uneori fânta este montată deasupra, iar alteori sub planul cercului Rowland; spectrul se formează totdeauna de cealaltă parte a acestui plan (aranjament spațial) (fig. 2.15).




Fig. 2.14. Schema montajului unei rețele concave, după Eagle: S — fânta; G — rețeaua; P — cercul.





Fig. 2.15. Schema spațială a aranjării unei rețele concave, după Eagle: I — sursa de lumină; L — lentilă; S — fânta; G — rețea; PP' — spectrul.

Uneori fânta se fixează pe același cerc, în continuarea spectrului (fig. 2.14), iar alteori lateral față de acesta, lumina fiind trimisă pe rețea cu ajutorul unei oglinzi sau prisme rotitoare (fig. 2.16).

În cazul montajului spațial fanta și imaginea ei nu mai sînt paralele între ele. Pentru ca liniile spectrului să fie perpendiculare pe direcția de dispersie a aparatului, este necesar ca fanta să fie așezată sub un anumit unghi față

Fig. 2.16. Una dintre variantele montajului unei rețele concave după schema lui Ha, $r = f$ — sursă de lumină; S — fanta; m — oglindă; G — rețeaua; P — casetă.



de trăsăturile rețelei. Astfel de rotații ale imaginii fantei se produc în toate aparatele spectrale, în care centrele fantei și imaginii ei nu se află în planul secțiunii principale a elementului dispersiv.

Aranjamentul lui Eagle se utilizează mai ales pentru spectrografe. Domeniul ce poate fi fotografiat ocupă o regiune relativ mică a spectrului. Pentru a trece de la un domeniu la altul trebuie deplasată rețeaua, modificînd concomitent atât unghiul de rotație al ei cît și unghiul de rotație al casetei. Toate cele trei feluri de deplasări se realizează suficient de exact cu ajutorul unui singur șurub. Aranjamentul lui Eagle se utilizează pentru rețelele de orice rază de curbura, pînă la cele mai mari, inclusiv.

Practic, înlăturarea totală a astigmatismului se poate realiza în schema propusă de Wadsworth (fig. 2.17). În acest caz rețeaua este iluminată cu un fascicul paralel, produs de o oglindă colimatoare sferică, M . Spectrul se formează pe o curbă a cărei rază de curbura, în apropierea vîrfului, este aproximativ egală cu jumătate din raza de curbura a cercului Rowland.



Fig. 2.17. Schema aranjării unei rețele concave, după Wadsworth; S — fanta; M — oglindă concavă; G — rețeaua; P — casetă; AB — șină pentru fixarea casetei.

În mod corespunzător scade și dispersia linară. Astigmatismul este egal cu zero pe normala la rețea și este foarte mic la distanțe relativ mari în ambele părți ale rețelei. Acest fapt îmbunătățește substanțial condițiile de lucru.

Pentru monocromatoare se folosește adesea schema lui Seva-Namioka, în care spectrul nu se obține, de asemenea, pe ecranul lui Rowland. Această schemă este comodă mai ales prin faptul că trecerea de la o lungime de undă la alta se realizează prin rotația rețelei fără deplasarea altor detalii ale aparatului. În cazul unei geometrii cum este cea din figura 2-18, razele sunt con-




Fig. 2-18. Schema aranjării unei rețele concave, după Seva-Namioka: S și S' — lentile de intrare și de ieșire, fixe ale monocromatorului; G_1 și G_2 — două poziții ale rețelei; B — axa de rotație a rețelei.

semnate. Schema este larg utilizată în monocromatoare nu prea mari, în special pentru domeniul vacuum ultraviolet al spectrului, în care avantajele unei cinematische simple sînt deosebit de importante.

§ 5. TEHNOLOGIA DE REALIZARE A REȚELELOR ȘI EXPLOATAREA LOR

Realizarea rețelelor [2.2, 2.3] De regulă, rețelele moderne se realizează prin trasarea unei suprafețe metalice moi cu un cuțit de diamant. Ca bază pentru rețele servesc de obicei suporturi de sticlă, polizate cu o precizie de pînă la $\lambda/10$. Pe suport se depune, prin evaporare în vid, un strat de crom, iar deasupra lui un strat de aluminiu, pe care se și efectuează trasarea. Profilul necesar al trăsăturii și uclinarea corespunzătoare a fetelor reflectante se realizează prin ascuțirea sub un unghi potrivit și prin orientarea necesară a diamantului cu care se face trasarea. În timpul trăsării suportul se mișcă cu ajutorul unui șurub pe o distanță egală cu constanta rețelei. O nouă trăsătură se efectuează după fiecare deplasare a cuțitului.

Rețelele pentru domeniul vizibil au de la 100 la 2400 trăsături pe milimetru; cele mai folosite sînt rețelele cu 300, 600 și 1200 trăsături pe milimetru.

Dimensiunile suprafeței trasate nu depășesc, de obicei, $150 \times 100 \text{ mm}^2$ (100 mm fiind mărimea trăsăturii). Pentru scopuri speciale se confecționează și rețele cu dimensiuni mari. Suporturile pentru rețele concave au razele de curbură de la 0,5 la 12 m; cele mai folosite sînt rețelele cu $r = 1; 2; 3; 6 \text{ m}$. Numărul total de trăsături al unei rețele cu o lățime de 100 mm, care are 1200 trăsături pe milimetru, egal, după cum se știe, cu puterea de rezoluție în primul ordin, este de 120 000. Cel mai des se folosește rețele cu puterea de separare în primul ordin de 50 000 — 80 000. Puterea de separare în primul ordin, în cazul unor rețele baze, este apropiată de puterea de separare Rayleigh. În spectrele de ordine superioare, datorită defectelor de confecționare a rețelelor, puterea de separare este de obicei mai mică decît cea teoretică. Cu cît diamăntul

de trăsături pe milimetru al unei rețele este mai mare, cu atât sînt mai mari și erorile relative de confecționare a ei. În toate mașinile vechi înaintarea cutitului sau a suportului se realizau cu ajutorul unui șurub de precizie, astfel încît erorile constante de rețea erau determinate de erorile mecanismului de antrenare. Orice pas de șurub are o eroare periodică de filetare și aceasta conduce la erori periodice ale constantei rețelei. Acest fapt se manifestă prin apariția unor linii false, care însoțesc fiecare linie intensă și sînt simetrice față de liniile principale; ele au căpătat denumirea de „fantomele lui Rowland”.

Fie m numărul de linii trasate în urma unei rotații a șurubului mașinii de divizare, λ — lungimea de undă a liniei spectrale, k — ordinul spectrului, k' — ordinul fantomei. Poziția fantomelor în spectru corespunde poziției liniilor care au lungimea de undă egală cu

$$\lambda_g = \lambda(1 \pm k'/km). \quad (2.43)$$

În cazul rețelelor proaste, dacă strălucirea liniei de bază este mare, se pot observa fantome pînă la ordinul 10—12 (fig. 2.19). Strălucirea relativă a fantomelor date de rețelele cu trăsături neprofilate crește proporțional cu pătratul ordinului spectrului. Sub acest aspect, asemenea rețele este avantajos să fie utilizate în primul ordin.

În rețelele de calitate strălucirea fantomelor este mai mică decît 0,01 % din strălucirea liniei de bază. De regulă, strălucirea fantomelor de ordinul doi și de ordine superioare este neglijabil de mică. Însă cînd se trece la analiza unor spectre noi, liniile slabe, așezate în apropierea celor intense, trebuie totdeauna controlate din acest punct de vedere. Aceasta se poate face ușor folosindu-ne de simetria fantomelor. Strălucirile fantomelor de lungime de undă mare nu sînt totdeauna exact egale cu strălucirile fantomelor de lungime de undă mică. Însă diferența dintre ele nu depășește cîteva procente*.

În cazul rețelelor proaste, în afară de fantomele Rowland apar uneori și linii false, slabe, difuze, care se află destul de departe de linia care le-a dat naștere. În mecanismul de trasat linii, al lui Rowland, apariția acestor fantome, denumite „fantomele lui Lyman” era provocată de trepidațiile căruciorului, datorită angrenajului printr-o curea de transmisie. În rețelele care se fabrică în prezent nu se mai observă de obicei fantomele lui Lyman.



Fig. 2.19. O linie spectrală a laserului cu heliu-neon ($\lambda = 6328 \text{ \AA}$) înregistrată cu suprapunere, la spectrograful ДФГ-8. Se văd fantomele și unele contururi de difuzare al monocromatorului.

În mecanismele actuale antrenarea suportului este controlată pe baza deplasării franjelor de interferență, determinată de mișcarea unei oglinzi, fixată rigid de căruciorul mașinii. În acest caz rețeaua nu mai este afectată de erori periodice, astfel încît fantomele lui Rowland practic nu mai apar.

* Strălucirea unei fantome de lungime de undă mai mare ca a liniei nu este totdeauna egală cu strălucirea fantomei de lungime de undă mai mică. Însă diferența dintre ele nu este mai mare de cîteva procente.

bit de prețioasă pentru aplicații în domeniul vacuum ultraviolet al spectrului, în care nu există procedee de separare a ordinelor care se suprapun.

Randamentul rețelelor de difracție holografice poate atinge 90% [2.5].

Rețelele holografice nu dau absolut deloc „fantomе”, deoarece, în principiu, nu au erori de confecționare, proprii rețelelor trasate la o mașină divizoare obișnuită. Din această cauză, după cât se pare, rețelele holografice vor căpăta, cu timpul, o largă răspândire. Asemenea rețele cu dimensiuni de pînă la $30 \times 30 \text{ cm}^2$ se realizează deja de către firma franceză Jobin-Yvon [2.6]. Rețelele holografice echipază monocromatoarele pe care le execută această firmă.

Curățarea și recondiționarea rețelelor. În procesul confecționării sale rețeaua se acoperă cu un strat de ulei din cel care unge legăturile mașinii de divizat. Ulterior acesta se spală cu eter. Eterul se folosește și pentru spălarea rețelei, murdărită în procesul exploatării. Mai bine ar fi însă ca rețeaua să se păstreze astfel încît să nu se murdărească. Spălarea ei trebuie făcută numai în cazuri de extremă necesitate, prin ștergerea foarte fină cu o bucată de vată bună, higroscopică sau cu o pensulă din blană de veveriță de-a l u n g u l trăsăturilor rețelei, care este cufundată într-un vas cu eter.

Straturile de aluminiu se pot spăla cu apă distilată (nu cu alcool). Spălătul trebuie început cu partea netrasată, de pe marginea oglinzii. Dacă nu se produc alterări, atunci poate fi spălată întreaga rețea. Asemenea încercări preliminare sînt necesare, deoarece proprietățile stratului depind atât de tehnologia obținerii lui, cît și de efectul proceselor la care a fost supus în timpul exploatării și păstrării. Uneori se recomandă să se ungă rețeaua cu un strat subțire de colodiu. După întărire, pelicula de colodiu se decupează pe margini și se desprinde cu grijă de pe rețea. Totodată se îndepărtează murdăria suplimentară de pe rețea. Cu timpul, coeficientul de reflexie al rețelei scade. Pentru restabilirea lui rețeaua trebuie acoperită cu un strat reflectant proaspăt. În acest scop, rețeaua minuios spălată și uscată se acoperă cu un strat subțire de aluminiu, care se depune prin evaporare în vid.

Dacă stratul reflectant este făcut dintr-un alt metal, de pildă din aur sau din platină, atunci pentru refacerea rețelei se va depune, desigur, un strat subțire din același metal.

Spălarea dar mai ales recondiționarea rețelor sînt operații care necesită cunoștințele și experiența corespunzătoare. Rețelele trebuie păstrate acoperite, în încăperi lipsite de praf, umezeală, vaporii de acizi. În timpul montării rețelei în aparatul respectiv cercetătorul trebuie să poarte o mască de tifon, deoarece în momentul expunerii pot să se depună pe suprafața ei picături foarte mici, care necesită operații dificile de îndepărtare.

Replici. Pînă nu demult răspîndirea rețelelor de difracție era limitată din cauza complexității mașinilor divizoare, a căror producere era accesibilă numai citorva țări. Prețul ridicat și productivitatea redusă a acestor mașini determină și prețul mare al rețelelor de difracție. Situația s-a schimbat substanțial după ce s-au perfecționat metodele de obținere a unor copii ale rețelelor de difracție (replici).

Primele replici au fost obținute de Wood, care a folosit în acest scop gelatină și colodiu. În ceea ce privește calitatea însă, ele erau sensibil inferioare re-

rețelelor originale. Existența unei mari diversități de rășini epoxice a permis îmbunătățirea substanțială a tehnologiei și calității replicilor. Astăzi, cu ajutorul unei rețele se pot obține până la o sută de copii din mase plastice, care nu sînt aproape deloc inferioare din punct de vedere calitativ.

Este interesant de remarcat că uneori calitatea replicilor atinge chiar calitatea rețelei originale. Acest fapt se explică prin aceea că masele plastice reproduc prost mult defectele ale trăsăturilor, așa că pe replică defectele vor apărea „netezite” față de cum erau pe rețeaua originală. După confecționarea unei replici, ea se acoperă cu un strat reflectant.

Replicile rețelelor concave se obțin fie cu ajutorul unor oglinzi spectrale decupate convex, fie în două etape: din rețeaua concavă se obține o copie în relief (negativul), iar din aceasta din urmă, copile concave, care se utilizează în aparatele spectrale.

CLASIFICAREA APARATELOR SPECTRALE ȘI PRINCIPALELE LOR CARACTERISTICI

§ 1. TIPURI DE APARATE SPECTRALE

În funcție de caracterul problemei ce trebuie rezolvată, se alege și tipul aparatelor spectrale folosite. Ele diferă atât prin metoda de obținere și de înregistrare a spectrului, cât și prin domeniul spectral accesibil analizei cu ajutorul unui aparat dat. Clasificarea existentă nu este foarte riguroasă, iar uneori unul și același aparat poate fi considerat că face parte din câteva tipuri. Mai există, de asemenea, aparate mai mult sau mai puțin universale, care pot fi din capul locului clasificate în două sau mai multe tipuri.

Spectrograful. Astfel se numește aparatul destinat pentru înregistrarea fotografică a spectrelor. Schema simplificată a spectrografului este dată în figura 3.1a. Elementele principale ale unui spectrograf sînt : fanta, S , sistemul de dispersie, D , piesele optice de focalizare, L_1 și L_2 , și caseta cu peliculă fotografică, P , care se suprapune peste suprafața focală determinată de optica aparatului.

De obicei fanta este plasată în focarul obiectivului, L_1 , denumit colimator. Obiectivul L_2 — obiectiv de aparat fotografie — formează imagini monocromatice ale fantei pe suprafața focală a aparatului. Optica de focalizare a aparatului poate fi formată atât din lentile, cât și din oglinzi. Larg răspîndite sînt aparatele cu autocolimație, în care unul și același obiectiv este concomitent și colimator și de aparat fotografie (fig. 3.1b).

În cazul unei fante largi, conturul instrumental al spectrografului este dreptunghiular. În cazul spectrografelor mari, pentru o fantă îngustă, conturul instrumental este determinat numai de fenomenul de difracție.




Fig. 3.1. Schema generală a unui spectrograf (a) și schema unui spectrograf cu autocolimație (b).

Astăzi se construiesc o mare varietate de spectrografe, destinate diverselor scopuri și anumitor domenii spectrale. Cele mai mici modele se caracterizează printr-un spectru mic, a cărui lungime totală este de 5–10 mm, pe cînd aparatele mari dau un spectru foarte întins, a cărui lungime ajunge la cîțiva metri.

Spectrografele precum și alte aparate spectrale se clasifică în funcție de domeniul spectral pentru care sînt destinate. În cele ce urmează ne vom referi numai la aparatele destinate domeniilor vizibil și ultraviolet. Aparatele cu prismă sînt denumite adesea și aparate cu sticlă sau cu cuarț — după materialul de bază

din care este confecționată optica pe care o conține. Pentru domeniul vizibil acesta este sticla, iar pentru domeniul ultraviolet — cuarțul.

Monocromatorul. Se numește monocromator orice aparat spectral care separă numai radiația dintr-un anumit interval, $\Delta\lambda$, de obicei suficient de îngust, ce poate fi deplasat continuu de-a lungul spectrului.




Fig. 3.2. Schema de principiu a unui monocromator

Schematic, construcția unui monocromator constă de obicei din două obiective, L_1 și L_2 , așezate simetric, în focarele cărora se află fanta de intrare, S_1 , și, respectiv, fanta de ieșire, S_2 , și din elementul dispersiv D (fig. 3.2). Printr-o reglare a elementului dispersiv se poate suprapune peste fanta de ieșire acea imagine a fantei de intrare care corespunde domeniului spectral cerut. Numai rareori, pentru a se trece de la un domeniu spectral la altul, se deplasează fanta de ieșire sau fanta de intrare.

Să presupunem că fantele sunt suficient de largi, astfel încât conturul instrumental al monocromatorului să fie dat numai de lărgimea imaginii geometrice a fantei, fără a mai fi necesar să se țină seama și de difracție. Fie a lărgimea imaginii fantei de intrare, iar a' — lărgimea fantei de ieșire. Fluxul de lumină care iese din monocromator este proporțional cu porțiunea de arie din suprafața fantei de ieșire, a' , care se suprapune peste suprafața imaginii fantei de intrare, de arie a (fig. 3.3a și b). În cazul în care a și a' sunt egale, deplasând imaginea




Fig. 3.3. Contururi instrumentale ale unui monocromator: a — când lărgimile fantei de intrare și de ieșire sunt egale cu lărgimea spectrală; b — pentru fante care au lărgimea egală cu cea spectrală; c, d — mărirea fantei care corespund acestor cazuri.

fantei de-a lungul suprafeței focale, fluxul fasciculului de lumină care este lăsat să treacă prin fanta de ieșire va crește liniar până la o anumită valoare maximă, după care va scădea tot liniar. În acest caz conturul instrumental va fi un triunghi isoscel (fig. 3.3a). Dacă lărgimea fantei de intrare este diferită de a fantei de ie-

șire, atunci conturul instrumental va fi un trapez (fig. 3.3b), care se va apropia cu atât mai mult de un triunghi cu cât una dintre cele două fante este mai îngustă față de cealaltă.

Monocromatoarele de diferite variante constructive se utilizează ca instrumente de sine stătătoare, pentru obținerea radiației monocromatice. În afară de aceasta, monocromatoarele constituie partea principală într-o întreagă serie de aparate spectrale — spectrometre, spectrofotometre etc.

Adesea se utilizează și monocromatoare duble, care reprezintă o pereche de monocromatoare reunite într-o singură construcție, astfel încât fanta de ieșire a primului dintre ele să aibă rolul de fantă de intrare pentru cel de al doilea.

Spectroscopul este aparatul spectral folosit numai pentru observarea vizuală a spectrului. În ultimul timp se fabrică, de regulă, numai spectroscopie relativ modeste, utilizate în scopuri didactice sau pentru o cunoaștere orientativă a spectrelor. Uneori spectroscopie sunt înzestrate cu o scară pentru determinarea aproximativă a lungimilor de undă.

Stiloscopul reprezintă o anumită categorie de spectroscopie, destinate pentru analiza semicantitativă a metalelor. El are o putere de separare relativ mare, 1500 — 20 000, în regiunea centrală a spectrului. Aparatul este echipat cu o scară a lungimilor de undă, pe care sunt notate pozițiile celor mai importante linii analitice.

Stilometrul se deosebește de stiloscop prin faptul că el este destinat problemelor de analiză cantitativă și este echipat cu un dispozitiv pentru compararea strălucirilor liniilor analitice.

Spectrometrul permite efectuarea de măsurători exacte ale lungimilor de undă în domeniul vizibil al spectrului. Aceste instrumente sunt de fapt niște spectroscopie mari, prevăzute cu un dispozitiv de înaltă precizie de determinare a poziției exacte a tubului vizual pentru observarea spectrului. Poziția tubului se fixează folosind un limb cu diviziuni exacte. Acum asemenea măsurători se fac de preferință prin metoda fotografică sau prin metoda fotoelectrică, denumirea de „spectrometru” pierzându-și sensul inițial. De obicei, este numit spectrometru un monocromator cu un dispozitiv pentru înregistrarea distribuției energiei în spectru. De cele mai multe ori acest dispozitiv este format dintr-un receptor fotoelectric și un mecanism de explorare prin baleiaj*.

Spectrofotometrul. Spectrometrele destinate pentru studiul spectrelor de absorbție sau de reflexie se numesc spectrofotometre. Față de spectrometrele pomenite mai sus ele se deosebesc mai ales constructiv. În unele modele de spectrofotometre se măsoară direct raportul dintre fluxul absorbit și fluxul incident, iar uneori logaritmul acestui raport. Acest fapt permite determinarea directă a variației coeficientului de absorbție al probelor studiate pe tot cuprinsul spectrului.

Cuantometrul și polieromatorul. Dintre aparatele cu înregistrare fotoelectrică fac parte numeroase tipuri de dispozitive multicanal în care o serie de receptori fotoelectrici care înregistrează simultan mai multe domenii ale spectrului, fiecare dintre acestea fiind delimitat de propria fantă de ieșire. Numărul acestor fante poate ajunge chiar până la 80; de obicei însă sunt mai puține, cam 15 — 20. Astfel de aparate se cunosc sub denumirile de cuantometru, polieromator, cuantovac etc.

* Explorarea prin baleiaj este înregistrarea continuă a energiei de-a lungul spectrului când lungimea de undă a radiației înregistrate variază continuu. Acest lucru se realizează prin rotirea elementului dispersiv, de pildă, sau prin deplasarea receptorului pe suprafața focală

§2 PARAMETRII APARATELOR CU PRISMĂ ȘI AI APARATELOR CU REȚEA DE DIFRACTIE

Caracteristici de bază. Aparatele în care prisma sau rețeaua servesc drept elemente de dispersie au o serie de proprietăți comune. Analiza lor este necesară pentru înțelegerea funcționării aparatelor și alegerea lor cu mai adevărat.

În primul rând aparatele spectrale se caracterizează prin dispersia unghiulară și dispersia liniară, luminozitatea reală, puterea de separare practică și domeniul de transparență. O serie de alte caracteristici secundare joacă și ele un rol important în lucrul cu aparatul. La acestea din urmă se referă dimensiunile geometrice, poziția și forma suprafeței focale, grosimea, astigmatismul și curbarea liniilor spectrale. La început vom examina aceste caracteristici mai puțin importante, deoarece fără analiza lor nu se pot aprecia la justa lor valoare proprietățile importante ale unui aparat.

Dimensiunile geometrice. Dimensiunile unui aparat sînt determinate în primul rînd de distanțele focale ale obiectivelor lui, iar pentru aparatele cu rețea concavă, de raza de curbura a rețelei. Pentru aparatele construite după o schemă cu autocolimație, dimensiunea maximă este ceva mai mare decît distanța focală a obiectivului. Pentru celelalte aparate această dimensiune este apropiată de suma distanțelor focale ale obiectivului aparatului fotografic și colimatorului, iar pentru aparatele cu rețea concavă este cam de aceeași mărime ca și raza de curbura a rețelei. Avînd în vedere toate acestea, s-a stabilit o subîmpărțire convențională a tuturor aparatelor, în funcție de dimensiunile lor, în trei clase: aparate mari cu distanța focală a obiectivelor mai mare ca 1,5 m, aparate mijlocu, cu distanța focală de 0,5—1,5 m, și aparate mici, cu distanța focală a pieselor optice de pînă la 0,5 m.

Cele mai răspîndite sînt aparatele mijlocu, însă pe măsura creșterii solicitărilor de analize tot mai detaliate ale spectrelor, precum și dezvoltării tehnicii analizei spectrale a elementelor cu spectre complexe, pătrund tot mai des în activitatea practică aparate cu distanțe focale ale obiectivelor de 2—4 m și chiar mai mari. Există la ora actuală aparate standard cu rețele concave, care au o rază de pînă la 6 m. Aparatele cu dimensiuni și mai mari sînt elaborate în cadrul unor laboratoare, fiind utilizate în cercetările care necesită o cît mai mare putere de separare.


Suprafața focală. Forma suprafeței focale este determinată atît de proprietățile elementului dispersiv, cît și de optica de focalizare. Pentru rețeaua concavă secțiunea normală a suprafeței focale este tocmai cercul Rowland.

Pentru aparatele cu rețea plană și obiectivele acromatice, suprafața focală se aproximează bine cu o porțiune de plan perpendicular pe axa optică a colimatorului. În cazul utilizării prismelor împreună cu obiective neacromatizate (aparatele cu optică din cuarț) forma suprafeței focale este destul de complicată. Ea va fi determinată de efectul rezultat al aberației cromatice a obiectivului și al astigmatismului prisme, acesta putînd fi redus la zero numai pentru o singură lungime de undă, cea pentru care prisma este montată la minimul de deviație.

Indicele de refracție al prismei și obiectivului crește odată cu micșorarea lungimii de undă și deci distanța focală a obiectivului se micșorează pe măsura înaintării în domeniul lungimilor de undă mici. Suprafața focală este dispusă cam așa cum se vede în figura 3.4. Forma și poziția ei pot fi calculate cu ajutorul metodelor cunoscute din optica geometrică. Suprafața focală este relativ complicată, însă în anumite cazuri ea se poate aproxima bine printr-un plan

sau o parte a unui cilindru. Din considerente de asemenea, rezultă că prin micșorarea proporțională a dimensiunilor aparatului raza de curbură a suprafeței focale se micșorează, deci curbura suprafeței focale este mai mică în cazul aparatelor mari decât pentru aparatele mici.

Fig. 3.4. Calculul unghiului ε în suprafețe focale față de axa optică a spectrografului (D — distanța dintre obiectivul camerei și



Constructorii de aparate spectrale se străduiesc, pe cât este posibil, să îndrepte suprafața focală, astfel încât aceasta să poată fi suprapusă cu suprafața plană a plăcii fotografice. Acest deziderat poate fi uneori îndeplinit prin corectarea aberațiilor obiectivelor și în special a astigmatismului și a curbării cîmpului obiectivului aparatului fotografic. Cu cât este mai mică deschiderea relativă a obiectivului aparatului fotografic, cu atât se realizează mai ușor o suprafață focală plană.

În fiecare punct suprafața focală formează un anumit unghi, ε , cu raza incidentă în centrul obiectivului (v. fig. 3.4). Pentru diferite porțiuni ale spectrului acest unghi este diferit. Însă într-o serie de cazuri în locul unghiurilor de înclinație a suprafeței focale în diferitele ei puncte ne putem limita la examinarea înclinației ei medii cu axa optică a lentilei colimatoare. Înclinarea suprafeței focale se poate caracteriza și cu ajutorul unghiului α , pe care-l face normala ei cu axa optică. Evident, $\varepsilon + \alpha = 90^\circ$. Când se vorbește despre o înclinație mare sau mică a suprafeței focale se au în vedere valorile mari sau mici ale unghiului α .

Să efectuăm un calcul orientativ al înclinației planului focal într-un spectrograf cu cuarț, cu un obiectiv sub formă de oglindă al colimatorului, cu un obiectiv de cuarț neacromatizat (spectrografele ИСП—22, ИСП—28, ИСП—30, v. cap. 4) și cu prismă de 60° fixate la deviația minimă.

Presupunind că lentila fotografică este subțire, pentru distanța ei focală se poate scrie relația

$$\frac{1}{F} = (n' - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \quad (3.1)$$

în care n' este indicele de refracție al materialului lentilei.

Derivînd relația în raport cu n' , obținem

$$\frac{dF}{dn'} = \frac{F}{n' - 1}. \quad (3.2)$$

După cum rezultă din figura 3.4,

$$\operatorname{tg} \varepsilon = F \frac{d\varphi}{dF} = F \frac{\frac{d\lambda}{dr'} \frac{dr'}{d\lambda}}{\frac{dF}{dn'}}. \quad (3.3)$$

Folosind relația (3.2), avem

$$\operatorname{tg} \varepsilon = - \frac{\frac{d\varphi}{d\lambda} (n' - 1)}{\frac{dn'}{d\lambda}}. \quad (3.4)$$

Înlocuind aici valoarea dispersiei unghiulare a prismei în condiția de deviație minimă, (1.17), obținem

$$\operatorname{tg} \varepsilon = \frac{2 \sin \frac{A}{2}}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 \frac{A}{2}}} (n' - 1) \frac{\frac{dn}{d\lambda}}{\frac{dn'}{d\lambda}}. \quad (3.5)$$

Aici n este indicele de refracție al materialului prismei.

Punind $n = n'$, $dn/d\lambda = dn'/d\lambda$ și $\alpha = 60^\circ$, obținem

$$\operatorname{tg} \varepsilon = \frac{2(n - 1)}{\sqrt{4 - n^2}}. \quad (3.6)$$

Înclinația casetei, calculată cu ajutorul relației (3.6), pentru un spectrograf cu optică de cuarț ($n \approx 1,6$), este de 45° .

Dacă nu numai obiectivul fotografic este neacromatizat, ci și cel al colimatorului, care este confecționat din același material optic, atunci tangenta unghiului ε se măsoară de aproximativ $(F_1 + F_2)/F_1$ ori. Astfel, pentru un aparat simetric ($F_1 = F_2$) (de exemplu, un aparat autocolimat) tangenta se măsoară de două ori.

În calcul nu am mai ținut cont și de variația înclinării, datorită astigmatismului prismei. În realitate, de pildă pentru spectrograful cu optică de cuarț ИСП-22, unghiul ε este $\approx 42^\circ$, iar pentru spectrograful cu autocolimație КСА-1 cînd se folosește optică de cuarț, acest unghi este $\approx 26^\circ$.

În aparatele cu rețele de difracție plane se utilizează de obicei o optică de focalizare prin reflexie. Suprafața focală este normală la axa optică ($\varepsilon = 90^\circ$). În cazul unui obiectiv neacromatizat, într-o schemă de autocolimație, înclinarea casetei se poate calcula cu ajutorul formulei (3.7), care se obține ușor din (3.6), înmulțind partea ei dreaptă cu $F_2/(F_1 + F_2) = 1/2$.

Avînd în vedere că

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{k}{t \cos \varphi}$$

(v. relația (2.3)), avem

$$\operatorname{tg} \varepsilon = \frac{k}{2 t \cos \varphi} \frac{n' - 1}{dn'/d\lambda}. \quad (3.7)$$


De pildă, pentru spectrograful ИС-1 cu obiectivul din sticlă К-8, înclinația planului focal, calculată pentru $\lambda = 5000 \text{ \AA}$, în primul ordin al unei rețele de 600 trăsături pe milimetru, este de 18° ($\varepsilon \approx 72^\circ$).

Pentru aparatele spectrale cu rețele concave unghiul de înclinație al suprafeței focale față de axa optică este complementar cu unghiul de difracție (fig. 3.5), ceea ce permite calcularea acestui unghi din condiția

$$\sin \varepsilon = \cos \varphi. \quad (3.8)$$

Înclinația planului focal este mare în special în așa-numitele scheme de incidență oblică, larg utilizate pentru studiul ultravioletului îndepărtat (în cazul incidenței oblice crește substanțial randamentul rețelei în acest domeniu al spectrului).

Fig. 3.5. Înclinarea suprafeței focale în cazul spectrografelor cu rețele de difracție concave.



Înclinația suprafeței focale nu afectează practic deloc funcționarea monocromatoarelor spectrofotometrelor. Ele sînt totdeauna prevăzute cu dispozitive care permit aducerea în coincidență a suprafeței focale cu fanta de ieșire.

Așa cum se va arăta în continuare, înclinarea suprafeței focale a unui spectrograf duce la mărirea dispersiei, însoțită de lărgirea imaginii fantei. În cazul unor înclinații mari, focalizarea aparatului devine dificilă; crește concomitent și influența defectelor pieselor optice asupra conturului instrumental. Din această cauză, sînt de preferat aparatele cu o înclinare mică a suprafeței focale. Dealtfel, și în cazul unor înclinații mari se reușește să se obțină spectre de calitate foarte bună.

Grosimentul aparatelor spectrale. Dimensiunile unei imagini monocromatice a fantei pe suprafața focală a unui aparat spectral diferă de dimensiunile fantei. Să notăm lărgimea fantei cu a și pe a imaginii cu a' , iar înălțimile lor cu h și, respectiv, h' . Vom numi $x = a'/a$ - mărirea orizontală a aparatului, iar $y = h'/h$ - mărirea lui verticală.

Mărirea verticală este determinată numai de grosimentul sistemului de lentile al aparatului; mărirea orizontală mai depinde în plus atît de mărirea elementului dispersiv, cît și de înclinarea suprafeței focale.

Defectele imaginii geometrice a fantei, datorate difracției și imperfecțiunii pieselor optice și de construcție a aparatului, modifică într-unele dimensiunile imaginii. În cadrul acestei analize ne vom limita numai la considerarea factorilor geometrici, presupunînd sistemul optic ideal, iar fanta atît de largă, încît lărgirea imaginii ei, datorată difracției să poată fi neglijată.

Pentru determinarea grosimentului optic al unui aparat vom utiliza formula lui Lagrange-Helmholtz. Cînd obiectul și imaginea lui se află în aer, această formulă se poate scrie sub forma

$$l_1 \operatorname{tg} u_1 = l_2 \operatorname{tg} u_2, \quad (3.9)$$

în care l_1 este dimensiunea linara a obiectului, u_1 - apertura unghiulară, care, prin definiție, este egală cu unghiul dintre direcția generatoarei conului fasciculului luminos care intră în sistem și axa optică, l_2 și u_2 sînt aceleași mărimi pentru spațiul imaginii (fig. 3.6).

Avînd în vedere că

$$\operatorname{tg} u = \frac{b}{2p},$$

obținem

$$l_1 b_1 / p_1 = l_2 b_2 / p_2 \quad (3.10)$$

În cazul unui aparat spectral, mărimile din relația (3.10) au următorul sens: $p_1 = F_1$ și $p_2 = F_2$ sunt distanțele focale ale obiectivelor colimatorului și, respectiv, aparatului fotografic, iar b_1 și b_2 sunt secțiunile fasciculelor la intrarea în




Fig. 3.6. Notărilor pentru relația (3.9).

obiectivul colimatorului și, respectiv, la ieșirea din obiectivul aparatului fotografic.

Până acum nu am făcut nici o diferență între mărirea verticală (după direcția înălțimii fantei) și mărirea orizontală (după direcția lărgimii ei) a unui aparat. Nu este greu de văzut că aceste mărimi sunt diferite. Într-adevăr, în timp ce în planul vertical secțiunile ambelor fascicule, b_1 și b_2 , sunt totdeauna egale între ele, în planul orizontal atât la aparatele cu prismă, cit și la aparatele cu rețea ele sunt, în general, diferite, raportul lor, $b_1/b_2 = w$ depinzând de lungimea de undă (fig. 3.7).

Mărirea w definește grosimentul unghiular, caracteristic prisme și rețelei de difracție. Ea este egală cu unitatea numai în cazul în care lumina parcurge simetric elementul dispersiv, adică în cazul deviației minime, pentru prismă, și în cazul în care unghiul de incidență este egal cu cel de difracție, pentru rețea.




Fig. 3.7. Variația secțiunilor fasciculelor într-un plan orizontal după ce ele au traversat elementul dispersiv; a — pentru un aparat cu prismă, b — pentru un aparat cu rețea de difracție.


Pînă urmăre, pentru mărirea orizontală și pentru mărirea verticală se poate scrie

$$x' = F_2/F_1 w, \quad (3.11)$$

$$y = F_2/F_1, \quad (3.12)$$

Când sistemul optic nu este acromatizat, raportul F_1/F_2 depinde, de asemenea, de lungimea de undă. Aceasta implică variația de-a lungul spectrului nu numai a măririi orizontale a sistemului optic, ci și a celei verticale.

Fig. 3.8. Mărirea imaginii din cauza înclinării suprafeței focale. P — suprafața focală; l_2 — dimensiunea imaginii într-un plan normal la axă; l'_2 — dimensiunea imaginii pe suprafața focală.



Înclinația suprafeței focale modifică numai dimensiunile orizontale ale fantei. Mărirea corespunzătoare a lărgimii imaginii fantei (fig. 3.8) va fi

$$x'' = l'_2/l_2 = 1/\sin \epsilon. \quad (3.13)$$

Mărirea orizontală totală, x , va fi dată de produsul dintre cele două mărimi determinate de cauzele analizate mai sus

$$x = x' \cdot x'' = \frac{F_2}{F_1} \frac{w}{\sin \epsilon}. \quad (3.14)$$

Folosind formula grosimentului unghiular al prisme, dedusă mai înainte, (1.9), pentru un aparat cu prismă se obține

$$x = \frac{F_2}{F_1} \frac{\cos \alpha_1 \cos \beta_2}{\cos \alpha_2 \cos \beta_1} \frac{1}{\sin \epsilon}. \quad (3.15)$$

Pentru un aparat cu rețea de difracție plană (v. fig. 3.7 b),

$$b_1 = B \cos \psi \text{ și } b_2 = B \cos \varphi$$

unde B este lungimea părții trasate a rețelei, iar ψ și φ sînt unghiul de incidență, respectiv, unghiul de difracție. Așadar,

$$w = \cos \psi / \cos \varphi.$$

Substituind această expresie în (3.14), pentru un aparat cu rețea plană se obține

$$x = \frac{F_2}{F_1} \frac{\cos \psi}{\cos \varphi} \frac{1}{\sin \epsilon}. \quad (3.16)$$

Pentru un spectrograf cu rețea de difracție concavă, dacă fanta, imaginea ei și rețeaua sînt așezate pe cercul Rowland, atunci unghiurile u_1 și u_2 sînt




Fig. 3.9. Explicarea egalității dintre unghiurile u_1 și u_2 pentru aparatele cu rețea de difracție concavă.

totdeauna egale (fig. 3.9). În consecință, conform relației (3.9), $l_1 = l_2$. În acest caz grosimentul este determinat numai de înclinația casetei.

$$x = 1/\sin \epsilon = 1/\cos \varphi. \quad (3.17)$$

Mărirea datorată înclinației suprafeței focale trebuie avută în vedere numai pentru spectrografe. În monocromatoare fanta de ieșire este totdeauna astfel încât planul cuțitelor este perpendicular pe axa fasciculului de raze care trece prin ea.

Astigmatismul și curbarea liniilor spectrale. Mai înainte am analizat amănunțit efectele produse de astigmatismul introdus de prismă sau de rețea. Datorită astigmatismului, un punct al fantei de intrare se transformă pe suprafața focală a aparatului într-un segment de linie spectrală. Totuși, conform proprietății generale a sistemelor astigmatice, în spațiul obiect poate fi găsit un punct pentru care focarul razelor meridionale se va afla în planul focal al aparatului. Dacă sursa de lumină este plasată chiar în acest punct, atunci se poate obține distribuția strălucimii în secțiunea sursei, ceea ce în mod obișnuit este imposibil de obținut în cazul aparatelor astigmatice. În același punct trebuie așezată și o diafragmă Hartmann.

Pentru o rețea de difracție concavă, când spectrul se formează în apropierea normalei, acest punct conjugat se află cu ajutorul construcției lui Sirks (fig. 3.10). O fantă așezată după dreapta AB , perpendiculară pe fanta de intrare, va da o imagine perfect clară în suprafața focală.

Pentru alte aranjamente ale rețelei și pentru spectrografele cu prismă, care au un astigmatism pronunțat, este mai comod ca acest punct să fie determinat empiric. În acest scop, se deplasează o fantă de-a lungul axei optice, perpendiculară pe fanta aparatului, pînă cînd în domeniul spectral necesar imaginea acestei fante suplimentare devine cit mai clară, adică pînă cînd liniile spectrale vor apărea sub forma unor puncte.

Problema curbării liniilor spectrale, atât la aparatele cu prismă, cit și la cele cu rețea de difracție, a fost deja expusă în capitolele precedente. Aici mai amintim doar că în aparatele cu rețea de difracție curbarea este mai mică, iar semnul ei este invers semnului curbării produse de prismă. De-seori curbarea considerabilă a liniilor, ce se observă la unele aparate cu rețea plană, își au originea în acțiunea oglinzilor care nu sînt coaxiale.

Curbarea liniilor spectrale duce la pierderi substanțiale de lumină în monocromatoare, dacă fantele lor de ieșire nu sînt curbate într-un mod corespunzător. În aparatele care au un astigmatism pronunțat curbarea liniilor spectrale provoacă și o scădere a puterii de separare. Din această cauză, în construcția aparatelor spectrale se caută compensarea curbării liniilor spectrale prin curbarea corespunzătoare a fantei. De obicei, o asemenea compensare se poate face




Fig. 3.10. Construcția lui Sirks:
G - rețeaua; S - fantă; GN - normala de rețea; AB - poziția fantei orizontale.

exact numai pentru o singură lungime de undă. Însă există scheme pentru care este posibilă o compensare exactă a curbării pentru întregul spectru. Într-una dintre schemele de acest gen [3.1] fanta de intrare și fanta de ieșire sînt arce ale unui cerc al cărui centru se află pe axa oglinzii focalizatoare.

După cum am văzut (capitolele 1 și 2), raza de curbură a arcului de paralelă după care se curbează linia spectrală este proporțională cu distanța focală a obiectivului aparatului fotografic; deci compensarea curbării este mai ușoară în aparatele cu distanță focală mare.

§ 3. DISPERSIA

Dispersia unghiulară, $D_\varphi = d\varphi/d\lambda$, este definită ca unghiul cu care sistemul dispersiv separă fasciculele de lumină de lungimi de undă apropiate. Distanța liniară, Δl , dintre centrele a două imagini monocromatice ale fantei, care cuprind între ele intervalul $\Delta\lambda$, este dată de dispersia liniară, $D_l = dl'/d\lambda$.

Dispersia liniară și dispersia unghiulară sînt legate între ele. Într-adevăr, așa cum rezultă din figura 3.11,

$$\Delta l = \frac{F}{\sin \varepsilon} \cdot \Delta \varphi, \quad (3.18)$$

F fiind distanța focală a obiectivului aparatului fotografic, iar ε - unghiul de înclinație a suprafeței focale.

În consecință,

$$D_l = \frac{F}{\sin \varepsilon} D_\varphi. \quad (3.19)$$

Pornind de la această relație, cu ajutorul expresiilor pentru dispersia unghiulară a prismei, (1.16) și (1.17), obținute mai înainte, se poate calcula dispersia liniară a unui aparat spectral cu prismă. În cazul deviației minime,

$$D_l = \frac{2 \sin \frac{A}{2}}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 \frac{A}{2}}} \cdot \frac{F}{\sin \varepsilon} \cdot \frac{dn}{d\lambda}. \quad (3.20)$$

În cazul aparatelor cu rețea de difracție, ținînd cont de relația (2.3), se poate obține, pentru un unghi de incidență dat,

$$D_l = \frac{k}{t \cos \varphi} \cdot \frac{F}{\sin \varepsilon}. \quad (3.21)$$




Fig. 3.11. Derivarea formulei dispersiei liniare.

Pentru un aparat cu rețea plană, avînd în vedere că în general, în acest caz, nu mai apare înclinația spectrului ($\varepsilon = 90^\circ$), obținem

$$D_l = \frac{kF}{t \cos \varphi}. \quad (3.22)$$

În apropierea normalei la rețea cosinusul unghiului de difracție este apropiat de unitate și se modifică odată cu variația lui φ foarte puțin. În această regiune se poate considera că

$$D_{I\text{norm}} = \frac{kF}{t}, \quad (3.23)$$

Din (3.23) rezultă că în aceste condiții dispersia nu depinde de unghiul de difracție și, în consecință, nici de lungimea de undă. Mărimea $D_{I\text{norm}}$ poartă numele de *dispersie normală*.

Adesea se folosește și noțiunea de dispersie inversă

$$L = d\lambda/dl = 1/D_I, \quad (3.24)$$

exprimată, de obicei, în Å/mm. În tabelul 3.1 sunt date valorile dispersiei liniare inverse ale unui spectrograf cu rețea cu distanța focală de 1 m, în primul ordin al unor rețele cu diverse numere de trăsături pe milimetru. Pentru un aparat

Tabelul 3.1

Dispersia liniară inversă a unui aparat cu distanța focală de 1 m, în primul ordin al spectrului, λ , nm

Unghiul de difracție, grade	100 trăs./mm	200 trăs./mm	300 trăs./mm	600 trăs./mm	1200 trăs./mm	2400 trăs./mm
0	100,00	50,00	33,33	16,67	8,33	4,17
10	98,41	49,24	32,83	16,41	8,21	4,10
20	93,97	46,99	31,32	15,66	7,83	3,91
30	86,60	43,30	28,87	14,43	7,22	3,61
40	76,60	38,30	25,53	12,76	6,38	3,19
50	64,28	32,14	21,42	10,71	5,36	2,68
60	50,00	25,00	12,66	8,33	4,17	2,08
70	34,20	17,10	11,40	5,70	2,85	1,42
80	17,36	8,68	5,79	2,89	1,45	0,72
85	8,72	4,36	2,905	1,452	0,726	0,363
87	5,23	2,617	1,744	0,872	0,436	0,218
88	3,49	1,745	1,163	0,582	0,291	0,145
89	1,75	0,875	0,582	0,291	0,145	0,073

cu distanța focală F , dispersia inversă, L , este de F ori mai mică. Pentru un ordin k al spectrului, L este de k ori mai mic.

În cazul aparatelor cu rețea de difracție concavă, de obicei rețeaua joacă atât rolul de element dispersiv, cât și de sistem optic de focalizare. Odată cu mărirea unghiului de difracție, φ , se mărește înclinarea suprafeței focale, însă, în același timp, se micșorează distanța de la ea pînă la rețea. Într-adevăr, după cum se vede din figura 3.5

$$F = r \cos \varphi \quad \text{și} \quad \varepsilon = \cos \varphi,$$

așadar,

$$\frac{F}{\sin \varepsilon} = r.$$

Prin urmare, din relația (3.21), pentru dispersia liniară a unei rețele concave obținem

$$D_I = \frac{kr}{t \cos \varphi}, \quad (3.25)$$

Această formulă se deosebește de (3.22), pentru aparatele cu rețea plană, numai prin faptul că rolul de distanță focală este jucat aici de diametrul cercului lui Rowland, egal cu raza de curbură a rețelei.

Relațiile (3.22) și (3.25) se pot transforma astfel încât dispersia liniară să se exprime în funcție de lungimea de undă.

Ne vom limita la cazul așa-numitului sistem cu autocolimație, pentru care se realizează condiția de egalitate dintre unghiul de incidență și unghiul de difracție. Aceeași condiție este adevărată și pentru schema Eagle. În acest caz formula de bază a rețelei, (2.19), are forma

$$2t \sin \varphi = k\lambda, \quad (3.26)$$

de unde se poate obține

$$\cos \varphi = \sqrt{1 - k^2 \lambda^2 / 4t^2}.$$

Înlocuind această valoare în (3.22), avem

$$D_i = \frac{kF}{t} \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \lambda^2 / 4t^2}} = \frac{kF}{t} \alpha. \quad (3.27)$$

Factorul

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \lambda^2 / 4t^2}}$$

caracterizează abaterea dispersiei unui spectrograf cu autocolimație de la dispersia normală. Graficul dependenței lui α de lungimea de undă, pentru o rețea cu 600 trăsături pe milimetru, este dat în figura 3.12. El permite să se stabilească de la care lungime de undă trebuie luată în considerație variația dispersiei unui spectrograf dat, atunci cînd se cere o anumită precizie a măsurărilor.

Interes practic prezintă lărgimea intervalului $\Delta\lambda$, în care dispersia aparatului se poate considera constantă. Ea depinde atât de lungime de undă, cit și de variație admisibilă a dispersiei instrumentului, în condițiile date. Se poate arăta că

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta D_i}{D_i} \frac{4t^2}{k^2\lambda} \left(1 - \frac{k^2\lambda^2}{4t^2}\right). \quad (3.28)$$

De exemplu, în vecinătatea lungimii de undă de 5000 Å, în spectrul de ordinul întâi al unei rețele cu 600 de trăsături pe milimetru, dispersia liniară variază cam cu 1% pe o întindere de 200 Å.




Fig. 3.12. Abaterea dispersiei unui spectrograf cu rețea cu autocolimație (600 trăsături pe milimetru) de la cea normală.

Pentru aparatele cu prismă variația dispersiei liniare de-a lungul spectrului este determinată atât de proprietățile materialului din care este confecționată prismă, cit și din cauza variației cu lungimea de undă a distanței focale. Cei

doi factori acționează în sensuri contrare, însă efectul primului este incomparabil mai mare. În figura 3.13 sînt date curbele de dispersie pentru unele dintre spectrografele mai răspîndite la noi. Scăderea puternică a dispersiei aparatelor cu prisma odată cu deplasarea către domeniul lungimilor de undă mari face




Fig. 3.13. Dispersia pentru diverse conversor. Aparatul 1—ИЧП-28 și Q-21; 2, 3—КСА-1 cu optică de cuarț și, respectiv, cu optică de sticlă; 4, 5—ИЧП-51, cu distanță focală a obiectivului camerei $F = 800$ și, respectiv, $F = 1360$ mm; 6, 7, 8—ДФС-1, ДФС-8 și ДСФ-11, cu o rețea de 600 trăsături pe milimetru.

ca aceste aparate să fie de obicei incomode pentru domeniile roșu și infraroșu apropiat ale spectrului. Pentru aceste domenii se utilizează mai mult aparatele cu rețea. Dimpotrivă, în jurul a 2000–2500 Å, domenii în care dispersia aparatelor cu optică de cuarț este foarte mare, acestea pot concura aparatele cu rețea.

§ 4. PUTEREA DE SEPARARE

Puterea de separare practică. În capitolele precedente au fost tratate amănunțit problemele legate de puterea de separare a prismei și a rețelei de difracție și s-au dedus formulele corespunzătoare, (1.28) și (2.17). S-a presupus totodată că conturul instrumental este determinat numai de fenomenul de difracție. În acest caz, două linii de aceeași strălucire, între care există o diferență de lungime de undă egală cu $\delta\lambda$, care satisfac criteriul de rezoluție Rayleigh, dau naștere unui contur instrumental rezultat, în care ordonata în minimum este 80% din cea a maximumului.

În realitate, lărgirea conturului instrumental al unui aparat este rezultatul global al efectelor unei întregi serii de factori. Dintre ele fac parte în primul rând lărgimea finită a fantelor, defectele pieselor optice ale aparatului și defectele de focalizare ale acestuia, granulația emulsiei fotografice, difuzia luminii în ea. Din această cauză, în afară de puterea de separare teoretică, se introduce noțiunea de putere de separare practică, iar criteriul Rayleigh va trebui generalizat, în sensul că indiferent de forma conturului instrumental, să se considere că două linii monocromatice de intensitate egală se află la limita de separare, $\delta\lambda_p$, dacă diferența dintre strălucirile lor este de 20%. Puterea de rezoluție astfel definită, R_p , este numită putere de separare practică,

$$R_p = \lambda / \delta\lambda_p. \quad (3.29)$$

În continuare, cînd ne vom referi la puterea de separare a aparatelor spectrale, vom avea în vedere totdeauna mărimea R_p .

Puterea de separare practică este totdeauna mai mică decât puterea limită, teoretică. Pentru unele aparate spectrale puterea de separare teoretică întrece de o sută de ori, și chiar mai mult, puterea de separare practică. Uneori însă ele sînt aproape egale.

Puterea de separare și lărgimea fantei. Să analizăm mai în detaliu influența lărgimii fantei asupra puterii de separare a unui aparat.

Pînă în momentul de față, cînd am calculat puterea de separare a prismei sau a rețelei, am considerat că fanta este infinit îngustă. Dacă se ține însă cont și de lărgimea fantei, conturul instrumental trebuie considerat ca produsul de convoluție al celor două funcții, dat de una dintre relațiile (18) și (19), în funcție de modul de iluminare a fantei (v. „Introducere”).

Rezultatul calculelor făcute conform relațiilor (18) și (19) este determinat de raportul dintre lărgimea geometrică a imaginii fantei, a' , și mărimea δl , corespunzătoare distanței dintre cele două linii vecine care mai sînt separate conform criteriului Rayleigh.

Cînd $a' \ll \delta l$, variația lărgimii fantei nu are nici un efect asupra lărgimii conturului instrumental, care va fi determinată în fond de difracția pe apertură a diafragmei, fiind egală cu $0,86 \delta l$.

Cînd $a' \gg \delta l$, lărgimea imaginii fantei va fi practic egală cu lărgimea imaginii geometrice, a' , creșterea neînsemnată a lărgimii datorîndu-se difracției, care estompează marginile imaginii.

Fanta se numește normală, dacă lărgimea imaginii sale geometrice este egală cu distanța dintre cele două linii, care mai pot fi separate conform criteriului Rayleigh.

Pentru calcularea lărgimii fantei normale, vom exprima lărgimea geometrică a imaginii fantei, a' , în funcție de lărgimea fantei de intrare. Folosind formula pentru mărirea orizontală a unui aparat spectral, (3.14), obținem

$$a' = \frac{F_2}{F_1} \frac{w}{\sin \varepsilon} a, \quad (3.30)$$

în care a este lărgimea fantei, w — mărirea unghiulară a elementului dispersiv, ε — unghiul de înclinare a suprafeței focale, iar F_1 și F_2 sînt distanțele focale ale colimatorului și aparatului fotografic.

Ținînd cont de înclinarea casetei, cantitatea δl este egală cu

$$\delta l = \frac{\lambda F_2}{b_2 \sin \varepsilon}, \quad (3.31)$$

în care b_2 este dimensiunea diafragmei de apertură, care delimitează secțiunea fasciculului care iese din elementul dispersiv.

În cazul fantei normale, egalînd expresiile (3.30) și (3.31), avem

$$\frac{F_2}{F_1} \frac{w}{\sin \varepsilon} a_n = \frac{\lambda}{b_2 \sin \varepsilon} F_2, \quad (3.32)$$

de unde, ținînd seama că $b_1/b_2 = w$,

$$a_n = \frac{\lambda}{b_1} F_1. \quad (3.33)$$

În figura 3.11a sînt date o serie de contururi instrumentale obținute prin integrarea relației (18) pentru fantele ale căror lărgimi sînt de 0; 1,0; 2,0; 3,0 și 4,0 ori lărgimea unei fante normale.

Pe axa absciselor s-a luat distanța de la centrul liniei, exprimată în unități δl . Graficele sînt construite după datele din lucrarea [3.2], în care calculele lui van Cittert [3.3] sînt făcute mai exact.

În figura 3.13a este dată dependența semilărgimii conturului instrumental și a raportului R_{gr}/R_{gr0} de lărgimea fantei aparatului spectral respectiv. Conform raționamentelor calitative expuse mai sus, lărgimea conturului instrumental crește la început foarte încet, pînă la fanta de lărgime normală. Corespunzător




Fig. 3.14. Conturările instrumentale pentru diferite lărgimi ale fantei de intrare a unui spectrograf, la iluminare necoerentă (a) și coerentă (b) a fantei.




Fig. 3.15. Dependența sau lărgimii fantei de aparat, a' , a puterii de separare, R_p , și a iluminării în centrul imaginii liniei, I_c , de lărgimea fantei de intrare, în cazul unei iluminări necoerente (a) și coerente (b).

cu aceasta, scade încet puterea de separare. Pentru fantele ale căror lărgimi sînt mai mari decît de două ori lărgimea normală, conturul se lărgesc proporțional cu lărgimea fantei, iar semilărgimea liniei devine aproximativ egală cu lărgimea imaginii geometrice a imaginii fantei.

Pe același grafic este reprezentată dependența iluminării în centrul imaginii liniei spectrale monocromatice (I), de lărgimea fantei. În cazul unei fante înguste iluminarea crește proporțional cu lărgimea ei. Cînd fanta atinge lărgimea normală, creșterea se diminuează brusc. Apoi iluminarea tinde asimptotic la valoarea corespunzătoare unei fante infinit de largi (I_∞). În cazul unor fante largi, fasciculul de lumină care intră în aparat și suprafața imaginii fantei pe care se distribuie el cresc la fel de repede și, din această cauză, iluminarea aproape

ei nu se schimbă. Pentru fantele înguste, creșterea fluxului de lumină nu mai este însoțită de lărgirea liniei, astfel încât iluminarea crește proporțional cu lărgimea fantei. Aceasta tocmai explică fringerea specifică a graficului iluminării

Lărgimii normale a fantei îi corespunde o pierdere a puterii de separare, în comparație cu o fantă infinit îngustă, de aproximativ 23 %. Pentru un mare număr de probleme această lărgime a fantei, sau una apropiată de ea, reprezintă lărgimea optimă.

Figurile 3.14 a și 3.15 a corespund calculelor efectuate pentru o iluminare necoerentă a fantei, cel mai des întâlnită în practică. Pentru cazul iluminării perfect coerente, rezultatele integrărilor numerice sînt date în figurile 3.14 b și 3.15 b. Cînd lărgimea fantei $a \approx 3 a_0$, atunci în centrul liniei apare o șea în graficul iluminării. Dacă lărgimea fantei crește în continuare, atunci, atît iluminarea în centrul imaginii unei linii, cît și la margini suferă variații periodice.

În cazul unei iluminări coerente, semilărgimea liniilor monocromatice crește la început cu mărirea lărgimii fantei, dar sensibil mai încet decît în cazul unei iluminări cu lumină necoerentă, rămînînd însă, pentru orice fantă, ceva mai îngustă decît imaginea geometrică a fantei. Drept consecință, pentru același flux luminos dat, iluminarea imaginii unei linii, în cazul iluminării coerente, este ceva mai mare decît în cazul unei radiații necoerente.

Puterea de separare și dispersia. Din punctul de vedere al unui spectroscopist, puterea de separare practică este o caracteristică mai importantă decît dispersia liniară, deoarece tocmai puterea de separare exprimă cantitativ capacitatea unui aparat de a separa două linii apropiate. Dacă contrurul instrumental este mai larg decît distanța dintre linii, atunci ele vor fi rezolvate prost, chiar și în cazul în care s-ar afla departe una de alta.

Puterea de separare teoretică este determinată complet de dimensiunile și de dispersia unghiulară a elementului dispersiv (acest fapt rezultă din relațiile (1.19), (1.28) și (2.3), (2.17)). Dispersia liniară este, de asemenea, proporțională cu dispersia unghiulară și depinde, în afară de aceasta, și de parametrii opticii de focalizare. De obicei, ea este proporțională cu distanța focală a obiectivului fotografic.

Prin urmare, cînd se compară aparatele spectrale trebuie avut în vedere că un aparat cu o dispersie liniară mare are și o putere de separare mare numai în cazul în care mărirea dispersiei liniare este determinată de mărirea dispersiei unghiulare. Dacă însă creșterea dispersiei liniare s-a realizat datorită schimbării opticii de focalizare, parametrii elementului dispersiv rămînînd nemodificați, atunci acest fapt nu are nici o influență asupra puterii de separare teoretice a aparatului și poate influența numai indirect puterea ei de separare practică.

Într-adevăr, puterea de separare practică este determinată de lărgimea conturului instrumental real, care nu poate fi mai mic decît lărgimea imaginii geometrice a fantei.

Dificultățile legate de confecționarea fantelor și de montarea lor limitează lărgimea imaginii fantei la aproximativ o sutime de milimetru. Puterea de separare a materialelor fotosensibile, utilizate de obicei în spectroscopie, nu depășește 100 de linii pe milimetru. Prin urmare, liniile spectrale care se află la o distanță $\Delta l \lesssim 10^{-3}$ cm nu sînt separate de un aparat spectral.

Pentru aparatele care au au o dispersie liniară prea mare, granulația emulsiei fotografice este adesea cauza largii conturului instrumental. Considerînd $\Delta l = 10^{-3}$ cm, pentru δl_1 obținem

$$\delta \lambda_p = \frac{\Delta l}{D_1} = \frac{10^{-3}}{D} \quad (3.34)$$

În acest caz, puterea de separare practică este egală cu

$$R_p = 10^3 \lambda D_1. \quad (3.35)$$

Altfel spus, puterea de separare practică este direct proporțională cu dispersia linară a aparatului.

Pentru o clasă largă de aparate tocmai aceste motive limitează puterea de separare care este proporțională cu dispersia linară. Din această cauză, pentru obținerea unor înalte rezoluții, adesea este util să se folosească aparate cu dispersie mare. Acest fapt a dus la folosirea unei terminologii nu tocmai exacte. Adesea se vorbește despre aparate cu o dispersie mare ca despre aparate cu o putere de separare mare. În realitate însă, numai într-un anumit domeniu de variație a parametrilor aparatului, creșterea dispersiei linare îi corespunde și o mărire a puterii de separare*.

Pentru elucidarea condițiilor în care granulația emulsiei fotografice are o influență decisivă asupra puterii de separare a unui aparat spectral, să comparăm expresia (3.35) cu formulele puterii de separare teoretică ale aparatelor cu prismă și a celor cu rețea de difracție.

Egalind relațiile (3.35) și (1.28) și exprimând dispersia linară prin dispersia unghiulară, (1.17), pentru un spectrograf cu prismă în condiții de deviație normală, obținem (factorul 1000 are dimensiunea cm^{-1})

$$F_2 = \frac{T}{1000 \lambda} \sqrt{\frac{1 - n^2 \sin^2(\alpha/2)}{2 \sin(\alpha/2)}}. \quad (3.36)$$

Pentru a folosi puterea de separare a unei prisme cu baza de 5 cm și unghiul de refracție de 60° , este necesar un aparat fotografic cu distanța focală $F_2 > 100$ cm.

În cazul rețelei de difracție, egalind expresiile (3.35) și (2.17) și substituind l pe D_1 din relația (3.22), obținem

$$F_2 = Nl \cos \varphi / 1000 \lambda. \quad (3.37)$$

Întrucît produsul dintre numărul total de trăsături, N , și constanta rețelei, l , este egal cu lărgimea rețelei, atunci (3.37) poate fi scris sub forma

$$F_2 = B \cos \varphi / 1000 \lambda. \quad (3.38)$$

De pildă, în cazul dispersiei normale ($\cos \varphi = 1$), pentru o rețea cu lărgimea de 8 cm, puterea de separare practică în domeniul vizibil al spectrului ($\lambda = 5000 \text{ \AA}$) va fi de același ordin de mărime ca puterea de separare teoretică, dacă distanța focală $F_2 \geq 160$ cm. Cu cît îndepărtarea de normală devine mai mare, distanța focală necesară poate fi mai mică.

Este interesant faptul că distanța focală necesară a obiectivului depinde de lărgimea rețelei, nu de ordinul spectrului și nici de constanta rețelei. Acest lucru se datorește faptului că odată cu creșterea numărului de trăsături pe milimetru sau a ordinului spectrului, și dispersia și puterea de separare a rețelei cresc la fel**.

Evaluarea puterii de separare practice. Considerarea riguroasă a tuturor factorilor care influențează puterea de separare practică fiind în general imposibilă, se recurge la determinarea pe cale experimentală a acesteia.

* Este vorba despre variația dispersiei linare numai pe scara parametrilor optici de focalizare, nu pe scara variației proprietăților chimice și dispersiv.

** Puterea de separare crește odată cu mărirea numărului de trăsături pe milimetru (m) datorită faptului că, în cazul în care B este constantă, numărul total de trăsături, N , este proporțional cu m .

Cea mai simplă metodă de evaluare a puterii de separare constă în găsirea unor linii suficient de înguste, cât mai apropiate între ele și care mai pot fi separate printr-o focalizare exactă a aparatului. În funcție de puterea de separare a aparatului, drept asemenea linii pot fi luate fie multiplele din spectre cunoscute, fie linii care prezintă o structură hiperfină.

În același scop pot fi folosite componentele despicării Zeeman, deoarece distanțele dintre ele pot fi modificate continuu prin creșterea intensității câmpului magnetic. Este indicat să se aleagă componente de aceeași intensitate și cu aceeași stare de polarizare; celelalte componente care sunt de prisos sunt eliminate cu ajutorul unui polaroid de orientare corespunzătoare.

Puterea de separare poate fi determinată măsurând lărgimea conturului instrumental la nivelul la care el scade până la 0,4 din maxim. După cum se vede, această lărgime corespunde limitei de separare Rayleigh. Pentru astfel de măsurători sînt necesare surse de lumină care dau linii izolate, extrem de înguste. În acest scop se pot folosi laseri cu gaz sau un catod tubular (v. cap. 10). Măsurarea exactă a lărgimii conturului instrumental este o problemă complicată, care necesită respectarea tuturor precauțiilor fotometriei monocromatice (v. cap. 12).

D. S. Rojdestvenski a propus o metodă cu ajutorul căreia se poate determina puterea de separare, folosind o sursă cu spectru continuu. În acest scop, pe fanta spectrografului se proiectează franjele luminoase de interferență, obținute de la un interferometru cu două brațe (Rojdestvenski a utilizat interferometrul Michelson). Pentru lungimile de undă care satisfac condițiile $\lambda_k = \Delta/k$ și $\lambda_k = 2\Delta/(2k - 1)$, se observă maxime și, respectiv, minime de iluminare. Spectrele apar brăzdate de benzi întinse, care se află la distanța $\Delta\lambda$ una de alta; această distanță se determină introducînd în interferometru diferența de drum Δ

$$\Delta\lambda = \lambda^2/\Delta.$$

Modificînd continuu diferența de drum, Δ , se poate face ca adîncimea minimeelor dintre benzi să fie egală cu 20% din intensitatea unui maxim, ceea ce corespunde aproximativ criteriului Rayleigh.

§ 5. LUMINOZITATEA APARATELOR SPECTRALE

Cantitatea de energie luminoasă care este detectată de receptorul de radiație, la ieșirea din aparatul spectral, este determinată de caracteristicile spectrale și de strălucire ale sursei de lumină, de transparența aparatului și de geometria și condițiile de iluminare ale fantei de intrare. Transmitanța (τ), determinată de diferitele pierderi ale radiației în aparat, va fi examinată în paragraful următor.

În această secțiune vom analiza numai acele relații energetice care sînt determinate de caracteristicile geometrice ale aparatului respectiv. Pentru a elimina influența condițiilor de iluminare și a proprietăților sursei, vom considera că fanta de intrare a aparatului are lumină proprie.

Vom lua o fantă suficient de largă, iar liniile studiate vor fi considerate monocromatice, pentru a putea face analiza în aproximația opticii geometrice. Această aproximație corespunde suficient de bine condițiilor experimentale pentru o clasă largă de cercetări.

În spectroscopie, drept receptori de energie se folosesc plăci fotografice și o gamă variată de dispozitive fotoelectrice.

De regulă, în cazul utilizării plăcii fotografice, mărimea care se măsoară este variația transmitanței sub acțiunea radiației. Transmitanța unei plăci

expuse se determină mai ales cu ajutorul expunerii, Et (t este timpul de expunere; pentru amănunte, v. cap.12), iar măsura luminozității unui aparat este dată de iluminarea E a suprafeței focale.

În majoritatea receptorilor fotoelectrici mărimea înregistrată este curentul electric care apare datorită efectului fotoelectric. Mărimea fotocurentului se determină cu ajutorul mărimii fluxului luminos, care trece prin fanta de ieșire a aparatului. Astfel, spre deosebire de aparatele cu înregistrare fotografică, luminozitatea unui aparat cu înregistrare fotoelectrică se determină cu ajutorul mărimii fluxului transmis prin el.

Să examinăm luminozitatea fiecăreia dintre clasele de aparate spectrale enumerate.

Luminozitatea unui monocromator. Să analizăm, la început cazul unui spectru de linii.

Dacă înălțimea fantei este h , lățimea ei fiind a și fanta emite o radiație monocromatică de strălucire B_λ , atunci fluxul Φ , incident pe obiectivul colimatorului, va fi

$$\Phi_{\text{max}} = ha \frac{S_1}{F_1^2} B_\lambda. \quad (3.39)$$

Aici, S_1 este suprafața secțiunii fasciculului.

Dacă considerăm că fluxul luminos nu este în continuare limitat, atunci fluxul emergent este

$$\Phi'_{\text{max}} = \tau ha \frac{S_1}{F_1^2} B_\lambda, \quad (3.40)$$

în care τ este transmitanța.

Se presupune că lățimea și înălțimea fantei de ieșire sînt egale cu lățimea și înălțimea imaginii fantei de intrare, adică

$$a' = a \frac{F_2}{F_1} w, \quad (3.41)$$

$$h' = h \frac{F_2}{F_1}. \quad (3.42)$$

Aici w este mărirea unghiulară a elementului, iar F_1 și F_2 sînt distanțele focale ale obiectivelor colimatorului și, respectiv, aparatului fotografic. Expresia

$$u = \frac{ha}{F_1^2} S_1 \quad (3.43)$$

se numește, de obicei, *luminozitate geometrică* sau *factor geometric* al aparatului. Mărimea $ha/F_1^2 = \Omega_1$ reprezintă unghiul sub care se vede fanta din centrul obiectivului colimatorului. Prin urmare,

$$u = \Omega_1 S_1. \quad (3.44)$$

Sub această formă, factorul geometric se introduce în calculul luminozității pentru aparate toate aparatele. Este ușor de arătat că

$$\frac{ha}{F_1^2} S_1 = \frac{h'a'}{F_2^2} S_2.$$

Prin urmare, factorul geometric al unui monocromator poate fi scris sub forma

$$u = \Omega_2 S_2 \frac{h'a'}{F_2^2} S_2, \quad (3.44a)$$

în care S_2 este suprafața secțiunii fasciculului luminos emergent din obiectivul camerei, iar

$$\Omega_2 = \frac{h'a'}{F_2^2}$$

este unghiul solid sub care se vede fanta de ieșire din centrul obiectivului.

Să definim luminozitatea ca fluxul luminos pe unitatea de strălucire a fantei ($B_\lambda = 1$). Atunci, conform relației (3.40)

$$L_{\text{intr}} = \frac{\Phi'_{\text{entr}}}{B_\lambda} = \tau h a \frac{S_1}{F_1^2}. \quad (3.45)$$

Din expresiile (3.43) și (3.45) rezultă că

$$L_{\text{intr}} = \tau u. \quad (3.46)$$

Cînd se calculează luminozitatea, este important să se țină cont de gradul în care radiația transmisă prin aparat este monocromatică. Din această cauză, vom introduce noțiunea de lărgime spectrală a fantei, prin aceasta înțelegînd intervalul de lungimi de undă, $\Delta\lambda$, care este decupat din spectru de către fanta de ieșire de lărgime a' . Dacă a' satisface relația (3.14), atunci mărimea $\Delta\lambda$ va fi totodată și lărgimea spectrală a fantei de intrare.

Pentru a găsi relațiile dintre lărgimea spectrală și lărgimea geometrică a fantei de ieșire, folosim expresia pentru dispersia liniară, (3.19),

$$D_i = \frac{dl}{d\lambda} = D_\varphi F_2.$$

Înlocuind diferențialele cu mărimile finite, $dl = a'$ și $d\lambda = \Delta\lambda$ și folosind egalitatea (3.41), obținem pentru lărgimea spectrală a fantei de intrare

$$\Delta\lambda = \frac{a'}{F_1 D_\varphi}. \quad (3.47)$$

Din (3.45) și (3.47), avem

$$L_{\text{intr}} = \tau \frac{h}{F_1} \frac{S_1}{w} D_\varphi \Delta\lambda = \tau \frac{h'}{F_2} S_2 D_\varphi \Delta\lambda. \quad (3.48)$$

Mărimea $h/F_1 = h/F_2 = \beta$ este înălțimea unghiulară a fantei monocromatice. În cazul în care $w = 1$, atunci $S_1 = S_2 = S$, iar formula (3.48) poate fi scrisă sub forma

$$L_{\text{intr}} = \tau S \beta D_\varphi \Delta\lambda. \quad (3.49)$$

Formula corespunzătoare pentru factorul geometric al unui monocromator este

$$u = S \beta D_\varphi \Delta\lambda. \quad (3.50)$$

Această formulă a fost dedusă în ipoteza că lărgimea spectrală a fantei de intrare este egală cu cea a fantei de ieșire. În acest caz luminozitatea este

proporțională cu lărgimea fantei. Una lărgimi spectrale a fantei de intrare egale cu cea a fantei de ieșire îi corespunde un fascicul luminos maxim, pentru o putere de separare dată. Din acest punct de vedere, o asemenea relație între lărgimile fantelor este optimă. Dacă lărgimile spectrale nu sunt egale, atunci fluxul care trece prin sistem va corespunde unei fante mai înguste, în puterea de separare, unei fante mai largi.

Din relația (3.49) se vede că luminozitatea este proporțională cu secțiunea reală a fasciculului și cu dispersia unghiulară a aparatului. Proporționalitatea cu dispersia unghiulară se poate explica în mod calitativ prin aceea că prin mărirea dispersiei la o aceeași lărgime spectrală a fantei, lărgimea geometrică crește proporțional cu dispersia.

Luminozitatea unui monocromator este proporțională și cu înălțimea unghiulară a fantei, β . Creșterea lui β înseamnă creșterea cotei fasciculelor inclinate; în afară de aceasta, apar dificultăți în iluminarea fantelor malte. Din această cauză, în majoritatea monocromatoarelor β este limitată la valoarea de 0,1 rad.

Este interesant faptul că pentru o înălțime unghiulară și o lărgime spectrală a fantei date, luminozitatea nu depinde de deschiderea relativă a obiectivelor. De aceea, nu rezultă ca trebuie folosite obiective de mare luminozitate, cu distanța focală mică. Calculul acestor obiective este foarte complicat, aberațiile fiind mari, fără a se obține nici un câștig în fluxul luminos, pentru o mărime dată a suprafeței elementului dispersiv și nici a unghiului de dispersie a acestuia.

Nu este greu de calculat fluxul luminos care trece printr-un monocromator și în cazul în care fanta de intrare este o sursă cu spectru continuu. Fluxul emis de fanta de intrare este proporțional cu lărgimea sa spectrală, $\Delta\lambda_1$. Fluxul delimitat din spectrul continuu al fantei de ieșire este, de asemenea, proporțional cu lărgimea spectrală, $\Delta\lambda_2$, a acestei fante. Atunci când lărgimile spectrale ale ambelor fante sunt egale, $\Delta\lambda_1 = \Delta\lambda_2 = \Delta\lambda$, fluxul spectral care trece prin sistem este egal cu

$$\Phi_{\text{cont}} = \tau \beta S_1 D_{\varphi} \Delta\lambda^2 b_{\lambda} / w. \quad (3.51)$$

El are o distribuție spectrală triunghiulară, cu lărgimea $2\Delta\lambda$.

Analog cazului spectrului de linii, vom defini luminozitatea unui monocromator pentru un spectru continuu ca fasciculul luminos transmis de monocromator în intervalul spectral $\Delta\lambda$, pentru o strălucire spectrală unitară a fantei. Atunci,

$$L_{\text{cont}} = \frac{\Phi_{\text{cont}}}{b_{\lambda}} = \tau \beta S_1 D_{\varphi} \Delta\lambda^2 / w. \quad (3.52)$$

În cazul unui spectru continuu, luminozitatea este proporțională cu pătratul lărgimii spectrale a fantei.

La deducerea formulei pentru L_{lin} , am considerat

$$B_{\lambda} = \int b_{\lambda} d\lambda = 1,$$

iar pentru obținerea expresiei pentru L_{lin} , am luat $b_{\lambda} = 1$. Datorită acestui fapt, dimensiunea lui L_{lin} difere de dimensiunea lui L_{cont} prin dimensiunea lui $\Delta\lambda$.

Deoarece fluxul unui spectru de linii variază ca $\Delta\lambda$, iar al unui spectru continuu ca $\Delta\lambda^2$, raportul dintre aceste fluxuri este proporțional cu $1/\Delta\lambda$ iar odată cu mărirea lărgimilor spectrale ale fantelor fondul devine mai slab decât linia. De aceea, pentru observarea liniilor slabe pe fondul unui spectru con-

timu strălucitor, este avantajos să se măsoare lărgimea spectrală a fantei. Această afirmație este adevărată nu numai pentru înregistrarea fotoelectrică, ci și pentru înregistrarea fotografică.

Putem conchide că mărirea luminozității monocromatoarelor se poate dobândi în primul rând pe seama măririi suprafeței elementului dispersiv și a dispersiei lui unghiulare. Din acest punct de vedere, monocromatoarele cu prisme multiple sunt mai avantajoase decât cele cu o singură prismă, dacă nu luăm în considerare creșterea substanțială a pierderilor prin reflexie și prin absorbție. Dacă se ține cont de faptul că creșterea dispersiei unghiulare duce de regulă la mărirea puterii de separare practice, atunci avantajul unor asemenea aparate este și mai vădit.

Relația dintre luminozitate și puterea de separare a unui monocromator. După cum s-a arătat, luminozitatea unui monocromator este proporțională cu lărgimea fantei lui, în cazul unui spectru de linii, și cu pătratul lărgimii fantei în cazul unui spectru continuu (v. 3.49 și 3.52)). Așadar, lărgind fantele unui monocromator, se poate mări fluxul luminos care-l traversează.

Pentru $a \leq a_n$, a_n fiind lărgimea normală a fantei*, puterea de separare nu depinde, practic, de lărgimea fantei. Din această cauză, în cazul măririi fantei până la valoarea a_n , creșterea luminozității nu este însoțită de o mărire a puterii de separare. Însă dacă lărgimea fantei devine mai mare decât a_n , se mășorează puterea de separare a aparatului, adică se înrăutățește gradul de monocromaticitate a radiației clesse. Prin urmare, luminozitatea fantelor care au lărgimea mai mare ca a_n se află într-o corelație directă cu puterea de separare a monocromatoarelor.

Deoarece puterea de separare practică a unui monocromator care separă un interval spectral $\Delta\lambda$ este egală cu $R_p - \lambda \Delta\lambda$, din relația (3.50), obținem

$$u = S\beta \frac{D_\varphi \lambda}{R_p} . \quad (3.53)$$

Pentru un aparat cu autocolimație, echipat cu rețea de difracție, conform relației (2.5) avem

$$D_\varphi = \frac{2 \operatorname{tg} \varphi}{\lambda} .$$

Substituind expresia (2.5) în (3.53)

$$u_{rețea} = \frac{2 S \beta \operatorname{tg} \varphi}{R_p} , \quad (3.54)$$

de unde

$$\Omega_{rețea} = \frac{2 \beta \operatorname{tg} \varphi}{R_p} . \quad (3.55)$$

În cazul unei prisme care funcționează la minimum de deviație,

$$D_\varphi = - \frac{T}{b} \frac{dn}{d\lambda} ,$$

* Noțiunea de lărgime normală a unei fante a fost introdusă pentru cazul în care lărgimea conturului de aparat se determină pe baza fenomenelor de difracție. Însă raționamentele noastre rămân adevărate și dacă nu se ia în considerație dependența de formă conturului de aparat. În acest caz, prin a_n trebuie să înțelegem acea lărgime a fantei, pentru care imaginea geometrică are aceeași lărgime ca și conturul de aparat care corespunde unei fante infinit înguste.

unde T este dimensiunea bazei prismei, iar b - secțiunea fasciculului într-un plan vertical. Înlocuind valoarea lui D_p în (3.53), găsim

$$u_{\text{prismă}} = \frac{S\beta}{R_p} \frac{T}{b} \frac{dn}{d\lambda} \lambda, \quad (3.56)$$

$$\Omega_{\text{prismă}} = \frac{\beta}{R_p} \frac{T}{b} \frac{dn}{d\lambda} \lambda. \quad (3.57)$$

Din (3.53), (3.54) și (3.56) rezultă că produsul uR_p este constant pentru un anumit aparat. Astfel, mărind pe u pe seama lărgirii fantei, concomitent, tot de atâtea ori îl micșorăm pe R_p , deoarece produsul lor rămâne constant.

Așa cum se va arăta în continuare (v. capitolele 6 și 8) constanța mărimum $Q = uR_p$ este o trăsătură caracteristică nu numai pentru monocromatoarele cu prismă și cu rețea, ci și pentru aparatele spectrale de alte tipuri.

Luminozitatea unui spectrograf. Luminozitatea unui spectrograf se caracterizează prin iluminarea produsă pe suprafața lui focală*. În cazul unui spectru de lumină, fluxul luminos care ajunge la suprafața focală se determină cu ajutorul relației (3.40), iar aria pe care este el distribuit este egală cu aria liniei spectrale, $h'a'$. Utilizând relațiile (3.12) și (3.14) pentru mărimea longitudinală și mărimea transversală, găsim

$$h'a' = ha \left(\frac{F_2}{F_1} \right)^2 \frac{w}{\sin \varepsilon}. \quad (3.58)$$

Iluminarea, E_{linii} , se obține prin împărțirea expresiei (3.40) la expresia (3.58)

$$E_{\text{linii}} = \frac{\Phi'_{\text{linii}}}{h'a'} = B_\lambda \tau \frac{\sin \varepsilon}{w} \frac{S_1}{F_2^2}. \quad (3.59)$$

Punând $B_\lambda = 1$, găsim luminozitatea spectrografului,

$$L_{\text{linii}} = \frac{\tau \sin \varepsilon}{w} \frac{S_1}{F_2^2}. \quad (3.60)$$

Având în vedere că $S_1/w = S_2$, S_2 fiind suprafața secțiunii fasciculului emergent din elementul dispersiv, se poate scrie

$$L_{\text{linii}} = \tau \frac{S_2}{F_2^2} \sin \varepsilon. \quad (3.61)$$

Spre deosebire de cazul monocromatorului, în cazul unui spectru de lumină, luminozitatea unui spectrograf nu depinde de lărgimea și înălțimea fantei. Într-adevăr, de câte ori crește suprafața fantei și, prin urmare, fluxul transmis de ea, tot de atâtea ori se mărește suprafața imaginii ei. Din această cauză, iluminarea imaginii unei fante rămâne constantă. După cum se vede din relația (3.61), luminozitatea crește odată cu micșorarea distanței focale a obiectivului camerei. În acest caz însă, de regulă, puterea de separare practică a aparatului scade, întrucât scade dispersia lui liniară (v. relația (3.53)). Acest lucru se poate evita, dacă ne limităm numai la micșorarea dimensiunii verticale, ceea ce este ușor de realizat prin folosirea unei lentile cilindrice, a cărei generatoare este paralelă cu dispersia. Lentila trebuie să fie așezată între obiectivul colimato-

* Pentru fasciculul luminos în suprafața camerei se va arăta în capitolul 12, luminozitatea unui spectrograf, ca și a unui monocromator, este determinată de flux

rulă și pelicula fotografică, astfel încât să dea în planul focal o imagine a fantei mășorată de câteva ori. Din nefericire, în aparatele de mare luminozitate aplicarea acestui procedeu este dificilă din cauza curbării liniilor spectrale și aberațiilor introduse de lentila cilindrică.

Firește, în cazul unui spectru continuu lumina este proporțională cu puterea într-o lărgime spectrală a fantei,

$$E_{\text{cont}} = \tau \frac{S_2}{F_2^2} \sin \epsilon \Delta h b_\lambda, \quad (3.62)$$

de unde, pentru un spectru continuu, luminozitatea spectrografului este

$$I_{\text{cont}} = \tau \frac{S_2}{F_2^2} \sin \epsilon \Delta \lambda \quad (3.63)$$

Din relațiile (3.59) și (3.62) obținem

$$\frac{E_{\text{cont}}}{E_{\text{rețea}}} = \frac{B_\lambda}{b_\lambda \Delta \lambda} \sim \frac{1}{\Delta \lambda}. \quad (3.64)$$

Este esențial faptul că, spre deosebire de monochromator, luminozitatea unui spectrograf nu se determină cu ajutorul suprafeței elementului dispersiv, ci cu o mărime aproximativ egală cu pătratul deschiderii relative* a obiectivului camerei.

$$\frac{S_2}{F_2^2} \approx \left(\frac{D_2}{F_2} \right)^2.$$

Compararea luminozității aparatelor cu rețea cu luminozitatea aparatelor cu prismă. Mai înainte se consideră că luminozitatea aparatelor cu prismă este mai mare decât a aparatelor cu rețea de difracție, deoarece prisma descompune întreaga lumină incidentă pe ea într-un singur spectru, pe când rețeaua dă o mulțime de spectre de diferite ordine și pe fiecare dintre ele se distribuie o mică parte din energie.

Perfecționarea tehnicii de trasare a rețelelor cu trăsături care au profil, care au un randament de pînă la 50—70%, ne obligă să revizuiți acest punct de vedere. În plus, o rețea mare (10 × 10 cm² și mai mult) este mai ușor de confecționat decât o prismă de sticlă sau, în special, de cuarț, cu dimensiunile respective.

Sî comparăm luminozitatea unui monochromator cu prismă cu luminozitatea unui cu rețea de difracție, ele avînd aceeași putere de separare. Considerînd mărimile unghiulare ale fantei și transmise prin cele două aparate egale, din expresiile (3.54) și (3.56) avem

$$\frac{I_{\text{prismă}}}{I_{\text{rețea}}} = \frac{u_{\text{prismă}}}{u_{\text{rețea}}} = \frac{S_{\text{prismă}} \frac{T}{b} \frac{dn}{d\lambda} \lambda}{2S_{\text{rețea}} \lg \varphi} \quad (3.65)$$

Aici T este lungimea bazei prismei, b — lățimea fascicului, iar $\frac{dn}{d\lambda}$ dispersia materialului din care este confecționată prisma. Deoarece $S_{\text{prismă}} = bH$ (H fiind înălțimea prismei), atunci mărimea $S_{\text{prismă}}^0$

$$S_{\text{prismă}}^0 = S_{\text{prismă}} \frac{T}{b},$$

este egală cu acea parte din aria fețelor prismei prin care nu trece lumina,

* Deschiderea relativă este raportul dintre lățimea fantei și distanța în focal

Pentru o rețea, secțiunea fasciculului este

$$S_{rețea} = S_{prismă} \cos^2 \varphi,$$

unde $S_{rețea}^0$ este suprafața rețelei.

În cazul în care dimensiunile rețelei sînt egale cu cele ale prismei ($S_{prismă}^0 = S_{rețea}^0$), obținem

$$\frac{L_{monocromator}}{L_{rețea}} = \frac{\lambda \frac{dn}{d\lambda}}{2 \sin \varphi}. \quad (3.66)$$


Pentru un aparat cu rețea de difracție, cu autocondensator, conform relației (3.26)

$$\frac{2 \sin \varphi}{\lambda} = \frac{h}{t},$$

iar (3.66) capătă forma

$$\frac{L_{prismă}}{L_{rețea}} = \frac{t}{h} \frac{dn}{d\lambda}. \quad (3.67)$$

În figura 3.16 sînt date rapoartele $L_{rețea}/L_{rețea}^0$ pentru monocromatoarele cu rețele de difracție standard, care au 600 și 1200 trăsături pe milimetru și pentru o prismă din cuarț cristalin. După cum se vede din figură, luminozitatea unui aparat cu rețea de difracție, pentru domeniul vizibil al spectrului, este de cîteva ori mai mare decît luminozitatea unui aparat cu prismă. În domeniul 2500–2000 Å luminozitățile aparatelor devin comparabile. Dacă se are în vedere că în acest interval spectral crește absorbția cuarțului, atunci se poate considera că aparatele cu rețea de difracție își păstrează superioritatea și în acest



domeniu al spectrului. Analog, analizînd luminozitatea spectrografelor, se poate arăta că aparatele cu rețea și cele cu prismă care au deschideri relative egale ale obiectivului camerei au aproximativ aceeași luminozitate (v. relația (3.59)).

§ 6. TRANSMISIA UNUI APARAT SPECTRAL

Am remarcat deja că luminozitatea unui aparat spectral este determinată, în afară de unii factori geometrici, pe care i-am analizat în paragraful precedent, și de transmisia lui.

Raportul τ dintre fluxul luminos monocromatic, care a intrat prin fanta de intrare (cuprins în unghiul solid delimitat de cea mai mică dintre diafragme) și fluxul corespunzător ajuns pe receptor se numește coeficient de transmisie sau transmitanța aparatului. Pentru diferite aparate, τ variază între limitele 0,8 și 0,001.

Transmitanța este determinată de pierderile de energie prin reflexie, absorbție și împrăștiere.

Pierderile prin absorbție. Materialele optice utilizate pentru construcția aparatelor spectrale în acel domeniu în care sunt ele destinate au, de obicei, un coeficient de absorbție mai mic decât $0,01 - 0,02 \text{ cm}^{-1}$. De aceea, pierderile totale prin absorbție, chiar și într-o prismă mare, nu depășește 30%, iar în lentile ele nu depășește câteva procente.

În apropierea limitei de transmisie absorbția crește și atinge repede valori însemnate. Utilizarea unor prisme de sticlă pentru domenii ale lungimilor de undă mai mici decât 4000 Å și a prismelor de cuarț pentru $\lambda < 2300 \text{ Å}$ duce la pierderi însemnate de lumină, datorită absorbției ei. În acest domeniu este dificil de făcut evaluări cantitative, întrucât creșterea absorbției totale depinde de variația spectrală a coeficientului de absorbție cât și de grosimea opticii. În orice caz, apropiindu-ne de domeniul lungimilor de undă scurte, la $200 - 300 \text{ Å}$ de limita menționată, creșterea absorbției poate face ca aparatul să devină practic netransparent.

Pierderile prin reflexie și polarizare a luminii. Pierderile datorate reflexiei sunt cercetate suficient de bine. De obicei, suprafețele oglinzilor care se află într-un aparat spectral reflectă 80–90% din energia incidentă. Așadar, pierderile pe fiecare oglindă sunt de 10–20%. În oglinzile vechi ele pot fi mai mari.

Coeficientul de reflexie al dielectricilor transparenți se calculează după formulele lui Fresnel, (1.35).

În cazul unor unghiuri de incidență mici, formulele (1.35) devin

$$r = r_0 = r_1 = \left(\frac{n' - n}{n' + n} \right)^2. \quad (3.68)$$

Materialele care se folosesc pentru confecționarea lentilelor au de obicei indicii de refracție de la 1,5 la 1,7. Este ușor de calculat că pierderile prin reflexia pe cele două fețe ale unei lentile plasate în aer ($n' = 1$) sunt de la 8 la 14%. De aceea, de regulă, o lentilă este mai eficientă decât o oglindă.

Cînd se calculează transmitanța aparatelor cu rețele de difracție este necesar să se țină cont de randamentul rețelei, a cărei valoare depinde de profilul trăsăturilor, de proprietățile de reflexie ale suprafeței rețelei, de unghiul de incidență și de unghiul de difracție. Cu toate că pentru rețelele bune randamentul absolut ajunge până la 70%, adesea este necesar să se lucreze în condițiile în care el nu depășește câteva procente.

La pierderile din aparatul spectral propriu-zis se adaugă pierderile din optica de protecție. Numărul total de suprafețe pe care se produce reflexia (fără a mai socoti suprafețele elementelor de dispersie) adesea ajunge la 14. Dacă se consideră pierderile pe o singură suprafață de 5%, atunci transmitanța va fi

$$\tau = (1 - 0,05)^{14} \approx 0,50$$

Dacă sunt șapte suprafețe de oglindă, cu o pierdere pe fiecare dintre ele de 20%, atunci transmitanța totală va fi $\tau = 0,22$. Prin urmare, odată cu creșterea suprafeței reflectante, avantajul unei optici cu lentile devine mai mare.

Pierderile datorate reflexiei lumini pe suprafețele prismei au fost examinate mai înainte. Ca urmare a incidenței oblice a razelor, pierderile devin sensibil mai mari decât pe suprafața unei lentile. Pe lângă aceasta, lumina care trece prin prismă este parțial polarizată, iar dacă sînt cîteva prismе, atunci gradul de pola-




Fig. 3.17. Efectul de polarizare al spectrografului Q-24: înregistrarea plăcii impresionabile de: 1 - lumina naturală; 2 - lumina polarizată ($E \parallel$ cu fantă); 3 - lumina polarizată ($E \perp$ pe fantă).

rizare poate fi relativ mare. Treccrea lumina prin fantele înguste ale unui aparat spectral produce, de asemenea, o polarizare parțială a ei. Așadar, aparatul produce o modificare intensă a polarizării radiației care îl traversează. Acest fapt este caracteristic nu numai pentru aparatele cu prismă, ci și pentru cele cu rețea de difracție, fiind determinată de diferența dintre coeficienții de reflexie ai suprafeței rețelei și ai oglinzilor metalice pentru radiațiile care au direcțiile de polarizare diferite. Pierderile prin reflexie și prin modificarea polarizării lumini incidente depind de lungimea de undă. Acest lucru trebuie avut în vedere în cercetările spectrale ale stării de polarizare a radiației.

Figura 3.17 ilustrează modul în care se produce transmiterea unei radiații cu diferite stări de polarizare într-un spectrograf Q-24 [3, 4].

Pierderile totale prin reflexia lumini pe fețele prismelor nu depășesc de obicei 50%, deoarece coeficientul de reflexie pentru componentele polarizate perpendicular pe planul de incidență este aproape zero, iar pierderile sînt datorate numai atenuării componentei polarizate în planul de incidență. Pierderile însumate, datorate reflexiilor sînt substanțiale.

În figura 3.18 sînt reprezentate, pentru exemplificare, datele referitoare la pierderile totale de lumină în monocromatorul HCH-17A, care are o prismă



Fig. 3.18. Coeficientul de pierdere în monocromator.

și trei suprafețe reflectante (dără pierderile din sistemul de iluminare, [6]. Măsurătorile au fost făcute în domeniul 4000-6000 Å pentru lumina polarizată și pentru lumina naturală. Facem aici de precizare de lumina în monocromatorul HCH-17A are următoarele valori: reflexie pe fețele prismei, 10-25%; absorbția în prismă, 1-15%; pierderile prin reflexie pe oglinzi, 25-28%.


Principala cauză a micșorării transmisiei aparatului în domeniul 4000 - 4500 Å este creșterea absorbției de către prismă a radiațiilor de lungime de undă mică.

În aparatele cu un mare număr de suprafețe care reflectă și care refractă lumina, ca, de pildă, monocromatoarele duble, pierderile totale prin reflexie ating 99 %.

Pentru micșorarea acestor pierderi uneori se utilizează straturi antireflex pentru mărirea luminozității opticii prin transparență și pelicule speciale, care măresc coeficientul de reflexie al oglinzilor.

Să presupunem că suprafața reflectantă a unui detaliu optic, care are indicele de refracție n , este acoperită cu un strat subțire (antireflex) dintr-o altă substanță al cărei indice de refracție este egal cu \sqrt{n} . Conform relației (3.68), în cazul unor unghiuri de incidență mici, coeficienții de reflexie a luminii pe suprafețele de separație aer-peliculă și peliculă-detaliu optic sînt egali. Dacă diferența de fază dintre razele reflectate pe cele două limite de separație este de $\pi/2$, atunci, datorită interferenței lor, amplitudinea undei reflectate devine zero. În acest caz am neglijat faptul că amplitudinea undei reflectate de cea de a doua suprafață este ceva mai mică, datorită atenuării undei incidente pe ea prin reflexie pe prima față. Pierderile prin reflexie pot fi astfel anulate numai pentru o anumită lungime de undă, fiind însă diminuate substanțial pentru un larg domeniu al spectrului. Aplicarea a două sau trei straturi de acest fel permite îmbunătățirea uniformizării coeficientului de reflexie după întreg spectrul. Curbele calculate pentru un strat antireflex simplu și pentru unul triplu sînt date în figura 3.19.

Fig. 3.19. Coeficientul de reflexie al sticlei fără strat antireflex (1), cu un singur strat antireflex (2), cu trei straturi antireflex (3).



Pentru domeniul ultraviolet al spectrului modul de obținere a straturilor antireflex este puțin studiat. În aparatele cu cuarț aceste straturi practic nu se utilizează.

Pierderile prin difuzia luminii. Difuzia se poate produce atât în volumul detaliului optic, cât și pe suprafața lui. Difuzia în volum se produce pe defectele mici — bule de aer și neomogenități optice locale. În materialele de calitate esențială defectele există într-o cantitate infimă. Pierderile datorate lor nu depășesc 1 %.

Difuzia pe suprafața pieței optice se mai datorează și zgîrneturilor suprafeței, umurilor de degete de pe ea ș.a. Din această cauză, cu piesele optice este necesar să se umble cu foarte mare grijă. Suprafețele prin care trece lumina nu trebuie să nu se micșoreze cu mîinile, așa cum nu trebuie să fie zgîrțite cînd sînt curățate. Amprentele degetelor se îndepărtează cu mare greutate, iar particulele fine de substanțe abrazive, depuse sub formă de praf, pot zgîrții uneori suprafața prin frecarea ei. Cel mai bine este ca praful să fie suflat cu o pînză de cauciuc sau să fie spălat cu alcool sau cu eter. Cînd se execută această operație

trebuie evitate porțiunile de suprafață lipite sau acoperite cu lacuri. Uleiul praful adunat pe piesele optice poate duce la pierderi de lumină foarte mari. Din această cauză, trebuie să avem grijă să nu fie praf în încăperea, iar în timpul în care nu se lucrează cu aparatul, el trebuie acoperit cu o husă de protecție dintr-un material compact sau dintr-o folie de polietilenă.

Lumina reflectată și lumina difuzată într-un aparat spectral. Radiația reflectată și difuzată de piesele optice este absorbită în cea mai mare parte de corpul aparatului, însă o mică parte din ea ajunge la receptorul de radiație sub formă de lumină difuzată, care, de regulă, stăjenește măsurătorile, mărind erorile. De aceea, una dintre problemele importante care se pun la construirea aparatelor spectrale o constituie măsurarea cantității de lumină difuzată.

Influența luminii difuzate este esențială mai ales când se studiază distribuția spectrală din vecinătatea domeniului în care radiația surselor o străluce mare. Acest lucru apare cel mai pregnant când se studiază spectrele de absorbție, de difuzie combinată sau de fluorescență. Procedeele de evaluare și de diminuare a influenței luminii difuzate asupra rezultatelor măsurărilor vor fi examinate în capitolul 13.

Există, de asemenea, și o cantitate de lumină care este reflectată regulat de suprafețele plane și de cele sferice. Ea poate fi considerată sursa fondului parazit și de lumină suplimentară în spectru. Aceste perturbări sunt mai în special în aparatele cu autocolinație, în care lumina reflectată se propagă către regiunea suprafeței focale. Pentru a înlătura această lumină parazită, se folosesc ecrane absorbante.

Fie, de exemplu, într-un aparat cu autocolinație o lentilă plan convexă, L . Lumina reflectată de suprafața ei plană (fig. 3.20 a) se va propaga ca și când ar pleca de la imaginea virtuală a fantei, S' . Pentru ca aceste raze să nu ajungă la suprafața focală, este suficient ca la mijlocul lentilei să se fixeze un ecran negru care are lățimea egală cu înălțimea fantei. Coeficientul de reflexie al ecranului trebuie să fie cât se poate de mic. De obicei, se folosește catifea neagră.




Fig. 3.20. Lumina reflectată de către suprafața plan-convexă de partea posterioară a lentilei L plan-convexe: S — fantă, S' — imaginea ei, L — lentilă, E — ecran, F — suprafața focală.

Lumina reflectată de suprafața posterioară a lentilei se focalizează și dă o imagine reală a fantei între obiectiv și suprafața focală (fig. 3.20 b). Pentru eliminarea luminii pe care o produce această imagine, în locul respectiv se pune

un ecraan mic, negru. Astfel de ecranare îndalță lumina reflectată parazită, dăruind practic luminozitatea.


Uneori, lumina reflectată de una dintre suprafețele concave ale unei lentile dă o imagine reală a fantei, în apropierea suprafeței focale. În acest caz lentila trebuie înclinată ușor, astfel încât această imagine secundară să se formeze mai sus sau mai jos decât imaginea principală a fantei. La asemenea înclinări, în spațiile de distanță focală mare, aberațiile nu cresc aproape deloc.

Lumina reflectată de suprafața preselor optice se poate focaliza în apropierea suprafeței dinapoi a fantei aparatului. Cuțitele fantei o reflectă, rezultând apariția de sateliți de intensitate mică pe lângă anele intense sau de „grupi” pe lângă conturul instrumental. Pentru îndalțarea acestui neajuns se recomandă o mică înclinare a lentilei care face să dispară imaginea fantei ce provine de la cuțitele ei; în același scop se pot înmugui cu grijă părțile dinapoi ale fantei. Din păcate, cuțitele fantei sînt polizate, nu înnegrite, ceea ce înlesnește apariția unor asemenea „fantome”.

Fenomenele de interferență din aparate. Pierderile prin reflexie depind de lungimea de undă a radiației și, de aceea, pot deforma distribuția de energie pe care o înregistrează aparatul spectral. Reflexiile de pe suprafețele optice pot duce la o deformare substanțială a distribuției de energie, creînd uneori impresia apariției unor benzi spectrale false sau a unor linii false.

Apariția unor asemenea benzi se datorează interferenței razelor pe lame subțiri formate de două suprafețe dispuse foarte aproape una de alta. Aceste benzi pot să apară și ca urmare a interferenței pe peliculele subțiri care se montează în fața fantei aparatului. Cînd se utilizează filtre din gelatină, în trepte, adesea este greu de scăpat de aceste benzi. Benzile se formează datorită interferenței razei transmise, I_1 , cu raza I_2 , care suferă o dublă reflexie (fig. 3.21). Dacă coeficientul de reflexie al suprafeței este $r = 4\%$, energia fasciculului dublu reflectat va fi de numai 16% . Totuși și în acest caz se vor observa în spectru niște benzi de interferență suficient de contrastate. Acest fapt se explică prin aceea că în cazul interferenței se adună sau se scad amplitudinile, nu energiile fasciculelor care interferează. Coeficientul de reflexie în amplitudine este egal cu \sqrt{r} , adică după o singură reflexie amplitudinea fasciculului va fi egală

Fig. 3.21. Interferența prin reflexie pe cele două fețe optice ale unei lame subțiri



cu $0,2 A_0$, iar după cea de a doua cu $0,01 A_0$. În maxim și în minim a apariției de interferență exprimată în unități energetice este

$$I_{\max} = (1,04 A_0)^2 \approx 1,08 I_0,$$

$$I_{\min} = (0,96 A_0)^2 \approx 0,92 I_0.$$

Contrastul imaginii de interferență, definit ca

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}, \quad (3.69)$$

va fi, în acest caz, de 8%.

Diferența de drum optic dintre fasciculele I_1 și I_2 , în cazul incidenței luminii pe peliculă sub unghiuri mici, este egală cu $2nd$ (d fiind grosimea plăcii, iar n — indicele ei de reflexie).

Maximele corespund lunginii de undă care satisface condiția

$$2nd = k\lambda. \quad (3.70)$$

În mod corespunzător, condiția pentru minime este

$$2nd = \frac{2k+1}{2} \lambda. \quad (3.71)$$

Distanța dintre două maxime de interferență vecine, exprimată în lungimi de undă, $\Delta\lambda$, se poate obține derivând relația (3.70) în raport cu k și luând $\Delta k = 1$

$$\Delta\lambda = \lambda/k = \lambda^2/2nd. \quad (3.72)$$

Aici am neglijat dependența lui n de λ în intervalul $\Delta\lambda$. Dacă grosimea optică a plăcii este de ordinul a 100 λ , atunci în domeniul vizibil al spectrului distanța dintre maxime va fi în jur de 25 Å. Întrucât lama subțire este sub formă de pană, spectrul obținut este sub forma unor benzi înclinate. Prin aceasta se deosebesc de benzile spectrale slabe. Asemenea benzi se pot obține și datorită interferenței luminii, reflectate de straturile subțiri de aer dintre lentile.

În aparatele cu optică de cuarț se pot observa fenomene de interferență complicate, datorită dublei refracți din cuarț.

Benzile de interferență sînt de obicei slabe, dar pot introduce erori importante în măsuratori energetice de precizie. O interferență cu totul neplăcută poate apărea atunci cînd se studiază spectrele de lumină în care ea denaturează strălucirea relativă a liniilor spectrale.

Variațiuni selective de transparență, datorate interferenței, se pot observa și în receptorul de radiație, în particular, în fereastra celulei fotoelectrice sau a fotomultiplicatorului. Pentru a verifica prezența interferenței se înregistrează cu bună-știință un spectru continuu „neted”, de exemplu, spectrul unei lămpi de incandescență. Variațiile periodice observate în intensitatea spectrului se pot înlătura luînd pe fața fotomultiplicatorului un strat suplimentar dintr-un dielectric transparent. În literatura de spectroscopie un asemenea gen de interferență nu este descris, însă el este ușor de observat prin montarea unei experimente specule. De aceea, trebuie ținut cont de posibilitatea apariției unor asemenea benzi.

§ 7. CRITERIILE DE COMPARARE A APARATELOR SPECTRALE

Dintre caracteristicile principale ale unui aparat spectral, care definesc posibilitățile și domeniul lui de utilizare, trebuie considerate întinderea intervalului spectral ($\lambda_1 - \lambda_2$), numărul m de intervale ce pot fi înregistrate concomitent, timpul de înregistrare, t , a unui singur interval, numărul total de intervale înregistrate, M , și timpul total de înregistrare, T .

Mărimea M este determinată de puterea de separare limită, $\delta\lambda$, fiind egală cu $(\lambda_1 - \lambda_2)/\delta\lambda$. Timpul de înregistrare, t , pentru o anumită precizie de măsurare, depinde de luminozitatea aparatului, de sensibilitatea receptorului și de strălucirea sursei, B_λ .

Evident, „mai bun” va fi acel aparat care înregistrează în cel mai scurt timp cel mai intens interval spectral al celei mai puțin strălucitoare surse, cu o rezoluție mare și cu o bună exactitate. Au fost făcute o serie de încercări de a găsi o caracteristică cantitativă, care să țină cont de toate proprietățile principale ale unui aparat și care să permită compararea capacității aparatelor spectrale de diverse tipuri, independent de principiul de construcție al lor. În acest scop Jakino [3.5] a propus să se utilizeze mărimea W , denumită de el factor de calitate,

$$W = RM/TB_\lambda^\alpha \approx \mu\alpha R. \quad (3.73)$$

La determinarea factorului de calitate se consideră că strălucirea sursei este astfel încît la ieșirea din aparat raportul semnal/zgomot să fie egal cu unu. Mărimea α din relația (3.73) ia valoarea unu atunci cînd eroarea este dată de flutuațiile fluxului luminos (receptori cuantici) și valoarea 2, dacă eroarea depinde de zgomotele propriu ale receptorului (receptori termici), μ fiind un factor geometric al aparatului, iar R — puterea lui de separare.

Variante ale criteriului lui Jakino au fost date de către Kiselev și Pașon [3.6], Eckhardt [3.7], Tarasov [4]. Însă nici unul dintre aceste criterii nu a căpătat o aplicare largă în practica spectroscopică. După părerea noastră, acest lucru se datorează faptului că alegerea unui aparat spectral nu poate fi decît numai de o singură caracteristică numerică, care inevitabil nu este legată de performanțele concrete pe care trebuie să le aibă un aparat dat.

În unele probleme caracteristica principală este puterea de rezoluție, iar luminozitatea nu joacă nici un rol. În altele este importantă luminozitatea și numărul diferitelor elemente care pot fi înregistrate simultan etc. Dacă se compară aparate care se deosebesc, să zicem, de două ori ca productivitate, dar de zece ori ca preț, atunci, cu aceleași cheltuieli de exploatare, este mai avantajos să fie achiziționate două aparate de productivitate mai mică, decît aparatul cu productivitatea mai mare. Uneori caracteristica hotărîtoare este masa aparatului (spectrometre pentru studii cosmice), astfel încît în scopul reducerii acestora sîntem nevoiți să sacrificăm puterea de separare și luminozitatea. Într-o serie de cazuri sînt importante dimensiunile aparatului, iar micșorarea lor nu se poate realiza decît în dauna caracteristicilor optice. Așadar, pentru evaluarea unui aparat spectral trebuie să se aibă în vedere proprietățile optice, de exploatare, mecanice și altele, cele mai importante pentru rezolvarea problemei propuse. Înlocuirea multitudini lor printr-o singură constantă numerică este practic imposibil de realizat.

§ 8. DEPLASAREA TERMICĂ ȘI DEFOCALIZAREA LINIILOR SPECTRALE

În general, variația temperaturii aparatului duce la variația poziției liniilor spectrale și la deplasarea suprafeței focale. Dacă asemenea variații se produc în procesul înregistrării spectrului, atunci aceasta duce adesea la înghețarea conturului instrumental, cu atît mai mult, cu cît variația temperaturii în timpul experienței este mai mare.

Pentru evaluarea variațiilor de temperatură admisibile, vom analiza în ce mod influențează temperatura poziția liniilor spectrale. Aici se pot distinge următoarele mecanisme de producere a acestui efect:

- 1) variația dimensiunilor aparatului datorită dilatarea termice;
- 2) variația distanțelor focale ale oglinzilor și lentilelor datorită variației termice a razelor de curbură, iar a lentilelor și datorită variației termice a indicelui de refracție;
- 3) variația unghiului de deviație a luminii de către o prismă din cauza variației termice a indicelui de refracție și variația unghiurilor de difracție ca urmare a variației constantei rețelei;
- 4) variația unghiurilor de difracție și de refracție din cauza variației termice a refracției aerului.

Considerând puterea de separare liniară a aparatului egală cu 10^{-3} cm, se poate evalua că aceste lățimi sînt importante, comparabile cu aceeași mărime.

Să presupunem, pentru simplitate, că axa optică a obiectivului camerei este perpendiculară pe suprafața focală. Atunci deplasarea suprafeței focale, datorită încălzirii, se poate calcula cu ajutorul formulei

$$\Delta l = F \alpha \Delta T, \quad (3.74)$$

Aici, α este coeficientul de dilatare lineară a materialului din care este confecționată structura de susținere a aparatului spectral. După cum rezultă din figura 3.22, dacă deslăzirea relativă a aparatului fotografic este egală cu d/F , atunci lățimea unei linii spectrale, Δx , va fi dată de următoarea relație

$$\frac{\Delta x}{\Delta l} = \frac{d}{F}. \quad (3.75)$$

Este ușor de arătat că variațiile termice ale unui aparat nu joacă practic nici un rol în lărgirea conturului lui instrumental.

Altfel stau însă lucrurile cu variația unghiurilor de difracție și de refracție. Pentru sticlă, $dn/dT \approx 5 \cdot 10^{-6} \text{ grad}^{-1}$.




Fig. 3.22. Lățimea unei linii spectrale datorită deplasării suprafeței focale.

Dacă prismă se află la minimum de deviație, atunci, conform relației (1.17),

$$\Delta \varphi = \frac{2 \sin(A/2)}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2(A/2)}} \Delta n. \quad (3.76)$$

Pentru o prismă de 60° și $n = 1,6$,

$$\Delta \varphi = 1,7 \Delta n = 1,7 \frac{dn}{dT} \Delta T,$$

Deplasarea liniei corespunzătoare este

$$\Delta l = F \Delta \varphi = 1,7 \frac{dn}{dT} F \Delta T.$$

Pentru $F \approx 120$ cm, unei variații a temperaturii cu 1° îi corespunde $\Delta l \approx 10^{-3}$ cm. Variații mai mari de temperatură pot înrăutăți substanțial puterea de separare a aparatului.

Deplasarea, în lungimi de undă, a unei linii, datorită variației de temperatură, se găsește din egalitatea

$$\Delta \lambda = \frac{d\lambda}{dT} \Delta T = \frac{dn}{dT} \frac{d\lambda}{dn} \Delta T.$$

Considerând că $dn/d\lambda = 2 \cdot 10^5 \text{ Å}^{-1}$, iar $dn/dT = 5 \cdot 10^{-6} \text{ grad}^{-1}$, pentru $\Delta T = 1^\circ$, găsim $\Delta \lambda = 0,25 \text{ Å}$. Astfel, o variație a temperaturii cu numai 1° poate fi deja importantă, dacă limita de rezoluție a aparatului este în jur de $0,5 \text{ Å}$.

În cazul unei rețele de difracție, variația unghiului de difracție se calculează ușor în funcție de variația constantei ei. Derivăm în raport cu T ecuația de bază a rețelei, (2.19),

$$(\sin \psi + \sin \varphi) \frac{dt}{dT} + t \cos \varphi \frac{d\varphi}{dT} = 0.$$

Presupunând că

$$\frac{\sin \psi + \sin \varphi}{\cos \varphi} \approx 1,$$

rezultă

$$\Delta \varphi \approx \frac{d\varphi}{dT} \Delta T = \frac{1}{t} \frac{dt}{dT} \Delta T = \alpha \Delta T. \quad (3.77)$$

Considerând $\alpha = 10^{-6} \text{ grad}^{-1}$ și $\Delta T = 10^\circ$, avem $\Delta \varphi = 10^{-5}$. Pentru $F = 100$ cm, $\Delta x = 10^{-3}$ cm.

Cu alte cuvinte, pentru un aparat cu rețea de difracție cu distanța focală de un metru, variația temperaturii cu 10°C devine deja considerabilă. Practic, pe durata unei expuneri, asemenea variații ale temperaturii rețelei nu se produc. Aparatele cu rețea de difracție care au $F \geq 3$ m sau o rază de curbatură a rețelei concave asemănătoare trebuie special termostatate.

Pentru calculul variației distanței focale a lentilelor vom considera că la sticlă $dn/dT \approx 5 \cdot 10^{-6}$, iar la cuarț topit $dn/dT \approx 1,5 \cdot 10^{-5}$. Variația razelor de curbatură a unei lentile date se produce conform legii dilatării liniare, ΔR

$R\alpha\Delta T$. Nu este greu de calculat că variația distanței focale a unei lentile datorită ambelor cauze, este cu totul neimportantă.

Variația indicelui de refracție al aerului duce la variația unghiului de deviație și de difracție al razelor. Să efectuăm calculul respectiv. În toate formulele, pentru drumul unei raze într-o prismă, în loc de $n = 1$ trebuie pus $n = n'$, n' fiind indicele de refracție al aerului, pe care l-am considerat în celelalte calcule egal cu 1. Atunci, la minimul de deviație,

$$\frac{d\varphi}{dT} = \frac{2 \sin(A/2)}{\sqrt{1 - n'^2 \sin^2(A/2)}} \frac{dn'}{dT}. \quad (3.78)$$

Pentru aer,

$$n' = 1 + \frac{2,9 \cdot 10^{-4}}{1 + T^{\circ}/273}$$

unde T° este temperatura în grade Celsius; de aici, $dn'/dT \approx 10^{-6}$, o valoare substanțial mai mică decât în cazul sticlei. Prin urmare, variația unghiului de deviație pe seama variației refracției aerului în funcție de temperatură este substanțial mai mică decât cea datorită variației din aceeași cauză a indicelui de refracție al prismei. Pentru aparatele cu rețea de difracție variația unghiului de deviație din cauza variației temperaturii aerului se găsește introducând în ecuația de bază a rețelei indicele de refracție al aerului,

$$n't(\sin \psi + \sin \varphi) = k\lambda. \quad (3.79)$$

Punând, ca în relația (3.77),

$$\frac{\sin \psi + \sin \varphi}{\cos \varphi} \approx 1,$$

găsim

$$\Delta \varphi \approx \frac{dn'}{dT} \Delta T. \quad (3.80)$$

Comparând relațiile (3.77) și (3.80) și având în vedere că $dn'/dT \approx 10^{-6}$, vedem că variația temperaturii aerului, ca de altfel și a temperaturii rețelei, trebuie avută în vedere numai pentru aparatele cu rețea care au distanța focală mare.

Analog acționază și variația presiunii. În cazul unor temperaturi normale

$$n' = 1 + \frac{2,9 \cdot 10^{-4} p}{p_0},$$

de unde $dn'/dp \approx 4 \cdot 10^{-7}$ (mm col. Hg)⁻¹. Așadar, variația presiunii cu 10 mm col. Hg duce la aceeași variație a unghiului de deviație ca și o variație a temperaturii aerului cu 4°C .

Pentru micșorarea influenței oscilațiilor de temperatură multe aparate sînt, adesea, termostatare. În primul rînd acest lucru se face la spectrografe, deoarece pentru înregistrarea fotografică uneori este nevoie să se folosească expuneri lungi. În unele cazuri se termostatează întreaga cameră în care este instalat aparatul. Într-o astfel de cameră este suficientă menținerea constantă a temperaturii cu o abatere maximă de $0,5-1^{\circ}\text{C}$.

În anumite cazuri se mănește artificial căldura specifică a corpului aparatului, prin echiparea lui cu doi pereți de sticlă între care se introduce apă. Un asemenea aparat nu este sensibil la variații de scurtă durată a temperaturii înconjurătoare.

APARATE SPECTRALE

În cea mai mare parte, aparatura spectrală, atât de diversă, fabricată de industrie, este destinată în primul rând satisfacerii necesităților analizei spectrale. Se produc un mare număr de aparate destinate analizei spectrale de emisie în domeniile vizibil și ultraviolet, aparate pentru analiza de absorbție atomică și spectrofotometre, destinate analizei de absorbție a substanțelor lichide și a corpului solid. Aceste aparate sunt descrise suficient de amănunțit în alte cărți. Există însă o categorie mai puțin diversificată de aparate pentru alte domenii ale spectroscopiei. În acest capitol vom da o atenție mai mare tocmai acestor din urmă aparate.

§ 1. ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE APARATELOR SPECTRALE CU PRISMĂ ȘI CU REȚEA DE DIFRACTIE

Fanta. Pe suprafața focală a unui aparat spectral se formează o mulțime discretă sau continuă de imagini ale fantei, care constituie spectrul.

Conturul instrumental al majorității aparatelor care au dispersie mică sau medie este determinat mai ales de calitatea fantei. Din aceasta cauză, alături de celelalte piese optice, fanta constituie unul dintre cele mai importante elemente constructive ale unui aparat spectral.

În cele mai multe aparate spectrale dimensiunile geometrice ale imaginii fantei sunt apropiate de cele ale însăși fantei (mărirea este aproximativ 1 \times). Lărgimea fantei trebuie să fie egală pe toată înălțimea. Într-o serie de probleme aceasta condiție trebuie să fie îndeplinită cu o eroare mai mică decât 1%, o eroare mai mare ca 10% nu este admisă aproape niciodată. De aici rezultă condițiile care se impun construcției cuțitelor fantei și preciziei mecanismului de reglare a distanței dintre ele. Anumite defecte inevitabile ale cuțitelor fantei — grosimea lor finită precum și firele de praf care se prind de cuțite — fac dificilă utilizarea unei fante mai înguste decât 0,01 mm. Uneori sunt necesare fante cu o lărgime de 5–6 mm, însă precizia de reglare a distanței dintre cuțitele unei asemenea fante este mică. Pentru lucrări spectrofotometrice se folosesc totdeauna fante ceva mai înguste, 0,02–0,1 mm.

Fanta este formată din două lame de cuțit, conectate de obicei din otel inoxidabil. Aspectul general al unei fante standard, conectată de Asociația de optică și mecanică din Leningrad, este dat în figura 4.1. În aceeași figură este dat și profilul cuțitelor fantei.

De obicei, ambele cuțite se deplasează simetric față de central fantei, cu prin aducerea dispozitivului la zero ele se opresc automat, astfel încât rotirea în continuare a șurubului nu mai face ca cuțitele să se preseze unul pe altul.

În unele construcții mai vechi tot există un asemenea dispozitiv, astfel încât la închiderea fantei cuțitele se pot strica ușor, intrucât apăsăm unul asupra celuilalt. Închiderea unor astfel de fante trebuie făcută cu deosebită băgare de seamă.




Fig. 4.1. a) fantă standard $y\Phi$
 b) profilul cuțitelor
 1 - șurubul șurubului
 2 - șurubul șurubului
 3 - șurubul șurubului

Unele fante au șuruburi cu ajutorul cărora se poate regla paralelismul cuțitelor. Controlul paralelismului cuțitelor se face cel mai comod observând direct sau pe un ecran franjele de difracție date de fanta făcută foarte îngustă. În acest scop se recomandă folosirea unui fascicul de lumină al unui laser cu He-Ne. Se poate observa o sursă de lumină albă îndepărtată, așezând fanta în fața ochiului și privind prin diferite locuri ale ei. Dacă cuțitele fantei nu sînt paralele, atunci benzile de difracție se aranjează în evantai, în regiunea cu partea mai îngustă a fantei.

Cuțitele unei fante trebuie să fie în același plan, perpendicular pe axa optică a aparatului. În alte condiții, trecerea unor fascicule înclinate se va produce neuniform (fig. 4.2).

Șurubul care produce mișcarea cuțitelor permite să se măsoare lățimea fantei cu o exactitate de pînă la 0,001 mm. În anumite construcții diviziunea capului șurubului este 0,01 mm.




Fig. 4.2. Trecerea luminii printr-o fantă
 a) când cuțitele se află în același plan
 b) și în planuri diferite

Momentul închiderii fantei practice nu coincide niciodată cu diviziunea zero. Pentru determinarea momentului închiderii (deschiderii) fantei, ea trebuie închisă și apoi deschisă încet, reținînd momentul apariției razei care trece prin fantă. Pentru măsurarea exactă a lățimii fantelor înguste se folosește un comparator (v. cap. 11).

Remarcăm că în afară de fantele standard, pentru o serie de aparate se realizează construcții speciale: fante cu deschiderea fixă, formate din două cuțite montate fix unul față de altul sau pur și simplu formată printr-o tăietură într-un strat metalic depus pe sticlă; fante care au cuțitele curbate, pentru compensarea curbării liniilor spectrale; fante foarte largi și foarte mari pentru aparate care funcționează cu micsorări mari (unele spectrografe astronomice).

De obicei fantele sunt fixate într-un tub care se poate roti în jurul axei sale. Acest fapt permite stabilirea înclinării imaginii fantei față de direcția de dispersie a aparatului. În cazurile în care este necesar, o asemenea operație se execută cu ajutorul unui șurub micrometric.

De regulă, pentru ferirea fantei de praf, ea se acoperă cu o montură care este prevăzută cu o lamă sau o lentilă din sticlă sau din cuarț. Totuși este imposibil să se evite totala prăfuire a fantei. Din timp în timp este necesară îndepărtarea de pe fantă a firelor de praf depuse. Altfel ele acoperă fanta și spectrul este străbătut de benzi întunecate care se întind de-a lungul direcției dispersiei. Cu cât este mai îngustă fanta, cu atât mai distinct se prezintă aceste benzi. Pentru curățarea periodică a fantei se folosesc baghete din lemn, „lopățele” ascuțite. Dacă cu bagheta uscată nu se pot îndepărta firele de praf, ea se umezește cu alcool curat (este interzis să se folosească benzină, eter și alte lichide care dizolvă lubrifiantul mecanismului fantei). Fanta se deschide larg și se curăță plumbind lopățile la început pe un cuțit, apoi pe celălalt. Repararea fantei trebuie încredințată unui mecanic experimentat.


Optica de focalizare. De regulă, pe elementul dispersiv este trimis un fascicul de lumină paralelă, format de obiectivul colimatorului. Spectrul este focalizat de obiectivul camerei, așezat după elementul dispersiv.

Optica aparatelor spectrale trebuie să îndeplinească unele condiții deosebite. Pentru majoritatea spectrografelor și monocromatoarelor aberația cromatică nu joacă un rol prea mare, deoarece sunt focalizate imagini monocromatice ale fantei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească piesele optice din punct de vedere al puterii de separare sunt destul de riguroase. Este de dorit ca conturul instrumental al opticii de focalizare să fie mult mai îngust decât conturul instrumental determinat cu ajutorul puterii de separare a elementului dispersiv și al lărgimii fantei. Altfel spus, diametrul cercului de difuzie, dat de piesele optice, trebuie să fie sub 0,01 mm, adică mai mic decât cel pe care l dau obiectivele fotografice obișnuite.

Calculul și confecționarea pieselor optice ale aparatelor cu deschideri relative mai mici decât 1/10 nu prezintă dificultăți. Pentru aparatele cu deschideri relative mai mari ca 1/5 este necesar să se folosească obiective cu mai multe lentile, iar uneori lentile și oglinzi asferice.

Verificarea pieselor optice se face prin metode obișnuite (v. d. p. 14, 15). Este necesar să fie verificat sistemul optic în întregime, deoarece se corectează aberațiile globale pe care le introduce ambele obiective, și al camerei și al colimatorului. Dacă fiecare din ele, luat separat, poate avea aberații însumate. Sistemul trebuie verificat în limitele întregului unghi de inclinare a razelor, corespunzător lărgimii unghiulare a domeniului studiat al spectrului (pentru monocromatoare, numai în limitele măștii unghiulare a fantei). În cazul aparatelor spectrale cu deschiderea relativă mică, condiția ca aberațiile sistemului optic să fie mici este satisfăcută de obicei relativ ușor. Defecțele care s-ar datorace uneori la piesele optice nu se datoresc calculului lor, ci fabricării exemplarului respectiv.

Într-un prezent nu este practic necesar ca spectroscopistul să și calculeze și confecționeze ei înșiși piesele optice ale aparatelor spectrale, problemele referitoare la acest domeniu nu vor fi expuse aici. Cei ce doresc să le cunoască



pot consulta lucrările [1.2, 4.4, 4.7 și 1.4]. Pentru construcția unor aparate spectrale cu o deschidere relativă mai mică decât 1:10, se pot utiliza lentile menisc simple, cu raportul razelor de curbură 1:6. Acest raport îi corespunde minimul aberației sferei. Meniscurile trebuie să fie puse cu partea convexă spre elementul dispersiv (fig. 4.3). În lipsa unor lentile menisc potrivite, pot fi folosite sisteme de lentile plan-convexe, montate corespunzător. Pentru aparatele cu deschideri relative mari pot fi folosite obiectivele fotografice de calitate, care au dimensiuni corespunzătoare.

Trebuie avut în vedere că, în toate cazurile în care aparatele sunt construite cu piese optice care se potrivește din întâmplare, puterea de separare a lor va fi mai mică decât a aparatelor construite conform unor calcule speciale. Totuși, pentru anumite cercetări, chiar și aparate ieftine, construite cu mijloace proprii, pot fi foarte utile. Acest lucru se referă în primul rând la monocromatoarele. Piesele optice ale aparatelor destinate domeniului vizibil al spectrului se fac din sticlă. În domeniul ultraviole, materialul principal pentru confecționarea lentilelor este cuarțul cristalin. Pentru mărirea influenței dublei refracții, lentila se taie dintr-un monocristal de cuarț, perpendicular pe axa lui optică.

Datorită grosimii reduse a lentilelor, absorbția cuarțului are, în acest caz, o importanță mult mai mică decât la confecționarea prismelor. Uneori se confecționează obiective acromatice, de obicei din cuarț-fluorură. S-a experimentat și utilizarea combinației cuarț-fluorură de litiu.

Pentru mărirea aberațiilor de sfericitate și a altor aberații, în unele tipuri de aparate obiectivele din cuarț cristalin se fac din două lentile. Se fabrică de asemenea, și lentile cu suprafețe asferice.


În afară de lentile, în aparatele spectrale se folosesc și oglinzi. Cel mai des se utilizează oglinzi sferice cu un strat reflectant din aluminiu. Straturile de aluminiu preparate special apără piesele optice de acțiunea atmosferei. Când se lucrează cu oglinzi, acestea trebuie mînmite cu mare atenție, pentru a nu deteriora suprafața foarte fină a stratului lor reflectant.

Lumina care se trimite pe oglindă nu trebuie să fie cernată de elementul dispersiv, ceea ce impune ca totdeauna fasciculele utilizate să fie puternic înclinate față de axa optică a oglinzii. În plus, trebuie ca elementul dispersiv să fie așezat suficient de departe de oglindă (fig. 4.4). Oglinzile dau de obicei mai multă lumină difuzată decât lentilele.

Toate acestea limitează utilizarea oglinzilor. Pe de altă parte ele au avantaje indiscutabile, deoarece nu introduc nici un fel de aberații cromatice. O aceeași oglindă poate fi folosită într-un domeniu spectral larg, de la ultra-

violetul îndepărtat, până la infrarosul îndepărtat. În afară de aceasta, în cazul unor deschideri relativ mari, oglinda dă un flux luminos mai mare decât un obiectiv complex. Coeficientul de reflexie al oglinzilor bune este 75-85%.

Fig. 4.4. Schema unui aparat spectral cu optică de focalizare din oglindă. S — lanterna, M_1 — obiectiv, a — colimatorul, M_2 — oglinda obiectivului camera, D — elementul dispersiv.



În ultimul timp, oglinzile își găsesc o tot mai largă aplicare, mai ales pentru monocromatoarele de mare luminozitate. În cazul unor deschideri relativ mari, oglinzile sferice sînt înlocuite uneori cu oglinzi parabolice neparaxiale, care asigură o calitate mai bună imaginii.

Diametrele obiectivelor colimatorului și aparatului fotografie sînt determinate în funcție de dimensiunile elementului dispersiv. Pentru folosirea completă a elementului dispersiv trebuie ca proiecția lui să se înscrie în planul obiectivului colimatorului (fig. 4.5a). Nu este avantajos ca obiectivul să se înscrie în această proiecție, deoarece pretul de cost al elementului dispersiv de aceste dimensiuni depășește totdeauna pe cel al unui obiectiv cu dimensiunile corespunzătoare. Este deci mai avantajos să se folosească întreaga suprafață a unei prisme sau a unei rețele, decât întreaga suprafață a obiectivului. În afară de aceasta, configurația ilustrată în figura 4.5b provoacă și o anumită reducere a puterii de separare teoretice, datorită micșorării secțiunii transversale în partea de deasupra și dedesubt a fascicului.




Fig. 4.5. a) — proiecția a obiectivului colimatorului și elementului dispersiv avantajoasă (a) și dezavantajoasă (b). L — obiectivul, D — elementul dispersiv.




Fig. 4.6. Vinietarea fasciculelor înclinate în cazul în care dimensiunile obiectivului aparatului fotografic nu sînt suficient de mari. Părțile tăiate ale fasciculelor pentru λ_1 și λ_2 sînt hășurate.

În cazul spectrografelor obiectivul aparatului fotografie trebuie să fie mai mare decât cel al colimatorului. Acest lucru se datorează faptului că obiectivul aparatului fotografie se găsește la o anumită distanță, a , de elementul dispersiv și el nu trebuie vinieteze (obtureze) fasciculele de raze înclinate (fig. 4.6). Cu cît sînt mai mari distanța a , dispersia unghiulară și domeniul

spectral studiat, cu altă trebură să fie mai mare obiectivul aparatului fotografic. Într-o serie de aparate aplatizarea părților marginale ale spectrului este totuși considerabilă. În cazul monocromatoarelor diametrele celor două obiective trebuie să fie egale.


Subansamblul casetei. În aparatele prevăzute cu înregistrare fotoelectrică, receptorul de lumină este montat după fanta de ieșire a aparatului. Una sau mai multe fante de ieșire, ale căror construcții sînt analoge construcției fantei de intrare, sînt fixate în locurile corespunzătoare ale suprafeței focale. Construcțiile dispozitivelor de fixare și ale mecanismelor de punere la punct sînt extrem de diverse și depind de construcția aparatului.



În figura 4.7 este reprezentată o construcție simplă de îmbinare etansă la lumină a unui monocromator cu receptor de radiație, care permite mici deplasări pentru punerea la punct sau pentru explorare.

În spectrografe plăci sau pelicula fotografică sînt introduse într-o casetă. În interiorul casetei există un ghidaj metalic ce reproduce profilul suprafeței focale. Placa fotografică este fixată prin apăsare pe suprafața focală cu niște arcuți puternice puși de capul casetei. Casetă se fixează în suportul său care asigură o prindere suficient de rigidă, permițând de obicei modificarea unghiului de înclinare a casetei față de axa optică. Pentru a obține pe o singură placă o serie întreagă de spectre, caseta se deplasează perpendicular pe direcția dispersiei. În ea este deosebi existentă prevăzută uneori cu un dispozitiv pentru fixarea rigidă a poziției casetei.


Cînd se folosesc filme fotografice se confecționează un adaptor special (fig. 4.8). Dimensiunile lui trebuie să corespundă dimensiunilor plăcii fotografice pentru care este destinată caseta. Există și casete speciale pentru film foto cu un tambur pentru rebobinare și un dispozitiv de tăiere imagine cu imagine a filmului (fig. 4.9).



Orice deplasare a casetei în timpul expunerii poate duce la ștergerea liniei ori sau la apariția de satchi. Dacă suprafața focală are curbura mare, atunci plăcile curbate după profilul ei adesea se crapa, uneori în timpul expunerii. Pentru a evita acest lucru, este necesar să se utilizeze plăci speciale, din sticlă

subțire, iar în lipsa lor să se creșteze placa cu un diamant în două trei locuri. Prin montarea în casetă a unei asemenea plăci ea crapă imediat pe crestături, care se pot face în porțiuni puțin importante ale spectrului.


Fig. 4.9. Casetă pentru pe. calibrata a lui H. H. H. H.



Bancul optic și călăreții. Aproape toate tipurile de aparate spectrale sînt înzestrate cu bancuri optice, pe care se fixează călăreții ce poartă optica de proiecție, sursele de lumină și alte detalii ale aparatului.

Călăreții au diverse monturi care sînt adesea prevăzute cu șuruburi micrometrice pentru punerea la punct a pieselor. Profilele bancurilor și construcția călăreților sînt arătate în figura 4.10. Suprafețele de lucru ale bancurilor și suprafețele interioare ale călăreților mobili sînt finisate minuțios.

Fig. 4.10. Banc și călăreț standard, arate de NOMO (a) și sine și călărețul bancului optic OCK-2 livrate de Fabrica de aparate din Novosibirsk (b).



Experiența majorității laboratoarelor arată că niciodată numărul de bancuri și de călăreți cu care sînt dotate completurile aparatelor indigene nu este suficient pentru aplicații experimentale și ele trebuie cumpărate sau confecționate suplimentar.

Soțul și corpul aparatului. Toate detaliile din majoritatea aparatelor actuale sînt fixate pe un soclu metalic rigid, fund acoperite cu o carcasă metalică ușoară care apără partea interioară a aparatului de pătrunderea luminii și a prafului.

Socul comun pentru toate piesele optice ale aparatului asigură stabilitatea necesară construcției și punerii la punct a detaliilor fixate pe el. Uneori accesoriile se montează în interiorul unei carcase metalice turnate. Fixarea obiectivelor în tuburi separate, cum se făcea în aparatele mai vechi, astăzi se întâlnește rar.

Spectrografele vechi aveau unecor corpul din lemn. Aparaturile noi au
metoda razele se defocalizează ușor, datorită variației temperaturii din
apare. În construcția aparatelor noi, de exemplu aparatură de tipul
Zetia

[illegible]


Although the program is not a formal curriculum, it is designed to help students realize the value of their own experiences and to help them to understand the importance of their own contributions to the community.

Dacă este mare diferența dintre numărul de piese găsite în ora la un anumit punct și Diferența dintre numărul pieselor Q-21) carcasa se face cu ceva mai mare decât este necesar, dacă avem în vedere dimensiunile pieselor optice.

Dispozitivele pentru determinarea lungimilor de undă. Pentru măsurarea lungimilor de undă se pot utiliza două metode diferite. A doua este cea mai exactă și este aplicabilă numai la determinarea lungimii de undă pentru o singură perioadă în spectrul de o astfel de sursă pentru funcționarea pe o singură lungime de undă. În unele cazuri este posibilă măsurarea lungimii de undă pentru o întregă bandă de frecvențe, dar în acest caz este necesar să se prevadă de obicei o cale de compensare de undă. În practică, se înregistrează spectrele pe bandă și sunt îngrijite și analizate. Lungimile de undă sunt înregistrate sau tipărite pe aceeași bandă.

De obicei, aceste dispozitive nu sunt deosebit de precise pentru măsurarea lungimilor de undă, cu precizie mai mică decât a spectrometrelor. De aceea, construcția aparatelor spectrale propriu-zise este mai complicată, dar și mai mare de măsurație. În primul rând, este de preferat ca dispozitivul de poziționare corectă. Aceasta se poate realiza fie datorită depunerii în câmpul vizual al unei mărișoare dispersiv, fie datorită utilizării unui prisma cu unghi mic pentru a produce apariția de difracție, oglindire totală etc. În orice caz, de-a se adopta folosirea și a aparatelor pentru măsurarea difracției, care trebuie să fie foarte precise, dar și pentru a face măsurători, unde de determinat. De asemenea, acestea pot fi utilizate și folosite pentru a determina și gaze, care conțin mercur, hidrogen sau heliu.

Diaphragma Hartmann. Pentru a separa anumite domenii ale fantei se utilizează o placă în care sunt decupate nișe pentru a se putea încape unele din diaphragme Hartmann. În aparatele stigmatice ea se aşază înaintea fantei. Deplasând dia-



frigare, se pot folosi grafierea sau oscar de si este foarte eficient pentru a afla mai multe detalii ale aparatului.

Formele unor asemenea diafragmae sunt foarte diferite. Unele din ele sunt prezente în toate sediile pentru determinarea poziției diafragmilor. O diafragmă Hartmann tipică este arătată în figura 4.11.

§ 2. APARATE PENTRU OBSERVAȚII VIZUALE

Aparatele destinate observațiilor vizuale prezintă o serie de dezavantaje serioase față de aparatele fotoelectrice și fotografice. În primul rând trebuie să menționăm limitarea domeniului spectral care poate fi studiat ($4000 - 7000 \text{ \AA}$). Domenii foarte strălucitoare se văd pînă la 3600 \AA , iar după anumite date, pînă la 3100 \AA . Pentru observarea vizuală a domeniului ultraviolet în unele aparate s-a folosit un ecran fluorescent transparent, așezat în planul focal al ocularului.

Intervalele strălucitoare din domeniul ultraviolet al spectrului se pot observa cu ajutorul unei sticle uranice luminescente, introdusă în caseta spectrografului în locul plăcii fotografice.

Randamentul cuantic al tuturor ecranelor luminescente este subunitar și, în afară de aceasta, lumina produsă prin luminescență este distribuită izotrop într-un unghi solid de 4π . De aceea, energia care pătrunde în ochi de pe suprafața ecranului luminescent este cu mult mai mică decît în cazul observării directe a spectrului.

Un alt neajuns important al aparatelor vizuale îl constituie caracterul calitativ al analizei. De asemenea, în cazul unor determinări îndelungate ale unor surse cu emisie relativ slabă, ochiul obosește foarte tare.

Avantajul deosebit al aparatelor vizuale îl constituie obținerea rapidă și directă a rezultatelor, prețul lor de cost redus și simplitatea în mînuire.

Spectroscopie de buzunar. Cel mai răspîndit aparat vizual este un aparat mic, așa numitul spectroscop de buzunar. De obicei, elementul său dispersiv este o prismă cu vizare directă, iar sistemul de focalizare, o lentilă. Astigmatismul pronunțat, propriu unei asemenea scheme, nu are importanță în acest caz.

Unele aparate de acest tip sînt prevăzute cu o fantă de lărgime reglabilă, cu scală de lungimi de undă, care se suprapune peste spectru, și cu un dispozitiv pentru obținerea spectrului de referință.




Fig. 4.12. Aspectul exterior (a) și schema optică (b) a spectroscopului de mîna Huet: S — fantă; L — lentilă; P_1 — prismă Almici; P_2 — prismă rotitoare pentru obținerea spectrului de comparație; E — scala de lungimi de undă.

Aspectul exterior și schema unui asemenea spectroscop, construit de firma Huet, sînt prezentate la figura 4.12. Puterea de separare a aparatului este în jurul 1000, suficientă pentru identificarea liniilor în spectrele simple — al mercur-

ralui, al hidrogenului, al heliului, benzile azotului s.a. Cu acest instrument pot fi observate comod spectrele de fluorescență și de absorbție.

Un astfel de spectroscop este necesar în orice laborator. Cu ajutorul lui se poate identifica uimor, ușor și repede, un anumit gaz, după lumina emisă într-un tub de descărcare, se pot determina marea compoziției luminose sau a metalului din care sint confecționați electrozii arcului.

Stilosecoape și stilometre. O altă clasă largă de instrumente vizuale o constituie spectrocoapele specializate pentru analiza spectrală. Sistemul lor dispersiv constă din două sau mai multe prisme, distanța focală a obiectivelor fiind de 20–40 cm; ele sint prevăzute cu dispozitive care permit trecerea de la un interval la altul al spectrului. Aceste aparate au fost destinate inițial pentru analiza oțelurilor și au căpătat denumirea de stilosecoape. Aparatele care sint prevăzute cu un aparat fotometrie pentru compararea strălucirilor laului se numesc stilometre. Schema celui mai răspândit stiloscop mangan, CT-11A, este dată în figura 4.13. Într-o serie de cazuri este foarte comod un astfel de instrument portabil, care permite analiza spectrelor unor puse grele, care sint anevoie de transportat pînă la aparat. În acest scop se folosește aparatul CTII-1.

Stiloscopul francezesc al firmei Huet este prevăzut cu două colimateare, care se află sub un unghi de 90° (fig. 4.14a). Datorită acestui fapt, se pot observa concomitent spectrele a două surse, așa cum se vede din figura 4.14b.




Fig. 4.13. Schema optică a stiloscopului CT-11A: 1 - fanta; 2 - 6 - prisme de schimbare a drumului luminii; 3 - obiectiv; 4 - sistemul de dispersie cu autocolimație, format din două prisme; 5 - oglindă; 7 - oglindă; 8 - ocular; 9 - pană fotometrică; 10, 11 - sistemul condensor, 12 - lentile.

În figura 4.15 este dată schema optică a stilometrului CT 7. Spectrul este proiectat într-un plan care trece prin centrul feței ipotenuză a prisme 1. În centrul acestei fețe este dispusă o mică bandă de strat reflectant. Astfel, o






Fig. 4.14. Aspectul exterior al stiloscopului livrat de firma Huet (a) și spectrul a două probe, observat cu ajutorul lui (b).

partea a spectrului, incidentă pe această bandă, se reflectă în brațul stâng al aparatului, cealaltă parte în brațul drept al ei. În ambele brațe există două fotometrice 2 și 3, care permit o variație în limite largi a raportului

Fig. 4.17. Schema optică a spectrofluorimetriei.




dintre coeficienții de transmisie ai ambelor brațe, pentru egalarea strălucirilor lor. De fiecare parte este fixată câte o scală cu diviziuni, care este proiectată pe ecran. Prisma 4 și obiectivul 5 pot fi deplasate longitudinal. În aceste condiții se reușește să se apropie linii spectrale separate în spectru printr-un interval de câteva zeci de ångström atît de mult, încît să apară aproape lipite una de alta. Acest lucru este necesar pentru egalizarea cît mai precisă a strălucirilor liniilor.

§ 3. MONOCROMATOARELE

Construcțiile de monocromatoare se remarcă printr-o foarte mare diversitate. În prezent, aparatele cu lentile și cu prisme sînt înlocuite din ce în ce mai mult de aparate cu rețele de difracție și cu obiective-oglinzi. Acesta se datorează faptului că astfel de aparate trebuie să aibă o luminositate cît mai mare. În plus, proprietățile lor principale (dispersia și puterea de separare) depind foarte puțin de lungimea de undă, ceea ce permite folosirea unui singur aparat pentru o foarte largă domeniul al spectrului. De cele mai dese ori ele sînt dotate cu rețele foarte largi, uneori intersanjabile. Totuși, monocromatoarele cu prismă sînt încă larg răspândite în special pentru domeniul vizibil al spectrului.


Monocromatoare duble. Pentru o largă gamă de probleme de spectroscopie este foarte importantă utilizarea luminii diluate. Cel mai eficient mod de obținere a concentrației de a selecta cît mai mult monocromat radianta este utilizarea a două aparate de monocromatizare montate unul după altul. În acest scop se utilizează două monocromatoare duble. Într-un monocromator dublu este utilizat primul monocromator, serveste ca sursă de intrare în al doilea. Există două scheme principale de monocromatoare duble. În primul caz, ambele aparate sînt orientate în același sens și cu dispersia orientată în sensul opus

(fig. 4.16). În primul caz, dispersia și puterea de separare a întregului sistem sunt egale cu suma dispersurilor și, respectiv, a puterilor de separare ale ambelor aparate. În cel de al doilea caz dispersia totală este egală cu zero, iar lărgimea



a

Fig. 4.16. Schema unui monocromator dublu cu dispersii orientate în sensuri opuse (a) și cu dispersii orientate în același sens (b).



b

intervalului spectral separat este determinată de conturul instrumental al primului monocromator. Cel de al doilea monocromator nu face decât să înlăture complet lumina difuzată. În cazul monocromatoarelor cu dispersiile orientate în același sens curbura liniilor spectrale se dublează, pe când în cazul monocromatoarelor cu dispersiile orientate în sensuri opuse, curbura provocată de prima prismă sau rețea este compensată de a doua. Acest fapt constituie un avantaj important al celei de a doua variante.

Datorită numărului mare de suprafețe reflectante și refractante, transmitența prin monocromatoarele duble este redusă, iar precizia ce se cere în construcția și ajustarea lor este mult mai pretențioasă ca la monocromatoarele simple. Din această cauză, utilizarea lor este indicată numai în cazurile efectiv necesare.

Multe tipuri de monocromatoare moderne sunt înzestrate cu anexe pentru analiza prin baleiaj și înregistrare fotoelectrică a spectrului, iar uneori și cu casetă pentru înregistrare fotografică.

Monocromatoare cu prismă și cu lentile. Cel mai răspândit aparat din gen din această clasă este monocromatorul MM-2, destinat domeniului vizibil al spectrului. Aparatul este înzestrat cu două prisme Abbe. Pentru studiul domeniului roșu al spectrului se utilizează o prismă de flint mai grea (TФ 3), care are o dispersie mare. Pentru domeniul lunginilor de undă scurte se folosește prismă din sticlă TФ 1, care este mai transparentă în domeniul violet al spectrului, însă avind o dispersie mai mică. Secțiunea activă a fasciculului are diametrul de 45 mm. În monocromator se utilizează două obiective acromatice identice, cu distanța focală de 280 mm.

Schema optică a aparatului este dată în figura 4.17a. Prismă poate fi rotită cu ajutorul unui șurub al cărui tambur este divizat în unități arbitrare, ceea ce înseamnă că aparatul trebuie etalonat. Un monocromator simplu și ieftin, realizat după aceeași schemă, a fost produs un timp în atelierele experimentale ale Institutului de cercetări științifice pentru fizică de pe lângă Universitatea de stat din Leningrad. Tot ele au produs un monocromator dublu, cu dispersiile în același sens, precum și un monocromator de cuarț, cu deviație constantă. Acest ultim aparat conține un sistem de dispersie propus de Fris, care constă din două jumătăți de prismă Cornu, despărțite de o oglindă care se rotește, și dintr-un obiectiv acromatic din cuarț NaCl.

Monocromatoarele cu prisme și cu lentile, de mare luminozitate, sunt livrate de o serie de firme, în particular, monocromatorul Hilger-296, înzestrat cu prisme de cuarț și de sticlă și cu dimensiunile fezelor refractante de $178 \times 114 \text{ mm}^2$.




Fig. 4.17. Schemele optice ale monocromatoarelor VM-2 (a), 3MP-3 (b), SPM-1 (c) și a monocromatorului dublu 3MP-4 (d).

Monocromatoarele cu prisme și cu oglinzi. Reprezentativul caracteristic al acestor clase de aparate îl constituie monocromatorul 3MP-3. Schema lui optică este dată în figura 4.17 b. Prisma aparatului este intersanjabilă - de cuarț sau de sticlă - cu unghiul de refracție de 76° și cu baza de 64 mm. Optica de focalizare este constituită de o oglindă parabolică de aluminiu, cu distanța focală de 270 mm. O oglindă plană se poate roti cu ajutorul unui șurub, înzestrat cu un tambur gradat. Astfel se realizează schimbarea lungimilor de undă. Spre deosebire de monocromatoarele cu deviație constantă, descrise mai sus, în care, pentru orice lungime de undă, prisma se află la maximum de deviație, în monocromatorul 3MP-3 această condiție este îndeplinită numai pentru lungimea de undă mică. Domeniul spectral în care se poate lucra cu aparatul este 0,22-2,5 μm .

Într-un aparat cu log SPM-1, al firmei Zeiss, este utilizat montajul Wordsworth, care asigură o deviație constantă. Schema optică a aparatului este dată în figura 4.17 c. Aparatul este înzestrat cu prisme intersanjabile din cuarț topit, din flint grea, din fluorita de litu precum și din NaCl, KBr, KRS-5 (TlBr-TlI). Prismele alcalino-halogenice sînt destinate lucrului în domeniul infraroșu. Pentru descoperirea monocromatorului este cunoscută Distanța focală a ambele oglinzi, este de 342 mm, iar diametrul lor de 54 mm.

În monocromatorul cu două prisme, МР-4, elementele dispersivă sînt prismele n terș anjabile de sticlă și de cuarț (fig. 4.17d). Prismele sînt montate într-o schemă cu autocolimație. Suporturile lor se rotesc sincron cu ajutorul unui mecanism pus în mișcare de tamburul cu scări lungimilor de undă. Dispersia ambelor prismă se însumează. Oglizile 1 și 4 sînt sferice, cu distanța focală de 313 mm, oglinzile 2 și 3 sînt parabolice cu $F = 151$ mm. Secțiunea la-caulu-lui utilă este de 13 cm. Toate fantele monocromatorului sînt cuplate.

Monocromatoarele cu prismă și cu oglinzi se folosesc sînt multe ori întru de spectrofotometre.

Monocromatoare cu rețea de difracție. În monocromatoarele cu rețea de difracție, care nu sînt destinate ultravioletului îndepărtat, se utilizează, de obicei, rețele plate și optica de focalizare din oglinzi sferice sau parabolice. În construcția monocromatorilor cu distanțe focale nu prea mari, dar cu o suprafață mare a elementului dispersiv, este inevitabilă utilizarea fasciculelor incidente sub unghiuri mari cu axa optică și a oglinzilor cu deschideri relativ mari. Pentru ca în aceste condiții să nu apară aberații mari, este necesar ca să se folosească oglinzi sferice, nu primul fiind parabolice, paraxiale.

În monocromatoarele cu rețele de difracție sînt larg folosite schema lui Ebert și schema lui Czerny-Turner.

Montajul lui Ebert, aplicat cel mai des la construcția monocromatoarelor și spectrografelor cu distanțe focale mici și cu rețele plate, este dat în figura 4.18. Ca obiectiv al colimatorului și totodată al aparatului fotografic este folosită oglinda sferică 1. Fasciculul care vine de la fanta 2 este reflectat de oglinda plană de deviere (de frîngere a razelor), 3, iar după colimare pe oglinda 1 cade pe rețeaua 4, care se poate roti în jurul axei 5. Lumina difractată ajunge, prin reflexie pe oglinda 1, la fanta de ieșire. În cazul spectrografelor oglinda construiește spectrul pe suprafața focală 6. Este de la sine înțeles că dimensiunile oglinzii din monocromator trebuie să fie doar ceva mai mari decît dimensiunile rețelei de difracție. În spectrograf diferitele regiuni ale oglinzii servesc pentru reflexia diferitelor părți ale spectrului. Din această cauză, dimensiunea oglinzii după direcția dispersiei trebuie să fie egală cu suma dintre lățimea rețelei și lungimea porțiunii fotografiate a spectrului. În monocromatoarele care au distanța focală mică fasciculele cad pe oglindă sub unghiuri mari față de axă, iar montajul lui Ebert conduce la aberații importante. Din această cauză, în asemenea monocromatoare se utilizează mai des schema Czerny-Turner, cu




Fig. 4.18. Schema lui Ebert.

două oglinzi. După o asemenea schemă este construit aparatul МР-2 (fig. 4.19a). Obiectivele sînt oglinzi sferice cu distanța focală de 400 mm. Aparatul este prevăzut cu trei rețele n terș anjabile, cu suprafața de 110×170 mm², care sînt folosite în primul ordin. Rețelele au respectiv 300 de trăsături pe milimetru,

pentru domeniul spectral $1 - 2,5 \mu\text{m}$, 600 de trăsături pe milimetru, pentru $0,5 - 1,25 \mu\text{m}$ și 1200 de trăsături pe milimetru, pentru $0,2 - 0,6 \mu\text{m}$. Când este folosită întreaga suprafață a rețelei, aberațiile reduc considerabil puterea de separare. De aceea, aparatul este prevăzut cu două diafragme, care măsoară des-




Fig. 4.19. Schemele optice ale monocromatorului MIP-2 (a) și cel al firmei Jarrell Ash (b).

chiderea relativă a aparatului de la $1 : 2,5$ la $1 : 10$ sau $1 : 15$. În cazul folosirii diafragmei scade substanțial fasciculul de lumină la ieșirea din aparat, dar se îmbunătățește monocromaticitatea lui.

În figura 4.19b este dat mersul razelor de lumină într-un monocromator simplu, al firmei Jarrell Ash, montat după o schema Ebert. Distanța focală a oglinzii este de 25 cm. Aparatul este prevăzut cu fante intersanjabile, cu deschiderea fixă. Fanta principală, de $0,1 \text{ mm}$, corespunde benzii de transmisie de $3,2 \text{ \AA}$. Utilizarea unor fante mai înguste nu este avantajoasă, deoarece conturul instrumental este lărgit, din cauza aberațiilor, fiind imposibil să se reducă sub $3 - 4 \text{ \AA}$. Două monocromatoare se pot reuni ușor într-un singur monocromator dublu (fig. 4.20). În acest scop mecanismele de rotire ale rețelelor pot fi ușor cuplate. Un asemenea „monocromator-tandem”, este prevăzut cu rețele




Fig. 4.20. Monocromatorul dublu al firmei Jarrell Ash, construit din două monocromatoare simple.

intersanjabile de 1180 trăsături pe milimetru, câte un unghiul de strălucire pentru 3000 și 6000 \AA . Aparatul este dotat cu dispozitiv de explorare prin baleraj fotoelectric al spectrului.

După o schema asemănătoare este construit monocromatorul C71, livrat de atelierele Institutului de cercetări științifice pentru fizică de pe lângă Universitatea de stat din Leningrad. Aparatul este destinat domeniului spectral 0,25–1,3 μm . Distanța focală a oglinzii colimatoare este de 700 mm, dimensi-




Fig. 4.21. Schema optică a monocromatorului cu rețea de difracție, de tip McPherson-218.

nile părții trasate a rețelei sînt 80–70 mm², dispersia directă, în cazul lucrului în ordinul al doilea al rețelei cu 600 de trăsături pe milimetru, este de 12 $\text{\AA}/\text{mm}$.

În montajele de monocromatoare cu rețea de difracție analizate există oglinzi plane suplimentare pentru frângerea direcției fasciculului. Ele introduc pierderi suplimentare de lumină și constituie surse de difuzie suplimentară a radiației. În monocromatorul firmei McPherson, cu fascicule încrucișate, aceste neajunsuri sînt înlăturate. Modelul 218 are schema dată în figura 4.21. Oghinda asferică are distanța focală 30 cm. Șase rețele de difracție intersanjabile (75–2 400 trăsături pe milimetru) permit utilizarea aparatului de la 1050 \AA pînă la 16 μm . Pentru lucrul în domeniul lungimilor de undă mai mici de 2000 \AA aparatul poate fi vidat. Construcția suportului rețelei și a rețecilor înseși permit schimbarea lor ușoară, fără a mai fi nevoie de vîco focalizare suplimentară a aparatului. Monocromatorul este înzestrat cu dispozitiv fotoelectric, care permite înregistrarea spectrului, explorîndu-l manual sau cu un motorăș care are două-prezece vîreze. Aspectul exterior al aparatului, fără sistemele de vidare și de înregistrare este prezentat în figura 4.22a.

În prezent industria indigenă livrează trei tipuri de monocromatoare cu rețea de difracție, construite după schema lui Ebert-Fast. Ele sînt dotate cu rețele de difracție intersanjabile, destinate folosirii în diferite domenii ale spectrului. Caracteristicile principale ale acestor monocromatoare sînt date în tabelul 4.1, iar în figura 4.22 b este dat aspectul exterior al aparatului MIP-1.



Fig. 4.22. Aspectul exterior al monocromatorului McPherson-218 (a) și al monocromatorului MIP-1 (b).

Monocromatorul cu distanță focală mică, proiectat după schema lui Ebert, este livrat de atelierele experimentale ale Institutului de cercetări științifice pentru fizică de pe lângă Universitatea de stat din Leningrad, sub denumirea de

Parametrii monocromatoarelor cu rețele de difracție

Aparatul	Intervalul spectral, μm	Tipul de monocromator	Parametrii rețelelor			Distanța focală a obiectivului, mm	Dispersia liniară inversă, nm/mm
			Numărul de trăsături/mm	λ_{max} , nm	Dimensiunile părții trasate, mm^2		
MMP-1	0,2 - 6	Dublu	1200	300	150×140	500	0,8
			600	600			1,6
			300	1300			3,2
			100	3000			9,6
MMP-2	2,2 - 2,5	Simplu	1200	300	150×140	400	2,0
			600	600			4,0
			300	1300			8,0
			100	3000			24,0
MMP-3	0,2 - 2,2	Simplu	1200	300	75×75	600	1,3
			600	600			2,6
			300	1300			5,2
			100	3000			15,6

ДАС-1. Oglinda acestui aparat are distanța focală de 2 m. El este prevăzut cu o rețea care are 1200 sau 600 de trăsături pe milimetru și o suprafață de $8 \times 9 \text{ cm}^2$. Pentru fante de 0,01 mm puterea de separare teoretică a rețelei se realizează integral. Explorarea spectrului se obține prin rotirea rețelei, iar înregistrarea cu un fotomultipliator cu potențiometru in-scriptor.

Schema lui Czerny-Turner se folosește în monocromatorul dublu ДФС-12. În acest aparat este utilizată o schemă originală a rețelelor, anume „spate în spate” (fig. 4.23). Ambele rețele se rotesc în jurul unei singure axe, ceea ce permite corelarea automată a unghiurilor de rotire. În monocromatoarele duble construite după alte scheme acest lucru se realizează cu ajutorul unor dispozitive mecanice de precizie. Spectrul este înregistrat fotoelectric și înseris cu ajutorul unui potențiometru electronic.




Fig. 4.23. Schemă optică a monocromatorului dublu ДФС-12.

Monocromatorul focal. Analog prismei Fery, descrise mai înainte, se poate construi un aparat în care lentila să joace și rolul de element focal și pe cel de element dispersiv. Un asemenea aranjament este cunoscut sub numele de mono-

monocromator focal. Una dintre posibilele scheme ale acestui aparat este dată în figura 4.24. Lumina de la sursa punctuală 1, care poate fi o scinterie, o lampă de incandescență ori un orificiu într-un ecran opac, iluminat de o sursă intensă, este focalizată de lentila 2, al cărui centru este acoperit de ecranul 3. Datorită



4.24 Schema de principiu a monocromatorului focal.

aberrații cromatice, focarele razelor de lungimi de undă λ_1 , λ_2 și λ_3 se află la distanțe diferite de suprafața lentilei. Dacă se asază într-un loc corespunzător diafragma 4, al cărei diametru este egal cu diametrul mării diafragmei 1, atunci aceasta permite să treacă numai razele cu lungimea de undă λ_1 . Ecranul care acoperă partea centrală a lentilei creează un con de umbră, permițând ca intervalul de spectru astfel separat să fie suficient de pur. Pentru variația lungimii de undă a razei emise se poate deplasa de-a lungul axei optice fie una dintre diafragme, fie chiar lentila. Un asemenea aranjament are o luminozitate mult mai mică decât monocromatoarele cu prisma obișnuită, însă poate fi deosebit de separată a luminii apurată de acest tip este relativ mică. De aceea, se pot folosi lentile cu dispersie relativă mică, dar cu calitate optică mai modestă, pentru care lentilele goale, umplute cu lichide ce au dispersii mare.

Uneori se utilizează monocromatoare focale montate după scheme mai complicate, cu una sau mai multe lentile, ceea ce permite o mai bună monocromaticitate. Dimensiunile și construcția lor se pot modifica între limite largi, în funcție de mărimea dorită a fluxului luminos și de gradul de monocromaticitate, precum și de piesele optice care sunt puse la dispoziția constructorului. Monocromatoarele focale sunt folosite mai ales pentru separarea domeniului ultraviolet al spectrului, necesar pentru excitarea fluorescenței și pentru alte lucrări de același gen.

Dăm mai jos câteva exemple de senalări ale intervalelor spectrale separate cu ajutorul unor monocromatoare focale cu optică din cuarț și cu optică din sticlă [6]:

λ , Å	2000	2500	3000	3600	4000	5000	6000	7000	7500
$\Delta\lambda$, Å (cuarț)	20	55	90	160	200	—	—	—	—
$\Delta\lambda$, Å (sticlă)	—	—	—	—	45	160	180	200	360

§ 4. SPECTROGRAFELE

Pînă în ultimul timp cele mai multe cercetări spectroscopice se făceau prin metode fotografice. Din această cauză, după diversitatea construcțiilor, a dimensiunilor și a parametrilor optici, spectrografele ocupă, probabil, primul loc între toate aparatele spectrale. Un aparat cu luminozitate foarte mare, cum este cel folosit pentru fotografierea spectrului de luminescență al cerului noaptea,

va avea o distanță focală a obiectivului fotografic de numai câțiva centimetri. Dinapotrivă, raza de curbură a rețelei concave a marelui spectrograf al Biroului American de Standarde (NBS), destinat pentru măsurători exacte de lungimi de undă, atinge 10,7 m (fig. 4.25).



Fig. 4.25. Aspectul general al spectrografului NBS cu $R = 10,7$ m.

Spectrografele se subîmpart în aparate pentru domeniul vizibil și aparate pentru domeniul ultraviolet. În ambele cazuri se folosesc de obicei sisteme cu o singură prismă și sisteme cu mai multe prisme precum și rețele plane sau rețele concave.

Aparate cu prismă, pentru domeniul vizibil. Principalul sistem dispersiv al aparatelor destinate domeniului vizibil al spectrului îl constituie sistemul cu trei prisme al lui Versterling, descris mai înainte. Cel mai răspândit aparat construit după o asemenea schemă este spectrograful HCH-51 (fig. 4.26). Prismele acestui aparat sunt confecționate din sticla TФ-1. Baza prisme este de 70 mm,



Fig. 4.26. Spectrograful HCH-51 cu un aparat fotografic care are $F = 270$ mm.




Fig. 4.27. Dispersia unghiulară a spectrografului HCH-51.

unghiul de refracție fiind de 63° . Dispersia unghiulară a sistemului de prisme este la minimum de deviație, pentru lungimea de undă $\lambda = 4713 \text{ Å}$, este reprezentată în figura 4.27. Spectrograful HCH-51 are o serie de camere de schimb.

Camera cu obiectivul de 120 mm are deschiderea relativă $D/F = 1:2,3$. Având în vedere grosimea mare a obiectivului format din două lentile acromatice, razele înclinate sînt puternic difractate, astfel încît aria suprafeței active a lăscicului, la extremitățile spectrului, este mult mai mică decît în partea sa centrală. Din această cauză, domeniul spectral pentru care este necesară o luminositate mare trebuie să fie adus prin rotirea prismei în mijlocul spectrului. Prin rotirea prismelor ele vor rămîne la minimum de deviație pentru raza care se propagă de-a lungul axei optice a camerei. Distanța focală a obiectivului colimatorului este de 404 mm. Deci un spectrograf care are distanța focală $F' = 120$ mm va produce o măsoare de două ori și jumătate. De aceea placa fotografică nu permite de obicei o rezoluție mai mare de 100 linii pe milimetru, atunci cînd se folosește un obiectiv fotografic de distanță focală mică, lărgimea fantei spectrografului nu poate fi măsoară decît pînă la cel mult 0,03—0,05 mm.

Lungimea totală a spectrului (3600—10 000 Å), obținut cu un obiectiv fotografic ce are distanța focală $F' = 120$ mm, este de 16 mm, putînd fi cuprins ușor de o placă de 6 × 9 cm², cum sînt cele pentru care este prevăzută caseta aparatului.

Cea de-a doua cameră are distanța focală de 270 mm. În acest caz aparatul are o mărire de 0,89, deschiderea relativă a obiectivului fotografic este de 1:5,5. Lungimea totală a spectrului este de 106 mm, astfel încît nu mai încap pe o placă de nouă centimetri. La aparatul ИСП 51 poate fi folosită camera УФ—89 (УФ—84), care are distanța focală de 800 mm. În acest caz colimatorul standard se înlocuiește cu colimatorul УФ—61, care are un obiectiv cu $F = 800$ mm. Curba dispersiei liniare inverse a aparatului cu camera УФ—89 a fost dată în figura 3.13.

Pentru spectrograful ИСП 51 se livrează și camera cu autocolimție, УФ—90, care are distanța focală de 1300 mm. În acest caz, în locul colimatorului se pune o oglindă plană, iar sistemul se transformă într-un sistem cu șase prize. Montarea unei camere УФ—90 la spectrograful ИСП 51 și menținerea sistemului obișnuit de prize este practic inutilă. Pentru o dispersie atât de mare, cum este cea care se obține cu camera УФ—90 într-un montaj cu autocolimție, defectele prismelor obișnuite devin sesizabile. De aceea, camera УФ—90 este recomandat să fie utilizată numai împreună cu un sistem de prize de înaltă calitate, confecționat special (ИСП—51А).

Toate camerele, în afară de cea cu autocolimție, au suprafața focală suficient de plană, iar normala la ea este înclinată față de axa optică cu un unghi mic, de 5—10°. Întrucît suprafața focală a camerei УФ—90 este puternic curbata, camera este dotată cu casetă pentru film. Curba dispersiei inverse a acestei variante de spectrograf a fost, de asemenea, dată în figura 3.13. În prezent, cînd rețelele de difracție și plăci ale lor de înaltă calitate sînt relativ accesibile, utilizarea aparatelor cu multe prize pentru obținerea unei dispersii tot mai mari devine scumpă și nerățională.

Ca prototip pentru spectrograful ИСП—51 a servit aparatul cu trei prize al firmei Carl Zeiss (Jena), care produce și în prezent spectrografe cu parametri analogi.

Spectrografe cu optică din sticlă, de mare luminositate, pentru cercetarea în cazul unor iluminări slabe, în particular iluminarea cerului noaptea, produce firma franceză Huet. În figura 4.28 este dată fotografia unui asemenea aparat. Caracteristici de în principale sînt: distanța focală a obiectivului colimatorului, $F = 1350$ mm, diametrul acestuia, 240 mm; distanța focală a obiectivului fotografic, $F' = 160$ mm, diametrul lui, 216 mm; $D/F = 1:0,65$. Sistemul de dispersie este format din două prize din flint greu, cu unghiul de refracție de 50°.

Lungimea focar refractantă este de 330 mm, iar înălțimea ei de 240 mm. Lungimea spectrală în intervalul 4340—7680 Å este de 120 mm. Dispersia liniară inversă în domeniul albastru este de 135 Å/mm, iar în capătul roșu al spectrului de 360 Å/mm.




Fig. 4.28. Spectrograf de mare lungime focală (HCH-28).

Spectrografe cu prismă pentru domeniul ultraviolet. Nu de multă vreme, toate spectrografele cu prismă, pentru domeniul ultraviolet, erau realizate cu prisme optice din cuarț cristalin. Înși datorită anizotropiei optice a cuarțului (dublă refracție și rotirea planului de polarizare) construcția unor aparate cu unu multe prisme a devenit practic imposibilă. Prisma Cornu și prisma cu auto-colimare de 30°, echivalentă ei, reduce la zero influența anizotropiei cuarțului numai pentru razele care se propagă strict la marginea de deviație. Într-un spectrograf în astfel de condiții corespunde numai un interval foarte restrâns de la mijlocul spectralului, iar la marginile spectralului linii sunt despartite. La trecere printr-o a doua prismă le pierrea liniilor s-ar intensifica, iar conturul instrumental nu numai că nu s-ar îngusta, ci chiar s-ar lărgi, ceea ce face ca introducerea unei a doua prisme să fie lipsită de sens.

Aparatul de baza pentru studiul domeniului 2200—4000 Å este spectrograful HCH-22 și variantele sale HCH-28 și HCH-30. Aparatele sunt construite după o schemă originală, cu oglinda și lentile, gratică curbă, dar și datorită ducerii liniilor mici ale prismei, se realizează o suprafață focală practic plană pe întreaga întindere a domeniului spectral în care se lucrează (de la 2000 la 6000 Å). Schema aparatului este dată în figura 4.29a. Curba dispersiei lui inverse este dată în figura 3.13.

Datele tipice ale aparatului HCH-28 (HCH-22)

Domeniul spectral	2000—6000 Å
Lungimea focală	220 mm
Distanța focală a colimatorului	703 mm (600 mm)
Deschiderea relativă a colimatorului	1:17,5 (1:15)
Distanța focală a obiectivului fotografie (2373 Å)	830 mm
Deschiderea relativă a obiectivului fotografie	1:21
Dimensiunile planului focal	(100 × 100) mm
Unghiul de deschidere	17° 00'
Înălțimea	300 mm

Aparatele HCH-22 și HCH-28 se deosebesc numai prin distanța focală a colimatorului. Un aparat bine pus la punct trebuie să separe complet tripletul față de la 3100 Å (3100,67; 3100,31; 3099,97 Å). Spectrograful funcționează ca o mînuire mică de 1,2 – 1,5. Prismă este fixată la minimum de deviație pentru $\lambda = 2573$ Å.




Fig. 4.29. Schemele optice ale spectrografelor HCH-28 (a) și HCH-30 (b).

Spectrograful HCH-30 se deosebesc de modelele precedente prin existența unei oglinzi plane, care modifică sensul razelor după prismă (fig. 4.29b). Acest fapt permite mărirea dimensiunilor aparatului. În acest caz se măsoară însă cu aproximativ 20 % transmisia aparatului, apare o sursă suplimentară de lumină difuzată și de deformări ale frontului de undă, datorate defectelor oglinzii.

Spectrografele descrise se disting printr-o luminozitate relativ mică și din acest punct de vedere ele sînt depășite substanțial de aparatul Q-24 sau de spectrograful E-498 al firmei Hilger. Curba de dispersie a spectrografului Q-24 este dată în figura 3.13.

Datele tehnice ale spectrografului Q-24

Prismă Cornu de 60°:	
fața refractoare	63 × 44 mm ²
Obiectivele	
distanța focală a obiectivului colimatorului	540 mm ($\lambda = 2558$ Å)
distanța focală a obiectivului fotografic	500 mm ($\lambda = 2558$ Å)
diametrele ambelor obiective	55 mm
Deschiderea relativă utilă (se modifică cu ajutorul diafragmei iris)	1 : 11,2 – 1 : 30
Domeniul spectral	2000 – 5800 Å
Lungimea unui spectru	223 mm

Spectrografele descrise se referă la modelele mici sau medii. Cu mai bine de 40 de ani în urmă a început fabricarea spectrografelor mari din cuarț sau din cuarț și sticlă. Începutul lor a fost făcut cu spectrograful E-1 al firmei Hilger, apoi firma Zeiss a realizat aparatul QG-55. Puțin timp după război s-a realizat și la noi spectrograful analog KC-55, care, mai tîrziu, a fost înlocuit cu aparatul KCA-1. Toate aceste aparate sînt construite după o schemă cu auto-colimație, cu distanța focală a obiectivului în jur de 2 m.

În figura 4.30 este prezentat aspectul general al spectrografului autocolimant E-742, produs de firma Hilger; el reprezintă varianta modernă a aparatului

menționat, E-1. În figura 4.31 este dată schema optică a spectrografului KCA-1, analog cu parametri cu aparatul E-742. Optica din cuarț și din sticlă, intersanjabilă, a acestui aparat, este fixată pe o aceeași măsuță, astfel încât prin rotirea unei manete aparatul trece din varianta „cuarț” în varianta „sticlă”.

Fig. 4.30. Aspect exterior al manetei spectrografului E-742, al E-742 și E-742.




Fig. 4.31. Schema optică a spectrografului KCA-1.

Datele tehnice ale spectrografului KCA-1

	Cuarț	Sticlă
Lungimea spectrului	550 mm	330 mm
Distanța focală pentru $\lambda = 5893 \text{ \AA}$	1896 mm	1684 mm
Fața refractoare a prisme	$70 \times 50 \text{ mm}^2$	$120 \times 70 \text{ mm}^2$
Unghiul de refracție	30°	30°
Deschiderea relativă		
$\lambda = 6000 \text{ \AA}$	—	1 : 25,5
$\lambda = 4000 \text{ \AA}$	1 : 41	1 : 21
$\lambda = 2000 \text{ \AA}$	1 : 35	

Curba de dispersie a aparatului este dată în figura 3.13. Curba construită corespunde domeniului analizat al spectrului, adus pe axa optică a aparatului fotografic.

Lungimea totală a spectrului, dată de optica de cuarț, depășește mai mult decât de două ori și jumătate lungimea maximă a plăcii utilizate (lungimea casei este de 24 cm). De aceea, pe o placă se poate obține numai o anumită parte din spectru. Pentru a o aduce pe placă, există o manetă, care, cu ajutorul unor ghidaje speciale, deplasează măsura cu piesele optice, o rotește cu unghiul necesar și modifică totodată unghiul de înclinație a casei, deplasând concomitent scala lungimilor de undă. De asemenea, spectrul este totdeauna focalizat pe

al aparatului este dat în figura 133a. După aceea, clona este montată cu aparatul „IQC” 13 (fig. 133b). Având o rețea mare și o oglindă cu distanță focală mai mare, clona a putut deosebi rețea cu mult mai bine. În afară de aceste aparate produse în fabrica, atchurile experimentale ale Institutului de cercetări



Fig. 133. a) Schema aparatului spectrograf „IQC” 8; b) „IQC” 13.

științifice pentru fizică de pe lângă Universitatea de fizică din Leningrad lucrează spectrograful „IAC-1”, realizat tot după clona lui Iort. Distanța focală a oglinzii lui este de 2 m. Parametrii acestor aparate sunt dați în tabelul 12.

Tab. 12

Parametrii unor spectrografe cu rețea de difracție

Aparatul	Distanța focală a oglinzii, m	Parametrii oglinzii, mm	Parametrii rețelei		Dispersia în secțiunea focală, Å/mm	Dispersiunile în secțiunea focală, Å/mm
			Numărul de trăsături în linie	Distanța de la rețea la focală, m		
IAC-1	2,0	200	100	1,0	0,8	12
IQC-8-1	2,0	200	100	1,0	0,5	13-18
IQC-8-2	2,0	200	100	1,0	0,4	13-18
IQC-8-3	2,0	200	100	1,0	0,3	13-18
IQC-13-1	2,0	200	100	1,0	0,1	13-24
IQC-13-2	2,0	200	100	1,0	0,2	13-24

Nu este posibil să se realizeze cu înaltă precizie dimensiuni nu prea mari, ci rețelele plane, realizate după schema Czerny-Turner, sunt fabricate în

Fig. 134. a) Schema aparatului spectrograf „IQC” 13; b) „IQC” 13.



Fig. 135. a) Schema aparatului spectrograf „IQC” 13; b) „IQC” 13.

derea relativă a camerei este 1,6,3. În locul casetei poate fi montat un bloc cu șase fante și cu fotomultiplicatori, care transformă astfel spectrograful într-un poleromator cu șase canale.

Spectrografe cu rețea de difracție concavă. În aceste aparate rețeaua de difracție concavă are atât rolul de element dispersiv, cât și de obiectiv al colimatorului și al camerei. Aceste particularități determină performanțele principale ale acestor aparate — posibilitatea studiului concomitent al unui larg domeniu al spectrului și reînțărirea la optica de focalizare. Acest ultim fapt este deosebit de important pentru domeniul de vacuum al spectrului și de mai mică importanță pentru cercetările în domeniul lungimilor de undă mari. Astigmatismul rețelei concave este un neajuns important pentru aproape toate analizele. După cum se pare, din această cauză, acum, cele mai multe aparate cu rețele de difracție sunt destinate ultravioletului vacuum. Majoritatea aparatelor cu rețele concave de rază mare sunt montate după schema Paschen Runge. Dacă rețeaua are o rază de curbura mai mare de 3—4 m, atunci avem de a face cu instalații de laborator, ale căror piese separate sunt fixate pe console speciale. Există instalații de acest gen cu rețele care au $R = 10$ m și mai mult. După aceeași schemă sunt montate și aparatele portabile, care au rețele de difracție de 1; 1,5 și 2 m.

Pentru laboratoare sunt mai comode aparatele montate după schema mai compactă a lui Eagle. După această schemă se livrează o serie de aparate, de exemplu, spectrograful de trei metri al lui Baird. În cazul folosirii schemei lui Eagle se pierde avantajul principal al rețelei concave — posibilitatea cuprinderii concomitente a unei porțiuni cât mai mari din spectru. În acest caz este mai convenabil să se utilizeze mai bine rețeaua plană, care este lipsită de astigmatism. Practic este lipsită de astigmatism schema Wadsworth. Unul dintre spectrografele firmei Jarrell Ash, construit după această schemă, este prevăzut cu o rețea cu $R = 3$ m (distanța focală în aranjamentul Wadsworth este de 1,5 m); rețeaua are 590 trăsături pe milimetru. Dispersia inversă în primul ordin este de 10,9 Å/mm. Limita de separare garantată este de 0,1 Å.

Procedee de separare a ordinilor. O particularitate distinctă a spectrografelor cu rețea de difracție o constituie perturbațiile datorate spectrelor de




Fig. 4.35. Suprapunerea spectrelor de difracție de diferite ordine (cu Å înscrise).

diferite ordine, care se suprapun. În figura 4.35 este dată schema primelor ordine ale unei rețele de difracție. Cu cât este mai sus ordinul spectrului, cu atât mai mari sunt perturbațiile din partea ordinilor apropiate care se suprapun.

Cu cât este mai coborât ordinul utilizat pentru analiză, cu atât sînt mai ușor de evitat suprapunerile. De pildă în domeniul lungimii de undă de 4000 Å, peste primul ordin se suprapun domeniul de la 2000 Å, din ordinul al doilea, domeniul de la 1300 Å, din ordinul al treilea ș.a.m.d. Pentru eliminarea radiației cu lungimea de undă mai mică decît 2000 Å, este suficient să se introducă în sistemul de iluminare o lentilă sau o placă de sticlă.

În cazul studierii domeniului de 6000 Å în ordinul al doilea, peste acest domeniu se suprapun domeniul de la 4000 Å din ordinul al treilea, cel de la 3000 Å din ordinul al patrulea și cel de la 12 000 Å din ordinul întâi. Plăcile fotografice obișnuite nu sînt sensibile în domeniul 1,2 μm. Prin urmare, nu trebuie să ne temem de perturbarea din partea ordinului întâi. Pentru înlăturarea radiației cu lungimea de undă de 3000 și de 4000 Å se poate folosi un filtru galben, de exemplu, KC-16 (cap. 9). Rețelele actuale profilate permit folosirea unor spectre de ordine foarte înalte și de aceea, separarea lor cu ajutorul filtrelor devine practic imposibilă. În aparatele de acest gen devine necesară utilizarea unei monocromatizări prealabile aproximative. În acest scop, se poate folosi un monocromator obișnuit, nu prea mare, în care să se fixeze fanta care au o asemenea largime incît intervalul cuprins de lungimi de undă, $\Delta\lambda$, să fie egal cu un interval spectral care este lipsit de suprapuneri. Fanta de ieșire a monocromatorului de dispersie prealabilă servește ca sursă de lumină pentru fanta spectrografului. Utilizarea și ajustarea unui astfel de monocromator implică totdeauna o întreagă serie de neapăsuri. Din această cauză, unele firme au livrat monocromatoare speciale, care produc dispersia prealabilă și care se ajustează comod la spectrograf. Ele au căpătat numele de separatoare de ordine. În figura 4.36 este dată schema unui asemenea aparat, livrat de firma Jarrell Ash. Sistemul de dispersie este o prismă cu vizare directă, confecționată din cuarț topit și LiF; obiectivele sînt acromate, din cuarț și LiF. Fanta S_1 a divizorului de ordine are înălțimea 0,5–2 mm. Distanța focală a lentilelor L_3 , L_4 și L_5 este de 330 mm (sistemul este calculat pentru un spectrograf cu rețea care are distanța focală de 3,5 m). Lentila L_5 , montată pe fanta spectrografului, S_3 , proiectează prisma aparatului pe colimatorul spectrografului, asigurînd uniformitatea iluminării. Lentilele cilindrice încrucișate, L_1 și L_2 , formează sistemul de iluminare. Lentila L_2 proiectează sursa I pe diafragma S_2 , separînd o anumită porțiune din plasma sursei.

Întregul sistem este montat pe un suport fixat pe banul optic al spectrografului. Direcția de dispersie a separatorului de ordine este perpendiculară pe direcția de dispersie a aparatului principal. Spectrul dat de separatorul de





Fig. 4.36. Separatorul de ordine livrat de firma Jarrell Ash (schema optică):
a - vedere de sus; b - vedere laterală


ordine este proiectat pe fanta spectrografului, astfel încît porțiuni diferite ale fantei (considerate pe mărțime) iluminează porțiuni diferite ale spectralui. Special pentru lucrul cu spectrorafele „JDC” 8 și „JDC” 13 este destinat separatorul de ordine PHC-1 (fig. 4.37). Elementul dispersiv al separatorului este o prismă din cuarț. Dispersia liniară inversă, în domeniul 2500 Å, este

108 Å/mm, iar în domeniul 4000 Å, de 500 Å/mm. Separatorul de ordine al firmei Zeiss (fig. 4.38) se atașează la spectrograful de doi metri, cu rețea de difracție, PSG-2. Direcția de dispersie a acestui separator se poate modifica cu 90°, pentru aceasta fiind necesar să se rotească prisma în jurul axei optice a aparatului și să se introducă o lantă verticală suplimentară.



← Fig. 4.37. Separatorul de ordine PIIC-1

Fig. 4.38. Schema a separatorului de ordine al firmei Zeiss.



Deoarece prin separatorul de ordine este înlocuită cu dispersia spectrografului, acesta se poate folosi la înregistrarea concoment a mai multor ordine. În cazul în care direcțiile de dispersie sunt perpendiculare, separatorul joacă rolul de monocromator paralel.

De asemenea, prisma, separatorul poate fi folosit ca sistem de condensare. În acest caz, se poate obține dată spectroscopice a fiertului de lumină caput nui



Fig. 4.39. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.40. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.41. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.42. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.43. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.44. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.45. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.46. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.47. Spectrul de lumină caput nui


Fig. 4.48. Spectrul de lumină caput nui

Fig. 4.49. Spectrul de lumină caput nui

acestui separator cu dispersiile încreștate, și separarea intervalelor din spectrul unei lămpi cu hidrogen, în cazul dispersiilor paralele.

Spectrografe cu dispersie încreștată. Asemenea aparate permit îmbunătățirea unei puteri de separare mari cu acoperirea unui larg domeniu al spectru-

Fig. 4.40. Schema optică a spectrografului CTĐ—1.
S — furtuș; G — rețea; D — prismă; M_1, M_2 — obiective
de focalizare; M_3 — câmpul plan; P — diafana
fotografică.



lui. Rețeaua se folosește în ordine înalte, iar separarea ordinelor se realizează cu un al doilea element de dispersie, care este de obicei o prismă a cărei dispersie este orientată perpendicular pe direcția de dispersie a rețelei de bază. Această idee a fost realizată în aparatul CTĐ—1 (fig. 4.40). Aparatul este înzestrat cu piese optice intersanjabile, de cuarț și de sticlă.

Parametrii spectrografului CTĐ—1

Unghiul de strălucire a rețelei	20—21°
Distanța focală a colimatorului	901,5 mm
Distanța focală a camerei	807,2 mm
Înălțimea unei linii	4,5 mm
Înălțimea spectrului	24 mm
Deschiderea relativă	1:15

Ordinul spectrului	Dispersia inversă, Å/mm	
	la 600 trăsături pe mm	la 300 trăsături pe mm
5	3,8	7,6
4	4,7	9,4
3	6,4	12,8

Un aparat construit după o schemă analogă a fost utilizat pentru studiul spectrului Soarelui cu o înaltă rezoluție [4.4]. Fotografarea s-a efectuat în timpul zborului unei rachete.

§ 5. APARATE CU ÎNREGISTRARE FOTOELECTRICĂ

Aparatele de acest tip se grupează în funcție de construcția lor și de modul de înregistrare, în mai multe clase. Cele mai simple dintre ele sunt aparatele în care se înregistrează radiația numai a unei anumite porțiuni a spectrului, stabilite mai înainte.

Un dispozitiv de măsură de acest fel există de exemplu în stilometrul $\Phi\Omega\Gamma - 1$. Pentru trecerea la o altă porțiune a spectrului (la altă linie spectrală) aparatul trebuie să fie pus la punct din nou. Prin urmare, măsurătoarea se efectuează prin punere.

În aparatele de un alt tip sunt înregistrate succesiv și continuu porțiuni vecine ale spectrului. Dintre aparatele care realizează explorarea spectrului fac parte majoritatea spectrofotometrelor și o întreagă serie de adaptoare speciale care se anexează la spectrografe.

În fine, se poate înregistra concomitent radiația citorva intervale diferite ale spectrului, existând pentru fiecare dintre acestea câte un receptor și un canal de măsură individual. Astfel de aparate se deosebesc între ele prin numărul de canale de măsură și de obicei servesc la analize spectrale rapide. Numărul de canale necesare este determinat de numărul de date ce trebuie măsurate.

În toate aparatele fotoelectrice actuale ca receptor de radiație se folosește fotomultiplicatorul, iar mai recent, celula fotoelectrică. Rezultatele măsurărilor sunt înscrise de o penă pe banda de hartie a autoinscripătorului, fiind uneori confruntate cu indicațiile unor aparate cu scală sau digitale. În continuarea expunerii nu vom aborda problemele tehnice de măsură a semnalului electric și nici descrierea numeroaselor scheme electronice, utilizate în dispozitivele de măsură ale aparatelor fotoelectrice. Tratarea acestor probleme, deseori foarte fine, de tehnică a măsurării curenților slabi, poate fi găsită în literatura de specialitate. Ne vom limita numai la descrierea schemelor optice și a principiilor fundamentale de măsurare.

Aparate cu un singur canal. Am menționat deja că multe monocromatoare au dispozitive pentru explorarea prin baleiaj și înregistrarea neîntreruptă a spectrului. Cu aceleași dispozitive sînt prevăzute uneori și spectrografele. Astfel, spectrograful $\Pi\Gamma\Pi - 51$ este înzestrat cu adaptorul $\Phi\Omega\Pi - 1$ (fig. 4.41). El conține obiectivul 1, care înlocuiește obiectivul fotografic, și lentila suplimentară 2, care compensează cromatismul sistemului. Această lentilă se deplasează în timpul explorării spectrului, astfel încît imaginea fantei de intrare să




Fig. 4.41. Schema optică a aparatului $\Phi\Omega\Pi - 1$

se afle totdeauna în planul fantei de ieșire, 3. Adaptorul conține și o oglindă mobilă specială, 4, plus ocularul 5, cu ajutorul căruia se efectuează observațiile vizuale ale spectrului și punerea la punct a aparatului. Adaptorul este cuplat la sistemul de prisme printr-un ax cardanic, care este pus în mișcare de un electromotor. În corpul adaptorului este montat un fotomultiplicator, 6, cu dis-

pozitiv de amplificare. Înscrisura se face cu ajutorul unui autoinscripser, a cărui viteză poate fi modificată în limite foarte largi.

Datorită aberației cromatice foarte mari, în cazul spectrografelor cu cuarț este greu de realizat un asemenea adaptor. Din această cauză, uneori fanta de ieșire și fotomultiplicatorul legat rigid de ea sînt montate pe un adaptor care are același ghidaj și cadru ca și caseta spectrografului. Întregul dispozitiv se introduce în spectrograf în locul casetei. Pentru explorarea spectrului, fanta de ieșire se deplasează în planul focal. Semnalul fotomultiplicatorului este înregistrat de un autoinscripser. O asemenea instalație este anexată modelului de spectrograf cu cuarț de mărime mijlocie, al firmei Hilger.

Tot pe acest spectrograf poate fi montată o instalație cu 12 fante de ieșire și fotomultiplicatori respectivi, care transformă aparatul într-un policromator cu 12 canale.

Cu instalația de explorare prin balcraj sînt înzestrate și o serie de aparate cu rețea de difracție.

În spectrograful ДС-1, realizat după o schemă cu autocolimație, cu rețea de difracție plană și cu obiectiv din lentile, explorarea spectrului se realizează prin deplasarea de du-te-vino a fantei, fotomultiplicatorul rămînînd nemișcat. Acest aparat este destinat în special pentru analiza compoziției izotopice. Se înregistrează numai o porțiune mică a spectrului (în limitele a 1 mm). În aceste condiții, iluminarea fotomultiplicatorului nu se modifică.

În aparatul ДАС-1, pentru trecerea de la înregistrarea fotografică la înregistrarea fotoelectrică, în locul casetei se fixează fanta de ieșire cu fotomultiplicatorul. Explorarea se realizează cu ajutorul unui motor care rotește rețeaua.

Dispozitive asemănătoare se livrează pentru alte multe spectrografe mari cu rețea plană, care le lărgesc astfel mult posibilitățile.

Pentru determinări fotoelectrice cu monocromatoare cu rețea de difracție se fabrică adaptorul fotoelectric ФЭП-3. Explorarea spectrului se realizează prin rotirea casetei.

Dintre aparatele în care se folosește acumularea în timp a sarcinii, face parte aparatul ФЭС-1. Schema lui optică nu se deosebește practic de schema optică a aparatului ФЭП-1 (fig. 4.41). Fluxul luminos care iese din fantă este măsurat cu ajutorul unei celule fotoelectrice al cărei curent încarcă condensatorul de măsură. Simultan, lumina nedescompusă în spectru, reflectată de fața primei prisme, este trimisă pe o a doua celulă fotoelectrică, iar sarcina corespunzătoare este acumulată pe un alt condensator. Mărimea măsurată este raportul dintre tensiunile de la bornele condensatorilor. În felul acesta, indicatorii aparatelor de măsură, care sesizează atât variațiile de strălucire ale sursei, cit și variația condițiilor de iluminare a fantei, le anulează automat.

Aparatele multicanal. Neajunsul principal al aparatelor fotoelectrice descrise îl constituie cantitatea redusă de informații înregistrate în unitatea de timp. Într-adevăr, placa fotografică înregistrează deodată și în întregime un interval larg al spectrului, în timp ce fotomultiplicatorul — o singură linie. Dacă se ia lărgimea fantei de ieșire de 0,01 mm și se consideră puterea de rezoluție a plăcii egală cu aceeași mărime, atunci un spectru cu o lungime de 10 cm poate fi despărțit în 10^4 intervale individuale decupate de fantă. Cu alte cuvinte, pentru o aceeași sensibilitate a receptorilor, timpul de explorare a spectrului trebuie să fie de 10^4 ori mai mare decât timpul de expunere în cazul fotografiern lui. În realitate, din cauza mării sensibilități a fotocathodului, acest raport este egal cu $10^3 - 10^2$. Randamentul spectrografului sau productivitatea lui va fi de tot atîtea ori mai mare decât a unui aparat fotoelectric cu un singur canal.

O altă dificultate a sistemului de explorare prin hărțuire este faptul că, în intervalul de timp necesar pentru expunerea unei plăci sau pentru înregistrarea spectrului, se poate întâmpla ca sursă de radiație să varieze într-un mod necontrolabil. Placa fotografică, înregistrând tot pe timpul expunerii, are, din acest punct de vedere, un avantaj incontestabil. În același timp, o altă caracteristică a receptorilor fotoelectrici și polimerici este faptul că datele care trebuie obținute practic instantaneu, datele rezultate dintr-o măsurătoare, se pot pierde din cauza faptului că acestea constau într-o deformare a materialului înregistrării fotoelectrice. Pentru a utiliza avantajele ambelor procedee de înregistrare, pe suprafața focală a aparatului se așază o serie de fante, fiecare dintre ele corespunzând unei dintr-o porțiune a spectrului analizat. Fantele sunt de obicei de puține la număr și se află pe lungimea de undă necesară. Dacă o fantă este înregistrată cu un număr mic de fotoni, atunci, după o scurtă expunere, se poate plasa un număr mare de fotoni, tipul de fantă este fix și nu se poate deplasa. Astfel, se reflectă lumina care iese din fantă în pozitiv, care este înregistrat într-un receptor. Un aparat de acest fel, care are mai multe fante de fante, se numește *polieromator*. În funcție de schema electrică, se poate realiza direct curentul de fantă care trece prin fiecare fantă, fie raportul dintre curentul de fantă și curentul de fantă printr-un canal separat, denumit canal de compensare.

În construcția polieromatoarelor se utilizează aparate spectrale cu o dispersie foarte mare, cu posibilitatea cuprinderii concomitente a unui domeniu spectral larg. Una din aceste aparate, care este de mare interes, este intervalul spectral pe care pot fi plasate două fante vecine.

Pentru a fi construit este necesar, ca toate fantele polieromatoarelor fotoelectrice, care au o dimensiune mică, să se construiască cu citire directă sau cuantificată, în construcția circuitului de difracție, care are o dimensiune de 1,5-3 m, după schema Paschen-Runge.

Pentru a lucra ambele aparate, $\lambda_{\text{max}} = 8$ și $\lambda_{\text{min}} = 13$, este necesar să se construiască în acest scop adaptorul fotoelectric cu două fante de 12,5 mm, prevăzut cu două fante de ieșire, care să poată fi fixate pe orice pereche de două linii ce sînt cuprinse în cadrul casetei aparatului.

Aparatul multicanal indigen $\lambda\Phi C-10M$ este de tipul pentru analiza rapidă a radiațiilor și aluziei. Aparatul are o rașă de difracție concavă ($R = 2$ m) cu 1200 de trăsături pe milimetru. Construcția aparatului este prevăzută cu un difractor cu 36 de fante de ieșire, ceea ce permite înregistrarea simultană a unui număr de 36 linii multiple și a unei linii de referință.

În prezent industria noastră livrează înăi patru tipuri de ustensile de analiză spectrală cu polieromatoare multicanal. Parametrii lor principali sunt dați în tabelul 1.3.

1.3.1.1.

Parametrii principali ai unor monocromatoare multicanal

Modelul aparatului	Lungimea de undă (nm)	Numărul de fante (pe mm)	Numărul de canale	Intervalul spectral (nm)
1.3.1.1.1	10-15	2	180	100-150
1.3.1.1.2	10-15	2	180	100-150
1.3.1.1.3	10-15	2	180	100-150
1.3.1.1.4	10-15	2	180	100-150

În figura 4.43 este dată o prezentare generală a instalației ЛФС-36, împreună cu instalație de înregistrare, cu generatorul pentru excitarea pectrolului și cu voltmetrul digital.

Fig. 4.42. Ansamblul fotoelectric ФЭИ-2.





Fig. 4.43. Instalația fotoelectrică ЛФС-36.

În afara de aceste instalații, special pentru domeniul vacuum ultraviolet se produce instalația multicanal ДФС-41.

În prezent se realizează, pentru scopuri analitice, cuantometre de mare randament, cu comandă automatizată. Un exemplu de asemenea instalație îl constituie aparatul Pollvac-1000, al firmei Hilger & Watts.

Partea spectrală a instalației constă dintr-un polichromator cu rețea de difracție, în care se face val, cu mai sau două rețele de difracție care au raza de curbura de 1,5 m. Se folosesc rețele care au de la 600 la 2300 trăsături pe milimetru. Domeniul spectral pe care îl poate cuprinde aparatul diferă în funcție de rețeaua folosită. Întregul spectru analizat se întinde de la 1712 până la 8643 Å. Aparatul cu o rețea are 30 de canale, iar cel cu două rețele - 60. Toate programele de analiză și condițiile de realizare a lor sunt înscrise pe o bandă perforată, care se introduce în memoria calculatoarelor. Execuția analizelor este complet automatizată. Afișajul aparatului este un telemătrator. Este prevăzută și transmiterea directă a acestor date pe canale de legătură prin coduri telegrafice obișnuite, pentru comanda unei șarje sau a altor procese. Forma exterioară a instalației este prezentată în figura 4.44.




Fig. 4.44. Cuantometrul Pollvac-1000.

Toate instalațiile multicanal sînt extrem de scumpe, necesită o deservire calificată și utilizarea lor este justificată numai în cazul unor analize de același fel care se fac în masă.

Spectrofotometre. Spectrofotometrele sînt aparatele spectrale fotoelectrice destinate special măsurării absorbției. Spectrofotometrele se folosesc de obicei pentru studiul absorbției lichidelor și corpurilor solide, adică al unor probe cu benzi de absorbție suficient de largi. De aceea, majoritatea lor au monocromatoare nu prea mari, cu o lărgime a conturului instrumental mai mare de 10 Å. În afară de acestea se mai construiesc și spectrofotometre cu monocromatizare dublă, ceea ce implică, în primul rînd, condiția reducerii cantității de lumină difuzată. În cele mai simple spectrofotometre transmisia se măsoară în puncte separate. Fixarea lungimii de undă și citirea coeficientului de transmisie se fac manual. Pentru aceasta se măsoară consecutiv, pentru fiecare

lungime de undă, energia transmisă prin aparat înainte și după introducerea stratului absorbant și se determină apoi valoarea densității optice pentru fiecare lungime de undă analizată.

În aparate mai perfecționate se măsoară raportul dintre energiile a două fascicule de lumină; unul dintre ele trece prin obiectul de cercetat. La ieșirea aparatului se obține curba spectrală a densității optice sau curba transmisiei, care, de obicei, este înregistrată de autoinscripător.

Un exemplu de aparat de primul tip îl reprezintă spectrofotometrul CΦ—4A. Sistemul lui dispresiv constă dintr-o prismă de cuarț de 30° , cu autocolinație. Obiectivul este o oglindă cu distanța focală $F = 500\text{mm}$. Deschiderea relativă este 1:10. Dispersia monocromatorului este egală cu $7,5 \text{ Å/mm}$, pentru 2000 Å ; de 100 Å/mm pentru 4000 Å ; de 650 Å/mm , pentru 8000 Å și de 1000 Å/mm , pentru 12000 Å . Semilărgimea contutului instrumental în domeniul vizibil nu depășește $10 - 20 \text{ Å}$. Domeniul de lucru, determinat de sensibilitatea fotoelementului, cuprins între 2200 și 11000 Å . Aparatul analog, CΦ—16, este înzestrat cu o prismă din cuarț topit și are domeniul de lucru $1860 - 11000 \text{ Å}$.

Cele mai perfecționate, însă și extrem de scumpe, spectrofotometre pentru domeniile ultraviolet și vizibil ale spectrului sînt spectrografele Spectronic—505 ale firmei Bausch and Lomb (fig. 4.45).




Fig. 4.45. Aspectul exterior (a) și schema optică (b) a spectrofotometrului Spectronic—505.

Cu ajutorul condensorului 2, format dintr-o oglindă concavă și una convexă, după ce trece printr-un orificiu din oglinda concavă, lumina de la sursa 1 se trimite spre fanta de intrare a monocromatorului, 3. După colimarea de

către o matriță. Lumina este reflectată succesiv pe două rețele de difracție, 5 și 6 (rețele au 1200 linii/mm pe milimetru). După ce lumina va fi amplasată în cele ce au 16 Å/mm. Oglinda 7 reflectează radiația pe fața de jos a 8, la care din nou monocromatorul impune ca de pe vizorul de lateral, 9, de unde se proiectează prin două brațe diferite. Fiecare este reflectat apoi de cele două perechi de oglinzi, 10 și 11, lumina se strânge din nou pe aceeași prismă, 12, care o trimite pe fotomultiplicatorul 13. În sector care se vede te văd treizeci de secunde când lumina este în braț, când pe a celălalt. Dacă în celălalt dintre fascicule nu s-a măsurat intensitate, adunarea fotomultiplicatorului este constantă, și va rezulta un curent constant, înregistrat în schema bloc, unde dintr-o parte cele două fascicule se introduc o substanță absorbantă, atunci când sunt de curier vor fi diferite, în la acesta amplificatorul apăsă o compresor. A urmatoare, care va fi măsurată. Cu un spectru de tranziție, tot înregistrat de un autosensibil, înregistrat în apăsă. La reglarea controlului, în momentul al aparatului este constantă în tot domeniul spectral, până la 10 Å, și până la 10 Å, iar de modelul 702, până la 2 Å. În figura 4.46 este dat spectrul de absorbție al HgO_2 , în domeniul 2000–7000 Å, pentru $\Delta\lambda = 0,1$ Å. În partea de jos, pe aceeași bandă, pentru comparație, este înregistrat spectrul de emisie al Hg.

În ultimul timp, modelele de spectrofotometre cele mai perfecționate sunt înzestrate cu dispozitive care dau direct valorile rezultante ale măsurării densității optice, transmisiei sau chiar derivata în raport cu lungimea de undă a absorbției, așa cum se întâmplă, de pildă, în aparatul Cary 118. Acest aparat este prevăzut cu un monocromator cu două prize, care dă o cantitate de lumină difuză foarte mică și face parte din clasa spectrofotometrelor cu două brațe, destinate pentru domeniile ultraviolet și vizibil ale spectrului (1850–8000 Å). Spectrul de absorbție este înregistrat pe o bandă de hirtie cu viteze




Fig. 4.46. Model de bandă inscripționare de la spectrofotometrul Spectronic 565 – spectrul de absorbție al oxidului de telură în domeniul 2000–7000 Å (la partea de jos este înregistrat spectrul mercurului).

de la 0,05 până la 50 Å/s, pentru o dispersie inversă de la 0,4 la 40 Å/mm. Este echipat cu o legătură directă a legirii spectrofotometrului cu calculatorul electronic.

Un mare număr de spectrofotometre sunt fabricate de către diverse firme; aparatele sunt special destinate analizei atomice de absorbție. Asemenea aparate conțin, în afară de spectrofotometrul propriu-zis, și o serie de dispozitive pentru pulverizarea probelor, pentru reglarea fluxului și pentru prelucrarea datelor analizei.




Fig. 4.47. Spectrometrul pentru absorbție atomică SP-1900, livrat de firma Unicam

Ca exemplu, vom prezenta schema aparatului SP-1900, al firmei Unicam (Anglia) (fig. 4.47). Lumina de la una dintre cele șase lămpi (cu catod tubular), care sunt fixate pe o țurela, este împărțită în două fascicule cu ajutorul unor oganzi de divizare a fasciculelor — fasciculul principal și fasciculul de referință — care, după parcurgerea unui monocromator cu rețea de difracție, sunt trimise pe același fotomultiplicator. Semnalul de la amplificatorul fotoelectric este aplicat blocului electronic, ce cuprinde instalația de calcul, de la care se obține direct valoarea numerică a concentrației, mediată pe un interval de 20 secunde, în decursul căreia se efectuează un număr de 200 de măsurători. Rezultatul final poate fi citit pe afișajul aparatului, dar poate fi transmis și instalației de imprimare, la autotranscriptor sau la linia teleimprimatorului. Înlocuirea probelor, rotirea țurelei pentru trecerea de la o lampă la alta și toate celelalte operațiuni sunt automatizate. Coeficientul de variație, pentru determinarea analitică a diferitelor metale, în cazul unor concentrații medii, este de 0,1–1%.

ILUMINAREA ȘI FOCALIZAREA APARATELOR SPECTRALE

§ 1. ILUMINAREA APARATELOR SPECTRALE

Luminozitatea și puterea de separare sunt principalii parametri ai aparatelor spectrale. Pentru a le putea folosi integral, aparatele spectrale trebuie să fie iluminate corect și bine focalizate (bine puse la punct).

În deducerea relațiilor care determină luminozitatea diferitelor aparate spectrale (v. cap. 3), am considerat fanta aparatului drept sursă, care emite lumina într-un unghi solid mare. Fluxul luminos detectat era determinat integral de parametrii aparatului spectral și de strălucirea fantei.

În realitate, numai în cazul foarte rare se reușește ca sursa de lumină să se aducă în contact nemijlocit cu fanta de intrare a aparatului. De obicei, ea este plasată la o anumită distanță de fantă, iar iluminarea se obține cu ajutorul unui anumit sistem optic. În acest caz, după cum se va arăta în cele ce urmează, strălucirea fantei va fi egală numai cu o exactitate de pină la pierderile din sistemul de iluminare cu strălucirea sursei. Însă fanta emite lumină numai în interiorul unui anumit unghi solid, determinat de parametrii sistemului de iluminare.

Mai înainte s-a arătat că luminozitatea unui aparat este proporțională cu suprafața secțiunii fasciculului de lumină, incident pe elementul dispersiv. Din aceasta cauză, una dintre condițiile esențiale a iluminării corecte a unui aparat spectral este aceea ca lumina sursei să acopere în întregime suprafața de lucru a elementului dispersiv. Realizarea acestei condiții este necesară și pentru folosirea completă a puterii de separare a aparatului, care este proporțională cu lărgimea fasciculului de lumină incident pe elementul dispersiv.

În cazul înregistrării fotoelectrice a spectrului, luminozitatea este proporțională cu înălțimea fantei de intrare [v. (3.43)]. De aceea, pentru a utiliza în întregime luminozitatea, trebuie ca întreaga fantă să fie iluminată pe toată înălțimea sa.


Cînd se analizează distribuția strălucirii pe suprafața sursei trebuie ca distribuția iluminării după înălțimea liniei spectrale să reproducă distribuția strălucirii după axa (direcția) corespunzătoare a sursei de lumină. În alte cazuri, de exemplu pentru obținerea mărcilor de înnegrire, se cere ca distribuția strălucirii după înălțimea spectrului să fie uniformă. Uneori se preferă ca fanta aparatului spectral să fie iluminată cu radiația emisă de o porțiune restrînsă a suprafeței sursei.

În funcție de problema ce trebuie rezolvată, precum și de dimensiunile și de forma sursei de lumină este necesar să se utilizeze diferite scheme de iluminare a aparatelor spectrale.

Strălucirea unui obiect și a imaginii lui. În optică este demonstrată o teoremă generală care afirmă că nici un sistem optic, în care nu se produce absorbția luminii, nu poate modifica strălucirea imaginii, cu condiția ca obiectul și imaginea lui să se afle într-un mediu cu același indice de refracție.

Această teoremă este ușor de demonstrat într-un caz particular, la care ne vom limita și noi. Fie o suprafață pătrată mică, ΔS , de latură a , așezată pe axa optică a unei lentile subțiri, L , lipsite de aberații optice. Să notăm distanța de la lentilă la această suprafață cu r , iar distanța de la lentilă

Fig. 5.1. Schiță pentru demonstrația calculului strălucirii imaginii.



la imaginea ei, $\Delta S'$, cu r' (fig. 5.1.). Strălucirile suprafeței și a imaginii să fie B și respectiv B' . Atenuarea luminii din cauza absorbției și a reflexiei pe suprafețele lentilei este dată de coeficientul τ . Fluxul luminos trimis pe lentilă de către ΔS va fi

$$\Phi = Ba^2\omega. \quad (5.1)$$

Fluxul de lumină Φ' , care trece prin suprafața $\Delta S'$, este legat de strălucirea ei B' printr-o relație analoagă

$$\Phi' = B'a'^2\omega'. \quad (5.2)$$

Din optica geometrică se știe că

$$\frac{a}{r} = \frac{a'}{r'} \text{ sau } a' = \frac{r'}{r}a. \quad (5.3)$$

Pe de altă parte,

$$\omega = \frac{\pi}{4} \frac{d^2}{r^2}, \text{ iar } \omega' = \frac{\pi}{4} \frac{d^2}{r'^2}$$

unde d este diametrul lentilei. De aici,

$$\frac{\omega}{\omega'} = \frac{r'^2}{r^2} \text{ sau } \omega' = \omega \frac{r^2}{r'^2}.$$

Deoarece variația fluxului de lumină la traversarea lentilei este datorată numai pierderilor provocate de absorbția luminii și de reflexia ei de suprafața lentilei, rezultă

$$\Phi = \tau\Phi', \quad (5.4)$$

de unde obținem

$$Ba^2\omega = \tau B'a'^2\omega'.$$


Înlocuind valorile găsite, a' și ω' , obținem

$$B = \tau B'. \quad (5.5)$$

Dacă $\tau = 1$, atunci $B = B'$.

Prin urmare, un sistem optic care nu absoarbe lumină nu modifică nici mărimea fluxului care-l traversează, nici strălucirea obiectului. Dacă în spațiile unui obiect transparent care emite lumină se așază o oglindă

Fig. 5-2. Afirmăm, se va întru strălucirea imaginii obiectului. Acest fapt nu contrazice teoremele demonstrate. Într-adevăr, egalul, reflectând razele care se duc în sus și invers față de obiect, impune necesitatea de fapt strălucirea obiectului. Teorema aceasta strălucire mănă a călărie la teorema 5-2. Ne aducem aminte



1.4. 3.2. Măsurarea straturilor sursei cu ajutorul unei scări.

că, spre deosebire de structura laminară în planul meridian nu este constant, ci, dimpotrivă, o variază foarte tare, în funcție de parametri sistemului optic. Cu cât crește mărimea cuștii dinăuntru în planul focal scade,

Iluminarea fantei cu o sursă înfrâsă. Se examinează cazul iluminării unei fante cu o sursă înfrâsă, cu ajutorul unui sistem special de iluminare.

Fluxul sanguin este profund laminar și este caracterizat de viteze mici, de ordinul 3-5 cm/sec. Într-un sistem generalizat se poate considera că în acest fel este prezintă în toate plantele în care s-a făcut investigația viteza de fluxul laminar pe care îl capătă obiectiv în colanul de la baza fătului și în cel din vârful fătului în momentul nașterii, în timpul nașterii și după naștere. În toate cazurile se constată că viteza de flux este mai mică în timpul nașterii și mai mare în timpul de după naștere. Acest lucru se poate explica prin faptul că în timpul nașterii, datorită poziției fătului în canalul vaginal, fluxul sanguin este împiedicat și viteza este mică. După cum se vede din figura 53,

$$C_1 = \frac{\pi d^2}{4 l^2} \frac{8}{\epsilon^2} \quad (5.6)$$

Aici, $S = \pi r^2/4$ este aria porț. unei suprafețe cersei de pe care lumina ajunge la colimator.

Dacă strălucirea sursei este B , atunci fluxul ce provine de la elementul de arie $d\sigma$, al acesteia și care trece prin fantă, va fi

$$d\Phi = B d\sigma d\omega, \quad (5.7)$$

unde $d\sigma = r^2 d\Omega$ este mărimea sub care se vede fantă din elementul $d\sigma$. Fluxul total, ce provine de la întreaga suprafață va fi

$$\Phi = B L \int \frac{d\sigma}{r^2} \quad (5.8)$$

Amplum vedere ca e vazuta fura o palam pentru dintr-o jurnata, la un
fotograf sau un altul, se poate scrie

$$\Phi = \frac{Pch\Delta}{r^2} \quad (3.14)$$

Însă din (5.6) rezultă că $\delta r^2 \propto \omega$. Prin urmare,

$$\Phi \propto \frac{1}{\omega} \quad (5.10)$$

și deci nu depinde de distanța dintre suprafața sursei luminoase și fantă. Acest rezultat este valabil numai până în momentul în care sursa este îndepărtată la o distanță atât de mare, încât $a' \approx r$ și F' devine în imensitate a . Atunci lumina ce vine de la sursă nu va mai ilumina părțile periferice ale obiectivului și deci nu va mai putea fi utilizată întregul luminanță a aparatului.

Așadar, pentru deplină utilizare a luminanței, aparatului este necesar să suficient de mare ca suprafața a colimatorului să fie iluminată de lumina sursei. Dacă dimensiunile sursei sunt astfel mici încât ea se vede din fantă sub un unghi mai mic decât obiectivul colimatorului, atunci fluxul luminos care traversează aparatul nu depinde de distanța de la sursă la fantă.

Din această cauză, având o sursă care dă o iluminare uniformă, suficient de mare, o putem plasa la orice distanță de fantă, atât timp cât este îndeplinită condiția

$$\frac{a}{r} \gg \frac{d}{F} \quad (5.11)$$

În acest caz nu este nevoie să se folosească nici un fel de sistem optic pentru iluminarea fantei.

Dacă nu este îndeplinită condiția (5.11), atunci se folosește de obicei o lentilă sau un sistem de lentile, care formează o imagine reală a sursei la o asemenea distanță încât să fie îndeplinită condiția $r_1/r_2 \gg d/F$ pentru această imagine*. r_1 și r_2 sînt dimensiunile imaginii sursei și, respectiv, distanța de la imagine la fantă. În acest caz este indiferent de la imagine se va afla în fața fantei sau după ea (fig. 5.4).




Fig. 5.4. Iluminarea fantei sursei de fantă, cu ajutorul unei lentile: r_1 și r_2 sunt dimensiunile imaginii sursei și, respectiv, distanța de la imagine la fantă; d este distanța de la fantă la obiectiv.

Iluminarea fantei cu o sursă care are un anumit volum. Până acum am examinat surse de punct fantă, adică surse ale căror dimensiuni în direcția axei aparatului spectral este neglijabil de mici în comparație cu dimensiunile supra-

* Această condiție este totuși suficientă, deoarece imaginea sursei, spre deosebire de sursa însăși, emite lumină într-un unghi solid limitat, determinat de optica de iluminat.

feței luminoase. Însă într-o serie de probleme avem de a face cu radiații care provin de la diverse părți ale unei surse care are un anumit volum, iar condițiile de iluminare a aparatului sunt substanțial diferite pentru lumina care provine de la diferite părți ale sursei. Un asemenea gen de probleme se întâlnesc la studiul spectrelor de difuzie combinată și de fluorescență, excitate în cuve lungi și observate de-a lungul axei acestor cuve, precum și la studiul și observarea emisiei tuburilor de descărcare în gaz, în care observările se efectuează de-a lungul axei. Calculurile detaliată ale condițiilor optime de iluminare care provine de la aceste surse sînt suficient de complicate. Aici vom da numai principiile generale după care trebuie să ne conducem în alegerea condițiilor de iluminare. Sursele spațiale se împart în surse cu autoabsorbție și surse lipsite de autoabsorbție. În primul caz, lumina care provine de la zonele mai îndepărtate ale sursei este absorbită în straturile care se află între aceste det. În și ferestra de leșne a sursei. Fluxul luminos

$$d\Phi_0 = f_0 dx,$$

emis de zona dx , care se află la distanța x de capătul sursei (fig. 5.5), se atenuază după legea

$$d\Phi = f_0 e^{-kx} dx, \quad (5.12)$$

în care k este coeficientul de absorbție.

Din cauza acestei dependențe exponențiale a energiei ce se propagă, față de grosimea stratului, odată cu creșterea acesteia, contribuția zonelor îndepărtate ale sursei la fluxul luminos total scade foarte repede. Dacă coeficientul de absorbție este foarte mare, atunci contribuie efectiv numai straturile exterioare ale sursei, sursa putînd fi considerată ca o sursă de suprafață.

În cazul general, fluxul luminos emis de o sursă cu un anumit volum, este determinat prin integrarea fluxului luminos emis de toate straturile

$$\Phi = \int_0^b f_0 e^{-kx} dx. \quad (5.13)$$

Avînd în vedere că $f_0 = \text{const}$, găsim

$$\Phi = \frac{f_0}{k} (1 - e^{-kb}). \quad (5.14)$$




Fig. 5.5. Funcționarea factorului unui aparat spectral cu o sursă extinsă în spațiu.

Din această egalitate rezultă că fluxul luminos nu depinde practic de grosimea sursei spațiale, dacă ea depășește o anumită lungime efectivă

$$b_{\text{ef}} = \frac{1}{k}. \quad (5.15)$$

Mărimea b_{ef} are un sens fizic simplu. Aceasta este grosimea acelei surse spațiale lipsite de absorbție care emite un flux de lumină egal cu fluxul luminos al unei surse în care se produce absorbție, de lungime infinită. Într-adevăr, pentru $b \rightarrow \infty$ avem

$$\Phi = \frac{f_0}{k}. \quad (5.16)$$

Pentru o sursă care nu absoarbe, de grosime b_{ef} , fasciculul luminos este egal cu

$$\Phi = f_0 b_{ef}. \quad (5.17)$$


Egalind (5.16) cu (5.17), găsim $b_{ef} = 1/k$.

Evident, sursa nu trebuie să aibă o întindere în adâncime mai mare decât b_{ef} . Dacă întinderea în adâncime a sursei o depășește pe cea de mai sus, atunci va trebui să căutăm să folosim efectiv din întinderea ei în profunzime numai o parte, care are lungimea dată de egalitatea (5.15).

Majoritatea surselor spațiale folosite în spectroscopie au o autoabsorbție mică, evident, în afara liniilor de rezonanță. Pentru a folosi eficient lumina de la toate zonele obiectului luminos, sursa se așază suficient de aproape de fantă, astfel încît suprafața părții ei posterioare să acopere complet înălțimea fantei și unghiul solid al obiectivului colimatorului. În cazul în care coloana luminoasă nu absoarbe radiația de cercetat, se poate efectua un calcul aproximativ al condițiilor unei iluminări optime, plecînd de la faptul că fiecare strat elementar al sursei, d.r., contribuie independent la energia pe care o transmite aparatul (v. fig. 5.5). Condițiile de iluminare sînt optime dacă pentru toate straturile sursei este îndeplinită condiția (5.11). Dacă însă raportul dintre dimensiunile longitudinale și cele transversale ale sursei, b/a , este mai mare decât F/d , atunci relația (5.11) nu mai poate fi satisfăcută, chiar dacă sursa se afla în imediata vecinătate (lipită) a fantei aparatului. În acest caz unghiul solid sub care se văd zonele mai îndepărtate ale sursei nu este determinat de unghiul solid al obiectivului colimatorului, ci de diafragmarea regiunilor periferice ale sursei (fig. 5.6). În această situație este necesar să se folosească un sistem optic de proiecție.

Întrucît într-un asemenea sistem mărirea longitudinală este diferită de mărirea transversală, raportul b/a pentru sursă nu mai este egal cu raportul corespunzător, b'/a' pentru imaginea ei. Îndepărtînd sursa la o distanță suficient de mare față de fantă și obținînd astfel o imagine mășorată a sursei în apropierea fantei, se poate ajunge ca $b'/a' \ll b/a$, astfel încît să fie satisfăcută

Fig. 5.6. Folosirea incompletă a luminii produse de o sursă extinsă în volum.



condiția (5.11). Într-adevăr, prin proiectarea sursei pe fantă cu ajutorul unei lentile (fig. 5.7), mărirea transversală este egală cu

$$\mu_1 = \frac{l_2}{l_1}$$

Am presupus aici că distanțele de la centrul sursei pînă la lentilă (l_1) și de la lentilă la fantă (l_2) sînt cu mult mai mari și decât dimensiunile transver-

sale ale sursei și ale imaginii ei. Această relație poate să se considere în care relația transversală este aceeași pentru toate secțiunile sursei.

Mărimea transversală se poate determina diferentțiind formula

$$\frac{1}{l_1} + \frac{1}{l} = \frac{1}{F}, \quad (5.18)$$



Fig. 5.7. Determinarea lantei cu o sursă extinsă spectrală cu o sursă extinsă spectrală în cazul în care se folosesc elemente optice de proiectie.

de unde,

$$\frac{dl}{l_1^2} + \frac{dl_2}{l_2^2} = 0, \quad (5.19)$$

$$\mu_2 = \left| \frac{dl_2}{dl_1} \right| = \left(\frac{l_2}{l_1} \right)^2.$$

Prin urmare, obținem următoarele relații între dimensiunile transversale și cele longitudinale ale sursei și ale imaginii ei

$$\frac{a'}{a} = \mu_1 = \frac{l_2}{l_1},$$

$$\frac{b'}{b} = \mu_2 = \left(\frac{l_2}{l_1} \right)^2,$$

de unde

$$\frac{b'}{a'} = \frac{b}{a} \frac{l_2}{l_1}.$$

Dacă se proiectează pe fantă centrul sursei, atunci în loc de condiția (5.11) se obține

$$\frac{a'}{b'/2} = \frac{2a}{b} \left(\frac{l_1}{l_2} \right) \geq \frac{d}{F}. \quad (5.20)$$

În cazul alegerii potrivite a distanțelor l_1 și l_2 , condiția (5.20) poate fi satisfăcută pentru orice raport al dimensiunilor longitudinale și transversale ale sursei. Însă în această situație vom reuși să folosim efectiv numai fasciculele luminoase care provin de la punctele de pe axa sursei. Din această cauză, este bine ca sursa să fie cât mai largă. Pentru un diametru de ordinul a 1 cm, este




Fig. 5.8. Amplificarea fasciculelor luminoase care trec pe aparatul spectral, prin reflexii multiple în sursă.

difficilă utilizarea efectivă a întregii lungimi a unei coloane mai mari de 10 cm; pentru diametre mai mici, lungimea utilă se micșorează corespunzător. De aceea, nu are sens folosirea unor cuve sau tuburi de descărcare mai lungi,

observate transversal. Un rol esențial în bilanțul energetic al unei surse cu întindere spațială îl poate avea și lumina reflectată de pereții săi (fig. 5.8).

Illuminarea coerentă și iluminarea necoerentă a unei fante. Lumina dată de o fantă astfel încât diferitele elemente ale acesteia emit independent și deci între fazele emise de diferite elemente ale ei nu există relații de fază constante, se numește lumina necoerentă.

Un alt caz limită se realizează atunci când diferitele elemente ale cavității transversale a fantei emi lumina având diferența de fază constantă. O astfel de lumină se numește lumina coerentă.

Forma conturului instrumental pentru cazul luminii coerente este deosebită de cea pentru lumina necoerentă (v. cap. 3).

Să examinăm, la început, iluminarea unei fante cu ajutorul unei surse de lumină întinse (fara a fi un laser), realizând un sistem optic de iluminare. Pentru ca în acest caz să se poată considera iluminarea fantei complet coerentă, este necesar să fie satisfăcută următoarea condiție

$$\frac{a}{r} \leq \lambda, \quad (5.21)$$

în care a reprezintă dimensiunile liniare ale sursei, c este lățimea fantei, iar r — distanța de la sursă la fantă. Se poate arăta fără nici o dificultate că în cazul în care este satisfăcută condiția (5.21), obiectivul colimatorului nu este complet iluminat. Într-adevăr, după cum rezultă din condiția (5.21), pentru o lățime a fantei ce o depășește pe cea normală ($c = \lambda F d$), avem

$$\frac{a}{r} > \frac{d}{F},$$

ceea ce contrazice condiția de iluminare integrală (completă) a colimatorului, (5.11).

Când lumina de la o sursă întinsă este proiectată pe fantă cu ajutorul unei lentile, iluminarea poate fi considerată coerentă dacă lățimea fantei este mai mică decât diametrul maximului central al figurii de difracție, dată de lentilă [5.2, 5.3], adică

$$c \leq 1,22 \frac{l_1}{D}, \quad (5.22)$$

unde D este diametrul lentilei, iar l_1 este distanța de la lentilă la fantă.

De exemplu, sursa de lumină este proiectată în mărime sa naturală cu ajutorul unei lentile având $F = 10$ mm ($d_1 = 2F = 30$ mm), iar $D = 15$ mm, atunci lumina unei fante mai înguste de 10 m poate fi considerată coerentă.

Evident că tot o lumină coerentă vom avea și în cazul iluminării fantei cu un laser.

În toate cazurile concrete are loc de fapt o coerentă parțială, adică distribuția iluminării este descrisă de o funcție al cărei grafic corespunde unui tablou intermediar între (3.14. a) și (3.14. b).

§ 2. CONDENSORI

Sistemul optic pentru iluminarea micilor obiecte poate fi realizat de exemplu cu ajutorul sistemelor condensor. Condensorul este o combinație de două lentile care au ca scop concentrarea și proiectarea pe obiect a luminii de

cum și în cazul în care problema de studiat constă în analiza distribuției strălucirii luminescente în funcție de suprafața sursei sau obținerea spectrelor unor anumite zone ale sursei.

Calitățile ce se cer opticii condensorului sunt mult mai modeste decât pentru optica aparatului. Practic orice lentilă care convine ca parametri geometrici se poate folosi drept condensor.

În unele cazuri existența aberațiilor cromatice determină o proastă umplere a deschiderii aparatului pentru anumite domenii spectrale.

Aberația de sfericitate este importantă numai în cazul în care, sursa de lumină fiind foarte mică, trebuie proiectată pe fanta cu o mărime mult mai mare decât de zece ori. În acest caz, pentru umplerea cu lumină a obiectivului condensorului și iluminarea unei părți considerabile a fantei, pe mărime, este necesar să se utilizeze condensoare cu deschideri relative foarte mari. De obicei, aberațiile condensorilor duc la o umplere neuniformă a obiectivului cu lumină de la diferite zone ale fantei. Strălucirea imaginii fantei, obținută în acest caz, este lentiformă pe mărime. Din această cauză, în cazul surselor de dimensiuni mici va trebui să se lucreze cu condensori sub formă de obiective din multe lentile având aberațiile corectate cât mai bine.

În toate celelalte cazuri se folosesc lentile și oglinzi albe, a căror precizie (calitate) de fabricație poate să nu fie prea înaltă.

Condensorul format dintr-o singură lentilă. Un asemenea condensor constă dintr-o lentilă simplă sau dintr-una acromatică. Pentru domeniul vizibil al spectrului ea se confecționează din sticlă, iar pentru domeniul ultraviolet, din cuarț. Acromatele pentru ultraviolet reprezintă combinații de cuarț fluorinat sau cuarț-fluorură de litiu. Se pot folosi și lentile lichide, a căror utilizare în alte sisteme optice se evită din cauza neomogenităților datorate curenților de convecție.

Un condensor acromatizat bun poate fi confecționat dintr-un sistem cuarț-apă cuarț. În acest caz lentilele de cuarț au rolul de ferestre ale unei cuvele umplute cu apă distilată. În figura 5.9 este prezentată schița unui acromat cu distanța focală de 100 mm.

Dimensiunile și distanța focală ale unui condensor format dintr-o singură lentilă sunt determinate de distanța dintre fanta aparatului spectral și sursa




Fig. 5.9. O lentilă acromatică din cuarț și apă. 1 — apă, 2 — cuarț.

de lumină, cât și de raportul de mărire ales. Dacă sursa se află la o distanță L față de fantă și imaginea proiectată pe fantă trebuie să fie mărită de m ori, atunci distanța focală necesară a lentilei condensoare se obține rezolvând

sistemul de ecuații

$$\begin{aligned} \frac{1}{l_1} + \frac{1}{l_2} &= \frac{1}{F_c}, \\ \frac{l_2}{l_1} &= \mu, \\ l_1 + l_2 &= L. \end{aligned} \quad (5.23)$$

În ultimele relații l_1 și l_2 sînt distanța de la sursă la condensor și, respectiv, distanța de la condensor la fantă (fig. 5.10a).

Rezolvînd acest sistem, obținem expresia distanței focale a condensoului

$$F_c = \frac{\mu}{(\mu + 1)^2} L. \quad (5.24)$$

Diametrul condensoului se determină din condiția de umplere a obiectivului,

$$\frac{D_c}{l_2} \geq \frac{D_1}{F_1}, \quad (5.25)$$

unde D_1 și F_1 sînt diametrul și, respectiv, distanța focală a obiectivului. Dacă sursa se proiectează pe fantă în mărime naturală ($l_1 = l_2 = L/2$, $\mu = 1$), atunci $F_c = L/4$ și $D_c/F_c \geq 2 D_1/F_1$. Prin urmare, deschiderea relativă a condensoului trebuie să fie cel puțin de două ori mai mare decît deschiderea relativă a colimatorului, iar distanța focală a condensoului trebuie să reprezinte o pătrime din distanța de la sursă la fantă. În celelalte cazuri ($\mu \neq 1$), așa cum rezultă din (5.24), $F_c < L/4$.




Fig. 5.10. Iluminarea fantei în un aparat spectral cu ajutorul unui condensor format dintr-o singură lentilă (a) și cu ajutorul unei oglinzi (b).

Condensor cu oglindă. Dacă sursa de lumină este mică și lumina care provine de la ea nu este ecranată în partea opusă aparatului spectral, atunci, în locul unei lentile, se poate folosi un condensor format dintr-o oglindă. O oglindă sferică aluminizată are coeficientul de reflexie în jur de 80 % și cu ajutorul ei se poate obține imaginea mărită a sursei pe fantă (fig. 5.10 b).

Calculul distanțelor l_1 și l_2 , a distanței l și a dimensiunii l_2 este analog cu calculul pentru un condensor în care $l_1 = 0$. Oglinda introduce pierderi de energie ceva mai mari decât cazul unei lentile. Avantajul principal al oglinzii îl constituie absența aberrărilor cromatice. Combinarea adecvată a unui condensor cu oglindă sau un condensor cu lentilă permite creșterea de aproape două ori a fluxului de lumină care ajunge la aparat. În acest caz este posibilă obținerea unei iluminări uniforme (fig. 5.2). În sistemele de iluminare cu oglindă, datorită traversării suplimentare a lumii de către lumina reflectată, pot crește distorsiunile din cauza autoabsorbției liniilor în surse.

Obținerea spectrelor locale. Poate fi realizată o iluminare locală prin obținerea spectrelor de luminare pe axa diametrului dintr-o sursă de lumină volumul sursei. Pentru aceasta trebuie ca condensorul să permită obținerea unor condiții de iluminare care să fie bine corectate de aberrații. Dacă cercul de difuzie este mare, atunci dimensiunile de iluminare sunt foarte mici și se poate obține o iluminare locală. De aceea, în scopul obținerii unei iluminări locale, se folosește drept condensor un cerc de difuzie mic. Pentru obținerea unei iluminări locale, pentru o sursă de lumină care are dimensiuni mici, pentru obținerea unei iluminări locale, trebuie să acceptăm măsuri de precauție care să evite aberrațiile. Atunci când sursa este punctuală pe fața spectrală, se poate obține o distribuție uniformă a luminii pe fața spectrală. În acest caz, se poate obține o distribuție uniformă a luminii pe fața spectrală de separare a lentilei condensurului.

Iluminarea uniformă a spectrului. Pentru o serie de probleme este necesar să se obțină o iluminare uniformă a liniilor spectrale pe toată înălțimea lor. Adică, în acest caz, este necesar ca lumina să fie iluminată cu lumina care provine de la o regiune mică din sursă. Obținerea unei iluminări suficient de uniforme pe înălțimea marginii spectrului este agă de dificultate, deși de multe ori se poate obține o serie de rezultate spectrale bune. Pentru a evita aceste probleme, rezolvarea acestor probleme este necesară. Pentru obținerea unei iluminări uniforme a spectrului, se poate obține o distribuție uniformă a luminii pe fața spectrală. În acest caz, se poate obține o distribuție uniformă a luminii pe fața spectrală de separare a lentilei condensurului.

Un sistem simplu și mai sigur mijloc de iluminare uniformă este realizat prin constituirea iluminării ei cu lumină reflectată difuz. Drept reflector difuz poate fi luată o placă de ceramică nesmălțuită, a cărei suprafață este acoperită cu oxid de magneziu sau, pur și simplu, o foaie de hârtie de desen mat. Reflectorul trebuie pus sub un unghi de $30 - 40^\circ$ față de axa colimatorului, la o distanță de câteva centimetri de fantă, iar sursa, la o distanță de $20 - 30$ cm de reflector (fig. 5.11a). Distanța relativ mare dintre ceramul reflectant și sursă este necesară pentru ca iluminarea ceramului să poată fi considerată ca fiind uniformă pe suprafața sa. Suprafața reflectantă nu trebuie să aibă nicio proprietate proprie de reflexie (ca o oglindă). Din această cauză, ceramul trebuie să fie acoperit sub o anumită unghi, cu lumină reflectată de către sursă. În cazul în care se dorește o iluminare uniformă a spectrului, se poate utiliza o lentilă suplimentară, o oglindă (fig. 5.11b). Pentru a obține o iluminare uniformă a spectrului, se poate utiliza o lentilă suplimentară, o oglindă (fig. 5.11b). Pentru a obține o iluminare uniformă a spectrului, se poate utiliza o lentilă suplimentară, o oglindă (fig. 5.11b).

Un alt mijloc de iluminare uniformă este realizat prin constituirea iluminării ei cu lumină reflectată difuz. Drept reflector difuz poate fi luată o placă de ceramică nesmălțuită, a cărei suprafață este acoperită cu oxid de magneziu sau, pur și simplu, o foaie de hârtie de desen mat. Reflectorul trebuie pus sub un unghi de $30 - 40^\circ$ față de axa colimatorului, la o distanță de câteva centimetri de fantă, iar sursa, la o distanță de $20 - 30$ cm de reflector (fig. 5.11a). Distanța relativ mare dintre ceramul reflectant și sursă este necesară pentru ca iluminarea ceramului să poată fi considerată ca fiind uniformă pe suprafața sa. Suprafața reflectantă nu trebuie să aibă nicio proprietate proprie de reflexie (ca o oglindă). Din această cauză, ceramul trebuie să fie acoperit sub o anumită unghi, cu lumină reflectată de către sursă. În cazul în care se dorește o iluminare uniformă a spectrului, se poate utiliza o lentilă suplimentară, o oglindă (fig. 5.11b).

ca un condensor. De aceea, ceroul mat se utilizează numai în cazul în care se folosesc surse de lumină foarte strălucitoare.

Surse de lumină poate înăşzată şi pe o optică a colim torului apar t, de, întruchidând într fantă şi sun t o lămă de sticlă sau de enar, pentru, dincolaul




Fig. 5.11. Iluminarea uniformă a fantei cu ajutorul unei ceramice care emite o rază de o anumită zonă, a unei surse (b): I — sursă de lumină; R — suprafața de emisie; L_1 — obiectivul colimatorului; L_2 — condensorul; D — diafragma; S — fantă.

ultraviolete și infraroșii (fig. 5.12 a). Toate distanțele se pot modifica în limite foarte largi. Este important numai ca dimensiunile plăcii să permită umplerea colimatorului.

Atunci când fanta iluminată este cu lamină difuzată în acest fel, trebuie ca placa să difuzeze lumina să nu permită transmiterea unei cantități sensibile de radiație monocromatică. Pentru aceasta înseamnă ca suprafața să fie atât de mică încât, fiind situată la câțiva centimetri de sursă, prin ea să nu se poată distinge sursa (fig. 5.12 b).



Fig. 5.12. Iluminarea fantei printr-o placă difuzantă (a) și cu ajutorul unei plăci difuzante (b): I — sursa; R — ceroul difuzant; S — fantă; L_1 — obiectivul colimatorului; L_2 — obiectivul condensorului.

Uneori, pentru iluminarea uniformă a fantei se folosesc două lentile care se deplasează una față de cealaltă pe fanta, în loc de o singură lentilă. În acest caz, apare un cerc luminos al cărui diametru este mai mic decât dimensiunile fantei (fig. 5.12b). Dacă desen rezultă clar este datorită faptului că condensorul nu permite o umplere uniformă a colimatorului.

lumina provenita de la puncte diferite ale sursei și implică totodată pierderi energetice însemnate.

Pentru obținerea unei iluminări uniforme a imaginii fantei, fără pierderi energetice substanțiale, se folosesc sisteme de condensare complicate.

Vinietarea. Iluminarea uniformă a fantei unui aparat spectral este o condiție necesară, dar nu și suficientă, pentru ca luminozitatea liniilor spectrale să fie uniformă pe întreaga înălțime a lor, deoarece fasciculele inclinate, care provin de la extremitățile fantei, pot fi parțial luate în secțiunile de diafragmă din aparat. Acest efect poartă numele de vinietaire. El provoacă o micșorare a luminozității capetelor liniilor spectrale față de partea lor centrală, chiar în cazul unei iluminări perfect uniforme a fantei de intrare.

Trebuie deosebite aici două cazuri: când fanta luminează, ea având o strălucire constantă și, când fanta este iluminată uniform cu ajutorul unui condensor.

Fanta poate fi considerată că luminează ea însăși dacă toate punctele ei emit lumină într-un unghi solid destul de larg pentru umplerea obiectivului colimatorului. Asemenea condiții se pot obține așezând o sursă cu întindere mare și de strălucire constantă exact în fața fantei (lipită de aceasta) sau iluminând fanta cu ajutorul unui ecran ce reflectă lumina difuz (neregulat).

Fasciculele luminoase inclinate (fig. 5.13a), care provin de la marginile fantei, după ce ies din obiectivul colimatorului pot fi diafragmate de montura obiectivului fotografic, dacă dimensiunile lui nu sunt cu mult mai mari decât dimensiunile obiectivului colimatorului. Pentru înlăturarea acestui gen de vinietaire a luminii, este necesară deschiderea colimatorului până la asemenea dimensiuni, încât toate fasciculele inclinate care trec prin el să treacă și prin obiectivului fotografic (fig. 5.13 b).

Dacă fanta este iluminată cu un condensor, care proiectează imaginea sursei pe fantă sau sursa se află la o distanță mare față de fantă, atunci fiecare punct al fantei emite lumină numai în limitele unui unghi solid determinat de parametrii sistemului de iluminare. În acest caz, dacă optica de iluminare este calculată pentru umplerea obiectivului colimatorului cu lumină care pro-




Fig. 5.13. Vinietarea fasciculelor inclinate de către montura obiectivului fotografic (a) și înlăturarea vinietații prin diafragmarea obiectivului colimatorului (b). S — fanta, L_1 — obiectivul colimatorului, L_2 — obiectivul fotografic, D — diafragma. Partea trasată a fasciculelor nu trece prin obiectivul fotografic.


vine din centrul fantei, atunci fasciculele luminoase inclinate, care trec pe la marginile fantei, sunt parțial diafragmate de montura obiectivului colimatorului (fig. 5.14 a și fig. 5.15 a).

Pentru eliminarea vinietații, în acest caz se așază imediat în fața fantei o lentilă care proiectează imaginea sursei de lumină (fig. 5.14b) sau a conden-

sorului (fig. 5.13b) în planul obiectivului colimatorului. Această lentilă se numește lentilă antivinietaire.


Eliminarea vinietații este necesară nu numai pentru iluminarea uniformă a spectrului, ci și pentru studiul distribuției strălucirii pe supra-

Fig. 5.14. Vinietarea fasciilor luminoase de către mercurul echivalent al colimatorului, când din m. r. a. se face fără lentilă, cu și fără lentilă antivinietaire. (a) I — sursa de lumină; S — fanta; L_1 — obiectivul colimatorului; L_2 — lentilă antivinietaire; I' — imaginea sursei, lărgite datorită fasciilor luminoase care trec prin obiectivul colimatorului.



fața sursei de lumină. De obicei, în acest caz imaginea sursei se proiectează pe fanta aparatului spectral și se studiază distribuția iluminării în funcție de înălțimea liniilor spectrale. Evident, distribuția intensității în spectru va corespunde

Fig. 5.15. Vinietarea în cazul în care iluminarea fantei se face cu ajutorul unui condensar (a) și se elimină vinietația (b). I — sursa de lumină; L_1 — obiectivul colimatorului; S — fanta; L_2 — obiectivul colimatorului; L_3 — obiectivul colimatorului; L_4 — lentilă de antivinietaire.



pande distribuției strălucirii în sursă numai dacă vinietația a fost complet eliminată.

Condensori cilindrici și condensori sferocilindrici. Pentru realizarea unei iluminări uniforme pe înălțimea spectrului nu se folosesc lentile cilindrice și lentile sferocilindrice. Lentila cilindrică se așază de obicei astfel încât axa ei să fie paralelă cu fanta, iar imaginea reală a sursei se formează pe fanta. Aici și în continuare se presupune că fanta este verticală. În acest caz fanta este iluminată uniform pe întreaga ei înălțime. Însă, acest fapt nu este suficient pentru iluminarea uniformă a imaginii fantei. Într-adevăr, în planul orizontal lentila cilindrică refractă lumina și îndreaptă să ample colimatorul (punctul I din figura 5.16a). În plan vertical însă o lentilă cilindrică acționează ca o placă plan-paralelă (fig. 5.16b). Drept urmare, razele care se află în acest plan și provin de la punctul I vor fi localizate de sistemul optic al spectrogratu-

În punctul I' , A și B pot să se afle la orice plan și în orice raport. Dacă distanțele d_1 și d_2 de distanța dintre punctul I se fac 1. În acest caz, în orice punct A și B dăm aceeași naștere în limitele sectorului ab . În fiecare caz concret, condițiile necesare sunt: a) surse de efecte, plecând de la distanțele d_1 și d_2 date și de la depărtarea sursei de fantă.




Fig. 5.16. Dispozitivul lentilei aparatului spectral cu ajutorul unui condensator cilindric: a — orizontal, b — în plan vertical; I — sursa de lumină; L — condensator cilindric; S — fantă; I' — lentilă $f = 1$.

O altă problemă este de a realiza un colimator care să nu aibă o distorsiune în direcția I și să nu aibă o distorsiune în direcția I' . În acest caz, colimatorul este umplut numai în măsura în care este necesar.

Prin urmare, este necesar să se realizeze un colimator care să nu aibă o distorsiune în direcția I și să nu aibă o distorsiune în direcția I' . Pentru îmbunătățirea rezultatelor, în colimator se folosesc lentile sferice și cilindrice. Ele se montează astfel încât imaginea verticală a sursei să coincide cu fanta. Deoarece timpul în proastă a colimatorului, condensorul cilindric este folosit ca și cum se utilizează a om. Într-o utilizare, acesta este justificată pentru iluminarea aparatelor care ea concavă. În acest caz, utilizarea unui condensor așchiu nu poate reduce uneori pierderile de lumină determinate de astigmatismul aparatului spectral.

Condensorul format din trei lentile. Pentru obținerea unei imagini în forma a spectralui se folosește un condensor format din trei lentile (fig. 5.17). Prima lentilă, L_1 , formează o imagine mărită a sursei în planul celei de-a doua lentile, L_2 . În apropierea acestei lentile este plasată o diafragmă intersanabilă, D , care separă partea din sursă ce ne interesează. Lentila L_3 proiectează lentila L_2 în planul lentilei antiverștoare, L_4 , așezată în imediată apropiere a lentilei. Această lentilă proiectează imaginea mărită a diafragmei D în planul colimatorului L_4 .

Pentru a evita apariția unor fenomene de difracție, spectrul va fi folosit integral numai dacă este necesar. Câte uniaunele conduse în lentila L_4 trebuie





Fig. 5.17. Condensator cu trei lentile.

1) să aibă o distorsiune în direcția I și să nu aibă o distorsiune în direcția I' ; 2) să aibă o distorsiune în direcția I și să nu aibă o distorsiune în direcția I' ; 3) să aibă o distorsiune în direcția I și să nu aibă o distorsiune în direcția I' .

mei D , dată de lentila L_3 , trebuie să fie mai mare decât diametrul lentilei colimatorului, L_4 .

Plecând de la aceste condiții se pot găsi distanțele focale și deschiderile relative ale lentilelor, chiar dacă acest lucru nu este totdeauna ușor de făcut. De exemplu, condensorul din trei lentile, anexat spectrografului HCH 31,

Fig. 5.18. Dependența distanțelor r_1 , r_2 și x_3 de lungimea de undă λ pentru condensorul neacromatizat al spectrografului HCH 31.



pentru diafragme înguste, care face parte din completul aparatului, nu îndeplinește condiția 3), astfel încât utilizând aceste diafragme nu se poate realiza umplerea colimatorului.

Pierderile de lumină într-un condensor format din trei lentile sunt foarte mari decât în cazul iluminării cu o lentă simplă, deci expansiunea va trebui mult mai mare. Aceasta nu are însă nici o importanță practică de obicei.

Distanțele r_1 , r_2 și x_3 necesare pentru punerea la punct corectă a condensorului, sunt date în prospectul spectrografului. Obiectivele L_1 și L_2 de obicei se fie acromatizate, în caz contrar, distanțele r_1 , r_2 și x_3 trebuie modificate când se trece de la un domeniu spectral la altul (fig. 5.18).

Condensorul cu raster. Un neajuns esențial al condensorilor descriși în continuare până la punerea la punct, sistemul nu este foarte sensibil față de orice deplasare a răsarii în direcție perpendiculară pe axa optică a aparatului. Acest fapt nu numai că împiedică o reglare foarte bună a poziției sursei, dar este și deosebit de dăunător în cazul unor surse instabile în spectru (scurturi, arcuri), care se mișcă într-o agitație continuă cu o amplitudine de ordinul milimetrilor. Pentru obținerea unor spectre iluminate uniform cu ajutorul răsarii cu un neajuns atât de mare, punctul de condensare cu raster (Fig. 5.19) are o serie de avantaje, care trebuie să fie cunoscute încă de la începuturile lucrării.

Colimatorul simplă condensor cu raster (fig. 5.19 a) constă dintr-o lentă simplă convexă 1, care poate înlocui planul actual realizat cu lentă 2. El conține din nou două lentile concave cu focale stricte, lentilele au aceeași distanțe focale. Lentila 3 este strict perpendiculară cu 1. În planul lentilei 3, care se află la mediată de la sursa punctului spectral. Absența lui de lentile 3 și 4 de o anghie înălțime a răsarii la punctul 5. Numărul și unghiul răsarii la punctul 5 sunt determinate de numărul și de distanța focală a lentilelor rasterului. Lentila 3 formează imaginea planului 7 în planul obiectivului colimatorului 8. Acesta va fi umplut cu lumină, indiferent pe orice direcție al răsarii de lumină de la toate emiterile sursei. Dacă emiterii deplasate sau dezechilibrate ale sursei,

în timpul agitației sale, este comparabilă cu dimensiunile sursei însăși, atunci aceste deplasări nu afectează condițiile de iluminare a aparatului.

Schema descrisă nu permite însă totdeauna iluminarea uniformă a unor fante cu o înălțime unghiulară mare. În afară de aceasta, ea face imposibilă selectarea luminii emise de diferitele zone ale sursei.




Fig. 5.19. Iluminarea unei fante cu ajutorul unui condensor cu raster (a) și cu ajutorul unei scheme optice care conține doi condensori cu raster (b).

O schemă mai complicată (fig. 5.19 b) nu mai prezintă aceste neajunsuri. Lentila 1 formează imaginea sursei 2 în planul lentilei 3, în care se află diagrama 4. Lentila 3 construiește imaginea lentilei 1 în planul primului raster 5. Acesta dă o imagine a lentilei 3 în planul celui de al doilea raster, 6. Lentila 7 împreună cu rasterul 6 formează imaginea lentilei 8 în planul fantei, 9. Lentila 10 formează imaginea planului 6 în planul obiectivului corminatorului. Rasterele 5 și 6 pot fi identice; distanța dintre ele este egală cu distanța lor focală.

Cu cât sînt mai mici lentilele rasterului, cu atât iluminarea sistemului este mai perfectă. Diametrul lentilei raster trebuie să fie mai mic decît 0,1 din diametrul lentilei condensor. Alături de condensori raster cu lentile se utilizează și condensori raster din oglinzi. Rasterele sînt formate uneori din lentile cilindrice. Acest fapt este posibil, întrucît deplasările de agitație ale sursei se produc de obicei într-o singură direcție, perpendiculară pe axa sa și deci numai aceste deplasări vor trebui compensate.

Mai observăm că expunerea totală crește în cazul folosirii condensorilor raster. Aceasta se datorește faptului că obiectivul corminatorului este acoperit cu „petele” formate de imaginile individuale ale sursei. Coeficientul de utilizare

a luminozității este determinat de raportul dintre dimensiunile sursei și lentilei raster în planul obiectivului colimatorului. Într-o evaluare grosieră, pierderile de lumină sînt în acest caz de 50—90 %.

§ 3. CONDUCTORII DE LUMINĂ ȘI OPTICA FIBRELOR

Un fascicul de lumină cu o apertură unghiulară nu prea mare, care intră într-o tijă transparentă pe la un capăt al ei, după cum se știe, datorită reflexiei interne totale, nu va mai ieși din tijă prin suprafața laterală a acestora nici chiar dacă bara este curbă. Apertura unghiulară admisibilă și razele de curbură ale tijei se pot calcula ușor pe baza legii refracției.

Astfel de tije din sticlă sau din cuarț se numesc *ghiduri optice*, fiind uneori folosite în spectroscopie în locul oglinzilor pentru transmiterea energiei luminoase fie de la fanta de ieșire a aparatului la fotomultiplicator, fie de la o sursă de lumină aflată lateral față de axa optică a colimatorului, la fanta aparatului spectral.

Posibilități mult mai largi se obțin luînd un mănunchi de astfel de ghiduri de lumină, format din fibre transparente dispuse regulat. Fiecare fibră are un înveliș din material transparent, cu indice de refracție sensibil mai mic decît indicele de refracție al fibrei. Acest înveliș permite așezarea într-o anumită ordine și lipirea sau sinterizarea fibrei, fără ca lumina să treacă dintr-o fibră în alta. Dacă pe secțiunea de intrare a unui astfel de mănunchi de fibre este proiectată imaginea obiectului, ea va fi transportată la celălalt capăt. Dispozitive de acest gen (care au căpătat denumirea de elemente cu fibre) sînt larg folosite în diverse scheme optice.

Partea opticii tehnice care se ocupă cu problemele legate de calculul, fabricarea și utilizarea elementelor cu fibre se numește *optica fibrelor* [5.4, 5.5].

Fibrele optice pot fi realizate astfel încît să fie flexibile. Dacă sînt confecționate din fire conice, ele permit modificarea dimensiunilor imaginii. De regulă, fibrele sînt confecționate din sticlă grea, acoperite cu un strat din sticlă mai ușoară; diametrul unei fibre poate fi de cîțiva micrometri, la o grosime a stratului de pină la un micrometru. Prin urmare, puterea de separare a fibrelor optice ajunge pînă la 100 linii pe milimetru, ceea ce corespunde cu rezoluția liniară a dispozitivelor receptoare ale majorității aparatelor spectrale, determinată de granulația emulsiilor fotografice și de lărgimea fantei. Pierderile de lumină dintr-un conductor optic sînt mai mici decît apar ele la prima vedere, la o lungime a mănunchiului de circa un metru ele reprezintă cam 50 %, ceea ce este comparabil cu pierderile introduse de sistemele de condensare complicate. Din nefericire, pînă în momentul de față sînt larg răspândite numai fibrele optice din sticlă și, din această cauză, folosirea lor este limitată numai la domeniul vizibil al spectrului. Utilizarea fibrelor optice este foarte avantajoasă pentru analiza fotoelectrică a unor domenii spectrale ce se află foarte aproape una de alta, cu de exemplu a liniilor apropiate sau a conturului unei linii spectrale. Cu ajutorul conductorilor optici flexibili este ușor ca fiecare interval elementar al spectrului să fie proiectat pe fotocatodul cîtorui fotomultiplicator, ceea ce cu alte mijloace este foarte greu de realizat. Fibrele optice pot fi utilizate și pentru iluminarea fantei unui aparat spectral în cazurile în care sursa și aparatul nu pot fi așezate suficient de comod pentru utilizarea sistemelor de iluminare obișnuite, descrise mai sus. În afară de aceasta, cu ajutorul fibrelor optice se poate modifica forma imaginii (de pildă, se pot transforma curbura

unei linii spectrale într-o dreaptă, cercul dat de etalonul Fabri-Perot — v. cap. 6 — într-un diapaughu, se poate concentra lumina de la câteva regiuni ale unui spectru pe un singur receptor, ceea ce poate prezenta interes în analiza spectrală (v., de exemplu, [5.6]).

Cu ajutorul fibrelor optice se pot rezolva o serie de alte probleme ale spectroscopiei experimentale, dintre care unele vor fi prezentate în continuare. Utilizarea încă insuficient de largă a fibrelor optice în construcția de aparate spectrale este determinată probabil de răspîndirea lor încă relativ redusă.

§ 4. PUNEREA LA PUNCT A SURSEI ȘI A SISTEMULUI DE ILUMINARE

Punerea la punct a sursei de lumină. Pentru iluminarea corectă a aparatului spectral sursa trebuie să se afle pe axa optică a colimatorului, iar axele optice ale lentilelor sistemului de iluminare trebuie să coincidă cu axa colimatorului. Precizia punerii la punct depinde de dimensiunile unghiulare ale sursei. Ea trebuie să fie cu atât mai mare cu cât aceste dimensiuni sînt mai mici.

Pentru înlesnirea punerii la punct, toate piesele optice sînt fixate în monturi speciale, care au șuruburi de punere la punct. Monturile sînt fixate pe cîlăreți, care se deplasează pe bancul optic.

În primul rînd este necesar ca sursa să fie fixată paralel cu axa optică a aparatului. În acest scop, pe un cîlăreț care se află cu mai mult aproape de fanta de intrare, în fața centrului ei se fixează o sursă punctuală de lumină, de exemplu, un becuțel de la o lanternă de buzunar.

Deschizînd larg fantele de intrare și de ieșire ale aparatului, se plasează ochiul în apropierea centrului fantei de ieșire (sau a secțiunii focale a aparatului) astfel încît în ochi să ajungă domeniul vizibil al spectrului. Dacă sursa este pusă la punct suficient de exact, atunci ea se vede în centrul lentilei colimatorului.

Apoi se deplasează cîlărețul la o distanță de 50 - 100 cm de fantă. Dacă bancul optic este corect fixat, atunci poziția sursei nu trebuie să se deplaseze față de centrul colimatorului. În majoritatea cazurilor bancul optic este fixat de aparat și este prevăzut cu șuruburi de punere la punct pentru ajustare în poziția corectă. Verificarea se face după poziția sursei față de centrul colimatorului. Apoi sursa punctuală se înlocuiește cu sursa cu care se va lucra de fapt. Nici în acest caz nu trebuie să se observe vicio modificare a poziției imaginii sursei față de lentila colimatorului, cînd și această sursă este deplasată de-a lungul baneului.

Punerea la punct a lentilelor de iluminare. Dacă se folosește un condensor format dintr-o singură lentilă, atunci distanța de la sursă la fantă, L , trebuie să satisfacă condiția $L \geq 4F$, F fiind distanța focală a condensurii. Condensorul se reglează astfel încît el să dea o imagine măritată a sursei pe mijlocul fantei. Dacă bancul este pus la punct corect, iar sursa este înlocuită cu condensorul, astfel încît pe fantă să se proiecteze o imagine măritată a sursei, atunci centrul ei va trebui să coincidă cu centrul fantei. Este recomandabil ca fanta să fie acoperită cu un capot alb, pe care se află o cruce al cărei centru coincide cu centrul fantei.

Dacă centrul imaginii măritate a sursei nu coincide cu centrul imaginii măritate, atunci se aduce centrul imaginii măritate a sursei în coincidență cu centrul albul, deplasînd sursa. Apoi se apropie din nou condensorul de fantă și se

aduc în coincidență centrul imaginii micșorate cu reticulul, deplasând condensorul. După una-două astfel de corecții, ambele imagini se vor afla într-o poziție corectă față de centrul fantei.

Proiectând sursa pe fantă și privind-o cu ochiul, care se află în apropierea planului focal, în cazul unei coincidențe suficient de exacte a axei optice a coli-

Fig. 5.20. Aspecte consecutive printr-o lătr focală a unei surse colimate în corecția la punct. Dacă corecția este corectă, centrul punctului colimatorului și al condensatorului este deplasat față de axa colimatorului.



matorului cu axa condensatorului, vom vedea obiectivul fotografic iluminat uniform. Se poate ca el să nu fie iluminat în întregime, dacă deschiderea relativă a condensatorului este insuficientă pentru umplerea deschiderii aparatului, dar și în acest caz tabloul trebuie să fie simetric. Dacă numai o parte a orificiului este acoperit cu lumină, atunci înseamnă că axa condensatorului nu este bine pusă la punct față de axa colimatorului. Acest lucru se corectează printr-o deplasare fină a bancului. Imaginile care se obțin sînt date în figura 5.20.

Dacă condensorul astfel pus la punct este numai un element al unui sistem de iluminare format din trei lentile, de pildă este prima lentilă, atunci, după punerea la punct, se poate scoate călărețul pe care este montată ea și, procedînd la fel, să fie pusă la punct cea de a doua lentilă a condensatorului. De data aceasta în timpul acestor operații nu trebuie atinse nici sursa, nici șina; corecțiile se efectuează numai prin deplasarea lentilei.

Apoi, se fixează prima și a doua lentilă la distanțele corecte față de sursă și de fantă. În acest scop se observă imaginea sursei pe un ecran așezat în planul celui de a doua lentile, iar imaginea primei lentile pe capacul fantei. Pentru a ușura ultima operație, pe montura primei lentile se poate fixa o diafragmă sub formă de tăcutură ale cărei extremități permit efectuarea focalizării cu mai multă siguranță.

Cea de a treia lentilă a sistemului de iluminare se fixează, de obicei, pe un inel care se îmbracă pe fantă. În acest fel se asigură centrarea ei automată față de axă. Cînd această lentilă se așază pe un călăreț independent în apropierea fantei, trebuie nămint că imaginea diafragmei așezate în fața celei de a doua lentile să fie în planul obiectivului colimatorului. Acest fapt se realizează prin alegerea corectă a distanțelor focale a lentilei folosite pentru îndalțarea luminii parazite. Colimatorul trebuie să fie umplut cu lumină. Umplerea se verifică la fel ca în cazul punerii la punct a primei lentile. Ajustarea se realizează numai prin deplasarea celei de a treia lentile.

Punerea la punct corectă a schemei de iluminare poate fi ușor verificată numai pentru domeniul vizibil al spectrului. Pentru domeniul ultraviolet, rezolvarea acestor probleme poate fi ușurată prin folosirea opticii acromatizate. În caz contrar, se stabilește focalizarea pentru domeniul vizibil, care apoi este deplasată conform curbei de dispersie a materialului lentilelor.

Punerea la punct a surselor slabe și a surselor în impulsuri. Adesea, în spectroscopie este necesar să se studieze surse care dau o lumină foarte slabă sau care emit numai în domeniul ultraviolet sau infraroșu al spectrului, așa cum se pot realizeza unele surse paractice. Punerea corectă la punct a unor astfel de surse după schema descrisă mai sus nu este posibilă.

să coincidă cu suprafața pe care sistemul optic al aparatului spectral formează imaginea monocromatică a fantei de intrare. În afară de aceasta, fiecare dintre celelalte elemente ale opticii trebuie să fie fixate astfel încît aberațiile întregului sistem să fie minime. Practic, acest lucru înseamnă că fanta de intrare trebuie să se afle cît mai aproape de focarul obiectivului colimatorului, iar în cazul unui aparat cu rețea concavă, pe cercul lui Rowland.

Pentru a realiza focalizarea este necesară deplasarea diferitelor subansambluri ale aparatului spectral, pînă la obținerea unor imagini cît mai perfecte ale liniilor spectrale, adică a celui mai îngust contur spectral.

De obicei, numărul de deplasări posibile ale elementelor unui aparat este extrem de mare. Din această cauză, trebuie să urmărim un anumit sistem de procedee, căci altfel, pentru a obține rezultatele scontate, vom fi nevoiți să efectuăm un număr prea mare de probe, astfel încît chiar focalizarea unui aparat simplu ne va cere foarte mult timp.

În ciuda acestui fapt, nu se pot indica procedee generale pentru focalizarea tuturor aparatelor, ele depinzînd în mare măsură de construcția aparatului respectiv. De aceea, aici vor fi date numai anumite rețete, care să folosească drept ghid pentru elaborarea unui plan concret de focalizare a unuia sau altuia dintre aparate.

Alegerea sursei și a sistemului de iluminare. Pentru focalizare trebuie folosită o sursă de spectru de linii, cu un fond, pe cît posibil slab și cu linii luminoase înguste, așezate suficient de aproape în domeniul spectral care ne interesează.

Lărgimea conturilor liniilor alese trebuie să fie mică în comparație cu lărgimea conturului instrumental. Această condiție, care poate fi ușor satisfăcută pentru aparatele nu prea mari, creează însă serioase dificultăți atunci cînd puterea de separare depășește 10^5 . Apoi dimensiunile sursei trebuie să fie suficient de mari, pentru ca cu ajutorul ei să poată fi ușor iluminată uniform întreaga fantă și umplut cu lumină colimatorul.

Trebuie să reamintim faptul că umplerea incompletă sau neuniformă a deschiderii active a colimatorului poate afecta foarte serios conturul instrumental al aparatului. Prevenit pentru focalizare se folosește lumina unei lămpi cu mercur de joasă presiune, cît și arcu electric între electrozi de fier sau de cupru. O utilizare largă o au și tuburile cu descărcare în gaz, în special lămpile cu neon sau tuburile Geissler de dimensiuni mici, umplute cu gaze nerte. Pentru focalizarea aparatelor de putere de separare înaltă, se folosesc surse care dau linii cît mai înguste, de pildă, laserul cu gaz sau un catod concav răcit.


Pentru focalizarea majorității aparatelor cu înregistrare fotoelectrică, sursa trebuie să fie suficient de stabilă. Variații de strălucire pot introduce distorsiuni ale conturului instrumental înregistrat.

Sursele de lumină de dimensiuni relativ mari, de exemplu lămpile cu neon sau lămpile cu mercur, pot fi așezate la o distanță mică de fantă, astfel încît să asigure umplerea colimatorului fără ca să mai folosim condensorul. Sursele de dimensiuni nu prea mari, de pildă, arcu electric, este cel mai bine să fie folosite pentru iluminarea fantei cu lumină difuză. Folosirea ecranelor difuze este recomandabilă numai în cazul în care dispunem pentru focalizare de linii strălucitoare.

Dacă însă sintem obligați să utilizăm pentru focalizare surse relativ slabe, de dimensiuni mici, atunci va trebui să apelăm, pentru umplerea cu lumină a colimatorului, la un sistem de condensare. De obicei, condensorul dintr-o singură lentilă (și mai bine aeromatizat) care protejează pe fantă imaginea mărită a sursei dă rezultate complet satisfăcătoare.

Este de dorit ca focalizarea să se efectueze la o lărgime a fantei ceva mai mică decât aceea pe care o va fi folosit aparatul în timpul lucrului.

Finețea focalizării. La orice deplasare a stratului fotosensibil al plăcii fotografice sau a fantei de ieșire față de poziția optimă, se va produce o lărgire



a conturului instrumental al aparatului, adică de focalizarea acestuia. Deplasarea minimă a acestor elemente, care afectează deja lărgimea conturului instrumental, caracterizează finețea focalizării. Sensibilitatea față de astfel de deplasări a diverselor aparate este diferită.

Fie ca obiectivul fotografic să aibă diametrul D și distanța focală F . Să presupunem că placa fotografică P' este deplasată față de suprafața focală a aparatului, P , cu distanța b . Pentru simplitate vom considera că suprafața focală este perpendiculară pe axa lentilei aparatului fotografic. Din figura 5.21 a rezultă

$$\delta = \frac{D}{F} b$$

sau

$$\delta = \frac{D}{F} b \quad (5.26)$$

Deplasarea b nu va afecta calitatea focalizării, dacă mărimea δ este sensibil mai mică decât limita de rezoluție a aparatului. Aceasta limită este în general în jur de 10^{-2} mm și se poate considera ca pot fi admise deplasări ale suprafeței foto de atît timp cît $\delta < 10^{-2}$ mm. De aici rezultă că

$$b < 10^{-2} \frac{F}{D} \text{ mm.} \quad (5.27)$$

Pentru un aparat cu deschiderea relativă $D/F = 1/10$, va fi deci admisă o deplasare $b < 10^{-3}$ mm. Pentru un aparat cu deschiderea relativă $D/F = 1/40$ ($f/40$), deplasarea minimă sesizabilă de aparat se află în jur de 0,5 mm. Un aparat cu camera avînd o limită de rezoluție în jur de 0,5 mm ($D/F = 1/2$) va fi sensibil la deplasări de placa fotografică de satimi de milimetru.

Este de la sine înțeles (fig. 5.21 b) că dacă suprafața focală este înclinată față de raza incidentă, atunci sensibilitatea focalizării aparatului față de micile deplasări ale plăcii fotografice va crește. Nu este greu de arătat că pentru aparatele cu deschideri relative modeste,

$$\delta \approx x \frac{D}{F \sin^2 \varepsilon}. \quad (5.28)$$

Aici ε este unghiul de incidență a luminii pe stratul fotosensibil. Prin urmare, sensibilitatea la deplasări a plăcii fotografice crește pentru aparatele cu suprafața focală înclinată, de $1/\sin^2 \varepsilon$ ori.

Pentru focalizare descori este deplasată nu suprafața fotosensibilă însăși sau fanta de ieșire, ci un anumit element optic, de exemplu, obiectivul fotografic. În acest caz, sensibilitatea focalizării va fi determinată de sensibilitatea față de deplasări a acestui element anume.

Criteriile de focalizare optimă. Focalizarea se reduce de obicei la obținerea unei serii de spectre ale sursei, obținute pentru poziții diferite ale elementelor aparatului spectral. Focalizarea se obține prin metoda aproximațiilor succesive, pe care o vom explica pe exemple concrete de focalizare a unor aparate reale.

Să ne oprim, la început, asupra procedurilor de alegere a „celui mai bun” spectru.

Prima etapă a focalizării constă de fapt în realizarea unei serii de spectrograme obținute prin deplasări grosiere ale elementului de focalizant, de pildă, a obiectivului aparatului fotografic al spectrografului. Dacă după o evaluare preliminară finețea de focalizare este de 0,1 mm, atunci într-o primă experiență vom fotografia spectrele ce se obțin la o deplasare a obiectivului de 0,5 mm, cuprinzând întregul interval în care se poate deplasa obiectivul.

Pe o spectrogramă astfel obținută se distinge clar în care dintre spectrele înregistrate linie sunt cele mai largi (fig. 5.22). După aceea, obiectivul se deplasează în jurul acestor divizium, cu 0,1 sau chiar cu 0,05 mm.




Fig. 5.22. Aspectul spectrelor fotografate cu ajutorul unui spectrograf HCH-51, când obiectivul fotografic a fost deplasat succesiv.

Spectrele observate prin simpla examinare apar uneori la fel de bune, astfel încât nu ne putem da seama pe care dintre ele să-l alegem. În alte cazuri, invers, liniile tuturor spectrelor astfel obținute nu apar estompate și simțim nevoia să decidem dacă aceasta este o consecință a unei proaste focalizări sau numai a defectelor pieselor optice ale aparatului.




Fig. 5.23. Explicarea criteriului de focalizare prin metoda Hartmann.
L - obiectivul camera; P - suprafața focală;
P' și P₁ - planurile în care este plasată placa fotografică atunci când operația este defocalizată.

În ambele cazuri trebuie să dispunem de criterii cât mai obiective, pe baza cărora să ne putem pronunța asupra calității focalizării.

Unul dintre aceste criterii a fost propus de Hartmann. În cazul adoptării acestui criteriu, focalizarea se efectuează astfel. Cu ajutorul unei diafragme Hartmann, pentru fiecare poziție a elementului de focalizare, se fotografiază două spectre: primul - cu partea superioară a fantei închise și jumătatea din dreapta a obiectivului fotografic închis, iar cel de al doilea - când partea inferioară a fantei și jumătatea din stânga a obiectivului fotografic sunt închise. Jumătatea obiectivului sau a elementului dispersiv se acoperă cu o bucată de carton sau de alt material.

Dacă aparatul este bine focalizat, adică planul emulsiei fotografice coincide cu suprafața focală, P (fig. 5.23), atunci jumătatea dreaptă și jumătatea stângă ale obiectivului dau imagini care corespund porțiunilor fantei exact una sub alta. Linia apare continuă (fig. 5.24 a).

Dacă planul emulsiei foto nu coincide cu planul focal, atunci, după cum se vede și din figura 5.23, partea dreaptă a obiectivului dă o imagine a fantei deplasată față de imaginea dată de partea stângă (fig. 5.24 b, c). În cazul în care planul plăcii fotografice, P₁, nu este paralel cu planul focal, în diferite locuri ale spectrului deplasarea porțiunilor de linii este diferită ca mărime și chiar ca semn (fig. 5.24 d). Măsurând aceste deplasări, se poate cunoaște cum trebuie modificată poziția suprafeței focale, pentru a o suprapune peste planul emulsiei foto.

După ce poziția corectă a suprafeței focale a fost calculată, se efectuează punerea la punct, care se verifică din nou prin aceeași metodă. În timpul executării acestui procedeu, ca de altfel și a altor procedee, trebuie urmărit ca toate orificiile active ale aparatului spectral să fie umplute cu lumina sursei. În practică această metodă se folosește rar, deoarece nu în toate aparatele este prea simplu să se deplaseze un ecran prin fața obiectivului, în intervalul dintre două expuneri. Majoritatea spectrografelor nu au prevăzute în construcția lor posibilitatea efectuării unor asemenea operații, încât este necesar să se facă dispozitive speciale care să permită deplasarea ecranelor care, prin această operație, să nu lumineze și să nu deplaseze stratul sensibil.

Un procedeu mai simplu care poate fi recomandat se bazează pe un principiu analog, dar care se pare că este mai puțin sensibil. Dacă se acoperă aproximativ o treime din obiectivul aparatului fotografic cu un ecran opac (fig. 5.25),





Fig. 5.24. Aspectul unei porțiuni a spectrului pentru cazul în care placa fotografică se află în planurile P(a), P'(b), P''(c) și P₁(d).

atunci liniile vor apărea duble, când aparatul nu este focalizat, și simple, în cazul în care focalizarea este corectă. În acest caz nu mai este nevoie să se deplaseze ecranul între cele două expuneri. Din păcate, nu se poate stabili direct dacă placa se află în fața sau în spatele suprafeței focale. Aceasta se poate deduce

Fig. 5.25. Verificarea focalizării (variantă a metodei Hartmann).

L — obiectivul camerei; S — ecran netransparent;
 P — suprafața focală; P' — poziția plăcii fotografice
 în cazul în care ea nu se află în planul focal.



dacă există o serie de fotografii pentru diferite poziții ale elementului de focalizare, dacă se știe sensul în care a fost deplasat și dacă se corelează aceste deplasări cu variația distanței dintre două imagini ale fantei. Totuși, de cele mai dese ori precizia focalizării spectrografelor nu se apreciază însă cu ajutorul unor astfel de dublete create artificial, ci după separarea multipleților într-un spectru bogat în linii. În particular, spectrografele de tipul IICII – 28, dacă sînt bine focalizate, trebuie să rezolve componentele tripletului 3100 \AA al fierului. Cu toate că aprecierea gradului de separare a multipleților este subiectivă, după un anumit antrenament se poate atinge, aproape totdeauna, aceeași focalizare bună, ca și în metoda lui Hartmann.

Dacă totuși calitatea spectrului rămîne nesatisfăcătoare (liniile sînt asimetrice, au sateliți slabi, în apropierea liniilor există un fond continuu), atunci sînt motive serioase să atribuim acest fapt defectelor opticii și nu focalizării. Prin obturarea unor porțiuni ale prisme sau ale rețelei cu cerate din hirtie neagră, uneori se pot înlătura consecințele acestor defecte. Adesea obturarea unei porțiuni defecte locale de dimensiuni reduse, care, practic, nu afectează luminozitatea aparatului, ameliorează substanțial contururile spectrului.

În cazul în care calitatea slabă a spectrului se datorează aberațiilor obiectivului, atunci o putem îmbunătăți folosind o diafragmă circulară. În unele aparate asemenea diafragme sînt prevăzute prin construcție. Îndepărtarea lor lărgeste conturul instrumental, însă mărește luminozitatea, ceea ce este adesea mai important. Unele aparate sînt înzestrate cu diafragme iris, care permit să se aleagă deschiderea optimă a aparatului.

La aparatele cu înregistrare fotoelectrică, odată cu îmbunătățirea focalizării nu numai că se îngustează conturul liniilor, ci se și mărește amplitudinea deplasării acului inscriptor, corespunzătoare maximului liniei. Mărimea amplitudinii maxime este mai sensibilă la variația poziției elementului de focalizare, decît la lărgimea liniei. Pentru focalizare este necesar să se utilizeze fante înguste, iar lărgimea spectrală a fantei de intrare trebuie să fie aceeași ca și a fantei de ieșire.

Drept criteriu de focalizare poate servi și adîncimea minimului dintre două linii care nu sînt complet separate. Cu cît adîncitura este mai mare, cu atît este mai bună focalizarea. În acest caz este de dorit ca ambele linii să aibă străluciri egale.

Pentru focalizarea aparatelor mari sînt folosite uneori componentele despicării Zeeman. Variind cîmpul magnetic, se poate obține o distanță potrivită între componente, determinînd concomitent cu focalizarea și puterea de separare a aparatului.

Focalizarea spectrografelor cu prismă. Operațiile necesare pentru focalizarea celor mai multe spectrografe cu prismă pot fi ușor urmăriți luând ca exemplu spectrograful HCH - 51. La acest aparat, în procesul focalizării este necesar să se modifice poziția a o serie de elemente.

În primul rând se fixează fanta în focalul obiectivului colimatorului. În acest scop este suficient ca ea să fie fixată în poziția indicată în prospectul aparatului. Dacă nu există aceste date, atunci, cu ajutorul unei lunete modeste, punse la punct pentru „înfăliș”, se privește fanta prin obiectivul colimatorului, aceasta fiind luminată de exemplu cu un beș de incandescență mat. Prin deplasarea fantei, se obține imaginea ei cu mărirea. Pentru a se ști puține la puține nu este necesară o foarte mare precizie, astfel încât putem folosi o lunetă cu o mărire de $5 \times - 10 \times$. O astfel de putere de puține la puține trebuie făcută scopul din spectrograf fie colimatorul, fie prisme.

După montarea la loc a colimatorului, se rotește sistemul de prisme până când cea mai importantă regiune a spectrului este adusă în centrul adaptorului căsetei. Această operație poate fi făcută folosind tamburul lungimilor de undă sau prin observație vizuală directă. Trebuie avut în vedere că fixarea perfectă a poziției elementelor optice de focalizare depinde de unghiul de rotire a prismelor. Din această cauză, fixarea prismelor trebuie făcută cu mare de focalizare.

După fixarea corectă a prismelor se trece la efectuarea focalizării prin deplasarea obiectivului fotografic. Focalizarea prealabilă se va face vizual, observând, cu ajutorul unei lupe cu mărirea de $5 \times - 10 \times$, spectrul pe o sticlă mată. Aceasta se fixează în montura care închidește caseta spectrografului. În continuare, focalizarea se face fotografic.

Finețea focalizării este diferită pentru cele trei camere fotografice. Să presupunem că lucrăm cu o cameră care are o distanță focală $F = 27$ cm. Deschiderea relativă a acestei camere este $1:5,5$ și, conform cu (5.27), deplasarea minimă a obiectivului, care afectează deja calitatea focalizării, va fi de $0,05$ mm. Trezind la realizarea focalizării se fac o serie de fotografii, deplasând obiectivul fotografic cu $0,05$ mm în jurul poziției stabilite în prealabil.

Spectrele ce se obțin sunt arătate în figura 5.22. Din figura se observă că poziția corespunzătoare celei mai bune focalizări este diferită pentru diferitele porțiuni ale spectrului. Aceasta înseamnă că unghiul de înclinare al căsetei nu este corect fixat.

Fixând obiectivul fotografic în poziția în care este cea mai bine focalizată partea centrală a spectrului (diviziunea scalară - 13,0), se obțin o serie de spectrograme, care corespund diferitelor unghiuri de înclinare a căsetei.

Unghiul de înclinare corect se poate evalua în prealabil, cunoșcând poziția celei mai bune focalizări a obiectivului fotografic pentru marginile și mijlocul spectrului. Din spectrograme (v. fig. 5.22) se vede că pentru obținerea celei mai bune focalizări a marginii din dreapta este necesar ca obiectivul să fie deplasat cu 9 mm față de poziția cea mai bună pentru marginea stângă. Pentru o lungime a spectrului de 6 cm, aceasta corespunde unui unghi de înclinare de 9° . Apoi se obțin o serie de fotografii înclinând caseta cu unghiuri mici în jurul acestei poziții, și alegând-o pe aceea pentru care calitatea focalizării este aproximativ la fel în întregul spectru.

Fixând această poziție a căsetei se efectuează o focalizare repetată prin deplasarea obiectivului fotografic, mișcându-l cu câte $0,05$ mm pe o distanță de 1 mm de ambele părți față de diviziunea inițială. Folosind criteriul corespunzător, se determină spectrul care este cel mai bine focalizat și se fixează definitiv.

Dacă și acum se mai constată însă că liniile nu sînt la fel de clare în tot spectrul, atunci se mai efectuează încă o punere la punct a unghiului de rotire a casetei, deplasînd-o cu unghiuri și mai mici în jurul poziției alese.

Analog se efectuează focalizarea camerelor fotografice $\Phi = 84$ și $\Phi = 85$, care au distanțele focale 80 și 130 cm, cu singura deosebire că deplasările obiectivului fotografic pentru focalizarea prealabilă, se fac cu un pas de 1—2 mm.

De regulă, o focalizare bună se poate obține conținînd cel mult un număr de patru plăci fotografice spectrale. Dacă focalizarea spectrografului se realizează prin deplasarea numai a unui element (de exemplu, KCA -1), sînt suficiente numai două plăci.

Mai complicată este focalizarea spectrografelor la care axa de rotație a casetei nu este conținută în planul suprafeței emulsiei. În acest caz prin rotirea casetei se modifică focalizarea întregului spectru.

Pentru a focaliza un astfel de aparat se procedează prin ameliorarea pas cu pas a focalizării, stabilînd întîi cel mai bun unghi de înclinare, apoi, pentru acest unghi, cea mai bună poziție a obiectivului, apoi, din nou cel mai bun unghi de înclinare ș.a.m.d. Pentru aceasta se consumă, de obicei, 5—6 plăci.

Efectuînd întregul ciclu al focalizării, încă nu stîm totuși dacă această focalizare este cea mai bună pentru aparatul respectiv. Pentru verificare se poate recomanda deplasarea poziției obiectivului colimatorului cu 1—1,5 mm în ambele părți față de poziția stabilă și pentru fiecare dintre aceste poziții ale colimatorului să se efectueze cîte o focalizare cu ajutorul obiectivului fotografic. Din setul de spectrograme obținute, se alege cea mai bună.

Se înțelege de la sine că focalizarea se poate face și prin metoda Hartmann, atunci cînd este prea greu să ne dăm seama de precizia focalizării după claritatea liniilor, din spectru lipsînd dubleți înguști convenabili.

Focalizarea aparatelor cu rețea de difracție plană și cu obiective oglinzi (de pildă, $\Phi C - 8$, $\Phi C - 13$) este simplificată prin faptul că pie-sile lor optice sînt lipsite de aberați cromatică. Acest fapt permite focalizarea concomitentă a întregului domeniu spectral.

Trebuie avut însă în vedere că dacă constanta rețelei variază sistematic începînd de la o margine pînă la cealaltă, atunci rețeaua are un efect de focalizare. Acest fapt se întîmplă numai atunci cînd placa pe care este trasată rețeaua nu este plană. În cazul general distanța focală se va modifica întrucîtva pentru unghiuri de incidență și de difracție diferite. De aceea, focalizarea este mai bine să fie verificată fotografic pentru toate regiunile studiate ale spectrului.

Datorită deschiderilor relative mici ale acestor aparate, precizia focalizării lor nu este prea riguroasă. O focalizare vizuală suficient de exactă a aparatului respectiv se realizează cu ajutorul unei lupe cu o mărime de $10-15\times$, al cărei plan focal trebuie să coincidă cu planul emulsiei fotografice.

Cu lupa poate fi examinată oricare dintre liniile convenabile sau pur și simplu spectrul de ordinul zero.

Focalizarea aparatelor cu rețea concavă. Astigmatismul important, propriu rețelelor concave, impune o deosebită atenție pentru precizia cu care se stabilește paralelismul dintre fantă și trăsăturile rețelei.

După ce s-a reușit să se obțină cea mai bună calitate a spectrului prin deplasarea elementului de focalizare, se va roti fanta pînă în momentul în care se vede cel mai îngust contur instrumental. În timpul în care se face punerea la punct trebuie ca fanta să fie luminată pe toată înălțimea. Dacă este luminată numai o porțiune din aceasta, atunci calitatea imaginii devine prea puțin sensibilă la rotirea fantei.

O înclinare mare a suprafeței focale face punerea la punct foarte sensibilă la deplasările casetei. Din această cauză, aparatele cu rețele concave, cu unghiuri

de incidență și de difracție apropiate de 90° (aparatele cu incidență razantă) necesită o focalizare minuțioasă și exactă. Asemenea aparate se utilizează pentru studiul ultravioletului îndepărtat al spectrului (v., de exemplu, [20]). Focalizarea lor este incomparabil mai laborioasă decât focalizarea aparatelor obișnuite, uneori fiind nevoie de multă răbdare și îngemozitate din partea experimentatorului.

Ne amintim că în cazul aranjamentului spațial al lui Eagle, imaginaile liniei spectrale și fanta lui mai sunt paralele*. În acest caz, pentru obținerea unor linii clare, fanta trebuie fixată astfel încât să fie paralelă cu trăsăturile rețelei. Și aici, ca criteriu pentru stabilirea corectă a unghiurilor de rotire a fantei va fi tot condiția ca conturul instrumental să fie cel mai îngust.

Focalizarea aparatelor cu receptori fotoelectrice. În cazul focalizării aparatelor fotoelectrice se urmărește ca prin deplasarea elementului de focalizare și trasarea conturului unei linii spectrale convenabile, să se obțină amplitudinea maximă a deviației acului inscriptor sau, ceea ce este același lucru, cel mai îngust contur.

Pe lângă focalizarea obișnuită, în acest caz este extrem de important să se fixeze fanta de ieșire a aparatului perfect paralel cu imaginea fantei sale de intrare; altfel, lărgimea conturului instrumental crește (fig. 5.26 a). Lărgimea conturului instrumental se mărește și în cazul în care curbura fantei de ieșire se deosebește de curbura liniei spectrale (fig. 5.26 b). Acest fapt constituie deosebirea esențială a aparatelor fotoelectrice față de spectrografe al căror contur instrumental, mai ales în cazul aparatelor stigmatice, nu depinde de curbura și de înclinarea liniilor spectrale.

Realizarea paralelismului dintre linia spectrală și fanta este cel mai simplu să se facă vizual. Pentru aceasta, se pune la punct un microscop cu mărimea $30\times - 40\times$, astfel încât să se obțină o imagine clară a cunetelor fantei de ieșire. Fanta de intrare trebuie iluminată cu o sursă cu spectrul continuu sau deschisă suficient de mult. Lărgimea fantei de ieșire se fixează la $0,05 - 0,1$ mm.




Fig. 5.26. Explicarea lărgimii funcției de aparat în cazul înregistrării fotografice.

Apoi se luminează fanta de intrare, închisă până la $0,01$ mm, cu o linie cu spectru de linii. Imaginea liniei pe care se efectuează focalizarea se aduce la mijlocul fantei de ieșire, se deplasează elementul de focalizare și, fără a mișca microscopul, se obține o imagine cât mai clară a liniei. Apoi se înlocuiește microscopul cu o lupă care are o mărire de $5\times - 7\times$, în care să se vadă linia pe toată înălțimea ei, după care, printr-o rotație a elementului dispersiv, se deplasează spectrul de-a lungul direcției de dispersie. În acest moment trebuie ca

* Această rotire a imaginii fantei se produce în toate aparatele spectrale la care fanta și imaginea ei nu se află în același plan al secțiunii principale a elementului dispersiv.

linia să dispară după cuțitul fantei pe întreaga înălțime. Dacă dispariția extremităților superioară și inferioară a liniei nu are loc simultan, aceasta înseamnă că fanta și linia nu sînt paralele. Dacă mijlocul și extremitățile liniei nu dispar simultan, înseamnă că curbura fantei de ieșire și a liniei nu coincid. În acest caz îngustarea conturului instrumental poate fi atinsă reducînd înălțimea activă a fantei, însă evident în acest caz se va reduce corespunzător și fluxul luminos care poate trece prin aparat.

În aparatele spectrale în care nu este prevăzută explorarea spectrului, de exemplu în cuantometre, trebuie ca fanta de ieșire să fie de 2—3 ori mai largă decît fanta de intrare. Pentru o astfel de relație între fanta de ieșire și linia spectrală, conturul instrumental al aparatului se lărgeste, în schimb însă se micșorează sensibilitatea lui atît la focalizare, cît și la micile deplasări ale spectrului.

APARATE DE ÎNALTĂ PUTERE DE SEPARARE

§ 1. TIPURILE DE APARATE DE ÎNALTĂ PUTERE DE SEPARARE ȘI PRINCIPALELE LOR PROPRIETĂȚI

Principiul de funcționare. Puterea de separare, R , nu depășește nici chiar la aparatele cu parșma mari valoarea de $10^5 - 10^7$, iar la aparatele cu rețea - cîteva sute de mii. Există însă o largă gamă de probleme de spectroscopie a căror rezolvare implică o putere de separare mult mai mare. Astfel, pentru studiul structurii linilor spectrale și al structurii izotopice a linilor spectrale trebuie separate linii ale căror componente au lungimi de undă ce diferă cu $10^{-2} - 10^{-3} \text{ \AA}$. Pentru aceasta este nevoie de aparate cu o putere de separare de $5 \cdot 10^5 - 5 \cdot 10^7$. Asemenea aparate se numesc aparate de înaltă putere de separare. Principiul lor de funcționare se bazează pe folosirea interferenței multiple.

În acest context trebuie să menționăm că primele lucrări referitoare la studiul structurii linilor spectrale au fost elaborate de Michelson, care a folosit interferometrul cu două fascicule. Atunci cînd diferența de drum dintre fasciculele care interferează, în interferometrul lui Michelson, este mare, se constată că franjele de interferență corespunzătoare diferențelor componente ale linilor spectrale apar deplasate una față de alta. Ca urmare a acestui fapt, atunci cînd una dintre cele două oglinzi ale interferometrului este deplasată, contrastul tabloului de interferență se modifică. Analizînd legea după care variază contrastul franjelor, Michelson a studiat structura unei întregi serii de linii spectrale ale H_2 , Na, Cd, Tl și Hg. Acum, metoda lui Michelson stă la baza construcției spectrometrelor Fourier (v. cap. 8).

Dintre aparatele studiate mai înainte, pe principiul interferenței multiple se bazează funcționarea rețelei de difracție (v. cap. 2). Totuși între funcționarea rețelei de difracție și a aparatelor de înaltă putere de separare există și deosebiri esențiale, ceea ce și justifică tratarea acestor aparate într-un capitol special.

Așa cum s-a arătat mai înainte (v. cap. 2), lărgimea conturului instrumental al unei rețele de difracție este invers proporțională, iar puterea de separare direct proporțională cu produsul dintre numărul fasciculelor ce interferează, N , și diferența de drum dintre două fascicule vecine, Δ_c ,

$$R = kN \approx N\Delta_c/\lambda. \quad (6.1)$$

Acastă relație rămîne valabilă și pentru celelalte aparate spectrale, a căror funcționare se bazează pe interferența mai multor fascicule*. Pentru o rețea de difracție valori mari ale lui R se ating pe seama interferenței unui foarte mare număr de fascicule (N fiind numărul total de trăsături al rețelei, ajunge la rețelele actuale pînă la ordinul a 10^5), diferența de drum însă dintre cele două fascicule vecine este mică și anume, de ordinul a cîteva lungimi de

* Relația (6.1) este adevărată pentru cazul interferenței fasciculelor de intensitate egală. Dacă intensitatea succesivă a fasciculelor care interferează se măsoară, atunci această formulă poate fi folosită dacă se înlocuiește N prin așa-numitul număr efectiv de fascicule, N_{ef} .

undă, λ . Din contră, în absolut toate aparatele de înaltă putere de separare, numărul de fascicule care interferează este relativ mic ($N = 10 - 100$), iar valoarea înaltă a puterii de rezoluție se obține pe seama diferențelor de drum mari dintre ele ($\Delta_0 = 1 - 50$ cm).

O altă caracteristică ce deosebește aparatele de înaltă putere de separare de alte aparate o constituie valoarea mică a intervalului spectral în care nu se produce suprapunerea spectrelor de ordine vecine. Mărimea acestui interval, $\Delta\lambda$, se numește constanta aparatului. Valoarea mică a lui $\Delta\lambda$, pentru aparatele de înaltă putere de separare se datorează, de asemenea, faptului că diferențele de drum dintre fasciculele care interferează sînt mari. Într-adevăr, maximele de interferență pentru razele cu lungimea de undă λ apar numai dacă diferența de drum dintre fasciculele vecine care interferează este egală cu un număr întreg de lungimi de undă, $\Delta_0 = k\lambda$. În acest caz se va forma un maxim de interferență și pentru lungimile de undă $\lambda' = \lambda + \Delta\lambda$, pentru care este satisfăcută condiția $\Delta_0 = k'\lambda'$. Valoarea minimă a lui $\Delta\lambda$ corespunde lui $k = k' = 1$, de unde, egalînd mărimile $k\lambda$ și $k'\lambda'$, vom obține că constanta aparatului este

$$\Delta\lambda = \lambda/k = \lambda^2/\Delta_0. \quad (6.2)$$

Considerînd

$$\Delta_0 = 5 \text{ cm și } \lambda = 5 \cdot 10^{-6} \text{ cm},$$

rezultă că

$$\Delta\lambda = 5 \cdot 10^{-10} \text{ cm} = 0,05 \text{ Å}.$$

În cazul studierii unor spectre cu linii foarte aglomerate, datorită faptului că intervalul spectral lipsit de linii este extrem de mic, va fi necesar să se cupleze aparatele de înaltă putere de separare cu aparate spectrale cu rețea sau cu prismă.

În prezent sînt cunoscute trei tipuri principale de aparate de înaltă putere de separare. Toate poartă numele inventatorilor lor: lama Lummer-Gehrcke, căreia uneori i se mai spune și lama Lummer, eșelonul lui Michelson și etalonul sau interferometrul Fabry-Pérot.

Dintre cele trei tipuri de aparate, lama Lummer și eșelonul Michelson se folosesc foarte rar în prezent. Ele au fost înlocuite de interferometrul Fabry-Pérot, care nu numai că este mai ieftin și mai comod pentru lucru, ci are și o luminozitate mult mai mare decît celelalte două. Din această cauză, vom acorda o atenție mai mare etalonului Fabry-Pérot. Date mult mai complete despre toate aparatele de înaltă putere de separare se pot găsi în [21, 22].

Lama Lummer (fig. 6.1) reprezintă o placă plan paralelă, 1, confecționată cu mare exactitate dintr-o sticlă optică de înaltă calitate sau din cuarț. Fasciculul de lumină care trebuie analizat suferă o reflexie multiplă pe suprafețele lamei sub un unghi apropiat de unghiul de reflexie totală. Pentru a evita pierderile de lumină la introducerea fasciculului de lumină în lamă, se folosește




Fig. 6.1. Lama Lummer-Gehrcke

o prismă mică, 2, lipită pe suprafața lamei. Întrucît unghiul ϕ este aproape egal cu unghiul limită, la fiecare reflexie numai o foarte mică parte din energia fasciculului iese din lamă, sub un unghi φ , apropiat de $\pi/2$. Prin urmare, pe ambele laturi ale lamei se formează o serie de fascicule ale căror număr N este determinat de lungimea l și de grosimea h a lamei și se poate calcula ușor din considerații geometrice simple,

$$N = \frac{l}{2h \operatorname{tg} \phi} \quad (6.3)$$

Diferența de drum optic dintre două fascicule vecine se determină din grosimea h și indicele de refracție n al lamei. Într-adevăr,

$$\Delta_0 = (AB + BC)n - AD. \quad (6.4)$$

După cum rezultă din figura 6.1,

$$AB = BC = \frac{h}{\cos \phi},$$

iar

$$AD = 2h \operatorname{tg} \phi \sin \varphi.$$

Ținînd seama că

$$\sin \varphi = n \sin \phi$$

și înlocuind valorile lui AB , BC și AD în relația (6.4), obținem

$$\Delta_0 = 2nh \cos \phi. \quad (6.5)$$

Condiția de a avea un maxim de interferență va fi în acest caz de forma

$$2nh \cos \phi = k\lambda \quad (6.6)$$

sau, dacă se exprimă $\cos \phi$ prin unghiul φ ,

$$\Delta_0 = 2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi} = k\lambda. \quad (6.7)$$

Diferențînd (6.7), nu este greu de obținut expresia pentru dispersia unghiulară

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{2\lambda n \frac{dn}{d\lambda} - 2(n^2 - \sin^2 \varphi)}{\lambda \sin 2\varphi}. \quad (6.8)$$

Constanta lamei poate fi obținută substituind în (6.2) valoarea diferenței de drum, Δ_0 , din (6.7)

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi}}. \quad (6.9)$$

Această egalitate este aproximativă, deoarece la deducerea ei nu am ținut cont de variația diferenței de drum prin trecerea de la λ la $\lambda + \Delta\lambda$, din cauza dispersiei materialului lamei. O formulă mai exactă, care ține cont de această dispersie are forma

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi}}{2h(n^2 - \sin^2 \varphi - n\lambda \frac{dn}{d\lambda})}. \quad (6.10)$$

Pentru razele care ies din lamă sub unghiul razant ($\varphi \approx \pi/2$), relația (6.9) capătă forma

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2h\sqrt{n^2 - 1}}. \quad (6.11)$$

Puterea de separare a lamei Lummer poate fi calculată cu formula (6.1), înlocuind valoarea lui N din (6.3) și a lui Δ_0 din (6.5)

$$R = \frac{l}{\lambda} \frac{n^2 - \sin^2 \varphi}{\sin \varphi}. \quad (6.12)$$

Punind $\sin \varphi = 1$, pentru cazul incidenței razante obținem

$$R = \frac{l}{\lambda} (n^2 - 1). \quad (6.13)$$

Intervalul limită de lungimi de undă ce poate fi separat este egal în acest caz cu

$$\delta\lambda = \frac{\lambda^2}{l(n^2 - 1)}. \quad (6.14)$$

El este determinat numai de lungimea lamei și indicele ei de refracție și nu depinde de grosimea ei.

Expresiile (6.12), (6.13) și (6.14), ca și (6.9), au fost deduse fără a ține cont de dispersia materialului lamei. Formulele mai riguroase, care țin seama și de dispersie, sînt de forma

$$R = \frac{l \left(n^2 - \sin^2 \varphi - n\lambda \frac{dn}{d\lambda} \right)}{\lambda \sin \varphi}, \quad (6.15)$$

$$\delta\lambda = \frac{\lambda^2 \sin \varphi}{l \left(n^2 - \sin^2 \varphi - n\lambda \frac{dn}{d\lambda} \right)}. \quad (6.16)$$

La deducerea relațiilor (6.12) - (6.16) am considerat că intensitatea tuturor fasciculelor care interferează este aceeași. Această presupunere este plauzibilă dacă unghiul de incidență al fasciculelor luminoase pe fața lamă este apropiat de unghiul limită, iar lungimea lamei nu este prea mare. Dacă lumina se reflectă pe fața lamei sub un unghi mult diferit de unghiul limită, atunci intensitățile fasciculelor succesive care interferează descresc rapid. Ca rezultat, numărul fasciculelor care interferează efectiv și care determină puterea de separare este mult mai mic decât numărul total de fascicule, N , dat de formula (6.3). Ținînd seama de acest fapt, expresiile pentru puterea de separare și pentru intervalul limită încă separat capătă forma

$$R = \frac{2N_{ef}h \left(n^2 - \sin^2 \varphi - n\lambda \frac{dn}{d\lambda} \right)}{\lambda \sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi}}, \quad (6.17)$$


$$\delta\lambda = \frac{\lambda^2 \sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi}}{2N_{ef}h \left(n^2 - \sin^2 \varphi - n\lambda \frac{dn}{d\lambda} \right)}. \quad (6.18)$$

La limită, adică pentru o lamă suficient de îngustă, numărul efectiv de reflexii de la suprafețele de curbură este egal cu numărul de reflexii

$$N_{eff} = \frac{\sqrt{1-r}}{1-r}, \quad (6.19)$$

în care r este coeficientul de reflexie al fețelor lamei, fiind un coeficient care exprimă atenuarea fasciculelor luminoase datorită pierderilor în lamă pe distanța dintre două reflexii succesive.

În loc al lamei Lummer-Gehrcke obținut se folosește o lamă de sticlă, în formă de două ogeezi în transparență paralele. Meritul este că într-o asemenea lamă, care este în figura 6.2, pentru unghi de incidență se obțin din 60 la 180, dacă unghiul este de 15 la 30 de grade.



La prima vedere lama Lummer-Gehrcke ar părea că este un dispozitiv foarte simplu, însă dificultățile de obținere a unei lame de sticlă suficient de omogenă și de îngustă, deformările acestor, contururile reduse de lumină transmisă cât și constanța ei mică au făcut ca ea să fie aproape complet abandonată.

Eșalonul Michelson. Eșalonul lui Michelson, sau rețeaua de difracție în trepte, a fost inventat în 1898 și a permis studiul unor detalii ale spectrului foarte importante pentru acea vreme.

Eșalonul constă din lame de sticlă individuale, de aceeași grosime, care folosesc drept trepte, în felul acesta, în trepte (fig. 6.3a). Prin urmare, el este de fapt o rețea de difracție de fază prin transparență, având un număr redus de trăsături (trepte), o lărgime mare a trăsăturii și o diferență de drum mare între două fascicule care trec prin cele două trepte vecine (un ordin înalt al spectrului). Pentru ca eşalonul să funcționeze corect, diferențele de drum introduse de toate treptele trebuie să fie egale într-o eroare de precizie de cel puțin $\lambda/4$. Aceasta condiție se realizează făcând toate lamele dintr-o singură placă plan paralelă mare, prelucrată optic cu o precizie de $1/10$. Lamele se assemblează astfel încât să fie în contact optic între ele. Tot identice trebuie să fie și arăburile treptelor, însă cu o precizie ceva mai mică.

Expresia pentru dispersia unghiulară a eşalonului, puterea lui de rezoluție și constanta sa sunt ușor de dedus, exact la fel cum au fost stabilite formulele analoge pentru rețeaua de difracție. În cazul înălțăii normale a luminii pe eşalon, diferența de drum dintre două fascicule difractate sub unghiul γ pe două trepte vecine ale eşalonului, ca și cum rezultă din considerații geometrice elementare (v. fig. 6.3a), este egală cu

$$\Delta_0 - \Delta_1 = \Delta_1 - \Delta_2 = ah = h(\cos \alpha - \cos \gamma), \quad (6.20)$$

h fiind înălțimea, iar l - grosimea unei trepte; n este indicele de refracție al lamelor eşelonului.

Condiția pentru maxime de interferență va fi, în acest caz, ca

$$nh = l \cos \varphi = l \sin \varphi = k\lambda, \quad (6.21)$$





Fig. 6.3. Eşelonul (scărișă) lui Michelson: a - prin transparență; b - prin reflexie.

Expresia pentru dispersia unghiulară a eşelonului se obține imediat, diferențind relația (6.21) în raport cu λ . Pentru unghiuri mici de difracție ($\varphi \approx 0$)

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{1}{l} \left(\frac{n-1}{\lambda} - \frac{dn}{d\lambda} \right). \quad (6.22)$$

Formulele pentru calculul eşelonului, și pentru precizia lui de rezoluție, când nu se ține seama de dispersia materialului lamelor, se pot obține substituind în (6.1) și (6.2) valoarea lui Δ , din (6.20). Considerând $\varphi \approx 0$, obținem

$$\Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{h(n-1)}. \quad (6.23)$$

și

$$R = \frac{N(n-1)h}{\lambda} \quad (6.24)$$

Aici N este numărul de trepte ale eselonului. Relațiile care țin cont de dispersia materialului lamelor sînt de forma

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{h\left(n-1-\lambda \frac{dn}{d\lambda}\right)} \quad (6.25)$$

și

$$R = Nh \left(\frac{n-1}{\lambda} - \frac{dn}{d\lambda} \right) \quad (6.26)$$

Distribuția intensității în câmpul difracției al eselonului se poate calcula din distribuția corespunzătoare pentru rețeaua de difracție (v. 2.12), unde

$$I = I_1(u)I_2(v), \quad (6.27)$$

unde

$$I_1(u) = \frac{\sin^2 u}{u^2} \text{ și } I_2(v) = \frac{\sin^2 vN}{\sin^2 v}$$

Pentru determinarea mărimilor u și v , care apar în relația (6.27), trebuie să punem $t = b - l$, deoarece constanta rețelei este egală, în acest caz, cu lățimea porții transparente a înălțurii. Mărimea Δ_0 se determină din expresia (6.20):

În acest caz, Δ_0 este egală cu zero totdeauna, indiferent de valoarea lui u (distanta z este egală cu zero). În acest caz, funcția $I_1(u)$ (distanta z este egală cu zero) va avea un singur maxim principal al funcției $I_1(u)$ (distanta z este egală cu zero) și va avea două maxime principale vecine ale funcției $I_2(v)$. În acest caz, funcția $I_2(v)$ va avea două maxime principale vecine ale funcției $I_2(v)$ (distanta z este egală cu zero) și va avea două maxime principale vecine ale funcției $I_2(v)$ (distanta z este egală cu zero). În acest caz, funcția $I_2(v)$ va avea două maxime principale vecine ale funcției $I_2(v)$ (distanta z este egală cu zero) și va avea două maxime principale vecine ale funcției $I_2(v)$ (distanta z este egală cu zero).




Fig. 6.4 a) și b) Distribuția intensității în câmpul difracției al eselonului

Dacă diferența de drum dată de relația (6.20), pentru $z = 0$, este egală cu un număr întreg de lungimi de undă, atunci va apărea un singur maxim de interferență, care coincide cu maximul principal al funcției $I_1(u)$ (fig. 6.4 a); în caz contrar se vor observa două maxime de interferență (fig. 6.4 b).

Pentru unghiuri de incidență mici, lărgimea unghiulară a maximului funcției $I_1(u)$ este egală cu $\Delta_1 \varphi = 2\lambda/l$, iar distanța (tot unghiulară) dintre maximele principale vecine ale funcției $I_2(r)$ va fi $\Delta\varphi = \lambda/l$. Această mărime definește domeniul dispersiei unui eșelon, în care nu se vor produce suprapunerii.

Întrucît valorile lui l pentru o rețea în trepte sînt de obicei de ordinul a 1 mm, adică de aproximativ 10^3 ori mai mari decît pentru o rețea obișnuită, lărgime unghiulară a spectrului dat de un eșelon este foarte mică. Pentru $\lambda = 5000 \text{ \AA}$, ea va fi egală cu $\Delta\varphi = 5 \cdot 10^{-4}$ radian. De aceea, pentru observarea spectrelor obținute cu un eșelon se folosește de obicei obiective fotografice cu distanța focală mare. De exemplu, pentru un obiectiv fotografic $F' = 2 \text{ m}$, mărimea liniară a domeniului de dispersie este $\Delta l = F'\Delta\varphi = 1 \text{ mm}$.

Din cauza valorii foarte mici a constantei $\Delta\lambda$, eșelonul se cuplează de obicei cu un monocromator sau cu un spectrograf. În acest caz, eșelonul este plasat fie între obiectivul colimatorului și sistemul de dispersie al spectrografului (montaj interior), fie în fasciculul de lumină paralel, dat de un colimator special, a cărui fantă de intrare este fanta de ieșire a monocromatorului (montaj exterior). Una dintre schemele posibile de montare a eșelonului Michelson este dată în figura 6.5.

Eșelonul este foarte sensibil la variațiile de temperatură. Din această cauză, el este de obicei termostatat cu grijă, fiind introdus într-o încălță pusă în legătură cu un rezervor mare, care conține apă la temperatura camerei. Aceasta permite menținerea unei temperaturi constante, cu o precizie de pînă la $0,01^\circ\text{C}$, chiar și în cazul unor expuneri lungi.

Eșelonul Michelson se utilizează în prezent relativ rar. Acest lucru este determinat de dificultățile tehnice de realizare și de folosire a lui. În afară de aceasta, el are o serie de neajunsuri principale — un domeniu mic de dispersie și o distorsionare importantă a strălucirii, chiar pentru liniile cu lungimi de undă apropiate, din cauza dependenței deosebit de puternice a funcției $I_1(u)$ de unghi.

În afară de eșelonul Michelson transparent, se folosește și eșelonul prin reflexie (v. fig. 6.3 b). Teoria lui a fost pusă la punct încă de către Michelson, însă din cauza unei întregi serii de dificultăți tehnice, mult timp această idee nu a fost pusă în practică. Un eșelon prin reflexie a fost realizat prima dată de către Williams, în 1933.




Fig. 6.5 Schema dispunerii unui monocromator prealabil și a eșelonului Michelson.

Spre deosebire de eșelonul transparent, confecționat din sticlă optică de înaltă calitate, eșelonul prin reflexie poate fi făcut din cuarț topit. Cuarțul topit are un coeficient de dilatare termică mic, ceea ce micșorează sensibilitatea eșelonului la variațiile de temperatură. În schimb, cerințele față de calitatea prelucrării suprafețelor eșelonului prin reflexie sînt de patru ori mai mari decît pentru eșelonul transparent.

La aceeași dimensiune, eșeloniul Michelson prin reflexie are o putere de separare și o dispersie substanțial mai mare decât eșeloniul transparent. Acest fapt este determinat de diferența optică de drum optic dintre fasciculele care interferează, care este mult mai mare. Într-adevăr, în cazul unei unghiuri de incidență și de difracție mici, diferența de drum dintre fasciculele reflectate de două trepte vecine este

$$\Delta_{refl} = \Delta' + \Delta'' = 2h.$$

în timp ce pentru eșeloniul transparent

$$\Delta_0 = (n - 1)h.$$

Pentru $n = 1,5$, vom avea $\Delta_{refl} = 4\Delta_0$. De asemenea, puterea de separare și dispersia unui eșelon prin reflexie sînt de circa patru ori mai mari decât ale eșelonului transparent corespunzător.

Eșeloniul Michelson-Williams este un etalon de mare putere de separare care poate fi folosit pentru studiul vacuului ultraviolete. În cazul avansatelor enumerate, numărul de corectări efectuate cu ajutorul eșelonului Michelson-Williams rămîne totuși destul de mic. Acest fapt se explică, probabil, prin dificultățile tehnice de realizare a unor eșeloni prin reflexie de calitate.

Etalonul Fabry-Perot. Etalonul Fabry-Perot, denumit și interferometrul Fabry-Perot, este în prezent principalul aparat folosit pentru obținerea unei rezoluții spectrale mari. Funcționarea lui se bazează pe trecerea luminii între două suprafețe plan-paralele, divizoare de lumină. Etalonul poate fi realizat sub formă unei lame cu fețe plan-paralele din sticlă sau din cuarț, pe ambele fețe ale acesteia fiind depuse straturi reflectante, divizoare (fig. 6.6 a) sau sub forma a două oglinzi plane, semitransparente, așezate paralel una față de alta și separate printr-un strat de aer (fig. 6.6 b).




Fig. 6.6. Diferența de drum optic. a) etalonul Fabry-Perot dintr-o placă de sticlă cu fețe paralele acoperite cu pelicule reflectante; b) etalonul Fabry-Perot din două plăci din aer.

La trecerea unui fascicul de lumină prin etalon, datorită reflexurilor multiple pe suprafețele semitransparente, se formează o serie de fascicule luminoase paralele. Diferența de drum dintre fasciculele vecine poate fi calculată din considerații geometrice, analog modului în care a fost calculată pentru lama Lummer. Ea este egală cu

$$\Delta_0 = 2tn \cos \varphi, \quad (6.28)$$



în cazul în care oglinzile sunt depuse pe cele două fețe ale unei lame plan paralele, și cu

$$\Delta_0 = 2l \cos \varphi, \quad (6.29)$$

pentru etalonul cu lamele separate printr-un strat de aer. În ambele cazuri φ este unghiul sub care se reflectă razele de lumină pe fețele oglinzi.

Condiția de formare a unui maxim de interferență are în acest caz forma

$$2l \cos \varphi = k\lambda, \quad (6.30)$$



(a) etalon cu două lamele paralele, distanțate de l ; (b) frunze de etalon cu două lamele paralele, distanțate de l .

pentru etalonul cu lamele paralele, cu

$$2l \cos \varphi = k\lambda, \quad (6.31)$$

pentru etalonul cu lamele separate printr-un strat de aer. În ultimul caz, unghiul ψ , sub care razele se reflectă de suprafața aerului, este legat de unghiul φ prin relația

$$\sin \psi = n \sin \varphi,$$

iar condiția (6.31) se poate scrie și sub forma

$$2l \cos^2 \psi = k\lambda, \quad (6.32)$$

Condiția pentru maxim, (6.30) — (6.31), este satisfăcută pentru toate razele care formează cu normala la suprafața unghiul φ . Din această cauză, dacă în spațiul etalonului se așază o lentilă, atunci în planul său focal se vor observa o serie de cercuri luminoase, care corespund condiției $2t \cos \varphi_1 = k\lambda$, $2t \cos \varphi_2 = (k+1)\lambda$ s.a.m.d. (fig. 6.7). Acest tablou este tipic pentru interferența în orice placă plan paralelă. Numai că într-o placă obișnuită coeficientul de reflexie este $r = 3-5\%$, deci o atenție foarte rapidă a fasciculelor (dată cu mărirea rânăului de reflexie, pe cînd pentru etalon, r fiind aproape de 100% , aici intensitatea fasciculului următor se deosebeste foarte puțin de intensitatea fasciculului precedent). Ca rezultat, rânăul efectiv al fasciculelor care interferează este mare. Ori, tocmai acest fapt determină acea mare putere de separare a etalonului Fabry-Pérot.

În prezent, etalonul Fabry-Pérot a înlocuit aproape total din practica spectroscopică alte tipuri de aparate de înaltă rezoluție. El se construiește într-o gamă largă de variante care au atins un grad înalt de perfecțiune, iar procedeele de utilizare se renouăse recent. Din această cauză, vom examina, pe larg, în următoarele paragrafe, caracteristicile de bază ale etalonului, construcția sa și metoda de lucru cu el. O expunere detaliată a acestor probleme se poate găsi și în lucrările [21—23].

§ 2 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETALONULUI FABRY-PÉROT

Pentru examinarea principalelor caracteristici ale unui etalon Fabry-Pérot ne vom mărgini numai la etalonul format din două suprafețe reflectante paralele, între oglinzi fiind un strat de aer, a cărui teorie este substanțial mai simplă decît cea pentru etalonul format dintr-o singură lamă de sticlă sau de cuarț. În afară de aceasta, în prezent, etaloanele cu spațiul dintre lame din aer se folosesc mult mai frecvent în practica laboratoarelor.

Dispersia. Formula dispersiei unghiulare a etalonului se obține diferențind expresia (6.20) în raport cu λ

$$d\varphi/d\lambda = -k/2t \sin \varphi. \quad (6.33)$$

Eliminînd pe k din (6.30) și (6.33), obținem

$$d\varphi/d\lambda = -1/\lambda \operatorname{tg} \varphi. \quad (6.34)$$

Pentru unghiuri φ mici, se poate pune $\operatorname{tg} \varphi \approx \varphi$ și

$$d\varphi/d\lambda = -1/\lambda \varphi. \quad (6.35)$$

Din (6.34) rezultă că dispersia tuturor etaloanelor este aceeași, independent de grosimea lor și de alți parametri. Aproape de normală dispersia devine infinită. Semnul minus înseamnă că, odată cu creșterea unghiului de observare, se micșorează lungimea de undă pentru care se produce maximumul corespunzător.

Constanta etalonului. Pentru determinarea distanței unghiulare dintre cercurile vecine, care corespund unei anumite lungimi de undă, diferențiem (6.30) în raport cu k :

$$2t \sin \varphi \Delta \varphi = \lambda \Delta k.$$

Punînd $\Delta k = 1$, obținem

$$\Delta \varphi = 1/\lambda (2t \sin \varphi). \quad (6.36)$$

Cunoscând distanța unghiulară dintre cercuri, $\Delta\varphi$, și dispersia unghiulară a etalonului, nu este greu de găsit intervalul de lungimi de undă care corespunde distanței dintre două cercuri vecine, sau constanta etalonului

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta\varphi}{d\varphi/d\lambda} = \frac{\lambda^2}{2l \cos \varphi}. \quad (6.37)$$

Pentru unghiuri de incidență mici, $\cos \varphi \approx 1$ și

$$\Delta\lambda \approx \lambda^2/2l. \quad (6.38)$$

Constanta etalonului se mai poate exprima și în numere de undă, $\tilde{\nu} = 1/\lambda$. Atunci

$$\Delta\tilde{\nu} = \Delta\lambda/\lambda^2 = 1/2l. \quad (6.39)$$

Funcția de aparat. Calculul funcției de aparat a etalonului Fabry-Perot se efectuează analog calculului aceleiași funcții pentru rețeaua de difracție (v. cap. 2).

Să examinăm cazul în care cele două oglinzi ale etalonului sunt separate printr-un strat de aer. Vom considera dimensiunile oglinzilor suficient de mari pentru a nu fi nevoie să ținem cont de difracția de la marginile lor și de fasciculele înclinate care să depășească conturul aparatului. Fie ca ambele oglinzi să aibă același coeficient de reflexie, r , același coeficient de absorbție, ε , și același coeficient de transmisie, τ ($r + \varepsilon + \tau = 1$). Deoarece r , ε și τ sunt coeficienți pentru intensitate, adică pentru pătratul amplitudinii, coeficienții corespunzători pentru amplitudine vor fi \sqrt{r} , $\sqrt{\varepsilon}$ și $\sqrt{\tau}$. După fiecare trecere a fasciculului de lumină prin stratul reflectant, amplitudinea undei se modifică de $\sqrt{\tau}$ ori, iar după reflexie de \sqrt{r} ori.

Ecuatia vibrației luminoase pentru unda incidentă pe etalon poate fi scrisă sub forma

$$S = \tau A \exp[i(\omega t + \varphi_0)],$$

A fiind amplitudinea vibrației, ω — frecvența circulară, iar φ_0 — faza vibrației.

Pentru primul fascicul care trece prin cele două straturi oglinzi, fără reflexie, se poate scrie

$$S_1 = \tau A \exp[i(\omega t + \varphi_1)].$$

Pentru cel de al doilea fascicul, care, în afară de cele două treceri prin oglindă, a suferit și două reflexii, avem

$$S_2 = \tau r A \exp[i(\omega t + \varphi_1 + \delta)].$$

Aici $\delta = 2\pi\Delta_0/\lambda$ este variația fazei vibrației datorită parcurgerii de către fascicul a diferenței de drum Δ_0 .

În mod corespunzător, pentru fasciculul de ordinul k avem

$$S_k = \tau r^{k-1} A \exp[i(\omega t + (k-1)\delta)].$$

Pentru obținerea rezultatului final al interferenței efectuăm însumarea tuturor vibrațiilor

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} S_k = A \tau \exp[i(\omega t + \varphi_1)] \sum_{k=1}^{\infty} r^{k-1} \exp[i(k-1)\delta].$$

Această sumă reprezintă o progresie geometrică infinită, a cărei sumă a termenilor este egală cu

$$S = \frac{A\tau \exp[i(\omega t + \phi_1)]}{1 - re^{i\delta}}$$

Pentru determinarea intensității luminii care trece prin etalon, înmulțim această mărime cu mărimea complex conjugată. Atunci

$$I = SS^* = I_0 \frac{\tau^2}{(1 - r)^2 + 4r \sin^2(\delta/2)} \quad (6.40)$$

Expresia obținută poate fi scrisă de forma lui Airy. Graficul acestor funcții pentru diferite valori ale lui r este dat în figura 6.8. La deducerea relației (6.40) nu am ținut seama de variațiile posibile ale fazei datorită reflexiei. Însă ele nu influențează rezultatul final, deoarece sînt echivalente unei variații regulate a grosimii etalonului.

Pentru etalonul format dintr-o lamă de sticlă, cu fețele semimarginate, este necesar să se țină cont de pierderile prin absorbție a lamii din sticlă. În acest caz, expresia intensității luminii care trece prin etalon are forma

$$I = \frac{I_0 \tau^2 \eta}{(1 - \eta r)^2 + 4\eta r \sin^2(\delta/2)}, \quad (6.41)$$

în care η este coeficientul de transmisie a luminii în grosimea lamei de sticlă.

Din relațiile (6.40) și (6.41) se vede că maximele funcției I se produc când $\delta/2 = k\pi$, ceea ce corespunde la $\Delta_0 = k\lambda$. Intensitatea într-un maxim, pentru etalonul cu strat de aer ($r = 1$), este egală în acest caz cu

$$I_{\max} = \frac{I_0 \tau^2}{(1 - r)^2} \quad (6.42)$$

În cazul în care nu există pierderi prin absorbție în oglinzi, $1 - r = \tau$, iar $I_{\max} = I_0$, adică toată energia transmisă de sursă în direcția maximumului trece prin etalon. Mărimea

$$T = \frac{I}{I_{\max}} = \frac{\tau^2}{(1 - r)^2} \quad (6.43)$$




Fig. 6.8. Graficul funcției I/I_{\max} din relația (6.40) pentru diferite valori ale lui r . Curbele sunt pentru $r = 1$, $r = 0.9$ și $r = 0.5$. Se vede că maximele funcției I se produc când $\delta/2 = k\pi$, ceea ce corespunde la $\Delta_0 = k\lambda$.

se numește, de obicei, transmisia etalonului în maxim. Ea depinde de coeficientul de absorbție al stratului reflectant, $\epsilon = 1 - r = \tau$, astfel încât pentru r mare această dependență devine mai importantă. În tabelul 6.1 este dată transmisia unui etalon în maxim, pentru diferite ϵ și r .

Transmisia în maxim (T), contrastul $\gamma = I_{\max}/I_{\min}$ și numărul efectiv de fascicule N_{ef} ale etalonului Fabry-Pérot în funcție de coeficientul de reflexie r și de coeficientul de absorbție, ε

$r, \%$	$T, \%$, pentru								γ	N_{ef}
	$\varepsilon = 1\%$	$\varepsilon = 2\%$	$\varepsilon = 3\%$	$\varepsilon = 4\%$	$\varepsilon = 5\%$	$\varepsilon = 6\%$	$\varepsilon = 7\%$			
80	10	81	72	64	56	49	42	81	14	
82	89	79	69	60	52	44	37	102	16	
84	88	77	66	56	47	39	32	132	18	
86	86	73	62	51	41	33	25	176	21	
88	84	69	57	44	34	25	17	240	24	
90	81	64	49	36	25	16	9	360	30	
92	77	56	39	25	14	6	1,6	580	38	
94	70	44	25	11	3	0	-	1040	51	
96	57	25	6	-	-	-	-	2460	77	
97	44	11	0	-	-	-	-	4660	104	
98	25	-	-	-	-	-	-	9860	156	

Împărțind (6.40) la (6.42) vom obține distribuția intensității în unități relative

$$\frac{I}{I_{\max}} = \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}}. \quad (6.44)$$

Pentru o anumită grosime a etalonului, maximum acestei funcții este cu atât mai îngust, cu cât este mai mare r , și nu depinde de celelalte mărimi. Minimum funcției de aparat, așa cum rezultă din (6.40), corespunde lui $\sin(\delta/2) = 1$. Intensitatea luminii ce trece prin aparat este egală cu

$$I_{\min} = \frac{I_0 \tau^2}{(1+r)^2}.$$

Raportul dintre intensitatea în maxim și intensitatea în minimum a funcției de aparat, $\gamma = I_{\max}/I_{\min}$, se numește contrastul etalonului. Evident,

$$\gamma = \left(\frac{1+r}{1-r} \right)^2 \quad (6.45)$$

și depinde doar numai de r . După cum se vede din figura 6.6, datorită reflexiilor multiple ale fasciculului luminos de oglinzile etalonului Fabry-Pérot, în afara sistemului de fascicule luminoase care suferă un număr par de reflexii și care se propaga în direcția fasciculului de lumină incident pe etalon, se formează și un sistem de fascicule care suferă un număr impar de reflexii pe oglinzi. Rezultatul interferenței acestor fascicule, care se propagă în direcția reflexiei de oglindă pe fețele etalonului, se poate obține procedeu analog cu și pentru lumina care trece prin etalon. Diferența dintre aceste cazuri constă în următoarele. Pentru lumina care trece prin etalon, intensitățile tuturor fasciculelor venite se adesebesc, făcând puțină diferență, pe cel din cazul luminii reflectate, primul fascicul depășește cu intensitate toate celelalte fascicule care interferează și se distinge prin defazajul său.

Se poate arăta că tabloul de interferență observat în lumină reflectată este complementar celui observat în lumina transmisă. Să ne vom gândi, astfel, că este, de fapt, numai o absență a pierderilor datorită absorbției. Pentru

unghiurile sub care în lumină transmisă se observă un maxim de interferență îngust, în lumină reflectată se va observa un minim îngust (fig. 6.9). Dacă în lumină transmisă cîteva linii dau sisteme distincte de cercuri, în lumină reflectată contrastul tabloului se reduce considerabil, chiar în cazul în care




Fig. 6.9. Distribuția intensităților în lumină transmisă (prin etalon) (a) și în lumină reflectată (b).

radiația sursei conține numai două linii spectrale, fiindcă peste sistemul de cercuri luminoase largi, cu intervale întinse înguste, se suprapune un alt sistem de cercuri luminoase largi. De aceea, exceptînd situații foarte rare, întotdeauna etalonul se folosește numai în lumină transmisă.

Putere de separare. Pentru determinarea puterii de separare a etalonului Fabry-Perot nu mai putem folosi criteriul Rayleigh, deoarece, în acest caz, conturul instrumental nu prezintă maxime și minime secundare. De obicei, se consideră că etalonul Fabry-Perot separă încă două linii dacă acestea se află la o distanță $\delta\lambda$, egală cu semilărgimea acestor linii. Pentru determinarea lui vom folosi relația (6.44), punînd în ea $I/I_{\max} = 0,5$

$$0,5 = \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}} \quad (6.16)$$

Dacă maximum conturului instrumental corespunde lui $\delta/2 = k\pi$, atunci punctului de pe contur în care $I = 0,5 I_{\max}$ îi corespunde $\delta/2 = (k + \Delta k)\pi$ (Δk fiind o parte fracționară mică a ordinului). Evident, pentru Δk mic,

$$\sin (k + \Delta k)\pi \approx \sin \Delta k\pi \approx \Delta k\pi.$$

Substituind în (6.16)

$$\sin^2 (\delta/2) = (\Delta k\pi)^2,$$

vom obține valoarea lui Δk

$$\Delta k = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{r}{1-r}}. \quad (6.16')$$

Distanța δk dintre două linii care se află la limita de separație, exprimată prin fracțiuni de ordin, este egală cu dublul distanței Δk

$$\delta k = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{r}} \quad (6.47)$$

Pentru unghiuri mici de incidență a luminii pe etalon, conform cu (6.30)

$$k = 2t/\lambda. \quad (6.48)$$

Diferențiind această expresie, obținem

$$\lambda \delta k + k \delta \lambda = 0,$$

de unde

$$R = \lambda \delta \lambda = k / \delta k. \quad (6.49)$$

Înlocuind în (6.49) valoarea lui k din (6.48) și pe a lui δk din (6.47), obținem, pentru puterea de separare a etalonului,

$$R = \frac{2\pi t}{\lambda} \cdot \frac{\sqrt{r}}{1 - r}. \quad (6.50)$$

Intervalul minim care mai poate fi separat, exprimat în lungimi de undă, va fi dat de expresia

$$\delta \lambda = \frac{\lambda^2(1 - r)}{2\pi t \sqrt{r}}. \quad (6.51)$$

În cazul unor coeficienți de reflexie mari, putem înlocui pe \sqrt{r} cu unitatea și atunci, cu o precizie de pînă la cîteva procente, obținem

$$R = \frac{2\pi t}{\lambda(1 - r)} \approx \frac{6t}{\lambda(1 - r)}. \quad (6.52)$$

Prin urmare, puterea de separare este direct proporțională cu grosimea etalonului, t .

Prin analogie cu expresia puterii de separare a rețelei, pentru etalon se poate scrie

$$R = k N_{ef} = \frac{2t}{\lambda} N_{ef}. \quad (6.53)$$

Aici N_{ef} este numărul efectiv de fascicule, adică acel număr de fascicule de intensitate egală, care asigură aceeași putere de separare ca și o succesiune infinită de fascicule a căror intensitate este mereu descrescătoare.

Din relațiile (6.49) și (6.53), ținînd cont și de (6.47), găsim numărul efectiv de fascicule

$$N_{ef} = \frac{1}{\delta k} = \frac{\pi \sqrt{r}}{1 - r}. \quad (6.54)$$

Din (6.54) se vede că numărul efectiv de fascicule este egal cu numărul melilor de interferență care pot fi deosebite în intervalul dintre două ordine

veine. Pentru diferite valori ale coeficientului de reflexie valorile lui Δ_{cl} sînt date în ultima coloană a tabelului 6.1.

La deducerea expresiilor pentru puterea de separare și pentru numărul efectiv de fascicule am considerat convențional că liniile separate încă la limită se află la o distanță $\delta\lambda$ egală cu semilărgimea lor. Adăncitura din conturul rezultat al celor două linii de intensitate egală va fi, în acest caz, de circa 17 %. Dacă plecăm de la condiția ca această adăncitură din conturul rezultat a celor două linii să fie 20 % (conturul Rayleigh), atunci în relațiile (6.50) și (6.54), în loc de π va apărea factorul 2,98.

Funcția de aparat și puterea de separare a unui etalon real. Din analiza efectată rezultă că puterea de separare și contrastul unui etalon Fabry-Pérot crește substanțial odată cu mărirea coeficienților de reflexie ai oglinzilor, tinzînd la limită la infinit, pentru $r \rightarrow 1$.

În prezent se obțin ușor oglinzi cu strat dielectric, pentru care r diferă foarte puțin de unitate. Totuși, în cazul folosirii oglinzilor cu coeficienți de reflexie atît de mari, puterea de separare reală este cu mult mai mică decît cea teoretică, dată de relația (6.50). Acest fapt se explică prin aceea că conturul instrumental real al unui etalon se deosebește substanțial de conturul dat de funcția Airy (6.40), dedusă pentru etalonul ideal cu suprafețele perfect plane, strict paralele și infinite. În realitate, oglinzile unui etalon au dimensiuni finite, nu sînt perfect plane și nu sînt riguros paralele. Difractia luminii pe oglinzi cu dimensiuni finite determină o anumită abatere a distribuției reale a energiei față de cea dată de relația (6.40). Pentru cercetările spectroscopice obișnuite influența difracției este puțin importantă. Însă ea capătă o importanță cu totul esențială în cazul în care interferometrul Fabry-Pérot este folosit ca rezonator deschis pentru un laser.

O consecință cu mult mai importantă a dimensiunilor finite ale oglinzilor o constituie vîmetarea fasciculelor după o serie de reflexii. Totodată ea este cu atît mai mare, cu cît este mai mare unghiul sub care se observă maximum. Aceasta are drept consecință faptul că intensitatea fasciculelor unui etalon cu oglinzi de dimensiuni finite scade mult mai repede decît în cazul etalonului cu suprafețe infinite. Drept urmare este mășorarea numărului efectiv de fascicule și a puterii de separare a etalonului. Influența vîmetării devine deosebit de importantă pentru etaloanele care au o grosime mare și coeficienți de reflexie mari ai oglinzilor.

Pentru a înțelege efectul abaterii oglinzilor de la planitate asupra formei conturului instrumental, să ne imaginăm că etalonul este format dintr-un ansamblu de porțiuni care au grosimile puțin diferite. Evident, fiecare dintre aceste porțiuni ale etalonului va forma sistemul său de mele, decalut față de sistemul de mele format de celelalte porțiuni. Acest fapt determină o lărgire a conturului instrumental. Cantitatea totală de energie concentrată într-un anumit unghi rămîne aceeași ca și în cazul etaloanelor cu oglinzi ideale, însă intervalele în care se mășorează datorită lărgirii conturului.

Pentru a analiza problema preciziei necesare de prelucrare a suprafețelor, să presupunem că sînt admise abateri de la planitate, care provoacă lărgiri ale conturului instrumental, egale cu lărgimea conturului instrumental al etalonului corespunzător, cu oglinzi ideale. Căutînd aceste lărgiri este clar, întrucît ea depinde de forma defectelor și de distanța lor pe suprafața oglinzii. Pentru o evaluare orientativă a lărgirii conturului datorită erorilor de prelucrare a oglinzilor, să admitem că două elemente de etalon sînt deosebesc cu grosimea ΔL . Deplasările melelor formate de ele este clar, că

exprimate în fracțiuni de ordin, pot fi determinate diferențund (6.30) în raport cu t . În cazul unor unghiuri de incidență mici

$$\Delta k = \frac{2}{\lambda} \Delta t. \quad (6.55)$$

În ipoteza că această deplasare nu trebuie să depășească lărgimea conturului instrumental, δk , atunci se poate stabili relația dintre coeficientul de reflexie al oglinzilor și precizia necesară prelucrării lor. Comparind valorile lui Δk și δk , date de relațiile (6.55) și (6.47), obținem

$$\Delta t = \frac{1}{2\pi} \frac{1-r}{\sqrt{r}} \lambda. \quad (6.56)$$

Pentru oglinzile cu coeficienți de reflexie mari, $\sqrt{r} \approx 1$ și deci

$$\Delta t \approx \frac{1}{2\pi} (1-r)\lambda. \quad (6.57)$$

Așadar, cu cât este mai mare coeficientul de reflexie, cu atât se impune precizie mai multă pentru prelucrarea oglinzilor. Astfel, dacă $r = 85\%$, atunci $\Delta t = \lambda/40$, pe când pentru $r = 94\%$, $\Delta t = \lambda/100$.

Prin urmare, pentru ca defectele suprafețelor etalonului să nu provoace o lărgire sensibilă a conturului instrumental și deci o micșorare a puterii de separare, o oglindă cu $r = 85\%$ trebuie să fie prelucrată cu o eroare mai mică de $\lambda/40$, iar o oglindă cu $r = 94\%$, cu o eroare mai mică de $\lambda/100$.

Aceeași eroare, Δt , este admisibilă și pentru fixarea paralelismului celor două oglinzi plane. Dacă dimensiunile oglinzii sînt D , atunci unghiul dintre ele trebuie să fie mai mic decît $\Delta t/D$.

Relația (6.57) are un caracter aproximativ. De că aria defectelor este mică față de dimensiunile oglinzii, atunci chiar abateri relativ mari de la planitate au o contribuție neînsemnată la formarea conturului instrumental. Din această cauză, în realitate sînt acceptabile oglinzi de o calitate ceva mai slabă decît rezultă din relația (6.57).

Uneori se poate obține o mărire a puterii lui de separare diafragmînd etalonul și deci micșorînd astfel influența erorilor suprafețelor. Însă în acest caz trebuie să se țină seama de faptul că pentru deschideri mici ale etalonului începe să aibă un rol mai important vinetarea fasciculelor înclinate, ceea ce micșorează, la rîndul ei, puterea de separare.

Defectele suprafeței oglinzilor lărgesc conturul instrumental micșorînd totuși puțin, acestă strălucirea în maximum tabloului de interferență. Strălucirea din numărul rîmurilor este deslășuită în acest caz. Drept rezultat asistăm la o micșorare a contrastului unui aparat real în comparație cu contrastul aparatului ideal corespunzător. Relația dintre calitatea prelucrării suprafeței și coeficientul de reflexie optim al oglinzilor trebuie avută totdeauna în vedere. Adoptarea unui coeficient de reflexie exagerat de mare pentru unele oglinzi de o calitate slabă duce la pierderi de energie. Într-adevăr, pentru o eroare a prelucrării suprafeței Δt , dată, coeficientul de reflexie are o valoare cu mult mai mare decît cea dată de formula (6.57); atunci lărgimea conturului instrumental va fi complet determinată numai de defectele oglinzilor. Cantitatea de energie ce poate trece însă prin etalon scade cu creșterea coeficientului de reflexie. Acest fapt este datorat îngustării conturilor descrise de funcția Airy,

iar în cazul în care există pierdere datorită mieșorului transmisiei în maxim (v. tab. 6.1).

Un tablou complet analog se obține prin îngustarea fantei unui spectrograf până la o valoare mai mică decât lățimea normală: puterea de separare nu se mărește, iar cantitatea de energie utilă scade.

Până la apariția straturilor dielectrice, puterea de separare a etalonului era limitată de coeficientul de reflexie, a cărui valoare de 80–90% nu putea fi depășită. În prezent, un coeficient de reflexie de 97–98% poate fi atins cu ușurință. Din această cauză, principalul motiv al limitării puterii de separare a etalonului îl constituie defectele suprafețelor. Conform relației (6.49), puterea de separare este $R = \lambda \delta\lambda$, unde $\delta\lambda$ este lățimea conturului instrumental. Dacă lățimea conturului instrumental este determinată numai de defectele oglinzilor, atunci $\delta\lambda$ trece înlocuit cu $\Delta\lambda$. Atunci, folosind expresiile (6.48) și (6.55), găsim că puterea de separare a etalonului real este

$$R = 1/\Delta\lambda = t/\Delta t. \quad (6.58)$$

Deocândată este practic imposibil să se prelucereze suprafețe cu dimensiuni de câțiva centimetri cu o precizie $\Delta t < \lambda/100$.

Și stabilitatea paralelismului cu o precizie cât mai mare este, de asemenea, dificilă. Aceasta înseamnă că pentru un etalon cu o grosime de 100 mm se poate atinge o putere de separare de cel mult $2 \cdot 10^7$. Grosimi mai mari sînt dificil de obținut: în afară de aceasta, valoarea constantei etalonului devine extrem de mică la grosimi mai mari.

Luminozitatea. Să examinăm la început luminozitatea unui etalon lipsit de monocromatizare prealabilă. Iluminarea melilor date de un etalon se determină cu ajutorul strălucirii imaginii și cu ajutorul unghiului solid din interiorul căruiaiese lumina care cade pe suprafața focală. După cum se știe, strălucirea unei imagini este egală cu strălucirea sursei, E , înmulțită cu transmisia sistemului, T . În cazul nostru transmisia etalonului în maxim este exprimată de relația (6.43). Unghiul solid este egal cu $\omega = \pi F^2$, S fiind aria oglinzilor etalonului, iar F — distanța focală a obiectivului care construiește imaginea melilor. Prin urmare, iluminarea în maximum unui inel, dat de etalon, va fi

$$E = TBS/F^2, \quad (6.59)$$

iar luminozitatea în raport cu iluminarea

$$L_{\text{ilum}} = TS/F^2.$$


În cazul înregistrării fotoelectrice a radiației transmise de etalonul Fabry-Pérot mărimea măsurată este fluxul luminos. Pentru separarea radiației de lungime de undă necesară în planul în care se focalizează melul se așază o diafragmă circulară sau melară. Când se explorează tabloul de interferență (v. p. 202), datorită dimensiunilor finite ale diafragmei, conturul instrumental se deosebește esențial de cel dat de curba lui Airy. Alura conturilor instrumentale, pentru diferite diametre ale unei diafragme, este dată în figura 6.10.

Evident, folosirea unei diafragme a cărei lățime spectrală este cu mult mai mare decât lățimea conturului liniei, $\delta\lambda$, nu duce la mărirea fluxului luminos transmis pentru linia care se măsoară. În schimb se micșorează considerabil puterea de separare a spectrometrului. Invers, micșorarea diafragmei până la o valoare cu mult mai mică decât $\delta\lambda$, fără a produce vreo mare sensibilitate a puterii de separare, determină însă micșorarea evidentă a fluxului

luminos incident pe aparat. O soluție de compromis constă în folosirea unei diafragme a cărei lărgime să fie egală cu $\delta\lambda$. În acest caz puterea de separare a aparatului, R' , este de $\sqrt{2}$ mai mică decât cea teoretică

$$R' = R\sqrt{2} \approx 0,7R.$$

Fig. 6.10. Înregistrarea tabloului de interferență pentru valori diferite ale rapoartelor dintre diametrul diafragmei de ieșire și semilărgimea conturului instrumental teoretic al etalonului.



Să calculăm mărimea fluxului luminos transmis de o diafragmă care are lărgimea spectrală $\delta\lambda$.

Fluxul luminos Φ este egal cu iluminarea medie a diafragmei, E , înmulțită cu aria ei, ΔS . Iluminarea medie a diafragmei este dată de relația (6.59), în care transmisia etalonului în maxim, T , trebuie înlocuită cu transmisia lui medie, \bar{T} . Atunci

$$\Phi = T\bar{T} \frac{S}{F^2} \Delta S. \quad (6.60)$$

Dacă raza medie a diafragmei este ρ , atunci aria diafragmei melare înguste, care decupează inelul de ordinul k , va fi egală cu

$$\Delta S = 2\pi\rho\Delta\rho = 2\pi F^2\varphi_k d\varphi, \quad (6.61)$$

φ_k fiind unghiul sub care se observă maximumul de ordinul k , iar $d\varphi$ dimensiunile unghiulare ale diafragmei.

Dacă lărgimea spectrală a diafragmei este $\delta\lambda$, atunci dimensiunile ei unghiulare sînt

$$\delta\varphi = (d\varphi/d\lambda)\delta\lambda$$

și, conform relației (6.35),

$$\delta\varphi = \delta\lambda/\lambda\varphi_k.$$

Atunci aria diafragmei este

$$\Delta S = 2\pi F^2 \frac{\delta\lambda}{\lambda} = \frac{2\pi F^2}{R}. \quad (6.62)$$

Transmisia etalonului pentru unghiurile care nu corespund maximumului este egală, conform relației lui Airy, cu

$$T' = \frac{T}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}}.$$

Pentru calcularea transmisiei medii a etalonului după suprafața diagramei se poate considera că

$$\frac{\delta}{2} = (k + x)\pi,$$

unde x este o parte fracționară mică a ordinului. Atunci

$$T' = \frac{T}{1 + \frac{4r(x\pi)^2}{(1-r)^2}} = \frac{T}{1 + \left(\frac{x}{\Delta k}\right)^2}, \quad (6.63)$$

unde Δk este dat de formula (6.46'). Coeficientul de transmisie mediu după suprafața diagramei, este, evident, egal cu

$$\bar{T} = \frac{1}{2\Delta k} \int_{-\Delta k}^{+\Delta k} T' dx. \quad (6.64)$$

Substituind în (6.64) pe T' din (6.63) și efectuând integrarea, obținem

$$\bar{T} = \frac{\pi}{4} T. \quad (6.65)$$

Înlocuind în (6.60) valoarea lui T din (6.65) și pe ΔS din (6.62), obținem

$$\Phi = \frac{BST}{R} \frac{\pi^2}{2}. \quad (6.66)$$

Așadar, luminozitatea etalonului Fabry-Pérot în raport cu fluxul, pentru o diafragmă inelară, a cărei lățime spectrală este $\delta\lambda$, este egală cu

$$L_{\text{max}} = T \frac{S\pi^2}{2R}. \quad (6.67)$$

O aceeași formulă se poate obține înmulțind factorul geometric al etalonului, u_e , cu transmisia medie după întreaga diafragmă, T ,

$$L_{\text{max}} = Tu_e. \quad (6.68)$$

Factorul geometric al etalonului este egal cu produsul dintre aria oglinzilor, S , și dimensiunile unghiulare ale diafragmei de ieșire, $\Omega = \Delta S/F^2$. Aici ΔS este aria diafragmei, dată de relația (6.62). Prin urmare, $\Omega = 2\pi R$, iar

$$u_e = S\Omega = 2\pi S/R. \quad (6.69)$$

Înlocuind în (6.68) pe T și pe u_e din (6.65) și, respectiv, din (6.69), obținem expresia (6.67).

Din (6.69) rezultă că produsul dintre factorul geometric al etalonului și puterea lui de separare este egal cu

$$Q = u_e R = 2\pi S. \quad (6.70)$$

Factorul geometric al unui spectrometru cu rețea de difracție este $u_r = 2S/R$, unde β este înălțimea unghiulară a fantei (v. cap. 2). Dacă puterile de separare sînt egale, atunci

$$\frac{u_r}{u_e} = \frac{2\pi}{\beta}.$$

De obicei, β nu este mai mare decât $0,1 - 0,01$ și, prin urmare, factorul geometric al unui etalon este mai mare de $60 - 600$ ori decât al unei rețele de difracție. Tot de atâtea ori este mai mare și factorul de calitate al etalonului față de cel al unei rețele. Problemele care se referă la luminozitatea etalonului sînt tratate amănunțit în lucrările lui Jacquinet [6.1 - 6.2].

Pînă acum am evaluat fluxul ce poate fi obținut cu un etalon Fabry-Pérot, folosit fără un monocromator preliminar. În practică însă aproape totdeauna etalonul este cuplat cu un aparat de dispersie prealabilă. Drept asemenea aparate pot fi folosite monocromatoarele sau filtrele interferențiale. În cel de al doilea caz fluxul luminos de la ieșirea din spectrometru este măsurat cu o cantitate absorbită în filtru.

Calculul luminozității sistemului care constă dintr-un etalon și un monocromator este dat în lucrarea [6.3]. Aici ne vom mărgini să dăm numai rezultatele finale.

Fie lărgimea spectrală a fantei monocromatorului $\Delta\lambda$, iar lărgimea spectrală a diafragmei etalonului $\delta\lambda$. Dacă întregul flux separat de monocromator poate trece prin diafragma etalonului, atunci luminozitatea spectrometrului este determinată pur și simplu de luminozitatea monocromatorului înmulțită cu transmisia etalonului.

Dacă fluxul luminos care iese din monocromator este diafragmat de montura oglinzilor etalonului, iar diafragma se înscrie în întregime în imaginea fantei de ieșire a monocromatorului, atunci luminozitatea sistemului este determinată de luminozitatea etalonului, dată de relația (6.67), înmulțită cu coeficientul de transmisie al monocromatorului.

Prezintă interes compararea luminozității sistemului etalon-monocromator, I_{e+m} , cu luminozitatea aceluiasi monocromator, L_m , în cazul unor puteri de separare egale. Se presupune că monocromatorul este capabil, pentru o îngustare corespunzătoare a fantei, ca și etalonul, să separe un domeniu $\delta\lambda$ al spectrului. După cum se arată în lucrarea [6.3],

$$\frac{L_{e+m}}{L_m} = \frac{\tau}{\tau'} \frac{\Delta\lambda}{\delta\lambda}, \quad (6.71)$$

τ/τ' fiind raportul dintre transmisia sistemului etalon-monocromator și transmisia monocromatorului. Dacă transmisia etalonului este aproape unu, atunci acest factor poate fi neglijat. Raportul $\Delta\lambda/\delta\lambda$ poate atinge cîteva zeci. Luminozitatea sistemului etalon-monocromator este de același număr de ori mai mare decât luminozitatea unui monocromator de aceeași putere de separare.

§ 3. TIPURI ȘI VARIANTE CONSTRUCTIVE DE ETALOANE ȘI METODELE DE LUCRU CU ELE

Construcția etalonului. Elementele principale ale etalonului Fabry-Pérot sînt lamele din sticlă sau din cuarț și straturile de reflexie depuse pe ele. De perfecțiunea confecționării lamelor și de calitatea peliculelor reflectante depind în întregime cele mai importante caracteristici ale etalonului.

Lamele unui etalon sînt confecționate din sticlă sau din cuarț topit; grosimea lor este, de obicei, de ≈ 15 mm, iar diametrul de $20 - 60$ mm. Ele nu trebuie să fie plan-paralele, altfel, peste tabloul de interferență dat de etalon se suprapun inele care se formează datorită reflexiei tabloului de interferență de suprafețele lamelor, precum și datorita interferenței razelor pe lama plan-paralelă. Aceste inele pot produce dificultăți în timpul măsurătorilor.

Din această cauză, suprafețele plăcilor formează un unghi de 1-2°. Precizia de realizare a suprafețelor cu stratul reflectant nu trebuie să fie extrem de mare. Este complet suficientă precizia necesară la prelucrarea pieselor optice obținut prin etalare, adică de aproximativ $\lambda/2$. Precizia usă de prelucrare a suprafețelor reflectante trebuie să fie extrem de mare, deoarece toți mai defectele acestor suprafețe înăbușă puterea de separare și contrastul etaloanelor din prezent.

Pentru domeniul vizibil al spectrului se folosesc cu precădere oglinzi dielectrice. De obicei, acoperirea cu mai multe straturi dielectrice se realizează din 5-10 straturi de ZnS și criolit. Grosimea optică a fiecărui strat este de $\lambda/4$. O asemenea oglindă prezintă reflexia maximă într-un domeniu relativ îngust al spectrului. De aceea pentru studiul ntregului domeniu vizibil al spectrului este necesar un set din 3-5 oglinzi.

În ultimii ani au fost realizate straturi dielectrice cu o selectivitate mult mai redusă, dar și pentru ele coeficientul de reflexie este diferit pentru lungimi de undă diferite. Din această cauză, în laboratoarele în care se lucrează cu etaloane Fabry-Pérot este de dorit să existe o instalație specială cu care să se poată depune straturi reflectante care să fie optime pentru rezolvarea unei anumite probleme. Mai remarcăm că coeficientul de reflexie necesar depinde de calitatea oglinzilor. În funcție de problema ce urmează a fi rezolvată, pentru oglinzile date trebuie luat un anumit coeficient de reflexie care să fie optim, ajungându-se la un compromis convenabil între puterea de separare și luminozitate. Uneori se utilizează straturi reflectante combinate, de exemplu, un strat subțire de aluminiu, deasupra căruia se depun câteva straturi dielectrice. Asemenea straturi au un coeficient de reflexie mare, într-un domeniu suficient de larg al spectrului și o absorbție relativ redusă, în comparație cu un strat metalic pur. Pentru domeniul ultraviolet al spectrului se utilizează practic numai oglinzi reflectante de aluminiu, depuse pe plăci din cuarț.

În prezent, industria indigenă livrează numai două tipuri de etaloane Fabry-Pérot HT-51 și HT-28. HT-51 se fabrică în două variante: HT-51-30 și HT-51-150. Prima dintre ele este destinată pentru a fi folosită împreună cu aparatul ИСН-51, atât în poziție interioară, cât și în poziție exterioară (v. p. 201). Pentru poziția interioară etalonul este înzestrat cu un călăreț special pentru susținerea colimatorului spectrografului HT-51-150 este destinat

Tabelul 6.2

Principalele date ale interferometrelor HT-51 și HT-28

Interferometrul	51	28
Domeniul de funcționare, Å	4000-8000, cu lame acoperite cu argint, fluorură de magneziu și sulfură de zinc	2200-3600 cu lame din cuarț cristalin, acoperite cu aluminiu 3400-6000 cu lame din cuarț topit, acoperite cu dioxid de siliciu și dioxid de titan
Diametrul diafragmei de intrare, mm	50	50
Coeficientul de reflexie al oglinzii, %	87-92	80-86, în intervalul 2200-6000 Å; 85-90 în intervalul 3400-6000 Å;
Grosimea inelelor de invar, mm	0,3; 0,6; 1; 2; 3; 4; 5	
Grosimea inelelor de cuarț, mm	6; 7; 8; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 30; 40; 50; 75; 100; 150	

numai pentru poziția exterioară. Interferometrul HT-28 este destinat pentru poziția exterioară față de spectrograful HCH-28. Se înțelege, ambele tipuri pot fi folosite și cu alte aparate de monocromatizare prealabilă. Toate etaloanele conțin truse de inele de distanțare din invar și cuarț, care permit modificarea constantei etalonului în limite largi. În tabelul 6.2 sînt date principalele caracteristici ale acestor aparate.

Punerea la punct. Pentru obținerea unui tablou de interferență cît mai bun, paralelismul oglinzilor etalonului trebuie să fie realizat cu precizia maximă posibilă. El se reglează cu ajutorul a trei șuruburi de ajustare, care acționează asupra unor arcuți care prezintă una dintre oglinzi pe neclul distanțier (fig. 6.11).



Fig. 6.11. Aspectul general al interferometrului Fabry-Pérot HT-28.

Punerea la punct a etalonului cu o distanță între plăci de la 2 pînă la 20 mm nu prezintă, de obicei, dificultăți. Ea se poate efectua cu ajutorul oricărei surse de lumină suficient de strălucitoare, care să emită un număr mic de linii spectrale. Este de dorit ca cu ajutorul unui filtru să se separe numai o singură linie. O sursă de lumină potrivită o constituie lampa cu descărcare luminescentă, cu mercur, de joasă presiune, sau cea cu neon.

Odată cu creșterea grosimii etalonului se mășorează constanta lui. Dacă ea ajunge mai mică decît lărgimea liniilor care se studiază, atunci inelele vecine se contopesc și punerea la punct devine imposibilă. O sursă de lumină ideală pentru punerea la punct a etalonului este laserul cu He-Ne. Linia pe care o emite el este atît de îngustă încît cu ajutorul ei se pot pune la punct etaloane care să poată folosi practic grosimile maxime.




Fig. 6.12. Referitor la explicarea operației de punere la punct a etalonului.

Cel mai răspîndit procedeu de realizare a paralelismului perfect al plăcilor etalonului îl reprezintă observarea inelelor de egală înclinare. Aceste inele sînt localizate la infinit și pot fi observate fie cu ochiul liber, fie cu o lunetă. De obicei, la o ajustare minuțioasă a etalonului, inelele apar dintr-o dată. Prin deplasarea ochiului observatorului (fig. 6.12) de a lungul plăcilor paralele

ale etalonului, dimensiunile mezelor trebuie să rămână constante. Dacă plăcile nu sunt paralele, atunci constanta etalonului, t , variază de-a lungul plăcilor, ceea ce duce la lărgirea sau îngustarea mezelor. La modificarea grosimii este sensibil mai ales centrul tabloului. Cînd plăcile nu sînt perfect paralele, prin deplasarea ochiului mezele apar în centru unul după altul sau invers, se îngustează și dispar.

Cu ajutorul șuruburilor de punere la punct se ajunge la un tablou care nu se mai modifică odată cu deplasarea ochiului de-a lungul întregii suprafețe a plăcilor.

Metoda descrisă este potrivită cînd se lucrează cu etaloane de grosimi medii. Alte metode de punere la punct sînt descrise amănunțit în literatura de specialitate [22].

Influența temperaturii asupra conturului instrumental. Variația temperaturii etalonului precum și a presiunii atmosferice deplasează mezele de interferență. Prin înregistrarea fotografică cu timp de expunere mare, acest fapt poate duce la lărgirea conturului instrumental. Nu este greu de calculat cît se deplasează imaginea mezelor dacă variază temperatura. Să determinăm mai întîi variația ordinului k , odată cu variația grosimii optice a etalonului:

$$\Delta k = \frac{2t}{\lambda} \Delta(nt) = \frac{2t}{\lambda} \frac{dn}{dT} \Delta T + \frac{2n}{\lambda} \frac{dt}{dT} \Delta T.$$

Înlocuind pe dt/dT cu αt , α fiind coeficientul de dilatare liniară) și luînd $n = 1$, obținem

$$\Delta k = \frac{2t}{\lambda} (dn/dT + \alpha) \Delta T.$$

Prin urmare, deplasarea mezelor datorită temperaturii este proporțională cu grosimea etalonului.

Pentru aer $dn/dT \approx -10^{-6}$ grad $^{-1}$, coeficientul de dilatare liniară a invarului este $\alpha \approx 10^{-6}$ grad $^{-1}$. Așadar, variațiile diferenței de drum determinate de dilatarea mezelor distanțoare și, respectiv, de măsorarea indicelui de refracție al aerului datorită creșterii temperaturii se compensează parțial sau total.

Pentru evaluarea preciziei cu care trebuie menținută constantă temperatura, vom face un calcul pentru un etalon al cărui contur instrumental este determinat de eroarea în prelucrarea oglinzilor. Să presupunem că această eroare este de $\lambda/50$. În acest caz, din (6.55) rezultă că putem considera admisibile variații ale lui k datorită temperaturii, ce nu depășesc 1/25. Atunci, dacă nu se ține cont de variația cu temperatura a densității aerului (etalonul este într-o cameră închisă etnecic), putem scrie

$$\Delta k = \frac{2t}{\lambda} \alpha \Delta T \leq \frac{1}{25},$$

de unde, pentru un mel de invar $\Delta T = 1/t$ (cm), respectiv, pentru un mel de cuarț $\Delta T = 2/t$ (cm). Prin urmare, etaloanele cu grosimi de cîțiva milimetri practice nu trebuie termostate. Totuși etaloanele cu grosimi de cîțiva centimetri vor trebui termostatate cu o precizie de zeceimi de grad.

Oscilațiile presiunii atmosferice dau și ele la variația diferenței de drum din etalon. Evaluarea acestei influențe se poate face dacă se consideră că la creșterea presiunii cu 1 mm Hg indicele de refracție al aerului crește cu $2,5 \cdot 10^{-7}$.

Cuplarea etalonului cu un aparat spectral suplimentar. Când se lucrează cu etalonul Fabry Perot, numai cu foarte rare excepții nu este necesară și o descompunere spectrală suplimentară a luminii sursei. Ea va fi necesară numai pentru a separa un anumit domeniu al spectrului care conține o linie sau intervalul ce trebuie studiate și care, ca lățime spectrală, trebuie să fie comparabil cu constanta etalonului. În cazurile simple, în acest scop pot fi utilizate filtrele, însă adesea etalonul este „încercușat” cu aparate spectrale cu prismă sau cu rețea. Există două tipuri de poziții în combinarea etalonului cu un spectrograf: poziția interioară și poziția exterioară.

În poziția interioară (fig. 6.13a) etalonul se așază în fasciculul paralel de lumină, între obiectivul colimatorului și elementul dispersiv al spectrografului. Peste imaginea fantei din suprafața focală a spectrografului se suprapun, în acest caz, benzi transversale, care nu sînt altceva decît fragmente de inele.

Avantajul montării în interior a etalonului îl constituie compactitatea și evitarea introducerii unor piese optice suplimentare, care măresc pierderile de lumină din sistem. Neajunsul însă al acestei scheme constă în cantitatea mare de lumină difuzată. O mare parte din lumina incidentă pe etalon se reflectă pe prima oglindă, după care este difuzată în interiorul spectrografului.

În cazul poziției exterioare (fig. 6.13b), etalonul este plasat în fasciculul de lumină paralel dat de condensorul 1. Inelele sînt localizate în planul focal al obiectivului 2 care coincide cu fanta spectrografului. Obiectivul trebuie să fie bine acromatizat, altfel în planul fantei și deci și pe placa fotografică nu vor fi focalizate simultan inelele de interferență pentru diferitele porțiuni ale spectrului.

Poziția exterioară dă puțină lumină difuzată. În afară de aceasta, dacă dimensiunile etalonului și ale elementului dispersiv sînt diferite, o astfel de schemă poate fi făcută mai luminoasă. Ea permite proiectarea inelelor la diferite scări, după dorință. Însă poziția exterioară este mai voluminoasă, punerea ei la punct fiind mai complicată.

În cazul înregistrării fotoelectrice, în afară de poziția din fața fantei de intrare a monocromatorului poate fi utilizată și poziția exterioară a etalonului, în spatele fantei de ieșire a acestuia.




Fig. 6.13. Scheme de cuplare a unui etalon Fabry-Pérot cu un spectrograf: a — poziția interioară; b — poziția exterioară

Înregistrarea fotoelectrică a radiației transmise de etalon. Pentru izolarea unui anumit interval spectral, atunci cînd se folosește înregistrarea fotoelectrică a radiației transmise de etalon, se utilizează diafragme. Folosirea maximului luminosității etalonului, se poate atinge numai prin utilizarea unor diafragme melure. Pentru separarea maximului de interferență central se folosește o diagramă circulară.

În cazul înregistrării fotoelectrice explorarea prin balenaj a spectrului se realizează prin variația constantei etalonului. În acest fel prin diafragmă trec succesiv raze de diferite ordine pentru toate componentele liniei studiate. Lățimea spectrală a intervalului delimitat de diafragmă (v. p. 195) rămîne în acest caz constantă, deoarece unghiul sub care se observă maximum nu se modifică, iar variațiile relative a lungimii de undă și a constantei etalonului sînt neglijabil de mici. Un exemplu de înregistrare fotoelectrică a structurii liniei $\text{PbI } 5201 \text{ \AA}$ este dat în figura 6.14.

După cum s-a arătat (v. (6.62)), atât aria diafragmei inelare de lățime spectrală dată, cît și fluxul luminos delimitat de ea (v. (6.66)) nu depinde de numărul inelului izolat de această diafragmă. Cea mai convenabilă este diafragma sub forma unui orificiu circular în centrul inelului de interferență. Realizarea ei este mult mai simplă decît a diaframelor inelare. Precizia care se cere în realizarea și poziționarea acestui orificiu circular sînt minime, deoarece dispersia în centrul inelului de interferență este maximă. În afară de aceasta, diafragma circulară permite folosirea unor surse de dimensiuni foarte mici.

Pentru calcularea razei diafragmei circulare, care să delimiteze intervalul spectral $\delta\lambda$, egalăm aria ei, $\pi\rho_1^2$, cu mărimea ΔS din (6.62). Obținem atunci

$$\rho_1 = R \sqrt{\frac{2}{R}}. \quad (6.72)$$

Cel mai răspîndit procedeu folosit pentru a varia constanta etalonului constă în modificarea presiunii gazului dintre suprafețele reflectante.

Mai sus, cînd am făcut teoria etalonului cu spațiul dintre oglinzi de aer, am presupus că indicele de refracție al aerului este egal cu unu. Pentru a ține seama de faptul că indicele de refracție din spațiul dintre oglinzi diferă de unitate,




Fig. 6.14. Un exemplu de înregistrare fotoelectrică a structurii izotopice a liniei $\text{PbI } 5201 \text{ \AA}$ (lățimea spectrală a intervalului este în jur de 1 cm^{-1}).

trebuie înlocuit t din relațiile deduse mai înainte cu $t' = tn$, n fiind indicele de refracție al gazului cu care este umplut spațiul. Legătura dintre indicele de refracție și presiunea gazului este dată de relația

$$n = 1 + (n_0 - 1) \frac{p}{p_0}, \quad (6.73)$$

unde n_0 este indicele de refracție al gazului în condiții normale, iar p — presiunea (mm col. Hg).

Să evaluăm cu câte ordine poate fi modificat ordinul maximelor de interferență izolate de o diafragmă, variind presiunea aerului care se află în spațiul dintre oglinzi. Ordinul de interferență, care corespunde maximului central ($\varphi = 0$), conform relației (6.31), este egal cu

$$k = \frac{2tn}{\lambda} . \quad (6.74)$$

Substituindu-l pe n din (6.73) și derivînd în raport cu p , obținem

$$\Delta k = \frac{2t(n_0 - 1)}{\lambda} \frac{\Delta p}{760} . \quad (6.75)$$

Dacă presiunea se modifică cu 1 at, atunci, pentru $\lambda = 5 \cdot 10^{-5}$ cm și $n_0 - 1 = 3 \cdot 10^{-4}$, obținem $\Delta k = 12 t$. Prin urmare, dacă $t = 1$ cm, atunci la o variație a presiunii aerului cu o atmosferă, prin diafragmă vor trece succesiv 12 ordine de interferență.

În cazul unor etaloane subțiri, pentru variația ordinului de interferență cu o unitate este necesară o variație mare a indicelui de refracție. În aceste condiții se pot folosi gaze mai grele, de pildă, CO_2 sau freon.

Pentru a modifica presiunea gazului dintre suprafețele reflectante ale etalonului, interferometrul se introduce într-o incintă închisă ermetic, prevăzută cu ferestre prin care să treacă fasciculul de lumină. De obicei, incinta este mai întâi vidată, introducînd apoi treptat aer pînă la presiunea atmosferică. Pentru ca înregistrarea obținută a spectrului să fie liniară în funcție de frecvența radiației înregistrate, viteza de variație a presiunii trebuie să fie constantă. În lucrările [6.4, 6.5] sînt descrise instalațiile care realizează o viteză constantă de pătrundere a gazului.

Grosimea optică a etalonului poate fi modificată și prin deplasarea oglinzilor. Aceasta se realizează variînd tensiunea electrică la capetele unor plăcuțe dintr-un cristal piezoelectric, care reglează distanța dintre oglinzile etalonului. Etaloane Fabry — Pérot de explorare prin baleiaj de acest tip sînt folosite foarte frecvent în prezent.

Înregistrarea proceselor foarte rapide. Cu ajutorul unui etalon care are o placă fixată pe un cristal piezoelectric, se pot înregistra structuri de linii spectrale cu modificare foarte rapidă. Pentru aceasta trebuie ca impulsul de tensiune aplicat cristalului piezoelectric, care determină deplasarea oglinzii, să fie sincronizat cu procesul studiat. Timpul de înregistrare a unui singur ordin de interferență trebuie să fie mai mic decît durata caracteristică procesului respectiv, astfel încît structura liniei studiate să poată fi considerată nemodificată în timpul cît are loc înregistrarea.

Problema înregistrării rapide a unor procese întîmpină dificultăți caracteristice folosirii unei astfel de scheme de explorare prin baleiaj. Cea mai importantă dintre ele este determinată de deficiența proprie acestei metode de explorare prin însăși natura sa — înregistrarea succesivă a unor detalii spectrale individuale. Datorită acestui fapt, energia luminoasă, care, de regulă în astfel de studii, este insuficientă, va fi folosită ineficient.

O altă dificultate este determinată de faptul că datorită vitezelor mari ale plăcii, inevitabile pentru înregistrarea proceselor care se produc cu viteză mare, apar forțe care deformează oglinzile, distorsionînd conturul instrumental. Din această cauză, sînt de preferat metode care permit înregistrarea simultană a

tuturor elementelor spectrale. În una dintre aceste metode este folosit un sistem din fibre optice, care permite transformarea sistemului de inele dat de etalon într-un ansamblu de spoturi dreptunghiulare [6.6]

Principiul metodei constă în următoarele. La un capăt al unui mânunchi din fibre de sticlă cu diametrul de 0,1 mm se proiectează un mel dat de interferometrul Fabry-Pérot; la celălalt capăt, tot mânunchiul care corespunde inelului respectiv se dispune într-o anumită ordine. Secțiunea capătului de ieșire a unui astfel de traductor din fibre optice se proiectează pe catodul unui fotomultiplicator care înregistrează desfășurarea în timp a tabloului (v. cap. 7). Desfășurarea în timp se obține cu ajutorul unor diode ale fotomultiplicatorului de deviație într-o direcție perpendiculară pe dispersie. Dispersia liniară a unui asemenea traductor este constantă. Realizarea traductorului cu fibre optice reprezintă o adevărată operă de artizanat, foarte dificilă. Din această cauză, probabil se preferă o altă schemă de cuplare a etalonului Fabry - Perot cu fotomultiplicatorul, folosind o metodă de înregistrare, care, chiar dacă dă o luminozitate mai modestă, este însă mai simplă ca tehnică: în această metodă fanta de ieșire a aparatului spectral, format dintr-un monocromator și etalonul Fabry - Perot, este proiectată pe catodul amplificatorului electrono-optic. Desfășurarea în timp se realizează cu ajutorul diodelor fotomultiplicatorului de deviere în direcție perpendiculară pe fantă. Evident că în acest caz este folosită numai lumina de la o mică parte dintr-un mel, nu de la întregul mel, ca în metoda precedentă

Avantajele metodei cumularii, când este folosit întregul flux dat de etalon, au fost realizate practic în lucrarea [6.7]. A fost utilizată o lentilă conică (numită axicon) pentru despărțirea spațială a elementelor spectrale vecine. Schema dispozitivului este dată în figura 6.15. Razele de lumină cu lungimea de undă λ , care ies din etalonul 1, sînt focalizate de lentila cu distanță focală mare, 2; lentila dă în planul ei focal, 3, un mel de rază unghiulară φ . În apropierea acestui plan este fixat axiconul 4, avînd unghiul de refracție β și indicele de refracție n .




Fig. 6.15. Schema de înregistrare a inelelor cu ajutorul unei lentile conice.

Dacă β este mic, atunci unghiul de deviație, dat de axicon, poate fi luat egal cu $\delta = (n - 1)\beta$. Se poate arăta destul de simplu că toate razele care formează inelele se vor concentra în acest caz într-o regiune de pe axă, aflată la o distanță x de axicon, dacă este satisfăcută condiția

$$F\varphi = x\delta.$$

De aici rezultă

$$x = F\varphi/\delta.$$

Așadar, razele cu lungimi de undă diferite converg pe axă la distanțe diferite de lentila focalizatoare. În punctele corespunzătoare sînt dispuși mici detectori (în lucrarea citată, [6.7], aceștia au fost în număr de 10, corespunzător numărului de fascicule efective ale etalonului folosit). Fiecare receptor (foto-

multiplicator) era conectat la oscilografu său. Prin urmare, era înregistrată configurația variației conturului unei cercetate, divizată în 10 intervale spectrale. Metoda a fost utilizată pentru studiul structurii unei linii a emisiei laser difuzate de plasmă. Într-o lucrare mai recentă s-a lucrat cu un singur oscilograf la care erau aplicate semnalele de la toți fotomultiplicatorii, retardate pe linii artificiale având diferite lungimi.

Analiza spectrelor de absorbție. Evident, aparatele spectrale cu constantă mică nu pot fi folosite din cauza suprapunerii ordinelor în schemele obișnuite de analiză a spectrelor de absorbție, în care se lucrează cu o sursă de spectru continuu. Această dificultate poate fi evitată prin cuplarea unui etalon cu un spectrograf, aranjând astfel cele două aparate, încît centrul sistemului de înel să coincidă cu mijlocul fantei. În acest caz spectrul va fi brăzdat de un sistem de curbe (parabole, după cum se arată în [22]) reprezentînd fiecare locul geometric al maximelor corespunzătoare diferitelor lungimi de undă. Într-un astfel de spectru, liniile de absorbție au aspectul unor pete individuale pe parabole de diferite ordine. Acest tablou, denumit spectru canelat, se observă atunci cînd valorile puterilor de separare ale celor două aparate ce se cuplează sînt apropiate. Dacă însă puterea de separare a spectrografului este mai mică, atunci parabolele vecine se contopesc — spectrul va apărea continuu, însă linia de absorbție rămîne vizibilă pe fondul său.

Etalonul multiplu (multiplexul). Dacă se trimite un fascicul luminos prin două etaloane așezate unul după altul, grosimile lor fiind într-un raport de numere întregi, atunci se poate obține un câștig substanțial în puterea de separare și în contrast. Constanta unui asemenea sistem va fi determinată de etalonul mai subțire, iar puterea de separare, de etalonul mai gros. Un asemenea sistem se numește multiplex (fig. 6.16). În cazul în care ambele etaloane sînt așezate suficient de departe unul de altul, se poate neglija interferența razelor care se propagă între etaloane (razele punctate din figura 6.16). Conturul instrumental




Fig. 6.16. Etalonul multiplu (multiplexul).

al unui sistem format din două etaloane va fi egal cu produsul contururilor lor instrumentale. În figura 6.17 sînt date contururile instrumentale ale celor două etaloane, ale căror grosimi, t_1 și t_2 , se află în raportul 2:1 (a și b) și conturul multiplexului format din ele (c). Distanța dintre maximele de interferență, sau constanta multiplexului, este aceeași ca și a etalonului de grosime mai mică, t_2 . Fără discuție, lărgimea conturului instrumental a multiplexului este mai mică decît a fiecăruia dintre etaloanele care-l compun. Prin urmare, puterea de separare a multiplexului este mai mare decît puterea de separare a etalonului care are grosimea mai mare, t_1 .

Întrucît intensitatea fondului dintre maximele etalonului nu este egală cu zero, în funcția de aparat a multiplexului, pe lângă maximele principale, apar maxime secundare. Numărul și intensitatea lor depind de raportul dintre grosimile etaloanelor și de forma conturului instrumental al etalonului de grosime

mai mică. Pentru cazul reprezentat în figura 6.17 maximele secundare sînt de γ_2 ori mai mici decît maximele principale (γ_2 fiind contrastul etalonului mai îngust).




Fig. 6.17. Punctele instrumentale ale celor două etaloane (a, b) și al etalonului multiplex format din aceste două etaloane (c).

Contrastul etalonului multiplu este egal cu produsul dintre contrastele etaloanelor care-l compun

$$\gamma = \gamma_1 \gamma_2 = \left(\frac{1 + r_1}{1 - r_1} \right)^2 \left(\frac{1 + r_2}{1 - r_2} \right)^2 \quad (6.76)$$

și este cu atît mai mare cu cît este mai mare contrastul etaloanelor simple.

Transmisia multiplexului în maxim este, de asemenea, egală cu produsul transmisiilor etaloanelor care-l compun

$$T = T_1 T_2 = \frac{\tau_1^2}{(1 - r_1)^2} \frac{\tau_2^2}{(1 - r_2)^2} \quad (6.77)$$

Ea scade repede odată cu mărirea pierderilor prin absorbția în oglinzi. Astfel, pentru oglinzi cu $r = 90\%$ și $\epsilon = 5\%$ ($\tau = 5\%$), transmisia multiplexului va fi doar de 6% . Din această cauză, pentru lucrul cu etaloane multiple este preferabil să se folosească straturi dielectrice. Pierderile prin absorbție pentru ele sînt substanțial mai mici decît pentru peliculele metalice.

Pe lîngă punerea la punct obișnuită a fiecăruia dintre etaloane, pentru lucrul cu un multiplex este necesar să se aducă valoarea raportului dintre grosimile lor optice la cea de număr întreg. În acest caz, precizia de confecționare a înălțimilor distanțiere nu mai este suficientă, încît pentru ajustarea grosimilor este necesar să se modifice presiunea gazului din spațiul dintre oglinzile unuia dintre cele două etaloane.

Schema cu autocolimație. Pentru a evita dificultățile de punere la punct și pentru a obține un etalon cu contrast foarte bun, uneori se apelează la scheme cu autocolimație, în care lumina trece prin unul și același etalon de două ori.

O asemenea schemă este echivalentă cu un multiplex cu raportul dintre grosimi egal cu $1 : 1$. În acest caz constanta etalonului nu se modifică, puterea de separare se mărește întrucîtva, iar contrastul crește substanțial, chiar dacă realizarea integrală a valorii sale teoretice, egală cu pătratul contrastului etalonului, este greu de atins.

Utilizarea practică a acestei scheme nu se poate face prin simpla așezare a unei oglinzi în planul focal al lentilei care focalizează sistemul de inele, deoarece figura de interferență dată de lumina care trece de două ori prin etalon se suprapune peste tabloul obținut în lumina reflectată în etalon. Este deci necesar să se separe aceste imagini în spațiu, într-un fel sau altul.

Prima dată un asemenea sistem a fost realizat în 1951 [6.8]. În schema descrisă (fig. 6.18 a) imaginea fantei, 1, împreună cu tabloul de interferență format de etalonul 2, a fost rotită la 90° cu ajutorul prismei isoscele 3 cu muchia xy făcând un unghi de 45° cu fanta. Pata centrală a imaginilor directe, i_1 , se suprapune peste cea a imaginii reflectate, i_2 , iar celelalte ordine de interferență se obțineau sub formă de segmente de inele separate (fig. 6.18 c). În fața prismei era plasat etalonul 4 care înlătura imaginile parazite. Lumina reflectată de prismă, trecând din nou prin etalon, dădea în planul fantei o imagine a benzilor de interferență, i_3 , cu un contrast mai bun, iar imaginea era rotită cu 90° față de tabloul care apare în lumina reflectată de etalon, i_4 (fig. 6.18 b). Con-





Fig. 6.18. Etalonul Fabry-Pérot cu autocolimație.

Fig. 6.19. Schema optică a unei instalații cu autocolimație, a etalonului Fabry-Pérot pentru înregistrarea fotografică:

I — sursa de lumină; L_1 — lentile; M — monocromator prealabil; P — etalonul Fabry-Pérot; m_1 , m_2 — oglinzi; D_1 , D_2 — diafragme.



trastul atins în această schemă a fost de 10^3 , adică considerabil mai mic decât valoarea calculată, $\gamma = 10^4$. Această schemă este inutilizabilă în determinări fotoelectrice, atunci când se folosește fluxul luminos din cadrul petei centrale.

O altă schemă posibilă de separare a primei imagini de cea de a doua este dată în figura 6.19. În această schemă [6.9] lumina directă trece printr-o

jumătate de etalon, iar cea în sens invers, după ce se reflectă de oglinda m_2 , prin cealaltă jumătate. În acest caz, din cauza ecranării unei jumătăți a oglinzii se pierde jumătate din energia luminoasă (alte procedee de separare a imaginilor dau pierderi energetice și mai mari).

Etalonul sferic. După cum s-a arătat mai înainte, fluxul luminos transmis printr-un etalon Fabry—Perot obținut se măsoară pe măsura creșterii grosimii lui (adică a mării puterii de separare). Într-adevăr, luminozitatea datorată fluxului este proporțională cu factorul geometric al etalonului, care, la rîndul lui, este egală, conform cu (6.69), cu $\sigma = 2\pi R$. Prin urmare, produsul nR este constant pentru o anumită arie dată. Acest tip de lăce dificilă utilizarea unui etalon plan cu $R \sim 5-10'$, deoarece mărimea lăcii luminis transmise, la o asemenea putere de separare, este mică.

Un anumit progres în acest sens s-a obținut prin realizarea etalonului cu oglinzi sferice [6.10]. Acest etalon constă din două oglinzi, C_1 și C_2 , avînd razele de curbă ρ , fixate la aceeași distanță, 2ρ , una de alta (fig. 6.20 a).




Fig. 6.20. Etalonul sferic (a) și forma inelelor de interferență ale acestui etalon (b).

Fiecare rază care intră în sistem dă la ieșire cîte două ansambluri infinite de raze care se suprapun. De asemenea, fiecare rază din ansamblul respectiv suferă cu patru reflexii mai mult decît raza precedentă. Reamintim că într-un etalon plan, fiecare rază care intră în etalon dă un sistem de raze paralele deplasate una față de alta.

Dacă nu ar exista aberațiile oglinzilor, atunci diferența de drum dintre fasciculele succesive ar fi constantă și egală cu 4ρ . În acest caz, condiția de maxim, $4\rho = k\lambda$, ar fi îndeplinită pentru razele care trec prin sistem sub orice unghi. Un asemenea etalon sferic „complet lipsit de aberații” nu ar forma absolut deloc inele de interferență, iar luminozitatea lui ar fi limitată numai de dimensiunile oglinzilor. Însă datorită aberațiilor, pentru fasciculele incidente în sistem sub unghiuri suficient de mari, diferența de drum începe să depindă substanțial de unghiul de incidență; în consecință, apare un sistem de inele de interferență. În figura 6.20 b [6.11] este dat tabloul de inele obținute cu ajutorul unui etalon sferic cu raza de curbă a oglinzilor de 15 mm, pentru linia de la 5461 Å a

mercurului. Acest tablou se deschide de sistemul de inele al unui etalon plan prin dimensiunile relativ mari ale inelului central și prin foarte rapidă înțesare a distanțelor dintre inelele de interferență.

Puterea de separare teoretică a unui etalon sferic este dată de relația

$$R_{st} = \frac{4\rho}{\lambda} N_{et} \quad (6.78)$$

Comparând relațiile (6.78) și (6.53), vedem că în cazul unor numere efective ale fasciculelor egale, puterea de separare a etalonului sferic este egală cu puterea de separare a etalonului plan, dacă distanța dintre oglinzile etalonului plan este $t = 2\rho$.

Când înregistrarea spectrului se face cu ajutorul unui spectrometru, folosind un etalon sferic, din tabloul de inele se separă pata centrală, vinietind fasciculele înclinare, a căror diferență de drum este diferită de 4ρ , cu ajutorul unor diafragme circulare. Diametrul optim al acestor diafragme este [6.2]

$$d = 2 \left(\frac{\rho^3 \lambda}{N_{et}} \right)^{1/4}. \quad (6.79)$$

În acest caz puterea de separare a spectrometrului este în jur de 70% din cea teoretică, iar produsul dintre luminozitate și puterea de separare este apropiat de valoarea maximă.

Factorul geometric al unui etalon sferic este egal cu

$$u_{st} = S\Omega, \quad (6.80)$$

$S = \pi d^2/4$ fiind aria diafragmei circulare, iar $\Omega = \pi d^2/4\rho^2$ — unghiul solid. Înlocuind mărimile S și Ω în (6.80), obținem

$$u_{st} = \frac{\pi^2 d^2}{16\rho^2} = \frac{\pi^2 \rho \lambda}{N_{et}}. \quad (6.81)$$

După cum se vede din relațiile (6.78) și (6.81), prin mărirea distanței dintre oglinzile etalonului sferic crește concomitent atât puterea lui de separare, cât și luminozitatea, iar raportul acestor mărimi rămâne constant. Amintim că pentru un etalon plan este constant produsul acestor mărimi.

Din expresiile (6.78) și (6.81) găsim produsul dintre factorul geometric al unui etalon sferic și puterea lui de separare

$$u_{st} R_{st} = 4\pi^2 \rho^2, \quad (6.82)$$

de unde

$$u_{st} = \frac{4\pi^2 \rho^2}{R_{st}}. \quad (6.83)$$

Prezintă interes compararea luminozităților a două spectrometre, unul cu etalon plan, iar celălalt cu etalon sferic. Raportul luminozităților (sau al factorilor geometrici), etalonului sferic și etalonului plan este egal cu

$$G = \frac{u_{st}}{u_p} = \frac{4\pi^2 \rho^2}{R_{st}} \frac{R_p}{2\pi S}, \quad (6.84)$$

Aici $S = \pi D^2/4$ este aria oglinzilor etalonului plan. Punând $t = 2\rho$ și având în vedere că puterea de separare a ambelor spectrometre este aceeași, obținem

$$G = 2(t/D)^2. \quad (6.85)$$

Din (6.85) se vede că luminozitatea unui etalon sferic depășește cu mult luminozitatea unui etalon plan, dacă grosimea etalonului plan este cu mult mai mică decât diametrul plăcilor etalonului sferic. Astfel, etalonul sferic dă un cistig în luminozitate numai pentru distanțe mari între oglinzi, adică în cazul unor puteri de separare mari. Etalonul sferic descus de noi dă la reșea două sisteme de fascicule. Dacă o jumătate a oglinzilor este acoperită cu un strat reflectant compact, iar cealaltă jumătate cu un strat semi-transparent, atunci la reșea etalonul dă se formază numai un singur sistem de fascicule, cu tor directie conică cu directia fasciculului incident pe etalon. Teoria unui asemenea etalon este dată în lucrarea [6.11]. Formulele principale se deosebesc de cele date mai sus numai prin niște factori numerici, apropiați de unitate.

Etalonul sferic, folosit ca monochromator de înaltă rezoluție, a permis în 1958 (cu unte de nașterea laserului!) să se obțină un flux luminos măsurabil, cu o lungime a coerenței de sute de metri [6.11], ceea ce corespunde unei puteri de separare mai mari ca 10^8 .

Etalonul sferic nu și-a găsit încă o largă aplicare în spectroscopie, însă interferometrele Fabry Perot sferice și sfero-plane reprezintă astăzi elementele principale pentru construirea rezonatorilor laser.

APARATE SPECTRALE CU REZOLUȚIE TEMPORALĂ

§ 1. METODELE ȘI LIMITELE SPECTROSCOPIEI ULTRARAPIDE

Spectrele proceselor variabile în timp trebuie înregistrate într-un interval de timp cât mai scurt posibil, pentru ca fenomenul analizat să poată fi considerat staționar în acest interval de timp.

Cu cât procesul se produce mai repede și cu cât vrem să-l studiem mai detaliat, cu atât este mai redusă cantitatea de energie înregistrată de dispozitivul receptor. Într-adevăr, dacă distribuția de strălucire într-o sursă este b_λ , lărgimea spectrală a fantei aparatului este $\Delta\lambda$, înălțimea unghiulară a fantei este β , transmisia aparatului fiind τ , iar aria efectivă a elementului dispersiv fiind S , atunci, conform relației (3.51), fluxul luminos care trece prin aparat în intervalul spectral $\Delta\lambda$ va fi

$$\Phi_\lambda = \tau b_\lambda (\Delta\lambda)^2 \beta S \frac{d\varphi}{d\lambda}. \quad (7.1)$$

Numărul de fotoelectroni (în cazul înregistrării fotoelectrice) sau numărul de microcristale de argint reduse (în cazul înregistrării fotografice) înregistrate în timpul Δt , în intervalul spectral $\Delta\lambda$, va fi

$$N_\lambda = K b_\lambda (\Delta\lambda)^2 \Delta t, \quad (7.2)$$

K fiind un coeficient proporțional cu sensibilitatea receptorului și cu luminozitatea aparatului pentru o anumită valoare a rezoluției spectrale a acestuia. Căutând cu tot dinadinsul să mărim atât rezoluția spectrală cât și rezoluția în timp (adică să măsurăm cât mai tare pe $\Delta\lambda$ și pe Δt), ajungem în final la situația în care N_λ este într-atât de mic, încât precizia măsurătorii este determinată de fluctuațiile δN_λ ale acestei mărimi. În fizica statistică se demonstrează că

$$\delta N_\lambda = \sqrt{N_\lambda},$$

de unde

$$\frac{\delta N_\lambda}{N_\lambda} = \frac{1}{\sqrt{K b_\lambda (\Delta\lambda)^2 \Delta t}}. \quad (7.3)$$

Măreala preciziei rezultatelor determinărilor poate fi obținută fie prin creșterea luminozității aparatului, fie prin mărirea intervalului spectral separat sau prin mărirea timpului de înregistrare a lui. Putem deci ca menținând neschimbată precizia de măsurare, să mărim de câteva ori rezoluția temporală măsurând, adică înrăutățind, în aceeași măsură rezoluția spectrală, și invers. Coeficientul K din relația (7.3) depinde și de înălțimea fantei. Acest fapt este valabil și pentru

măsurătorile fotografice, deoarece calculul a fost făcut în presupunerea că eroarea de măsură este determinată de o eroare statistică, care, în cazul înregistrării fotografice, este determinată de numărul de granule ale emulsiei revelate, adică de aria imaginii fantei. Întrucât luminozitatea aparatului depinde de mărimea fantei, se constată că aparatele cu peliculă în mișcare (de filmat) (fig. 7.25 - 7.27) sînt mai eficace decît spectro-nografele cu diafragmă mobilă, care mătură fanta în timp (v., mai departe, fig. 7.6).

Din relația (7.3) rezultă, de asemenea, că pentru mărimea rezoluțiilor spectrale și temporală este necesar să se lucreze cu aparate de mare luminozitate și cu receptori foarte sensibili.

Am considerat cazul înregistrării unui singur interval elementar al spectrului $\Delta\lambda$, în timpul M . Cînd trebuie înregistrat un domeniu spectral larg, se poate proceda prin înregistrarea succesivă a intervalelor elementare venind din domeniul care ne interesează, $\lambda_1 - \lambda_2$. Numărul acestor intervale va fi evident egal cu

$$n = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\Delta\lambda}$$

În acest caz, timpul total de înregistrare va fi $t = nM$. Acest procedeu de înregistrare se numește explorare (prin baleiaj) uniformă. De regulă, pentru rezolvarea unor probleme concrete, nu întregul spectru prezintă același interes. Cea mai mare precizie de măsură trebuie asigurată în porțiuni mici (ca, de exemplu, în cazul unor linii spectrale izolate). Din această cauză, spectrul în întregime poate fi explorat cu viteză mare, mîșorînd viteza în anumite porțiuni importante.

Un asemenea procedeu se numește explorare prin baleiaj neuniformă. Există aparate, destinate în special domeniului infraroșu, în care se poate realiza o explorare neuniformă, după un program dat.

Pe lîngă metoda explorării, există metoda cumulării, în care înregistrarea tuturor elementelor spectrului să se facă simultan. Această metodă se aplică mai ales în cazul înregistrării fotografice, iar uneori și în cazul unora dintre detectoarele fotoelectrice, de pildă, în tuburile cinescop și în amplificatorii electrono-optici.

Se înțelege de la sine că metoda cumulării este energetic considerabil mai avantajoasă decît metoda explorării prin baleiaj, deoarece în fiecare moment se folosește lumina de la sursă în întregul interval spectral care ne interesează. Pentru explorare însă se folosește numai lumina emisă de un singur element spectral $\Delta\lambda$. Din această cauză, metoda cumulării permite de regulă să se atingă o rezoluție atât spectrală cît și una temporală mai mari.

§ 2. CLASIFICAREA APARATELOR SPECTRALE CU REZOLUȚIE TEMPORALĂ

Majoritatea fenomenelor studiate cu ajutorul metodelor spectrale se desfășoară în timp. Este deci naturală tendința de a trage concluzii asupra proceselor care se produc în sursa de radiație, pe baza dependențelor temporale ale mărimilor determinate spectroscopic.

Uneori, pentru obținerea caracteristicilor spectro-temporale sînt utile aparate spectrale obișnuite. Ca exemplu poate fi dată analiza spectroscopică a variațiilor diurne a strălucirii obiectelor cerești, studiul proceselor de ardere a probei din electrozi, analiza spectrală a aliajelor după evoluția șarjei etc. În

toate aceste cazuri viteza de desfășurare a proceselor studiate este atât de mică, încât modificările care se produc în timpul cît durează înregistrarea unui spectru cu ajutorul aparatelor obișnuite pot fi neglijate. Pentru a putea conștientiza caracteristicile spectrale temporale, se obțin o serie de spectre separate printr-un interval de timp mai mare sau mai mic.

În alte cazuri însă, procesele se produc atât de repede încât obținerea unor spectre separate în timp necesită utilizarea unor metode și aparate speciale. Astfel se procedează la studiul descărcărilor în impuls, explozilor, multor reacții chimice, în care se formează produse intermediare, la studiul cineticii luminescenței sau al unei descărcări în scînteie, al radiației laserilor pulsați ș.a.m.d. Aparatele și metodele care se utilizează în acest caz sînt examinate în acest capitol.

Caracteristica generală a aparatelor cu rezoluție în timp este capacitatea lor de a selecta radiația nu numai în funcție de frecvențe (lungimi de undă), ci și în timp.

Prin urmare, mărimea care se înregistrează este strălucirea obiectului, depinzînd în acest caz de patru parametri

$$B = f(x, y, \lambda, t), \quad (7.1)$$

x și y sînt coordonatele obiectului care sînt lumina, perpendicular pe direcția de observare, z . Dacă înregistrarea se efectuează cu ajutorul unui aparat monocanal, care măsoară concomitent radiația numai de o singură lungime de undă, de exemplu, un monocromator cu fotomultiplicator și oscilograf, atunci poate fi studiată dependența strălucirii obiectului numai în funcție de una dintre aceste patru variabile. Dacă se folosește un aparat spectral multicanal (poli-cromator cu mai mulți receptori, construiți pentru diferite lungimi de undă, spectrograf cu înregistrare fotografică sau spectrograf cu traductor electrono-optic de ieșire), atunci înregistrarea va fi tridimensională. În acest caz poate fi studiată dependența strălucirii obiectului de două variabile. Dacă timpul cît durează înregistrarea unui singur spectru este mic în comparație cu durata întregului proces, atunci în intervalul de timp cît se desfășoară aceasta pot fi construite cîteva dependențe corespunzătoare diferitelor valori ale lui t . De exemplu, cuplarea unui spectrograf stigmatic cu un aparat de filmat permite obținerea unui film, astfel încît fiecare cadru al lui să dea dependența strălucirii obiectului de cele două variabile λ și y , iar ansamblul tuturor acestor cadre dă strălucirea obiectului în funcție de timpul t . Un alt exemplu îl constituie spectro-metrele unicanal, care inseriu zeci și sute de spectre în timpul producerii fenomenului studiat. La ieșirea unui asemenea aparat se obține de obicei dependența strălucirii obiectului atât de lungimea de undă cît și de timp. Dacă însă înregistrarea repetată sau fotografierea obiectului în decursul unui singur proces sînt imposibile de realizat, atunci există două căi de obținere a unor informații mai complete: fie instalînd cîteva aparate care pot construi simultan cîteva dependențe diferite, fie repetînd de mai multe ori același proces și modificînd de fiecare dată unul dintre parametrii de observare.

Practic, întreaga gamă de instalații spectrale cu rezoluție temporală se reduce la tipurile enumerate în tabelul 7.1. În instalațiile de tipul 2 aparatele spectrale numai monocromatizează fluxul luminos și măsurătorile se reduc la înregistrarea fluxurilor luminoase variabile în timp. Aceste probleme vor fi examinate în capitolul 12, consacrat proprietăților detectorilor de radiație și metodelor de măsurări energetice. Problemele care se rezolvă cu ajutorul instalațiilor monocanal, de tipul 3 și 4 (explorarea imaginii pentru o anumită

Clasificarea instalațiilor spectrale

Tipul	Funcția studiată	Descrierea instalației tipice
Aparate unicanal		
1	$B = f(\lambda)$	Banda de transmisie a monocromatorului se deplasează de-a lungul spectrului. Semnalul este înregistrat cu un oscilograf. Momentul desfășurării este sincronizat cu o anumită fază a procesului
2	$B = f(t)$	Lungimea de undă este constantă, imaginea sursei pe fanta de intrare este nemiscată. Semnalul este înregistrat cu un oscilograf
3	$B = f(x^*)$	Imaginea sursei este deplasată rapid transversal pe fanta de intrare a monocromatorului. Semnalul este înregistrat cu un oscilograf. Momentul desfășurării este sincronizat cu o anumită fază a procesului
4	$B = f(x^*, t)$	La fel ca la 3, însă se produce repetarea multiplă în decursul unui proces
5	$B = f(\lambda, t)$	La fel ca la 1, însă cu o explorare repetată a spectrului, în timpul unui singur proces
Aparate multicanal		
6	$B = f(x^*, \lambda)$	Spectrograf stigmatic. Momentul expunerii este sincronizat cu o anumită fază a procesului
7	$B = f(x^*, t)$	Monocromator stigmatic cu desfășurare în timp de-a lungul direcției de dispersie
8	$B = f(x, t)$	Fotografieră prin filtre monocromatice. Momentul expunerii este sincronizat cu o anumită fază a procesului
9	$B = f(\lambda, t)$	Spectrograf cu desfășurare în timp, perpendicular pe direcția de dispersie
10	$B = f(x^*, \lambda, t)$	Cinespectrograf stigmatic (fotografieră cadru cu cadru a spectrelor stigmatice)
11	$B = f(x, y, t)$	Aparat de filmat cu filtre monocromatice

Observație: Cu asterisc au fost notate coordonatele x în cazurile în care ele puteau fi înlocuite cu coordonata y .

lungime de undă bine determinată), se rezolvă mai simplu apelînd la instalațiile multicanal, de tipul 7, 10. Instalațiile 8 și 11 (fotografieri și filmare cu ajutorul filtrelor monocromatice) sînt banale și nu cer o examinare specială. Din această cauză au fost excluse dintre problemele analizate instalațiile de acest tip (2, 3, 4, 8, 11).

§ 3. CONVERTORI ȘI AMPLIFICATORI DE LUMINĂ ELECTRONO-OPTICI

Într-un traductor electrono optic [7.1–7.10] imaginea optică este convertită într-o imagine electronică. Mijloacele de control și de amplificare a fluxurilor dirijate de electroni sînt cu mult mai perfecționate decît cele pentru controlul fluxurilor de ioni. Excepție face numai focalizarea și construcția imaginii – dispozitivele optice dau deocamdată aberații mai mici decît dispozitivele electronice. Cît privește însă deplasarea, deviația, amplificarea, întreruperea fasciculelor electronice, posibilitățile de a acționa direct și practic fără inerție asupra lor prin intermediul cîmpurilor electrice și magnetice reprezintă avantaje deosebit de importante. Astfel, viteza maximă de întrerupere a unui fascicul luminos este de aproximativ 10^{-10} s, implicînd pierderi de lumină considerabile (celula Kerr), pe cînd durată de declanșării unui comutator electronic este


cu 3 – 4 ordine de mărime mai mică, fără ca să existe vreo pierdere de energie, ci chiar cu o amplificare simultană a fluxului de electroni.

După amplificare și transformare imaginea electronică este de obicei retransformată din nou într-o imagine optică, ce se înregistrează prin procedee obișnuite. Este posibilă însă și codificarea imaginii electronice element cu element și transformarea ei într-un șir de semnale electrice. O operație de acest gen se realizează în tuburile cinescoape ale camerelor de luat vederi în televiziune. Aceste semnale fie sînt transformate direct în imagine optică de către canalul de televiziune receptor, fie sînt „înghețate” în sistemele memoriei, în scopul reconstituiri ulterioare a imaginii. Totodată imaginea poate fi amplificată, i se poate modifica contrastul, se poate aplica filtrarea zgomotelor, poate fi diferențiată și integrată, se pot construi contururile sau liniile de egală strălucire, imaginea poate fi desfășurată cu o viteză dată sau i se poate modifica forma. Toate aceste metode se folosesc deja în spectroscopie și indiscutabil ele vor fi utilizate tot mai mult în viitor.

Vom prezenta cu titlul de exemplu o descriere sumară a unora dintre lucrările de spectroscopie care folosesc tehnica televiziunii. În instalația lui Podlaskin și Riskin [7.11] este înregistrat cu o putere de separare modestă spectrul din domeniul 4000 – 8000 Å, avînd o rezoluție temporală de 20 μ s. Sînt înregistrate 1250 spectre pe secundă. Baker și Steed au construit un aparat cu rețea de difracție care permite să fie înregistrat spectrul din domeniul 6000 – 10 000 Å cu frecvența de 10 000 s⁻¹. Înregistrarea se face la un videomagnetofon [7.12]. Jonson și alții au descris cuplarea directă cu un calculator electronic a unui spectrometru televizor, care servește pentru studiul ultrarapid al spectrelor de difuzie combinată [7.13].

Schema unui convertor electrono-optic simplă, cu lentilă electrostatică, este dată în figura 7.1.

Fig. 7.1. Schema unui convertor electrono-optic cu lentilă electrostatică: 1 — planul imaginii optice; 2 — fotocatodul; 3 — electrodul lentilei electrostatice; 4 — anodul; 5 — ecranul fluorescent, pe care se obține imaginea electrono-optică.



În acest aparat electronii extrași din fiecare punct al catodului sînt trimiși independent de vitezele și de direcțiile lor în același punct al ecranului fluorescent. Puterea de separare atinge 10 – 100 linii pe milimetru în centrul ecranului și se înrăutățește întrucît la margini, datorită aberațiilor optice electronice. Adesea rezoluția este mai mult proastă, fiind limitată de structura granulară a ecranului catodoluminescent. Asemenea traductori amplifică

strălucirea imaginii de zece de ori, permițând astfel să se obțină fotografii individuale ale fenomenului cu expuneri de ordinul a 10^{-5} s, în cazul în care li se aplică un impuls în formă de II, sincronizat cu procesul studiat, de durată corespunzătoare.

Possibilități mai largi deschid convertorii în care imaginea electronică poate fi deplasată pe ecran. În figura 7.2 este reprezentată schema convertorului electrono-optic ИИМ-3, ce poate fi comandat în acest fel:




Fig. 7.2 Schema convertorului electrono-optic pulsant ИИМ-3 pentru fotografierea multicaдру; 1 — fotocathodul; 2, 5 — plăci de obturare; 3, 4 — plăci pentru desfășurarea imaginilor

În acest aparat sunt prevăzute două perechi de plăci deflectoare, care deplasează imaginea electronică, și un sistem de plăci și diafragme, care formează un contactor electronic cu acțiune rapidă. În cazul fotografierii cadru cu cadru, plăcilor de deflexie li se aplică impulsuri de tensiune în formă de trepte, iar în momentele în care imaginea este deplasată contactorul se închide. Pentru explorarea continuă se aplică plăcilor impulsuri în formă de dinți de ferăstrău.

Caracteristicile principale ale unor convertori electrono-optici sunt date mai jos:

Tipul de convertor	ИИМ-3	ИИМ-4	ЗНС-1
Mărirea imaginii	2	2	1,4
Amplificarea strălucirii			
catod de stibiu-cesiu	16	1	10
catod de oxigen-cesiu	8	2	
Tensiunea de accelerare, kV	18	18	16
Pierdere de separare, linii/mm			
în centrul ecranului	40-50	10-20	12*
la marginea ecranului	15-20	10-20	
Distanța ecranului, mm	70	110	

* În regim pulsant.

În figura 7.3 este dată fotografia traductorului electrono-optic ЗНС-1.




Fig. 7.3 Aspectul exterior al traductorului electrono-optic ЗНС-1.

Pentru o amplificare mai mare a strălucirii se folosesc convertori electro-optici cu amplificarea în cascade a strălucirii imaginii (amplificatori electro-optici - AEO). Un asemenea aparat (fig. 7.4) constă dintr-un convertor electro-optic obișnuit și un număr de câteva cascade de amplificare în care focalizarea electronilor se face cu ajutorul unui cîmp magnetic longitudinal. Trans-




Fig. 7.4. Convertorul electro-optic cu amplificare în cascade a strălucirii imaginii.

miterea imaginii de la o cascade la alta se realizează de obicei cu ajutorul unei plăci transparente subțiri, care pe o parte are depus un strat de compoziție fluorescentă, iar pe cealaltă fotocatodul. Aceasta implică desigur o pierdere inevitabilă a puterii de rezoluție, care este cu atât mai mare cu cât este mai groasă placa transparentă.

Mai perfecționate sînt sistemele care transmit imaginea prin fibre optice. Uneori transmiterea imaginii electronice de la o cascade la alta se realizează fără a folosi imagini optice intermediare, ci cu ajutorul unor pelicule subțiri emițătoare de electroni secundari, care sînt trimiși în aceeași direcție cu electronii primari (prin „tir direct”).

Convertorul în cascade pulsant, multicadru (v. fig. 7.4) are un coeficient de amplificare electronic de peste 10^6 și o putere de separare în jur de 10 linii/mm. Rezoluția temporală a convertorilor electro-optici atinge 10^{-14} s. AEO reunește înalta sensibilitate, caracteristică receptorilor fotoelectronici, cu posibilitatea înregistrării concomitente a unui număr mare de elemente spectrale, proprie peliculei fotografice.

Sensibilitatea de prag a AEO este superioară celei a fotomultiplicatorilor. Aceasta se datorește faptului, că fotoelectronii de întuneric dintr-un fotomultiplicator urmează aceeași cale de amplificare ca și semnalul util, suprapunindu-se de fapt peste acesta. Un fotoelectron de întuneric născut dintr-un anumit loc al fotocadrelor unui AEO, din contra, ajunge în punctul corespunzător al ecranului de ieșire al AEO, ca rezultat al transmiterii imaginii; perturbări apar numai în cazul în care intervalul spectral măsurat se află în același loc al fotocatodului din care a fost emis fotoelectronul de întuneric perturbator. Altfel spus, parazitii datorati fotocurenților de întuneric pentru AFE și AEO vor fi la fel de mari numai în cazul în care aria fotocatodului AFE este egală cu aria imaginii liniei spectrale măsurate. Practic, acest fapt înseamnă că nivelul parazitilor datorati curenților de întuneric ai AEO este cu câteva ordine de mărime mai mic decât al unui fotomultiplicator. Acest fapt permite să se lucreze fără răcirea AEO.

În ciuda acestui fapt, din cauza complicatilor de realizare și exploatare, utilizarea amplificatorilor electro-optici ca și a taburilor emesocape este deocamdată limitată în spectroscopie. S-ar părea că acest tip de receptor va căpăta în continuare o utilizare mai largă.

§ 4. SPECTROMETRE CU EXPLORAREA PRIN BALANAJ A SPECTRULUI

Aparatele de acest tip (1, 5, tabelul 7.1) sunt larg răspândite. În funcție de procedul de explorare a spectrului, ele se pot împărți în următoarele subgrupuri:

- a) explorarea prin rotația sau oscilația elementului dispersiv;
- b) explorarea prin mișcarea fantei de intrare sau a fantei de ieșire;
- c) explorarea prin rotația sau oscilația oglinzilor, prismelor etc. ajutătoare;
- d) explorarea electro-optică a spectrului, fanta de ieșire rămânând nemășcată.

Trebune scoase în evidență în mod special procedeele de explorare a spectrului cu ajutorul spectrometrelor cu etalon Fabry-Perot, prin modificarea presiunii în camera de presiune sau prin electrostricțiune. Aceste metode au fost examinate în capitolul 6, motiv pentru care vom mai referi la ele.

Explorarea spectrului prin rotația sau oscilația elementului dispersiv. O schemă tipică de asemenea aparat este sistemul cu o prismă de deviație constantă, folosit în monocromatoarele indigene MM-2, sau sistemul de trei prisme al spectriografului HCH-51 cu adică potolul QDM-1. Rotirea elementului care învârt sistemul de prisme se poate realiza cu ajutorul unui motoras Warren.

În aparatele cu rețea de difracție, construite după schema Ebert, explorarea spectrului se realizează de obicei, de asemenea prin rotirea sau oscilația rețelei.

De regulă, aceste aparate sunt destinate pentru explorarea lentă a spectrului. Această metodă de explorare este larg răspândită în spectrometrele și spectrofotometrele înregistratoare la care durata înregistrării intervalului spectral de lucru este de câteva secunde sau minute. Uneori această metodă se folosește pentru înregistrarea unui interval spectral de câțiva ångström sau de zeci de ångström, de pildă, pentru analiza spectrală izotopice.

În figura 7.5 este dată schema mecanismului pentru rotirea alternativă a elementului dispersiv și diagrama înregistrată a spectrului structurii izotopice,





Fig. 7.5. Schema mecanismului de rotire oscilantă a elementului de dispersie (1) (1 - rețeaua, 2 - excentric) și a model de înregistrare a structurii izotopice a benzinei (C¹³O).

obținută cu ajutorul acestui sistem. Pentru explorarea rapidă a spectrului rotirea neîntreruptă a elementului dispersiv se folosește rar, deoarece „porozitatea” unei astfel de înregistrări este peste măsură de mare. Prin „porozitate” am denumit în cazul de față raportul dintre timpul de mers în gol și timpul de înregistrare a spectrului. Pentru prisme sau rețele care se învîrt această mărime este obișnuit de ordinul 1 — 2. Ea depinde de tipul de prismă sau de rețea și de intervalul spectral înregistrat.

Explorarea spectrului prin deplasarea fantei de intrare sau a fantei de ieșire. Acest procedeu de explorare a spectrului se folosește mult în ultimul

Fig. 7.6. Schema pentru explicarea explorării prin baleiaj a spectrului într-un spectrofotometru cu fantă mobilă: *I* — sursa de lumină; *L* — lentila condensor; *B* — cilindru rotitor, care are o deschizătură, *S*, ce servește drept fantă de intrare; *D* — diafragmă cu un anumit desen geometric.



timp în spectrometria ultrarapidă. Avantajul ei principal îl constituie construcția mecanică relativ simplă și, de asemenea, porozitatea mică, ce poate fi redusă, dacă este necesar, chiar aproape de zero.

În sistemele cu fante mobile se înregistrează până la câteva sute de spectre pe secundă. De obicei însă asemenea aparate au o putere de separare mică ($R \approx 100 - 200$). O schemă tipică a părții de intrare a unui spectrofotometru cu fantă mobilă [7.14] este dată în figura 7.6. O diafragmă cu un anumit desen al figurii geometrice, fixată pe partea anterioară, compensează variația strălucirii spectrale a sursei de lumină și a sensibilității detectorului pe întinderea întregului spectru. Cilindrul, în care este practică o tăietură avînd fixată în interior sursa de lumină, este rotit de un motor. Același motor poate comanda explorarea orizontală a oscilografului, antrenarea mecanismului grifei aparatului de filmat cu care se fotografiază oscilogramele și dispozitivele de comutare, care dirijează fasciculul de lumină în canalul principal și în canalul de referință.

În locul cilindrului uneori este folosit un disc rotitor cu o fantă în formă de spirală. Forma deschizăturii și lărgimea ei pot fi alese corelat cu graficul dispersiei monocromatorului, astfel încît să se obțină un baleiaj liniar al spectrului în funcție de lungimile de undă și o lărgime spectrală constantă a fantei. Viteze mari și o porozitate mică pot fi atinse prin utilizarea unei „fante fluturante”. Rolul ei îl realizează un cilindru care se rotește, cu tăieturi practicate după generatoare.

Aparate de acest tip au fost realizate avînd mobilă fie fanta de intrare, fie fanta de ieșire. În cazul în care este mobilă fanta de intrare, trebuie să dispunem de o sursă de lumină de întindere mare, care are o strălucire uniformă (sau un sistem corespunzător de iluminare). În cazul în care fanta de ieșire este mobilă, va fi necesar să dispunem de un receptor de lumină cu suprafața receptoare mare și cu sensibilitatea constantă. Uneori este avantajos să se deplaseze odată cu fanta de ieșire și receptorul de lumină.

Pentru explorarea prin baleiaj ultrarapidă a unor intervale spectrale înguste s-au utilizat cu succes fante oscilante. Într-unul dintre aceste aparate, destinat determinării temperaturii în funcție de inversarea liniei sodiului, a fost atinsă o frecvență de 5000 cadre pe secundă, iar timpul de înregistrare a unui fragment de 1 \AA este de 10 ms, la o putere de separare de 1 \AA [7.15].

Explorarea spectrului prin rotirea sau oscilația oglinzilor. Drept element de explorare prin baleiaj a spectrului se utilizează de cele mai dese ori o oglindă montată într-o schemă cu autocolimație a aparatului spectral. Schema optică tipică unui instrument de acest tip este dată în figura 7.7.




Fig. 7.7. Explorarea spectrului prin rotirea unei oglinzi. S_1 și S_2 — fante de intrare și fante de ieșire; P — prismă; M_1 — oglindă concavă; M_2 — oglindă plană care asigură autocolimația pentru realizarea explorării spectrului.

Astfel de aparate sînt construite în laboratoare, iar în occident sînt fabricate în serie de către industria optică. Ele permit să se reducă timpul de înregistrare a unui spectru pînă la câteva sute de microsecunde, iar frecvența de repetiție pînă la câteva sute de spectre pe secundă. Sînt posibile și alte variante ale schemei cu oglinzi rotitoare.

În figura 7.8 este dată schema unui aparat cu rețea de difracție în care o oglindă exagonală rotitoare (pînă la 50 000 rot/min) este introdusă între rețea și fantele de intrare. Aparatul permite o mare viteză de explorare (pînă la 200 \AA/s) avînd o putere de separare în jur de 1500.




Fig. 7.8. Schema unui monocromator cu rețea de difracție, în care explorarea spectrului se realizează prin rotirea unei oglinzi exagonale [7.16]. 1 — fante de intrare; 2 — oglindă rotitoare; 3 — oglindă rotitoare; 4 — rețea de difracție; 5 — oglindă concavă; fante de ieșire.

Monocromatorul cu o oglindă oscilantă, fixată în locul uneia dintre prismele monocromatorului dublu JMP-2, asigură înregistrarea a 800 spectre pe secundă ($4000 - 5000 \text{ \AA}$) cu o putere de separare de aproximativ 300 [7.17].

Întrucît industria noastră practică nu livrează aparate spectrale cu rezoluție temporală, prezintă interes schemele de combinare a aparatelor spectrale obișnuite cu fotoînregistratoare ultrapide, în scopul obținerii unor baleiaje în timp. O asemenea instalație este descrisă în lucrarea [7.18]. În această instalație este folosit spectrograful standard MCH-51, și fotoînregistratorul

de mare viteză C&P, care înlocuiește partea cu camera, a spectrografului. Spectrul defilează prin fața fantei, fixată în suprafața focală a fotoînregistratorului; în spatele fantei se află un fotomultiplicator. Instalația este destinată pentru înregistrarea cu viteză rapidă a conturilor liniilor. Cu ajutorul ei s-a obținut o înregistrare cu viteză în jur de 15 Å/μs . Ea poate fi împinsă pînă la $300 - 400 \text{ Å/μs}$, dacă s-ar folosi surse de lumină mai strălucitoare, ceea ce va permite mărirea vitezei de rotație a oglinzii pînă la viteză limită.

Explorarea electrono-optică a spectrului. Pentru explorarea unui spectru este suficient să aplicăm o tensiune în formă de dinți de ferăstrău pe perechea de plăci corespunzătoare a unui convertor electrono-optic, al cărui ecran de ieșire este proiectat pe o fantă fixă. În spatele fantei se montează un fotomultiplicator, care înregistrează semnalul.

Au fost elaborate așa-numitele convertoare duble [7.19], constituite dintr-un convertor electronic și un fotomultiplicator. În aparatele de acest tip nu se mai obține imagine optică intermediară. Din ele lipsește atât ecranul luminescent al AEO cit și fotocatodul fotomultiplicatorului. Imaginea electronică a spectrului este trimisă, prin fantă, direct pe primul dinod al fotomultiplicatorului. Și fotomultiplicatorul și AEO sînt introduse într-un balcon comun, vidat.

Obturator electronic pentru obținerea spectrelor proceselor cu repetare multiplă. Un obturator electronic convenabil pentru separarea spectrului unei anumite faze a emișiei de eclatare, care se repetă periodic, a unei scînteii electrice, a fost prezentat în lucrarea [7.20]. El constă dintr-un multivibrator care deschide și închide circuitul amplificatorului fotocurentului după un anumit interval de timp, comandat de la începutul descărcării. În acest caz în timpul în care obturatorul este deschis, lungimea de undă practică nu se modifică, iar explorarea este posibilă numai pe seama repetării de mai multe ori a procesului.

Distorsiunile introduse de sistemul receptor, de înregistrare, cu ocazia explorării spectrului. Orice instalație receptoare, de înregistrare, care servește pentru înscrierea spectrului, nu reacționează la schimbarea semnalului instantaneu, ci are o anumită inerție. Acest fapt duce la o distorsionare instrumentală suplimentară a liniilor spectrale și a benzilor spectrale la ieșirea spectrometrului. Ne vom limita în abordarea acestei probleme la aproximația practică importantă [7.21], [7.22], considerînd că la ieșirea unui monocromator avem un semnal descris de curba lui Gauss

$$I(t) = I_0 \exp(-\gamma v^2 t^2). \quad (7.5)$$

Aici, $v = d\lambda/dt$ este viteza de explorare, în Å/s ; $\gamma = 4 \ln 2 / a_j^2$, a_j fiind semilărgimea conturului liniei la ieșirea din monocromator.

Un contur de acest tip poate fi obținut în cazul unei viteze constante de explorare, cînd atât conturul adevărat al liniei cit și funcția de aparat a monocromatorului sînt descrise de curbe Gauss care au semilărgimile a_E și, respectiv, s . Atunci

$$a_j^2 = a_E^2 + s^2. \quad (7.6)$$

Presupunem, de asemenea, că proprietățile de inerție ale sistemului de recepție-înregistrare sînt caracterizate de o caracteristică de tranzitare

$$h(t) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right). \quad (7.7)$$

Funcția de tranzitare $h(t)$ caracterizează reacția sistemului, raportată la saltul unitate al semnalului, iar constanta de timp, τ , după cum rezultă

din (7.7), este intervalul de timp în care reacția instalației de înregistrare atinge valoarea $1 - 1/e \approx 0,632$.

Funcția de tranziție de tipul (7.7) este tipică pentru receptorii terminați de radiație pentru amplificatori în care caracteristicile inerțiale sunt determinate de rezistența și capacitatea conturului ($\tau = RC$) etc.

Semnalul la ieșirea sistemului de recepție înregistrate va fi descris de următoarea funcție de timp

$$P(t) = \int_{-\infty}^t I(t') \frac{d}{dt} h(t - t') dt'. \quad (7.8)$$

Prin integrarea acestei expresii [7.21], obținem următorul rezultat

$$P(t) = I(t)\psi(t). \quad (7.9)$$

Aici $I(t)$ este semnalul la ieșirea monocromatorului, $\psi(t)$ fiind un factor care caracterizează distorsiunea acestui semnal de către sistemul de recepție-înregistrare

$$\psi(t) = \frac{K}{2} \exp\left[-\frac{A^2}{2}\right] \int_{-\infty}^A e^{-\frac{r^2}{2}} dr, \quad (7.10)$$

în care

$$A = 2,35 \frac{vt}{a_f} - \frac{K}{2}.$$

Parametrul de distorsiune,

$$K = 0,85 \frac{a_f}{v\tau} \quad (7.11)$$

este determinat de raportul dintre timpul de explorare a semilărgimii conturului (a_f) și constanta de timp, τ , a sistemului de înregistrare. Micșorarea




Fig. 7.9. Forme de calcul ale curbelor de amplitudă pentru diferite valori ale parametrului K .


pe măsură ce K crește, corespunde mărirea vitezei de explorare. Pentru $K \rightarrow \infty$ (înregistrare instantanee) $\psi(t) \rightarrow 1$. În figura 7.9 sunt reprezentate rezultatele calculului formelor conturului pentru diferite valori ale parametrului K . Pe axa absciselor s-a luat

mărimea

$$v = 2,35 \left(\frac{\lambda - \lambda_0}{a_j} \right),$$

în care λ_0 este lungimea de undă care corespunde centrului liniei.

Fig. 7.10 Introducerea coeficienților de deformare a conturilor prin explorarea spectrală.



Distorsiunea liniei poate fi caracterizată prin trei coeficienți (fig. 7.10):
 — scăderea intensității în maxim, $\varepsilon = I'/I$;
 — lărgirea liniei, $\chi = a'/a$;
 — deplasarea liniei, $\eta = \Delta/a$.

Acești coeficienți sînt legați de parametrul K prin relațiile aproximative

$K \geq 3$	$K < 3$	
$\varepsilon = \frac{1}{\chi} = 1 - \frac{0,35}{K}$	$\frac{1}{\varepsilon} = \frac{0,83}{K} + 0,86$	
$\eta = \frac{0,85}{K}$	$\chi = \frac{0,83}{K} + 0,94$	(7.12)
	$\eta = \frac{0,21}{K} + 0,21$	

Ca exemplu de aplicare a formulelor (7.12), să examinăm cazul explorării prin balcraj a unei linii de semilărgime $a_j = 0,66 \text{ \AA}$, cu ajutorul unui monocromator, care are semilărgimea conturului instrumental $s = 0,08 \text{ \AA}$. Viteza de explorare este 1 \AA/s , $\tau = 10^{-4} \text{ s}$. După cum rezultă din (7.6), semilărgimea liniei la ieșirea monocromatorului este $a_j = \frac{1}{2} \sqrt{a_{j0}^2 + s^2} = 10^{-1} \text{ \AA}$; conform cu (7.11), $K = 0,85$. Modul în care este distorsionată linia se vede din figura 7.9. Aplicînd formula (7.12) obținem $\varepsilon = 0,54$; $\chi = 1,92$; $\eta = 0,46$. Prin urmare, intensitatea liniei în maxim scade de aproape două ori, exact de atîtea ori crește nădă lărgimea liniei, iar maximum ei se deplasează aproape cu o jumătate din semilărgime.

Problema se poate pune și sub forma următoare. Pentru ce viteză de explorare a aceleiași linii modificarea intensității și a lărgimii nu depășește 10%? Luînd $\varepsilon \geq 0,9$, obținem, cu ajutorul relației (7.12), $K \geq 3,5$. De aici, cu ajutorul expresiei (7.11), găsim că $v \leq 0,24 \text{ \AA/s}$. Așadar, viteza de explorare trebuie să fie micșorată de patru ori.

Este important de observat că aria conturului înregistrat al liniei, pentru orice caracter al distorsiunilor spectrale-temporale, este proporțională cu intensitatea liniei și trebuie să-și păstreze valoarea constantă.

În cazul analizat acest fapt, bine cunoscut, este ilustrat prin aceea că, așa cum rezulta din (7.12), mărimea χ nu depinde de K într-un interval larg de valori ale parametrului K .

Se poate urmări analogia dintre coeficientul de lărgire a liniei, k' , pe care o introduce monocromatorul, și coeficientul de lărgire a liniei, χ , pe care o introduce schema de recepție înregistrare. Conform relației (7.6)

$$k' = a_s/a_s = \sqrt{1 + (s/a_s)^2}, \quad (7.13)$$

$$\chi = a'/a_s. \quad (7.14)$$

În cazul unui contur instrumental larg ($s \ll a_s$), monocromatorul redă exact conturul liniei ($k' \approx 1$).

Analog, pentru viteze mici de explorare prin balenaj, sistemul de recepție înregistrare nu introduce distorsionări ale conturului înregistrat (pentru $K \geq 3$, conform relației (7.12), $\chi \approx 1$). În cazul creșterii vitezei de explorare ($K < 3$), vom avea

$$\chi = \frac{0,83}{K} + 0,91$$

sau, ținând cont de (7.11), se poate scrie aproximativ,

$$\chi \approx \frac{v\tau}{a_s} + 1, \quad (7.15)$$

de unde, conform relației (7.14),

$$a' = v\tau + a_s. \quad (7.16)$$

Prin urmare, semilărgimea conturului spectral înregistrat nu poate fi mai mică decât produsul $v\tau$. Plecând de la aceasta, mărimea $v\tau$ poate fi numită rezoluție temporală, iar mărimea

$$R_\tau = \lambda/v\tau \quad (7.17)$$

putere de separare în timp. Mărimea R_τ este analoagă puterii de separare optică.

Adesea, aceiași termeni (rezoluție temporală și putere de separare în timp) sînt necesari în spectroscopie pentru definirea unei alte noțiuni — intervalul temporal minim pe care îl mai poate separa sistemul.

Cele două noțiuni pot fi ușor deosebite după dimensiunile lor: $v\tau$ are dimensiunea unui interval spectral (\AA , cm , cm^{-1} , s^{-1}), iar rezoluția temporală, în celălalt sens, menționat mai sus, are dimensiunea unui interval de timp.

Analiza prezentată aici a fost făcută pentru cazurile în care semnalul crește exponențial. Aceasta are loc atunci cînd merita instalației de înregistrare este determinată de parametrii electrice (capacitatea, inducția, rezistența). Este destul de frecvent și un alt caz, cel în care la ieșirea traseului de amplificare se află un autoinscripător care are un timp de deplasare a căruciorului, τ' . Pentru autoinscripătorii obișnuiți OIII-0,9, $\tau' \approx 1\text{ s}$ și probabil nu poate fi făcut mai mic decît 0,1–0,2 s. În aceste cazuri distorsiunile din spectre, provocate de inerția sistemului de înregistrare, se pot evalua cu ajutorul aceleiași relații, (7.12), înlocuindu-l pe τ cu τ' . Evident astfel introduse amplifică doar cu puțin distorsiunile datorită înregistrării.

§ 5. MONTAJE PENTRU OBTINEREA UNOR SPECTRE STIGMATICE, SEPARATE ÎN TIMP

Instalațiile de acest tip (6, 10, tab. 7.1) permit obținerea unei distribuții a strălucirii obiectului în coordonatele (x, λ) fie la anumite momente de timp, fie în regim de fotografie individuale (spectrograf stigmatic cu obturator), fie prin fotografierea cadru cu cadru continuă a procesului (cinespectrograf). În primul caz, pentru studiul desfășurării procesului în timp este necesară repetarea lui de mai multe ori. Acest fapt nu este însă posibil totdeauna, dar, chiar dacă procesul poate fi repetat de mai multe ori, acest procedeu de înregistrare introduce în plus totdeauna erori inerente, determinate de faptul că procesul însuși nu este perfect reproductibil. Dacă aceste erori sînt mari, atunci pe fondul lor se pot pierde detalii ale fenomenului care nu pot fi, astfel, detectate. În asemenea cazuri se apelează de obicei la filmarea rapidă a spectrelor stigmatice.

Dispozitivele descrise în acest paragraf pot fi folosite și pentru obținerea spectrelor astigmatice separate în timp, însă cu pierderile corespunzătoare de informații asupra distribuției spațiale a strălucirii sursei.

Piesa necesară a instalațiilor de tipul descris este obturatorul optic. Tocmai acțiunea lui stabilește o determinare în timp a fazei înregistrate a fenomenului. Condițiile principale pe care trebuie să le îndeplinească un obturator pot fi formulate astfel:

a. Timpul de expunere realizat de el trebuie să fie atât de mic, încît în cadrul fenomenului studiat să nu se petreacă schimbări importante.

b. Momentul expunerii trebuie să fie sincronizat cu o anumită fază a fenomenului studiat, iar reproductibilitatea acestei sincronizări trebuie să fie suficient de înaltă.

c. Obturatorul trebuie să fie suficient de transparent, cînd este deschis, și suficient de opac, cînd este închis.

Obturatoare mecanice [7.23]. Vom numi obturatoare mecanice obturatoarele care au părți mobile. Drept dispozitive de acționare în obturatoarele mecanice servesc resorturi, electromagneți, electromotoare etc. Obturatoarele de asemenea tip, utilizate în aparatele fotografice, permit expuneri de pînă la 10^{-3} s, însă, de regulă, sincronizarea lor cu procesul de studiat, cu o precizie acceptabilă, este dificil de realizat.

Mai comode pentru sincronizare sînt obturatoarele în care dispozitivul de acționare este un electromagnet. Trei scheme de astfel de obturatoare, capabile să acopere fanta în 10^{-3} s, sînt date în figura 7.11. Obturatoarele de acest tip se folosesc, în primul rînd, ca dispozitive de siguranță în combinație cu alte dispozitive de acționare rapidă, care permit trecerea periodică a fasciculului cu o mare porozitate, de pildă, cu discuri rotitoare.

Discurile turnante sînt larg folosite ca obturatoare cu acționare periodică. Cu ajutorul lor se poate deschide un orificiu mic, de tipul fantei spectrale, pe durata unei microsecunde. Procesul analizat este comandat de obicei de un impuls dat de o celulă fotoelectrică, care se declanșează sub acțiunea luminii ce cade pe ea de la o sursă suplimentară, care trece printr-un orificiu practicat în același disc. Timpul de retardare este dat de unghiul α , cu care se rotește discul din momentul declanșării procesului pînă în momentul deschiderii obturatorului. Astfel, pentru o viteză de rotație a discului de 10 000 rot/min, la o întrerupere de 100 μ s se realizează un unghi $\alpha \approx 6^\circ$. Impulsurile cu un front abrupt, de mică durată și de mare porozitate pot fi obținute cu ajutorul unui obturator cu două discuri [7.25] (fig. 7.12). Ambele discuri se rotesc cu ajutorul unui singur motor, însă cu viteze diferite, prin intermediul unui

reductor. În acest caz, forma și durata impulsului de lumină sunt date de discul care se rotește rapid, iar porozitatea de discul ce se rotește mai încet, care joacă rolul de obturator suplimentar.




Fig. 7.11. Schema obturatorilor electromecanice (a) [7.24] electro-mecanice (b) ale aparatului СП-75 [7.24] și a unui obturator magnetoelectric (c) [7.24]. 1 — magnet; 2 — resort; 3 — perdea; 4 — fântă; 5 — bobina de rulare; 6 — cadru parcurs de curent; 7 — orificiu care este obturat.





Fig. 7.12. Modulater cu două discuri. D_1 , D_2 — discuri, M — motor, L — lentilă de admisie, I_1 , I_2 — lentile, P — foto-receptor. 1 — 4 — elemente ale transmisiei mecanice.

O schemă analogă se poate realiza cu ajutorul unor oglinzi plane sau concave care se rotește.

Obturatorile sub formă de disc sau de oglindă, care acționează periodic, sunt convenabile pentru separarea unei anumite faze a emisiei fenomenelor care se repetă de mai multe ori, de exemplu a unei scintile electrice [7.26] sau a fluorescenței excitate de aceasta.

Un obturator care funcționează foarte rapid poate fi construit pe baza principiului reflexiei totale (fig. 7.13). Prin apropierea prismelor până la o distanță egală cu o fracțiune de lungime de undă, lumina trece direct. La îndepărtarea lor apare reflexia totală și lumina nu mai poate trece. Deplasarea prismei se poate realiza prin electro- sau prin magnetostricțiune. Timpul de declanșare este de 10^{-4} - 10^{-5} s, în funcție de construcție.

Fig. 7.13. Schema unui obturator cu reflexie totală: a - în starea deschisă, când lumina nu este reflectată și trece prin prizma 1 sub acțiunea câmpului magnetic produs de bobină 4 și aproape prismele 1 și 2; b - în starea închisă, când se extinde sub acțiunea unui câmp electric, ceea ce determină micșorarea intervalului dintre prismele 1 și 2.



Obturatoare electrooptice. Acțiunea obturatoarelor electrooptice se bazează pe dubla refracție artificială, pe care o capătă cristalele, lichidele sau gazele în câmp electric [7.27].

Schema unui obturator cu câmp longitudinal este reprezentată în figura 7.14a. Uneori în locul electrozilor cu orificii sînt utilizate straturi conducă-




Fig. 7.14. Obturatoare electrooptice cu câmp electric longitudinal (a) și, respectiv, transversal (b): 1 - polarizor; 2 - schimbător de fază; 3 - electrozi; 4 - cristal electrooptic; 5 - analizor.

toare transparente, de pildă, din oxid de staniu. În celulele respective se introduc cristale care au efect electrooptic liniar, de obicei, KDP sau ADP. Tensiunile necesare pentru producerea unei diferențe de drum de $\lambda/2$ sînt de 8 și 3,1 kV.

Pentru mărirea tensiunii de funcționare se poate compune un „sandviș” din asemenea celule. Deoarece direcția câmpului se modifică la trecerea de la un strat la altul, cristalele trebuie dispuse sub un unghi de 90° . În acest caz diferența de fază care apare între componente, la trecerea prin stratul, se va însuma; o celulă formată din n elemente dă un câștig în tensiune de n ori. Neajunsul unor asemenea dispozitive îl constituie scăderea transparenței și creșterea capacității electrice, care reduce rapiditatea obturatorului.

Un obturator cu câmp transversal (celula Kerr) este dat în figura 7.14 b. În astfel de celule se folosește un lichid (de obicei, nitrobenzen) sau cristale care

at constanta Kerr mare (tantalat niobat de potasiu, titanat de bariu, niobat de litiu). Utilizarea cristalelelor este comodă mai ales datorită valorilor foarte mari ale tensiunii necesare pentru comanda obturatorului.

Obturatoare magnetooptice. [7.27] Schema unui asemenea obturator, a cărui acțiune se bazează pe efectul Faraday, este dată în figura 7.15. Pentru ca




Fig. 7.15. Obturator magneto-optic
1 - polarizator; 2 - analizator; 3 - celulă Faraday.




Fig. 7.16. Obturator cu reflexii multiple a lumii
printr-o celulă Faraday. 1 - polarizator;
2 - oglinzi; 3 - electrolit; 4 - substață
magneto-optică; 5 - analizator.

obturatorul să transmită toată radiația (mai puțin pierdută prin absorbție și prin reflexii), este necesar ca în celulă să se obțină o rotire a planului de polarizare cu 90° .

În scopul amplificării efectului se pot folosi scheme cu trecerea fasciculi de mai multe ori prin celulă (fig. 7.16). Acțiunea lor se bazează pe faptul că sensul de rotire al planului de polarizare nu depinde de sensul razei de lumină, astfel în it prin trecerea razei de mai multe ori efectul se însumează. Acest efect stă și la baza acțiunii izolatorului optic — sistem care transmite radiația într-un sens și care este opac în sensul opus (fig. 7.17).




Fig. 7.17. Obturator care permite trecerea luminii într-un
sens. 1, 2 - polarizori ale căror axe fac un unghi de 45°
între ei; 3 - celulă magneto-optică.

Dispozitivul este transparent în sensul arătat de săgeată, dacă în celulă magnetică se produce o rotire a planului de polarizare cu 45° . În sens invers sistemul este netransparent.

La folosirea obturatoarelor electro- și magnetooptice într-un larg domeniu spectral, trebuie avută în vedere selectivitatea efectelor și, în consecință, variația transmisiei obturatoarelor de-a lungul spectrului.

Convertorii electrono-optici folosiți ca obturatori. În figura 7.18 este dată schema de utilizare ca obturator rapid a unui convertor electrono-optic. Un ase-





Fig. 7.18. Schema de utilizare
ca obturator a unui convertor
electrono-optic. 1 - spectrometru;
2 - focalizator de sarcini;
3 - convertorul electro-optic.

menea obturator are o serie de însușiri excepționale. Transmisia lui în stare deschisă este mult mai mare ca unitatea; cu alte cuvinte, el nu numai că nu diminuează, ci, dimpotrivă, amplifică imaginea. Un asemenea obturator poate fi ușor sincronizat cu fenomenul analizat. Concomitent, el transformă radiația lungimilor de undă „incomode” în „comode”, dacă fotocatodul convertorului electrono-optic are sensibilitatea spectrală corespunzătoare.

Trebuie avut în vedere faptul că puterea de separare a convertorului electrono-optic este limitată și, corelat cu aceasta, mărirea opticii de proiecție

Fig. 7.19 Schema de principiu a unui spectrograf cu aparat de filmat.
1 — sursa de lumină; 2 — condensorul;
3 — fanta; 4 — obiectivul camera-
torului; 5 — sistemul de dispersie;
6 — obiectivul camera; 7 — aparatul
de filmat.



trebuie aleasă astfel încât să nu se piardă detaliu importante ale spectrului înregistrat.

Ca exemplu, cităm lucrarea [7.28], în care a fost folosit drept obturator un convertor electrono-optic pentru fotografierea spectrului de descărcare prin scînteie în hidrogen, cu o expunere de $1 \mu s$.

Spectrografe cu aparat de filmat. Schema de principiu a unui cinespectrograf este dată în figura 7.19. De obicei, un cinespectrograf constă dintr-un spectrograf stigmatic și un aparat de filmat, uneori asamblate constructiv.

Se poate efectua o filmare cadru cu cadru a spectrelor astigmatice. Însă informația asupra distribuției spațiale a strălucirii obiectului se va pierde, în acest caz, deja în spectrograf, încercarea de a o păstra prin fotografiere cadru cu cadru nu are sens. În asemenea cazuri este preferabilă folosirea explorării continue a spectrului, care este tehnic mai simplă.

Cu aparat de filmat pentru înregistrarea spectrelor se poate folosi oricare dintre aparatele indigene destinate filmării cadru cu cadru. Majoritatea lor sînt descrise amănunțit în lucrarea [7.23]. În particular, cele mai folosite sînt ОДР-2М, în regim de lupă de timp cu frecvența de fotografiere de pînă la $2,6 \cdot 10^3$ cadre/s, ФИ-22 (10^6 cadre/s), ЗКЛБ-2М (pînă la $4,5 \cdot 10^6$ cadre/s). Pentru viteze de filmare mai mici se folosește aparatul de filmat ККК-1 (pînă la $8 \cdot 10^3$ cadre/s).

Cuplarea spectrografelor cu aparatul de filmat este recomandabil să se facă nu prin adăugarea de noi piese optice, ci, din contra, prin înlăturarea celor de prisos — aparatul de filmat, focalizat la infinit, întreaga parte casetă cameră a spectrografelor fiind înlocuită cu o cameră intersanjabilă, de pildă, ИСН-51. Uneori, din considerente constructive, acest deziderat nu este posibil de realizat, fiind nevoie ca aparatele să fie cuplate cu ajutorul unor obiective suplimentare. Optica suplimentară este introdusă și în cazul în care trebuie corelată mărirea aparatului spectral cu puterea de separare a aparatului de filmat.

Industria noastră livrează adaptoarele spectrale speciale, cu prismă sau ca rețea, СЛ-77 și СЛ-78, care sînt destinate funcționării împreună cu aparatul de filmat ОДР-2М. Viteza maximă de înregistrare este în acest caz de 625 mm de spectre, avînd dimensiunea de $1 \times 1 \text{ cm}^2$ pe secundă.

§ 6. SPECTROCRONOGRAFE

Spectrocronograful (7, 9, tab. 7.1) este aparatul în care se realizează explorarea prin balenaj continuu cu fanta a tabloului spectral cu desfășurare în timp [7.23]. De obicei, aceste aparate funcționează cu înregistrare fotografică, cu toate că în principiu sînt posibile și alte metode de înregistrare, de exemplu, un sistem de recepție ca în televiziune, cu memorie magnetică. Partea necesară a oricărui spectrocronograf este o fațetă diafragmă temporală, care separă o porțiune îngustă din spectrul înregistrat sau limitează spectrul pe mîlțime. Fanta temporală (sau imaginea ei) și suprafața sensibilă se deplasează una față de alta în direcție perpendiculară pe fațetă.




Fig. 7.20. Spectrocronograf cu fante învecinate. I — sursă de lumină; L_1 — lentilă de intrare; L_2 — obiectivele colimatorului și, respectiv, camerei; F — peliculă în mișcare; P — prisma; S_2 — fanta temporală.

Fanta temporală poate fi așezată paralel cu direcția de dispersie a aparatului spectral. În acest caz fanta spectrală și fanta de timp sînt învecinate și împreună separă numai un singur punct al sursei de lumină care se află pe direcția intersecției lor, iar spectrocronograful înregistrează strălucirea acestui punct ca funcție atât de lungimea de undă cît și de timp (9, tab. 7.1) (fig. 7.20).




Fig. 7.21. Spectrocronograf în care fanta de ieșire a unui monochromator servește și ca fantă temporală și ca fantă spectrală.

În alte variante fanta temporală este totodată și fanta spectrală a aparatului, care delimitează o porțiune îngustă a spectrului (fig. 7.21). Distribuția iluminării după mîlțimea acestei fante reproduce distribuția strălucirii de-a lungul secțiunii alese a sursei. Un asemenea spectrocronograf înregistrează strălucirea sursei de lumină în funcție de coordonate și de timp, pentru o lungime de undă fixată (7, tab. 7.1). Constructiv cele două tipuri de spectrocronografe se deosebesc prin orientarea dispozitivului de explorare față de elementul dispersiv. Ele se pot transforma ușor dintr-unul în altul, fie prin rotirea reciprocă a părților, fie introducînd un dispozitiv optic, care să realizeze rotirea imaginilor (v., de pildă, fig. 7.22).

Spectrocronografele se livrează de către industrie. Ele se pot realiza și în laboratoare pe baza spectrografelor și fotoînregistratorilor. În acest scop se folosesc aparatele de tipul CFP, KCP sau altele asemănătoare. Adesea se utilizează și aparate cu pelicule sensibile mobile, care înlocuiesc placa fixă a unui spectrograf obișnuit. În lucrarea [7.29] este descris un fotoînregistrator cu viteză de până la 185 m/s. Un astfel de aparat cuplat cu un spectrograf real

zează baleiajul dorit cu o rezoluție temporală de ordinul unei fracțiuni de microsecundă.

În figura 7.23 este reprezentată schema de combinare a spectrografului ИСН-51 cu fotoînregistrator standard ЦФР-2М. În figura 7.24 sunt date desfășurările spectrelor unei scinte laser, obținută la acest aparat prin baleierea




Fig. 7.22. Rotirea imaginii cu ajutorul unei prisme.




Fig. 7.23. Schema de ansamblare a unui spectrograf ИСН-51 cu fotoînregistrator standard ЦФР-2М: 1 - fantă, obiectivul enamatorului și sistemul de dispersie ale aparatului ИСН-51; 2 - prisma Dove (care, pentru obținerea explorării prin baleiaj, este plasată transversal pe dispersie); 3, 7 - obiective ale aparatului ЦФР-2М; 4 - fantă tetapornă; 5 - oglindă rotitoare; 6 - peliculă.

după și perpendicular pe direcția dispersiei. Rotirea fantei temporale față de fanta spectrală se efectuează în acest caz prin interducerea unei prisme (fig. 7.22).

O schemă spectrocronografică se poate realiza și prin combinarea unui spectrograf cu un convertor electrono optic (v., de pildă, [7.31]).




Fig. 7.24. Expuneri pe peliculă de pectinură sensibilizată: (a) - la $t = 0$ ms, se vede o sursă de lumină (linia HeI, $\lambda = 6676 \text{ \AA}$, a unei scinte laser în heliu, $p = 5 \text{ at}$); (b) - transversal pe direcția de dispersie (linia HeI, a unei scinte laser, într-un noriș de hidrogen și heliu, $p = 10 \text{ at}$; se vede variația la timp a lărgimii centrului de heliu).

Câteva scheme de spectrocronografice echipate cu explorare prin baleiaj pe cilindru și cu oglindă, precum și prin deplasarea peliculei fotografice sînt date în figurile 7.25 - 7.27.

Adaptoarele spectrale, pomenite mai sus, CH-77 și CH-78, combinate cu aparatul de filmat CDP-2M (în regim de baleiaj continuu), formează un spectrocronograf cu o rezoluție în timp de până la 10^{-8} s.

Mai trebuie să pomenim și spectrocronografele cu rețea, CH-111 și CH-142.





Fig. 7.25. Spectrocronograf cu deplasarea peliculei [7.24]. 1 - diafragmă, 2 - oglindă plină, 3 - obiectivul colimatorului, 4 - rețea de difracție, 5 - obiectivul camerei, 6 - mecanismul de antrenare a filmului, 7 - camera fotografică, 8 - marcarea momentelor de timp.



Fasciculul paralel de la colimator

Fig. 7.26. Spectrocronograf cu explorare cilindrică [7.33]. 1 - rețea de difracție, 2 - obiectivul camerei, 3 - cilindru, 4 - pelicula fotografică.

Aparatul CH-111 [7.34] este un spectrocronograf cu oglinzi cu trei fețe, care se rotesc în vid; el are o rezoluție temporală de 10^{-8} s, o deschidere relativă de $1/8$, timpul de înregistrare $50 - 2000$ μ s. Dispersia liniară este de $41 - 7$ Å/mm (în funcție de rețeaua intersanjabilă folosită)




Fig. 7.27. Schema optică a unui spectrograf ultrarapid cu oglindă triedrică rotitoare [7.32]. 1 - fanta spectrală și fanta temporală, 2 - oglinda colimatorului, 3 - rețeaua de difracție, 4 - oglinda camerei, 5 - sticlă de protecție, 6 - oglinda rotitoare triedrică, 7 - pelicula fotografică.

Spectrocronograful de tipul cu cilindru CH-142, [7.35] are o deschidere relativă foarte mare ($1/2 - 1/3$) și o rezoluție temporală de 10^{-7} s.

Pentru explorarea în timp a spectrului se mai poate folosi și un disc cu o deschizătură, care se rotește, plasat fie în fața fantei de intrare a unui aparat stigmatic, fie direct în fața peliculei foto a unui aparat de orice tip. Rotirea discului este necesar să fie sincronizată cu procesul de studiat. Această schemă a fost folosită pentru obținerea unor spectre separate în timp ale plasmăi de

Înaltă temperatură pe instalația „Alfa” [7.46]. Discul care se rotește, cu diametrul de 30 cm și o fantă de 0,5–2 mm, era plasat imediat în fața fantei unui spectrograf ДСФ–8. Viteza de trecere a diafragmei prin fața fantei este de 5m/s. Rezoluția temporală este de 100 μ s.

O explorare analoagă a spectrului se obține și prin folosirea drept condensor a unei oglinzi concave rotitoare, care proiectează sursa în diferitele faze ale arderii ei, pe diferite locuri de pe fanta spectrografului [7.26].

Spectro-nogramele cu explorare pe cilindru și cu oglindă sînt mai eficiente decît aparatele cu discuri sau cu oglinzi rotitoare. În aparatele de ultimul tip în fiecare moment se înregistrează numai o parte neînsemnată a fluxului luminos trimis de sursă spre aparat.

În prezent aparatele spectrale cu rezoluție temporală, printre care sînt incluse și amplificatorii electrono-optici și tuburile de televiziune, sînt livrate de industrie.

Vom descrie aici, pe scurt, aparatul UF–76 livrat de firma Koderg (Franța). Partea de dispersie constă dintr-un monocromator dublu, cu rețea, montat după o schemă Czerny-Turner. După ce a trecut prin primul monocromator, spectrul este proiectat în planul unei fante intermediare largi, care decupează domeniul spectral necesar. După ce trece prin cel de al doilea monocromator, porțiunea din spectru este focalizată pe ecranul unui amplificator electrono-optic cu trei cascade, de pe al cărui ecran de ieșire este transmisă de un obiectiv pe ecranul unui vidicon.



Fig. 7.28. Aparatul spectral cu rezoluție temporală UF–76, livrat de firma Koderg.

În funcție de rețelele fixate în aparat, limitele de rezoluție sînt de 10 la 1 Å. Domeniul spectral ce poate fi explorat este la 3500–8000 Å. Observarea se face pe un ecran de televizor, spectrul putînd fi înregistrat de un oscilograf cu memorie sau pe o bandă magnetică. Timpul de înregistrare este de 60 μ s. Desfășurarea în timp a spectrului se poate realiza mecanic (cu o oglindă sau cu o prismă rotitoare) sau prin balcierea imaginii electronice a spectrului pe ecranul unui amplificator electrono-optic, cu un cîmp electric sau magnetic. Înfățișarea generală a aparatului este dată în figura 7.28.

Capitolul 8

APARATE SPECTRALE CU MODULAȚIE SELECTIVĂ. SPECTROMETRUL HADAMARD

Toate aparatele spectrale care au fante au un neajuns comun: pentru mărirea fluxului luminos care trece prin aparat este necesar să se mărească lărgimea fantei; din această cauză, se lărgeste conturul instrumental și, în consecință, se înrăutățește rezoluția.

Un alt neajuns principal al aparatelor spectrale obișnuite îl constituie numărul mic de elemente spectrale, m , înregistrate concomitent. Numai prin înregistrare fotografică m atinge valori extrem de mari (uneori zeci de mii); el este determinat de domeniul de înregistrare și de puterea de separare practică, R ,

$$m = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} R \frac{d\lambda}{\lambda}. \quad (8.1)$$

Însă sensibilitatea scăzută a plăcilor fotografice, neliniaritatea lor ca receptori de radiație, modul complicat de gradare precum și domeniul limitat al sensibilităților lor spectrale (v. cap. 12) fac ca în multe cazuri să fie preferați, iar uneori să reprezinte unicul mijloc ce poate fi folosit, receptorii fotoelectrici sau termici. În acest caz, numărul maxim de intervale spectrale înregistrate simultan este de ordinul unităților sau al zecilor, în cele mai bune cuantometre. Restul radiației nu este folosită, astfel încât o informație prețioasă asupra sursei de lumină se pierde, complet irecuperabil.

Aceste circumstanțe au stimulat în ultimii 15—20 de ani elaborarea unei întregi serii de aparate bazate pe principii cu totul noi și în care inconvenientele expuse mai sus sînt înlăturate. În noile tipuri de aparate se caută să se obțină de obicei o mărire a factorului geometric al aparatului (spectrometrul Girard, SISAM) sau se urmărește creșterea numărului de intervale înregistrate simultan (spectrometrul Hadamard) sau, în fine, mărirea lor concomitentă — atât a factorului geometric cît și a numărului de intervale înregistrate simultan (spectrometre Fourier).

Toate aparatele de acest gen sînt sensibil mai complicate ca construcție și ca exploatare decît aparatele construite după schemele clasice, obișnuite. Utilizarea lor este indicată numai atunci cînd precizia măsurătorilor energetice din spectre este limitată la zgomotele datorită receptorului de radiație. Într-adevăr, presupunînd că zgomotul receptorului nu depinde de fluxul care cade pe el, rezultă imediat că raportul semnal/zgomot este direct proporțional cu mărirea semnalului. Pentru mărirea acestui raport, care determină precizia măsurătorilor, este deci necesar să mărim printr-un procedeu sau altul fluxul luminos măsurat.

În unele cazuri însă în care principala cauză a erorilor de măsurare o constituie fluctuațiile sursei de lumină, a cărei valoare absolută este proporțională

cu rădăcina pătrată din cantitatea de fotoni înregistrați, adică cu $(N_s)^{1/2}$ (7.3) mărirea lui N_s , obținută ca rezultat al utilizării metodelor descise în cele ce urmează, nu va duce la o creștere a preciziei de măsurare. Din această cauză, mărirea numărului de intervale înregistrate simultan duce la un câștig (câștigul Fellgett) numai atunci când zgomotele sînt determinate de zgomotele proprii receptorului, adică pentru studiul părții infraroșii a spectrului, pentru care randamentul cuantic al receptorilor este mic. Pentru receptori cu zgomot mic cu randamente cuantice relativ mari (fotocatod, emulsie fotografică) metodele descise nu dau avantaje însemnate, astfel încît ele sînt folosite mai ales în studiul domeniului infraroșu al spectrului, în care sîntem nevoiți să folosim receptori cu o sensibilitate destul de mică, ale căror zgomote proprii sînt relativ mari. Așa se explică de ce, atît spectrometrele Fourier, cît și cele analoage lor se utilizează cu succes în domeniul infraroșu al spectrului, inclusiv în infraroșul îndepărtat. Iată de ce ne vom mărgini numai la o extrem de scurtă expunere a lor.

Mărirea factorului geometrie al aparatului SISAM și a spectrometrului Girard, în comparație cu spectrometrele obișnuite duce la un câștig atît în domeniul vizibil, cît și în domeniul infraroșu. Însă acest câștig este mai mic decît acela care rezultă direct din considerații geometrice, deoarece în aparatele de acest tip, în procesul măsurării, pe receptor cade un fascicul luminos mare de radiație nemodulată, ceea ce conduce, inevitabil, la mărirea erorilor. Această împrejurare determină faptul că aceste aparate sînt mai eficiente în domeniul infraroșu [8.1].

§ 1. APARATE CU MODULAȚIA SELECTIVĂ A AMPLITUDINII

SISAM. Acest aparat a fost propus în 1957 de P. Connes [8.2], [8.3]. Schema de principiu a instalației este dată în figura 8.1.

Lumina de la diafragma D este colimată de lentila L_1 și ajunge la interferometrul Michelson. Oglindzile lui sînt înlocuite cu două rețele identice, G_1 și G_2 ,




Fig. 8.1. Schema de principiu a unui SISAM.

înclinate cu același unghi, i_0 , față de direcțiile fasciculilor, care parcurg cele două brațe ale interferometrului. În acest caz, după direcția fasciculilor vor fi trimise razele cu lungimea de undă λ_0 , care satisface condiția de autocolimare (unghiul de incidență, i_0 , este egal cu unghiul de difracție)

$$\lambda_0 = \frac{2d \sin i_0}{k}, \quad (8.2)$$

în care d este constanta rețelei, iar k ordinul spectrului.

Fie ca una dintre rețele să se miște pe direcția razei axiale a interferometrului, cu viteza v . Atunci diferența de drum Δ dintre cele două fascicule care interferează va varia după legea $\Delta = 2vt$. Variația diferenței de drum determină o variație periodică a intensității fascicului luminos, care, trecind prin diafragma D' , cade pe receptorul P ,

$$I_{\lambda_0} = I_{0\lambda_0} \left(1 + \cos \frac{4\pi vt}{\lambda_0} \right). \quad (8.3)$$

Prin urmare, energia la ieșire, pentru lungimea de undă λ_0 este modulată cu frecvența $\nu_{\text{mod}} = 2v/\lambda_0$, profunzimea modulației fiind

$$\gamma = \left(\frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}} \right) = 1.$$

Este ușor de arătat că adâncimea modulației pentru lungimile de undă λ se va micșora pe măsura creșterii diferenței $\lambda - \lambda_0$.




Fig. 8.2. Calculul frecvenței spațiale a franjelor de interferență

Într-adevăr, să considerăm interferența razelor cu lungimea de undă $\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda$. Ele sînt deviate față de razele care se propagă după axă, cu unghiul mic ϵ (fig. 8.2), dat de formula

$$\epsilon = \frac{k}{d \cos i_0} \Delta\lambda. \quad (8.4)$$

Aici $k/(d \cos i_0)$ este dispersia unghiulară a rețelei. Razele cu lungimea de undă λ , care pleacă de la ambele rețele, se vor intersecta sub unghiul 2ϵ . Ca urmare a interferenței acestor raze, vom naște o serie de franje de interferență, paralele cu trăsăturile rețelei (v. fig. 14.2). Frecvența spațială a acestor franje, în planul lentilei L_2 , va fi

$$\nu = \frac{2 \sin \epsilon}{\lambda_0}$$

sau, ținînd cont de faptul că ϵ este mic,

$$\nu = \frac{2\epsilon}{\lambda_0} = \frac{2k\Delta\lambda}{\lambda_0 d \cos i_0}, \quad (8.5)$$

de unde, distanța dintre franje este

$$l = \frac{1}{\nu} = \frac{\lambda_0 d \cos i_0}{2k \Delta\lambda}. \quad (8.6)$$

Proiecția Q' a rețelei pe planul lentilei L_2 va avea lărgimea

$$Q' = Q \cos i_a$$

Q fiind lărgimea rețelei.

Așadar, numărul total de franje care acoperă lentila L_2 va fi

$$n = \frac{Q \cos i_a}{l} = \frac{2cQ \cos i_a}{\lambda_d} = \frac{2Qk\Delta\lambda}{\lambda_d d} \quad (3.7)$$

Fie ca semnalul receptorului să fie înscris cu ajutorul unui amplificator de curent alternativ. Atunci semnalul înregistrat va fi proporțional cu intensitatea radiației și cu profunzimea modulației lui. Cu cât n este mai mare, cu atât adâncimea de modulație va fi mai mică.

Într-adevăr, atunci cînd rețeaua dintr-un braț al interferometrului este deplasată, sistemul de franje se va deplasa într-o direcție perpendiculară pe franje. Variația fluxului de energie care trece prin lentilă este provocată numai de trecerea franjelor periferice peste margini. Cu cât numărul de franje care sînt cuprinse pe lentilă este mai mare, cu atât va fi mai mică contribuția la fluxul total de energie a fiecărei franje în parte și cu atât este deci mai mică variația acestuia cînd tabloul de interferență se deplasează. Cînd pe întreg diametrul lentilei este cuprins un număr întreg de franje de interferență ($n = 1, 2, 3, \dots$), profunzimea modulației, γ , devine zero. Acest fapt este ilustrat de figura 8.3, în care este reprezentată variația profunzimii de modulație (a mărime proporționale cu semnalul înregistrat la ieșirea amplificatorului) în funcție de numărul de franje care se cuprind pe întreaga apertură a lentilei L_2 . Această curbă reprezintă, de fapt, funcția de aparat. Prin urmare, funcționarea aparatului se bazează




Fig. 8.3. Dependenta profunzimii modulației de numărul de franje care sînt cuprinse de apertura L_2 . Punctat este reprezentată aceeași dependență în cazul apodizării.

pe principiul modulației selective (în funcție de lungimea de undă) a amplitudinii, cu ajutorul unui interferometru. De aici și denumirea aparatului : spectrometru cu modulație interferențială selectivă a amplitudinii (SISAM) de la inițial de cuvîntelor denumiri în limba rusă : спектрометр с интерференционной амплитудной модуляцией.

Pentru obținerea funcției de aparat a unui SISAM, să examinăm distribuția iluminării pe diafragma de ieșire, pentru lungimea de undă

$$\lambda = \lambda_d + \Delta\lambda.$$

Această distribuție în spațiu și în timp va fi dată, analog cu (8.3), de funcția

$$I_{\lambda} = I_{0\lambda} \left[1 + \cos \left(\frac{4\pi r t}{\lambda_0} + 2\pi \nu x \right) \right] \quad (8.8)$$

sau, ținând cont de (8.5),

$$I_{\lambda} = I_{0\lambda} \left[1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda_0} \left(2ct + \frac{2k\Delta\lambda r}{d \cos i_0} \right) \right]. \quad (8.9)$$

Prin diafragmă va trece fluxul luminos

$$W_{\lambda} = I_{0\lambda} \int_{-Q \cos i_0}^{Q \cos i_0} \left[1 + \cos \frac{2\pi}{\lambda_0} \left(2ct + \frac{2k\Delta\lambda}{d \cos i_0} \tau \right) \right] d\tau \quad (8.10)$$

Efectuând integrarea se obține

$$W_{\lambda} = I_{0\lambda} Q \cos i_0 \left[1 + \frac{\sin \frac{2\pi k Q \Delta \lambda}{\lambda_0 d}}{\frac{2\pi k Q \Delta \lambda}{\lambda_0 d}} \cos \frac{2\pi}{\lambda_0} \left(2ct + \frac{k \Delta \lambda Q}{d} \right) \right]. \quad (8.11)$$

Profundimea de modulație a acestei funcții,

$$\gamma = \frac{\sin (2\pi k Q \Delta \lambda / \lambda_0 d)}{2\pi k Q \Delta \lambda / \lambda_0 d} = \frac{\sin \pi n}{\pi n}, \quad (8.12)$$

va fi tocmai funcția de aparat a SISAM-ului, al cărei modul este reprezentat în figura 8.3.

Funcția (8.12) devine într-adevăr zero, așa cum rezultă din analiza cantitativă, atunci când n sînt numere întregi. Trecerea prin nod este însoțită de schimbarea de semn a fazei modulației.

Puterea de separare a SISAM-ului. Pentru calculul puterii de separare se utilizează criteriul Rayleigh, luînd limitele de separare $\Delta\lambda$ egale cu lărgimea funcției de aparat pentru ordonata $\gamma = 0,4$ de la maxim. Din figura 8.3 rezultă aproximativ că valoarea lui $\gamma = 0,4$ îi corespunde $n = 2,3$, de unde, conform cu (8.7), avem

$$\frac{4}{3} = \frac{2}{d} \frac{Q}{k} \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}. \quad (8.13)$$

Înlocuind Q/d prin numărul de trăsături ale rețelei, N , și pe $\lambda_0 \Delta\lambda$ cu puterea de separare, R , obținem

$$R = \frac{3}{2} k N. \quad (8.14)$$

Prin urmare, puterea de separare a unui SISAM este o dată și jumătate mai mare decît a unui spectrometru cu o aceeași rețea și cu o fantă infinit îngustă.

Înălțimea maximelor secundare ale funcției de aparat a SISAM-ului este considerabil mai mare, ceea ce face dificilă analiza liniilor de absorbție și înrîudită cu rezoluția liniilor slabe din apropierea celor intense.

Pentru micșorarea maximelor secundare se poate folosi apodizarea — pe rețea se fixează o diafragmă de formă rombică, micșorînd înălțimea trăsăturilor de la margine. Forma conturului de aparat a SISAM-ului cu apodizare este trasată punctat pe figura 8.3. În acest caz, lărgimea conturului se mărește de aproximativ o dată și jumătate*.

Factorul geometric al SISAM-ului. Avantajul SISAM-ului față de un spectrometru cu rețea apare numai în cazul în care dimensiunile unghiulare admisibile ale diafragmei D_2 sînt de cîteva ori mai mari decît dimensiunile unghiulare ale fantei de ieșire a unui spectrometru cu aceeași rețea de difracție, care realizează aceeași putere de separare. De același număr de ori crește și valoarea factorului geometric și, în consecință, și luminozitatea aparatului.

Dimensiunile unghiulare admisibile, Ω , ale diafragmei D_2 a unui SISAM, sînt aceleași ca și pentru interferometrul Fabry — Péroł și se determină, în special, cu ajutorul puterii de separare necesare, R ,

$$\Omega_{\text{SISAM}} = \frac{2\pi}{R} \text{ sr.} \quad (8.15)$$

Pentru o rețea în montaj de autocolanație, dimensiunile unghiulare ale fantei se determină tot cu ajutorul puterii de separare a aparatului

$$\Omega_{\text{rețea}} = \frac{2\beta \operatorname{tg} i_a}{R} \text{ sr,} \quad (8.16)$$

β fiind înălțimea unghiulară a fantei, iar i_a unghiul de incidență și de difracție. De aici, câștigul în luminozitate pe care-l obținem cu un SISAM este egal cu $\pi/(\beta \operatorname{tg} i_a)$.

Însă, avînd în vedere diafragma de apodizare, care include jumătate din suprafața rețelei, și pierderea a mai mult de jumătate din lumina pe oglinda de divizare a fasciculelor din interferometru, obținem un câștig de patru ori mai mic

$$g = \frac{\pi}{4\beta \operatorname{tg} i_a}. \quad (8.17)$$

Pentru $\beta = 0,01$, $\operatorname{tg} i_a = 0,3$ ($i_a = 17^\circ$), valoarea ce se obține este în jur de 250. Pentru partea de lungimi de undă mici a spectrului, avantajul SISAM-ului scade substanțial, datorită faptului că pe receptor ajunge odată cu o parte modulată a radiației și o parte nemodulată. Datorită acestui fapt crește nivelul de zgomot la ieșire. În domeniul spectral al lungimilor de undă scurte zgomotul este determinat de valoarea totală a fluxului luminos, în timp ce în cazul receptorilor de sensibilitate mică, pentru radiația infraroșie, zgomotul principal este legat de zgomotele propriu ale detectorului și nu depinde, în limite largi, de mărimea fluxului de radiație incident pe detector.

SISAM-ul CH-101. Schema SISAM-ului propusă de Comtes este prea sensibilă la vibrații și la variații de temperatură. Față de aceasta, schema SISAM din CH-101, elaborată la Institutul de stat pentru optică, în care, după mai multe reflexii, razele fac o rotație completă, prezintă avantaje indiscutabile [8.4]. Schema lui optică și aspectul general sînt date în figura 8.4. Fasciculul de la sursa de analizat, 1, luminează diafragma de intrare a aparatului, 2, și, după reflexia pe oglinda plană, 3, și oglinda parabolică de colimație, 4, este

* După cum au arătat de cînd J. P. L. Parşin și V. M. Arhipov, intensitatea maximelor secundare este cu mult mai mică dacă se ține cont de difracția luminii pe rețeauă SISAM-ului, ceea ce face inutilă utilizarea apodizării.

divizat de lama 3 în două ramuri, orientate una în sensul acelor de ceas, iar cealaltă în sens contrar. După ce suferă o dublă difracție pe rețelele 6 și 7 și sînt reflectate de oglinda 8, fasciculele se reunesc din nou pe divizorul de lumină, 5, reflectîndu-se pe o a doua oglindă colimatoare, 9, și oglinda plană, 10; ele sînt





Fig. 8.1. Schema optică (a) și instalația (b) a SISAM-ului 101

focalizate pe diafragma de ieșire, 11, care este proiectată pe detectorul de radiație, 12. Modularea interferențială se realizează prin oscilarea periodică a lamei 13 (11 este o lamă identică, însă nemiscată).

Explorarea spectrului se înfăptuiește prin rotirea rețelelor.

Puterea de separare reală a aparatului CH-101 este de $5 \cdot 10^3$ (26438 \AA). În aparat sînt montate două rețele a $110 \times 100 \text{ mm}^2$, 600 trăsături/mm, ordinul al III-lea. Domeniul de lucru al spectrului — $0,2 - 20 \text{ \mu m}$, domeniul de explorare, fără adaptarea aparatului — 300 cm^{-1} , dimensiunile $100 \times 120 \times 50 \text{ cm}^3$, masa — 300 kg. Ca receptori de radiație în domeniul lungimilor de undă scurte

este folosit fotomultiplicatorul $\Phi\Omega V-26$, iar în domeniul lungimilor de undă mari, fotorezistență cu PbS și un receptor optico-acustic.

În prezent se pregătește livrarea în serie a unui SISAM cu marca ACC-456; el este destinat pentru domeniul spectral $0,4 - 10 \mu m$ și are limitele de separare $0,05 \text{ cm}^{-1}$ [8.1].

Spectrometrul cu raster al lui Girard [8.5, 8.6]. Există și alte metode de modulație optică selectivă. Una dintre ele — cea cu raster — propusă de Girard,





Fig. 8.5 Rasterul format din hiperbolele echilaterale.

a servit ca bază pentru elaborarea de către acesta a unui aparat, livrat în prezent de firma Huet (Franța).

Aparatul este construit după schema lui Ebert, cu oglinzi parabolice. Drept orificiu de intrare al spectrometrului Girard servește un raster din hiperbole echilaterale (fig. 8.5). Porțiunile albe ale rasterului sînt transparente, iar cele negre, netransparente și reflectă lumina. Dimensiunile rasterului sînt $30 \times 30 \text{ mm}^2$. La ieșirea aparatului se află un alt raster, realizat sub formă de imagine monocromatică a rasterului de la intrare inclusiv aberațiile caracteristice spectrometrului.

Modulatorul oglindă, D , îndreaptă pe rînd în sistem două imagini ale rasterului de intrare — în lumină transmisă și în lumină reflectată. Pentru o anumită lungime de undă, $\lambda = \lambda_a$, dispozitivul de dispersie al aparatului — o rețea de difracție cu dimensiunile $205 \times 135 \text{ mm}^2$ — și oglinda parabolică a aparatului, care are $F = 2 \text{ m}$, construiesc imaginea rasterului de intrare pe cel de la ieșire (fig. 8.6). Pentru această lungime de undă, transmisia sistemului va fi egală sau

Fig. 8.6. Schema optică a spectrometrului cu raster al lui Girard. I' — sursa de lumină; D — modulatorul; M_1, M_2 — oglinzi plane; G_1 — rasterul de intrare; G_2 — rasterul de ieșire; P — oglindă parabolică; R — rețeaua de difracție; A — blocul detector-amplificator.



cu unu sau cu zero, după cum rasterul este același sau complementare unul față de celălalt.

Prin urmare, radiația cu lungimea de undă λ este modulată în amplitudine cu o profunzime a modulației de 100%. Profunzimea de modulație scade repede, odată cu îndepărtarea lui λ de λ_0 . Într-adevăr, imaginea rasterului de intrare, pentru $\lambda < \lambda_0$, va fi deplasată față de rasterul de ieșire. Apar franje de tip moiré, cu o frecvență cu atât mai mare, cu cât sunt mai puternic deplasate.




Fig. 8.7. Franje moiré, care se obțin prin deplasarea celor două raster hiperbolice unul față de altul.

rașterele (fig. 8.7.) Pentru aceste lungimi de undă, schimbarea imaginii rasterului cu cea complementară, prin rotirea modulatorului produce o modificare neînsemnată a fluxului luminos incident pe receptor — radiația va apărea deci slab modulată.

Se înțelege, forma hiperbolică a benzilor rasterului nu este singura posibilă. Au fost propuse și realizate raster cu o altă geometrie a plasării elementelor transparente și opace [8.1].

În particular, s-a arătat că un raster cu orificiile dispuse întâmplător are anumite avantaje față de rasterul hiperbolic [4].

Rezoluția aparatului este determinată de pasul cel mai mic al rasterului. Rasterul hiperbolic cu pasul cel mai mic de 50 μm realizează aceeași rezoluție ca și o fantă cu lungimea de 30 μm . În același timp, câștigul în luminozitatea aparatului, comparativ cu un aparat corespunzător dar cu fantă, este egal cu jumătate din raportul dintre aria rasterului și a fantei, adică depășește două ordine de mărime. Conform observațiilor făcute mai sus cu privire la aparatul SISAM, acest câștig poate fi mai ușor realizat în domeniul infraroșu al spectrului.

Regimul de lucru de crîș aici necesită o punere la punct foarte exactă. Un alt regim se realizează în cazul în care oglinda modulatorului este scoasă în afară. Modularea se realizează prin oscilarea unei oglinzi parabolice în jurul unei axe orizontale. În acest regim de funcționare aparatul are însă o luminozitate de doar ori mai mică.

În figura 8.8 este prezentată forma externă a aparatului. Masa lui este de 800 kg (aparatul) plus 250 kg (dulapul cu aparatura de măsură). Lungimea aparatului este în jur de 1 m. Procesul de obținerea spectrului este foarte asemănător cu cel al unei explorări obișnuite la un aparat cu rețea de difracție. Ca exemplu, în figura 8.9 a fost dată o porțiune a spectrului infraroșu de emisie

pentru CO_2 , în flacăra într-un bec Bunsen. Pentru ilustrarea puterii de separare a aparatului, în figura 8.9b este dată banda de absorbție a vaporilor de apă în vecinătatea lui 1879 cm^{-1} .




Fig. 8.8. Aspectul exterior al spectrometrului cu rasier al lui Girard.




Fig. 8.9. Mostre de înregistrări de spectre, obținute cu ajutorul unui spectrometru (Girard): a — o porțiune a spectrului CO_2 , b — bandă de absorbție a vaporilor de apă.

§2. SPECTROMETRE FOURIER

Principiul de funcționare. În aparatele cu modulația amplitudinii în fiecare moment este înregistrat numai un singur interval spectral. Spectrul este explorat ca într-un spectrometru obișnuit. Aparatele în care se folosește modulația în frecvență, la a căror prezentare trecem acum, păstrind avantajele SISAM-ului în ce privește fluxul luminos transmis, înregistrează întregul spectru odată. Aceasta mărește de câteva ori randamentul aparatului.

Să vedem ce se întâmplă într-un interferometru Michelson iluminat cu o lumină care are o structură spectrală complexă, atunci când una dintre oglinzile

lui se deplasează cu viteza v (fig. 8.10). Ca și în cazul SISAM-ului, se poate scrie pentru fiecare componentă monocromatică

$$I_v(t) = I_{v0} \left(1 + \cos \frac{4\pi v v}{c} t \right). \quad (8.18)$$

Evident, în acest caz profunzimea modulației va fi aceeași pentru toate lungimile de undă. Frecvența modulației însă,

$$\nu_{\text{mod}} = 2vv/c = 2v/\lambda,$$

este diferită pentru lungimi de undă diferite.




Fig. 8.10. Explicarea principiului de funcționare al unui spectrometru Fourier: I — sursa de lumină; L_1 , L_2 — lentile; M_1 — oglindă fixă; M_2 — oglindă mobilă; M_3 — oglindă semitransparentă; D — diafragmă de ieșire; P — detectorul de radiație.

Dacă la ieșirea receptorului se plasează o serie de amplificatori de bandă îngustă, fiecare dintre ei înregistrând numai lumina cu frecvența ν_i , atunci, la ieșirea amplificatorului vor fi reproduse semnalele care în totalitate formează spectrul măsurat în punctele $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_N$ (N fiind numărul total de receptori). Evident, un asemenea procedeu de înregistrare poate fi eficace numai pentru studiul distribuției de energie într-un spectru care constă dintr-un număr mic de linii. În realitate, se înregistrează deodată întregul semnal, care, după amplificarea de către un amplificator de curent alternativ cu bandă largă, este înregistrat pe banda autoinscripătorului.

În acest caz, ca și în metoda fotografică, toate intervalele spectrale sînt înregistrate deodată.

Fluxul de energie $d\psi$, incident pe receptor în intervalul de la ν pînă la $\nu + d\nu$, $d\nu$ fiind limita de separare a aparatului, va fi

$$d\psi = I_v \cos 4\pi \frac{vvt}{c} d\nu + I_v d\nu. \quad (8.19)$$

Întegrînd în raport cu întregul spectru, obținem fluxul total, incident pe receptor

$$\psi(t) = \psi'(t) + \psi''(t) = \int_0^\infty I_v d\nu + \int_0^\infty I_v \cos 4\pi \frac{vvt}{c} d\nu. \quad (8.20)$$

Primul termen, constant, nu poate trece prin amplificatorul de curent alternativ. Semnalul la ieșire va fi proporțional cu cel de al doilea termen, transformarea Fourier a funcției I_ν . Funcția observabilă, $\psi''(t)$, conform proprietății principale a transformării Fourier, este legată de funcția căutată, a distribuției energiei în raport cu frecvențele, I_ν , prin relația

$$I_\nu \sim \int_0^\infty \psi''(t) \cos \frac{4\pi\nu t}{c} dt. \quad (8.21)$$

Prin urmare, pentru extragerea distribuției spectrale căutate din semnalul observat trebuie efectuată transformarea Fourier corespunzătoare. Această operație poate fi realizată cu ajutorul unui calculator electronic.

Puterea de separare a unui spectrometru Fourier este determinată, analog cu puterea de separare a celorlalte aparate interferențiale (v. capitolele 3 și 6), de diferența de drum maximă, Δ , dintre fasciculele care interferează,

$$R = \Delta/\lambda. \quad (8.22)$$

La rîndul ei, valoarea lui depinde de deplasarea L a oglinzilor interferometrului, din timpul înregistrării spectrului

$$\Delta = 2L. \quad (8.23)$$

Menționăm faptul că pentru atingerea acestei valori a puterii de separare trebuie recurs la apodizare, ecranind fasciculul cu o diafragmă, care depinde de diferența de drum Δ .




Fig. 8.11. Spectre ale planetei Venus, obținute cu ajutorul unui spectrograf cu rețea (a), a unui multiplex (b) și a unui spectrometru Fourier (c) [8.6]

Deplasarea oglinzii trebuie să fie în tot timpul înregistrării uniformă, iar luminanța sursei să fie constantă în timp. Aceasta implică dificultăți serioase în aplicarea metodei. Pentru determinarea unei puteri de separare egală cu R , este necesar ca pe curba $\psi''(t)$, să se măsoare și să se prelucereze R în puncte

echivalente, ceea ce înseamnă că pentru valori ale lui R cât de cât mari, este necesară utilizarea calculatoarelor electronice.

Înregistrarea simultană a întregului spectru, cât și valoarea relativ mare a diafragmei de intrare, calculată, ca și în cazul SISAM-ului, cu ajutorul relației (8.15), fac ca aparatele construite pe baza acestui principiu să aibă un factor de calitate mare. Totuși avantajele metodei se pot realiza numai în domeniul infraroșu, în special în infraroșul îndepărtat.

În figura 8.11 este reprodus un mic domeniu din spectrul lui Venus, în regiunea $1,5 \mu\text{m}$, obținut de P. Connes, cu ajutorul a trei aparate diferite: cu un multiplex și cu un spectrometru Fourier. Se văd limpede avantajele ultimului aparat.

Spectrometrul Fourier de tipul HT-69 [8.7]. Majoritatea spectrometrelor Fourier existente astăzi sînt aparate de laborator. Totuși deja au început producția unor aparate standard.

Spectrometrul HT-69, realizat în Institutul de stat de optică, este conceput pentru obținerea interferogramelor sub formă de valori numerice date de un voltmetru digital care sînt înscrise pe o bandă perforată. Banda poate fi introdusă în calculatorul „Ural-2”. Acesta finalizează spectrul într-un timp comparabil cu timpul de obținere a interferogramei. Timpul total, de înregistrare și de obținere a spectrului, este în jur de 30 min. Partea principală a schemei optice a aparaturii HT-69 este reprezentată în figura 8.12 a. După ce trece prin diafragma 1 și se reflectă de planul oglinzii 2, radiația de analizat





Fig. 8.12. Schema optică a plinții (a) și aspectul general (b), al unui spectrometru HT-69.

este colimată de oglinda parabolică 3 ($F = 277$ mm, $D = 70$ mm) și ajunge la divizorul de lumină, 4, și lama compensatoare, 5, a unui interferometru Michelson. După reflexia pe oglindă mobilă, 6, și oglindă fixă, 7, fasciculul este focalizat de oglinda parabolică, 8, și oglindă plană, 9, pe diafragma de ieșire, 10. În spatele acesteia se află receptorul 11. Controlul deplasării oglinzii 6 se realizează prin înregistrarea continuă a interferogramei liniei verzi a mercurului, de la o sursă suplimentară.

Aparatul este destinat pentru lucru în domeniul $4000 - 20\,000$ Å, domeniul principal fiind $8000 - 20\,000$ Å. Limita de rezoluție este $0,1$ cm $^{-1}$. Aparatul (fig. 8.12b) este montat pe plăci de fontă care sunt așezate pe niște amortizoare (mingi de tenis), având un postament masiv, din beton armat. Dispozitivul de înregistrare se află într-un bloc separat.

Spectrometrele Fourier FS-720/820. Aceste aparate, împreună cu calculatorul electronic FTC-300, sunt produse de firma Beckman (Anglia). Aparatele sunt concepute pentru domeniul spectral de la 20 la 1000 cm $^{-1}$ ($10 - 50$ cm $^{-1}$). Limita de rezoluție atinge $0,1$ cm $^{-1}$, deschiderea relativă este $1 : 2$. Timpul de înregistrare poate fi reglat în limite largi.




Fig. 8.1. Spectrometrul Fourier FS-720, livrat de firma Beckman (a) și o mostră de spectru de absorbție al vaporilor de H_2O în domeniul $35-65$ cm $^{-1}$, obținut cu acest aparat (b). Timpul de înregistrare a unei interferograme este de 168 min.

În figura 8.13 sunt prezentate forma externă a spectrometrului Fourier FS-720 și una dintre spectrogramele de înaltă rezoluție, obținute cu acest aparat.

Înregistrarea fotografică în spectroscopia Fourier. Schema optică a unui interferometru Fourier, cu un interferometru Michelson nu este singura posibilă. În principiu se folosesc scheme interferometrice de orice tip, care permit o variație lină, cu viteză constantă, a diferenței de drum dintre fasciculele care interferează.

Sînt posibile și scheme în care interferogramele spectrelor sînt înregistrate fotografic. În una dintre asemenea scheme se folosește o pană de cristal birefringent, plasată între doi polarizi încrucișați [8.9] (fig. 8.14). În această schemă diferența de drum dintre unda ordinară și una extraordinară crește linear după coordonata z . Franjele de interferență fotografiate sînt microfotometrate, iar microfotogramă este prelucrată de un calculator electronic. Efectuînd concomitent cu expunerea și o deplasare lineară a plăcii fotografice de-a




Fig. 8.14. Schema unui spectrometru Fourier cu pană birefringentă: P_1 , P_2 — polarizi încrucișați; W — pană birefringentă.




Fig. 8.15. Interferometrul Michelson cu una dintre oglinzi înclinată: M_1 și M_2 — oglinzi plane; M_3 — oglindă divizoare a frontului de undă; L — sursă de lumină; L — lentilă colimatoare; P — placa fotografică.

lungul franjelor de interferență, se poate urmări variația în timp a spectrului de emisie.

Numai că puterea de separare a unor asemenea instalații nu este mare; ea va fi dată de o relație analoagă cu (8.22), care, în cazul de față, are forma

$$R = \delta_M / \lambda, \quad (8.24)$$

δ_M fiind diferența de drum maximă (la marginea inferioară a penei) dintre unda ordinară și cea extraordinară. Astfel de aparate se selectează numai pentru studiul unor radiații simple din punct de vedere al compoziției.

O înregistrare analoagă a interferogramelor se poate obține cu ajutorul unui interferometru, în care una dintre oglinzi este înclinată. În acest caz (fig. 8.15) sînt înregistrate franje de interferență a căror frecvență este determinată de unghiul dintre fronturile de undă, provenite de la cele două brațe ale interferometrului.

Pseudointerferometrul. Un spectrometru Fourier analog este așa-numitul pseudointerferometru [8.8], în care se realizează tot o modulație a cărei frecvență este univoc determinată de lungimea de undă a radiației modulate. Într-un pseudointerferometru un raster, care se rotește și constă din linii transparente și opace, interceptează diafragma de intrare și cea de ieșire a unui aparat spectral cu autocolimație (fig. 8.16). Spectrul se obține din transformata Fourier a semnalului, la fel ca și în spectroscopia Fourier.

Confecționarea unui pseudointerferometru este, se pare, mai simplă decît a unui spectrometru Fourier bun. Aparatul se folosește pentru înregistrare unor regiuni spectrale relativ mici, cu o rezoluție bună. Pînă în prezent însă, experiența utilizării în spectroscopie a pseudointerferometrelor este redusă.

Reconstituirea optică a spectrului după o interferogramă. Pentru obținerea transformatei Fourier nu este obligatorie folosirea unui calculator electronic.

(c) asemenea transformare se poate realiza optic iluminind interferograma cu o radiație monocromatică. Aici avem în vedere o interferogramă în care dependența intensității de diferența de drum este înregistrată sub formă de variație a coeficientului de transmisie. Așa sînt, de exemplu, interferograme obținute fotografic, descrise chiar mai înainte.

Transformata Fourier optică se poate realiza și în cazul în care intensitatea este înregistrată sub formă de variație a coeficientului de reflexie, a coeficientului de refracție sau de configurația interferogramei.

Schemele instalațiilor pentru înregistrarea și reconstituirea spectrului (de realizare a transformatei Fourier, optice) sînt date în figurile 8.16 și 8.17.




Fig. 8.16. Schema unui pseudointerferometru: 1, 2 — apertura de intrare și apertura de ieșire; 3 — raster rotitor; 4 — obiectiv; 5 — prismă de autocolimație.




Fig. 8.17. Schema de reconstituire a spectrului după o interferogramă (transformarea Fourier optică): 1 — laser cu He-Ne; 2, 3 — sistem telescopic, care mărește diametrul fasciculului; 4 — interferogramă (hologramă); 5 — obiectivul; 6 — spectrograma.

Nu este greu de observat că pentru obținerea spectrului unei surse, interferograma joacă rolul rețelei de difracție transparente. În prima etapă (obținerea interferogramei) frecvența spațială, ν_λ , a franjelor de interferență este determinată de unghiurile de incidență pe placa fotografică α și β , a celor două fascicule care interferează

$$\frac{1}{d_\lambda} = \nu_\lambda = \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\lambda}. \quad (8.25)$$

În cazul particular în care $\alpha = 0$,

$$\nu_\lambda = (\sin \beta)/\lambda. \quad (8.26)$$

Din ecuație se vede, de asemenea, că radiația care are lungimi de undă mari este dată de rețele mai groasere, cu o frecvență spațială mai mică.

În cazul unei compoziții spectrale complexe a radiației, interferograma poate fi considerată ca suprapunerea unor rețele cu diferite frecvențe.

La iluminarea interferogramei cu lumină monocromatică, de lungime de undă λ_0 , fiecare rețea acționează independent, deviată lumina cu un unghi φ cu atât mai mare, cu cât este mai mare frecvența sa spațială. Conform formulei rețelei de difracție (la incidență normală),

$$d_\lambda \sin \varphi = k\lambda_0, \quad (8.27)$$

de unde, pentru $k = 1$,

$$\sin \varphi = \frac{\lambda_0}{\lambda} \sin \beta. \quad (8.28)$$

Reconstruirea optică a spectrului după interferograma lui a fost realizată pentru prima dată în lucrarea [8.10]. Puterea de separare a metodei este foarte mică — limita de separare este de ordinul a 50 Å.

Această metodă, care se poate numi de spectroscopie holografică, are, indiscutabil, perspective de perfecționare. Întrucât puterea de rezoluție a metodei este limitată de dificultățile de înregistrare pe o singură interferogramă a unui număr mare de linii, sînt necesare interferometre care să producă variațiuni mari ale diferenței de drum în limitele unui câmp vizual restrîns. Pentru înregistrarea unei interferograme cu o frecvență spațială mare sînt necesare medii de înregistrare cu putere de separare mare; după cum se știe, ele au o sensibilitate scăzută.

Înregistrarea fotoelectrică a hologramelor spectrale și transformarea Fourier optică. Unul dintre mijloacele posibile de înlăturare a acestor dificultăți constă, după părerea noastră, în folosirea unei metode optice numai în etapa transformării Fourier. În acest fel este înlăturată cea mai complicată verigă a procesului, legată de calcule laborioase.

Schema de înregistrare este reprezentată în figura 8.18. Ea se deosebește de schemele unui spectrometru Fourier obișnuit (v. fig. 8.10) numai prin partea ei de receptare-înregistrare.

Semnalul provenit de la fotoreceptorul P comandă strălucirea sursei de lumină, I_2 , care luminează fanta S_2 . Această fantă este proiectată pe fanta




Fig. 8.18. Înregistrarea unei interferograme cu ajutorul unei surse ajutătoare: I_1 — sursa de lumină, L_1 — lentila cîmpitoare, M_1 , M_2 — oglinzi interferometrului; M_3 — oglindă divizoare a frontului de undă; L_2 — lentilă; S_1 — diafragmă; P — receptorul de radiație; I_2 — sursă de lumină ajutătoare, dirijată, S_2 — fantă; F — placa fotografică.

fotografică, care se mișcă sincron, cu oglinda M_2 a interferometrului. Legătura rigidă dintre placă și oglindă înlătură dificultățile legate de mișcarea neuniformă a oglinzii. Deoarece strălucirea sursei de lumină care este comandată de fotodetector poate fi luată oricît de mare, dispar astfel și dificultățile de folosire a emulsiei fotografice, de înaltă rezoluție, dar de sensibilitate scăzută. Numărul de frange care poate fi înregistrat cu o asemenea schemă este limitat de dimensiunile oglinzilor interferometrului, iar neînclăditatea schemei de înregistrare afectează prea puțin mărimea reconstruită în primul ordin de difracție.

Spectrometrul Hadamard. Cîștigul lui Fellgett poate fi realizat cu ajutorul unei alte metode, propusă de emînd. Utilizînd această metodă, un rezultat analog celui obținut cu ajutorul spectrometrului Fourier poate fi obținut

cu ajutorul procedeelor spectroscopice tradiționale, fără a fi nevoie de un interferometru cu oglindă a cărei deplasare trebuie să fie de înaltă precizie, extrem de sensibil la vibrații și la abaterile întâmplătoare ale vitezei deplasării de la valoarea perfect constantă a oglinzii. Această nouă metodă a fost denumită, de către autorii ei, spectroscopie Hadamard [8.11 - 8.13]. Denumirea este legată de principiul de plasare și de deplasare a fantelor aparatului spectral, care sînt date de matricea Hadamard [8.14].

Esența metodei constă în faptul că în planul focal al unui spectrometru cu rețea de difracție obișnuit se plasează o diafragmă cu mai multe fante, a căror lățime este egală cu dublul intervalului spectral, $\Delta\lambda$, limitat de aparatura de măsură a aparatului. Diafragma constă dintr-un ansamblu pe domenii transparente și opace, fiecare dintre ele avînd o lățime spectrală care este un multiplu al limitei de rezoluție a aparatului, $\delta\lambda$. Cu alte cuvinte, fiecare dintre elementele transparente și opace ale diafragmei acoperă intervale spectrale care variază între limitele de la $\delta\lambda$ pînă la $k\delta\lambda$, k fiind un număr întreg mic. Dacă numărul de porțiuni transparente, de lățime $\delta\lambda$ este egal cu N și, deci numărul de porțiuni opace, care se află între ele este $(N - 1)$, atunci se poate scrie

$$2\Delta\lambda = (2N - 1)\delta\lambda.$$

Poziția relativă a porțiunilor transparente și opace ale diafragmei este astfel aleasă, încît translinind de $(N - 1)$ ori diafragma în lungul spectrului cu un interval $\delta\lambda$ și măsurînd pentru fiecare poziție a diafragmei întreaga energie transmisă prin ea, atunci se vor obține N citiri y_i , la care își vor aduce contribuția toate elementele spectrale, cuprinse în interiorul intervalului $\Delta\lambda$. Din aceste citiri se pot forma N ecuații liniare independente, de forma

$$y_i = \sum a_{ik}x_k + n_i, \quad (8.29)$$

în care toți coeficienții a_{ik} sînt egali cu 0 sau cu 1, setul lor fiind dat de matricele Hadamard. y_i este energia măsurată, n_i - energia zgomotului receptorului, care determină eroarea de măsură. Pentru rezolvarea sistemului (8.29) să presupunem că $n_i = 0$. Sistemul se rezolvă, de obicei, cu ajutorul unui calculator electronic. Măsurarea erorilor de măsurare, în comparație cu metoda explorării este de $1/N$ ori (timpul necesar pentru măsurătoare fiind același).




Fig. 8.19. Diafragma spectrală a unui spectrometru Hadamard.

Aspectul unei diafragme spectrale, care are 126 de fante, este prezentat în figura 8.19 [8.15]. Aceasta a fost folosită într-un exemplar de laborator de spectrometru cu rețea de difracție Hadamard, de înaltă rezoluție, pentru un diametru de circa micrometru. Calculule detaliate și fundamentarea metodei

sînt expuse în lucrarea [8.11]. Întrucît zgomotele receptorului sînt proporţionale de obicei cu suprafaţa lui, pentru reducerea lor, după ce este descompusă în spectru şi după trecerea ei prin diafragmă, lumina este reunită din nou cu ajutorul unui dispozitiv dispersiv, cu dispersia orientată în sens invers, într-o imagine monocromatică a fantei de intrare, care ajunge la receptor.

Avantajele spectrometrului Hadamard faţă de spectrometrul Fourier constau nu numai în sensibilitatea mai redusă la vibraţii mecanice, ci şi în obţinerea rezultatelor sub o formă care se pretează prelucrării lor pe calculatorul DIBM, precum şi în menţinerea atât a schemei cât şi a instalaţiilor tradiţionale a aparatului spectral.

Capitolul 9

FILTRELE OPTICE

§ 1 PROPRIETĂȚILE GENERALE ALE FILTRELOR OPTICE

Filtrele optice sau pur și simplu *filtrele* sînt dispozitivele care modifică compoziția spectrală sau energia undelor luminoase incidente pe ele, fără să modifice însă (sau aproape fără să modifice) forma frontului lor de undă.

Caracteristica principală a unui filtru este transmisia lui, $T = \Phi / \Phi_0$, Φ_0 și Φ fiind fluxul luminos incident pe filtru și, respectiv, fasciculul transmis prin filtru. În afară de aceasta, adesea, un filtru se mai caracterizează și prin *densitatea spectrală*, D . Ea este definită prin relația

$$D = \log \frac{1}{T} . \quad (9.1)$$


Dacă nu se ține cont de reflexiile multiple dintr-un sistem de filtre, atunci densitatea optică a citorva filtre așezate succesiv este egală cu suma densităților lor, adică

$$D = \sum_{i=1}^n D_i . \quad (9.2)$$

Un filtru este *cețos* sau *neutru*, dacă densitatea lui optică în intervalul spectral studiat nu depinde de lungimea de undă. Filtrele care nu satisfac această condiție se numesc filtre *selective*.

În domeniul vizibil și în ultravioleul apropiat sînt suficient de neutre peliculele de aluminiu sau de platină, depuse, prin vaporizarea metalelor în vid, pe suporturi de sticlă sau de cuarț. Emulsile de grafit, de nigrozină și de alți cîțiva coloranți dau, de asemenea, filtre ceeșu pentru domeniul vizibil.

Fig. 9.1. Coeficientul de transmisie al peliculelor de aluminiu, platină, argint și crom (este indicată și grosimea stratului).



Trebuie remarcat că chiar și cele mai bune filtre neutre au o anumită selectivitate (fig. 9.1).

Filtrele selective sînt destinate fie pentru delimitarea unui domeniu spectral larg, fie pentru separarea unui domeniu spectral îngust. Filtrele de

ultimul tip se numesc filtre de *bandă îngustă*, uneori fiind numai convențional numite filtre *monocromatice*.

Pentru modificarea proprietăților spectrale ale radiației sau a sensibilității proprietăților spectrale a detectanților sînt folosite așa numitele filtre *de corecție*. Cu ajutorul lor se poate apropia, de exemplu, cu o precizie suficientă, spectrul unei lămpi cu incandescență, de spectrul continuu al soarelui, sau se poate aduce sensibilitatea spectrală a unui fotocameras să corespundă cu sensibilitatea spectrală a ochiului.

Filtrele de bandă îngustă se folosesc adesea în locul celorlalte aparate spectrale. Avantajul lor constă în posibilitatea măsurării directe a distribuției strălucirii spectrale în funcție de aria sursei. În afara de aceasta, filtrele optice transmit de obicei un flux luminos cu mult mai mare decît aparatele cu elemente dispersive.

Totuși, puterea de separare a filtrelor optice este mică — în majoritatea cazurilor lărgimea domeniului spectral transmis este de zeci și sute de ångströmi. Cele mai bune filtre cu bandă îngustă au o lărgime a benzii de transmisie mai mică de 1 Å, însă cantitatea de lumină pe care o transmit este destul de mică. Din această cauză, destinația principală a filtrelor optice, pentru analize spectrale este o monocromatizare grosieră sau o atenuire neselectivă a radiației.

Cea mai importantă caracteristică optică a filtrelor este curba de transmisie spectrală sau de densitate optică spectrală ($T(\lambda)$ sau $D(\lambda)$).

Pentru toate filtrele, cu excepția celor de corecție, este de dorit ca domeniile de transmisie să fie cît mai net limitate, astfel încît, în afara lor, T să fie egal cu zero. Din nefericire, pentru majoritatea filtrelor transmisia variază relativ încet în funcție de lungimea de undă, o anumită parte a radiației fiind adesea transmisă și de regiunea din afara benzii principale.

§ 2. FILTRE DE ABSORBȚIE

Cea mai larg utilizată categorie de filtre o constituie filtrele de absorbție. Atenuarea luminii pe care o transmit ele se produce mai ales datorită absorbției luminii de către substanța din care este făcut filtrul. O atenuare parțială a luminii se produce și datorită reflexiei de fețele filtrului, totuși în majoritatea cazurilor pierderile prin reflexie sînt mici și, mai ales, ceea ce este de fapt cel mai important, ele nu sînt aproape deloc selective.

În afară de pierderile de lumină prin absorbție și prin reflexie, mai există și pierderi datorate difuziei în volumul corpului absorbant și la suprafața lui. În cazul filtrelor optice obișnuite, aceste pierderi sînt neînsemnate, astfel încît ele pot fi neglijate.

Fluxul luminos care trece prin stratul absorbant este atenuat conform legii lui Bouguer,

$$\Phi_{\lambda} = \Phi_{0\lambda} \cdot 10^{-k_{\lambda} l}, \quad (9.3)$$

k_{λ} fiind coeficientul de absorbție, iar l — grosimea stratului *.

* În literatura consacrată legii lui Bouguer se scrie uneori și sub forma

$$\Phi_{\lambda} = \Phi_{0\lambda} e^{-k_{\lambda} l} \quad (9.4)$$

În cazul coeficientul de absorbție definit prin relația (9.3) și denotat de obicei cu k_{λ} diferă de coeficientul definit prin relația (9.4) prin factorul 0,434 — coeficientul de conversie de la logaritmul la bază zece la logaritmul natural.

Legea lui Bouguer poate fi considerată valabilă practic totdeauna, cu excepția unor fluxuri luminoase de intensitate foarte mare, produse de laseri. Conform acestei legi, pentru coeficientul de transmisie se poate scrie relația

$$T_{\lambda} = (1 - R_{\lambda})^2 10^{-k(\lambda)l}. \quad (9.4)$$

Aici R_{λ} este coeficientul de reflexie a luminii de suprafața filtrului.

De obicei, în tabelele în care sînt prezentate caracteristicile filtrelor optice [9.1], se dau valorile densităților optice, D_{λ} , pentru grosimea activă a filtrului, fără luarea în considerare a pierderilor prin reflexie, adică mărimea $k(\lambda)l$.

Filtrele de bandă îngustă se caracterizează de obicei prin lungimea de undă corespunzătoare maximului de transmisie, λ_{\max} , prin transmisia în maxim, T_{\max} , și semilărgimea benzii de transmisie, $\Delta\lambda_{1/2}$. Drept semilărgime a benzi de transmisie se ia intervalul de lungimi de undă, pentru ale cărui limite $T = 1/2 T_{\max}$.

În cazul filtrelor ce se folosesc pentru tăierea domeniilor lungimilor de undă mari sau a domeniului lungimilor de undă mici ale spectrului, uneori se mai indică și mărimea λ_{100} , adică lungimea de undă pentru care transmisia scade în comparație cu transmisia din maxim de două ori.

În majoritatea cazurilor se cere ca întreaga suprafață a filtrului să aibă aceeași transmisie. Asemenea filtre se confecționează de obicei sub formă de plăci plan-paralele sau cuve de aceeași formă, umplute cu o soluție absorbantă. În unele cazuri filtrele se fac sub formă de tuburi care înconjoară sursa de lumină sau obiectul nadiat (de pildă, filtrele pentru difuzia combinată și pentru pom-pajul optic). Uneori chiar balonul lămpi însuși are proprietăți filtrante (lămpi albastre medicinale etc.).

Într-o serie de probleme sînt necesare filtre a căror transmisie să varieze.

Dacă se confecționează pene din substanțe absorbante, atunci este ușor de văzut că densitatea lor optică depinde liniar de distanța de la muchie. Asemenea pene se fac din sticlă sau din gelatină colorată. Se utilizează, de asemenea, pelicule metalice, de grosime variabilă, depuse pe sticlă.

Adesea, se confecționează filtre de densitate variabilă, sub formă de disc (pene cîrculare) precum și atenuatori în trepte — filtre a căror transmisie se modifică prin salt la trecerea de la un domeniu al filtrului la altul. Atenuatorii în trepte se folosesc frecvent în spectrofotometrie.

Un filtru absorbant de grosime constantă, în general, atenuază diferit razele de lumină care cad pe el sub unghiuri diferite. Se poate arăta că variația relativă a transmisiei, atunci cînd lumina cade pe filtru sub unghiul α , este aproximativ egală cu

$$\frac{\Delta T_{\lambda}}{T_{\lambda}} \approx 1,2 D_{\lambda} \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}.$$

De exemplu, transmisia unui filtru optic de sticlă ($n = 1,5$), cu densitate optică $D_{\lambda} = 2$ va fi pentru razele de lumină care cad sub un unghi de incidență $\alpha = 36^\circ$, cu 27° , mai mică față de transmisia sa pentru razele incidente normal pe el. Din acest exemplu se vede că în cazul utilizării filtrelor de absorbție pentru măsurători calitative, în fascicule luminoase cu aperturi unghiulare mari, trebuie luată în considerație creșterea absorbției razelor nadiate.

Trebuie, de asemenea, avut în vedere că fluxul luminos absorbit de un filtru de absorbție se transformă total în căldură, astfel încît filtrele se încălzesc uneori foarte puternic. Aceasta provoacă nu numai o anumită variație a caracteristicilor optice ale filtrului, ci uneori și distrugerea lui.

Filtrele optice de sticlă prezintă avantajul că pot fi colorate în diverse culori, în funcție de compoziția chimică și de tehnologia de fabricație. Aceste filtre sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi în industria textilă, în construcții, în medicină, etc. În prezent, se lucrează la dezvoltarea unor noi tipuri de filtre optice, care să aibă proprietăți speciale, cum ar fi rezistență la temperaturi înalte, rezistență la coroziune, etc.





Fig. 12. Caracteristicile de transmisie ale filtrelor ultraviolete (a) și (b).




Filtrele optice de sticlă prezintă avantajul că pot fi colorate în diverse culori, în funcție de compoziția chimică și de tehnologia de fabricație. Aceste filtre sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi în industria textilă, în construcții, în medicină, etc. În prezent, se lucrează la dezvoltarea unor noi tipuri de filtre optice, care să aibă proprietăți speciale, cum ar fi rezistență la temperaturi înalte, rezistență la coroziune, etc.

Unul din avantajele acestor filtre este că pot fi colorate în diverse culori, în funcție de compoziția chimică și de tehnologia de fabricație. Aceste filtre sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi în industria textilă, în construcții, în medicină, etc. În prezent, se lucrează la dezvoltarea unor noi tipuri de filtre optice, care să aibă proprietăți speciale, cum ar fi rezistență la temperaturi înalte, rezistență la coroziune, etc.


Unul din avantajele acestor filtre este că pot fi colorate în diverse culori, în funcție de compoziția chimică și de tehnologia de fabricație. Aceste filtre sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi în industria textilă, în construcții, în medicină, etc. În prezent, se lucrează la dezvoltarea unor noi tipuri de filtre optice, care să aibă proprietăți speciale, cum ar fi rezistență la temperaturi înalte, rezistență la coroziune, etc.

Unul din avantajele acestor filtre este că pot fi colorate în diverse culori, în funcție de compoziția chimică și de tehnologia de fabricație. Aceste filtre sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi în industria textilă, în construcții, în medicină, etc. În prezent, se lucrează la dezvoltarea unor noi tipuri de filtre optice, care să aibă proprietăți speciale, cum ar fi rezistență la temperaturi înalte, rezistență la coroziune, etc.


Unul din avantajele acestor filtre este că pot fi colorate în diverse culori, în funcție de compoziția chimică și de tehnologia de fabricație. Aceste filtre sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi în industria textilă, în construcții, în medicină, etc. În prezent, se lucrează la dezvoltarea unor noi tipuri de filtre optice, care să aibă proprietăți speciale, cum ar fi rezistență la temperaturi înalte, rezistență la coroziune, etc.



a




b




c

Fig. 9.4. Coeficientul de transmisie al filtrelor albastru-verzi (3 mm).




a




b

Fig. 9.5. Coeficientul de transmisie al filtrelor verzi (3 mm).



a



b

Fig. 9.6. Coeficientul de transmisie al filtrelor verzi (3 mm).

În tabelul 9.2 sînt date trei combinații de sticle colorate pentru separarea liniilor mercurului, calculate pentru o puritate de separare a liniilor din spectrul unei lămpi cu mercur IIPK-2 sau IIPK-4 de 90, 95 și 99 %.




Fig. 9.7. Coeficientul de transmisie al filtrelor galbene.




Fig. 9.8. Coeficientul de transmisie al filtrelor albe și portocalii (3 mm).






Fig. 9.9. Coeficientul de transmisie al filtrelor portocalii (a), roșii (b) și infraroșii (c, 3 mm).





Fig. 9.10. Coeficientul de transmisie al filtrelor purpura (3 mm).

(Sub denumirea de puritate de separare se subînțelege fluxul luminos de o anumită lungime de undă, raportat la întregul flux, transmis de filtru.)

În tabelul 9.3 sînt date combinații ale sticlelor colorate, care transformă distribuția de energie a emisiei unei lămpi cu incandescență cu temperatura

Un filtru optic combinat, compus din filtrele optice

Un filtru optic combinat, compus din filtrele 3C8, cu grosimea de 1,9 mm, și 3C18, cu grosimea de 2,1 mm, se folosește pentru ajustarea





Fig. 9.11. Coeficientul de transmisie al filtrelor neutre cu un λ_0






Fig. 9.12. Coeficientul de transmisie al
filtrelor de culoare închisă (a) și a celor
de culoare deschisă (b, c) (3 mm).



curbei spectrale a sensibilității celulei fotoelectrice de seleniu față de sensibilitatea spectrală a ochiului. O celulă fotoelectrică înzestrată cu un astfel de filtru (ochiul artificial) dă un curent proporțional cu strălucirea vizuală a obiectului. Curbele spectrale de transmisie ale acestui filtru (linia punctată) și a sticlelor 3C8 și 2K3C18 care îl compun sînt date în figura 9.13.

Una dintre varietățile de filtre combinate o constituie filtrele încrucișate, utilizate larg în studiul emisorilor fotostimulate (diferite tipuri de difuzie a luminii, de luminescențe etc.) Primul dintre aceste filtre transmite radiația de excitație, dar reține radiația sursei excitate în acel domeniu al spectrului, în care se află liniile studiate sau benzile de difuzie sau de luminescență. Acest filtru se așază între sursa de excitație și probă. Cel de al doilea filtru, așezat

Tabelul 51

Filtre optice care delimitează diferite intervale ale domeniilor ultraviolet și vizibil ale spectrului $T_{\text{max}} = 30\%$

λ pentru T_{max} , nm	$\Delta\lambda$	Material sticlălor	Grosimea sticlălor, mm, sau λ_{lim} , nm*	λ pentru T_{max} , nm	$\Delta\lambda$	Material sticlălor	Grosimea sticlălor, mm, sau λ_{lim} , nm*
300	36	ЖС 20	5,0	400	26	ЖС 10	λ_{lim} 385
315-320	28	УФС 5	4,0			HC 13	2,3
		ЖС 3	1,2	410	34	ЖС 10	λ_{lim} 405
		УФС 5	6,0			HC 11	13,5
340	5	HC 4	2,5			OC 2	1,0
		HC 6	1,5	420	12	HC 10	λ_{lim} 415
360	28	УФС 2	12,5			HC 11	7,5
		HC 7	1,8			OC 21	2,0
380	24	УФС 2	1,4	440	5	HC 14	λ_{lim} 425
		HC 8	2,35			HC 11	5,1
410	0	УФС 6	1,5			OC 21	2,5
		ЖС 11(12)	λ_{lim} 430	460	28	OC 11	λ_{lim} 457
		OC 6	1,8			OC 22	1,0
450	4	OC 21	1,5			HC 7	3,0
		ЖС 11	λ_{lim} 440	500	25	OC 12	λ_{lim} 475
		OC 15	3,4			HC 7	1,0
460	18	ЖС 12	λ_{lim} 447			OC 22	1,9
		OC 15	2,4	570	20	OC 13	λ_{lim} 464
		OC 21	2,0			HC 7	1,0
470	25	ЖС 16	λ_{lim} 462			OC 21	4,0
		OC 5	3,5	580	5	OC 14	λ_{lim} 570
		OC 21	2,0			ЖС 18	10,0
480	0	ЖС 16	λ_{lim} 472			OC 21	1,0
		OC 20	9,5	600	5	OC 14	λ_{lim} 580
		OC 21	1,2			ЖС 18	10,0
490	34	ЖС 17(18)	λ_{lim} 482			OC 23	1,95
		OC 20	7,05	600	32	ЖС 10	λ_{lim} 590
		OC 21	1,5			ЖС 18	9,5
500	35	ЖС 17(18)	λ_{lim} 490	620	50	ЖС 11	λ_{lim} 608
		OC 22	10,5			OC 21	3,25
		OC 20	3,2	640	56	ЖС 11	λ_{lim} 628
510	50	ЖС 17(18)	λ_{lim} 502			OC 21	1,5
		OC 22	12,5			OC 25	1,9
		OC 20	1,35	660	60	ЖС 14	λ_{lim} 644
520	2	ЖС 18	λ_{lim} 512			OC 25	4,5
		OC 22	11,0	680	50	ЖС 17	λ_{lim} 666
530	5	ЖС 18	λ_{lim} 523			OC 26	13,5
		(OC 11)	6,25	700	60	ЖС 13	λ_{lim} 680 este normal
540	50	OC 11	λ_{lim} 530			HC 7	5,0
		OC 22	4,1			OC 26	8,1
		HC 7	2,0				

* λ_{lim} este lungimea de undă limită, corespunzătoare extremității lungilor de undă care se transmit (pentru sticlă a cărei grosime nu este dată).

Tabelul 2.2

Filtre optice pentru separarea liniilor din spectrul mercurului [9.1]

λ a liniilor mercurului, nm	Puritatea de separare, %	Măreile sticlelor	Grosimea sticlelor, mm sau λ_{lim} , nm	λ a liniilor mercurului, nm	Puritatea de separare, %	Măreile sticlelor	Grosimea sticlelor, mm sau λ_{lim} , nm
365,13	99,0	ЖС 3	4,0	436	99,8	ЖС 12	λ_{lim} 435
		УФС 2	2,0			СС 15	2,0
	95,5	ЖС 3	2,0		65,5	ЖС 11	λ_{lim} 420
		УФС 2	2,0			СС 15	1,5
	90,0	ЖС 4	1,2		94,3	ЖС 11	λ_{lim} 420
365	99,8	УФС 2	2,0			СС 15	1,2
		БС 7	1,2	546	99,1	ОС 11	λ_{lim} 515
		УФС 6	1,0			ПС 7	5,0
						СЗС 21	5,0
	97,8	БС 6	2,0				
		УФС 6	2,5		97,5	ЖС 18	λ_{lim} 510
						ПС 7	5,0
	93,0	БС 5	2,0			СЗС 21	2,0
		УФС 6	5,0				
405	99,4	ЖС 10	λ_{lim} 390		95,2	ЖС 18	λ_{lim} 510
		ПС 13	4,5			ПС 7	5,0
	96,3	ЖС 10	λ_{lim} 390	578	99,4	ОС 13	λ_{lim} 565
		ПС 13	3,2			ЗС 7	3,0
	91,0	ЖС 10	λ_{lim} 390		95,0	ПС 13	λ_{lim} 565
		ПС 13	2,5			ЗС 7	1,0
					90,0	ОС 13	λ_{lim} 565

Tabelul 2.3

Filtre optice care transformă distribuția de energie a emisiei unui bec cu incandescență care are temperatura de culoare de 2854 K în distribuția de energie corespunzătoare altor surse

Filtrul optic	Măreile sticlelor	Grosimea, mm
<i>B</i> (transformă radiația emisă de un bec în radiația unei surse standard de lumină naturală, $B, T_{eq} = 4800$ K)	СЗС 17 ПС 5 ПС 14	5,1 5,85 4,8
<i>C</i> (transformă radiația emisă de un bec în radiația unei surse standard de lumină naturală, $C, T_{eq} = 6500$ K)	СЗС 17 ПС 5 ПС 14	6,05 7,4 6,0

între probă și receptorul de radiație, trebuie să rețină radiația de excitare, atenundu-și la maximum partea strălucitoare a spectrului.

Un exemplu de filtru mercuric poate fi considerat combinația dintre sticlele УФС și ЖС (vezi figurile 9.2 și 9.7).

Filtre optice hibride. Filtrele optice hibride sunt mult mai puțin comode pentru utilizare practică decât cele din sticlă. Din această cauză, în prezent ele se utilizează rar.

Principalele neajunsuri în utilizarea filtrelor lichide sînt legate de necesitatea folosirii unei cuve. În afara de aceasta, prin încălzirea datorită radiației, ele devin într-o anumită măsură optice neomogene, din cauza convecției.

O proprietate prețioasă a filtrelor lichide este posibilitatea de variație continuă a grosimii stratului absorbant. În figura 9.14 este data schema unei




Fig. 9.13. Caracteristică calitativă al filtrului care ajustează sensibilitatea celulei fotoelectrice cu seleniu la sensibilitatea ochiului.




Fig. 9.14. Cuvă de grosime variabilă pentru un filtru de lumină cu lichid.

asemenea cuve, în care o parte din soluția colorată poate ieși într-un rezervor special, dacă se micșorează grosimea stratului de lichid.

Este interesant de menționat că dacă filtrul are două benzi de absorbție care se află departe una de alta și ale căror coeficienți de absorbție se deosebesc substanțial, atunci culoarea filtrului se modifică esențial prin variația grosimii lui. Într-adevăr, în straturi subțiri culoarea este dată numai de o bandă intensă. Prin mărirea grosimii culoarea depinde atât de banda intensă, cât și de banda slabă. Un exemplu caracteristic pentru acest fenomen îl constituie soluțiile sării tetravalente de uraniu și unii coloranți organici.




Fig. 9.15. Vas pentru o sursă radioactivă care are o cameră exterioră pentru filtru cu lichid.

Cu toate acestea filtrele lichide sînt utilizate din cauză că cuvele cu soluția filtru i se poate da ușor forma dorită. Ca exemplu, în figura 9.15 este reprezentat un vas pentru substanța expusă radiației, înbrăcat într-o cameră exterioră în care se află filtrul optic. Filtrul lichid poate servi și pentru tăierea sursei de lumină.

Într-o serie de cazuri filtrele optice lichide oferă posibilități mai mari pentru obținerea unor curbe spectrale de transmise de o formă anume față de filtrele de sticlă. Astfel, filtrele de sticlă care taie domeniul spectral de lungime

de undă mare au de obicei o bandă suplimentară de transmisie în domeniul roșu (v., de exemplu, fig. 9.2).

Pentru înlăunarea domeniilor roșu și infraroșu apropiat ale spectrului, în afară de sticla C30 se mai poate folosi soluția de clorură de cupru sau de

Fig. 9.16. Coeficientul de transmisie al soluției praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă







Fig. 9.17. A. Transmisia în diferite lungimi de undă a soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. B. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. C. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. D. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. E. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. F. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. G. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. H. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. I. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. J. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. K. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. L. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. M. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. N. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. O. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. P. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. Q. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. R. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. S. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. T. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. U. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. V. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. W. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. X. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. Y. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă. Z. Coeficientul de transmisie al soluțiilor praseocianice de cupru (2,0 g/l) în apă.

sulfat de cupru. Curba de transmisie a $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, pentru o grosime a stratului de 2 cm, este dată în figura 9.16.

În figura 9.17 sînt date curbele de transmisie ale unor lichide, cele mai folosite în spectroscopie ca filtre optice [9.2—9.5].






Fig. 9.17b. Curbele de transmisie ale unor lichide: 1 — $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (57 g/l H_2O , $l = 10$ mm), 2 — K_2CrO_4 (100 g/l H_2O , $l = 10$ mm), 3 — NiH_2O_4 (3,0 soluție normală, $l = 10$ mm), 4 — $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (492 g/l H_2O , $l = 20$ mm), 5 — $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (141 g/l H_2O , $l = 20$ mm), 6 — $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (57 g/l H_2O , $l = 10$ mm), 7 — $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (57 g/l H_2O , $l = 10$ mm). 2 — filtru Backstrom. $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (492 g/l) $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (141 g/l) $l = 20$ mm. 1 — NaNO_2 (6,0 g/l, $l = 10$ mm), 2 — soluție de 5 GDN extra, 0,65 g/l filtru de alcool, $l = 10$ mm, 3 — (1 + 2) transmite 59%, din la la 448 Å. 4 — K_2CrO_4 (0,601 soluție normală, un strat de 1 mm transmite 22%, din la la 448 Å), 5 — K_2CrO_4 (0,601 soluție normală, un strat de 1 mm transmite 1%, din la la 448 Å).

Informații mai amănunțite asupra spectrelor de absorbție ale unui mare număr de coloranți, mai ales organici, se pot găsi în lucrările [9.2, 9.3, 9.5, 9.6].

Compoziția și transmisia unor filtre lichide combinate, pentru separarea liniilor de Na, K, H și H_β [9.9]

Linia, nm	Soluția	T, %
Na 589 9,6	1) 50% $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 2) 5% $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ în HCl $n = 8$	42
K 768,5 9,9	1) 2% $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 2) 0,02% soluție de anilină în alcool etilic	98
H _β 679,8	1) 0,2% roșu măr 2) 1% $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ în HCl $n = 8$	35
H 535,0	1) 0,5% $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 2) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ (100 g sare la 100 ml soluție)	22

Filtrul lichid propus de Wood [9.7], din soluție apoasă de nitrozodimetilanilină (0,01%) are, la o grosime de 5 mm, o bandă de transmisie la 2100–3500 Å, și este opac în domeniul lungimilor de undă mai mari, până la 5000 Å.

Pentru separarea liniilor de rezonanță ale metalelor alcaline și ale talii lui se recomandă filtre lichide din două cuve cu grosimi de 1 cm, așezate una după alta (tabelul 9.1). În figura 9.18 sînt ilustrate schematic domeniile de




Fig. 9.18. Coeficientul de transmisie al diferitelor lichide [9.8]: 1 – sulfură de carbon; 2 – alcool etilic; 3 – piridină; 4 – acetona; 5 – toluen; 6 – etilmetilectonă; 7 – alcool amilic; 8 – benzen; 9 – cloroacetat; 10 – alcool n-butic; 11 – clorobenzen; 12 – petrolat; 13 – ligroz; 14 – NaOH; 15 – toluen; 16 – benzen; 17 – butilacetat; 18 – etilpropionat; 19 – tetracloretilenă; 20 – carbon tetraclorid; 21 – etilacetat; 22 – acid formic; 23 – amilacetat; 24 – acid acetic; 25 – alcool izopropilic; 26 – cloroform; 27 – glicerol; 28 – eter sulfuric; 29 – alcool metilic; 30 – alcool etilic.

transmisie ale diferitelor lichide în ultravioletele apropiat, în ordinea descrescătoare a lungimilor de undă cele mai mici ale domeniilor de transmisie respective [9.8].

Filtre optice de absorbție gazoase. Cuve cu gaze sau cu vapori ai metalelor sînt adesea de neînlocuit, din cauza selectivității extraordinare a spectrelor de absorbție. Curbele spectrale de transmisie pentru unele gaze sînt reprezentate în figura 9.19.

Este bine cunoscută utilizarea, pentru separarea domeniului ultraviolet al spectrului, a unei cuve de cuarț cu vapori saturați de brom la temperatura camerei (având o grosime de câțiva centimetri). Această cuvă este practic opacă în domeniul 1000–6000 Å. Adăugarea clorului în această cuvă, la presiunea




Fig. 9.10. Coeficientul de transmisie al unor gaze și amestecuri de gaze la presiunea de 1 at și temperatură de 20°C (în paranteze sînt date grosimile straturilor în cm).

de 1–2 atmosfere, o face opacă în domeniul de la 2900 Å pînă la domeniul infraroșu apropiat al spectrului.

Aerul este un filtru gazos natural, care acționează în toate cercetările spectroscopice ce se efectuează cu aparate în care nu este evacuat aerul. Aerul este netransparent pentru domeniul spectral al lungimilor de undă mai mică de 1800 Å, datorită în special absorbției oxigenului (azotul este transparent pînă la 1450 Å).

Trebuie menționate benzile de absorbție ale aerului în infraroșul apropiat, în vecinătatea liniei de rezonanță a potasiului, care sînt intense mai ales în spectrele corpurilor cerești, pentru fotografierea cărora lumina parcurge o foarte mare grosime a aerului atmosferic (linia A a lui Fraunhofer).

Cuvele cu vapori ai metalelor ușor volatile (Hg, Cs, K, Na, Tl ș.a.) sînt folosite pentru înlăturarea din spectrul de analizat a liniilor de rezonanță ale acestor metale, ceea ce este absolut necesar, de pildă, în cazul excitării fotoluminescenței liniilor de rezonanță, pentru a înlătura efectele parazite datorate liniilor excitatoare. O situație analoagă se întîlnește în cazul pompajului optic, în studiul difuziei combinate etc.

Introducînd o celulă absorbantă cu vapori în camp magnetic, se poate comanda, în anumite limite, spectrul ei de absorbție, deplasînd componentele Zeeman. În acest caz, în afară de modificarea structurii liniilor de absorbție, apare și o selectivitate în raport cu unele sau altele dintre stările de polarizare ale luminii. Dispozitivul descris poartă numele de *filtru Mrozowski*. Un asemenea filtru se folosește, în particular, și pentru absorbția atipilor liniilor, în scopul reducerii lor.

O cuvă cu vapori unuiu dintre izotopii unui anumit element chimic, atunci cînd structura izotopică nu conține suprapunerii parțiale, poate lăsa emisia de rezonanță a acestui izotop, slăbind doar într-o măsură neglijabilă radiația celorlalți izotopi.

Spectrele moleculare sînt folosite, de asemenea, și pentru reducerea largului conturului liniilor de emisie. De cîă o linie atomică se află în intervalul dintre două linii ale structurii de rotație a unei molecule de iod, foarte apropiate una de alta, atunci ambele acestei linii atomice vor fi considerabil atenuate după trecerea luminii respective printr-o cuvă de absorbție amplută cu

vapori de iod și introdusă în câmp magnetic. Variind intensitatea câmpului magnetic se poate comanda lărgimea intervalului dintre componentele Zeeman ale liniilor de absorbție ale moleculei, modificând astfel tocmai lărgimea liniei radiației transmise de un asemenea filtru.

Filtre din semiconductori. Printre proprietățile optice cele mai tipice ale semiconductoarelor este existența unei limite nete a absorbției, λ_0 . Semiconductorul este opac pentru radiația cu lungimea de undă mai mică decât λ_0 , fiind însă transparent pentru radiația cu lungime de undă mai mare. Poziția lungimii de undă limită a absorbției este determinată de structura de benzi a semiconductorului, corespunzând energiei trecerii din banda de valență în banda de conducție. Evident, completarea nivelurilor benzii de valență este determinată de valoarea temperaturii; din această cauză limita absorbției va depinde, de asemenea, și ea, foarte tare de temperatură.

Prin urmare, semiconductorii sunt filtre optice excepționale, ei limitând net spectrul dinspre lungimile de undă scurte. Doar pentru un număr restrâns




Fig. 9.20. Transmisia cristalelor de sulfură de cadmiu (a) și de telură de cadmiu (b).





Fig. 9.21. Coeficientul de absorbție al sulfură de cadmiu pentru razele ordinului I și pentru razele ordinului II.



de semiconductori, limita absorbției se află în domeniul vizibil al spectrului. Majoritatea semiconductorilor sunt transparenti totuși în domeniul infraroșu.

În figurile 9.20 și 9.21 sunt date spectrele de transmisie și de absorbție ale unor semiconductori care se folosesc ca filtre optice în domeniile vizibil și infraroșu apropiat [9.10, 9.11].

Filtrele de sticlă, de tipul ZnS , OC , KC , își datorează, de asemenea, proprietățile lor grație prezentei unor cristale minuscule semiconductoare de CdS - CdSe . Poziția limitelor benzii de absorbție a acestor sticle este determinată de conținutul relativ de sulf și seleniu din cristalele mixturate.

Filtrele optice din gelatină și din alte materiale organice. Filtrele de gelatină și din alte pelicule organice colorate sunt folosite în prezent destul de rar, cu toate că până în ultimul timp ele erau foarte mult utilizate. Printre neajunsurile filtrelor optice putem enumera: rezistență mecanică redusă, stabilitate termică redusă și decolorarea lor relativ rapidă și reversibilă. Avantajele filtrelor optice gelatinoase constau în simplitatea confecționării și în extraordinara diversitate a spectrelor. Majoritatea cristalelor organice pot fi ușor introduse în gelatină, amestecându-se bine cu ea, în timp ce în sticle pot fi introduse numai anumiți coloranți, și numai dacă sunt coloranți organici.

O descriere amănunțită a procedeeilor de confecționare a filtrelor optice de gelatină și din pelicule organice colorate cu și a rețetelor și a spectrelor lor de absorbție se poate găsi în lucrările [9.2, 9.3, 9.6].

Modificarea proprietăților filtrelor de absorbție sub acțiunea căldurii și a radiației. Caracteristicile spectrale ale filtrelor de absorbție se modifică sub acțiunea căldurii și a radiației. Acest fapt trebuie avut totdeauna în vedere și de el trebuie ținut cont ori de câte ori sunt folosite filtrele.

Dacă încălzirea nu este foarte intensă, atunci modificările datorate temperaturii sunt, de obicei, reversibile. Aceste modificări sunt importante în special în domeniile spectrale în care densitatea optică a filtrelor variază rapid cu lungimea de undă.

Ca exemplu, în figura 9.22 sunt date spectrele de absorbție ale sticlei KC19 , la diferite temperaturi [9.1]. Deplasările marginii de absorbție sunt importante mai ales în cazul sticlelor cu sulfoseleniuri-cadmiiu, ZnS , OC , KC (1 - 1,5 Å/grad).

La fel de importantă este și acțiunea asupra filtrelor a radiației ultraviolete. Se modifică intens în special spectre de absorbție ale unor sticle,





Fig. 9.22. Variația densității optice a sticlei KC19 datorită încălzirii

folosite pentru separarea domeniului ultraviolet al spectrului. În figura 9.23 sunt date curbele de variație a densității optice a sticlelor ZnS - 1, sub acțiunea radiației [9.1]. Pentru restabilirea practică completă a proprietăților sticlelor, se poate recomanda tratamentul termic, al cărui regim este dat în tabelul 9.5.

Regimul tratamentului termic al sticlelor 9.1

Marca sticlei	Viteza de creștere a temperaturii, °C/h	t_{max} , °C	Tempul de expunere, h	Viteza de scădere a temperaturii, °C/h
УФС 1, УФС 3	10-40	450	5-10	15-20
УФС 2	25-55	400	2-5	15-20
УФС 6	30-50	500	2-5	15-20

Fig. 9.21 Creșterea cristalinității optice a filtrelor УФС 1 de 3 mm, pentru $\lambda = 200$ nm, în funcție de timpul de expunere la lampăe HPR 2 și CR2 12 V. Distanța de la lampă la filtru este în jur de 20 cm.



Rețele. Prin proprietățile lor, rețelele se apropie de filtrele de absorbție; rețelele sînt folosite uneori ca atenuatori neselectivi. Dacă ochiurile unei astfel de rețele nu sînt foarte mici, iar rețeaua este bine înnegrită, atunci ea poate servi ca atenuator neutru. Firește, o rețea trebuie plasată astfel încît să nu fie reflectată în cîmpul vizual. Cel mai bine este ca ea să fie așezată într-un fascicul paralel de raze.

Spre deosebire de filtrele de absorbție, transmisia rețelelor nu este aditivă. Transmisia totală a două rețele depinde puternic de așezarea lor reciprocă.

Se poate atinge o litivitate integrală în timp a transmisiei rețelelor, făcîndu-le să vibreze sau să se rotească una față de alta. Totuși toate aceste procedee nu sînt prea sigure în funcționare.

Pentru rețelele din sîrmă groasă, a cărei grosime este comparabilă cu dimensiunile onficilor, transmisia depinde și de unghiul de incidență a razelor pe rețea. Toate acestea fac ca transmisia unei rețele să fie determinată cel mai bine în acele condiții concrete, în care va lucra ea.

§ 3. FILTRELE REFLECTANTE

Pelicle metalice. Pentru realizarea filtrelor optice, atât neutre cît și selective, se folosesc peliclele metalice. Straturile metalice subțiri se depun pe un suport de cuarț, prin evaporarea în vid înalt sau prin pulverizare catodică.

Spre deosebire de filtrele de absorbție, filtrele din pelicle metalice atenuază lumina transmisă nu special prin reflexie pe suprafața lor. Absorbția ca atare în peliculă este de obicei relativ mică. Datorită acestui fapt, filtrele de acest fel se încălzesc nu puțin prin radiație în comparație cu filtrele de absorbție. Transmisia unor pelicle metalice, așezate paralel și succesiv, este

mai mare decât transmisia a două filtre de absorbție cu densitate optică echivalentă.

Desigur, cunoșcând valorile coeficienților de reflexie și de absorbție ale peliculelor metalice, se poate calcula și transmisia rezultantă a două pelicule, adică se poate ține seama de influența luminii multiplu reflectate. Însă asemenea calcule sînt dificile.

Interferența razelor multiplu reflectate între două pelicule poate influența, și ea, transmisia rezultantă, care va depinde, în acest caz, în mod esențial de unghiul sub care se face observarea. Pentru obținerea unor straturi metalice neutre, se utilizează de obicei platina, paladiul sau rodul, iar mai rar, aluminul. Curbele de transmise ale acestor pelicule metalice subțiri au fost date în figura 9.1.

Peliculele metalice subțiri de argint și de metale alcaline pot servi pentru separarea diferitelor domenii din regiunea ultravioletă a spectrului. În tabelul 9.6 sînt date domeniile de transparență ale filtrelor respective. Pentru realizarea unor asemenea filtre, vapori metalici care sînt condensați pe pereții interiori ai unei mîci unde vidate, răsare cu aer lichid, urmînd ca straturile să fie opace în domeniul vizibil al spectrului. Peliculele de Kb și Cs sînt stabile numai la temperaturi joase (aer lichid). Peliculele de K , Li și Na sînt stabile și la temperatura camerei.

De regulă, peliculele metalice își modifică transmisia sub acțiunea aerului atmosferic. Astfel, transmisia unei pelicule proaspăt preparate, din aluminu, crește foarte repede, datorită formării pe suprafața ei a unui strat de Al_2O_3 . În continuare, transmisia peliculei se modifică foarte încet. O peliculă de argint

Tabelul 9.6

Domeniile de transparență ale straturilor subțiri metalice

Metalul	Domeniul de transparență, nm	Metalul	Domeniul de transparență, nm
Cs	440–186	Li	în jur de 205
Rb	360–186	Ag	340–310
K	315–170	Au	450–530
Na	210–125		


se modifică, de asemenea, proprietățile optice, cu trecerea timpului. După toate probabilitățile, cele mai transparente, din acest punct de vedere, sînt peliculele din platină, însă, în cazul unei păstrări îndelungate, și parametrii lor se pot modifica. Peliculele din metale alcaline nu trebuie firește să vină în contact cu aerul, care le deteriorează instantaneu.

De regulă, toate peliculele metalice sînt închise ermetic între lame de sticlă sau de cuarț. Uneori ele sînt acoperite cu straturi de protecție. Considerațiunile asupra proprietăților optice ale peliculelor metalice se pot găsi în lucrarea [9.12].

Oglinzi dielectrice multistrat. Filtrele optice reflectante selective pot fi realizate prin depunerea pe un suport transparent a unor straturi subțiri cu indici de refracție mari, alternativ cu straturi cu indici de refracție mici. Grosimea optică a fiecărui strat va fi de $\lambda/4$. Razele reflectate de suprafețele de separație sînt sufazate (trebuie ținut cont și de saltul de fază egal cu π ,

datorat reflexiei luminii pe un mediu cu indicii de refracție mai mari, ce a
ce face să se atingă un mare coeficient de reflexie al unor asemenea oglinzi,
pentru lungimea de undă corespunzătoare a radiației respective. Combinând
straturi de diferite grosimi, se pot sintetiza, în limite mai mult sau mai puțin

Fig. 9.24. Dependența spectrală a coeficientului de reflexie pentru pelicule de
barită careă din noua straturi de
 ZnS ($n = 2,3$) + crioht ($n = 1,4$), depuse
pe sticlă.



largi, diferite curbe spectrale de reflexie (și, prin ummare, și de transmisie)
a unor asemenea oglinzi (fig. 9.24) [9.12].

În prezent, tehnologia confecționării oglinzilor dielectrice este suficient
de bine pusă la punct. Ca materiale pentru pelicule se folosesc criohtul, MgF_2 ,
 SiO_2 cu $n = 1,3 - 1,4$, $PbCl_2$, TiO_2 , ZnS cu $n = 2,2 - 2,3$. Straturile se obțin
prin evaporarea, în vid, alternativ a unor substanțe cu indici de refracție mici
și mari. Evaporarea se face din cuve de wolfram încălzite în cupatoare electrice.
Procesul se controlează după mărimea coeficientului de reflexie sau de trans
misie al straturilor.

Există și un procedeu de obținere a straturilor dielectrice prin depunere
pe un suport ce se rotește a unei soluții a săruri corespunzătoare, după care
se usucă. O asemenea tehnologie este mult mai simplă, însă straturile astfel
obținute au proprietăți optice sensibile mai proaste, față de straturile obținute
prin evaporarea în vid. Totodată, straturile obținute prin evaporare sînt mai
puțin transparente.

§ 4. FILTRELE INTERFERENȚIALE

Filtrele interferențiale au căpătat în ultimii 20 de ani o largă răspundire.
Cel mai simplu filtru optic interferențial este interferometrul Fabry – Péro
(v. cap. 6), care are un spațiu foarte mic între oglinzi (de ordinul lungimii de
undă). Pe măsura măsurării acestei distanțe, se mărește constanta interfero
metrului. Benzile de transmisie ale interferometrului se îndepărtează între ele
și se lărgesc pe ntreg spectrul. Totodată, contrastul, lărgimea relativă și trans
misia în maximum benzii rămân neschimbate, deoarece ele depind numai de
proprietățile straturilor reflectante. Ele pot fi atât metalice, cât și dielectrice,
multistrat.

Dacă grosimea optică a unui interferometru este egală cu Δ , atunci el are
o întreagă serie de benzi de transmisie ale căror lungimi de undă în maxim sînt
egale cu

$$\lambda_{\max 1} = \frac{2\Delta}{1}, \quad \lambda_{\max 2} = \frac{2\Delta}{2}, \quad \lambda_{\max 3} = \frac{2\Delta}{3}, \quad \dots, \quad \lambda_{\max n} = \frac{2\Delta}{n}$$

Un filtru destinat pentru separarea primei benzi de transmisie, cu lungimea de undă cea mai mare, se numește *filtru de ordinul întâi*. El va avea grosimea optică $\Delta = \lambda/2$ și necesită suprimarea numai a maximelor de transmisie cu lungimi de undă mai mici, egale cu

$$\lambda_{\max 2} = \lambda/2, \quad \lambda_{\max 3} = \lambda/3 \text{ etc.}$$

De obicei, aceasta se realizează ușor fie cu ajutorul unor filtre de absorbție spectrale, fie prin absorbția materialului suportului filtrului însuși.

Astfel, un filtru de sticlă de ordinul întâi, calculat pentru lungimi de undă mai scurte decât 6000 Å, nu are nevoie de o absorbție specială a maximelor de lungime de undă mai mică, deoarece lungimile de undă ale acestora sunt mai mici de 3000 Å, fiind deci absorbite de sticlă.

Filtrul de ordinul al doilea va avea grosimea optică $\Delta = \lambda$, necesitând suprimarea unei benzi de transmisie din spate regiunea lungimilor de undă mari ($\lambda_{\max 1} = 2\lambda$) și a benzilor de lungimi de undă mici ($\lambda_{\max 2} = 2\lambda/3$, $\lambda_{\max 4} = 2\lambda/5$ ș.a.m.d.)

Filtrul de ordinul al treilea are grosimea $\Delta = 3\lambda/2$.

În figura 9.25 sunt reprezentate poziția benzilor de transmisie în spectru, pentru filtre de diferite ordine (P), și grosimile optice care le corespund. Pentru filtrele de ordin mai mare ca trei pot apărea deja dificultăți în înlăturarea benzilor de transmisie de lungime de undă mare, mai ales dacă lungimea de undă de lucru a filtrului se află în domeniul lungimilor de undă mici. Benzile de lungime de undă mică sunt înlăturate cu ajutorul filtrelor de absorbție (v., de exemplu, figurile 9.7, 9.9 b).




Fig. 9.25. Variația lungimii de undă a maximumului coeficientului de transmisie al unui filtru interferențial în funcție de grosimea lui pentru filtre de diferite ordine [9.12].

Ordinele mici de interferență asigură o bandă de transmisie largă.


În figura 9.26 [9.12] este dată forma unei benzi de transmisie a filtrelor de ordinul întâi, obținută teoretic (fără considerarea absorbției) (a) și forma unei benzi de transmisie pentru straturi de argint reale (b). Mășurarea transmisiei în maxim pentru straturile cu coeficient de reflexie mare este determinată de creșterea absorbției în strat.

Lărgimea intervalului spectral între limitele cărora transmisia unui filtru se măsoară de 10 ori, conține trei semilărgimi și este egală cu 100–300 Å, în cazul unor filtre bune, cu oglinzi de argint. Cu mult mai îngustă este banda de transmisie a filtrelor cu oglinzi de interferență. În acest caz, pentru filtrele de ordinul al doilea, semilărgimea atinge 15–20 Å, transmisia în maxim fiind su

ficient de înaltă. O particularitate a filtrelor interferențiale o constituie amplitudinea care se întinde departe, ele creînd un fond rezultat suficient de intens (fig. 9.26).

Transmisia integrală a unui filtru interferențial, în limitele benzii de transmisie (3 semilărgimi) este de numai circa 80% din transmisia integrală totală, independent de proprietățile straturilor. Restul de 20% revine fondului. De

Fig. 9.26. Formă benzii de transmisie a unui filtru interferențial: a — pentru o fază luată în considerare a absorbției; b — pentru filtre reale cu straturi de $\lambda/4$ ni. R — coeficientul de reflexie al straturilor



acest fapt este necesar să ținăm seama atunci când separăm cu ajutorul filtrelor interferențiale porțiuni din spectre continue sau de linii.

Compunînd filtre multiplex, analog etalonului Fabry Péroť compus, se poate mări substanțial capacitatea de filtrare, chiar dacă în acest fel transmisia scade foarte mult. În acest caz lărgimea benzii este determinată în fond de filtrul de ordin superior, pe cînd eliminarea maximelor secundare se obține cu ajutorul filtrelor de ordin inferior. Adesea, astfel de filtre complexe se realizează pe un singur suport, combinînd diferite straturi reflectante cu straturi intermediare.

În prezent, filtrele interferențiale produse industrial au o semilărgime a benzii de pînă la cîteva ångstromi la o transmisie în maxim de zeci de procente. Filtrele sînt confecționate pentru domenii ale spectrului începînd de la ultra violetul apropiat pînă la domeniul infraroșu.

După cum rezultă din relația (6.31), poziția în spectru a benzii de transmisie depinde de unghiul de incidență a luminii pe filtrul interferențial.

Acest fapt este folosit pentru deplasări mici (de cîteva semilărgimi) a benzii de transmisie a unui filtru către domeniul lungimilor de undă mici. Trebuie avut în vedere că în acest caz crește semilărgimea benzii, iar pentru înclinări mari benzile se despică datorită diferenței în deplasările de fază care sînt diferite pentru reflexia componentelor polarizate în planul de incidență și normal pe acesta (fig. 9.27) [9.12]. În unele cazuri acest lucru este util, deoarece permite să se obțină o radiație monocromatică lunar polarizată.

Dependența poziției maximului benzii de transmisie de unghiul de incidență limitează apertura unghiulară a fasciculelor luminoase filtrate, care nu trebuie să fie mai mare de

$$2\varphi = 2n \sqrt{2\delta\lambda/\lambda_0} \quad (9.5)$$

unde n este indicele de refracție al stratului intercalat, $\delta\lambda/\lambda_0$ fiind deplasarea relativă admisă a maximului de transmisie. Pentru $\lambda_0 = 5600 \text{ Å}$ și $n = 1.5$, apertura unghiulară permisă a fasciculului este de circa 1° , dacă deplasarea benzii de transmisie de 1 Å poate fi neglijată. Așadar, condițiile ce se impun preciziei de montare a filtrului interferențial și de colimare a fasciculului nu sînt prea riguroase.

În ultimul timp s-a asimilat fabricația unor filtre de interferență la care grosimea stratului dielectric variază continuu pe o anumită direcție, ceea ce face ca la o margine a filtrului maximul de transmisie să se afle în domeniul

roșu al spectrului, iar la marginea opusă, în domeniul violet. În figura 9.28 este arătat un monocromator în care delimitarea domeniului spectral dorit se realizează prin deplasarea unui astfel de filtru prin fața unei fațete. Modificând înălțimea fațetei, se poate micsora sau mări energia radiației transmise, îngustind sau, respectiv, lărgind corespunzător mărirea intervalului spectral separat.




Fig. 9.27. Variația poziției maximum benzii de transmisie p și s cu componentele s și p ale fasciculului de lumină în funcție de unghiul de incidență pe filtru (θ - unghiul de refracție în substanța din care este făcut stratul intercalat al filtrului).




Fig. 9.28. Monocromatorul formei OIII I, construit pe baza unui filtru de interferență cu grosime variabilă.

Filtre interferențiale reflectante. Evident, spectrul radiației reflectate de un filtru reflectant este aproximativ complementar cu spectrul radiației transmise de acesta. Într-o serie de probleme spectroscopice crearea într-un fel artificial a unei linii false de absorbție poate fi utilă - ea, de pildă, pentru atenuarea emisiei liniei folosite pentru pompajul optic de excitare a difuziei combinate sau a fotoluminescenței.

Filtru interferențial pe bază de reflexie totală. Se știe că în timpul reflexiei totale se produce și o pătrundere parțială a undei luminoase în cel de al doilea mediu (mai puțin dens). Dacă acest din urmă mediu reprezintă un strat subțire (cu grosimea de câteva lungimi de undă), intercalat între medii cu indici de





Fig. 9.29. Dependența coeficientului de transparență și de reflexie a stratului în condiții de reflexie totală, față de grosimea stratului de ordinul de mărime a lungimii de undă, pentru componentele s și p ($n_1 = 1,8$, $n_2 = 1,72$, $n_3 = 1,0$) (vezi text 9.11).

refracție mai mari, atunci el poate juca rolul de peliculă divizoare de lumină, ai cărei coeficienți de reflexie și de transmisie vor depinde de grosimea sa (fig. 9.29) [9.12]. Un asemenea strat practic nu absoarbe lumina, ceea ce face să

crească substanțial transmisia filtrelor interferențiale astfel realizate. Filtre de acest tip se fac, de pildă, din sticlă și clorură de sodiu (fig. 9.30); imaginea spectrală constă în despicarea benzii de transmisie în două componente, deplasate spectral, ca și în cazul oricărui filtru interferențial, când incidența razelor este oblică (v. fig. 9.27). Filtrele de acest tip, construite pentru domeniul vizibil al

Fig. 9.30. Filtru interferențial pe bază de reflexie totală.



spectrului, au o transmisie în maxim care ajunge până la 90%, la o semilărgime a benzii de transmisie de 50 - 70 Å.


Au fost propuse metode care să elimine structura de dublet a benzii de transmisie a filtrelor pe bază de reflexie totală. Acest lucru se obține fie prin introducerea unor straturi suplimentare care să realizeze valori egale ale deplasării de fază atât pentru componentele s și p, fie prin compensarea acestei deplasări; în acest scop, stratul intermediar se face dintr-o peliculă birefringentă. Deocamdata, asemenea filtre nu au căpătat însă o răspundere prea mare.

§ 5. FILTRE DE DISPERSIE

Filtrele descrise în acest paragraf se bazează pe dispersia luminii — dependența indicelui de refracție de lungimea de undă. Sînt cunoscute cel puțin două tipuri de asemenea filtre. Filtrul Christiansen și filtrul Brumberg.

Filtrul Christiansen. Un asemenea filtru constă din niște cuve umplute cu pulbere dintr-un material transparent. Cuvă se umple cu un lichid, astfel ales

Fig. 9.31. Curbele de dispersie ale componentelor unui filtru Christiansen: 1 — sulfură de carbon în benzen (soluție 10%); 2 — sticlă borosilicat.



neînt pentru o anumită lungime de undă indicele de refracție al lichidului respectiv să coincidă cu cel al pulberii (fig. 9.31). Atunci cuva va fi optic omogenă pentru raza de lumină de această lungime de undă, difuzînd însă radiația cu lungimile de undă atât mai mari cît și mai mici.

Pentru ca să reușească cu mai bine separarea unei benzi înguste, este necesar ca punctele curbelor de dispersie ale lichidului și pulberii respective să se deosebească cât se poate de mult. Divergența unghiulară a fasciculului de lumină filtrat trebuie să fie mare, de aceea, altfel, la detector ajunge și radiația de alte lungimi de undă, difuzată de filtra, producând astfel un fond considerabil.

Filtrele Christiansen pot să și modifice lungimea de undă a maximumului de transmisie. De obicei, aceasta se realizează prin schimbarea indicelui de refracție al lichidului adăugând o altă componentă, fie modificând temperatura. Deplasarea datorată temperaturii a maximumului de transmisie atinge zeci de Ångström pe grad. De aceea, filtrele trebuie termostatare. Filtre Christiansen pot fi utilizate în domeniile ultraviolet, vizibil și infraroșu ale spectrului.

În tabelul 9.7 sunt date câteva rețete de filtre Christiansen.

Tabelul 9.7

Componentele folosite în prepararea filtrelor Christiansen

Pulberii	Lichidul	Domeniul spectral separat
Cuarț	Benzen + spirt	Ultravioletul apropiat și vizibil
Sticlă uviol	Xilen	Ultravioletul apropiat
Fluorit	Glicerină + apă	Ultraviolet și vizibil
Crown	Metil benzoic	Vizibil
Crown	Benzină + sulfură de carbon	Vizibil

În figura 9.32 sunt reprezentate curbele de transmisie ale unui filtru de cuarț în amestec cu benzen și alcool, la diferite temperaturi [9.13]. Curbele extreme corespund unei variații a temperaturii cu 30 °C.

Filtrul optic Brumberg. Acest filtru constă dintr-o prismă care are coeficientul de refracție n_1 , asamblată din două părți, separate printr-un strat dintr-o substanță cu indicele de refracție mai mic, n_2 , de exemplu, cuarț și ulei de parafină (fig. 9.33).

Unghiul de incidență se alege astfel încât lumina cu lungimea de undă $\geq \lambda$ să sufere reflexie totală la limita de separare. Acest fapt se poate realiza numai în cazul în care este valabilă relația

$$\frac{dn_1}{d\lambda} / \frac{dn_2}{d\lambda} < \frac{n_1}{n_2} \quad (9.6)$$





Fig. 9.32. 1. Curba de transmisie a unui filtru de cuarț în amestec cu benzen și alcool la diferite temperaturi. 2. Temperatura variază în intervalul 20 - 30 °C. Fig. 9.33. 1. Intr-o prismă Brumberg.

Prin urmare, filtrul Brumberg acționează ca un filtru de lungime de undă mică, oprind radiația cu lungimea de undă mai mare decât lungimea de undă limită. Neputând un astfel de filtru de acest gen îl constituie apertura lui extrem de mică și termostatarea extrem de riguroasă.

Se poate realiza și un filtru analog cu acesta, format dintr-un lichid, despărțit printr-o peliculă de separare solidă. Într-o cuvă de aceeași formă cu prismă din figura 9.33 se introduce o lamă din cuarț subțire. Cuvă se umple cu un lichid care are indicele de refracție mai mare decât cuarțul (benzen, toluen, sulfură de carbon etc.). Prin variația înclinării lamei se poate modifica lungimea de undă limită a unui asemenea filtru.

Limita transmisiei unui filtru Brumberg poate fi foarte netă. Transmisia poate crește de la zero pînă la transmisia maximă, apropiată de unitate, pe o porțiune a spectrului de cîteva zeci de ångström.

§ 6. FILTRE INTERFERENȚIALE DE POLARIZARE


Funcționarea filtrelor interferențiale de polarizare se bazează pe interferența razelor polarizate de lumină [9.12, 9.14]. Ele permit să se obțină benzi de transmisie foarte înguste, lărgimea lor fiind de o fracțiune de ångström, practic lipsind total fondul. Apertura acestor filtre este suficientă pentru fotografierea monocromatică a obiectelor cu dimensiuni unghiulare de la fracțiuni de grad pînă la cîteva grade (în funcție de construcția filtrului și de lărgimea benzi de transmisie). Această apertură este de obicei suficientă pentru studiul Soarelui, planetelor și al altor obiecte asemănătoare. Banda de transmisie a filtrelor interferențiale de polarizare poate fi deplasată spectral în anumite limite.

Chiar dacă au aceste însușiri excepționale, filtrele interferențiale de polarizare se folosesc rar și, mai ales, în cercetările de astrofizică. Cauza constă în faptul că aceste filtre sînt complicate, sînt aparate optice foarte costisitoare, necesitînd îngrijire și reglare calificate. Filtrele interferențiale de polarizare, după cît ne este cunoscut, nu se produc în serie industriale. Fiecare dintre filtrele cunoscute este studiat și construit special.

Filtrul Wood. Un filtru interferențial de polarizare a fost propus pentru prima dată de Wood, în 1904 [9.7], și l-a folosit pentru separarea uneia dintre componentele dubletului galben al sodului. Acest aparat constă dintr-o lamă de cristal uniax, C , tăiată paralel cu axa optică, introdusă între doi polarizori, A și B (fig. 9.34). Axele polarizorilor se așază de obicei paralel, iar axa lamei cristaline formează cu ele un unghi de 45° .

Fasciculul de lumină polarizat este despicat de lama C în două fascicule care au aceeași direcție, egale ca intensitate, dar polarizate în direcții reciproce

Fig. 9.34. Filtru de interferență polarizant Wood. A și B — polarizori; C — lamă cristalină



perpendiculare. Aceste fascicule de lumină se propagă prin cristal cu viteze diferite

$$v_o = c/n_o \text{ și } v_e = c/n_e,$$

n_o și n_e fiind indici de refracție ai razei ordinare și, respectiv, celei extraordinare. Rezultatul interferenței acestor raze la ieșirea din lamă este determinată prin diferența de drum ce apare între ele (fig. 9.35). Dacă diferența de drum, Δl ($l = n \cdot d$), este egală cu un număr întreg de lungimi de undă, atunci, la ieșire

obținem lumină plan polarizată, cu orientarea inițială a planului de polarizare. Această lumină trece liber prin cel de al doilea polarizor. Dacă diferența de drum este egală cu un număr impar de semicirculi atunci planul de vibrație se rotește cu 90° . În acest caz lumina va fi oprită complet de cel de al doilea polarizor.




Fig. 9.7. Variația intensității luminii care trece prin două polarizatoare în direcții reciproce perpendiculare, în funcție de diferența de drum dintre ele.

Nu este greu de arătat că transmisia sistemului va depinde de lungimea de undă conform relației

$$T = \cos^2 \pi \frac{(n_e - n_o) l}{\lambda}. \quad (9.7)$$

Fără discuție, această expresie nu ține cont de pierderile prin reflexie și absorbție a luminii de către elementele care formează filtrul, precum și de pierderile din primul polarizor, care, pentru lumina naturală, reprezintă 50% . Ultimele pierderi sunt egale cu zero, dacă lumina incidentă este plan polarizată, avînd planul de polarizare orientat corespunzător.

Conform relației (9.7), transmisia unui filtru interferențial de polarizare are o serie de maxime ($T = 1$) pentru lungimile de undă

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{k} l(n_e - n_o) \quad (9.8)$$

și de minime ($T = 0$), pentru lungimile de undă

$$\lambda_{\min} = \frac{2}{2k + 1} l(n_e - n_o). \quad (9.9)$$

Din această cauză, un astfel de filtru poate servi numai pentru extincția unor linii spectrale separate, celelalte fiind transmise. De obicei, el este folosit pentru separarea unei singure linii dintr-o pereche de linii apropiate.

Intervalul spectral dintre un maxim și un minim de transmisie vecine, care determină lărgimea benzi de transmisie, se poate găsi ușor din relațiile (9.8) și (9.9). El este egal cu

$$\Delta\lambda = \lambda_{\max} - \lambda_{\min} = \frac{\lambda_{\max}}{2k + 1}. \quad (9.10)$$

Neglijînd unitatea în raport cu $2k$, avem

$$\Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{2(n_e - n_o)l}. \quad (9.11)$$

Distanța dintre două maxime vecine este, în mod corespunzător, de două ori mai mare.

Folosind (9.11), se poate evalua grosimea filtrului necesar pentru suprimarea uneia dintre cele două linii vecine, separate prin intervalul $\Delta\lambda$. De exemplu,

pentru suprimarea uneia dintre cele două componente ale dubletului de rezonanță al sodiului (5889,95 ; 5895,92 Å) va fi nevoie de un astfel de filtru făcut dintr-o lamă de cuarț $(n_e - n_o)_D \approx 0,00911$, cu grosimea de 32 mm. Filtrul echivalent din calcit $[(n_e - n_o)_D \approx 0,1719]$, va avea grosimea de aproximativ 18,9 ori mai mică, adică 1,7 mm.

Un filtru interferențial de polarizare pentru analiza izotopică a hidrogenului după liniile $H_\alpha - D_\alpha$ ($\lambda_1 = 6562,846$ Å, $\lambda_2 = 6561,063$ Å, $\Delta\lambda = 1,783$ Å) se face dintr-o placă de calcit $[(n_e - n_o)_{H_\alpha} \approx 0,1698]$ cu grosimea de 7,11 mm [9.15].

Dependența de temperatură a lungimii de undă a maximumului de transmisie. Relația (9.8) permite să se determine deplasarea maximumului de transmisie al filtrului, datorată temperaturii. În acest scop, este necesar să se calculeze derivata totală în raport cu temperatura T a acestei expresii, avînd în vedere că și grosimea plăcii, l , și coeficientul de birefringență, $\mu = n_e - n_o$, depind de temperatură, iar μ este, de asemenea, și funcție de λ . Derivînd (9.8), avem

$$\frac{d\lambda}{dT} = \frac{\frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dT} + \frac{1}{l} \frac{dl}{dT}}{\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\mu} \frac{\partial \mu}{\partial \lambda}}. \quad (9.12)$$

Nu este greu de observat că deplasarea lungimii de undă, datorată temperaturii, nu depinde de grosimea plăcii și se determină numai din proprietățile materialului din care este confecționată $\left(\frac{1}{l} \frac{dl}{dT} \right.$ este coeficientul de dilatare liniară).

Pentru unele substanțe birefringente, mărimea $d\lambda/dT$ este dată în tabelul 9.8. Din aceste date rezultă că pentru toate aceste materiale λ_{\max} se deplasează către domeniul albastru odată cu creșterea temperaturii.

Tabelul 9.8

Deplasarea benzii de transmisie a filtrelor interferențiale de polarizare, datorată temperaturii ($d\lambda/dT$, Å/grad)

λ , Å	Quarț	Calcit	Dihidrofosfat de amoniu (ADP)
5461 (5890)	0,7	-0,31 0,4	-7

S-ar părea că acest fapt exclude posibilitatea compensării termooptice a unui asemenea filtru, prin compensarea plăcii din două lame din substanțe diferite, care să decompenseze în sensuri opuse. Totuși, nu este chiar așa. Pentru a compensa deplasările datorate temperaturii, este suficient ca placa să fie formată din două lame, materialele fiind orientate „prin scaderi”, adică astfel încît raza ordinară din primul strat să devină extraordinară în cel de al doilea. Pentru aceasta este necesar ca axele optice ale lamelor să fie perpendiculare. În

acest caz (fig. 9.36), condiția de formare a maximumului de transmisie va avea forma

$$k\lambda = l_1\mu_1 - l_2\mu_2 \quad (9.13)$$




Fig. 9.36. Filtrul de interferență-polarizant compensat termooptic

Derivarea expresiei (9.13) duce la următoarea condiție, în cazul în care $d\lambda/dT = 0$

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{\mu_2}{\mu_1} \cdot \frac{\frac{d\mu_2}{dT}}{\frac{d\mu_1}{dT}} \quad (9.14)$$

Pentru perechea calcit-ADP raportul dintre grosimile stratului unui filtru compensat termooptic trebuie să fie egal cu 1,27 ($\lambda = 0,461 \text{ \AA}$).

Compensînd complet deplasările datorate temperaturii, placa subțire din ADP micșorează diferența de drum a undei cu totul neînsemnat (cu 6°).

Din acest punct de vedere, perechea calcit-cuarț este mai puțin convenabilă. Compensarea deplasării termice începe numai cînd $l_{\text{quartz}}/l_{\text{calcite}} = 11,4$. Totodată, lama de cuarț reduce de două ori și jumătate diferența de drum de undă, dată de lama de spat de Islanda.

Aparatura filtrului și gradul de precizie cu care trebuie prelucrată suprafața. Din relația de bază, (9.8), se poate obține condiția de constanță a grosimii plăci

$$\frac{\delta l}{l} = \frac{\delta \lambda}{\lambda} \quad (9.15)$$

De obicei, se poate considera necesară o deplasare $\delta \lambda$ mai mică decît $1/5$ din semilărgimea benzii de transmisie a filtrului, $\Delta \lambda$ (v. relația (9.11)). Atunci

$$\delta l \leq \frac{l}{\lambda} \cdot \frac{\Delta \lambda}{5} = \frac{\lambda}{10\mu} \quad (9.16)$$

Precizia de prelucrare necesară este astfel independentă de grosimea plăcii. În cazul calcitului ($\mu = 0,17$) ea este egală cu $0,3 \text{ \AA}$, iar în cazul cuarțului ($\mu = 0,01$), de circa 6 \AA (pentru partea mijlocie a spectrului).

Pentru razele de lumină înclinate variază nu numai grosimea stratului, ci și birefringența lui, mai mult, în mod diferit, în funcție de orientarea plăcii în care se află raza de lumină înclinată.

Curbele de aceeași diferență de drum (izocromate) sînt niște hiperbole (fig. 9.37). Cea mai mare deschidere permisă fasciculului de lumină trebuie să corespundă părții centrale a acestui tablou. De obicei, ea reprezintă un unghi care nu depășește 1° .

Există o serie de procedee care permit mărirea aperturii filtrului, însă toate duc la complicarea lui substanțială. În particular, conform procedurii propusă de Lyot, placa se taie în două jumătăți, care se rotește cu 90° una față de alta. Între ele se introduce o placă subțire, care, la rindul ei, rotește planul de polarizare tot cu 90° .

Fig. 9.37. Izotermia.



Dacă în prima jumătate a plăcii diferența de drum crește odată cu mărirea înălțării, atunci în cea de a doua ea se micșorează. Se produce o compensare parțială a deplasării maximumului de transmisie odată cu înclinarea. Pe o asemenea cale se atinge mărimea cîmpului vizual unghiular de cîteva ori.

Filtrul Lyot. Filtrul interferențial de polarizare Wood are spectrul de transmisie în formă de benzi înguste, separate de intervale de aceeași lărgime.

Lyot a propus un filtru monocromatic, care constă dintr-un top de filtre Wood cu grosimi ale lamelor care cresc în progresie geometrică cu rația 2. În acest caz polarizorul de la ieșirea primului filtru servește drept polarizor de intrare pentru al doilea și a.m.d.

Lărgimea benzii de transmisie a filtrului Lyot este determinată de grosimea lamei celei mai groase (relația (9.11)). Distanța dintre benzile de transmisie poate fi găsită cu ajutorul aceleiași relații, după grosimea l a celei mai subțiri dintre plăci (fig. 9.38).




Fig. 9.38. Diagrama structurii și a spectrului de transmisie al filtrului Lyot.

Transmisia unui filtru Lyot poate fi calculată ca produsul dintre transmisivitățile filtrelor Wood corespunzătoare (formula (9.7))

$$T = \cos^2 \frac{\pi d^2 l}{\lambda^2} \cos^2 \frac{2\pi d^2 l}{\lambda^2} \dots \cos^2 \frac{2^{n-1} \pi d^2 l}{\lambda^2} = \prod_{k=1}^n \cos^2 \frac{2^{k-1} \pi d^2 l}{\lambda^2}. \quad (9.17)$$

n fiind numărul de elemente, iar l — grosimea celei mai subțiri lame. De obicei, grosimea l se alege egală cu $(5 - 30) \mu$. În acest caz, benzile de transmisie rezultate pot fi filtrate cu ajutorul unor filtre interferențiale sau absorbante.

Lamele de interferență de ordin mic se fac de obicei din cuarț, iar lamele de ordin mare se realizează adesea din colat, ceea ce permite ca ele să fie de 18—19 ori mai subțiri.




Fig. 9.38. Aspect exterior al unui filtru Lyot cu două etape de construcție. P₁, P₂, P₃ — lamele de cuarț; D₁, D₂ și C₁, C₂ — lame cristaline sub formă de pene.

În cazul unui filtru Lyot transmisia integrală este de circa 11%, din transmisia din limitele benzii respective. Această transmisie este concentrată în talie în maximele secundare. Practic, fondul pe care atinge 13—14%.

Variația lungimii de undă a transmisiei. Universalitatea filtrului Lyot poate fi mărită substanțial, dacă există posibilitatea de variație a lungimii de undă a benzii de transmisie.

În limitele a 10—20 Å acest fapt se poate realiza modificând temperatura filtrului. O foarte mică variație a lungimii de undă a maximumului de transmisie se mai poate obține și prin inclinarea filtrului. O rezolvare mai radicală a problemei constă într-o serie de procedee, care fac ca filtrul să poată fi orientat în limite largi.

Elementele filtrului sunt compuse din câte două pene, astfel încât prin deplasarea uneia dintre ele grosimea lamei să se modifice fin (fig. 9.39). Unghiurile





Fig. 9.39. Aspect exterior (a) și curba de transmisie (b) ale unui filtru cu interferență polarizantă cu regulatori termoelectroici.

perelor diferitelor elemente și grosimile lor trebuie să varieze într-o progresie geometrică cu rația 2. Deplasarea perelor trebuie să fie strict sincronizată. Neconcordanța în deplasarea perelor duce la apariția unui fond intens, la mărirea transmisiei în maxim și la lărgirea benzii de transmisie.

În alte construcții se modifică dubla refracție a elementelor, confectionand lense sau părți ale lor din cristale electrooptice capabile să-și modifice coeficientul de dublă refracție sub acțiunea cîmpului aplicat. A fost propusă, de asemenea, o serie de mijloace pentru comandarea transmisiei benzii prin rotirea sincronizată a elementelor filtrului unul față de altul, ceea ce complică însă foarte mult construcția filtrului.

În figura 9.40 a este dată fotografia unui filtru interferențial de polarizare ca termoregulator [9.14]. Filtrul este compus din 11 trepte. Ultimele au unghiuri de deschidere mare, avînd posibilitatea de reglare a poziției maximumului de transmisie. Filtrul are o semilărgime a benzii de transmisie de $0,3 \text{ \AA}$ (fig. 9.40 b) și un cîmp unghiular de 3° .

Capitolul 10

SURSE DE LUMINĂ

Examinând rolul surselor de lumină în spectroscopia experimentală, se pot distinge trei aspecte principale.

1. Sursa de lumină ca obiect al cercetării spectrale. În acest caz experimentatorul nu are voie sau nu poate acționa asupra proceselor care se produc în sursă. În această situație sunt folosite în mare măsură avantajele metodelor optice, care constau în faptul că efectul lor asupra procesului studiat este minim. În aceste cazuri trebuie menționate, de pildă, diagnosticarea plasmei, studiul obiectelor cosmice etc.

O descriere detaliată a metodelor spectroscopice de analiză a proceselor care se produc în sursele de lumină este efectuată, de pildă, în monografiile [10.1 - 10.5].

2. Sursa de lumină poate servi pentru obținerea de informații asupra compoziției substanței sau asupra proprietăților atomilor și moleculelor. Astfel sînt, de exemplu, cazurile analizei spectrale, măsurarea probabilităților tranzițiilor după intensitățile radiației, studiul structurii nivelurilor energetice după componența liniilor spectrale, studiul proprietăților magnetice și electrice ale atomilor după efectul produs asupra spectrului lor de linii externe. În toate aceste cazuri spectroscopistul intervine activ în funcționarea sursei, alege tipul de sursă și regimul de funcționare a ei, avînd în vedere toate amănuntele problemei puse. Analizei legăturii dintre proprietățile atomilor și moleculelor și spectrele acestora îi sînt consacrate monografiile [10.6, 10.7].

3. Sursa de lumină poate juca un rol ajutător în cercetarea spectrală, de pildă, pentru etalonarea aparaturii spectrale după lungimile de undă și sensibilitatea spectrală, pentru obținerea spectrelor de absorbție ale obiectului de analizat etc. În aceste cazuri experimentatorul are cea mai mare libertate în alegerea și realizarea surselor de lumină celor mai convenabile.

În acest capitol vom analiza numai unele proprietăți ale surselor de lumină, avînd în vedere în special utilizarea lor ca mijloace ajutătoare de cercetare.

Informații asupra surselor de lumină și a utilizărilor lor în spectroscopie pot fi găsite în monografiile [2, 3, 13, 20, 22, 9.1, 9.16].

§ 1. PROPRIETĂȚI FUNDAMENTALE

Sursele de radiație se caracterizează, în primul rînd, prin distribuția spectrală a strălucirii și prin caracterul variației ei în timp. Totodată la tr o serie de probleme capătă o importanță esențială strălucirea integrală (după întregul spectru) a sursei, constanța strălucirii pe întregă întindere a suprafeței sale și în cazul observării sub unghiuri diferite, precum și fluxul luminos total și polarizarea radiației.

Sursele se numesc surse constante, dacă puterea emisă de ele nu depinde practic de timp. Dintre astfel de surse fac parte, în particular, aproape toate sistemele alimentate cu curent continuu (lămpi de incandescență, arcuri voltaice ș.a.). Evident, pe lângă radiația constantă, o asemenea sursă va avea și o componentă variabilă. Aceasta se datorește, de pildă, oscilațiilor tensiunii rețelei de alimentare, deplasărilor petei catodice a arcului, variației conținutului flăcării sau curenților de aer din preajma sursei. Variațiile strălucirii sursei pot fi atât lente, datorate, de exemplu, descărcării acumulatorilor de alimentare sau înnegririi ferestrelor tubului de descărcare, cât și mai mult sau mai puțin rapide. Frecvențele posibile de oscilație a strălucirii sînt de la sute la multe mii sau chiar milioane de hertzi.

Raportul dintre variația strălucirii sursei, ΔB , și valoarea acestei străluciri caracterizează stabilitatea sursei. Pentru oscilațiile întâmplătoare ale strălucirii trebuie să ne referim, evident, la valoarea pătratică medie a acestei mărimi,

$$M = \sqrt{\overline{\Delta B^2}} / B. \quad (10.1)$$

Pentru o sursă absolut stabilă, $M = 0$. În practica spectroscopică obișnuită ne mulțumim cu surse pentru care oscilațiile întâmplătoare ale strălucirii sînt de cîteva procente (uneori chiar și mai mari). Numai în cazul măsurărilor energetice exacte este nevoie de surse cu instabilități sub 1%. Este de presupus că realizarea unor surse mai stabile se poate obține foarte greu, cu toate că strălucirea unor cristalofoni radioactivi se caracterizează, probabil, printr-o stabilitate în timp mai bună.

Pe lângă sursele stabile, în spectroscopie se folosesc și dispozitive în care strălucirea variază periodic în timp. Acestea pot fi surse pulsate, la care strălucirea dintre două impulsuri consecutive este egală cu zero, sau surse a căror strălucire variază periodic între anumite limite. Ca exemplu de surse de primul tip pot fi menționate lămpile de incandescență alimentate cu curent continuu, a căror emisie este modulată de un disc cu un orificiu, care se rotește în fața sursei. O lampă cu incandescență alimentată cu curent alternativ servește drept exemplu de sursă de al doilea tip cu o profunzime mică a modulației. Din contră, în cazul unui tub de descărcare în gaz, alimentat cu curent alternativ, profunzimea de modulație va fi practic 100%.

În figura 10.1 este reprezentată variația în timp a strălucirii acestor trei tipuri de surse. Acest tip de surse va trebui caracterizat prin stabilitatea sa, adică prin constanța în timp a strălucirii sale integrale,

$$B = \int_{t_1}^{t_2} b(t) dt,$$

unde $t_2 - t_1 \gg \tau$, τ fiind perioada de oscilație a strălucirii sursei.

În afară de constanța strălucirii integrale, o altă caracteristică importantă a unei surse o constituie *porozitatea*, S , care, prin definiție, este egală cu raportul dintre perioada de oscilație a strălucirii sursei și durata efectivă a fiecărui impuls al emisiei.

În funcție de caracterul spectrului pe care-l emite, sursele se împart de obicei în surse cu spectru continuu și surse cu spectru de linii. Pentru diferite denumiri

ale spectrului adesea este necesar să se folosească surse de radiație diferite. Din această cauză, ele se subîmpart uneori în surse pentru domeniul vizibil și surse pentru domeniul ultraviolet.




Fig. 10.1. Variația strălucirii în funcție de timp: 1 — a unei lămpi de curent continuu, a cărei emisie este modulată prin învîrtirea unui disc cu un orificiu; 2 — a unei lămpi cu incandescență, alimentată în curent alternativ; 3 — a unei lămpi cu descărcare în gaz, alimentată în curent alternativ.

§ 2. SURSE CU SPECTRU CONTINUU

Surse termice. Pentru domeniul vizibil al spectrului se folosește, în primul rînd, corpuri incandescente. Conform legii lui Kirchhoff, raportul dintre puterea de emisie a corpului ($r_{\lambda T}$) și coeficientul lui de absorbție ($a_{\lambda T}$) nu depinde de natura corpului și este o funcție universală de lungimea de undă și de temperatura:

$$\frac{r_{\lambda T}}{a_{\lambda T}} = \epsilon(\lambda, T), \quad (10.2)$$

$r_{\lambda T}$ fiind puterea radiației emise de unitatea de suprafață a corpului în unghiul solid 2π , într-un interval de lungimi de undă egal cu unitatea.

Funcția $\epsilon(\lambda, T)$ este dată de formula lui Planck

$$\epsilon(\lambda, T) = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k T}\right) - 1}. \quad (10.3)$$

Funcția $\epsilon(\nu, T)$, pentru numerele de undă, se scrie sub forma

$$\epsilon(\nu, T) = 2\pi h c^2 \frac{\nu^3}{\exp\left(\frac{h\nu}{k T}\right) - 1}. \quad (10.3')$$

Un corp al cărui coeficient de absorbție este $a_{\lambda T} = 1$, pentru orice temperatură și pentru orice lungime de undă, se numește *corp negru absolut*.

Conform relației (10.2), distribuția spectrală a puterii de emisie a corpului negru absolut este dată de formula lui Planck. Graficele funcției $\epsilon(\lambda, T)$, pentru diferite temperaturi, sînt date în figura 10.2. Corpul negru absolut este comod de folosit pentru măsurători energetice, numai că realizarea de astfel de corpuri negre absolute, suficient de bune, este dificilă.

Distribuția de energie în spectrele de emisie ale corpurilor incandescente reale se deosebește mai mult sau mai puțin de cea dată de formula lui Planck.

Pentru corpuri *cenusii* coeficientul de absorbție este mai mic decât unitatea și nu depinde de lungimea de undă. Distribuția relativă a energiei în spectrul de emisie al corpului cenusiu este aceeași ca și a corpului negru absolut, la aceeași temperatură.

În cazul corpurilor care nu se deosebesc prea tare de corpuri cenusii, distribuția relativă a puterii radiației, la temperatura T , poate fi descrisă apoxi-




Fig. 10.2. Puterea de emisie spectrală a corpului negru absolut.

mativ de formula lui Planck, însă pentru altă temperatură, T_{color} , care nu este egală cu T . Temperatura T_{color} poartă numele de *temperatură de culoare*. Pentru corpuri cenusii temperatura de culoare este egală cu temperatura reală.

Pentru caracterizarea strălucirii absolute a radiației corpurilor se folosește noțiunea de *temperatură de strălucire*. Ea se definește ca acea temperatură a corpului negru absolut pentru care strălucirea lui spectrală devine egală cu strălucirea spectrală a corpului dat. Temperatura de strălucire a corpurilor nu poate depăși temperatura lor adevărată și, în general, depinde de lungimea de undă. Pentru corpuri cenusii temperatura de strălucire nu depinde de lungimea de undă. Evident, în cazul corpului negru temperatura de culoare și temperatura de strălucire coincid cu temperatura adevărată.

În practică, pentru măsurători energetice, se folosește, în primul rând, becuri de incandescență cu filament sau cu bandă din wolfram. În tabelul 10.1 sînt date temperaturile de culoare și de strălucire pentru wolfram.

Tabelul 10.1

Temperaturile de culoare și de strălucire ale wolframului

T , K	T_{color}	$T_{strălucire}$ ($\lambda = 550,0$ nm)	T , K	T_{color}	$T_{strălucire}$ ($\lambda = 550$ nm)
1000	1006	968	2400	2452	2402
1200	1210	1149	2600	2661	2600
1400	1414	1369	2800	2878	2816
1600	1619	1569	3000	3094	3000
1800	1825	1648	3200	3311	3227
2000	2033	1807	3400	3533	3458
2200	2242	2006			

Radiația wolframului este de aproximativ două ori mai slabă decât radiația corpului negru absolut, la aceeași temperatură. Pentru a se apropia de ea, uneori se ia radiația emisă de straturile mai profunde ale corpului incandescent incandescent respectiv. De exemplu, dacă corpul care emite este o bandă de wolfram îndoită în forma de literă H, atunci radiația din interiorul acestei forme va fi cu mult mai aproape de radiația corpului negru absolut, decât radiația părților exterioare ale benzii, aflate la aceeași temperatură.

De obicei, sursele cu spectru continuu se utilizează pentru obținerea spectrelor de absorbție. În acest caz, de regulă, este importantă numai strălucirea corpului incandescent, nu și puterea luminii emise de el. De aceea, este indicată utilizarea unor becuri de putere mică, al căror corp incandescent are dimensiunile astfel, încât mărimea acestuia să fie suficient de mare pentru a acoperi întreaga fântă a aparatului spectral. Trebuie avut în vedere totuși că un bec mic, puternic, cu un filament gros, suportă o temperatură de încălzire mai mare și de aceea dă o strălucire mai mare.

În cercetările în care nu este necesară cunoașterea exactă a distribuției de energie în spectrul sursei, se pot folosi orice fel de becuri de incandescență. Foarte comode sunt becurile de automobil, alimentate la tensiunea de 12 V. Filamentul lor este suficient de gros și rezistă la o supraîncălzire importantă (totodată, tensiunea poate fi supravoltată la dublul valorii sale nominale). De asemenea, sunt comode și becurile pentru aparatele de proiectie. Special pentru cercetările spectrale se livrează lampi cu bandă. Pentru studiul ultravioletoasă apropiat, ele sunt livrate uneori cu ferestre din cuarț sau uviol. Spectrul unei asemenea lampi se întinde în domeniul lungunilor de undă mai mici ca 3000 Å.

Pentru studii cantitative pe bază de distribuție a energiei în spectru și pentru toate problemele fotometriei heterocromatică, becurile cu incandescență sunt etalonate în mod special, adică li se determină temperatura de culoare. Becurile de incandescență se etalonează la o temperatură cu câteva sute de grade mai mică decât temperatura nominală de funcționare. Când încălzirea este completă, balonul becului se înnegrește considerabil datorită wolframului care se evaporă. Aceasta afectează atât strălucirea de emisie a sursei, cât și distribuția spectrală a acesteia. Temperatura normală de funcționare a becurilor cu incandescență umplute cu gaz este de 2850°C. Temperatura de funcționare a becurilor destinate cercetărilor fotometrice nu depășește 1600°C.


Becurile fotometrice trebuie alimentate cu curent de la un acumulator sau de la un stabilizator și utilizate în aceeași poziție în care s-a efectuat etalonarea, altfel variația distribuției curenților gazului din interiorul becului și din exteriorul lui duc la modificarea temperaturii filamentului incandescent. Din aceeași cauză, un bec etalonat fără mantă de protecție trebuie exploatat tot în stare deschisă. Erorile în distribuția spectrală a strălucirii becurilor cu incandescență pot fi destul de însemnate. Se poate admite că sunt obișnuite chiar erori care depășescse 10%. Tocmai nedeterminarea în distribuția de energie a unei surse etalonate este o sursă importantă de erori în fotometria heterocromatică (v. cap. 12).

Lampa cu hidrogen. La trecerea unei molecule de hidrogen de pe nivelul energetic stabil superior $^2\Sigma_g$ pe nivelul stabil inferior $^1\Sigma_g$, apare un spectru continuu [20, 10,9, 10,10], care se întinde de la 5000 până la 1650 Å (fig. 10,3). Tocmai acest spectru este cel mai des utilizat în cercetările de absorbție în domeniul ultraviolet unde spectrul unui bec cu incandescență este puțin intens. Având în vedere faptul că înghimă structura de rotație a unei molecule de hidrogen este relativ mare, în cazul acestei molecule nu există o separare netă a structurii de vibrație de cea de rotație. Ambele formează așa numitul spectru cu linii

multiple, care se suprapune peste spectrul continuu în domeniile vizibil și ultraviolet apropiat. În domeniul cu lungimi de undă mai mici decât 1650 Å se observă numai spectrul de linii.

Pentru obținerea unui spectru continuu intens, se folosesc lămpi de descărcare cu hidrogen. Important este ca într-o lampă de acest fel să se obțină


Fig. 10.3 Distribuția de energie în spectrul unei lămpi cu hidrogen



o strălucire mare a spectrului continuu față de a celui de linii. Pentru aceasta este necesar ca conținutul relativ al hidrogenului molecular în descărcarea luminescentă să fie mai mare în comparație cu a hidrogenului atomic, ceea ce se realizează prin înlesnirea condițiilor de recombinație a hidrogenului atomic. Procesul de recombinație este catalizat de numeroase metale, în special de nichel. În unele tuburi cu hidrogen suprafața interioară este în mod special acoperită cu un strat subțire de nichel. Uneori rolul de catalizator este jucat de suprafața extinsă a electrozilor.

În practica spectroscopică se folosesc două tipuri de lămpi cu hidrogen: lămpi de înaltă tensiune și lămpi de joasă tensiune. O lampă cu hidrogen, de înaltă tensiune, este un tub de descărcare din sticlă sau din cuarț, răcit în exterior cu apă. Un exemplu de formă a tubului este prezentat în figura 10.4. Tubul se umple cu hidrogen uscat, minuțios purificat, până la o presiune în jur de 1 mm col. Hg și bine pus la punct pentru descărcare.

Fig. 10.4 Un tub cu descărcare de înaltă frecvență, cu hidrogen



Pentru alimentarea descărcării servește un transformator ridicător de tensiune, la valoarea de 2 – 3 kV, dând un curent de până la 1 A. Dacă este necesar, tubul funcționează cu un redresor corespunzător. Acest tip de tuburi de descărcare poate fi construit destul de ușor în laborator. Ele au fost mult utilizate până în momentul în care au apărut lămpile de hidrogen de joasă tensiune, produse în serie industriale, care sunt mult mai comode în utilizare.

O lampă cu hidrogen de joasă tensiune este un balon de sticlă cu o fereastră de cuarț, umplut cu hidrogen până la câțiva mm col. Hg. Catodul cu oxizi este încălzit cu curentul de la un transformator coboritor. Catodul este înconjurat de un cer. u etandru din nichel. El este prevăzut cu un orificiu prin care se produce descărcarea. Lampă poate fi alimentată cu curent continuu sau cu curent alternativ, tensiunea fond de 220 V, printr-o rezistență de sarcină. După aprinderea descărcării, încălzirea catodului este redusă sau de regulă se deconplează, iar temperatura lui se menține prin bombardament ionic.

Densitatea curentului de descărcare a unei asemenea lampi este de zeci de A/cm^2 , ceea ce depășește cu mult densitatea de curent a lămpilor de înaltă tensiune. Din această cauză, lămpile cu hidrogen de joasă tensiune nu numai că sunt mult mai economice, dar și oferă construcții mult mai simple. Conform datelor unor autori (v., de exemplu, [10, 11]), lămpile umplute cu deuteriu au o strălucire mai mare decât spectrul continuu decât lămpile cu hidrogen la aceiași parametri.

Arcul. Drept sursă a unui spectru continuu uneori se folosește arcutul anodic al unui arc voltaic. El are o temperatură cu 1000—1500 $^{\circ}C$ mai mare decât o lampă cu hidrogen și dă un spectru care se întinde departe în partea ultraviolet. Neajunsurile acestui tip de sursă constau în arderea rapidă a catodului, suprapunerea spectrului continuu cu spectrul de benzi molecular, instabilitatea în ardere precum și degajarea unor produși dăunători ai arderei.

Cu mult mai comode sub acest aspect sînt lămpile cu descărcare în gaz la presiune ultrainaltă (19—50 at). Astfel, asemenea lămpi, umplute cu mercur sau cu gaze inerte, dau un spectru continuu cu o strălucire aproape uniformă, pe fondul căruia se observă slab linii largite ale gazelor respective. Spectrul se întinde departe în domeniul ultraviolet, pînă la limita de transparență a cuarțului de cuarț al lampii. În figura 10.5 este dat aspectul general al lampii cu




Fig. 10.5. Lampă cu xenon DKM-130 și schema ei de conectare

xenon, DKM-130 și schema ei de alimentare. Distribuția de energie în spectrul unor asemenea lămpi în domeniul vizibil este apropiată de distribuția în spectrul Soarelui, adică corespunde unei temperaturi de culoare de vreo

6000 G. În tabelul 10.2 sînt date caracteristicile principale ale unor lămpi produse industrial, care emit spectru continuu [10.12].

Surse pulsate cu spectru continuu. Un spectru continuu intens au și lămpile de joasă presiune, umplute cu gaze inerte, de obicei cripton, prin care se propagă o descărcare pulsată puternică. În acest scop, printr-un tub cu sec-

Tabelul 10.2

Principalele caracteristici ale unor surse cu spectru continuu, livrate de industrie

Lampă	Marca	Puterea, W	Limita lungimilor de undă scurte, Å
Cu bandă incandescență	CH8-200X	200	2300
	ДЛГ-0,7	60	2300
Cu iod incandescent	„IIIH-2	500	2200
Cu mercur	ДРМ-100	100	2900
	ДРМ-250	250	2900
Cu xenon	ДКХ-130	130	2200
	ДКХ-1000	1000	2200
	BCФУ-3	3	2150
Cu hidrogen	ДВС-25	25	2150
	ДВС-40	40	1850

țiunea de circa 1 cm² se descarcă o baterie puternică, de condensatori, cu capacitatea de sute de microfarazi, încărcată pînă la o tensiune 1 – 2 kV. Lampa este umplută cu gaz pînă la presiunea de 100 – 200 mm col. Hg. Particularitatea ei constă în racorduri groase și electrozi masivi, care suportă un impuls al curentului de descărcare cu puterea de sute și mii de kW. Un asemenea gen de lampă se folosește mai ales pentru pomparea laserilor cu corp solid.

Un spectru continuu este produs și de aproape toate sursele pulsate cu spectru de linii.

El este dat parțial de benzi sau de linii nerezolvate, parțial de radiația de frînare, de tranziții liber-legate și de alte efecte.

Spectrele atomice bogate în linii (de exemplu, ale uraniului, wolframului și chiar al fierului la o putere de separare a aparatului spectral mic) sînt folosite ca spectre continuu. Un spectru continuu și intens dă radiația unei scînteii electrice, produsă între electrozi cufundați în apă, prin descărcarea unui condensator. Scîntea electrică produsă sub apă servea adesea mai demult ca sursă de spectru continuu în domeniul ultraviolet. Acum ea a fost înlocuită cu surse mai comode.

Într-o serie de lucrări se utilizează sursa pulsată, obținută prin descărcarea unei baterii mari de condensatori printr-un capilar. Această sursă a fost propusă de Lyman în 1924, pentru obținerea unui spectru continuu în ultravioletul îndepărtat. La o densitate a curentului mai mare ca 30 000 A/cm² apare spectrul continuu ca o distribuție a energiei aproximativ uniformă, de la domeniul infraroșu, pînă în domeniul Röntgen. Strălucirea spectrală crește repede odată cu creșterea densității curentului. Tabelul propus de Lyman a fost ulterior perfecționat. O asemenea sursă este folosită în unele lucrări. Temperatura de strălucire a continuului dat de ea atinge 30 000 °C. Anunțurile asupra acestor surse se găsesc în [20].

O altă sursă pulsată, de înaltă temperatură, a fost realizată de Podmosen-ki. În această sursă concentrația de energie mare se realizează cu ajutorul descărcării unei lămpi artificiale printr-un capilar scurt. Sunt luate măsuri de măsurare a inductanței montajului, deci și a constantei sale de timp, pentru a i mări




Fig. 10.6. Schema sursei de lumină DB-39: A — placă de textolit cu un orificiu; B — schema de aprindere.

astfel puterea. Lumina descărcării corespunde emisiei unui corp negru absolut la o temperatură de 40 000 °C. Schema sursei este dată în figura 10.6.

Scinteia laser. Plasma care ia naștere prin ciocnirea asupra substanței a impulsurilor luminoase de putere mare a căpătat numele de scinteie laser.

În stadiul inițial corespunzând în timp cu acțiunea radiației laser asupra plamei, scinteia laser emite, în afară de un spectru continuu intens, cuprinzând întregul domeniu vizibil și ultraviolet, linii ale atomilor multiplu ionizați, printre care și din domeniul Rontgen. După încetarea impulsului laser, timp de câteva microsecunde plasma se destrâmă, răcindu-se. În acest interval de timp ea emite spectre atomice obișnuite.

Scinteia laser este obiectul multor cercetări spectroscopice și optice. Ea se folosește și ca sursă de lumină pentru analiza spectrală [10.13]. Există încercări de a o folosi ca sursă de spectru continuu internă pentru măsurători de absorbție [10.14]. Se pare că există toate premisele ca domeniul de aplicare a acestei surse să se extindă în viitor.

Radiația sinerotronică și radiația Vavilov-Cerenkov. Un fascicul de electroni, accelerat la energii de sute de MeV, care se mișcă pe o orbită circulară într-un sinerotron, emite pe direcția tangentă la orbită o radiație electromagnetă cu o gamă largă de lungimi de undă. Maximul curbei de emisie se află în ultravioletul îndepărtat, însă spectrul continuu se întinde în întregul domeniu vizibil.

Radiația sinerotronică are, ca și radiația laser, o înaltă directivitate (este cuprinsă în interiorul unui unghi față de planul orbitei, de 1–2°) fiind în mare măsură polarizată. Distribuția energiei în spectru este cea dată de calculele teoretice. Radiația are o luminanță considerabilă. Dacă sinerotronul nu ar fi atât de complicat și scump, radiația lui ar putea fi folosită cu succes într-o mare număr de cercetări spectrale. Această remarcă este valabilă într-o măsură și mai mare și la radiația Vavilov-Cerenkov, care dă, de asemenea, un spectru continuu și suficient de intens în reactorii atomici, care utilizează ca moderator apă.

§ 3. SURSE DE SPECTRU DE LINII

Parametrii și relațiile de bază. Principalele surse pentru spectrele de linii sînt diferite tipuri de descărcare în gaz. Mai rar se utilizează și surse cu excitare optică (lămpi de rezonanță și laseri cu corp solid) sau cu excitare datorită reacțiilor chimice (flacăra, chemiluminescența).

Plasma radiativă a descărcării în gaz se împarte în plasmă de joasă presiune și plasmă de înaltă presiune. Între descărcările de înaltă presiune trebuie să includem cazurile în care practic se stabilește un echilibru termodinamic local. În aceste condiții tuturor particulelor (electroni, atomi, ioni) din interiorul oricărui domeniu elementar al plasmelor* li se poate atribui o temperatură T , complet determinată — una și aceeași pentru toate particulele. Această temperatură determină energia cinetică a particulelor, distribuția lor în funcție de nivelele energetice și gradul de ionizare. În plasma de presiune joasă nu se produce egalizarea energiei cinetice medii. Aici nu se poate vorbi de fapt despre o anumită temperatură a descărcării — starea ei energetică urmînd să fie definită prin funcțiile de distribuție a particulelor după viteze, diferite pentru fiecare gen de particule în parte (electroni, ioni, atomi). Adesea o astfel de plasmă poate fi caracterizată cu o bună aproximație, definind două temperaturi: temperatura electronică, T_e , și temperatura atomică, T_a . În acest caz se presupune că distribuția după viteze a electronilor și atomilor satisface legea lui Maxwell

$$dN = \frac{2N}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{E}}{(kT)^{3/2}} e^{-\frac{E}{kT}} dE, \quad (10.4)$$

$E = mv^2/2$ fiind energia cinetică a unei particule, k — constanta lui Boltzmann, N — numărul de particule din unitatea de volum, iar T este respectiv T_e sau T_a , după cum este vorba despre temperatura electronică sau despre cea atomică. Într-o plasmă de neechilibru se poate vorbi despre coexistența concomitentă a citorva tipuri de particule, fiecare dintre ele fiind caracterizate prin temperatura lor, de exemplu, temperatura atomică, ionică sau electronică.

Dacă plasma se află într-o stare de echilibru termodinamic local, atunci distribuția de echilibru a atomilor în funcție de stările excitate este dată de formula lui Boltzmann

$$N_n = N_0 \frac{g_n}{g_0} \exp(-E_n/kT). \quad (10.5)$$

Aici N_n este concentrația atomilor excitați în starea n , N_0 — concentrația atomilor neexcitați, g_n și g_0 — ponderile statistice ale nivelelor excitate și, respectiv, normale, E_n — energia de excitație, iar T — temperatura. Puterea emisă în unitatea de volum, sau intensitatea I_{nk} a unei linii spectrale, care corespunde tranziției dintre nivelele n și k , în acest caz va fi

$$I_{nk} = N_n A_{nk} h\nu_{nk} + B_{nk} N_n \rho(\nu_{nk}) h\nu_{nk}, \quad (10.6)$$

* Prin domeniu elementar al plasmelor se poate eg. vorbi de domenii ale căror dimensiuni sînt atât de mici, încît de-a lungul lor parametrii macroscopici — temperatura și concentrația particulelor — se pot considera constante. Totuși aceste dimensiuni trebuie să fie destul de mari în comparație cu mărimea drumului liber mediu, astfel încît să aibă sens noțiunile de temperatură și de concentrație în mijlocul unei asemenea volume.

A_{nk} și B_{nk} fiind probabilitățile tranzițiilor spontane și, respectiv, induse, iar $\rho(\nu_{nk})$ densitatea radiației raportată la unitatea de interval de frecvență. Înlocuind I pe N_n din (10.5), obținem

$$I_{nk} = N_0 \frac{g_n}{g_0} h\nu_{nk} [A_{nk} + B_{nk}\rho(\nu_{nk})] \exp(-E_n/kT). \quad (10.7)$$

Dacă tranzițiile induse nu joacă un rol esențial, atunci expresia (10.7) poate fi modificată în mod corespunzător, ținând la al doilea termen din paranteza pătrată. Atunci,

$$I_{nk} = A_{nk} N_0 \frac{g_n}{g_0} h\nu_{nk} \exp(-E_n/kT). \quad (10.8)$$

În cazul luminescenței unei descărcări în gaz (cu excepția laserilor) poate fi neglijată emisiile stimulate. În laseri cu gaz însă dimpotrivă, de obicei se poate neglija emisiile spontane.

Concentrația ionilor dintr-o plasmă în echilibru termodinamic este dată de ecuația lui Saha

$$N_i = \frac{N_0}{N_e} \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right)^{3/2} \frac{g_i g_e}{g_n} T^{3/2} \exp(-E_i/kT). \quad (10.9)$$

Intensitatea liniilor ionice se scrie, analog cu (10.8), în absența emisiei forțate, sub formă

$$I_{ml} = A_{ml} \frac{g_m}{g_l} h\nu_{ml} N_{i0} \exp(-E_m/kT), \quad (10.10)$$

unde m și l sunt niște indici care corespund nivelelor m și l .

Prin urmare, în cazul în care există un echilibru termodinamic local și lipsește autoabsorbția, intensitatea liniilor spectrale este complet determinată de temperatura plasmei, iar strălucirea radiației,

$$H \sim \int I dV$$

de distribuția temperaturii plasmei în direcția de observație.

Odată ce creșterea temperaturii, strălucirea liniilor atomice crește, până în momentul în care ionizarea produce o micșorare importantă a lui N_0 . Pe măsura creșterii numărului de ioni, crește strălucirea liniilor lor, iar strălucirea liniilor atomice scade. Prin mărirea în continuare a temperaturii crește numărul de ioni de înaltă multiplicitate și, corespunzător, încep să scadă strălucirea liniilor care aparțin atomilor ionizați o singură dată.


Rezultatele calculelor pentru liniile care aparțin diferitelor grade diferite de ionizare a atomului de siliciu [10.3], sunt reprezentate în figura 10.7. Aceste calcule corespund unei plasme transparente, cînd practic lipsește autoabsorbția din linii. În cazurile în care autoabsorbția este substanțială, creșterea strălucirii liniilor odată cu mărirea grosunilor optice se mai diminuează. Într-un caz limită, în care întreaga radiație provenită din profunzimea plasmei este absorbită de regiunile sale periferice, pentru o anumită porțiune a spectrului plasma

poate fi privită ca un corp negru absolut, a cărui strălucire este determinată numai de temperatura ei.

În acest caz, conform cu (10.2) și (10.3), se poate scrie

$$b_{\lambda} = \frac{\epsilon(\lambda, T)}{2\pi} = \frac{hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(ch/\lambda kT) - 1} \quad (10.11)$$

Fig. 10.7. Intensitatea linilor de siliu, în unități relative în funcție de temperatură.



Acum strălucirea radiației nu mai depinde de energia nivelului superior, ci numai de lungimea de undă. Evident, strălucirea corpului negru absolut este limita strălucirii plasmă pentru o anumită temperatură.


Dacă strălucirea centrului liniei atinge saturația, atunci, în cazul creșterii în continuare a concentrației atomilor emisivii sau a grosimii stratului emisiv,

strălucirea integrală a liniei $\left(B_{\lambda} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} b_{\lambda} d\lambda \right)$ continuă să crească pe seama mării

strălucirii părților ei periferice (aripilor). În acest caz, B_{λ} este de obicei proporțională cu $N^{1/2}$, N fiind concentrația atomilor din plasma descărcării. Dependența strălucirii linilor de N poate fi reprezentată de curba din figura 10.8.

În domeniul concentrațiilor mici, $B \sim N$, pe când în domeniul concentrațiilor mari, $B \sim N^{1/2}$. Pentru centrul liniei, în primul caz $b_{\lambda} \sim N$, iar în cel de al doilea, $b_{\lambda} = \text{const.}$

Fig. 10.8. Dependența strălucirii unei linii de concentrația atomilor (curba de creștere)



Plasma caracterizată de valoarea $T > 10^5$ K se numește *plasmă fierbinte*. Plasma întreținută la temperaturi mai joase se numește *plasmă rece*. Această clasificare a plasmelor este, în mare măsură, convențională. Practic, toate sursele care se folosesc în spectroscopie conțin plasmă rece, având $T = 10^3 - 5 \cdot 10^4$ K. Există însă și o excepție, scîntera laser, a cărei plasmă, cel puțin la începutul existenței ei, trebuie inclusă printre descărcările „fierbinți”.

Lărgimea liniilor spectrale. Lărgimea liniilor spectrale cauzate de sursele de lumină este determinată de numeroase cauze, dintre care una este de obicei determinantă. Toate liniile au așa-numita *lărgime naturală*, care este condiționată de nedeterminarea cuantomecanică a poziției nivelelor energetice.

Dacă τ este timpul mediu de viață al unei stări excitate, atunci pentru energia ΔE a acestei stări are loc cunoscuta relație de incertitudine,

$$\Delta E \tau \approx h/2\pi.$$

Valoarea obișnuită este $\tau \approx 10^{-8}$ s. De aici, pentru lărgimea unui nivel, exprimată în unități de lungimi de undă, se poate obține valoarea $\Delta\lambda \approx 10^{-4}\text{\AA}$.

Încă nu de mult, lărgimea naturală era considerată ca limita inferioară principală a lărgimii liniilor spectrale. Odată cu apariția laserilor s-a reușit obținerea unor linii cu lărgimea mult mai mică decât cea naturală. Dacă nu luăm în considerare acest caz cu totul particular, atunci există totdeauna o serie de cauze care duc la creșterea lărgimii liniilor spectrale în comparație cu lărgimea naturală. Printre acestea trebuie menționate, în primul rând, procesele care determină scuturarea lui τ . În cazul unui atom izolat aceasta se poate produce datorită autoionizării care provoacă uneori o lărgime considerabilă a liniei.

În condițiile în care se produce coliziuni cu alți atomi sau cu alte particule încălzite, τ se poate micșora, dar intervalul dintre două ciocniri este comparabil cu τ sau mai mic decât el. Într-o interacțiune dintre particulele care se ciocnesc se referă la interacțiunea unor câmpuri electrice, rezultă că și lărgimea liniilor spectrale, datorită acestor câmpuri poate fi atribuită efectului Stark în câmp electric neomogen și nestăruitor. În aceste condiții se poate observa nu numai o lărgire, ci și o depărire a liniilor spectrale.

Lărgimea observată, datorată efectului Stark în câmpul intermolecular al sursei, depinde de tipul nivelului. De regulă, nivelele înalte se lărgesc mai mult decât cele care se află mai jos. Mărima lărgimii crește odată cu creșterea presiunii gazului și cu concentrația particulelor încălzite. Dacă presiunea gazului din sursă este de ordinul unor atmosfere, atunci contribuția principală la lărgirea liniilor este dată de ceea ce s-a numit lărgirea Stark. În acest caz se produce o lărgire a liniilor în funcție de apartenența la o anumită serie, de presiunea gazului și de concentrația electronilor, de la zecimi de Ångström, până la câțiva Ångström. La presiuni ale gazului din sursă mai mari de 10 atm sau la concentrații ale particulelor încălzite mai mari ca 10^{18} cm^{-3} , lărgirea Stark este egală uneori cu zeci și chiar sute de Ångström.

Atât atenuarea naturală, cât și cazurile cele mai răspândite de lărgire Stark sunt descrise de conturul, care are aceeași formă. Ecuația lor are forma

$$I_{\nu} = I_0 \frac{(\Delta\nu/2)}{(\nu_0 - \nu)^2 + (\Delta\nu/2)^2},$$

în care $\Delta\nu$ este semilărgimea liniei, ν_0 — frecvența care corespunde centrului liniei. Un asemenea contur se numește *contur de dispersie*. Pentru sursele de lumină caracterizate de o presiune mai mică decât 10 mm col. Hg și o concentrație a particulelor încălzite $N_e < 10^{18}\text{ cm}^{-3}$, cauza principală a lărgirii liniilor spectrale o constituie efectul Doppler. Datorită mișcării termice a atomilor care emit, liniile sunt lărgite, distribuția spectrală a intensității unei asemenea linii fiind dată de curbă

$$I_{\lambda} = I_0 \exp \left[- \frac{Ac^2}{2KT} \left(\frac{\lambda_0 - \lambda}{\lambda} \right)^2 \right]. \quad (10.12)$$

Semilărgimea conturului Doppler este

$$\Delta\lambda_D = \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\frac{2\ln 2 RT}{A}}, \quad (10.13)$$

R fiind constanta gazelor, c viteza luminii, T - temperatura absolută a atomilor care emit, iar A - numărul lor de masă. Înlocuind valenle numerice, avem

$$\Delta\lambda_D = 7,16 \cdot 10^{-5} \lambda \sqrt{\frac{T}{A}}, \quad (10.14)$$

unde λ este exprimat în ångström, iar T - în kelvin.

Tabelul 10.3


Semilărgimile Doppler ale liniilor unor elemente, Å

Elementul	Numărul de masă	10 K	100 K	300 K	1000 K	10 000 K
H	1	0,01	0,04	0,08	0,1	0,4
He	4	0,006	0,02	0,03	0,06	0,2
Ar	40	0,002	0,006	0,01	0,02	0,06
Hg	200	0,001	0,003	0,004	0,01	0,03

Conturul Doppler se deosebește de conturul de dispersie prin scăderea mult mai rapidă a intensității, odată cu îndepărtarea de centrul liniei (fig. 10.9a și b).

În tabelul 10.3 sînt date valorile semilărgimilor Doppler pentru diferite temperaturi ale unor linii care se află în domeniul vizibil al spectrului (5000 Å).

Fig. 10.9. Contururi ale liniilor spectrale: a - linia Doppler; b - linie de dispersie; c - conturul liniei de autoînversie.



Din aceste date se vede că chiar la temperaturi mai mici de 100 K lărgimea Doppler depășește cu mult lărgimea naturală. În absența lărgirii datorate cimpurilor intermoleculare, lărgimea Doppler este fenomenul principal care determină lărgimea liniilor spectrale.

Datorită acestui fapt, în sursele destinate pentru emisia unor linii fine, temperatura și densitatea substanței radiative trebuie să fie cât mai mici, iar densitatea curentului de descărcare să nu fie prea mare.

O parte a energiei luminoase, emisă de zonele interne ale sursei, poate fi absorbită de regiunile sale exterioare. Acest fenomen poartă numele de *autoabsorbție*. Coeficientul de absorbție în centrul liniei este mai mare decât spre periferia sa; din această cauză, autoabsorbția provoacă creșterea semilărgimii liniei. În sursele neomogene ea poate duce la o nașteră însemnată a strălucirii sursei pentru centrul liniei. Acest fenomen se numește *autoînversare*. Conturul unei linii autoînversate este dat în figura 10.9c.

Lărgirea liniilor spectrale poate fi și o consecință a nerezolvării structurilor hiperfine sau a celei izotopice a liniilor spectrale. În funcție de numărul și de intensitatea componentelor acestei structuri, forma conturului unei linii poate fi foarte diferită și complicată (v. fig. 6.14). De obicei, lărgimea unei asemenea structuri nu depășește zecimi de ångström.

Arcul. Unul dintre cele mai răspândite surse ale unui spectru de linii este descărcarea în arc (v., de exemplu, [10.15]). *Arcul electric* este o formă de descărcare în gaz, caracterizată printr-o densitate de curent mare și printr-o cădere de potențial mică de-a lungul coloanei de descărcare. Descărcarea staționară se menține datorită emisie termoelectronice a catodului. În afară de coloana pozitivă a descărcării, care emite cantitatea cea mai mare de energie luminoasă, mai emite și regiunile din vecinătatea electrozilor o lumină care se deosebește intrucitva de cea emisă de coloana pozitivă prin compoziția sa spectrală. În primul rând ne vom opri asupra arcului de înaltă presiune. El este ușor de obținut între electrozi solizi, greu fuzibili, cărora li se aplică o diferență de potențial continuu de 50 - 100 V. În serie cu intervalul de descărcare se leagă o rezistență de sarcină pentru egalizare. Arcul arde stabil la un curent de 2 - 4 A. De fapt, dacă se mărește tensiunea de alimentare, se poate obține un arc stabil și la curenți mai mici.

Modificările intimplătoare ale poziției petei catodice și, în legătură cu aceasta, fluctuațiile emisie termoelectronice precum și curenții de convecție produc variații ale intensității curentului, și respectiv, ale strălucirii arcului. Amplitudinea acestor variații este cu atât mai mare, cu cât este mai mică tensiunea de alimentare. La rândul său, tensiunea de alimentare nu poate fi mai mică decât suma dintre căderea catodică de tensiune și căderea de tensiune din coloana pozitivă. În cazul majorității arcurilor care ard în aer căderea totală de tensiune dincolo de bornele arcului este de circa 50 V. Cealaltă parte este căderea de tensiune pe rezistența de sarcină. Cu cât aceasta din urmă este mai mare și, în consecință, cu cât este mai înaltă tensiunea de alimentare, cu atât sînt mai mici oscilațiile intensității curentului determinate de instabilitățile descărcării. Este de dorit ca tensiunea de alimentare să nu fie mai mică decât 100 V, cea mai bună fiind tensiunea de 220 V. Pentru valori ale curentului de aproximativ 10 A, arcul consumă o putere în jur de 0,5 kW, iar 0,5 - 1,5 kW se disipă pe rezistența de sarcină.

De regulă, plasma unui asemenea arc conține îndeosebi materialul catodului. Temperatura descărcării este determinată în special de componentele cu potențial de ionizare coborât. Cu cât este mai scăzut potențialul de ionizare, cu atât este mai mică temperatura descărcării. Ea depinde destul de puțin de intensitatea curentului descărcării. Se înțelege, temperatura plasmei este mai mică pentru regiunile periferice decât în centru. De obicei, temperatura plasmei arcului este determinată de intensitățile relative a două linii cu nive-

lele superioare diferite, folosind relația (10.8). Experiența arată că temperaturile determinate pentru perechi diferite de linii sunt substanțial diferite. Parțial acest fapt se explică prin abaterea stării de plasmă de la echilibrul termodinamic, iar parțial prin aceea că linii diferite sunt emise de părți diferite ale plasmăi.

Temperatura unui arc în care se introduce substanțe cu potențiale de ionizare diferite, V_{ii} , este dată în figura 10.10a. În figura 10.10b este dată depen-




Fig. 10.10. Influența potențialului de ionizare a amplitudinii electrozilor asupra temperaturii arcului (a) și influența intensității curentului asupra temperaturii arcului (b)

dența temperaturii plasmăi de intensitatea curentului arcului. Părțile periferice reci ale plasmăi emit, în afară de spectre atomice, și spectre moleculare. De regulă, cele mai strălucitoare sunt benzile cyanului și ale unor oxizi metalici.

Temperatura majorității arcurilor electrice este prea scăzută, pentru ca în spectrul lor să fie prezente liniile roșii. Din această cauză, spectrele răsărite li s-a dat, mai demult, denumirea de spectre de arc spre deosebire de cele de sențere, emise de plasma mai fierbinte a descărcării în sențere, în care sunt prezente liniile strălucitoare ale ionilor. Liniile unei descărcări în arc se lărgesc din cauza influenței curenților și compunilor intermoleculare din descărcare. În plasma unui arc lărgirea Doppler joacă, de regulă, un rol nesemnificativ. Lărgirea unei linii se află de obicei în limitele 10^{-2} — 10^{-1} Å, în funcție de constantele de lărgire ale liniei respective. Majoritatea linilor au o semilărgime de 0,1 Å.

Descărcarea în arc se produce fie între electrozi metalici, dacă ei sunt suficient de stabili la încălzire și la oxidare, fie între electrozi de carbon. În canalele practicate în electrozi se introduce de obicei o amplitură de oxizi sau de săruri ale metalelor cercetate. Ca electrozi de descărcare electrică pot servi majoritatea metalelor și aliajelor lor. Metalele ușor fuzibile și ușor oxidabile (metalele alcaline și cele alcalino-pământoase) se utilizează sub formă de aliaje cu metale mai rezistente. Unele dintre ele pot servi ca electrozi ai arcului, dacă sunt introduse într-o atmosferă de gaz inert sau în vid. Cel mai răspândit este arcul cu electrozi de mercur [10.16]. Arcul de mercur în vid, într-un vas de cuarț, este unul dintre cel mai des utilizate surse de radiație ultravioletă de mare strălucire. Una dintre variantele constructive ale acestui tip de arc este reprezentată în figura 10.11a. O cantitate de 10--20 cm³ de mercur se află în ramificațiile electrozilor, care în timpul funcționării sunt răcite cu ajutorul unor radiatori cu ampolare, din aluminiu. Pentru amorsarea arcului, lampa se închide. Mercurul care se scurge din ramificația anodică formează un circuit conductor; la întreruperea lui se amorsează arcul.

Uneori la mercur se adaugă unele metale care formează cu el amalgamuri, de pildă cadmiu sau zinc. Da data aceasta, în afară de liniile mercurului apar și liniile metalelor adăugate. Liniile spectrale ale unui asemenea arc sînt cu mult mai largi, deoarece temperatura vaporilor de mercur și den-




Fig. 10.11. O lampă cu arc de mercur cu electrozi lichizi (a) și un arc de mercur răcit (b)

sitatea lor, la intensitatea de lucru a curenților, sînt relativ mari. Pentru obținerea unor linii înguste se folosește răcirea cu apă. În acest fel, presiunea vaporilor de mercur nu depășește sutimi de mm Hg, iar arcul emite linii înguste. Cea mai simplă construcție a unui arc cu mercur răcit este dată în figura 10.11b. Un asemenea tip de arc este ușor de confecționat în laborator. Deosebit de important este ca înainte de a-l detașa să fie bine formată printr-o scădere cu densitate mare a curenților, pentru eliminarea urmelor de gaz. Un arc care nu este bine format se deteriorează foarte repede. În timpul funcționării arcul se enfundă complet în apă. Se folosește sticlă sau cuarț, în funcție de domeniul spectral studiat.

Pentru excitarea luminescenței, a difuziei combinate etc. se realizează arcuri de mercur cu distanța dintre electrozi de pînă la 1 m. Trebuie avut în vedere că liniile de rezonanță ale mercurului, de la 2537 și 1850 Å, se autoinversează foarte intens în descărcare, iar cea de a doua linie este, de asemenea, puternic absorbită de cuarț și de aer. Pentru obținerea unor linii de rezonanță strălucitoare, Wood a propus ca descărcarea să fie strînsă de către un cîmp magnetic la peretele din față al arcului de mercur răcit. În acest caz, se poate obține o linie strălucitoare la 2537 Å, deformată puțin de către autoinversiune.

În ultimul timp au căpătat o mai mare răspîndire arcurile electrice de mercur cu catodi calzi. Emisia termoelectrică se realizează aici de pe catodul cu oxizi. El este încălzit fie cu o sursă de curent exterioară, fie prin descărcarea în însăși. O lampă cu arc de acest tip conține, în afară de vaporii de mercur, și argon la presiunea de 5—10 mm Hg. Atît timp cît lampa este rece, descărcarea se produce în argon. Pe măsură ce balonul se încălzește, mercurul se evaporă și se mărește presiunea vaporilor lui. În acest moment spectrul argonului nu mai poate apărea, atomii argonului avînd potențiale critice mai mari (potențiale de excitare și de ionizare) decît atomii mercurului. Cantitatea de mercur în care se umple lampa cînd se construiește este strict dozată, pentru ca, prin încălzirea balonului pînă la temperatura de funcționare, să se evapore tot mercurul, iar presiunea vaporilor lui să fie mai mică decît cea corespunzătoare saturării. Unele construcții de lămpi sînt înzestrate cu o cîmășă suplimentară, termoizolatoare, care asigură creșterea temperaturii balonului pînă la valoarea necesară.

Lămpile cu arc de mercur se fabrică în diferite forme și au diverse puteri. Unele tipuri de lămpi de asemenea gen sînt reprezentate în figura 10.12. Majo-

ritatea lor se pot alimenta atât la curent continuu, cât și la curent alternativ. Lămpile cu mercur pot fi folosite pentru măsurători energetice în domeniile vizibil și ultraviolet. Pentru unele dintre ele sunt determinate precis valorile absolute și relative ale energiei emise. Cel mai amănunțit a fost studiată emisia lămpii UV-Standard [10.17, 10.18]. Distribuția de energie în spectrul acestei lămpi se măsoară cu o precizie de până la 2%. Lămpile indigene, foarte mult folosite, ИРК-2 și БУВ-15, sunt apropiate din punct de vedere al caracteristicilor de lămpa UV-Standard. Tabelele de distribuție a energiei în spectrele lămpilor UV-Standard, ИРК-2 și БУВ-15 sunt date în monografia [10.18].

Lămpile cu arc în vid, cu electrozi calzi (fig. 10.12c), se realizează și prin umplere cu alte metale, care au o tensiune de vapori suficient de înaltă. Aproape totdeauna în asemenea lămpi agentul de amorsare a descărcării este inert, balonul lămpii fiind prevăzut cu o cămașă de protecție termică, vidată. Sunt foarte cunoscute lămpile cu metale alcaline. Lămpile cu sodiu sunt surse de radiații aproape monocromatice — până la 98% din putere este emisă sub forma dubletului galben al sodiului. Se realizează lămpi cu arc cu vapori de




Fig. 10.12 Lămpi cu arc, cu mercur: a — lămpă de înaltă presiune cu electrozi cu oxid și umplută cu vapori de mercur și de argon (E — electrod; 1 — wolfram, 2 — cuarț; 3 — mercur, 4 — invar; 5 — masiv); b — lămpă directă cu mercur-cuarț (ИРК); c — lămpă cu mercur, de presiune supraînaltă (10-20 ат), cu puterea de 100 W; d — lămpa UV-Standard.

lithiu, talu, cadmiu, zinc ș.a. În tabelul 10.4 sunt date caracteristicile principale ale unor lămpi de acest fel.

Strălucirea intensă a liniilor de rezonanță, simplitatea în mănuire și o bună stabilitate a lămpilor cu arc le recomandă ca surse pentru spectrul de linii. Taburi de descărcare analoge, cu catodi calzi, sunt folosite și pentru obținerea spectrelor gazelor, în primul rând al hidrogenului și ale gazelor inerte.

Arcele de curent alternativ. Arcurile dintre electrozi solizi, la presiune atmosferică, fie că nu ard deloc la curent alternativ, fie că ard foarte prost. Aceasta se datorește faptului că în timpul în care curentul trece prin zero pata catodică reușește să se lăccască și încetează emisia termocatodică. Pentru menținerea descărcării staționare, un asemenea arc trebuie aprins în fiecare

Tabela 10.4

Parametrii unor lămpi spectrale

Tipul de lampă	Metalul cu care este umplut	Puterea, W	Curentul nominal, A	Tensiunea nominală, V	Lungimea de undă a celor mai intense linii, Å	
					domeniul vizibil	domeniul ultraviolet
ДРС 50	Hg	50	1,05	55	650 63 4047 78 4158 5461	2537 2767 3126 32 3641
ДКДС 20	Cd	20	1,25	17	5770 70 4678 4800 5086	2781 3281 3401
ДЦКС 20	Zn	20	1,2	19	6438 4680 4722 4811 6362	3450 68 2801 282 293 334 40
ДТС 15	Tl	15	0,9	18	5350	
ДНКС 18	Na	18	1,05	19	588 96	
ДЦКС 16	Cs	16	1,8	10	4555 93 6870 6973 7229 7609 7944 8521 8944	

perioadă. Cu toate acestea, dacă conductibilitatea termică a electrozilor este mică, iar intensitatea curentului este mare, atunci în 0,01 s temperatura petei catodice nu reușește să scadă serios și descărcarea poate reîncepe după schimbarea semnelor tensiunii. În celelalte cazuri, arcul trebuie reaprins în fiecare jumătate de perioadă trecând un impuls electric de înaltă tensiune prin spațiul dintre electrozi.


Impulsurile se aplică în momentul în care tensiunea pe electrozi atinge valoarea este suficientă pentru menținerea unei descărcări stabile. Puterea impulsului de reaprindere este de obicei mică și nu joacă practic nici un rol în bilanțul luminos total al arcului. Impulsul are scopul de a ioniza gazul în spațiul dintre electrozi, adică crearea unei punți conductoare, peste care trece curentul principal al descărcării.

Există multe scheme de arcuri în curent alternativ [12, 10.19] care se folosesc în analiza spectrală. Aici vom descrie una dintre cele mai simple scheme de acest fel.

Funcționarea instalației realizate după schema din figura 10.13a se reduce la următoarele. În serie cu spațiul de descărcare P , este conectată inductanța

L . Ea este cuplată cu circuitul oscilant L , alimentat de la transformatorul ridicător de tensiune, de mică putere, T . Când are loc străpungerea spațiului de descărcare P' , în L se induce un impuls de tensiune de înaltă frecvență, care străpunge spațiul de lucru, P . Condensatorul C are rolul de a proteja cir-

Fig. 10.13 Schemele unui generator cu arc cu aprindere de înaltă frecvență (a), a unui plasmatron simplu (b) și a unui generator cu scintec (c)



cuitul de alimentare de oscilațiile de înaltă frecvență, care se scurtcircuitează prin acest condensator.

Plasmatroanele. Pentru obținerea plasmă de arc, în ultimii ani au căpătat o largă utilizare plasmatroanele [10.20, 10.21]. Principiul de funcționare a lor este următorul. Plasma formată într-o descărcare în arc de curent continuu sau alternativ este împinsă de către jetul de gaz — agentul descărcării — la o distanță mare față de spațiul dintre electrozi. Mecanismul de funcționare a plasmatronului rezultă limpede din figura 10.13b. În incintă se aprinde arc între electrozi greu fuzibili, la o intensitate a curentului de 20–30 A. Pentru diferite scopuri speciale, în prezent se construiesc plasmatroane cu sute de amperi.

Anodul are un orificiu prin care se ejectează gazul inert, care este insuflat la 1,5–2 at într-o direcție tangentă la pereții incintei. Curentul de gaz turbionari, care se formează în incintă, răcește plasma dinspre exterior; datorită acestui fapt, descărcarea se comprimă, iar densitatea ei de curent se mărește. O comprimare suplimentară se produce datorită forțelor presiunii magnetice (efect pinch). Plasma astfel comprimată împreună cu gazul este ejectată prin orificiul anodului și luminează sub forma unui jet stabil, lung de 10–15 mm.

Se poate obține o plasă în care practic să lipsească complet liniile care aparțin chimntelor care fac parte din compoziția electrozilor. În funcție de regimul de funcționare, temperatura plasmă variază în limitele 5000–15000 K. La temperaturi mai mari de 10000 K în spectrul unei plasmă predomină linia ionilor, iar spectrul se apropie de spectrul soarelui. Există plasmatroane de putere în care jetul de gaz este excitat cu ajutorul unui câmp electromagnetic de înaltă frecvență. În asemenea plasmatroane lipsesc electrozii.

Nu demult a fost propus și realizat un plasmatron luminos, excitat cu radiația luminoasă a unui laser de putere, cu funcționare continuă [10.22, 10.23].

Șeluteia. Tot ca sursă de lumină se folosește adesea descărcarea electrică, sub formă de scintile condensată, între electrozi metalici [12, 10.15, 10.19]. Cea mai simplă schemă pentru obținerea unei asemenea descărcări este dată în figura 10.13e. Curentul de la transformatorul ridicător T încarcă condensatorul C (0,01–0,1 μ F, până la tensiunea de 5–10 kV. La o anumită tensiune se produce străpungerea intervalului L al scintile. Lungimea lui este, de obicei, de 1–5 mm. În circuitul oscilant $C-L$ apare o descărcare oscilantă, a cărei energie se disipează treptat sub formă de emisie de lumină a spațiului de descărcare, de radiație electromagnetică și de pierderi termice în circuitul de descărcare și în plasmă.

Caracterul radiației luminoase a descărcării este determinat de materialul electrozilor și de parametrii electrici ai circuitului. În momentul străpungerii în radiația scintile sunt prezente numai gazele care umple spațiul dintre electrozi. Spectrul radiației ulterioare este determinat, aproape în întregime, de liniile materialului electrozilor.

Cu cât se produce mai repede transferul de energie în descărcare și cu cât este mai mare această energie, cu atât este mai înaltă temperatura descărcării. Aceasta se datorește faptului că contrar modului de dezvoltare lentă a descărcării în arc, în care densitatea de curent aproape că nu depinde de puterea descărcării, în cazul descărcării în scintile diametrul canalului conductor de curent nu reușește să însoțească variația densității curentului. Cu cât este mai mică perioada de oscilație a circuitului și mai mare capacitatea condensatorului, cu atât este mai ridicată densitatea de curent în descărcare și, prin urmare și temperatura ei. Calcululele corespunzătoare nu sunt greu de efectuat, având în vedere, într-o primă aproximație, descărcarea neamortizată. Atunci perioada oscilațiilor va fi

$$T = 2\pi\sqrt{LC}.$$

Pentru valoarea medie a curentului avem expresia

$$I = \frac{2Q}{T} = \frac{2CV}{T} = \frac{V}{\pi} \sqrt{\frac{C}{L}}. \quad (10.15)$$

Dacă avem în vedere un canal care nu se lărgeste în timp, atunci valoarea medie a densității de curent va fi

$$j = \frac{I}{\pi S} \sqrt{\frac{C}{L}}, \quad (10.16)$$


S fiind aria canalului, V — tensiunea de străpungere, care depinde de distanța dintre electrozi. Considerând secțiunea canalului egală cu 0,01 cm², valoare apropiată de realitate, $V = 10^4$ V, $C = 0,01 \mu$ F, $L = 0,1$ mm, pentru densitatea de curent se obține valoarea $j \approx 3 \cdot 10^4$ A/cm².

În primă aproximație, temperatura plasmei depinde liniar de densitatea curentului. Din această cauză, ea crește repede odată cu măsurarea automată și cu creșterea capacității circuitului de descărcare.

Pe măsură ce crește temperatura crește și gradul de ionizare, astfel încât maximum energiei se deplasează în spectru, de regulă spre domeniul lungimilor de undă mici. De aceea, iluminarea scintilei, chiar dacă în domeniul vizibil este mai puțin strălucitoare decât iluminarea arcului, are însă o strălucire mai

mare ca acesta în domeniul ultraviolet al spectrului. Scintele sunt descrise de periculoase, deoarece provoacă afecțiuni ale pielii, dar în special ale ochilor, datorită radiației ultraviolete. Arsurile pe care le produc sunt foarte instantanee, astfel încât atunci când se lucrează cu scinter, ca și cu toate celelalte surse de

Fig. 10.14. Stativul pentru descărcarea în scintile (fără capae).



radiație ultravioletă, este neapărat obligatoriu să folosim ochelari de protecție. Același lucru este necesar și în cazul lucrului cu arcuri cu mercur cu baloane de cuarț.

Conform relației (10.16) există o regulă generală: pentru obținerea unor linii de scinter mai strălucitoare se măsoară inducția circuitului scintei și se mărește intervalul dintre electrozi, ceea ce duce la mărirea tensiunii de străpungere. În cazul unor inducții mari și al unor intervale dintre electrozi mici, spectrul scinter aduce cu cel al arcului. În cazul unor intervale dintre electrozi foarte mici, trosnetul caracteristic scintei încetează și scintea se transformă într-o descărcare în arc de înaltă frecvență, șuierătoare, care dă un spectru slab și instabil.

De cele mai multe ori descărcarea în scintile se amorsează între electrozi metalici, fixați în suporti speciali, care au izolație de înaltă tensiune și posibilitatea de reglare a spațiului dintre electrozi. Unul dintre tipurile de un asemenea stativ pentru obținerea de scinter este dat în figura 10.14. Spectrele unor scinter între electrozi metalici au maxime de emisie abrupte, sub formă de linii strălucitoare, în număr mic. Asemenea scinter, combinate uneori cu filtre, pot servi ca surse de radiație strălucitoare. De multe ori ele pot fi considerate monocromatice.

A. N. Terenin a propus o serie de electrozi ale căror spectre de scinter dau o radiație cuasimonocromatică, de diferite lungimi de undă. Linile caracteristice acestui set de electrozi sunt date în figura 10.15.

Pentru cercetări în care este necesară trecerea ușoară de la un spectru la altul există stativ cu capuri de tipul revolver, care conțin o serie de electrozi. Pe lângă spectrele de linii descărcarea în scintile emite și un spectru continuu,

suficient de intensă, determinat de radiația de frinare și de radiația de recombinație. Datorită concentrației în electroni relativ ridicată din descărcare, liniile sînt lărgite puternic, iar la unele se observă și o deplasare însemnată




Fig. 10.15. Liniile intense ale unei scintei în domeniul $\lambda = 2400 \text{ \AA}$

Liniile înguste nedeplasate și spectrul de linii pur se pot obține folosind o serie de surse în care există concentrația mică de atomi și de particule încercate. Printre ele se află diferite surse cu gaz la presiune redusă

Surse de joasă presiune. La presiuni ale gazului mai mici de 1 mm col. Hg și concentrații ale particulelor încercate mai mici de $10^{15} - 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ nu există, de obicei, un echilibru termodinamic între electroni și atomii gazului. La o temperatură a gazului relativ scăzută, energia electronilor poate fi suficient de mare. În acest caz intensitățile relative ale liniilor spectrale pot fi calculate cu ajutorul unei relații analoage relației (10.8).

$$\frac{I_{ek}}{I_{pl}} = \frac{A_{ek} g_u v_{ek}}{A_{pl} g_p v_{pl}} \exp \left(- \frac{E_u - E_p}{k T_{ex}} \right) \quad (10.17)$$

T_{ex} fiind temperatura de excitare, apropiată de obicei de T_e . În multe cazuri însă, nu se poate vorbi despre o temperatură de excitare, astfel încît pentru calcularea intensității unei anumite linii trebuie scrisă ecuația bilanțului pentru starea staționară a plasmei, ținînd cont de toate procesele care se referă la popularea nivelului superior și la distrugerea lui. După cum se vede din diagrama nivelelor (fig. 10.16), pot exista numeroase asemenea procese. Se înțelege, în diagramă nu sînt cuprinse toate procesele. Întrucît probabilitatea acestor procese precum și funcțiile de excitare optică sînt, de regulă, prost cunoscute, practic nu este posibil calculul strălucirii liniilor în cazul surselor de neechilibru.

În condiții de presiune scăzută, principalul mecanism de lărgire a liniilor spectrale îl constituie efectul Doppler.

Descărcarea luminescentă [10.15, 16]. În tuburile cu diametrul de 0,1 - 1 cm, cu electrozi sudați, la presiuni ale gazului de cîțiva torri se observă descărcarea luminescentă. În acest caz, electrozilor tubului trebuie să li se aplice o tensiune mai mare ca 500 - 1000 V. Într-o asemenea descărcare temperatura gazului depășește numai cu puțin temperatura pereților tubului de descărcare și este de 400 - 600 K. Dacă este necesar, ea poate fi coborîtă prin micșorarea densității

de curent și prin răcirea întregului tub de descărcare. Lumina descărcării luminescente se descompune într-o serie de zone dintre care sînt mai importante două: luminescența catodică și coloana pozitivă. În figura 10.17 este dată schema unei descărcări luminescente și distribuția de potențial din ea. Cel mai





Fig. 10.16. Principalele procese care modifică populația unui nivel energetic: 1 — excitarea prin ciocniri electronice; 2 — excitarea în trepte; 3 — tranziții în cascadă de pe nivelul superior; 4 — absorbția; 5 — ciocniri de speța a doua cu atomi, cu electroni și cu ioni; 6 — emisia spontană și emisia indusă. Prin linii ondulate au fost indicate tranzițiile care însoțesc emisia și absorbția luminii, iar prin linii drepte — tranziții neradiative.

mare gradient de potențial se produce în domeniul căderii catodice. Aici sînt excitate linii cu potențiale de excitare mari; adesea sînt emise și liniile materia lului catodului. Lungimea coloanei pozitive este determinată de dimensiunile tubului. Într-un tub de descărcare scurt coloana pozitivă poate lipsi cu totul. În coloana pozitivă intensitatea cîmpului și energia electronilor sînt cu mult mai mici decît în domeniul căderii catodice. Din această cauză, în coloana pozitivă sînt emise linii cu potențiale de excitare mici. În coloana pozitivă a descărcării sînt excitate linii și benzile moleculare ale gazelor cu care este umplut tubul. Adesea, acest gaz este hidrogenul sau un gaz inert, uneori vapori de mercur.

Fig. 10.17. Schema unei descărcări luminescente și distribuția potențialului din ea. În această: 1 — lumina catodică; 2 — regiunea căderii catodice; 3 — lumina pozitivă a descărcării luminescente; 4 — spațiul întunecat fără lavă; 5 — coloana pozitivă; 6 — regiunea căderii catodice.



Descărcarea de înaltă frecvență [10.15, 15, 16]. Prezența electrozilor metalici creează complicații importante cînd se lucrează cu tuburi de descărcare în gaz. Acestea sînt datorate interacțiunilor chimice și proceselor de absorbție dintre electrozi și gazul din tub. Din această cauză, tubul Gessler (cu electrozi) a fost înlocuit, în multe cazuri, cu tuburi de descărcare fără electrozi, a căror lumines-

contă este excitată de cîmpuri electromagnetice de înaltă frecvență. Coloana pozitivă a unei descărcări de înaltă frecvență se apropie foarte mult din punct de vedere al caracteristicilor spectrale de coloana pozitivă a unei descărcări în curent continuu. Pentru excitarea luminescenței se folosesc generatori de radio-




Fig. 10.18 Tuburi de descărcare cu electrozi externi

frecvență, care funcționează la frecvențe de $10^6 - 10^9$ Hz. Pentru tuburile de descărcare cu gaze inerte, de cele mai dese ori se apelează la transferul de putere prin cuplarea capacitivă a electrozilor externi cu gazul ionizat, din interiorul tubului.

Construcția și plasarea electrozilor unui asemenea tub rezultă clar din figura 10.18. Tuburile sînt confecționate de obicei din cuarț topit, uneori din sticlă. Electrozii nu trebuie să atingă pereții tubului, fapt care provoacă adesea supraîncălzirea și distrugerea pereților în locul de atingere cu electrozii.

Cînd se trece la alimentarea cu o frecvență și mai înaltă, de obicei se realizează un cuplaj inductiv între circuitul de excitație și gazul din interiorul tubului. Pentru obținerea unor linii înguste de Na, K, Rb, Cs, Hg, Tl, Zn, Cd, Sb, In, Bi, Ga, Cu, Pb, Sn și alte metale, se folosesc pe scară largă lămpi sferice cu diametrul de circa 10 cm. Ele conțin o cantitate mică din metalul de studiat și gazul inert (cripton) la o presiune de aproximativ 1,5 mm col. Hg. Balonul (B) este introdus în interiorul bobinei de inducție a unui generator nu prea mare, care funcționează la o frecvență de circa 100 MHz. Schema acestui generator




Fig. 10.19 Schema unui generator de înaltă frecvență pentru excitarea unei lămpi în formă de sferă

este dată în figura 10.19. În prezent, industria livrează generatori analogi (ИИБТ-3).

Tuburi de descărcare foarte comode, pentru obținerea unor spectre de linii ale metalelor, printre care și a celor greu fuzibile, au fost propuse de Meggers.


Un asemenea tub este un capilar de cuarț, umplut cu un gaz inert la o presiune de câțiva torri. În el se introduce și o cantitate foarte mică de halogenură (de obicei clorură) a metalului de cercetat. Tubul se așază în interiorul unui ghip de undă, prin care se propagă o undă de la un generator de frecvență ultra-înaltă. De cele mai dese ori se folosesc unde din gama centimetrică. Observațiile se efectuează printr-o fantă practică în ghipul de undă. În prezent, un tub de acest tip, care emite spectrul toriului, se folosește ca sursă de radiație standard pentru măsurarea lungimilor de undă.

Catodul cavitate [10.24, 15]. Un tip deosebit de descărcare luminescentă a fost descoperit de Paschen, în 1916. Dacă catodul unui tub de descărcare Geissler este realizat sub formă de cilindru gol, atunci, pentru anumite relații între lungimea, diametrul și presiunea gazului din el, descărcarea se concentrează în interiorul acestui cilindru și are o serie de proprietăți caracteristice. Particularitatea luminescenței dintr-un catod tubular o constituie excitarea intensă a liniilor ionice și a liniilor cu energii de excitare mari. Acest fapt este determinat de funcțiile caracteristice de distribuție nemaxwelliene a electronilor după energii. Exemple de astfel de distribuții sunt ilustrate în figura 10.20.

Concentrația de electroni din descărcare nu este de obicei mare, fiind de ordinul a 10^{10} – 10^{12} cm^{-3} . Datorită vitezelor mari ale ionilor din catodul cilindric, se observă o pulverizare catodică destul de intensă a metalului și chiar la temperaturi scăzute liniile materialului catodului strălucesc intens. În anumite condiții strălucirea lor depășește strălucirea liniilor gazului inert, care servește drept agent al descărcării.

Tuburile cu catodul cavitate se folosesc adesea sub formă de subansambluri metalice demontabile, permițând astfel o răcire intensă. În figura 10.21 a este dată una dintre construcțiile care servesc pentru studiul structurii hiperfine a liniilor și pentru analiza compoziției izotopice a plumbului. În prezent, lămpi

Fig. 10.20. Funcțiile de distribuție a electronilor după energii, într-un catod cilindric, pentru diferite presiuni ale argonului și un curent de 5 mA



sudate cu catodul cavitate, care emit spectrele unui mare număr de metale, sunt fabricate pe cale industrială. Ele se folosesc mai ales pentru analiza atomică de absorbție. De exemplu, pentru aparatul SP-1900, descris în capitolul 4, forma care-l livrează propune un set de 62 lămpi, care conțin practic toate metalele, precum și Sb, As, B și Si. În funcție de poziția liniilor de rezonanță, lămpile sunt echipate cu ferestre din sticlă, uviol sau cuarț.

Lărgirea liniilor dintr-un catod cavitate este determinată în întregime de efectul Doppler. Temperatura măsurată pe baza acestei lărgiri depinde de con

curența proceselor de evacuare a căldurii prin gaz către peretele răcit al catodului și de puterea calorică produsă în timpul descărcării. De aceea, ea depinde într-o foarte mare măsură de natura gazului agent al descărcării, de intensitatea curențului din descărcare, de presiunea gazului și de grosimea pereților catodului. Faptul că rezultatele măsurătorilor temperaturii, obținute de diferiți




Fig. 10.21. Un catod cavitat răcit (a) și temperatura gazului din el, ca funcție de intensitatea curențului (b)

ceretători, sînt foarte diferite între ele, se explică, lămurat, prin deosebirea condițiilor de evacuare a căldurii. Pentru ilustrare, în figura 10.21 b sînt arătate variațiile temperaturii gazului dintr-un catod cavitat de cupru răcit cu azot lichid (77 K). La curenți mici (cîva 5 mA) temperatura gazului este apropiată de temperatura pereților catodului. Totuși, chiar în cele mai bune condiții de răcire probabil că este dificil să se obțină în spectrul unui catod cavitat lumină, a căror lărgime să corespundă unei temperaturi mai mici de cîteva zeci de kelvin.

Îngustarea în continuare a liniilor se poate realiza prin utilizarea unui fascicul atomic.

Fasciculul atomic. Dacă se excită un fascicul de atomi care se propagă perpendicular pe direcția de observare, atunci este firesc să nu se mai observe lărgirea Doppler a liniilor. În realitate se produce un efect cu prea mare de lărgire, datorită faptului că în fasciculul atomic vitezele atomilor nu au totdeauna componente perpendicular pe direcția de propagare a fasciculului egale cu zero. În afară de aceasta, sistemul optic care servește pentru observare are o apertură unghiulară finită.

Fasciculul de atomi este generat de obicei cu ajutorul unui captor vacuu, înzestrat cu o serie de diafragme, care limitează propagarea atomilor ce compun fasciculul de atomi la un unghi mic φ (fig. 10.22). Dacă atomii din fascicul se deplasează cu viteza v , iar sistemul optic cuprinde unghiul ψ , atunci componenta maximă a vitezei de v lungul direcției de observare va fi

$$v_{\max} = v \sin \frac{\psi}{2} \cdot \varphi.$$

Dacă presupunem că $\sin \varphi \approx \sin \psi \approx 0,1$ atunci lărgirea Doppler nu va depăși $1/10$ din lărgirea corespunzătoare temperaturii captorului.

Din nefericire, pentru a înlătura ciocnirile atomilor din fascicul este necesar să se lucreze la tensiuni mici ale vaporilor. Excitarea atomilor se produce fie cu ajutorul unui cîmp de mică frecvență, fie în urma acțiunii unui fascicul de

electroni, generat de un tun electronic. Direcția de propagare a fascicului de atomi este de obicei perpendiculară pe direcția de propagare a fascicului de electroni, iar amândouă sînt perpendiculare pe direcția de observare.

Principalul neajuns al fascicului de atomi îl constituie strălucirea relativ slabă a luminescenței. Totuși, instalațiile actuale permit să se efectueze o înre-




Fig. 10.22 Fasciculul de atomi

gistrare fotoelectrică sigură a conținuturilor liniilor spectrale înguste. Una dintre variantele constructive ale instalațiilor cu fascicule de atomi este descrisă în lucrarea [10.25].

Lampa de rezonanță. Pe lângă o diversitate de tipuri de surse de lumină, care sînt excitate electric, se folosesc și surse de lumină excitate pe cale optică. Între ele se află lampa de rezonanță, care este un vas din sticlă sau din cuarț, umplut cu vapori din metalul de cercetat la presiune mică. Prin iluminarea balonului cu lumina unei lămpi cu descărcare în gaz, care conține vapori ai aceluiași metal ca și cei din lampa de rezonanță, aceasta va reemite radiația de rezonanță de absorbție și alte linii ale nivelului excitat.

Lampa de rezonanță emite linii înguste, corespunzătoare unor temperaturi scăzute. În asemenea lămpi se observă bine mai ales linia de rezonanță a mercurului de la 2537 Å. Ea este excitată strălucitor chiar la temperatura camerei. La o creștere destul de mică a temperaturii, într-o instalație de acest gen se pot observa liniile de rezonanță ale metalelor alcaline.

Laserii. În ultimele decenii au fost create niște surse de lumină — laserii — care emit într-un unghi solid îngust (uneori mai mic de 10^{-9} sr) o radiație extrem de monocromatică și foarte strălucitoare. Lărgimea liniei emise de laser poate fi cu mult mai îngustă decît lărgimea naturală, care a fost considerată mai înainte ca o lărgime limită.

Condiția principală de obținere a efectului laser este starea mediului emisiv, în care este creată așa numita înversare de populație a nivelelor — concentrația atomilor de pe nivelul superior (excitat) este mai mare decît cea de pe nivelul inferior. Dacă se realizează aceasta, atunci o radiație cu frecvența corespunzătoare tranziției dintre aceste nivele, la trecerea printr-un asemenea mediu, nu se va atenua datorită radiației induse, ci se va amplifica. Acest efect de „absorbție negativă” a stat la baza construirii laserilor.

Mediul de populație inversată se plasează între oganzi paralele, care joacă rolul de rezonatori. În cazul unui coeficient de amplificare suficient de mare și al unor pierderi în energie mici ale sistemului, se poate ajunge la situația în care un asemenea amplificator de lumină să se transforme într-un generator care emite

pană în momentul în care se va menține o inversare suficientă a populației, care se distruge în procesul generării.

Există o literatură vastă, dedicată laserilor (v., de exemplu [10.26–10.29]; de aceea, eu ne vom opri asupra principiului de funcționare a lor sau asupra construcției lor. Acum se poate obține o emisie laser într-o gamă spectrală foarte întinsă – de la vacuum ultraviolet până la infraroșul îndepărtat al spectrului.

Se disting trei tipuri principale de laseri – cu corp solid, cu gaz și cu lichid. Dintre laserii cu corp solid, cel mai mult se folosește laserul cu rubin, în care emit ionii Cr^{3+} ($\lambda = 6943 \text{ \AA}$), și laserul din sticlă cu amestec de neodiu (ionul Nd^{3+} , $\lambda = 1,06 \text{ }\mu\text{m}$). Din multitudinea de laseri cu gaz, cel mai mult se folosesc laserii cu heliu-neon ($\lambda = 6328 \text{ \AA}$, $1,15 \text{ }\mu\text{m}$ și $3,39 \text{ }\mu\text{m}$) și cu argon ($\lambda = 4880$ și 5145 \AA), precum și laserii cu CO_2 ($\lambda = 10,6 \text{ }\mu\text{m}$).

Crearea populației inverse în laserii cu corp solid se realizează prin pompa optică – iluminare cu surse de lumină puternice, care au linii sau benzi strălucitoare în domeniul spectrului de absorbție al mediului care emite. În laserii cu gaz, de regulă, inversia se realizează în condiții bine determinate ale descărcării în gaz.

Laserii cu corp solid emit de obicei linii spectrale relativ largi. Linii de laserii cu gaz pot avea o lărgime atât de mică, încât uneori scapă posibilităților de a fi măsurate prin metode spectrale obișnuite. Datorită monocromaticității practice perfecte, astfel de laseri sunt potriviți mai ales pentru măsurători ale contururilor instrumentale ale aparatelor cu putere de separare înaltă.




Fig. 10.23. Generatorul cuantic optic QPM-20, $\lambda = 6943 \text{ \AA}$. Durata impulsului de generare este de $2 \cdot 10^{-8} \text{ s}$, energia impulsului fiind de $0,3 \text{ J}$.

Laserii cu corp solid și cei cu gaz sunt realizați într-o mare varietate de către diverse firme (fig. 10.23). În figura 10.24 este dată schema de principiu a unui laser cu heliu-neon.

Laserii cu lichid [10.30] au adesea ca mediu activ soluții ale coloranților organici complecși, care generează benzi largi în diferite domenii ale spectrului. Cu ajutorul unor reflectori selectivi, din ei se pot separa linii extrem de înguste (cu o lărgime de 20 MHz), de orice lungime de undă, în prealabil fixată. Aceasta

face ca astfel de laseri cu coloranți să constituie instrumente deosebit de comode pentru cercetările spectrale, permițând rezolvarea unei întregi serii de probleme referitoare la studiul spectrelor de absorbție și a structurii hiperfine [10.31].




Fig. 10.24. Elementele principale ale unui laser cu heliu-neon: 1 — tubul de descărcare; 2, 3 — oglinzi

În figura 10.25 este dată fotografia unui laser cu coloranți, de tipul „Paayra” [10.32], care permite re acordarea lungunii de undă a radiației generate, de la ultravioletul apropiat pînă la domeniul infraroșu al spectrului.

De regulă, laseri cu gaz sînt surse staționare, pe cînd cei cu corp solid funcționează de obicei în regim pulsant. Energia luminoasă emisă într-un singur impuls atinge mii de J, iar puterile pot ajunge pînă la 10^{14} W. Puterile laserilor cu heliu-neon și cu argon continuu nu depășesc de obicei un watt, iar laserul cu CO_2 îi sînt caracteristice puteri de la zeci la mii de watt. Laserii cu lichid pot funcționa atât în regim pulsant cît și în regim continuu.




Fig. 10.25. Aspectul exterior al unui laser cu coloranți „Paayra” (M²), cu frecvență de generare re acordată

În prezent sînt utilizați foarte mult și laserii cu semiconductori, în care inversarea de populație și generarea sînt datorate curentului electric de conducție [10.33].

Puterile formidabil de mari emise de laserii cu corp solid pulsați au permis să se observe o serie de efecte noi, care apar la interacțiunea luminii cu substanța. În primul rînd trebuie pomenite generatoare de armonici, fenomenul de difuzie

combinată forțată și difuzia Mendelstam.— Brillouin. Se mai poate observa relativ ușor difuzia Thomson a luminii pe electronii plasmei. S-au observat fenomene de fluorescență stimulată, excitarea fluorescenței și a ionizării ca urmare a absorbției concomitente a unor fotoni și, în fine, fenomenul de formare a plasmei turbulente prin acțiunea impulsurilor focalizate de laseri pe diferite gaze și ținte solide. Toate acestea au lărgit foarte mult domeniul de aplicare a cercetărilor spectroscopice în lumină ca rezultat al descoperirii unei serii de noi efecte, ci și datorită unei importante facilitări a condițiilor de studiu a fenomenelor deja cunoscute. Asupra folosirii laserilor în spectroscopie, vezi capitolul 15.

Făscicul-peliență. Prin trecere, unui făscicul de ioni accelerați până la energii de aproximativ 1 MeV, printr-o peliență subțire (cu densitatea de circa 10^{-6} g/cm³), ascuțită în vîd, se observă o luminescență slabă a făsciculului, vizibilă în întuneric de un ochi bine adaptat. De obicei, aceasta este o luminescență de culoare albastră. Strălucirea făsciculului scade până la zero pe o distanță de circa centimetri de la suprafața pelienței în direcția căreia se observă luminescența. Studiul spectral al emisiei a arătat că ea conține linii de ioni multipli ionizați, ai elementelor care se află în făscicul. Ioni sunt formați și excitați în procesul interacțiunii făsciculului cu rețeaua pelienței. În virtutea faptului că de obicei viteza ionilor făsciculului reprezintă 1%, din viteza luminii, este greu de scăpat de lărgirea liniilor, prin efect Doppler, ceea ce face ca măsurarea exactă a lungimilor de undă să constituie o problemă dificilă.

Într-un asemenea tip de sursă au fost înregistrate o întreagă serie de linii noi, printre care și cele care aparțin ionilor cu un grad foarte înalt de ionizare, inclusiv p.a.z. la Al XIII. Sursa este foarte comodă pentru determinarea timpului de viață al stărilor excitate, măsurate direct din scăderea strălucirii liniilor din făscicul, precum și pentru diferite studii ale spectrelor atomilor multipli ionizați. Trebuie remarcată marea puritate a fenomenelor observate în această sursă (absența proceselor de ciocnire, a spectrului continuu și a spectrelor impurității de elemente străine), precum și posibilitatea ușor de rezolvat de separare a luminescențelor ionilor de diferite multiplicități, folosind devierea făsciculului în câmpuri electrice și magnetice. Se înțelege, această sursă este voluminoasă, scumpă și complicată pentru aplicații.

MĂSURAREA LUNGIMILOR DE UNDĂ

§ 1. ETALOANE DE LUNGIMI DE UNDĂ ALE LINIILOR SPECTRALE

Etalonul primar de lungimi de undă (etalioane de primul ordin). Prin măsurători absolute lungimea de undă a unei măsurători se compară direct cu un etalon de lungime. La baza unor asemenea măsurători stă procedeul prin care una dintre oglinzile interferometrului Michelson se deplasează pe o anumită distanță L , măsurându-se numărul de franje N , cu care s-a deplasat tabloul de interferență.

Evident, lungimea de undă este legată de numărul de franje prin relația

$$\lambda = \frac{2L}{N}.$$

Măsurările interferometrice ale lunginii de undă a liniei roșii a cadmiului, efectuate de Fabry, Perot și Benoit, au dat valoarea $\lambda = 6438,4696 \cdot 10^{-10}$ m în aer uscat, care conține 0,03% CO_2 la 15°C și 760 mm Hg. În aceste condiții aerul se numește aer *standard*.

Aceste măsurători s-au aflat multă vreme la baza tuturor determinărilor ulterioare de lungimi de undă, care erau comparate acum nu cu metrul etalon, ci cu lungimea de undă roșie a cadmiului. Această linie a fost denumită *etalon de ordinul întâi*.

Ulterior lungimea de undă a acestei linii a fost comparată minuțios cu lungimea de undă a unei portocane a unuia dintre izotopii criptonului, ^{86}Kr ($\lambda = 6057,8021 \cdot 10^{-10}$ m, in vid), care reprezintă acum noua unitate fundamentală de lungime în locul vechinului etalon de lungime, metrul [11.1]. Așadar, prin definiție, 1 m = 1 650 763,73 λ_{vac} ^{86}Kr . Pentru aerul standard, λ_{aer} $^{86}\text{Kr} = 6056,12525 \text{ Å}$.

Hotărîrea asupra înlocuirii metrului cu un nou etalon de lungime a fost luată de a XI-a Conferință Generală de Măsură și Greutăți din 1960. Această hotărîre a fost determinată de dorința de a avea un etalon de lungime care să nu mai fie legat de un model instabil, ci de o constantă atomică neschimbată.

Se știe prea bine că lărgimea și poziția unei linii spectrale depind întrucitva de condițiile descărcării. Din această cauză, pentru determinările experimentale de lungimi de undă a normalelor este necesar să fie strict standardizate condițiile de excitație a spectrului.

Pentru excitația unui etalon primar sînt stabilite următoarele condiții: lampă de descărcare în gaz cu catod cald, umplută cu izotopul criptonului ^{86}Kr , avînd o puritate minimă de 99%. Lampa este răcită pînă la 63 K (punctul triplu al azotului). Temperatura suprafeței lămpii determină presiunea vaporilor saturați de cripton din lampă.

Diametrul capilarului de descărcare este $2 - 4$ mm la o grosime a pereților de circa 1 mm. Densitatea curentului de descărcare este de $0,34 \pm 0,1$ A/cm². Schema lămpii este dată în figura 11.1 a. În V.N.I.I.M. a fost construită o lampă într-o variantă puțin diferită (fig. 11.1 b), care are o strălucire mai mare.




Fig. 11.1 Lămpi cu descărcare în gaze: a) la Ingelhard, recomandată de Comitetul internațional de Măsurări și Greutăți (a) și lampa B.I.I.I.M. (b), care servise pentru excitarea spectrului ⁸⁶Kr. 1 - lampa cu cripton; 2 - capilar; 3 - catod încălzit; 4 - vas Dewar cu azot lichid; 5 - anoda de vidare; 6 - termocuplu; 7 - ferestră de vizare; 8 - catodul încălzit; 9 - anod cilindric; 10 - condensor; 11 - prismă pentru scoaterea radiației.

Linile criptonului ⁸⁶ nu au structură hiperfină și nici structură izotopică, iar lărgirea lor Doppler este relativ mică; de aceea ele au fost alese ca etalon fundamental. La ora actuală se discută, de asemenea, posibilitatea utilizării ca etalon de lungime și a liniilor emise de un laser cu gaz.

Etaloane secundare. Etaloanele secundare se împart în două clase (A și B). Etaloanele de clasă A se obțin pe calea comparării interferometrice a liniilor alese, cu etalonul primar. Drept etaloane ale acestei clase s-au luat liniile aparținând spectrelor a trei atomi: ⁸⁶Kr, ¹³³Cd și ¹⁹⁸Hg. Au fost selectate câte patru linii pentru fiecare atom (tab. 11.1).

Dacă sunt îndeplinite condițiile arătate, reproductibilitatea determinării liniilor este: ⁸⁶Kr - $1 \cdot 10^{-4}$ Å, ¹⁹⁸Hg - $(2 - 3) \cdot 10^{-4}$ Å, ¹³³Cd - $(3 - 4) \cdot 10^{-4}$ Å. Aceste linii au fost comparate interferometric cu etalonul primar. Comparațiile

Etaloane secundare din clasa A

Elementul	Lungimea de undă, Å	Observații
^{86}Kr	6458,0720; 6422,8006; 5671,1286; 4503,6102	Liniile sînt obținute în același condiții ca și etalonul primar.
^{198}Hg	5792,2683; 5771,1983; 5462,2765; 4339,5624	^{198}Hg de puritate 98%, este excitat într-o lampă fără electrozii, la o presiune a argonului de 0,5–1 mm col. Hg. Diametrul interior al capilar, în care este de 5 mm, temperatura de 10°C, volumul de 30 cm ³ . Observațiile se fac perpendicular pe capilar.
^{114}Cd	6440,2480; 5687,2179; 4801,2521; 4679,4581	^{114}Cd cu puritate mai mare de 98%, lampă cu capilar, cu diametrul de 5 mm, în care este excitată o descărcare de înaltă frecvență. Observațiile se fac perpendicular pe capilar.

Tabelul 11.2

Etaloane din clasa A ale ^{198}Hg , măsurate în diferite laboratoare

1	2	3	4	5	6	7
5792,26851	, 85	, 85	, 83	, 83 ₄	, 81 ₄	, 80
5771,19857	, 85	, 85	, 82	, 81 ₄	, 82 ₄	, 81
5462,27065	, 67	, 67	, 65	, 65 ₂	, 64 ₂	, 65
4339,5625	, 25					

au fost efectuate în mai multe laboratoare, independent unul de altul. Pentru a ilustra rit de perfect s-au efectuat măsurătorile de lungimi de undă ale etaloanelor, sînt date etaloanele din clasa A, în spectrul ^{198}Hg , măsurate în șapte dintre cele mai importante laboratoare de metrologie din U.R.S.S., S.U.A. și Canada. (tab. 11.2) 11.2, — 11.4.

Ca etaloane secundare de clasa A au mai fost studiate încă o serie de linii în spectrele criptonului 86 și cadmiului 114.

Pentru lucrări spectroscopice curente sînt suficiente etaloane care permit determinarea sigură a lungimilor de undă cu o precizie de pînă la 10^{-2} Å. Aceste etaloane (din clasa B) trebuie să fie cunoscute cu o precizie de $(1-2) \cdot 10^{-3}$ Å. Mai demult, ele erau linii spectrale fierului, excitate într-un arc care se forma între o tijă de fier răcită, care servea de anod, și un catod de fier, sub formă de bobină (mărgea) așezată pe suprafața unui electrod din cupru răcit. El se numește arcul lui Pfund (fig. 11.2). Arcul arde la o tensiune de alimentare de 110–250 V, și o intensitate a curentului de 5 A; distanța dintre electrozi este de pînă la 20 mm.

În prezent, pentru măsurători de precizie, s-a renunțat la această sursă, deoarece lungimile de undă ale liniilor emise de un arc deschis nu au suficientă stabilitate.

În locul arcului, drept sursă de lumină se folosește un catod cilindric sau o lampă cu metale halogenice, excitată de un generator de microonde (lampa lui Meggers, v. p. 308–309).

Înălțimile de undă ale unui întreg set de linii ale fierului au fost măsurate în trei laboratoare, abaterile lor nedeșășind de obicei $5 \cdot 10^{-4} - 10^{-3} \text{ \AA}$. Aceste linii sunt recomandate ca etaloane secundare de clasa B. Foarte comode sunt și




Fig. 11.2 Arcul Plund

etaloanele secundare alese din spectrul toriului. Aceste etaloane secundare sunt date în tabelele 11.3 și 11.4. Aici sunt grupate liniile determinate în câte două sau trei laboratoare, care prezintă abateri de până la $5 \cdot 10^{-4} \text{ \AA}$.

Tabelul 11

Înălțimile de undă ale etaloanelor din clasa B, din spectrul fierului, \AA (sunt date în vid) [11.2, 11.3]

4617, 2221	472, 4828	4217, 4217	5111, 4111	4461, 8018
4658, 1067	4281, 0917	5206, 1313	5111, 8363	4462, 9045
4457, 1257	4281, 2493	5174, 0319	4921, 8113	4428, 5535
5116, 0342	5218, 1306	5170, 1373	4812, 6776	4416, 1621
5111, 2115	5114, 3368	5168, 1272	4629, 8831	4117, 1586
4126, 9119	4272, 0623	4906, 1739	3729, 6793	
4416, 1913	4261, 6725	3951, 7936	3744, 4216	
4463, 1111	4217, 1712	3901, 0509	3731, 3781	
4101, 1412	4211, 2111	3873, 1984	3688, 1017	
4283, 6116	4112, 8838	3814, 0460	3571, 1157	

Tabelul 11.4

Înălțimile de undă ale etaloanelor din clasa B, în spectrul toriului \AA (sunt date în vid) [11.5, 11.6]
Pentru $\lambda \leq 3000 \text{ \AA}$ sunt incluse liniile ale căror abateri ajung până la $0,001 - 0,0015 \text{ \AA}$.

6664,1190	5851,1140	5230,8241	4664,5376	4216,0156	3819,7632	3593,8041	3375,9119
6593,7810	5805,7308	5232,8159	4596,7074	4194,1980	3814,1497	3581,1983	3370,1171
6591,5053	5726,9770	5178,4025	4494,5941	4175,2371	3801,1547	3598,2822	3352,1916
6442,5113	5708,6867	5116,4637	4483,4270	4163,9143	3782,6102	3559,4153	3338,8062
6439,6877	5641,1111	5099,1422	4459,2431	4133,9111	3772,4418	3541,0113	3331,4345
6261,1496	5616,8710	4911,6205	4404,1637	4128,5760	3713,9872	3511,4191	3321,0772
6258,9379	5588,5778	4921,1890	4392,3440	4019,5783	3720,4125	3512,1612	3325,7090
6193,6187	5580,5677	4806,1215	4383,6916	4101,4984	3720,0121	3444,9839	3305,1811
6184,3427	5519,7170	4806,8162	4367,1673	4035,9028	3683,5145	3422,1909	3289,7300
6151,6958	5511,8000	4801,5307	4332,0619	4037,1879	3616,2967	3413,8918	3171,2463
6011,7251	5500,7833	4842,1951	4310,6315	4011,6203	3613,8615	3410,5347	3155,2412
6008,7362	5418,9016	4809,1878	4081,1878	3905,6786	3613,8231	3371,7022	3120,6156
5976,7207	5419,1511	4713,1969	4293,0177	3968,5144	3616,1614	3393,0081	2888,1617
5875,3199	5388,1087	4687,1900	4258,6944	3900,2924	3613,4171	3386,5143	2701,2064
5867,1320	5328,4374	4669,4788	4236,6562	3829,4708	3599,1462	3381,8201	2631,1722

Pentru majoritatea lucrărilor în care nu sînt necesare determinări de înaltă precizie se pot folosi, ca și pînă acum, areul Pfund și etaloanele de lungimi de undă măsurate pentru aer, care sînt date în bibliografie [11.9 - 11.13]. O analiză a situației actuale a problemei etaloanelor este făcută de Edlen [11.4].

§ 2. INFLUENȚA REFRACTIEI AERULUI ASUPRA MĂSURĂRII LUNGIMILOR DE UNDĂ

Relația dintre lungimile de undă în aer și în vid. Lungimile de undă în aer sînt legate de valorile pe care le au în vid prin relația

$$\lambda_{\text{aer}} = \lambda_{\text{vid}} / n \quad (11.1)$$

sau

$$\Delta\lambda \equiv \lambda_{\text{vid}} - \lambda_{\text{aer}} = (n - 1)\lambda_{\text{aer}} \quad (11.2)$$

n fiind indicele de refracție al aerului. Cea mai exactă formulă pentru refracția ($n - 1$) a aerului cu compoziția standard și în condiția standard a fost dată de Edlen [11.7] (λ în μm).

$$(n - 1) \cdot 10^6 = 272,599 + \frac{1,5358}{\lambda_{\text{vid}}^2} + \frac{0,01318}{\lambda_{\text{vid}}^4} \quad (11.3)$$

Dependența refracției aerului de lungimea de undă este reprezentată în figura 11.3. În aceeași figură sînt reprezentate și valorile lui $\Delta\lambda$.

Măsurarea lungimilor de undă în condiții care se deosebesc de condițiile standard. După cum e știut, indicele de refracție al aerului depinde de temperatura, de presiunea și de compoziția lui. Din această cauză, în cazul măsurării unor lungimi de undă în condiții care se deosebesc de condițiile standard, este necesar să se introducă corecțiile corespunzătoare.




Fig. 11.3. Dependenta refracției aerului și a mărării $\Delta\lambda$ de lungimea de undă

Corecția pentru indicele de refracție, în cazul în care compoziția aerului și condițiile nu sînt cele standard, se poate calcula cu ajutorul relației [11.8].

$$\Delta n = \frac{0}{1 + 0,00348(t - 15)} \quad (11.4)$$

în care

$$c = \left(0,9845 + \frac{5,75 \cdot 10^{-11}}{\lambda_{vd}^2} \right) (t - 15) + \left(0,3588 + \frac{2,17 \cdot 10^{-11}}{\lambda_{vd}^2} \right) (p - 760) - \left(0,002 + \frac{4,5 \cdot 10^{-12}}{\lambda_{vd}^2} \right) f + \left(0,0145 + \frac{1,1 \cdot 10^{-12}}{\lambda_{vd}^2} \right) (k - 3).$$

În aceste relații λ este dat în cm, t este temperatura, în $^{\circ}\text{C}$, p — presiunea, în mm col. Hg, k — conținutul în CO_2 în procente ori 100, f — umiditatea absolută, în mm col. Hg.

În măsurătorile curente lungimea de undă a unei studiate este comparată cu lungimile de undă ale etaloanelor celor mai apropiate. Dacă spectrul etaloanelor și spectrul studiat sunt obținute concomitent, în condiții strict identice, atunci trebuie să se țină cont numai de variația mărimea $n(\lambda)$ în raport cu aceeași mărime în condiții standard, adică lungimea de undă obținută trebuie înmulțită cu factorul

$$z = \frac{n(\lambda) \cdot n(\lambda_{norm})}{n(\lambda_{norm}) \cdot n(\lambda)}, \quad (11.5)$$

λ fiind lungimea de undă determinată, iar λ_{norm} — lungimea de undă a etalonului. În relația „ z ” se referă la condiții standard. Corecțiile corespunzătoare pot fi calculate cu ajutorul formulei (11.4). Aceste corecții nu depășesc de obicei 1–2 mimi de angstrom, dacă etalonul se află puțin de linia măsurată la o diferență maximă de câteva sute de angstromi, iar temperatura și presiunea din laborator se află în limitele 10–35 $^{\circ}\text{C}$ și, respectiv, 700–780 mm col. Hg. Dacă se compară lungimile de undă ale liniilor care se află departe una de alta, erorile pot atinge sute de angstromi. Această situație se poate întâlni când se compară linii care se suprapun în diferite ordine ale spectrelor de difracție.

Mult mai substanțiale sunt erorile de măsurare datorate refracției aerului, atunci când spectrul etalonului este obținut în condiții care se deosebesc de condițiile în care se obține spectrul analizat. În acest caz, în afară de corecțiile date mai sus, lungimile de undă obținute trebuie înmulțite cu factorul

$$z' = \frac{n''(\lambda_{norm})}{n'(\lambda_{norm})}. \quad (11.6)$$

Aici n'' este indicele de refracție al aerului în condițiile în care a fost obținut spectrul de analizat, iar n' — indicele de refracție în condițiile în care a fost obținut spectrul etalonului. Corecțiile determinate cu ajutorul factorului (11.6) se calculează cu relațiile (11.3) și (11.4). Aceste corecții pot fi foarte mari.

După cum rezultă din formulele (11.1) și (11.4), variația temperaturii cu 10 $^{\circ}\text{C}$, presiunea rămânând neschimbată, corespunde unei deplasări a lunginii de undă cu circa 0,05 Å în partea centrală a spectrului. Variația presiunii cu 10 mm col. Hg, la temperatură constantă, duce la o deplasare a lunginii de undă cu aproximativ 0,02 Å.

De aceea, regula generală pentru orice măsurători de lungimi de undă trebuie să fie, pe cât posibil, obținerea concomitentă atât a spectrului de analizat, cât și a spectrului etalonului. Dacă din anumite cauze această condiție este imposibil de realizat, atunci este necesar ca ambele fotografii să se efectueze în condiții strict controlate, pentru a putea fi introduse corecțiile necesare.

§ 3. MĂSURĂTORI FOTOGRAFICE ALE LUNGIMILOR DE UNDĂ

Spectrul de referință. În practica spectroscopică, pentru măsurători de lungimi de undă, este foarte des întâlnită înregistrarea fotografică a spectrului. Pentru măsurători se aplică metoda relativă de interpolare a lungimii de undă a liniilor măsurate între liniile spectrului de referință, care conține etaloane sau alte linii cu lungimi de undă bine măsurate. De cele mai dese ori ca spectru de referință se ia spectrul de arc al fierului, pentru care există o serie de atlase foarte bune. Uneori se folosește spectrul hidrogenului, al cuprului, al argonului, al neonului și al altor elemente.

Este important ca spectrul de referință să aibă un număr suficient de mare de linii în domeniul care ne interesează. Cu cât sînt mai apropiate liniile pentru care se face măsurarea lungimilor de undă față de liniile de comparat, cu atât determinările se pot face mai ușor și mai exact. Din această cauză, cel mai des folosit este spectrul bogat în linii al fierului. Din acest punct de vedere este încă și mai bun spectrul toriului.

Dacă se folosește însă un aparat spectral cu o putere de rezoluție mică, atunci spectrul fierului, și cu atât mai mult al toriului, nu va mai putea fi rezolvat de un astfel de aparat, așa cum trebuie apelat la spectre mai puțin bogate în linii.

Cel mai ușor se fac măsurătorile atunci cînd dispersia aparatului este constantă, așa cum se întâmplă aceasta în vecinătatea normalei rețele de difracție. În acest caz se poate aplica interpolarea linară. Numai ca de cele mai multe ori aparatele sînt alese după alte considerații, determinate de caracterul cercetării.

Pentru măsurători de înaltă precizie trebuie ca ambele spectre — atât cel de măsurat cît și cel de referință — să fie fotografiate astfel încît să se suprapună parțial sau în întregime. În acest scop se folosește o diafragmă Hartmann (v. fig. 4.11), care este plasată exact lângă fanta aparatului stigmatie. Originile diafragmei trebuie să fie plasate astfel ca spectrele fotografiate prin aceste orificii să se suprapună parțial (fig. 11.4 a) sau să existe încă un spațiu între




Fig. 11.4 Modulile în care pot fi dispuse spectrul de comparație și spectral de referință: a, c, d — corect; b — incorect

ele (fig. 11.4 b). Dacă condițiile cercetării permit, atunci cel mai comod este ca spectrul de referință să se suprapună peste mijlocul celui de studiat (fig. 11.4 c). Uneori spectrul de referință se fotografiază pe ambele părți ale spectrului de studiat (fig. 11.4 d). Deosebit de importantă devine problema aranjării reciproce corecte a spectrelor, în special în cazul în care imaginea fantei are o curbare

importantă. Existența în acest caz a unor spații între cele două spectre introduce erori în rezultatele măsurărilor. Eroarea este cu atât mai mare, cu cât este mai mare curbarea fantei.

Utilizarea unei diafragme Hartmann este posibilă numai la aparatele în care alungirea liniilor, provocată de astigmatism, este mică în comparație cu înălțimea imaginii orificiului diafragmei Hartmann. De aceea, în general, această metodă de obținere a spectrelor de referință nu este convenabilă pentru spectrografele cu rețea de difracție concavă. Pentru obținerea spectrelor de referință cu spectrografele astigmatice, se folosesc diafragme locale sau o tăietură așezată exact în fața peliculei fotografice.

Pentru a înlătura erorile datorate deplasării întâmplătoare ale pieselor spectrografului în timpul mișcării, pendulei sau a diafragmei Hartmann, este bine să se fotografieze două spectre de comparație — până la fotografarea spectrului de studiat și după el. În afară de aceasta, diafragma Hartmann poate fi fixată, în apropierea lății spectrografului, pe un suport separat, cu o înălțime cu fața și mai mică este ea, pentru studii de precizie, să se fotografieze simultan ambele spectre — cel de studiat și cel de referință. Această operație este ușor de făcut, de exemplu, plasând în fața fantei o prisma sau o oglindă pentru obținerea spectrului de referință. Dacă oglinda nu este așezată direct în fața fantei, atunci se obține suprapunerea necesară a spectrelor.

Nu mai puțin importantă, pentru obținerea unor rezultate corecte, este și umplerea la fel de bună a deschiderii active a spectrografului cu lumina de la două surse. Umplerea numai parțială a deschiderii active a spectrografului dă adesea un contur instrumental asimetric, al cărui maxim este deplasat față de maximumul conturului obținut când deschiderea este umplută integral. Din acest punct de vedere, este firesc ca lumina de referință să fie excitată în aceeași sursă ca și ale spectrului de studiat. Oriunde este de dorit ca sursa de studiat să conțină măcar câteva linii cu lungimile de undă cunoscute. Determinându-le pe baza spectrului de referință, ne putem convinge că nu există surse de erori sistematice.

Utilizarea rețelelor de difracție permite folosirea suprapunerii spectrelor de diferite ordine pentru măsurarea lungimilor de undă. Acest procedeu este avantajos în special în vid, pentru ultraviolett și infraroșu, unde obținerea spectrului de referință implică adesea mari dificultăți.

Din relația cunoscută, (2.6), rezultă că pentru două lungimi de undă, λ_1 și λ_2 , unghiurile de difracție sînt egale dacă

$$k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2, \quad (11.7)$$

unde k_1 și k_2 sînt ordinele spectrelor.

În urmărire, în vecinătatea domeniului de 4000 Å, al spectrului de ordinul întâi, se va afla domeniul de 2000 Å al celui de ordinul doi și de 1300 Å al celui de ordinul trei. Aceasta face posibilă măsurarea lungimii de undă a liniilor în ultravioletul îndepărtat, pe baza distanțelor lor față de etaloanele bine măsurate din spectrul fierului. Sînt însă unele îndoieli cu privire la existența posibilă a unor mici abateri de formula (11.7), legate de imperfecțiunile rețelilor [3]. Acest fapt trebuie avut în vedere în cazul măsurărilor de mare precizie. Trebuie reamintit, de asemenea, că este absolut necesar să se țină seama de refracția în aer (v. p. 319), în cazul în care spectrele de diferite ordine, care se suprapun, sînt obținute în condiții ce diferă de condițiile standard.

Măsurarea lungimilor de undă după distanțele de pe placa fotografică. Pentru determinarea lungimii de undă a unei linii necunoscute, se măsoară distanțele de la ea pînă la două sau trei linii mai apropiate din spectrul de referință și, cu ajutorul formulilor de interpolare, se calculează lungimea de undă

În procesul prelucrării chimice stratul de emulsie se deformează. Însă o deformare uniformă nu influențează precizia măsurătorilor, deoarece sunt deformate în același fel atât spectrul de cercetat, cât și spectrul de comparație. Erori de măsură introduce numai neuniformitățile de contracție a emulsiei. Peliculele fotografice prezintă deformări mai accentuate decât plăcile fotografice. Din această cauză se recomandă ca toate lucrările de înaltă precizie în măsurarea lungimilor de undă să se preia pe plăci fotografice. Pentru determinări importante nu trebuie folosite însă părțile periferice ale plăcilor, deoarece aici emulsia este mai neuniformă ca grosime. Erorile date de neuniformitățile de deformare a emulsilor sînt cu atât mai mici, cu cît liniile de măsurat sînt mai apropiate de linile de comparație.

Din nefericite, în unele cercetări folosirea peliculelor este inevitabilă fie din cauza lipsei plăcilor cu emulsia corespunzătoare, fie datorită curburii mari a suprafeței focale a aparatului. După cîte ştim, nu s-au efectuat încă cercetări speciale privind aceasta ultimă sursă de erori. Totuşi, este sigur faptul că, pentru determinări cu o precizie de pînă la $0,1 \text{ \AA}$, folosind spectrul fierului ca spectru de referință deformarea peliculei nu introduce erori importante. Pentru măsurători cu precizie de pînă la $0,01 \text{ \AA}$, acest lucru trebuie verificat în fiecare caz concret, întrucît sortimentul de peliculă și regimul de prelucrare și de uscare pot avea o influență hotărîtoare cînd este vorba de deformații de ordinul micronului. Chiar întinderea neuniformă a peliculei în diferite porțiuni ale cassettei pot produce, probabil, erori inadmisibil de mari. Măsurarea linilor de control cu lungimi de undă cunoscute permite stabilirea prezenței erorilor sistematice de un anumit gen.

Interpolarea liniară. În cazul unei dispersii liniare constante a aparatului, pentru determinarea lungimii de undă a unei linii este suficient să se măsoare distanța dintre două linii cunoscute și distanța de la una dintre ele pînă la linia de măsurat.

În aceste condiții, fie n_1 și n_2 cîntele aparatului de măsură în cazul fixării lui pe linii cunoscute, cu lungimile de undă λ_1 și λ_2 , iar citirea pe aparat cînd el este fixat pe linia de măsurat, $\lambda_x - n_x$.

Atunci, din condiția de constanță a dispersiei rezultă

$$\frac{\lambda_2 - \lambda_x}{n_1 - n_x} = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{n_1 - n_2}, \quad (11.8)$$

de unde

$$\lambda_x = \lambda_1 - \frac{n_1 - n_x}{n_1 - n_2} (\lambda_1 - \lambda_2). \quad (11.9)$$

Deoarece dispersia nu este strict constantă, dar în plus trebuie înscrise erorile datorate grosimii neuniforme a emulsiei, intervalul $\lambda_1 - \lambda_2$ trebuie ales, pe cît este posibil, mic. El trebuie ales astfel, încît linia cu lungimea de undă λ să se afle în interiorul intervalului $\lambda_1 - \lambda_2$.

Interpolarea liniară poate fi folosită nu numai în cazul unei dispersii liniare, ci și atunci cînd linile de referință se află atât de aproape de cea de măsurat încît în intervalul $\lambda_1 - \lambda_2$ variația dispersiei să poată fi neglijată.

Pentru a aprecia mărimii admisibile a intervalului $\lambda_1 - \lambda_2$, se poate utiliza următoarea regulă evidentă. Dacă în acest interval dispersia variază cu Δ , atunci variația erorii maxime pe o lungime de undă a unei linii care se află în interiorul acestui interval nu depășește $K \Delta$, unde K este lungimea de undă.

Prin urmare, dacă $\lambda_1 - \lambda_2 = 10 \text{ \AA}$, iar pe intervalul a 10 \AA dispersia se modifică cu 2% , atunci eroarea maximă în determinarea lungimii de undă va fi $0,2 \text{ \AA}$. Întrucât este importantă variația dispersiei numai pe jumătate din interval, practic eroarea este mai mică decât $0,1 \text{ \AA}$.

Dacă nu se poate face interpolarea liniară, atunci se utilizează formule de interpolare mai complicate.

Formula lui Hartmann. În cazul ap. ratelor cu prismă, cele mai bune rezultate le dă formula lui Hartmann, care exprimă dispersia liniară a aparatului

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{C}{n - n_0} \quad (10.10)$$

În această formulă apar trei constante, n_0 , C și λ_0 , care se determină prin măsurarea a trei linii cu λ_1 , λ_2 și λ_3 cunoscute. Înlocuind aceste valori și citirile corespunzătoare lor, n_1 , n_2 și n_3 , în formula (10.10) se obține un sistem de ecuații, a cărui rezolvare dă

$$\lambda_1 = \lambda_0 + \frac{C}{1 - \frac{n_2 - n_3}{\lambda_2 - \lambda_3} \frac{\lambda_1 - \lambda_3}{n_1 - n_2}}, \quad n_1 = \frac{n_2 - n_3}{\lambda_2 - \lambda_3} (\lambda_3 - \lambda_0), \quad (11.11)$$

$$C = (\lambda_3 - \lambda_0) (n_3 - n_0).$$

Corectitudinea soluțiilor se verifică înlocuind valorile n_1 , n_2 și n_3 în (10.10) precum și măsurând una-două linii de control, care au lungimile de undă cunoscute.

Formula lui Hartmann, ca orice funcție de interpolare empirică, nu dă posibilitatea obținerii unei valori exacte a lui λ , deoarece aproximația este cu atât mai rea, cu cât este mai mare intervalul spectral pe care l cuprinde formula. Gradul de aproximare depinde și de domeniul spectral și de materialul din care este confecționată prismă. Mărimea intervalului în care se poate folosi formula de interpolare depinde de precizia necesară în determinarea lungimilor de undă. De exemplu, în cazul unui spectrograf cu optica de cîrț, în intervalul de lungimi de undă $2300 - 3200 \text{ \AA}$, erorile în determinarea lungimilor de undă cu ajutorul formulei de interpolare Hartmann atinge 2 \AA .

Pentru a clarifica în ce măsură formula de interpolare dă precizia necesară, trebuie măsurate și calculate cu ea linii cu lungimi de undă cunoscute și efectuată o analiză a erorilor obținute.

Formula lui Hartmann dă rezultate mai bune dacă liniile de măsurat se află în interiorul intervalului $\lambda_1 - \lambda_3$, iar linia λ_2 se află aproximativ la mijloc, între λ_1 și λ_3 . Dacă λ_2 se află lângă λ_1 sau λ_3 , atunci precizia de determinare a constantelor formulei scade foarte tare.

Interpolarea cu ajutorul unor arce de parabolă. În cazul obținerii unui spectru cu un aparat cu rețea de difracție (dar nu în jurul normalei la rețea) dispersia variază ca $1/\cos\varphi$. Segmente suficient de mari ale acestei funcții sînt bine approximate printr-un arc de parabolă. Pentru determinarea ei, ca și în cazul precedent, trebuie alese trei linii cunoscute, λ_1 , λ_2 și λ_3 . Ele trebuie să se afle la distanțe egale una de alta, iar linia de măsurat trebuie să fie plasată în interiorul intervalului $\lambda_1 - \lambda_3$.

Ecuația care aproximează parabola se scrie sub forma

$$\lambda = \lambda_0 + Bn + Cn^2, \quad (11.12)$$

Măsurând cele trei linii reper, λ_1 , λ_2 și λ_3 , obținem un sistem de trei ecuații liniare pentru determinarea mărimilor λ_0 , B și C

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \lambda_0 + Bn_1 + Cn_1^2, & \lambda_2 &= \lambda_0 + Bn_2 + Cn_2^2, \\ \lambda_3 &= \lambda_0 + Bn_3 + Cn_3^2.\end{aligned}\tag{11.13}$$

Ca și în cazul formulei lui Hartmann, gradul de aproximare pe care îl dă parabola obținută depinde de distanța la care porțiunea de spectru măsurat se află față de normala la rețea și de mărimea intervalului $\lambda_3 - \lambda_1$.

Dacă precizia de interpolare este insuficientă, atunci trebuie fie redus intervalul pe care-l cuprinde, fie să se mai aleagă, în interiorul intervalului dat, încă o linie de referință, iar funcția de interpolare scrisă sub formă de polinom de gradul trei. Totuși, se pare că este mai comod să se aleagă linii de referință suplimentare, micșorând astfel intervalele, iar în interiorul fiecăruia dintre ele să se folosească parabola.

§ 4 APARATELE DE MĂSURĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂTORILOR

Aparatele de măsură. Pentru măsurarea distanțelor dintre liniile spectrale se utilizează microscopice și comparatoare de măsură. În microscopicele de măsură deplasarea tubului microscopului sau a spectrogramei de măsurat se realizează cu ajutorul unui șurub micrometric.

Valoarea deplasării se măsoară după numărul de rotiri ale șurubului. În figura 11.5 este reprezentat microscopul de măsură MIP-12. Spectrograma de măsurat se fixează pe măsuta 1, microscopul 2 fiind deplasat prin rotirea tamburului 3. Numărul total de rotiri se citește pe scala 4. Sutiunile de milimetru se citesc direct pe tambur. Precizia de măsurare este de 0.01 mm.

În comparatorul pentru măsurarea distanțelor se folosește o scală de precizie, plasată pe aceeași măsută ca și spectrograma. Comparatorul Abbe are un microscop cu mărime variabilă, pentru examinarea spectrogramei, și un alt microscop, cu mărime constantă, pentru examinarea scalei. În figura 11.6 este dat aparatul cel mai răspândit la noi, H3A-2. Scala lui, în lungime de 150 mm este trasată pe sticlă. Valoarea unei diviziuni a scalei este de 0,1 mm.




Fig. 11.5. Microscopul de măsură MIP-12




Fig. 11.6. Comparatorul AB H3A-2

mm. Fiecare aparat este înzestrat cu un tabel al corecțiilor sale. Pentru efectuarea corecțiilor termice, în apropierea scalei este fixat un termometru. Măsoara care susține scala și spectrograma este deplasată grosier cu mâna. Deplasările fine se fac cu un șurub micrometric, care însă nu are rolul de a măsura. Milimetra și zecele de milimetru se citesc direct pe scală, iar sutimile și milimile de milimetru, cu ajutorul unei micrometrii oculare, cu care este prevăzută scala microscopului. Cu ajutorul unui asemenea aparat se pot măsura distanțele dintre linii cu o precizie de $1-2 \mu\text{m}$.

Uneori, pentru determinarea lungimilor de undă nu este necesar un aparat special de măsură. Dacă, cu ajutorul unui spectroproector se obține pe ecran o imagine a spectrului a cărei mărime de $10-20$ de ori, atunci, pentru măsurarea distanței dintre linii, este suficientă o scară milimetrică banală. În acest caz pot fi măsurate numai laele foarte apropiate între ele. Distanța maximă este determinată de câmpul vizual al spectroproectorului, fiind de $10-20$ mm. Trebuie să se controleze dacă nu cumva distorsionarea obiectivului produce abateri prea mari ale scalei de reprezentare. În figura 11.7 este reprodusă fotografia spectroproectorului SP-2 (Zeiss).

Uneori este suficientă o precizie și interpolarea vizuală a lungimii de undă a liniei de măsură, dacă aceasta se află între două repere apropiate. Folosind spectrul fierului ca spectru de comparație, în majoritatea cazurilor se pot determina, în acest fel, lungimile de undă cu o precizie de $0,1-0,3 \text{ \AA}$, suficientă de obicei pentru problemele legate de identificarea liniilor spectrale. Pentru astfel de măsurători este utilă și o lupă cu scală de măsură; totuși,




Fig. 11.7. Spectroproectorul SP-2 (Zeiss)

pentru operațiile care cer o durată mai lungă este mai bine să se folosească spectroproectorul. Dublul proiector prezintă avantajele cunoscutе; în el se pot combina imagini spectrale, obținute de la două spectrograme diferite, clasa două scale a acestor spectrograme sunt într-adevăr diferite (fig. 11.8).

În cazul unui volum mare de măsurători, este indicat să se utilizeze computoare automatizate. Ele nu asigură o precizie prea mare de măsură, însă permit măsurarea relativ rapidă a lungimilor de undă ale unui număr mare de linii.

Fixarea și iluminarea spectrogramei. Spectrograma trebuie să fie astfel fixată încât deplasarea spectrului în câmpul vizual să se producă în direcția de dispersie a aparatului. Aceasta se realizează fixând firul reticular orizontal sau înclinându-l de fire a ocularului pe extremitățile bandelor spectrale sau pe





Fig. 11.8 Aspect exterior (a) și schema optica (b) a spectroproectorului JCH 1. P_1 și P_2 — prisme grafice, F — focșu

liniei albe orizontale din spectru (care apare descom. în d. dată de firele de praf de pe fața). Cîndată este recomandabil, pentru ca să se obțină în mod special această linie, să se fixeze pe fața aparatului un fir subțire care să intersecteze fața în apropierea mijlocului ei. Prin deplasarea măsutei, înclinarea de fire reticulare trebuie să se meste pe orizontala pe care a fost fixată. Prin rotirea firii a spectrogramei pe măsuta de lucru se ajunge la măturarea deplasărilor sesizabile ale înclinării firelor reticulare, pe verticală, când se pare urge întreaga lungime, de la marginea stîngă pînă la extremitatea din dreapta a spectrogramei.

Cînd se măsoară spectrograme obținute pe pelicule, acestea trebuie fixate între două plăci de sticlă sau lipite cu un cear transparent pe o placă suport de sticlă. Pelicula trebuie să fie adînsă pe sticlă pe întreaga sa suprafață, fără ca între ea și sticlă să apară bule de aer.

Imagina spectrogramei și precizia focalizării microscopului, exact pe linia de studiat depind foarte mult de iluminarea câmpului vizual. Cele mai bune rezultate se obțin prin iluminarea uniformă cu lumină difuză. O iluminare prea strîlucitoare sau, din contra, prea slabă, afectează rezultatele obținute.

Spectrogramele mai dense trebuie iluminate mai intens. Lumină de la sursă nu trebuie să cadă direct în ochii observatorului. Cel mai bine este ca pentru iluminare să fie folosit un bec de 10–60W, montat într-o cutie opacă, al cărei perete frontal se face din sticlă opalescentă. Un filtru galben segmentar

în sursa de lumină face să crească într-o anumită măsură contrastul perceput al tabloului și permite o precizie mai mare la măsurarea exactă a liniilor slabe.

Stabilirea mărimii. Există o anumită mărime optimă, pentru care precizia de focalizare a microscopului pe linia de cercetat este cea mai bună. Cu cât liniile sunt mai înguste și mai nete, cu atât este mai bine să se lucreze cu o mărime mai mare. Viceversa, liniile difuze cu marginile estompate și benzile moleculare, necesită o mărime mică. Adesea este necesar să se măsoare spectre în care, în afara de linii nete, să existe și linii difuze. În acest caz trebuie luată o mărime mijlocie, deoarece nu se măsoară separat liniile nete de cele difuze.

Măriri exagerat de mari, care fac vizibilă granulația emulsiei, nrăsiți nu sunt utile, deoarece în acest caz ochiul distinge cu dificultate maximum detaliile de granule, care corespund mijlocului liniei spectrale. Mărime optimă pentru lucrul sunt cuprinse între 5 până la 100 ori. Din punct de vedere comparativ fabricat la noi, H3A-2, mi permite o variație, în funcție de linie, atât de largă.

Reducerea influenței granulației. Chiar în cazul unor măriri mici, liniile spectrale slabe se descompun în granule separate. Când numărul de granule este mic, devin vizibile fluctuațiile numărului lor. Prin microfotometratea plăcu fotografice, fluctuațiile se mediază pe distanța decapetă din linie de fanta microfotometrului.

Același efect poate fi obținut însă și în cazul observațiilor vizuale. Pentru aceasta sunt cunoscute două procedee. În anul '30 V. P. Litvak a propus ca microscopul de măsură să fie înzestrat cu un obiectiv basculant, fixat pe un ax orizontal, perpendicular pe direcția liniilor spectrale. Bulimentul acestui ax are o frecare redusă, astfel încât este suficientă o ușoară balansare a obiectivului, pentru ca el să efectueze, ca un pendul, o mișcare de oscilație, ușor amortizată, cu o amplitudine mică. În acest caz liniile slabe apar considerabil mai nete, și firul reticular al microscopului poate fi suprapus mai precis peste ele. Totuși acest mecanism nu a fost aplicat în aparatele de serie, iar adaptarea cu mijloace proprii a microscopului este destul de dificilă. La același rezultat se poate ajunge prin astigmatizarea sistemului optic al unui microscop obișnuit. În acest scop, se poate fixa o lentilă cilindrică pe obiectiv sau pe ocular. Se pot folosi lentile pozitive sau negative cu axa orientată de-a lungul dispersiei. Distanța focală a acestor lentile se alege astfel încât imaginile punctelor să se suprapună pe o distanță de 0,1–0,3 mm a liniei spectrale. Nu este avantajos ca lentilele să introducă un astigmatism prea mare, întrucât marginile liniilor se estompează prea tare, fiind posibilă diminuarea puterii de separare, datorită curbării liniilor spectrale precum și a aberațiilor introduse de o lentilă cilindrică simplă.

Pentru comparatorul H3A-2 este comodă montarea pe obiectiv a unei lentile cilindrice pozitive cu distanța focală de 20–30 cm.

Tehnica măsurărilor. Pentru măsurarea corectă a poziției unei linii este necesar ca ea să poată fi așezată într-un mod reproductibil față de poziția microscopului.

În acest scop, în ocular există un sistem de fire reticulare, cu ajutorul cărora se realizează fixarea liniei. În diferite tipuri de microscopie firele reticulare sunt așezate diferit. Cel mai des întâlnit este sistemul reprezentat în figura 11.9a. Experiența arată că o linie întinsecată îngustă se fixează mai exact între două fire pe mijloc, decât pe mijlocul unuia dintre ele. De aceea, fixarea se realizează așa cum este arătat în figurile 11.9b și 11.9c. Cu cât linia de măsurat este mai lată, cu atât distanța dintre liniile ocularului trebuie să fie mai mare. Aceasta permite o fixare ușor de realizat a liniei, lăsând de ambele părți ale ei benzi luminoase simetrice. Liniile de absorbție sunt ușor de măsurat, fixând

unul din fire pe mijlocul lor. Uneori este mai comod să se folosească încrucișarea firelor, așezate la 15° față de linii (fig. 11.9d). Linile (de obicei neabsorbție) se suprapun cu centrul încrucișării.



Fig. 11.9 Suprapunerea liniilor pe sistemul de fire reticulare: a — firele ocularului; b — fixarea unei linii înguste; c — fixarea unei linii largi; d — fixarea unei linii de absorbție

În cazul măsurării unor linii cu un contur asimetric ochiul face erori, iar reperarea vizuală nu se face pe maximul liniei, ci ca o anumită abatere spre marginea mai netă a conturului.

Dacă în apropierea liniei de măsurat într-o parte există o linie foarte strălucitoare, iar în cealaltă parte nu sînt linii, atunci ochiul are tendința să deplaseze poziția maximului liniei de măsurat.

Aceste motive fac să fie de preferat metoda fotoelectrică, căreia îi sînt străine, într-o mare măsură, acest gen de erori. Totuși, în practica de laborator măsurătorile vizuale ale spectrogramelor se practică încă foarte mult.

Alegînd o mărire potrivită, trebuie fixat în primul rînd ocularul microscopului, astfel încît să se vadă firele reticulare cît mai clar. După aceasta se fixează o anumită linie spectrală îngustă la mijlocul firelor reticulare ale ocularului și, deplasînd tubul microscopului pe direcția axei optice se obține imaginea cea mai clară a liniei spectrale. Dacă planul firelor și imaginile liniilor nu coincid, atunci la o deplasare mică a ochiului față de ocular, firul se va deplasa față de linie. Această deplasare de parallaxă se înlătură ușor, modificînd focalizarea microscopului.

Observatorii care suferă de miopie sau de hipermetropie nu prea avansate nu au nevoie să poarte ochelari; corecția necesară a defectelor ochiului se realizează prin focalizarea ocularului.

Măsurarea distanțelor dintre linii se efectuează în două succesiuni: microscopul pe liniile de măsurat și pe liniile reper.

În cazul lucrului cu microscopul de măsură trebuie adus microscopul spre linie totdeauna din aceeași parte, pentru a exclude eroarea datorată mișcării în gol a șurubului. Dacă se lucrează cu un comparator, această operație nu mai este necesară. După deplasarea microscopului, pentru a parcurge spectrul într-o anumită direcție, se deconectează microscopul și se efectuează apoi o nouă măsurare în sens invers. Dacă este necesar să se măsoare etichetele următoare ale rezultatului, o asemenea operație se repetă de 4-5 ori sau chiar de mai multe ori.

Nu este nevoie ca fiecare linie să fie măsurată de cîteva ori la rînd. În apropierea fiecărei linii există fire de praf și alte particule, nități locale de spectrogramă. Cînd se repetă punerea la punct pe o anumită linie, ochiul înregistrează câmpul vizual, încît punerea la punct ulterioară este fără voie dependentă

de cea precedentă. Când însă repetăm punerea la punct după parcurgerea întregului spectru, amintirea imaginii tabloului văzut se sterge, iar toate panetile la punct practic sînt independente una de alta.

Erroarea minimă cu care se pot măsura distanțele dintre linii se determină cu ajutorul erorilor scalei și este de circa $1\text{ }\mu\text{m}$. Practic nu se poate atinge o asemenea precizie, deoarece lărgimea liniei spectrale nu este, de obicei, mică de $10\text{ }\mu\text{m}$, iar poziția maximumului poate fi determinată cu o precizie de până la $2-3\text{ }\mu\text{m}$. Pentru linii largi și pentru benzi erorile de măsurare pot fi cu mult mai mari. Asemenea linii și benzi pot fi măsurate cu un microscop de măsură mai simplu, nu cu comparatorul. În acest caz nu se poate atinge precizia comparatorului, iar măsurătorile cu ajutorul lui sînt mai dificile și mai de durată.

MĂSURĂTORI ENERGETICE ÎN SPECTRU

§ 1. TIPURI DE RECEPTORI DE RADIATIE

Întreaga diversitate a metodelor de măsurare a energiei în spectru poate fi clasificată în funcție de felul receptorilor de energie radiantă utilizată. Cea mai veche metodă este cea vizuală; receptorul de radiație este ochiul, iar mijlocul principal de măsurare cantitativă îl constituie stabilirea vizuală a egalității strălucimilor a două cimpuri fotometrice: standard și de măsurat. Unul dintre cele două cimpuri este atenuat cu ajutorul filtrelor sau a dispozitivelor de polarizare. În prezent metodele vizuale se folosesc rar. Dintre neajunsurile lor putem enumera limitarea domeniului spectral numai la partea vizibilă, dependența preciziei de măsurare de strălucirea cimpurilor, de regiunea spectrului, de calificarea și de starea fiziologică a observatorului, imposibilitatea înregistrării rezultatelor sub formă de document (spectrogramă sau registrigramă), după care să se poată reproduce și verifica rezultatele obținute. Totodată, oboseala până la epuizare și nocivitatea produse de aceste măsurători fotometrice vizuale au contribuit, probabil, la abandonarea lor în favoarea altor metode.

De fapt se pare că în prezent cea mai răspândită este metoda fotografică, în care receptorul de radiație este emulsia fotografică.

În ultimii ani se dezvoltă într-un ritm foarte rapid metodele fotoelectrice de măsurători energetice. De cele mai dese ori sunt folosiți receptori cu efect fotoelectric extern — celulele fotoelectrice și fotomultiplicatori. O răspândire mult mai mică au capătat o altă fotorezistență, și anume celulele fotoelectrice cu strat de baraj. Domeniul principal de utilizare al acestora din urmă îl constituie spectroscopia infraroșului apropiat.

Destul de recent, în practica cercetărilor spectrale au început să fie introduse fotodiodele — fotoelemente cu strat de baraj, cărora li se aplică o tensiune de la o sursă externă de t.e.m. Datorită sensibilității mari a fotodiodelor, dimensiunilor lor mici, caracteristicilor de timp foarte bune și simplității în exploatare, acești receptori vor căpăta, probabil, într-un viitor apropiat, o largă aplicare în spectroscopie. În afară de fotodiode se realizează și fototriode sau fototranzistori, a căror particularitate constă în amplificarea internă a curentului fotoelectric.

Toți acești receptori de radiație, emanați aici, sunt selectivi, adică sensibilitatea lor depinde într-o măsură de lungimea de undă a radiației incidente.

Există și receptori neselectivi al căror răspuns depinde numai de mărimea fluxului de energie incident pe receptor.

Principalul receptor de acest tip este termocuplul. Pentru înlăturarea selectivității și mărirea sensibilității, suprafața termocuplului se înnegrește, iar sudarea contactelor se face în vid. Dimensiunile foarte mici ale termocuplelor le conferă o inerție relativ mică (până la 10^{-2} — 10^{-3} s.).

Un alt receptor neselectiv este termometrul cu rezistențe electrice sau bolometrul, a cărui funcționare se bazează pe variația rezistenței unui strat

de metal sau de semiconductor în funcție de încălzirea pe care o produce un flux radiant incident.

Sensibilitățile mici și inerția mare ale termocuplelor și bolometrelor limitează folosirea lor la probleme în care selectivitatea foarte coborâtă a receptorilor este hotărâtoare. Ele se folosesc, în primul rând, pentru etalonarea energetică a aparatelor spectrale și uneori pentru măsurători energetice absolute, precum și pentru studiul domeniilor spectrale în care receptori selectivi nu sînt sensibili (domeniul infraroșu).

Mai trebuie pomeniți și receptori de radiație a căror funcționare se bazează pe dilatarea gazului prin încălzire (element Hall) precum și pe efectul optoacustic. Ele au căpătat o largă răspundere în măsurătorile din domeniul infraroșu al spectrului (v. [17—19]).

§ 2 PROPRIETĂȚILE EMULSIILOR FOTOGRAFICE

[8.9, 12.1, 12.2]

Densitatea de înnegrire a emulsiei fotografice. Măsurătorile energetice care se fac într-un spectru cu ajutorul emulsiei fotografice se bazează pe faptul că sub acțiunea luminii, în urma dezvoltării, argintul din halogenura de argint din emulsia fotografică se reduce la starea metalică. Cantitatea de metal redus măsoară energia luminoasă care a acționat asupra fotoemulsiei. Direct se măsoară, de fapt, nu cantitatea de argint redus, ci *densitatea de înnegrire*, D , a stratului fotografic, egală cu $\log \Phi_0 / \Phi$. (Această mărime se numește pur și simplu *înnegrire*). Aici Φ_0 este fluxul luminos care a trecut printr-o regiune dezvoltată de placă fotografică sau de film asupra căreia nu a acționat lumina, iar Φ este fluxul luminos de la aceeași sursă, care a trecut printr-o porțiune expusă la lumină. Valoarea înnegririi unui anumit strat de emulsie fotografică nu depinde numai de expunere $H = Et$ (E fiind iluminarea, iar t — timpul de expunere), ci și de caracterul iluminării din timpul fotografierei, de modul de dezvoltare și de prelucrarea ulterioară a stratului sensibil cit și de procedeul folosit pentru măsurarea înnegririi.

Variația densității de înnegrire în funcție de iluminarea emulsiei fotografice, pentru un timp de expunere dat, nu poate fi calculată teoretic, fiind exprimată de obicei printr-o curbă empirică, numită *caracteristică* (fig. 12.1).

Pentru diferite emulsii și condiții experimentale diferite, curbele caracteristice se deosebesc substanțial, însă forma lor generală rămîne aceeași. Partea 1 se numește *regiunea subexpunerii*, partea linară, 2 — *regiunea expunerii normale*, partea 3 — *regiunea supraexpunerii*, și în fine partea descendentă a curbei, 4 — *regiunea de solarizare*. În spectroscopie solarizarea se manifestă uneori prin aceea că liniile spectrale foarte intense apar ca niște dublete false — ca urmare a solarizării, în centrul liniei înnegrirea se măsoară. Pentru a deosebi o asemenea linie de un dublet adevărat, se realizează o spectrogramă cu o expunere de 10—100 ori mai mică. În cazul în care există un dublet, rămîn ambele componente ale lui, iar în cazul solarizării, în locul dubletului apare o singură linie.

Porțiunea linară a curbei poate fi aproximată prin relația

$$D = \gamma \log H - j, \quad (12.1)$$

γ — *factorul de contrast*, iar j — *inerția emulsiei*.

Pentru majoritatea cercetărilor spectroscopice este avantajos să dispunem de emulsii cu contrast mare. Într-adevăr, din (12.1) obținem

$$\frac{\Delta H}{H} = 2,3 \frac{\Delta D}{\gamma} \quad (12.2)$$

Din ultima relație rezultă că în cazul unor erori constante de măsurare a înnegririlor, ΔD , eroarea relativă a măsurătorilor energetice este invers proporțională cu factorul de contrast. Înși odată cu creșterea lui γ se mășorează intervalul de iluminări în care curba caracteristică este liniară (fig. 12.2). Inter-




Fig. 12.1. Curba caracteristică




Fig. 12.2. Latitudinea emulsiei fotografice

valul $\log H'' - \log H'''$, care corespunde limitelor părții liniare a curbei caracteristice, se numește *latitudinea fotografică a emulsiei*. Cu cât este mai mică latitudinea fotografică cu atât este mai mic intervalul de variație a expunerii util. Altfel spus, emulsiile cu latitudine mică pot servi pentru măsurarea strălucirii relative a liniilor numai atunci când strălucirile lor se deosebesc puțin între ele. Dacă este necesar să se compare linii strălucitoare cu linii slabe, trebuie alese emulsii cu latitudine mare, chiar dacă au un contrast mic.

Dacă se trasează curba caracteristică sub forma dependenței densității de înnegrire de timpul de expunere, t , iluminarea fiind constantă, atunci se poate vedea că

$$D = f_1(t), \text{ pentru } E \text{ const}$$

și

$$D = f_2(E), \text{ pentru } t = \text{const}$$

nu cunoscând una cu alta. De aici rezultă că după efectul fotografic produs, variația timpului de expunere nu este echivalentă cu aceeași variație a iluminării. Pe de altă parte, pentru studiul inițial al procesului fotografic, adică fotochimic, între ele are loc legea lui Bunsen-Roscoe, conform căreia cantitatea totală de produs ai unei reacții fotochimice este determinată numai de energia luminoasă absorbită. În cazul procesului fotografic ea va depinde numai de mărimea expunerii, $H = Et$. Datonita egalității mărimumi E și t , legea Bunsen-Roscoe se numește de obicei *legea intersubstituirii*. În cazul acțiunii luminoase asupra emulsiei fotografice au loc o serie de procese secundare și, în afară de aceasta, se produce interacțiunea chimică a emulsiei cu revelatorul și cu fixa-

torul. Din aceasta cauză, în cazul emulsilor fotografice se observă abateri de la legea intersubstituirii, uneori foarte mari. Pentru calculul acestor abateri, la sfîrșitul secolului trecut Schwarzschild a propus relația empirică

$$D = \gamma \log Et^p + j. \quad (12.3)$$

Aici p este constanta lui Schwarzschild, a cărei valoare, după cum s-a presupus, nu depinde de expunere. Pentru diferite emulsii p este cuprins între limitele $0,7 < p < 0,9$. Relația (12.3) se utilizează adesea și acuma, cu toate că măsurători ulterioare au arătat că în cazul unor variații mari ale timpului de expunere, ea nu corespunde experienței.

Pentru o descriere mai riguroasă a acțiunii fotografice a luminii se trasează curbe de variație a expunerii, necesare pentru obținerea unei anumite densități a înnegririi, în funcție de iluminare sau de timpul de expunere. Aceste curbe empirice, construite în scară logaritmică, se numesc

$$\log H = \varphi_1(\log E), \quad \text{pentru } D = \text{const}$$

și

$$\log H = \varphi_2(\log t), \quad \text{pentru } D = \text{const}$$

se numesc *izoopace*.

În cazul în care ar fi valabilă legea Bunsen-Roscoe, izoopacele ar fi niște drepte paralele cu axa absciselor. Pentru emulsile fotografice reale nu sînt, alura tipică a unei zone izoopace este cea dată în figura 12.3.




Fig. 12.3. Izoopace tipice.

După cum se vede din figura, atunci cînd timpul de expunere variază între 10^{-6} și 10^4 s, pentru a se obține un același efect fotografic, expunerile trebuie modificate numai de zece de ori.

Este interesant de remarcat că pe izoopace există două regiuni cu expuneri scurte ($< 10^{-5}$ s) și medii ($10^{-1} - 10^{-2}$ s), în care izoopacele sînt paralele cu axa absciselor. În aceste regiuni legea intersubstituirii este valabilă, însă sensibilitatea emulsiei fotografice este substanțial diferită. Poziția și forma izoopacelor, la fel ca și a curbelor caracteristice, sînt determinate de proprietățile emulsiei fotografice, de condițiile în care se face dezvoltarea precum și de temperatura stratului fotografic în timpul expunerii.

Datorită abaterilor de la legea intersubstituirii, înnegrirea stratului fotosensibil sub acțiunea unei luminii intermitente nu depinde numai de expunerea integrală, ci și de frecvența de repetiție, de porozitatea și de forma impulsurilor luminoase. Pe măsură ce crește frecvența de întrerupere, densitatea de înnegrire a stratului fotografic scade (la aceeași expunere) pînă la o anumită frecvență critică. Dacă se mărește în continuare frecvența, densitatea de inne-

grădă rămâne constantă [8]. Deoarece multe dintre sursele folosite în spectroscopie dau o iluminare periodică, trebuie să se țină cont de acest efect.

Sensibilitatea straturilor fotografice. În practica sensimetrică obișnuită există o serie de procedee de determinare și de măsurare a sensibilității straturilor fotografice. Conform GOST-ului, ca unitate de măsură a sensibilității se definește mărimea inversă acelei expunerii care produce o densitate de înnegrire de 0,2 pe voal, adică

$$S = 1/H_{D=0,2+D_0},$$

D_0 fiind densitatea voalului, iar H exprimându-se în $\text{lx} \cdot \text{s}$.

Evident, sensibilitatea în măsurătorile spectrale va trebui exprimată tot printr-o mărime inversă expunerii, care să producă o anumită înnegrire dată. Expunerea se exprimă de data aceasta fie în erg/cm^2 , fie în numărul de cuante pe cm^2 , fie în alte unități energetice. Sensibilitatea spectrală trebuie măsurată însă nu în lumina albă, ci în lumina monocromatică.

Datorită abaterilor mari de la legea intersubstituirii, o asemenea exprimare a sensibilității este în general incorectă. Studiul izoopacelor arată că o emulsie care are sensibilitate mare la expuneri mici poate fi puțin sensibilă la expuneri mari și invers. Pentru emulsiile fotografice livrate de industrie, timpul optim de expunere este de obicei în jur de 0,01 s. În practica cercetărilor spectroscopice este necesar să se folosească timpi de expunere de la 10^{-10} s (spectrele laserelor pulsați, spectroscopia de mare viteză) până la mai multe ore (spectrele difuziei combinate și de fotoluminescență). Din aceasta cauză, cele mai sensibile plăci pentru o problemă concretă se aleg empiric, comparând sensibilitățile diferitelor mărci de emulsie în condițiile experimentale date. De obicei, cu micșorarea dimensiunilor granulelor emulsiei scade și sensibilitatea ei. Probabil că o caracteristică foarte potrivită pentru sensibilitatea emulsurilor fotografice este *randamentul cuantic echivalent*. Un receptor ideal, care înregistrează toți fotonii ce cad pe el are, prin definiție, un randament cuantic egal cu unu. Eroarea cu care un receptor ideal înregistrează energia radiației incidente este determinată de numărul de fotoni, fiind egală cu fluctuația acestui număr, $\delta N = \sqrt{N}$.

Noțiunea de randament cuantic echivalent, η , al emulsiei fotografice poate fi definită ca numărul care reprezintă fracțiunea din cuantele incidente pe fotoemulsie care este necesară pentru ca, utilizând un receptor ideal, să se obțină o aceeași precizie de înregistrare a energiei. În figura 12.4 [12.3] este dată alura curbei randamentului cuantic echivalent și curba caracteristică pentru una dintre emulsiile tipice. Ca să obținem cea mai înaltă precizie de măsură,




Fig. 12.4. Randamentul cuantic echivalent, η , și numărul efectiv de fotoni, ηN , în funcție de timpul de expunere. Pentru comparație, pe același grafic este trasată și curba caracteristică.

pentru un flux energetic dat, trebuie să se lucreze în domeniul înnegrilor mai mari, în care randamentul cantic echivalent are valoarea cea mai mare. Fie ca numărul total de fotoni utilizați să fie nelimitat, iar suprafața folosită a emulsiei, măci. În acest caz, eroarea poate fi definită tot prin fluctuațiile statistice ale numărului de granule de pe suprafața fotometrită. În aceste condiții va fi avantajos să se lucreze în domeniul înnegrilor pentru care mărimea N este maximă. Graficul funcției N este dat, și el, în figura 12.4.

În domeniul spectral pentru care randamentul cantic echivalent este maxim ($\lambda \approx 4000 \text{ \AA}$), $q \approx 0,91$. Pentru sorturi de emulsii diferite, valorile randamentului cantic echivalent diferă mai puțin decât sensibilitățile lor. Desigur că abaterile de la legea lui Beer substituim afectează valoarea randamentului cantic echivalent la fel de puternic ca și sensibilitatea emulsiei.

În cazurile în care precizia de măsurare a energiei este determinată de eroarea de fluctuație a numărului de granule dezvoltate, se poate recomanda să se ajungă la o densitate de înnegrire a emulsiei fotografice puțin la 0,3-0,4, adică până în regiunea maximumului randamentului cantic echivalent. Acesta va asigura precizia maximă a măsurătorilor energetice. Dacă timpul pe care îl putem avea la dispoziție pentru expunere permite să se obțină înnegri cu mult mai mari, atunci este util să îl folosim pentru obținerea câtorva spectre, astfel încât fiecare dintre ele să aibă o densitate de înnegrire corespunzătoare aproximativ maximumului randamentului cantic echivalent. Aceasta va asigura o precizie de măsurare mai mare decât obținerea unui singur spectru cu o expunere mică.

Conform tradiției, adesea se urmărește obținerea de înnegri cuprinse în domeniul intervalului linear de pe curba caracteristică. După cum rezultă însă din cele spuse mai sus, pentru măsurarea fluxurilor luminoase slabe, acest procedeu este cu totul contraindicat. Plasarea în intervalul linear al curbei caracteristice trebuie făcută numai atunci când rolul hotărâtor îl au erorile de măsură și nu cele de fluctuație.

Există unele procedee pentru creșterea într-o oarecare măsură a sensibilității emulsiilor fotografice. În acest scop, mai mult de a le expune, ele se tratează cu soluții de amoniac sau de azotat de argint, cu vapori de mercur sau cu alți reactivi. Acest procedeu se numește *hypersensibilizare*. În practica spectroscopică el nu se utilizează aproape niciodată, probabil din cauză că pentru emulsiile actuale, de înaltă sensibilitate, el este puțin eficient și provoacă adesea apariția voalului. În afară de aceasta, sensibilitatea suplimentară, obținută prin hypersensibilizare, dispare după un timp foarte scurt.

Un anumit câștig în sensibilitate se poate obține printr-o expunere suplimentară la lumină a emulsiei fotografice folosind o sursă de lumină stabilă. În cazul expunerilor de lungă durată a spectrelor slabe, pentru mărirea sensibilității, este necesară o iluminare *prealabilă* (înainte de expunere) a emulsiei, de scurtă durată. Din contră, în cazul unei expuneri de scurtă durată a spectrelor strălucitoare (spectroscopia de mare viteză), pentru mărirea sensibilității este necesară o iluminare de durată cu o sursă de lumină slabă, *după expunere*.

Variația sensibilității stratului. În diferite regiuni ale stratului fotosensibil adesea sensibilitatea nu este aceeași. Aceasta se referă mai ales la regiunile periferice ale plăcilor și peliculelor. Aceasta se datorează în parte faptului că la marginea unei plăci stratul sensibil poate fi de altă grosime decât în restul plăcii, dar, mai ales, reducerea parțială a argintului coloidal sub acțiunea aerului atmosferic. Un alt rezultat al acestei acțiuni îl constituie și voalul marginal, care apare prin păstrarea îndelungată a materialelor fotografice și care poate fi importantă pe o distanță de 1 cm și mai mult de la marginea plăcii. Din

această cauză, în cazul cercetărilor fotometrice se recomandă numai folosirea unor materiale fotografice la care timpul de păstrare recomandat nu este expirat. Duratele de păstrare ale emulsiei fotosensibile în domeniul roșu, dar mai ales în cel infraroșu, sînt mai mici decît duratele de păstrare ale materialelor nesensibilizate. Pentru o conservare mai bună a plăcilor fotografice, ele trebuie păstrate într-un frigider, în cutii metalice sau de plastic ermetic închise, cu scopul de a fi apărate de umezeală și alte acțiuni atmosferice.

Chiar plăcile fotografice lipsite de voal marginal pot da diferite înnegriți în puncte îndepărtate între ele, diferența fiind legată de faptul că grosimea stratului nu este constantă.

Variația înnegriții datorită turnării neuniforme (a emulsiei) se produce uneori uniform de la o margine la alta. Pentru plăcile „spectrale” de tipul I, II și III coeficientul de variație a înnegriții (evaluat în iluminare), din cauze macroneomogenităților, este de 0,5–1 %. În cazul plăcilor de tipul YΦIII el atinge 2 %. Măsurătorile sînt efectuate la distanțe dintre porțiuni fotometrate de 0,5 cm și la înnegriți de ≈ 1 [12,4]. De aceea, pentru măsurarea erorilor de măsurare trebuie comparate puncte ale emulsiei cît mai apropiate între ele. Din acest punct de vedere, este avantajoasă folosirea unor aparate cu dispersie lină mică, în care liniile comparate se află la distanțe mai mici una de alta, decît în aparatele cu dispersie mare.

Plăcile de calitate, actuale, fabricate special pentru cercetări spectroscopice, nu dau erori sensibile, provocate de macroneomogenitățile emulsiei. În cazul emulsiei obișnuite însă, tocmai astfel de erori dau contribuția principală la erorile de măsură. În lucrări de mare precizie este necesar să se verifice gradul de omogenitate al materialelor fotografice.

Sensibilitatea spectrală. Datele asupra sensibilității materialelor fotografice se referă de obicei la analiza făcută în lumină albă. În cazul cercetărilor spectroscopice totdeauna este important să se știe și dependența sensibilității de lungimea de undă.

Cînd se folosesc emulsii obișnuite, cu bromură de argint, limita de sensibilitate dinspre lungimile de undă mici este de 2000 Å. Începînd cu 2300 Å începe efectul de absorbție a luminii de către gelatina stratului sensibil. Sensibilitatea fotochimică a bromurii de argint are limita dinspre lungimi de undă mari în jurul valorii de 5500 Å. Maximul de sensibilitate se află în jur de 4000 Å. Introducerea în emulsie a unor coloranți speciali (sensibilizatori) permite lărgirea domeniului de sensibilitate a emulsiei fotografice pînă la 11 000–12 000 Å. În figura 12.5 sînt date curbele de sensibilitate spectrală ale unor tipuri de




Fig. 12.5. Curbele sensibilității spectrale ale unor plăci fotografice autchiloare: 1 — plăci spectrale de tipul I; 2 — plăci spectrale de tipurile II și III; 3 — plăci sensibilizate pentru scopuri școlare; 4 — plăci micro; 5 — plăci pancrom; 6 — plăci infraroșu 760; plăci infraroșu 880.

plăci indigene, iar în figura 12.6, datele asupra sensibilității spectrale ale emulsilor firmei Eastman-Kodak.

În cazul în care experimentatorului îi lipsesc materialele fotosensibile în domeniul spectral de care are nevoie, se poate trece la sensibilizarea plăcilor obișnuite nesensibilizate, trecindu-le printr-o baie de soluții ale coloranților




Fig. 12.6 Clasificarea spectrală a materialelor fotografice ale firmei Eastman-Kodak

corespunzători (pinaverdol, dicianin, criptocianin ș.a.). Rețetarul și regimul de sensibilizare sînt date în îndrumările de fotografiere [12.5]. De obicei, îndrumările dau și modul de preparare a colorantului corespunzător.

Acțiunea coloranților este neaditivă; de aceea, nu se recomandă sensibilizarea ulterioară a unei emulsii deja sensibilizate.

În literatura de specialitate s-a arătat că materialele fotografice, sensibilizate în condiții de laborator, au o calitate inferioară față de cele la care coloranții sînt adăugați în emulsie, în procesul de fabricație.

Coefficientul de contrast, γ , ca și sensibilitatea, depinde de lungimea de undă. În funcție de condițiile de preparare și de dezvoltare a stratului sensibil, alburile curbilor spectrale ale coeficientului de contrast sînt diferite (fig. 12.7).

Variația lui γ de-a lungul spectrului este de obicei relativ mică, iar contrastul este practic constant, într-un domeniu considerabil mai mare decît sensibilitatea.

Dependența densității de înnegrire de modul de prelucrare a stratului. Mărimea înnegrii nu depinde numai de energia care acționează asupra emulsiei, ci și de compoziția chimică a revelatorului, de temperatura lui și de timpul de dezvoltare, cit și — într-o măsură mai mică — de procedeul de fixare și de uscare a stratului. Un timp de dezvoltare prea mic provoacă o măsurare a înnegrii precum și a contrastului; o dezvoltare prea îndelungată, în special la o temperatură ridicată, conduce la mărimea înnegrii, însoțită de măsurarea contrastului. Diferite rețete de revelatori dau diferențe de înnegrire a unor straturi cu același timp de expunere.

Modul de prelucrare a straturilor fotografice este dat în îndrumare speciale [12.2, 12.6]. În cazul prelucrării unor spectrograme destinate măsurătorilor cantitative de precizie, trebuie luate măsuri de precauție speciale.

Pentru redarea cât mai corectă a înnegriilor, este necesară o agitare intensă a revelatorului, mai ales la suprafața stratului care se dezvoltă. Pentru aceasta se recomandă ca în tot timpul dezvoltării tava în care se face dezvoltarea să fie clătinată mereu. De fapt însă aceasta nu asigură o agitare suficient de bună. Cel mai bine este ca stratul de revelator din vecinătatea imediată a emulsiei să fie mereu îndepărtat cu ajutorul unei pensule plane moi (și mai bine din cauciuc), trecând continuu cu ea peste emulsie, în tot timpul dezvoltării. Gradul de denaturare a redării înnegrii, dacă nu se apucă acest procedeu, este ilustrat în figura 12.8. După terminarea prelucrării unde a emulsiei fotosensibile este necesară îndepărtarea de pe suprafața sa a particulelor solide, care se așază de obicei, provenind din soluții și din apă. Pentru aceasta emulsia trebuie ștearsă ușor, sub un jet slab de apă, cu un tampon de vată umedă sau pur și simplu cu degetele. Deosebit de periculos este praful care se depune pe placă în




Fig. 12.7. Curbele spectrale ale coeficientului de contrast: 1, 2 — materiale de mică sensibilitate — izopan F P și plăci fototehnice; 3, 4 — materiale de înaltă sensibilitate — plăcile izoopto și filmul ultrarapid.




Fig. 12.8. Influența agitării revelatorului asupra uniformității dezvoltării. Linii de egală densitate ale unor filme fotografice iluminate uniform și în aceleași condiții, în cazul dezvoltării fără agitare (a) și cu agitare intensă (b) [8].

timpul uscării. De aceea, este mai bine ca emulsia să fie uscată repede, suflând, cu ajutorul unui ventilator, un curent de aer puțin încălzit și, pe cât posibil, lipsit de praf (a nu se topi emulsia!). Uscarea plăcilor la temperatura camerei, într-un exicator mare, așezat pe un vas cu acid sulfuric, asigură evitarea depunerii prafului pe ele.

Efectul naturii imaginii. În procesul dezvoltării stratului fotosensibil are loc reducerea la metal a halogenurii de argint, în urma căreia substanța reducătoare a revelatorului se oxidează. Revelatorul începe să acționeze mereu mai lent, astfel încât în final acțiunea sa încetează cu totul.




Fig. 12.9. Influența efectului Lberhardt (b) și a difuziei luminii în emulsie (c) asupra distribuției înregistrării imaginii: a — distribuția iluminării pe suprafața unei emulsii; b — microfotogramă domeniului corespunzător al emulsiei; c — influența efectelor dezvoltării și difuziei luminii în emulsie asupra formei conturului instrumental, pentru virgini diferite ale fantei.

Cu cât este mai puternic iluminată o anumită porțiune a stratului fotosensibil, cu atât este mai mare și cantitatea de argint redus din acea porțiune și deci cu atât se va epuiza mai intens revelatorul. În procesul dezvoltării, înlocuirea revelatorului oxidat cu unul nou se produce prin agitarea revelatorului de deasupra stratului, dar în interiorul acestuia, datorită proceselor de difuzie. Dacă pe stratul fotosensibil se află alături două domenii ale imaginii, corespunzătoare unor exponenți mari și altele mici, atunci de asupra porțiunii cu expunerea mare

revelatorul se epuizează mai repede. Revelatorul oxidat va difuza în strat în zona imaginii cu o iluminare redusă și deci aceasta se va developa mai mult. Viceversa, revelatorul proaspăt din regiunea cu iluminare mică difuzează în regiunea cu iluminare mare, iar ultima se developează mai repede pe margine. Ca rezultat, o distribuție a iluminării ca cea din figura 12.9 a, va da un tablou al distribuțiilor înnegririlor (fig. 12.9 b) care ilustrează cu deosebită evidență așa numitul efect Eberhardt. Un alt proces care falsifică distribuția înnegririlor la limita de separație a două regiuni cu iluminări diferite îl constituie difuzia luminii în emulsie. Granulele de bromură de argint difuzează parțial lumina. Lumina difuzată din regiunea imaginii puternic iluminate poate mări considerabil iluminarea părților adiacente ale regiunilor slab iluminate.


Drept exemplu să urmărim rezultatul global al acțiunii simultane a efectului Eberhardt și a difuziei luminii asupra formei conturului instrumental al unui spectrograf, pentru diferite lățimi ale fantei (fig. 12.9 c). Se vede că aceste efecte nu numai că pot denatura strălucirea măsurată a unei linii spectrale, ci, la fel ca și solarizarea, să transforme o linie spectrală izolată într-un dublet sau să modifice distanța dintre componentele unui multiplet.

Cantitatea de lumină difuzată în emulsie depinde de structura granulelor emulsiei, de grosimea acesteia și de lungimea de undă a luminii. De obicei, acțiunea sa fotografică se extinde pe o distanță de 1-2 mm de la marginea regiunii puternic iluminate. Firește, cu cât este mai mare expunerea în această regiune, cu atât crește și distanța pe care se manifestă acțiunea luminii difuzate de ea.

Efectele prezentate mai sus sînt deosebit de dăunătoare mai ales atunci cînd este necesar să se măsoare înnegrirea unor linii slabe, care se află în apropierea unor linii intense. Pentru înlăturarea influenței lor, în afară de măsurile de precauție ce trebuie luate în timpul developării, descrise mai sus, este necesar să se mîrească pe cît posibil dispersia linară a aparatului.

Halourile. O parte importantă din energia care trece prin emulsie se reflectă pe suprafața posterioară a substratului. Deosebit de mare este coeficientul

Fig. 12.10. Aureolele din jurul liniilor spectrale intense.



de reflexie pentru lumina difuzată care cade pe substrat sub unghiuri mai mari decît unghiul de reflexie totală. Lumina reflectată produce halouri în jurul liniilor spectrale intense, așa cum se vede din figura 12.10. Distanța de la linie la halo este determinată de grosimea substratului și de indicele lui de refracție. În cazul filmelor subțiri, halourile se confundă practic cu linia, lărgind întrucîtva conturul instrumental. De cele mai multe ori plăcile au un strat antihalo special. Cel mai bun este ca stratul antihalo din colorantul absorbant să fie introdus între emulsie și substrat. În timpul developării și fixării a est colorant se decolorează. În cazul în care plăcile folosite nu au acest strat, atunci el trebuie depus pe spatele plăcii de sticlă.

Un rezultat satisfăcător îl dă o hîrtie neagră umedă. O foaie bine umectată se lipește cu mare atenție pe sticlă, astfel încît între sticlă și hîrtie să nu rămîină nici o bulă de aer. Placa astfel pregătită trebuie folosită imediat, intrucît prin uscarea hîrtiei contactul dintre ea și sticlă se strică.

O înlăturare completă a haloului se poate atinge folosind o foaie de plumbină, înmuiată în ulei. În acest scop se utilizează hirtie neagră cu stratul de carbon lipit pe dosul plăcii pe care se depun, în prealabil câteva picături de ulei mineral lichid. Acest procedeu se folosește și în cazul filmelor. Este necesară o precauție extremă, pentru a nu păta cu ulei stratul cu emulsia.

Granulația emulsiei. Diferite sorturi de emulsii conțin granule cu dimensiuni diferite, cuprinse între câteva sutimi și câteva zecimi de milimetru. Datorită granulației și a difuziei provocate de această lumină în emulsie, puterea de separare a straturilor fotografice variază de la 20-30 la 3000-5000 lmu/mm. De regulă, straturile cu granulație mare sînt totodată și mai sensibile. În particular, aceasta se datorează faptului că o singură granulă de bromură de argint redusă produce în cazul emulsiei cu granulație fină o înnegrire a stratului mult mai mică decît în cazul unei emulsii cu granulație mare. Dacă stratul este expus uniform, numai valoarea medie a înnegririi rămîne constantă. Cînd suprafața la care înneguirea este măsurată se măsoară, cresc fluctuațiile acestei măsuri. Dacă numărul de granule de argint de pe 1 cm^2 este N , atunci aria ΔN va fi

$$\Delta N = N\Delta S$$

granule. În acest caz fluctuația lui ΔN va fi egală cu

$$\delta(\Delta N) = \sqrt{N\Delta S}. \quad (12.4)$$

Dacă se considera, ca în lucrarea [12.3], înnegrura D proporțională cu N , atunci fluctuația ei δD proporțională cu fluctuația în numărul de granule de pe unitatea de suprafață, adică

$$\delta D \approx \sqrt{N\Delta S}/\Delta S,$$

atunci eroarea relativă de măsurare a înnegririi va fi

$$\frac{\delta D}{D} = \frac{1}{\sqrt{N\Delta S}}. \quad (12.5)$$

Cele de mai sus se referă la cazul unor înnegriri mici, cînd se poate neglija supra-punerea granulelor. Determinările experimentale concordă suficient de bine cu această valoare. Rolul fluctuației înnegririi este ilustrat în figura 12.11 a. În ea sînt reprezentate curbele de înnegrire din apropierea unei linii spectrale λ_k , trasate pentru porțiuni de arii diferite.

Eroarea determinată de fluctuațiile în distribuția granulelor poate fi neglijată dacă eroarea instrumentală de măsurare a înnegririlor depășește fluctuația de câteva ori. Aparatele obișnuite pentru măsurarea înnegririlor permit să se măsoare înnegririle cu o precizie de pînă la 0,01 sau, pentru $D = 1$, în jur de 1 %. Eroarea datorată fluctuațiilor este neînsemnată, dacă aria măsurată este mai mare ca $0,1\text{ mm}^2$. Considerentele de mai sus permit să se aleagă aria de măsurat astfel încît granulația emulsiei fotografice să nu introducă erori considerabile în valorile măsurate ale înnegririlor.

Dacă precizia de măsurare este determinată de granulația structurii stratului fotografic, atunci eroarea de măsurare a înnegririi depinde de produsul $N\Delta S$, adică de numărul total de granule de argint reduse din suprafața foto-

metrată. Acest fapt rezultă din relația (12.5). Dacă se consideră acest număr proporțional cu numărul total de cuante, N_T , care cad pe stratul fotosensibil, atunci micșorarea distanței focale a obiectivului fotografic al spectrografului, F_D , nu va duce la mărirea preciziei de înregistrare a unui număr mic de cuante, deoarece creșterea iluminării este însoțită de micșorarea ariei imaginii fantei de pe stratul fotografic. Prin urmare, luminozitatea unui spectrograf, în cazul




Fig. 12.11 Influența granulației asupra rezultatelor fotometrării: a - emulsia panoram, ΔS pentru curbele 1, 2 și 3 este respectiv de 0,0025; 0,02 și 0,1 mm²; b - $\Delta S = 0,0025$ mm², pentru diferite tipuri de emulsii produse de firma Kodak. Valoarea este uniformă. Figurile a și b sînt date în scări diferite.

în care se înregistrează energii luminoase de mică intensitate, nu este determinată de iluminare, ci de fluxul luminos, adică la fel ca și luminozitatea monocromatoarelor (v. expresia (3.49)).

În realitate proporționalitatea $N\Delta S \sim N_T$ nu se înlăptuiește. Din această cauză, dacă înregistrarea atinsă se află în regiunea subexpunerii (fig. 12.4), în care randamentul cuantic echivalent nu atinge încă maximumul, este avantajoasă creșterea înregistrării, micșorînd scara imaginii fantei. Firește, această micșorare nu trebuie să ducă la o înregistrare excesiv de mare, la care randamentul cuantic echivalent scade din nou.

Datorită difuziei luminii în emulsia dezvoltată, densitatea de înregistrare depinde de procesul de măsurare. Într-adevăr, lumina de la o suprafață care produce lumină difuză va fi atenuată de stratul sensibil numai datorită absorbției ei în granulele de argint, în timp ce un fascicul direcțional va fi atenuat și de absorbție, și de difuzia produsă în întreaga emulsie.

De aceea, măsurătorile făcute într-un fascicul de lumină difuză și în unul direcțional precum și măsurătorile care se efectuează la aperturi unghiulare diferite ale elementelor optice de măsură dau valori întrucîtva diferite ale

lui D înnegrirea mai depinde și de compoziția spectrală a luminii cu ajutorul căreia se efectuează măsurătoarea; în particular, granulele de argint sînt mai transparente în domeniul albastru decît în cel galben. Din această cauză, măsurătorile de înnegrire în care se folosesc filtre galbene sau roșii dau valori mai mari ale lui D decît măsurătorile în lumină albăstră.

§ 3. IMPRIMAREA MĂRILOR DE ÎNNEGRIRE

Construcția curbei caracteristice. Trecerea de la valorile măsurate ale înnegrirei emulsiei la cantitatea de energie care a acționat asupra ei în timpul expunerii se poate face numai folosind etalonarea empirică a emulsiei. În general această etalonare trebuie făcută cu respectarea tuturor condițiilor din timpul expunerii și la radiația de măsurat, adică să se folosească lumină cu aceeași compoziție spectrală și exact aceeași durată a expunerii. În acest scop, pe emulsii se imprimă așa-numitele *mărci de înnegrire* (uneori ele se mai numesc și *mărci de intensitate*). Cel mai bine este ca ele să fie fotografiate simultan cu fotografiarea spectrului sursei cercetate, folosind lumina aceleiași surse. În cazurile în care această operație nu este posibilă, mărcile pot fi imprimante cu lumina altei surse (înainte sau după obținerea spectrului de cercetat).

La calibrarea emulsiei diferite plăci sînt astfel iluminate încît la trecerea de la o regiune la alta iluminarea să se modifice într-un raport bine determinat. Avînd un număr suficient de mărci de astfel de plăci și măsurînd înnegrirea lor, se poate construi dependența empirică $D = f(E)$. În timpul etalonării uneia dintre plăci se atribuie valoarea unitate. Prin urmare, întreaga curbă se trasează în unități relative.

Atenuatorul în trepte. Cel mai des mărcile de înnegrire sînt imprimate cu ajutorul unui atenuator în trepte. El constă dintr-o serie de straturi, sub transparente care au transmutanțele diferite. De obicei, acestea sînt straturi subțiri din platina sau aluminiu, depuse pe un suport de sticlă sau de cuarț. Pentru protejare, stratul este acoperit cu o placă transparentă de același fel (fig. 12.12).




Fig. 12.12 Atenuator în trepte

De obicei, atenuatorul în trepte constă din 7 - 9 straturi, a căror transmutanță variază de la 1 la 0,1. Uneori se realizează atenuatori cu raportul dintre transmutanțele treptelor extreme de 100 sau mai mult. Numărul de trepte și lărgimea lor depinde de problema fotometrică pusă. Cel mai comod

este ca atenuatorul în trepte să nu fie selectiv. Această condiție este cel mai bine realizată de straturi de platină, ale căror curbe spectrale de transmisie au fost date în figura 9.1. Când se fac măsurători de precizie, nu trebuie să se acorde o încredere absolută datelor din prospect asupra transmitanței treptelor atenuatorului — odată cu trecerea timpului ea se poate modifica într-o anumită măsură.

Pentru obținerea măreilor de înregistrare atenuatorul se așază de obicei exact lângă fanta aparatului spectral și se fotografiază spectrul sursei de cercetat sau al unei surse speciale. Pentru obținerea unor date sigure este necesar ca toate treptele atenuatorului să fie iluminate la fel, iar lumina ce provine de la toate regiunile active ale fantei să umple uniform optica aparatului (v. cap. 5). În acest caz se obțin o serie de spectre ale sursei, cu raportul dintre iluminările din fiecare spectru bine cunoscut.


Uneori atenuatorul se așază la o distanță mare de fantă, iar imaginea lui este proiectată în planul fantei cu ajutorul unei lentile suplimentare. În ultimul timp acest procedeu este folosit tot mai rar.

Atenuatorul în trepte poate fi așezat în fața fantei numai în cazul unui astigmatism neînsemnat. În acest caz marginile porțiunilor de trepte din imagine se văd suficient de clar. În cazul aparatelor cu astigmatism puternic nu este admisă fixarea atenuatorului în trepte imediat în fața fantei aparatului. Unele aparate cu rețele concave sunt înzestrate cu atenuatori în trepte, așezați direct în fața emulsiei fotografice. Acest procedeu este complicat, mai ales dacă este necesară înregistrarea măreii într-un interval spectral mare.

Trebuie avută în vedere și o sursă posibilă de erori când se folosește atenuatorul în trepte. Datorită interferenței razelor de lumină, reflectate de cele două suprafețe ale atenuatorului, pot apărea franje de interferență, care uneori sînt clar vizibile atunci cînd fanta spectrografului este iluminată cu o sursă avînd spectrul continuu. Dacă franjele de interferență sînt paralele cu fanta, iar spectrul este de linii, atunci ele în general nu mai pot fi deloc depistate. Prezența unor asemenea franje poate afecta raportul strălucirii liniilor măsurate cu o eroare de cîteva procente. De aceea, pentru măsurători de precizie, orice atenuator trebuie verificat cu ajutorul unei surse cu spectru continuu. Dacă franjele date de el modifică substanțial înregistrarea din spectru, atunci este necesar să se aplice corecțiile corespunzătoare. Modificări foarte mici ale poziției atenuatorului de fantă pot schimba foarte puternic tabloul de interferență.

Erori de măsură a energiei pot fi introduse și datorită luminii reflectate pe suprafața posterioară a cuțitelor fantei cît și pe suprafața atenuatorului (fig. 12.13). Deoarece treptele atenuatorului constau din straturi reflectante,

Fig. 12.13. Efectul de decalcare dat de lumina reflectată pe fantă și pe suprafața atenuatorului în trepte plasat imediat în fața ei: 1 — fantă; 2 — atenuatorul în trepte.




reflexe, care reflectate pe ele li considerăm, ca atât mai mare cu cât este mai mare valoarea de trecere a timpului respectiv. Pentru a evita erorile determinate de aceste reflexe, căuțele fantei trebuie înecutate [12,7].

[illegible]

În timpul construcției, pe lângă lucrările de sădare a pomilor și a tineretului, s-a lucrat la amenajarea terenului și la construirea fântânii. După sădarea pomilor și a tineretului, s-a lucrat la amenajarea terenului și la construirea fântânii.

construcției șantier.

Sectorul în trepte, în cazul în care datorită timpului necesar de efectuare a lucrărilor de construcție și de montaj a echipamentelor, este necesar să se realizeze în trepte, fig. 12-14. În acest caz, echipamentul este montat în trepte, axa lui de rotație este în poziția predefinită, în funcție de înălțimea lucrărilor, ceea ce permite realizarea cu ușurință a tuturor lucrărilor necesare. Sectorul se rotește în timpul expunerii, când se realizează poziția în funcție de înălțimea de depind de numărul semnificațiilor sectorului corespunzător.

Fig. 12.14. Scatter diagram of $\ln \bar{X}_i$ vs. $\ln \bar{X}_j$ for tropical species.

1980, anul al 3-lea din C.E. priveşte măsurătorile cantitative efectuate cu ajutorul sistemului, de trebură interpretate cu mare prudenţă spre descoperire de un caracter care ne dă cunoaşterea $D = f_2(t)$, cu ajutorul sistemului se obţine dependenţa $D = f_1(t)$, unde t = timp, ştim, f_1 şi f_2 nu coincid, $f_1(t)$ este puţin mai mare decât $f_2(t)$.

Para poder ler e interpretar corretamente os dados apresentados, é necessário que o leitor tenha conhecimento prévio sobre a metodologia utilizada e sobre o contexto da pesquisa. Os dados são apresentados em forma de tabelas e gráficos, e a interpretação deve ser feita com cuidado, levando em consideração as limitações da amostra e do método utilizado.

to be decided prudently, without resorting to a particular model or policy package, or the future. In most cases, effective strategies have been developed by trial and error.

Diafragmele și alte procedee de înregistrare a mărcilor de înnegrire. Mai demult se foloseau procedee de imprimare a mărcilor de înnegrire cu ajutorul diferitelor diafragme de apertură, așezate fie în fața fantei, fie în interiorul aparatului spectral.

Hansen a propus o diafragmă în trepte, care se proiectează pe fantă cu ajutorul unei optici sterocilindrice (fig. 12.15). Imaginea diafragmei este astfel construită, încât pe fantă să apară clar limitele dintre treptele ei. În acest caz

Fig. 12.15 Diafragmă în trepte.



raportul dintre iluminări la expunerea spectrală este egal cu raportul dintre lărgimile deschizaturilor diafragmei. Tot o variație riguroasă a iluminării de-a lungul unei linii spectrale se realizează și prin introducerea diafragmei fie între obiectivul fotografic și suprafața sa focală, fie între fantă și lentila colimatorului. În prezent asemenea metode de înregistrare a mărcilor aproape că nu se mai folosesc, cu toate că selectivitatea spectrală extrem de redusă constituie un avantaj indiscutabil. Folosirea diafragmelor implică însă atât o reproducibilitate cit și un calcul perfect al condițiilor de umplere a opticii aparatului, ceea ce este greu de realizat cu precizia necesară.

Pentru imprimarea mărcilor se introduce uneori în sistemul de iluminare sau în interiorul spectrografului rețele de sîmă ca un coeficient de transmisie bine determinat. Se folosesc multipleți spectrali al căror raport între străluciri este cunoscut sau se obține o serie de spectre de la o sursă „punctuală”, așezată la diferite distanțe de fantă. În ultimul caz se presupune că iluminarea spectrală variază invers proporțional cu pătratul distanței. Trebuie însă avut grijă ca sursa să fie suficient de mică în comparație cu distanța de la ea la fantă, iar înnegrurile să nu fie deformate datorită luminii reflectate de pereții laboratorului sau a luminii difuzate în interiorul spectrografului.

§ 4. MĂSURAREA ÎNNEGRIRILOR

Pentru măsurarea înnegririlor în spectre, se folosesc *microfotometre*. Cel mai frecvent sunt folosite *microfotometre înregistratoare*, care dau o înregistrare continuă a înnegririlor dintr-o anumită regiune a spectrului.

Unele tipuri de microfotometre permit efectuarea măsurătorilor numai în anumite puncte ale plăcii fotografice. Asemenea măsurători pot fi realizate și cu aparate înregistratoare.

Schema de principiu a unui fotometru înregistrator este dată în figura 12.16. În ogre fotografică a spectrului de măsurat, P , este luminată cu o sursă construită dintr-un bec de incandescență alimentat de la un acumulator sau de la o sursă stabilizată, printr-un sistem condensor, L . Regiunea de spectru dinmădă este proiectată de sistemul optic L_1 cu o matrie peternică în planul diafragmei S , care delimitează din întreaga imagine regiunea din fotoemulsie, care va fi măsurată. În spatele diafragmei este plasat un recep-

tor fotoelectric, F , de la care semnalul este transmis dispozitivului de înregistrare, M .

Pentru înregistrarea spectrului trebuie să se realizeze o deplasare sincronizată a emulsiei, în direcția dispersiei, cu cea a benzii de hirtie sau a filmului fotografic pe care se face înscrierea imaginilor. De obicei, pe marginile spectrului se face înregistrarea și a regiunilor de emulsie neexpuse la lumină, la




Fig. 12.16. Schema de principiu a unui microfotometru înregistrator

care se raportează imaginile. Dacă sistemul fotoelectric al microfotometrului este liniar, atunci mărimea deviației, n , este proporțională cu fluxul luminos Φ , care acționează asupra sistemului. Luând ca unitate deviația corespunzătoare regiunii neînregistrate a emulsiei, se obține $\log n = D$. Prin urmare, pentru a trece de la ordonatele cubiei astfel obținute la măguri, trebuie logaritmizate valorile cubilor. Uneori, această operație se realizează în același aparat, astfel încât la ieșire se obțin direct valorile măgurilor. În unele cazuri efectul acțiunii lumii asupra emulsiei fotografice este determinat nu după înregistrare, ci prin alte funcții, de exemplu, prin transparența emulsiei, $T = \Phi \Phi_0$. În cazul unui aparat liniar, $T = n/n_0$.

Uneori, pentru a extinde partea liniară a curbei caracteristice pe o porțiune mai mare decât regiunea înregistrărilor normale, în loc de $\log n = D$ se ia funcția W , definită prin relația

$$W = \log \left(\frac{n_0}{n} - 1 \right).$$

Unele microfotometre au scale pe care se pot citi valorile lui T sau ale lui W . Trebuie subliniat că utilizarea uneia sau alteia dintre caracteristicile efectului produs de lumină asupra plăcii fotografice este determinat de comoditatea și viteza de efectuare a măsurătorilor, fără ca, în principiu, să afecteze precizia lor. Din această cauză, cel mai des se folosește scala înregistrărilor.

Un procedeu ceva mai aparte față de cele descrise este procedeul care constă în măsurarea lărgimii imaginilor liniilor spectrale. Cu cât este mai strălucitoare imaginea liniei spectrale, cu atât ea se extinde în ambele părți față de centrul ei. În aparatele cu dispersie mică și medie această lărgime a liniilor spectrale nu este determinată de proprietățile sursei (de lărgimea spectrală a liniei însăși), ci de difuzia lumii în emulsia fotografică. Prin urmare, domeniul înregistrărilor din apropierea liniei este cu atât mai larg, cu cât este mai mare expunerea. S-a propus o metodă, care, printr-o adaptare simplă a microfotometrului, permite măsurarea lărgimii efective a imaginii fotografice a liniei, înseamnă astfel compararea strălucimilor liniilor spectrale, care se deosebesc foarte mult între ele [12.8]. Însă această metodă nu s-a răspândit prea mult.

O măsură a acțiunii lumii asupra emulsiei fotografice o constituie și în interferența care se formează pe placa fotografică dezvoltată. Aceste interferențe se observă ușor cu ajutorul unui microminterferențiu [12.9].

Microfotometre. Vom descrie în această secțiune microfotometrul fără înregistrare MΦ-2 și microfotometrul înregistrator MΦ-4. Schema optică și construcția principalelor subansamblu sînt aceleași în ambele aparate. Ele au la bază schema optică și construcția fotometrului rapid Zeiss, Γ-11. În figura 12.17 sînt reprezentate aspectul general al aparatului și schema optică a acestuia.

Microfotometrul MΦ-2 este destinat pentru măsurarea intensităților liniilor spectrale și a unor părți din spectrul continuu. El face parte din cele mai simple aparate cu un singur fascicul de acest tip.

Placa studiată se fixează cu ajutorul unor cleme cu arc pe mîsuța 1 (fig. 12.17a), cu emulsia îndreptată spre microobiectivul 2. Microobiectivul proiecte-




Fig. 12.17. Aspectul exterior (a) și schema optică (b) a fotometrului rapid Γ-11

teaza regiunea explorată a spectrului în planul ecranului 3, în spatele căruia este așezată fanta de măsură. Lărgimea ei se reglează cu ajutorul tamburului 4. Folosind o drușă specială, se poate regla și înălțimea activă a fantei de măsură.

Ca sursă de lumină se folosește becul cu incandescență 5 (fig. 12.17 b). Condensorul 6 iluminează fanta largă 7, ale cărei cușite sînt făcute din lame de sticlă colorate în verde. Cu ajutorul prisme 8, care frînge drumul razelor cu 90° , și al microobiectivului 9 fanta este proiectată clar în planul emulsiei de măsură. Această schemă permite să se obțină pe ecran o porțiune mare, clar vizibilă a spectrului. Cantitatea de lumină difuzată care cade pe fanta de măsură trebuie să fie cât mai mică posibil. Mărimea sistemului de proiecție se poate modifica în limitele de la 21x la 30x. Pentru aceasta, se folosesc lentile suplimentare.

Lumina de la același bec servește și pentru iluminarea scalei galvanometrului, 10. Condensorul 11 proiectează în interiorul lămpii pe oglinda galvanometrului, 12. Imaginea scalei astfel reflectată este proiectată, cu ajutorul unui sistem de lentile și de prisme și oglinzi de frîngere a drumului razelor, pe ecranul de citire, 13. Rotirea oglinzii galvanometrului, datorită curentului fotoelectric de la celula fotoelectrică cu schenai, 14, pe care este proiectată, cu ajutorul lentilei 15, imaginea fantei de măsură 16, produce deplasarea imaginii scalei pe ecran față de un indice de măsură fix.

Pentru o arie a porțiunii de măsură de $0,6 \text{ mm}^2$, regnurile neîmpresurate ale plăcii fotografice dau o deplasare a scalei cu circa 1000 diviziuni. Acest

tip de aparat este foarte comod, atunci cind trebuie măsurată înregistrarea unui număr la prea mare de linii din spectru.

O variantă a acestui microfotometru, destinat pentru înregistrarea fotografică continuă a transmisei emulsiei fotografice, este avrâtă sub denumirea de МФ — 4, la care măsura cu placa fotografică se mișcă rect și uniform cu un electromotor cu reductor. O riglă de sticlă leagă masca cu cască în care se află placa fotografică. Pe riglă se deplasează un spot luminos dat tot de oglinda galvanometrului. Această construcție asigură o sincronizare satisfăcătoare a mișcării măsuri de masă cu placa fotografică precum și variația în limite largi a raportului dintre vitezele lor de mișcare.

Din punct de vedere, sensibilitate a aparatelor МФ — 2 și МФ — 4 nu este suficientă pentru măsurarea unor înregistrări relativ mari pe o suprafață fotometrată mică





Fig. 12.18. Schema de principiu (a) și aspectul exterior (b) al microfotometru MF-4.

($\sim 0,01 \text{ mm}^2$). Pentru mărirea sensibilității, celula fotoelectrică cu schemă este înlocuită cu un fotomultiplicator, iar înregistrarea fotografică, cu înregistrarea dată de un potenționmetru electronic inscripător. Descrierea acestei instalații este dată în lucrarea [12.10]. Toate aparatele de lucru necesită surse de lumină strict constante. Variația structurii lor reprezintă principala sursă de erori.

Mai perfecționate sînt aparatele cu două fascicule, de pildă microfotometrul înregistrator Joyce. Funcționarea lui se bazează pe egalizarea a două fluxuri de lumină - unul care trece prin emulsia fotografică de măsurat și altul etalon. Schema de principiu a aparatului este dată în figura 12.18 a. Lumina de la o lampă cu incandescență, 1, merge pe două căi: 1) prin spectrograma de măsurat, 2, fanta de măsură, 3, pana de atenuare, 4, și modulatorul 5 și 2) prin fanta de comparație, 6, și prin modulator. Discul modulatorului este rotit de motorul 7, astfel încît pe celula fotoelectrică 8 ajung alternativ cînd fasciculul I_1 , cînd I_2 . Dacă fluxurile luminoase din ambele brațe sînt egale, atunci iluminarea fotocathodului este constantă în timp, iar amplificatorul de curent alternativ, 9, acordat pe frecvența de modulație, nu reacționează la semnal. Dacă însă $I_1 \neq I_2$, atunci semnalul are o componentă alternativă, care este amplificată și aplicată servomotorului 10. Acesta deplasează pana optică pînă în momentul în care fluxurile I_1 și I_2 se egalizează. Acul înregistratorului este cuplat direct cu pana și trasează curbă raportului dintre I_1 și I_2 .

Aparatul a cărui fotografie este dată în figura 12.18 b permite măsurarea densităților optice între limitele de la 0 la 3 (modelul III C), iar modelul III C S pînă la $D = 6$. Precizia de măsurare garantată este de $0,01 D$. Aparatul este înzestrat cu un dispozitiv care integrează aria de sub profilul de înălegire și afișează rezultatele pe un contor. După o schemă analoagă se fabrică și microfotometrul indigen NFO-451.

Firma Joyce livrează și microfotometre automate, care înregistrează datele sub formă de cifre discrete afișate la intervale de $0,005 \text{ mm}$ sau multiple al acestui valorii. Diferite tipuri din seria acestor aparate (P Mark III, CC Mark II sau M Mark II) pot înregistra rezultatele sau le pot înregistra pe bandă magnetică sau pe bandă perforată, efectuînd pînă la 16 măsurători pe secundă. Toate măsurătorile se efectuează automat, după un program comandat de operator.

Microfotometrarea. Pentru a obține rezultate corecte în fotometrare sînt necesare o serie de precauțiuni în măsurarea înregistrilor. În general, indicațiile unui microfotometru sînt totdeauna mai mari decît cele reale, datorită luminii difuzate a sursei de iluminare, care trece prin fanta de măsură a aparatului. Pentru măsurarea cantității de lumină difuzată este necesar să se îngusteze pe cît posibil fanta preluminară a microfotometrului. Totuși, lățimea imaginii sale pe ecran trebuie să depășească lățimea fantei de măsură, care, la rîndul său, trebuie să aibă $30 - 50\%$ din lățimea imaginii de pe ecran a liniei de măsurat. Pentru nedrețea rezultatelor, în cazul fotografiării unui spectru de lumină, fanta spectrografului este de dorit să fie lărgită, astfel încît să permită aceasta comutările de fotografiere. Lățimea de lucru a fantei spectrografului este limitată de cîștirea imaginii fondului și de suprapunerea imaginilor liniilor vecine, care împiedică izolarea liniei de măsurat. Pe de altă parte, alegerea unei fante a spectrografului exagerat de îngustă poate duce la erori, datorită curbării liniilor: fanta de măsură care este dreaptă poate ieși parțial peste capetele unor linii. Același motiv determină și limitarea ultimei porțiuni măsurate a liniei spectrale. De obicei, pentru fotometrare se alege o lățime a imaginilor liniei spectrale (de pe placa fotografică) care este în jur de $0,05 \text{ mm}$, înălțimea corectă fiind de circa 1 mm . În acest caz, aria porțiunii fotometrice a emulsiei este de

aproximativ 0,01 mm², iar granulația emulsiei nu afectează practic rezultatele măsurătorii. Nevoia de a măsura aria fotometrată de 5–20 de ori, modifică în așa fel conditiile, încât eroarea determinată de granulație poate să devină tot atât de mare.

Când placa fotografică este fixată pe măsura microfotometrului, imaginea spectrului trebuie să fie focalizată clar pe ecran pentru întreaga porțiune de măsurat. Liniele spectrale trebuie să fie aşezate paralel cu lentila aparatului, iar deplasarea plăcii trebuie să se producă strict de-a lungul dispersiei aparatului. Pentru a se putea controla toate acestea este adăugat ca în momentul fotografierii spectrului să se lăpăsească perpendicular pe fața spectrografului un fir. El va produce discontinuități în spectru, care se vor aranja de-a lungul dispersiei. Acesta va servi foarte bine pentru controlul corectitudinii deplasării măsutei. Toate ajustările necesare se efectuează prin acționarea corespunzătoare a unor tambururi ale aparatului, de obicei fiind complet suficient pentru un control vizual al corectitudinii punerii la punct.

Pentru fotometrie vizuală, imaginea liniei se adăugă pe fundul prin rotirea fundului stativului micrometric, care măsoară măsura. Tamburul acestuia se rotește până când se obține deviația maximă a galvanometrului în cazul unei linii de emisie (pentru o linie de absorbție, până la deviația maximă).

Mici defecte ale emulsiei și fluctuațiile întâmplătoare ale numărului de granule determină o anumită diferență între deviația maximă și valoarea adevarată a integrării. Din acest punct de vedere aparatele înregistratoare sunt mai sigure, deoarece pe diagrama înregistrată astfel de abateri întâmplătoare pot fi ușor descoperite.

Dacă măsurătorile se efectuează cu un aparat înregistrator, atunci o viteză de înregistrare exagerat de mare a inserării spectrului determină o aplatizare a maximei și deplasarea lor (analog cu înregistrarea spectrogramelor, v. cap. 7). Stabilirea vitezei corecte este cel mai ușor de realizat experimental, înscrind fragmente de spectru la două viteze, care se deosebesc de 1,5–2 ori. Dacă rezultatele celor două înregistrări sunt practic identice, aceasta înseamnă că nu există deformări datorate vitezei de înregistrare. În caz contrar, viteza trebuie micșorată până când ambele rezultate devin identice.

§ 5. FOTOMETRIA FOTOGRAFICĂ

Fotometria monocromatică. În practica măsurătorilor spectrale se disting două probleme cu grad de dificultate foarte diferit, care se rezolvă, în consecință, cu precizii diferite. Dacă cele două linii care se compară (sau două porțiuni ale spectrului) se află atât de aproape, încât prin trecerea de la o linie la alta toate proprietățile aparatului spectral și ale receptorului se pot considera neschimbate, atunci se spune că avem de-a face cu *fotometria monocromatică* sau *homocromatică*. În caz contrar este vorba despre fotometria heterocromatică.

Intervalul spectral maxim în care se pot folosi metodele simple ale fotometriei monocromatice este determinat de precizia de măsurare și de valoarea dorită a erorilor și a aproximațiilor admise în întregul traiect de măsurat. Mărimea acestui interval depinde într-o foarte mare măsură de domeniul spectral în care se află liniele studiate. De obicei, dacă $\lambda_1 - \lambda_2$ nu depășește câteva zecimi de ångström, se poate folosi fotometria monocromatică. Însă în regimul ale spectrului în care sensibilitatea emulsiei fotografice variază repede (în domeniul galben-verde sau, pentru emulsii pancromatice, în domeniul roșu), chiar pentru un interval de 10–20 Å, uneori trebuie aplicate corecții pentru diferen-

țele introduse de sensibilitatea emulsiei. Pe de altă parte, într-o serie de cazuri se pot utiliza metodele fotometriei monocromatice și pentru intervale de 100 Å sau mai mari. Problema posibilității aplicării acestei metode trebuie rezolvată în fiecare caz în parte pe baza analizei erorilor de măsură și a preciziei necesare a rezultatelor.

Pentru compararea fotografică a strălucirii a două linii care se află suficient de aproape, se procedează în felul următor. Se construiește curba caracteristică a emulsiei fotografice fotografând spectrul cu ajutorul unui atenuator în trepte, ținând cont de toate condițiile de iluminare uniformă a fantei, descrise în capitolul 5. Dintre cele două linii care se compară, pentru trasarea curbei caracteristice se folosește linia cea mai strălucitoare (fig. 12.19). Din valoarea măsurată a înregistrării liniei mai slabe, pentru regiunea corespunzătoare a treptei transparente a atenuatorului, se determină din curba construită strălucirea celei de a doua linii, raportată la strălucirea primeia.

Este ceva mai complicat să se determine strălucirea relativă a liniilor trasând curbele caracteristice pentru fiecare dintre ele. Ambele curbe caracteristice trebuie să fie asemănătoare ca formă, însă decalate pe axa absciselor. Mersul paralel al curbelor poate servi la controlul gradului de valabilitate a metodei fotometriei monocromatice pentru perechea de linii dată. Inșă un asemenea control nu este suficient — diferențele în sensibilitate pot apărea pe un interval mai mic de lungimi de undă decât diferențele de contrast. Forma celor două curbe este dată în figura 12.20. Raportul dintre străluciri se determină din




Fig. 12.19. Determinarea raportului dintre strălucirile a două linii după curba caracteristică, trasată după linia mai strălucitoare. T_1 — T_3 — transparențele treptelor atenuatorului; $D_1 - D_5$ — înregistrările porțiunilor corespunzătoare ale imaginii liniei mai intense; D_2 — înregistrarea liniei slabe în regiunea care corespunde treptei transparente — strălucirea relativă a liniei slabe




Fig. 12.20. Determinarea raportului dintre strălucirile a două linii după distanța dintre cele două curbe caracteristice.

distanța $\Delta = \lg(B_1/B_2)$. Într-un caz rezultatelor măsurătorilor sunt mai bune în funcție de o serie de puncte ale curbei caracteristice, precizia obținută poate fi ceva mai ridicată decât în cazul măsurării prin prima metodă.

În general, este indicat ca fanta spectrografului să fie deschisă astfel încât controlul instrumental să fie substanțial mai larg decât contrastul liniei în sine.

În acest caz înregistrarea din apropierea maximului conturului instrumental este constantă, adică măsurarea strălucirii permite obținerea unor mărimi proporționale cu strălucirea integrală, B_λ a liniei spectrale. Dacă linia este largă în comparație cu conturul instrumental, atunci ea poate fi considerată ca o porțiune de spectru continuu. Pentru determinarea distribuției de energie în ea, trebuie măsurate înregistrările pentru o serie de domenii vecine și, în funcție de valorile obținute, să se determine valorile strălucirilor spectrale, b_λ . Prin însumarea lor găsim

$$B_\lambda = \int b_\lambda d\lambda \approx \sum_k b_{\lambda_k} \Delta\lambda.$$

Măsurarea în puncte individuale este adesea inevitabilă când se determină distribuția de energie în arcele lui, care se întind uneori destul de departe de centrul ei.

Considerarea fondului. De obicei, liniile se observă pe fondul spectrului continuu al sursei. În acest caz, pentru măsurarea strălucirilor relative este necesar să se ia în considerare fondul. Pentru aceasta, după construirea curbei de înregistrare, se măsoară înregistrarea fondului cu două pene și din strălucirea lui s-a valoarea medie, după care, în funcție de caracteristică, se determină strălucirea fondului de sub linie, în unități relative. Apoi, în aceeași unitate se măsoară strălucirea totală a fondului împreună cu arcele lui. Dacă se scade strălucirea fondului și se obține strălucirea liniei. La fel se procedează și pentru cea de a doua linie și se face raportul strălucirilor obținute.

Metoda aceasta de excludere a fondului nu este chiar așa de perfectă. Ea este corectă numai dacă liniile și fondul sunt emise de sursă simultan. Însa acest fapt nu are loc totdeauna. De exemplu, într-un arc de curent continuu, în care se introduce, prin suflare, o cantitate mică de impuritate, liniile impurității sunt emise prin mici flăcări individuale, pe când fondul este emis continuu. Curbele caracteristice pentru o înmărmare continuă și, respectiv, pulsată diferă una de alta și deci măsurarea fondului și a liniei numai după o singură caracteristică va duce, în general, la rezultate eronate.

Evaluarea fondului introduce erori, care sunt cu atât mai mari, cu cât este mai mică strălucirea liniei în raport cu fondul. Dacă strălucirea unei linii depășește strălucirea fondului numai cu o cantitate comparabilă cu erorile de măsurare a fondului, atunci raportarea cit de cit sigură a strălucirii liniilor la cea a fondului este practic imposibil de făcut. De aceea, este de dorit ca, pe cât posibil, fondul să fie mic.

Una dintre cauzele de măsurare a strălucirii fondului continuu față de cel al liniilor o constituie mărirea puterii de separare practice, de pildă prin mărirea dispersiei și măsurarea deschiderii fantei aparatului. Dar și această măsurare uneori nu este avantajoasă, deoarece determină o măsurare a arcelor de măsurat și deci creșterea erorilor datorită granulației emulsiilor. Din această cauză, pentru mărirea preciziei de măsură trebuie folosite aparate cu dispersie mare.

Deosebit de periculos este mai ales fondul dat nu de spectrul continuu, ci de benzile moleculare nerezolvate. Distribuția de energie din el poate varia relativ brusc. Determinările făcute la o distanță oarecare de linia măsurată pot da valori substanțial diferite de valoarea fondului suprapus peste linie.

Toate măsurătorile fondului trebuie să se facă la o distanță față de linia respectivă, merit strălucirea satehților săi să poată fi indiscutabil reglată. Dacă dintr-o asemenea măsurătoare nu se pot obține neîndoielnic valori sigure ale fondului de sub linie, atunci trebuie efectuat un studiu special al distribuției energiei în spectrul continuu al sursei (când acesta nu conține linii ce trebuie

cercetate), determinată strălucirea lui în locul în care se află liniile și calculate apoi în funcție de strălucirea fondului, măsurată suficient de departe de linie.

Compararea unei linii slabe cu o linie intensă. În majoritatea cazurilor, atenuatori în trepte permit compararea directă a strălucirii liniilor care se deosebesc cu un ordin-două de mărime. În practica cercetărilor spectrale este necesar uneori ca acest interval să fie mărit de zeci sau de sute de ori.

Pentru compararea unei linii slabe cu una foarte intensă, cel mai normal este ca linia intensă să fie atenuată de un număr dat de ori, astfel încât raportul strălucirilor lor să se apropie de unitate. Atenuarea se realizează cu ajutorul unui filtru de absorbție suplimentar, fixat în apropierea planului focal al aparatului. După compararea fotometrică a liniei atenuate cu cea neatenuată, raportul dintre strălucirile lor se obține prin înmulțirea rezultatului cu coeficientul de transmisie al filtrului întrebuințat. O asemenea metodă nu este totdeauna acceptabilă din punct de vedere constructiv. De obicei, numai aparatele cu astigmatism mare au un dispozitiv pentru fixarea unui filtru în fața suprafeței focale; fără acest dispozitiv, fixarea filtrului în fața fantei este imposibilă.

Se înțelege că pentru majoritatea spectrografelor pot fi realizate fără mare greutate dispozitivele respective de fixare a filtrelor. Trebuie însă urmărit ca filtrul să fie plasat atât de aproape de emulsie, încât să nu acopere fasciculul format de linia mai slabă. Altfel se pot introduce în rezultat erori complet neprevăzute.

Dacă sursa de lumină este suficient de stabilă, este mai simplu să se fotografieze două spectre: unul pentru obținerea liniei slabe, celălalt, cu aceeași expunere, însă atenuat cu un filtru, de numărul necesar de ori, filtrul fiind așezat între sursă și fantă. În acest caz se compară strălucirile liniei intense cu cea slabă din spectrele atenuat și neatenuat.

Obținerea curbelor caracteristice prin fotometrie monocromatică. Dacă spectrul de cercetat este greu de fotografiat cu ajutorul unui atenuator în trepte, de exemplu, datorită dimensiunilor mici ale sursei, atunci pentru construirea curbelor caracteristice se poate folosi fie spectrul unei alte surse, care conține liniile de studiat, fie o sursă cu o altă compoziție spectrală, în special o sursă cu spectru continuu. În ultimul caz se folosește o fișe din mijlocul spectrului, care se află între liniile de comparat.

Construirea curbei caracteristice după un alt spectru decât după spectrul sursei de studiat se practică și atunci când pe o singură placă sunt fotografiate câteva spectre de cercetat, astfel încât trasarea după fiecare dintre ele a câte unei curbe caracteristice este o operație extrem de laborioasă. Dacă se aplică însă acest procedeu de trasare a curbelor, trebuie avute în vedere o serie de situații, care pot introduce erori suplimentare: spectrul de cercetat și cel ajutător trebuie să fie emise în același context temporal caracteristic, altfel se manifestă abateri de la legea substituției reciproce. Spectrele de comparat trebuie să fie dispuse aproape unul de altul, pentru ca influența neuniformităților stratului protector al emulsiei să afecteze cât mai puțin rezultatele măsurătorilor. Nici unul dintre spectre nu trebuie să se afle întru aproape de 1-2 cm de marginea plăcii, în caz contrar putând să apară efectul voalului marginal.

Pentru măsurători de importanță specială este mai bine să se obțină câteva spectre standard, de pildă, în centru, în partea de sus și în partea de jos a plăcii. În cazul în care curbele caracteristice obținute după toate trei spectrele vor coincide, în limitele erorilor de măsură întâmplătoare se va lua curba caracteristică mediată.

Pentru compararea a două fișii dintr-un spectru continuu, care sunt apropiate, se pot folosi aceleași metode ca și pentru compararea strălucirilor a două

linii. Trebuie să se rețină numai că iluminarea dintr-un spectru continuu este invers proporțională cu dispersia aparatului. Din această cauză, dacă se fac măsurători cu aparate cu prismă, a căror dispersie se modifică repede, trebuie ca rezultatul obținut să fie înmulțit cu raportul dintre dispersiile liniare ale celor două domenii care se compară.

Fotometria heterocromatică. În cazurile în care liniile de comparat se află departe una de alta și nu se poate folosi fotometria monocromatică, este necesar să se țină seama de dependența proprietăților recepției de radiație și aparatului spectral, de lungimea de undă. Una dintre căile de a lua în considerare această dependență constă în calibrarea energetică a întregului sistem de înregistrare, folosind un spectru standard — un spectru cu distribuția de energie cunoscută. O asemenea calibrare este dificil de realizat, în plus ea se modifică deja chiar la înlocuirea unui tip de placă fotografică cu altul, care are o altă curbă caracteristică.

Există procedee de etalonare a unui spectrograf și a unui receptor de radiație și fără utilizarea unui spectru standard. Însă aceste procedee sînt relativ complicate și dau o precizie mai mică. Ele se folosesc pentru domeniul spectral în care nu se află surse cu distribuția de energie cunoscută, în particular, în vacuum ultraviolet [20]. Pentru domeniile vizibil și ultraviolet apropiat se folosește practic un singur procedeu de fotometrie heterocromatică cu ajutorul unui spectru standard fotografiat pe o aceeași placă și în aceleași condiții ca și spectral de cercetat. Ca sursă pentru un asemenea spectru se utilizează un bec cu incandescență cu filamentul sub formă de bandă, care are temperatura de culoare cunoscută, T_c . Distribuția de energie din spectrul unui asemenea bec este suficient de bine descrisă de funcția lui Planck, $\epsilon(\lambda, T)$ [10.8].

Dacă se compară două porțiuni ale unui spectru continuu, care corespund lungimilor de undă λ_1 și λ_2 , atunci raportul dintre strălăcirile lor, b_{λ_1} , b_{λ_2} , poate fi obținut prin procedeul descris mai jos. Prin un atenuator în trepte se fotografiază spectrul standard al unei surse cu spectru continuu, iar fără atenuator, spectrul de cercetat. Se construiesc curbele caracteristice ale lungimilor de undă λ_1 și λ_2 ; din prima se găsește raportul dintre strălucirea din spectrul de cercetat și strălucirea din spectrul standard pentru $\lambda_1 (k_1 = b_{\lambda_1} / b_{\lambda_1, s})$, iar după a doua curbă, același lucru pentru $\lambda_2 (k_2 = b_{\lambda_2} / b_{\lambda_2, s})^*$. Împărțind primul raport la al doilea și avînd în vedere că pentru spectrul standard cantitatea $(b_{\lambda_1} / b_{\lambda_2})_s$ este cunoscută, obținem

$$\frac{b_{\lambda_1}}{b_{\lambda_2}} = \frac{k_1}{k_2} \left(\frac{b_{\lambda_1}}{b_{\lambda_2}} \right)_s. \quad (12.6)$$

Dacă drept spectru standard se ia spectrul corpului negru absolut, atunci

$$\frac{b_{\lambda_1}}{b_{\lambda_2}} = \frac{k_1}{k_2} \frac{\epsilon(\lambda_1, T)}{\epsilon(\lambda_2, T)}. \quad (12.7)$$

Prin urmare, compararea fotometrică heterocromatică a două porțiuni ale unui spectru continuu este aproape la fel de simplă ca și fotometria monocromatică. Însă precizia fotometrării heterocromatice este mult mai mică.

Eroarea de măsură este determinată practic complet de precizia cu care este cunoscută distribuția strălucențelor în spectrul sursei standard. Cu cît domi-

* Este, practic, aceeași raportul dintre două strălăcirile care, în cazul de fapt este egal cu raportul dintre strălăcirile

nule spectrului de comparat se află mai departe unul de altul, cu atât această eroare joacă un rol mai mare.

Cu ajutorul unor becuri cu incandescență etalonate se pot efectua măsurători, începînd cu domeniul infraroșu, pînă la aproximativ 3000 Å. Însă la lungimi de undă mai mici de 4000 Å trebuie să fie utilizate lămpi cu ferestre de cuarț sau nviol, altfel distribuția de energie în domeniul lungimilor de undă scurte va fi deformată de absorbția în sticlă și de acest lucru trebuie ținut cont în mod special. Pentru lungimi de undă mai scurte de 3000 Å ca surse standard se pot folosi lămpi cu mercur special construite, cu o distribuție a energiei bine măsurată (v. cap. 10). Se pot folosi și lămpi cu hidrogen a căror distribuție energetică în spectrul continuu este cunoscută [10.9].

Pentru măsurarea strălucirii relative a două linii care se află departe una de alta se folosește o sursă standard de spectru continuu. Pentru ea se construiesc cele două curbe caracteristice pentru λ_1 și λ_2 . Din aceste curbe se calculează raportul iluminărilor, $l = E_{\lambda_1}/E_{\lambda_2}$, create pe placă de către linia respectivă și de către porțiunea corespunzătoare a spectrului continuu.

Conform relației (3.64),

$$l_1 = \frac{E_{\lambda_1 1}}{E_{st 1}} = \frac{B_{\lambda_1}}{b_{st 1} \Delta \lambda_1}, \quad l_2 = \frac{E_{\lambda_2 2}}{E_{st 2}} = \frac{B_{\lambda_2}}{b_{st 2} \Delta \lambda_2}. \quad (12.8)$$

Ținînd cont de expresia (3.47),

$$\frac{\Delta \lambda_1}{\Delta \lambda_2} = \frac{w_1}{w_2} \frac{D_{\varphi_2}}{D_{\varphi_1}},$$

atunci

$$\frac{B_{\lambda_1}}{B_{\lambda_2}} = \frac{l_1}{l_2} \frac{b_{st 1}}{b_{st 2}} \frac{w_1}{w_2} \frac{D_{\varphi_2}}{D_{\varphi_1}}. \quad (12.9)$$

Prin urmare, utilizarea unui spectru continuu standard permite eliminarea totală a diferenței de sensibilitate a detectorului și a luminozității spectrografului pentru regiunile care se compară, iar diferențele în dispersie și în mărirea unghiulară se pot calcula suficient de ușor și de precis.

Măsurători absolute. Pentru obținerea unor valori absolute ale strălucirii sursei în diferite porțiuni ale spectrului, este necesar să se măsoare distribuția de energie în funcție de lungimea de undă și de strălucirea absolută, cel puțin într-un singur punct.

Asemenea măsurători se pot efectua fie cunoscînd precis toate caracteristicile geometrice ale aparatului și valorile absolute ale sensibilității receptorului, fie prin etalonare după o sursă cu valori absolute ale strălucirii cunoscute.

Că sursă a spectrului standard poate fi luat un bec cu filamentul în formă de bandă, avînd distribuția spectrală a energiei cunoscută. Dacă știm lărgimea spectrală a fantei aparatului, atunci, trăsînd curba caracteristică a unei anumite porțiuni a spectrului, se poate etalona instalația în unități absolute, adică se poate ști mărirea imaginei produse de o sursă cu strălucirea spectrală cunoscută. Pierderile de lumină prin reflexie de ferestra lămpii și datorită absorbției în ferestra trebuie luate și ele în considerare.

Etalonarea energetică absolută a instalației poate fi realizată și cu ajutorul unor surse de strălucire cunoscută și a unui detector neslectiv, a cărui sensibilitate este cunoscută. În acest scop se folosește cel mai des termocuplurile, iar uneori bolometrele sau detectoarele pneumatice [19]. Această etalonare permite

trecură de la unegrit la valori absolute ale strălucirii sursei. Același procedeu se aplică și celorlalti receptori selectivi de radiație, în particular celor fotoelectrice. Utilizarea receptorilor neselectivi pentru măsurători directe nu este, în general, indicată, din cauza sensibilității lor relativ mici și a inerției lor destul de mari.

În toate măsurătorile energetice în care se utilizează spectrul continuu, condițiile de expunere trebuie să fie identice sau, pe cât posibil, apropiate de condițiile de expunere a spectrului de studiat. Dacă acesta s-a obținut de exemplu cu un tub de descărcare alimentat cu curent alternativ, cu spectrul continuu se obține cu un bec de incandescență, atunci becul va trebui prevăzut cu un obturator care să producă 100 de întreruperi pe secundă, ca acesta porozează la ca și sursa alimentată cu curent alternativ.

Precizia măsurătorilor energetice. Există prea puține date relative la studiul sistematic al erorilor fotometriei fotografice. S-a studiat în special cazul comparării monocromatice a două linii, problemă tipică pentru analiză spectrală, pentru măsurarea intensităților componentelor structurale, perline, de rotație etc.

Erorile acestui gen de măsurări sunt determinate în primul rând de erorile introduse de plăcile fotografice și de microfotometre. În cel mai bun caz eroarea rezultantă nu depășește $0,3 - 0,5\%$. Această se reușește printr-o analiză foarte amănunțită a tuturor surselor de erori prin respectarea conștientă a tuturor detaliilor experienței, folosirea celor mai bune plăci special destinate lucrărilor fotometrice. De cele mai multe ori eroarea de măsură este de $1 - 5\%$, iar cîteodată și mai mare. Eroarea fotometrice laterocromatice este greu de estimat din datele existente. S-ar părea că ea este rareori mai mică de 10% . O eroare de $20 - 30\%$ este obișnuită. Eroarea măsurătorilor absolute trebuie luată probabil egală cu $30 - 50\%$. În unele cazuri erorile pot fi și mai mari.

§ 6. CELULE FOTOELCTRICE ȘI CONTOARE DE FOTONI

În măsurătorile spectrale practice se folosesc numai două tipuri de receptori fotoelectrice: celulele fotoelectrice cu efect fotoelectric extern și fotomultipliatorii. Majoritatea aparatelor sunt echipate cu fotomultipliatori. Ca receptor ajutător uneori se folosesc fotoelemente cu efect fotoelectric intern, de exemplu fotoelementele cu seleniu din microfotometre. Fotoelementele cu efect fotoelectric intern se folosesc pe scara lungă pentru studiul domeniului infraroșu. Considerați mai amănunțite asupra acestor probleme pot fi găsite în literatura de specialitate (v., de pildă, [12.11, 10, 11]).

Celula fotoelectrică cu vid. Cel mai simplu dispozitiv fotoelectric cu vid este celula fotoelectrică. De obicei ea constă dintr-un balon de sticlă din care s-a evacuat aerul, pe a cărui suprafață interioară este depus un strat fotosensibil (fotocatodul) și un anod, care se află în centrul balonului. Prin iluminarea suprafeței fotosensibile cu lumină de o anumită lungime de undă, întinseva mai mică decât valoarea limită, λ_0 , din această suprafață sînt extrași electroni (efectul fotoelectric). Dacă între suprafața iluminată și anod se aplică o anumită diferență de potențial, atunci în circuit va apărea un fotocurent. Intensitatea lui servește ca măsură a fluxului luminos incident pe catod.

Caracteristicile spectrale. Lungimea de undă a radiației, λ_0 , care corespunde limitei roșii a efectului fotoelectric este dată de relația

$$\lambda_0 = \frac{hc}{e\varphi} = \frac{12360}{\varphi} \text{ \AA.} \quad (12.10)$$

Aici ϕ este lucrul de extracție al electronilor din catod, în electronvolți. Limita efectului fotoelectric este legată de fenomenele pur superficiale și, din această cauză, depinde de gradul de puritate al suprafeței și, într-o anumită măsură, chiar de natura tratării ei. Dependența lui ϕ de starea suprafeței este larg folosită pentru deplasarea pragului roșu al efectului fotoelectric în domeniul lungimilor de undă lungi. În acest scop se realizează fotocatozi complecși, a căror suprafață este tratată în mod corespunzător: acoperire cu straturi subțiri de compuși intermetalici, de oxizi etc.

În tabelul 12.1 sînt date valorile lui λ_0 pentru cîțiva fotocatozi; din el rezultă că fotocatozii se pot folosi de la ultravioletul îndepărtat pînă la infraroșul apropiat.

Tabelul 12.1

Limita roșie a efectului fotoelectric pentru unii dintre fotocatozi

Intensitatea luminii, I , W	Fotocatodul	λ_0 , Å
Pt	Cs	6400
K	Sb-Cs	6200
Ni	Bi-Ag-O-Cs	8000
Mg	Ag-O-Cs	12000 - 15000
Ka		
Na		

Pentru catozii care au suprafața formată din compuși complecși, datele asupra pragului roșu al acestora sînt mai sărace, deoarece compușii de pe suprafața lor pot să modifice lucrul de extracție într-un mod extrem de larg, în cazul unor modificări nesentiale ale compoziției și structurii. Un prag roșu net permite eliminarea totală din lumina difuzată a lungimilor de undă care se află întotdeauna dincolo de acest prag. Astfel, cu ajutorul unor fotocatozi de platina sau de argint se pot studia luminescențele ultraviolete slabe dintr-o cameră bine iluminată cu lămpi de incandescență, întrucît lumina acestor lămpi practic nu conține radiații cu $\lambda < 3000$ Å.

Sensibilitatea fotocatodului. Mărimea caracteristică fotoelectrică în cazul unor tensiuni suficiente de mare este strict proporțională cu fluxul luminos care cade pe fotocatod. În aceste condiții toți fotoelectronii extrasi din catod ajung la anod. Numărul lor în unitatea de timp va fi

$$N_e = \eta N_\phi, \quad (12.11)$$

N_ϕ fiind numărul de fotoni incidenti. Coeficientul de proporționalitate, η , poartă numele de *randament cuantic*. El caracterizează sensibilitatea fotocatodului. Randamentul cuantic nu depinde, în limite foarte largi, de iluminarea fotocatodului. În același timp, η variază întrucîtva în funcție de polarizarea luminii.

În figura 12.21 sînt date curbele sensibilității spectrale a fotocatozilor. De obicei ele sînt date în coordonatele (λ, S_λ) sau (λ, η) , S_λ fiind sensibilitatea spectrală măsurată în mA/W. Mărimile S_λ și η sînt legate prin relația

$$\eta \left(\frac{\text{electron}}{\text{foton}} \right) = \frac{12,4}{\lambda(\text{Å})} S_\lambda (\text{mA/W}). \quad (12.12)$$

Dependența sensibilității de starea de polarizare a luminii este ilustrată în figura 12.22.

Fotocatodii au o mare selectivitate precum și un randament cuantic suficient de ridicat. Efectiv pot fi folosiți până la $1/3$ din fotonii incidenti. Un randament cuantic mai mare în comparație cu metalele pure au fotocatozii complecși. Ei se folosesc de obicei în detectoarele fotoelectrice de radiație.




Fig. 12.21. Caracteristicile spectrale ale unor fotocatozi




Fig. 12.22. Caracteristicile spectrale ale catodului de Na-K, atunci când planurile de polarizare a luminii incidente sunt orientate diferit

De regulă, pe măsură ce stratul sensibil îmbătrânește, randamentul lui cuantic scade.

În locul randamentului cuantic sunt utile adesea datele asupra sensibilității integrale a fotocathodului față de lumina albă, obținute prin iluminarea fotocathodului cu un bec cu incandescență cu filament de wolfram, încălzit pînă la 2850 K. Sensibilitatea integrală se măsoară în regim de saturație. Unitatea de măsură este $\mu A \cdot lm$.

Curentul fotoelectric dat de o celulă fotoelectrică nu trebuie să depășească $10^{-4} A$, în caz contrar survine deteriorarea fotocathodului. Există așa numitele celule fotoelectrice coaxiale, capabile să furnizeze fotocurenți pulsați de cîțiva amperi.

Celule fotoelectrice și contoare cu gaz. În cazul unor iluminări mici, adesea fotocurentul nu depășește $10^{-10} A$. Pentru amplificarea unor curenți atât de slabi se folosesc amplificatori cu coeficienți de amplificare mari și se iau măsuri eficiente de a mări rezistența izolației dintre catodul și anodul celulei fotoelectrice, astfel încît curenții de scurgere și variațiile intensității lor să nu afecteze măsurătorile. Din această cauză este recomandabil să se asambleze într-un singur dispozitiv atât catodul fotosensibil cit și amplificatorul fotocurentului. Rezolvarea acestei probleme se poate realiza pe cîteva căi diferite. Menționăm aici celulele fotoelectrice cu gaz, în care amplificarea se produce datorită ionizării gazului cu care este umplută celula fotoelectrică. Datorită unei întregi serii de neajunsuri, celulele fotoelectrice cu gaz aproape că nu se mai folosesc în practică spectroscopică.

O altă posibilitate de amplificare prin prezența gazului se realizează în controlul de fotoni cu gaz. El este un contor Geiger obișnuit, al cărui catod este acoperit cu un strat fotosensibil. Contorul este destinat pentru măsurarea luminescenței foarte slabe, cind numărul de fotoelectroni care apar în volumul contorului nu depășește câteva sute. Se înregistrează impulsurile de curent care apar datorită ionizării gazului din contor prin trecerea fotoelectronilor.

Măsurătorile se efectuează înregistrînd numărul de impulsuri dintr-un anumit timp. Încercări de folosire a contoarelor de fotoni pentru măsurătorile spectrale s-au făcut din 1916, totuși procedeul nu a căpătat o aplicare largă. Aceasta probabil și din cauză că, pe măsura apropierii de domeniul lungurilor de undă mari, trebuie folosiți fotocatozi cu lucru de extracție cît mai mic, ceea ce face însă ca funcționarea contoarelor să fie instabilă, din cauza numărului mare de autodescărări de intinerie.

§ 7. FOTOMULTPLICATORI ȘI FOTODIODE

Emisia electronică secundară. Pentru amplificarea internă a fotocurentului se folosesc mai ales amplificatori fotoelectronici. În aceștia amplificarea se produce datorită emisie electronice secundare. Un electron accelerat într-un câmp electric, ajungînd pe o suprafață, o determină să emită electroni. Există însă o serie de suprafețe care emit o cantitate de electroni mult mai mare decît cantitatea de electroni incidenti. Raportul dintre numărul de electroni extrași și numărul de electroni incidenti poartă numele de *coeficient de emisie secundară*, σ . Valoarea lui σ depinde de energia electronilor incidenti, E_e . Această dependență este ilustrată de curbele din figura 12.23. De obicei, σ este mai mare pentru




Fig. 12.23. Dependenta coeficientului de emisie secundară de energia electronilor incidenti

suprafețele complexe și aliaje decât pentru metale pure. Valoarea lui σ poate depăși 10 și depinde de unghiul de incidență al electronilor cu suprafața respectivă, de temperatura stratului, de grosimea lui, precum și de o serie de alți factori. Pe măsură ce stratul coboară, σ poate să scadă. Straturile care emit electroni secundari se distrug sub acțiunea unui curent de densitate mare. Pentru unele straturi o densitate de 1 mA/cm² este limita admisă.

Construcția fotomultiplicatorilor și caracteristicile lor. Un fotomultiplicator constă dintr-un catod fotosensibil și o serie de emitori secundari — diode —

dispuși astfel încât un număr cu mult mai mare dintre fotoelectronii emiși să ajungă la dioda următoare. Diodele sunt confecționate dintr-un material cu un coeficient de emisie secundară mare, forma și dispunerea lor fiind determinate de procedeele alese pentru focalizarea și accelerarea electronilor. Și una și cealaltă se realizează de obicei cu ajutorul unui câmp electrostatic. Acesta se naște prin aplicarea pe fiecare emitor a unui potențial pozitiv crescător succesiv. Uneori, pentru focalizarea electronilor se folosesc combinații de câmpuri electrice și magnetice. În ultimul timp această metodă de focalizare fiind prea voluminoasă se utilizează rar. În figura 12.21 este dată schema care explică construcția și funcționarea unui fotomultiplicator.




Fig. 12.24. Schema de funcționare a unui fotomultiplicator: K — fotocatodul; $E_1 - E_4$ — diode; A — anodul

În prezent industria noastră livrează în jur de 50 de tipuri de fotomultiplicatoare. În tabelul 12.2 sunt date caracteristicile principale ale fotomultiplicatorilor care se folosesc în măsurătorile spectroscopice [11, 12.12]. În străinătate, pentru cercetări spectrale se livrează o serie de fotomultiplicatori cu parametri analogi. Cele mai folosite sunt măreile 62658 și 9558 QB ale firmei CMI, IP-21, IP-22, IP-28 și 7265 ale firmei RCA, XP 1110, XP 1116, XP 1117 și XP 1118 ale firmei VALVO, FQS-50, K-14, M-12 și FQC-52 ale firmei Zeiss și PM-55 ale firmei Toshiba.

Fotomultiplicatorii sunt dispozitive foarte complexe, a căror tehnologie de fabricare nu este încă până în momentul de față suficient de standardizată. Pentru un același tip (mărea) de fotomultiplicatori poate apărea o împrăștiere mare în caracteristici — în primul rând a sensibilității de prag și a curenților de întunecie. Din aceasta cauză, pentru rezolvarea unor probleme care necesită folosirea sensibilității maxime a unui fotomultiplicator, este necesar ca dintr-o partidă de 10-15 bucăți să fie ales cel mai bun dispozitiv din punct de vedere al parametrilor. Uneori această sortare se face chiar de către producător și trebuie avut în vedere că diferența dintre sensibilitățile fotomultiplicatorilor ales și a celor de serie poate fi substanțială.

Coeficientul de amplificare. Coeficientul de amplificare al unei singure cascade a fotomultiplicatorului este determinat atât de emisia electronică secundară cât și de fracțiunea care reprezintă partea din electronii emiși ce vor ajunge la următoarea diodă. Fotomultiplicatorii actuali au $\alpha = 0,7 - 0,9$. Coeficientul de amplificare dintr-o cascade este egal cu $\alpha\sigma$. Dacă un fotomultiplicator are n diode, iar coeficientul de amplificare al fiecăreia dintre ele este același, atunci amplificarea totală va fi

$$K = (\alpha\sigma)^n. \quad (12.13)$$

Mărimea σ depinde de tensiunea aplicată, încât variind această tensiune amplificarea poate fi variată în limite largi. Pentru evaluarea ordinului de mărime al

amplificării mai des întâlnite în practică, să luăm $\sigma = 10$, $\alpha = 0,8$ și $n = 10$. Atunci $k \approx 90^\circ$. Aceasta ar fi valoarea maximă a lui k ; de obicei, ea nu depășește $10^7 - 10^8$.

Sensibilitatea fotomultiplicatorilor. Sensibilitatea unui fotomultiplicator este definită ca raportul dintre curentul la ieșire și fluxul luminos incident pe fotocatod. Ea se măsoară în amperi pe lumen. Sensibilitatea astfel definită va fi egală cu sensibilitatea integrală a fotocatodului, înmulțită cu coeficientul de amplificare al fotomultiplicatorului. Uneori ea se numește *sensibilitate anodică*. Această mărime crește cu creșterea tensiunii aplicate, la fel ca și coeficientul de amplificare.

În afară de sensibilitatea anodică, o caracteristică importantă a unui fotomultiplicator este *sensibilitatea de prag*. Ea se definește ca fluxul luminos minim care mai poate fi sesizat de un fotomultiplicator. Sensibilitatea de prag depinde de mărimea fluctuațiilor fotocurentului măsurat. Practic este imposibil de sesizat un semnal luminos separat, care să dea un fotocurent cu intensitatea considerabil mai mică decât oscilațiile întâmplătoare ale intensității curentului din circuitul fotomultiplicatorului. Problema experimentatorului constă în a realiza asemenea condiții, încât semnalul util să aibă o intensitate cel puțin comparabilă cu cea a zgomotelor.

Dacă fotomultiplicatorul nu este iluminat, însă diodele sunt sub tensiune, atunci în circuitul fotomultiplicatorului se va observa un curent de întunecare, care este rezultatul emisie termice a electronilor din fotocatod, precum și scurgerilor datorită izolației imperfecte dintre electrozii fotomultiplicatorului. Prin iluminare cu un flux luminos slab, în circuitul fotomultiplicatorului apare un semnal util a cărui mărime este afectată de fluctuații statistice. Fluctuațiile sunt datorate caracterului discret (enantiu) al efectului fotoelectric. În cazul în care catodul emite N_e fotoelectroni, fluctuația pătratică medie a acestui număr va fi

$$\delta N_e = \sqrt{N_e}.$$

Eroarea relativă de măsură a mărimum N_e , în absența zgomotului, este

$$\frac{\delta N_e}{N_e} = \frac{1}{\sqrt{N_e}}. \quad (12.14)$$

De aici, avînd în vedere (12.11), avem

$$\frac{\delta N_f}{N_f} = \frac{1}{\sqrt{\eta N_e}}. \quad (12.15)$$

În realitate, pragul determinat din statistica fotoelectronilor nu poate fi atins, deoarece fluctuațiile proprii ale numărului de electroni se suprapun peste fluctuațiile date de alte surse. Adesea rolul principal îl joacă fluctuațiile termice emisie catodului precum și cele ale primei diode, care sînt amplificate de celelalte. Fluctuațiile curentului de întunecare ale tuturor diodelor, în afară de prima, pot fi neglijate, întrucît în fotomultiplicator amplificarea totală este substanțial mai mică pentru ele. Fluctuațiile curentului de întunecare, datorate termic emisie catodului, constituie adesea factorul principal care limitează sensibilitatea de prag a unui fotomultiplicator. Pentru măsurarea lor există două cauze:

1. Fantele de ieșire ale aparatelor spectrale au de obicei o arie mai mică decît $0,1 - 0,2 \text{ mm}^2$. Curentul de emisie al fotocatodului este proporțional cu aria lui. Din această cauză, măsurarea fotocatodului pînă la dimensiunile imaginii fantei și focalizarea acestora exact pe fotocatod determină o măsurare

Tabelul 12.2

Fotomultiplicatorii folosiți în cercetările spectrale*

Marca fotomulti- plicator catal	Diametru mediu	Longimea anodică	Diametrul părții se- nitive a ca- todului, mm sau aria lui (pentru catodul dreptun- ghiular)	Domeniul de sensibilitate, nm sau tipul de ca- racteristică spectrală (v. fig. 12.21)	Sensibili- tatea foto- catalitică $\mu A/cm$	Pragul de sensibili- tate, lm 10^{-12}	Sensibi- litatea pro- ductivă, A/m 10^{-12}	Durata frecvenței impulsu- re, μs	Tensiunea de alimen- tare V	Curentul de satua- re, A	Observații
12	51,3	177	45	370 - 750 C - 3	50	10^{-12}	15	10	1700	$8 \cdot 10^{-7}$	fotometric
14	48,5	181	40	300 - 600	45	10^{-12}	60	5	1700	$2 \cdot 10^{-7}$	
17A	48,5	181	165	200 - 600	30	10^{-12}	10	3	750	$2 \cdot 10^{-7}$	Pentru domeniul ultra- violet
18A	48,5	181	150	300 - 600	30	10^{-12}	10	3	750	$2 \cdot 10^{-7}$	
19A	48,5	200	34	300 - 600	25	10^{-12}	100	3 - 6	1100	$2 \cdot 10^{-7}$	
22	48,5	181	165	400 - 1000	15	10^{-12}	10	3	1400	$2 \cdot 10^{-7}$	
27	30	180	23	300 - 800	50	10^{-12}	1	4	1000	$3 \cdot 10^{-7}$	
28	34,5	122	25	400 - 1100	25	10^{-12}	1	4	1250	$7 \cdot 10^{-7}$	
30	63	210	50	C - 4	70	-	5000	2,8	2400	$2 \cdot 10^{-7}$	Pentru studiul procese- lor cu durată de ordinul mii. secundelor
31A	22,6	30	18	300 - 600	50	10^{-12}	1	10 - 20	750	$5 \cdot 10^{-10}$	
36A	48,5	173	34	100 - 600	25	10^{-12}	10	5 - 6	1200	$3 \cdot 10^{-7}$	
51	34,5	110	25	300 - 820	100	10^{-12}	100	10 - 20	1700	$7 \cdot 10^{-7}$	
55	21,5	90	12	C - 5	40	-	10	-	1400	$7 \cdot 10^{-7}$	
57	51	120	40	230 - 350	$5 \cdot 10^{-7}$	-	2000	-	1700	$2 \cdot 10^{-7}$	Special pentru domeniul ultraviolet sensibilitatea este dată pentru 289 nm, în A/W
58	21,5	115 ±	12	C - 4	30	-	20	-	1800	$2 \cdot 10^{-7}$	
60	15	70	10	200 - 600	30	10^{-12}	30	-	1250	$1 \cdot 10^{-7}$	Stabil la vibrații
62	31,5	95	10	400 - 1200	25	$5 \cdot 10^{-12}$	10	3	1400	$5 \cdot 10^{-7}$	Sensibilitatea foto- catalitică pentru $\lambda =$ $= 1100 nm - 2 \cdot 10^{-7}$ A/W
65	15	75	10	300 - 820	100	$1,2 \cdot 10^{-12}$	1	-	1150	$4 \cdot 10^{-10}$	Stabil la vibrații
69	22,6	75	10	C - 8	10	$5 \cdot 10^{-12}$	10	-	1350	-	

70	34,3	200±5	25	C-4	4a	$8 \cdot 10^{-12}$	30	1500	$5 \cdot 10^{-6}$	Fotometrie
71	51	100	10	160-690	80	$8 \cdot 10^{-12}$	1000	1000	$3 \cdot 10^{-6}$	Pentru domeniul ultra-violet
77	48,5	187	5	300-830	100	$2,5 \cdot 10^{-12}$	300	2100	$2,5 \cdot 10^{-6}$	Sensibilitatea fotocelului pentru $\lambda = 694 \text{ nm}$ 10 mA W Pentru măsurarea impulsurilor luminoase scurte ale laserilor
79	44	155	8	300-820	100	$2 \cdot 10^{-12}$	1000	1950	$2 \cdot 10^{-6}$	Stabil din punct de vedere mecanic Caracteristica spectrală constantă în plajă de temperatură de la 50 până la +50°C Pentru măsurarea fluxurilor luminoase modelate, în cazul unor expuneri la lumină constantă
83	34	118	25	C-1	25	$5 \cdot 10^{-12}$	10	1500	$3 \cdot 10^{-6}$	
84	34	118	25	C-8	130	$1 \cdot 10^{-12}$	100	1450	$3 \cdot 10^{-6}$	
90	20,2	87	10	300-600	100	$5 \cdot 10^{-12}$	100	1050	$7 \cdot 10^{-6}$	
88	30	85	8	300-830	120	$6 \cdot 10^{-12}$	10	1500	$6 \cdot 10^{-6}$	Pentru măsurarea fluxurilor luminoase modelate, în cazul unor expuneri la lumină constantă
91	40	180	5	C-6	40	-	30	1400	$3,5 \cdot 10^{-6}$	Fotometrie
92	40	170	5	C-6	50	$8 \cdot 10^{-12}$	30	1500	$5 \cdot 10^{-6}$	Fotometrie
96	22,5	90	5	230-680	35	$5 \cdot 10^{-12}$	30	1600	$3 \cdot 10^{-6}$	Pentru măsurarea fluxurilor luminoase de prag
111	15	95	3	230-680	25	$5 \cdot 10^{-12}$	30	1800	$2 \cdot 10^{-6}$	Idem
112	21,3	95	5	230-1100	25	$5 \cdot 10^{-11}$	10	1500	$1 \cdot 10^{-6}$	Idem
113	34	118	25	C-1	$6,5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-12}$	300	1500	$8 \cdot 10^{-6}$	Sensibilitatea este dată pentru $\lambda = 1060 \text{ nm}$ în A W
114	21,3	90	10	250-850	80	$1 \cdot 10^{-12}$	30	1400	$5 \cdot 10^{-6}$	Este destinat pentru măsurarea fluxurilor luminoase de prag

* Caracteristicile electrice date în tabel pot varia substanțial pentru exemplare diferite de fotomultiplicatori de aceeași mară

substanțial a curentului de întinerie. Această metodă necesită însă construirea unui fotomultiplicator special, în timp ce experimentatorul este nevoit să se limiteze la cele produse de industrie.

2. Un alt procedeu îl constituie răcirea fotocathodului până la temperatura azotului lichid sau a bioxidului de carbon solid. În acest fel emisia termoelectronică a catodului, care depinde exponențial de temperatură, scade foarte repede. Astfel, prin răcirea unui catod de antimoniu cesiu până la temperatura azotului lichid, emisia termoelectronică a acestuia scade de 10 000 de ori, ceea ce corespunde unei mărimi a sensibilității de prag a fotomultiplicatorului de $10^4 \cdot 100$ ori. Răcirea unui fotomultiplicator are sens numai atunci când curentul de emisie termoelectronică, I_0 , este mai mare decât fotocurentul, I_f . În caz contrar fluctuațiile curentului de întinerie sunt acoperite de fluctuațiile fotocurentului, astfel încât răcirea fotomultiplicatorului nu are nici un sens. La fel se întâmplă și în cazul măsurării dimensiunilor catodului, care este utilă numai când curentul de emisie termoelectronică este mai mare decât fotocurentul.

Fluctuațiile datorate naturii discrete a luminii și sarcinii electrice poartă numele de efect de aliee (shot-effect). Se poate stabili expresia pentru media fluctuației pătratice a tensiunii, u_{med} , datorată acestui efect,

$$u_{med}^2 = 2eI_0 R^2 \Delta f, \quad (12.16)$$

I_0 fiind curentul total de pe suprafața catodului, $I_0 = I_c + I_f$, e — sarcina electronului, R — rezistența sarcinii, iar Δf — banda de frecvențe în care se efectuează măsurarea. În cazul în care măsurătoarea se face în curent alternativ, Δf este banda de tranșisie a amplificatorului, în curent continuu, $\Delta f = 1/t$, t fiind constanta de timp a dispozitivului receptor.

Această expresie este justă pentru celula fotoelectrică. Într-un fotomultiplicator fluctuațiile curentului se amplifică ca și fotocurentul. În acest caz, pentru u_{med} este valabilă expresia

$$u_{med} = \sqrt{2eI_0 k^2 (1+B) R^2 \Delta f}, \quad (12.17)$$

în care $(1+B)$ este o constantă, determinată de particularitățile constructive ale fotomultiplicatorului, constantă care este cuprinsă între limitele 1,5 — 3, iar k este coeficientul de amplificare.

Pentru a determina valoarea de prag a fluxului care mai poate fi înregistrat, Φ_{prag} , vom pleca de la mărimea

$$\rho = u_f / u_{med}$$

unde u_f este tensiunea dată de semnalul de măsurat. Un semnal poate fi detectat cu siguranță numai dacă $\rho \geq 1$. Să considerăm că semnalul de prag, u_{prag} , corespunde lui $\rho = 1$; atunci

$$u_f = u_{med}$$

Evident,

$$u_f = \eta k R \Phi_{prag}^2 e, \quad (12.18)$$

Presupunând că $I_c \gg I_f$, din (12.17) și (12.18) obținem

$$\Phi_{prag} = \frac{1}{\eta} \sqrt{\frac{2(1+B) I_c \Delta f}{e}}, \quad (12.19)$$

De aici rezultă că principalii parametri care determină sensibilitatea de prag a unui fotomultiplicator sînt randamentul cuantic al fotocatodului și intensitatea curentului de întinerie.

S-ar părea că cu ajutorul unui fotomultiplicator este dificil de detectat, și cu atât mai mult de măsurat, un fascicul luminos mai mic de 10^{-15} lm, ceea ce corespunde domeniului de sensibilitate maximă a unui fotocatod avînd o sensibilitate de prag de ordinul sutelor de fotoni pe secundă.

Valorile aproximative ale sensibilității de prag pentru diferite tipuri de fotomultiplicatori sînt date în tabelul 12.2.

Nu toate elementele suprafeței catodului au aceeași sensibilitate. Aceasta se datorește atât faptului că proprietățile porțiunilor de suprafață diferă, cit și faptului că coeficientul de utilizare a fotoelectronilor este diferit pentru diferite puncte ale catodului.

În figura 12.25 a este dată caracteristica zonală a unui fotomultiplicator. Scăderile bruste ale sensibilității se datoresc rețelei de srmă din fața catodului.




Fig. 12.25. Caracteristica zonală (a), schema de alimentare (b) și corpul (c) unui fotomultiplicator

Prin urmare, pentru atingerea sensibilității maxime, fotomultiplicatorul trebuie deplasat pînă cînd pata de lumină va cădea pe porțiunea cea mai sensibilă a fotocatodului. Gradientii foarte mari ai zonei de sensibilitate pot duce la o variație substanțială a fotocurentului în cazul unor mici deplasări, amplificatoare ale petei de lumină. Toată instalația poate deveni extrem de sensibilă la mișcări și vibrații. Pentru a evita aceasta, uneori este preferabil să se renunțe la maximizarea sensibilității, focalizînd fasciculul luminos astfel încît el să illumineze o regiune mare din aria catodului.

Dupa conectare caracteristicile unui fotomultipliator se modifică puțin în decursul citorva ore. În literatura de specialitate stabilitatea fotomultipliatorilor de sera este apreciată la 2 - 2,5 % în 6 - 8 ore de lucru [11]. Dealtfel, unele exemplare pot avea și o stabilitate mai bună. Unele scheme de măsură sunt prevăzute cu mijloace automate de compensare a variației sensibilității.

Scheme de conectare a fotomultipliatorilor. În figura 12.25b este data schema de conectare a unui fotomultipliator. Pentru aplicarea tensiunii la diodele lui este folosit un divizor de tensiune, format din rezistențe de 0,1 - 1 M Ω . De obicei, toate rezistențele au aceeași valoare, însă, cel ultim este de două ori mai mare decât celelalte, așa cum se vede, ceea ce este întru totul justificat. Sursele de alimentare trebuie să dea o tensiune suficient de stabilă, de 1 - 2 kV, pentru un curent de circa miliamperi. De obicei, în acest scop se folosesc redresoare stabilizate de tipul BC - 22, BC - 23, BC - 14, BC - 15, BC - 16 și BCB - 2. Aceste surse au o stabilitate de până la 0,01 %.

În afară de instabilitatea în alimentare, asupra stabilității funcționării unui fotomultipliator pot influența și perturbațiile externe care, datorate unor cimpuri electrice și magnetice, Ele pot împrăștiia electronii, modificând astfel coeficientul de amplificare. Datorită inerției mici, fotomultipliatorii nu sunt sensibili numai față de cimpurile constante, ci și față de cele variabile și chiar de înaltă frecvență. Din această cauză, în timpul funcționării fotomultipliatorul este radiașos ecranat. În acest scop fotomultipliatorul, de obicei împreună cu divizorul de tensiune, sunt introduse într-o carcasă metalică (fig. 12.25c). Carcasa este prevăzută numai cu orificiile necesare pentru patrunderea luminii și a conexiunilor electrice. Toți conductorii trec printr-un cablu burlat ecranat și sunt cuplați cu fotomultipliatorul prin intermediul unor contactoare. Toată carcasa ferește fotomultipliatorul de lumina străină și de șocurile mecanice.

Pentru răcirea fotomultipliatorului, întregul aparat se introduce într-un vas Dewar cu azot lichid, sau bioxid de carbon solid sau se răcește cu ajutorul unei scheme de răcire - o bară de cupru care are un capăt cufundat în azot lichid, iar celălalt este fixat pe uninel metalice masive, care cuprînde în interiorul său partea catodică a fotomultipliatorului. Există fotomultipliatori realizați sub formă de vas Dewar, pe al cărui peret interior este depus fotocatodul. Acesta este cel mai comod procedeu de răcire. Industria nu produce asemenea fotomultipliatori.

La răcirea fotomultipliatorului trebuie luate măsurile pentru ca vaporii de apă să nu se condenseze pe balon și pe electrozii aparatului. În acest scop, în cazul în care fotomultipliatorul nu este introdus în întregime într-un vas Dewar, carcasa sa trebuie etanșată, conștinînd în interiorul său o substanță higroscopică. În această situație este mai comod ca lumina de măsură să fie introdusă în interior cu ajutorul unui conductor de lumină sub forma unei bare de sticlă sau, și mai bine, sub formă de fascicul de fibre de sticlă, suficient de lung, pentru ca partea lui exterioară să nu se răcească prea tare (este suficientă o lungime de 10 - 12 cm). În figura 12.26 sînt date exemple de construcție a unor instalații de răcire. O tratare mai detaliată a problemelor legate cu detectoarelor de radiație este dată în lucrarea [12.13].

Fotomultipliatorul în regim de contor de fotoni. În locul contoarelor de fotoni de mică sensibilitate, pentru măsurarea fasciculelor luminoase slabe, în ultimul timp se folosesc tot mai mult fotomultipliatori care funcționează în regim de contori.

Dacă nivelul zgomatelor proprii ale fotomultipliatorului este relativ mic, atunci fiecare fotoelectron emis de catod, după multiplicarea sa prin

funcționarea sistemului de diode, dă un impuls de curent, a cărui intensitate prezintă o anumită împrăștiere statistică. Aceste impulsuri sunt înregistrate prin metode bine puse la punct în cadrul fizicii nucleare. Analiza arată că prin astfel de procedee de numărare a fotonilor se poate măsura mai ușor în domeniul luminescențelor extrem de slabe, decât folosind procedeele obișnuite, de măsurare a fotocurenților.




Fig. 12.26. Schema de răcire a unui fotomultiplicator: a — etnostat cu fotomultiplicatorul enfundat în vasul Dewar; b — schema cu conductor refrigerent; c — etnostat demontabil, care constă din refrigerentul I și fotomultiplicatorul cu șif II. 1 — fotomultiplicatorul; 2 — vasul Dewar; 3 — carcasa; 4 — conductor refrigerent; 5 — șif; 6 — ferăstruc.

Astfel de măsurători pot fi făcute măsura numai folosind fotomultiplicatori adecvați, cu zgomot propriu cât mai mic. Din păcate, până în prezent producerea de fotomultiplicatori este insuficient standardizată și, din această cauză, găsirea unui fotomultiplicator bun este posibilă numai pe calea unei sortări statistice.

Pentru numărarea fotonilor, cei mai potriviți sunt fotomultiplicatorii de tipurile ФЭУ 42, ФЭУ 43, ФЭУ 1А. Pentru cele mai bune exemplare dintre acești fotomultiplicatori, numărul termoelectroanelor emise într-o secundă este de $5 \cdot 10^6$ de 1 cm² de fotocathod. O răceală la o temperatură sub -10°C nu determină o îmbunătățire a caracteristicilor fotomultiplicatorului. Probabilitatea de a găsi un fotomultiplicator care să aibă caracteristicile apropiate de cele ale unui exemplar ideal, dintr-un anumit tip, este de $3 \cdot 10^{-4}$ (12.11).

În prezent, metode de numărare a fotonilor abia pătrund în practica măsurătorilor spectrale. Trebuie remarcat că cu ajutorul ei se pot rezolva probleme inaccesibile celorlalte procedee de înregistrare a unui semnal luminos, în particular, probleme legate de măsurarea corectă a timpului de viață al stărilor excitate, de studierea tranzițiilor în cascade și de diferite tipuri de măsurători de corelare a proceselor de emisie a fotonilor. Aici se aplică metode de coincidență, de coincidență retardată și de anticoinidență, adică întregul arsenal de procedee de înregistrare a particulelor elementare.

Fotodiode. Până acum în spectroscopie majoritatea detectoarelor fotoelectrice de radiație sunt cele cu efect fotoelectric extern — dintre cele la care

parte nu numai celulele fotoelectrice și fotomultiplicatori, ci și detectoarele electrooptice, amplificatorii electrooptici și tuburile de televiziune.

Receptoarele cu efect fotoelectric intern se folosesc în domeniul vizibil numai pentru anumite măsurători care nu necesită o sensibilitate prea mare și nici o inerție prea mică (celula fotoelectrică cu seleniu). Însă în domeniul infraroșu al spectrului sunt utilizate cu succes fotorezistențe sub formă de pelicule subțiri pe bază de PbS, PbTe și PbSe, sensibile până la $7 - 8 \mu\text{m}$, precum și pe bază de InSb, InAs și alți cățiva semiconductori de tip n și p , alți electronici și de goluri, variază sub acțiunea luminii.

Pentru domeniul vizibil al spectrului mai eficace este un alt tip de fotoreceptor — fotodioda, în care dintr-un domeniu, din același semiconductor, prin dopare cu impurități diferite, capătă o conducție electronică (n) și, respectiv, de goluri (p). Dacă se iluminează joncțiunea celor două domenii, n și p , atunci rezistența R este joncțiunii $n \rightarrow p$ (peste sensul curentului, pentru care joncțiunea $n \rightarrow p$ constituie un strat de barieră — scade, mărindu-se corespunzător intensitatea curentului invers, dat de sursa externă de tensiune electromotoare).

Denumirea de fotodiodă (fig. 12.27) este legată de faptul că pentru aceste dispozitive electrice caracteristica voltamperică este foarte asemănătoare cu caracteristica voltamperică a unui kenotron cu vid (diodă redresoare).

Semiconductorii cel mai des folosiți pentru fotodiodele utilizate în domeniile vizibil și infraroșu apropiat sunt siliciu și germaniu. De obicei, fotodiodele sunt astfel construite, încât lumina să cadă perpendicular pe joncțiune, traversind




Fig. 12.27. Schema (a) și construcția unei fotodiode (b).

stratul p subțire, așa cum se vede din figura 12.27b. Deasupra lui este depus încă un strat de SiO_2 , care joacă rolul de strat care mărește luminozitatea, crescând astfel sensibilitatea fotodiodei.

Caracteristicile fotodiodelor actuale permit ca ele să fie preferate altor dispozitive, pentru rezolvarea unei serii de probleme spectroscopice.

Să facem o paralelă între unele dintre proprietățile principale ale fotodiodelor și cele ale fotomultiplicatorilor [12-15]. Fotodiodele cu siliciu au un domeniu larg al sensibilității spectrale, care se întinde de la domeniul ultraviolet până la $11\,000 \text{ \AA}$, cu un randament cuantic aproximativ constant, în valoare de $40 - 80\%$. Scăderea sensibilității în domeniul ultraviolet al spectrului se produce la fel cu cea a unui fotomultiplicator cu fereastră de sticlă, datorită coeficientului de absorbție mare al siliciului pentru lungimile de undă mai mici de 1000 \AA . Acest efect poate fi înlăturat prin utilizarea unui ecran fluorescent cu randament cuantic mare. Fotodioda este mai sensibilă decât fotomultiplicatorul. După șase luni semnalul de la ieșire se modifică cu mai puțin de $0,5\%$, față de $1 - 2\%$, în cazul celor mai buni fotomultiplicatori.

Fotodiodele au dimensiuni și mase incomparabil mai mici. În funcție de destinație, fotodiodele se realizează în cele mai diverse dimensiuni, printre care și cu o suprafață sensibilă de câțiva milimetri pătrați și o masă de câteva zecimi de gram. Toate fotodiodele au o stabilitate antișoc și antivibrații mult mai bună decât a fotomultiplicatorilor și practic sunt lipsite de efectul de microfonie. Pentru alimentarea fotodiodelor este necesară o tensiune de circa 15V, în loc de aproximativ 1000V pentru fotomultiplicatori. În fine, prețul fotodiodelor este cu mult mai mic decât cel al fotomultiplicatorilor. Caracteristicile temporale ale fotodiodelor nu sunt mai rele decât caracteristicile corespunzătoare ale fotomultiplicatorilor; cu ajutorul fotodiodelor se pot măsura impulsuri cu durată de circa 10 ns. Până nu de mult se considera că fotomultiplicatorii sunt mai sensibili decât fotodiodele. Însă în ultima vreme s-a arătat că așa numita fotodiode în avalanșă, care funcționează la tensiune mare, are randament cuantic în jur de 30% pentru 1,06 μm , sensibilitatea de prag de circa $3 \cdot 10^{-14} \text{ W Hz}^{-1/2}$ și o constantă de timp de aproximativ 3 ns. Prin răcire până la temperatura azotului lichid, ea poate funcționa în regim de numărare a fotonilor individuali cu o eficiență mai mare de 10% (pentru 9000 Å). Numărul de impulsuri de întinerire corespunde unui fond de câțiva fotoni pe secundă [12.16].

Prin urmare, se poate considera că sensibilitățile, atât a fotodiodelor cit și a fotomultiplicatorilor, au ajuns aproape limita posibilă, iar din acest punct de vedere fotodiodele nu sunt mai prețioase decât fotomultiplicatorii. Faptul că toate aparatele spectrale produse de industrie sunt echipate cu fotomultiplicatori se explică probabil numai printr-o anumită inerție a industriei de aparate care implică procese tehnologice complicate.

§ 8. MĂSURAREA FOTOCURENȚILOR

Intensitatea curentului de ieșire al celulelor fotoelectrice și fotomultiplicatorilor este de obicei insuficientă pentru a putea fi măsurată direct, întrucât trebuie amplificat. Se folosesc amplificatori de curent continuu și de curent alternativ. Primii sunt mai simpli ca schema și nu impun modularea fluxului de măsurat. Amplificatorii de curent alternativ sunt ceva mai complicați, în schimb nu prezintă driftul lent de nul, caracteristic amplificatorilor de curent continuu. Posibilitățile de utilizare a lor sunt mai largi. În general însă folosirea uneia sau a altuia dintre procedee este determinată, într-o mare măsură, de tradiția unui anumit laborator și de stilul experimentatorului. Aici vom da numai schemele bloc ale dispozitivelor de măsură, recomandând cititorului ca, pentru detalii, să consulte îndreptările speciale [12.17].

Cea mai simplă metodă de măsură — cu citire directă — este arătată în figura 12.28a. Pentru curenți de ieșire mici, se folosesc de obicei amplificatori (fig. 12.28b). Sunt larg răspândite schemele în care curentul fotoelectric nu este măsurat, ci mășorât până la o anumită valoare, dată de diviziunea respectivă a indicatorului. Atenuarea se realizează fie optic, de exemplu cu ajutorul unui filtru neutru (fig. 12.28c), fie electric, prin variația coeficientului de amplificare al schemei.

Cele mai precise rezultate se pot obține prin metode de compensare, în care se compară doi fotocurenți, obținuți uneori de la fotomultiplicatori diferiți, alteori de la același fotomultiplicator.

Cele mai simple scheme de comparare a fotocurenților obținuți de la două receptoare diferite sunt date în figura 12.28d, e. În primul caz atenuarea uneia




Fig. 12.28. Scheme de fotometre: cu citire directă (a); citire directă și cu amplificare (b) și cu atenuator optic (c); cu comparație a două fluxuri simultană (d, e) și succesivă (f, g). A - amplificatorul; G - galvanometrul; P - fotoelement (sau fotomultiplicator); I - indicator de nul; O - pană optică; M - modulator; V - voltmetru electronic; K - comutator.

dintre semnalele de comparat se realizează pe cale optică, în cel de al doilea pe cale electrică. Un asemenea tip de scheme exclude erorile datorate instabilității sursei de lumină, întrucât ele se folosesc de obicei în aparate în care ambii fotomultiplicatori sunt iluminați de la aceeași sursă.

Pentru eliminarea erorilor datorate instabilității fotomultiplicatorului însuși, adesea se compară două fluxuri, folosind un singur fotomultiplicator. În acest scop el este iluminat alternativ, cu o frecvență suficient de mare, de ambele fluxuri care se compară. Dacă acestea sunt egale și durata de iluminare a fotomultiplicatorului este aceeași, atunci la ieșire se obține un curent constant. În caz contrar, la ieșire apare o componentă variabilă, a cărei mărime este măsura diferenței dintre fluxurile de comparat.

Aducerea la zero a componentei variabile se poate realiza, ca și în schemele descrise mai sus, fie pe cale electrică, fie pe cale optică. Schemele bloc respective sunt reprezentate în figurile 12.28f, g.

Există scheme fotoelectrice ale căror aparate de măsură permit măsurarea directă nu a diferenței, ci a raportului dintre două fluxuri care se compară. Astfel de aranjamente experimentale se numesc *logometre*.

Schemele fotoelectrice permit o rezolvare simplă a unui întreg domeniu de probleme spectroscopice, prezentând mari dificultăți pentru fotometria fotografică. Unul dintre exemple îl constituie eliminarea fondului spectrului continuu, care se suprapune peste linii. Această eliminare poate fi obținută prin două procedee. În primul dintre ele fanta aparatului spectral separă o porțiune a spectrului din apropierea liniei. Cu ajutorul unui dispozitiv optic, fotomultiplicatorul este iluminat alternativ de lumina liniei împreună cu fondul și de lumina de fond. La ieșirea unui amplificator diferențial, se poate obține semnalul liniei, practic lipsit de fond [12.18].

O altă cale de eliminare a fondului o constituie baleierea spectrului care conține linia de cercetat, în fața fantei de ieșire. În acest caz, dacă fondul din vecinătatea liniei date este uniform, atunci el va genera numai componenta constantă a semnalului, iar linia va da componenta variabilă, care se măsoară cu ajutorul unei scheme corespunzătoare.

Drept exemplu de problema spectroscopică rezolvată cu metode fotoelectrice mai poate fi dată măsurarea mișcărilor colective ale plasmei cu ajutorul unui separator de linii spectrale. În studiul despre care este vorba [7.31], o oglindă prismatică se fixează astfel încât muchia ei să împartă în două părți egale lina cu ajutorul căreia se urmărește mișcarea plasmei. Lumina de la fiecare jumătate de linie este trimisă spre propriul fotomultiplicator, al cărui semnal este aplicat la una dintre intrările unui oscilograf cu două spoturi (fig. 12.29). În absența unor mișcări colective ale plasmei, semnalele de la ambii fotomultiplicatori sunt date numai de oscilațiile de strălucire ale liniei, fiind deci în fază. Dacă însă plasma este antrenată într-o mișcare de-a lungul razei vizuale, atunci, datorită efectului Doppler, centrul liniei se deplasează, părând astfel astfel muchia prismei, semnalele de la cei doi fotomultiplicatori ajungând în opoziție de fază.

Descriind construcția diferitelor aparate spectrale, am prezentat deja o serie de exemple de rezolvare a problemelor spectroscopice prin metode fotoelectrice.




Fig. 12 29. Schema unui divizor pentru studiul mișcărilor colective ale plasmei.

§ 9. AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE METODELOR FOTOGRAFICE ȘI FOTOELECTRICE

Metoda fotoelectrică are o serie de avantaje față de metoda clasică, fotografică.

Un prim avantaj îl constituie randamentul cuantic mare al fotocathodului. În timp ce randamentul cuantic echivalent al unei plăci fotografice, în condiții optice, nu depășește 1% și, de regulă, este de 10 — 100 ori mai mic decât această valoare, randamentul cuantic al unui fotocathod ajunge până la 30%, adică este mai mare cu peste un ordin de mărime.

În afara de aceasta, randamentul cuantic al unui fotocathod este practic constant într-o largă gamă de iluminări, pe când randamentul cuantic echivalent al unei emulsii fotografice scade repede atunci când condițiile de măsurare diferă de cele optime.

Metoda fotoelectrică permite obținerea directă a rezultatelor, acestea putând fi sub formă de diagrame, sau, în cazurile în care este necesar, direct sub formă de valori numerice ale strălucirii spectrale sau ale unei mărimi proporționale cu ea.

Este important, de asemenea, că variația curentului fotoelectric în funcție de mărimea fluxului luminos incident este liniară în limite foarte largi. Acest fapt ne scutește de o etalonare complicată a schemei de măsură.

De regulă, măsurătorile fotoelectrice sînt mai precise. În condiții adecvate se atinge o precizie a măsurătorilor relative de 0,1%, precizia de circa 1% fiind obișnuită. Această precizie este cu aproximativ un ordin de mărime mai ridicată decât precizia obținută cu ajutorul plăcilor fotografice.

În fine, sensibilitatea spectrală a aparatelor fotoelectrice permite să se avanseze ceva mai mult în infraroșul apropiat, decât se poate face aceasta cu ajutorul emulsilor fotografice sensibile numai până la 1,3 μ m.

Însă, în ciuda acestor avantaje foarte serioase pe care le prezintă detectoarele fotoelectrice, straturile fotografice au și ele o utilizare foarte largă, deoarece la rezolvarea anumitor probleme metodele fotoelectrice nu le pot concura.

În primul rând trebuie avut în vedere că o placă fotografică înregistrează dintr-odată un domeniu spectral larg. Presupunând că limita practică de rezoluție a unui spectrograf, în unități de lungime, este $\Delta\lambda = 0,01$ mm, rezultă că putem înregistra, pe o lungime a emulsiei de 5 cm, un număr de elemente spectrale $N = 5 \cdot 10^3 = 5000$. Cu o celulă fotoelectrică realizăm această operație succesiv; astfel, presupunând ca sensibilitatea celulei fotoelectrice este chiar de 10^3 ori mai mare decât sensibilitatea plăcii, iar timpul corespunzător de înregistrare a unui element spectral prin metode fotoelectrice este de 1000 de ori mai mic decât înregistrarea fotografică, pentru înregistrarea fotoelectrică a unei aceleiași porțiuni de spectru cheltuiim în cel mai bun caz de cinci ori mai mult timp decât în cazul înregistrării fotografice.

Mai trebuie avut în vedere și faptul că la înregistrare succesivă (balaj) intervin toate instabilitățile sursei, care sînt eliminate automat prin fotografierea simultană.

Pentru înlăturarea acestui neajuns important al metodelor de măsurat fotoelectrice se construiesc instalații multicanal complicate, destinate determinărilor spectroanalitice standard, în care este suficient să se măsoare energia nu a tuturor punctelor spectrului, ci a unui număr nu prea mare (11 - 20) de linii. În afara costului foarte ridicat și al complexității unor asemenea instalații multicanal (cuantometre, v. cap. 4), acest procedeu de măsurare este cu totul nepotrivit pentru efectuarea unor cercetări în care se urmărește emisiile unei structuri detaliate, chiar și pentru un domeniu spectral foarte restrîns.

Înalta complexitate a aparatelor fotoelectrice și, corespunzător acesteia, prețul foarte ridicat al instalației precum și al exploatării constituie, de asemenea, neajunsuri importante ale metodei fotoelectrice. Din această cauză, folosirea metodelor de măsură fotografice reprezintă adesea nu numai un procedeu simplu, ci și unul mai convenabil economic pentru rezolvarea unei probleme date.

Îmbinarea reușită a sensibilității foarte ridicate a unui fotocatod cu capacitatea integratoare și cu numărul foarte mare de elemente înregistrate concomitent de emulsia fotografică se realizează în cazul sistemelor formate dintr-un amplificator electrono-optic și emulsia fotografică. Chiar dacă acest gen de sisteme nu a pătruns încă, datorită unei întregi serie de cauze, în practica măsurătorilor spectrale, aplicarea lor se va lărgi indiscutabil în viitor.

STUDIUL SPECTRELOR DE ABSORBȚIE

§ 1. OBSERVAREA SPECTRELOR DE ABSORBȚIE

În fazele solidă, lichidă și gazoasă precum și în plasmă se pot observa spectre de absorbție, care aparțin atomilor și ionilor. În gaze și în plasmă acestea sînt spectre de emisie, cu toate că într-o serie de cazuri are loc absorbția într-un domeniu spectral larg (dincolo de limitele emisiilor, în plasma densă prevalează ca urmare a largii puterilor a liniilor spectrale). În corpul solid și în lichide spectrele de absorbție constau de obicei din benzi relativ largi. În această secțiune vor fi expuse mai ales metodele de studiu al spectrelor de linie de absorbție.

Spectrele de absorbție constituie obiectul de studiu a numeroase lucrări de spectroscopie. Ele includ analiza spectrală atomică, de absorbție și celelalte referitoare la măsurarea timpului oscilațiilor liniilor spectrale. Studiul spectrelor de absorbție permite obținerea de informații prețioase asupra proceselor care se produc în stratul absorbant, concentrația particulelor absorbante, temperatura, caracterul și numărul de ciocniri ale atomilor și moleculelor, viteza mișcărilor colective ale particulelor etc. Linile de absorbție se folosesc și în scopuri metrologice. Trebuie amintite și numeroasele studii asupra spectrelor de absorbție ale obiectelor cosmice: atmosfera stelelor și a Soarelui, mediul interstelar și atmosfera terestră.

Schema de principiu a observării unui spectru de absorbție este dată în figura 13.1.

Spectrul de absorbție, adică linile sau benzi întinse de pe fondul luminos al spectrului continuu al sursei, se observă dacă atenuarea fluxului luminos datorită absorbției este mai mare decât aportul dat de radiația spontană și indusă a obiectului cercetat. Dacă prevalează radiația obiectului, atunci se observă un spectru de emisie, adică benzi și linii strălucitoare pe fondul întunecat al spectrului continuu. În cazul unei compensări exacte între energia




Fig. 13.1. Schema de observare a unui spectru de absorbție

absorbită și cea emisă, survine așa numitul moment de echilibru, când benziile și liniile se pierd pe fondul spectrului continuu al spectrului. În acest caz temperatura de strălucire a sursei de spectru continuu este egală cu temperatura efectivă de excitare a benzilor, liniilor sau spectralui continuu, emise de obiectul de studiat. Temperatura efectivă de excitare, T_e , se determină din raportul

popularea nivelului superior, N_1 , și popularea nivelului inferior, N_2 , între care se face tranziția respectivă

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp \left[- \frac{h\nu}{kT_e} \right], \quad (13.1)$$

g_1 și g_2 fiind ponderile statistice ale nivelelor, iar ν — frecvența de emisie. Adesea pentru studiul absorbției, împreună cu sursa spectrului continuu se folosește și o sursă de spectru de linii, de obicei cu aceeași compoziție atomică ca și gazul absorbant, însă care emite linii mai strălucitoare și mai înguste. Această metodă permite determinarea caracteristicilor liniei de absorbție, corespunzătoare centrului ei. Într-o serie de cazuri ea prezintă unele avantaje față de metodele obișnuite, fiind utilizată pe scară largă în analiza atomică de absorbție [15].

La interpretarea spectrelor de absorbție trebuie evaluată contribuția emisei stratului absorbant și, dacă este necesar, trebuie ținut cont de ea. Asemenea cazuri se întâlnesc de obicei atunci când temperatura de strălucire a sursei de radiație depășește cu puțin temperatura efectivă de excitație. Aici situația este analogă cu cea care apare la interpretarea spectrelor de emisie — în acest caz fiind obligatoriu să se țină considerare absorbția în volumul care emite.

Există cel puțin două procedee care permit înlăturarea practic totală a influenței emisei proprii a obiectului asupra rezultatelor analizei de absorbție. În cele din urmă ele se reduc la a face dispozitivul receptor insensibil pentru emisia proprie a obiectului absorbant.

În cadrul primului procedeu, emisia sursei cu care se iluminează este modulată cu o anumită frecvență. Pe aceeași frecvență se acordează amplificatorul de bandă îngustă care amplifică curentul fotoelectric al receptorului de radiație. Aceasta permite înlăturarea, practic totală, a parazitilor care provin de la radiația nemodulată a obiectului absorbant. Un tip de schemă asemănător este aplicat pe scară largă în analiza de absorbție atomică [15]. Recent a fost propus un al doilea procedeu, bazat pe proprietatea hologramelor de a reda exact strălucirea unui obiect iluminat cu lumină coerentă, fără a fi sensibilă afectată de radiația necoerentă [13,1]. Schema instalatiei pentru măsurarea holografică a absorbției este dată în figura 13.2.




Fig. 13.2. Schema de măsurare holografică a absorbției

Lumina de la laserul 1 este divizată în două fascicule cu ajutorul unui sistem de oglinzi, 2 și 3. Unul dintre fascicule este difuzat de sticlă mată, 4, și trecând prin obiectul 5, ajunge la placa fotografică 6. Al doilea fascicul trece peste celălalt fascicul, 7, și, interferând cu el, formează pe placa fotografică un tablou de interferență foarte complex. După dezvoltare, pe care este

înregistrată figura de interferență, se numește hologramă. Ea se așază în locul inițial și se luminează cu fasciculul 7, restabilindu-se unda luminoasă care a ieșit din obiect în obținerea hologramei. Deoarece radiația coerentă a obiectului însuși nu a contribuit la crearea figurii de interferență de pe hologramă, partea corespunzătoare a undei luminoase nu este reconstituită.

Metoda permite măsurarea absorbției luminii numai pentru acele lungimi de undă pentru care se poate obține o radiație laser suficient de monocromatică și de intensă. În afara de aceasta, pentru înregistrarea hologramelor sînt necesare materiale potrivite. Cercetările din acest domeniu se dezvoltă rapid, întrucît acum sînt practic accesibile radiații laser de orice lungime de undă în domeniile vizibil și ultravioletul apropiat.

§ 2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE SPECTRELOR DE ABSORBȚIE DE LINII ȘI PARTICULARITĂȚILE ANALIZEI LOR EXPERIMENTALE

Caracteristicile principale ale liniilor de absorbție. Obiectul principal de studiu în spectroscopia atomică îl constituie spectrele de linii, cărora le vom acorda atenția principală.

O linie de absorbție este caracterizată de obiect practic o serie de mărimi determinate experimental. Dacă fluxul luminos $\Phi_0(\nu)$ este trimis pe un strat absorbant omogen, de grosime l , atunci fluxul emergent $\Phi_l(\nu)$ va fi atenuat de $e^{k_\nu l}$ ori, adică

$$\Phi_l(\nu) = \Phi_0(\nu) \exp(-k_\nu l) \quad (13.2)$$

(legea Bouguer-Lambert).

Dacă stratul nu este omogen, atunci în locul produsului $k_\nu l$ de la exponent se ia integrala $\int_0^l k_\nu(x) dx$. În continuare, dacă nu este special specificat, vom considera stratul omogen. Această mărime se numește *grosime optică a stratului*. Mărimea k_ν se numește *coeficient de absorbție*. Dimensiunea lui este $[L]^{-1}$. Coeficientul de absorbție se măsoară de obicei în cm^{-1} . Conform relației (13.2),

$$k_\nu = \frac{1}{l} \ln \frac{\Phi_0(\nu)}{\Phi_l(\nu)}. \quad (13.3)$$

De obicei, cînd se vorbește despre conturul unei linii de absorbție, se are în vedere dependența coeficientului de absorbție de frecvență sau de lungimea de undă, adică funcția $k_\nu = k(\nu)$ sau funcția $k_\lambda = k(\lambda)$. Forma acestei funcții este determinată de procesele care lărgesc linia.

Între o serie de cazuri are mare importanță valoarea maximă a coeficientului de absorbție, k_{max} . În cazul unui contur simetric, neautoversat, k_{max} corespunde centrului liniei.


Uneori se numește contur al liniei de absorbție dependența de lungimea de undă a altor mărimi. Dintre acestea fac parte, de pildă, *intensitatea rămasă*, γ_ν , o mărime fără dimensiune, egală cu acea fracțiune din fasciculul luminos, care rămîne neabsorbită (fig. 13.3), adică

$$\gamma_\nu = \gamma(\nu) = \frac{\Phi_l(\nu)}{\Phi_0(\nu)}. \quad (13.4)$$

Același număr adesea se mai numește și *coeficient de transmisie*. Conform relației (13.2), intensitatea remanentă este egală cu $\exp(-k_\nu l)$. O mare importanță are și intensitatea remanentă în centrul liniei,

$$\gamma_0 = \Phi_1(\nu) / \Phi_0(\nu_0).$$

Fig. 13.3. Conturul unei linii de absorbție și caracteristicile ei integrale: a — intensitatea înregistrată, $\Phi_1(\nu)$, punctat — interpolarea fondului; b — intensitatea remanentă, $\gamma(\nu)$, și lărgimea echivalentă a liniei A_ν ; c — coeficientul de absorbție, k_ν , și coeficientul integral de absorbție, $\int k_\nu d\nu$.



Se poate examina și profunzimea unei linii de absorbție, α_ν , egală cu

$$\alpha_\nu = \alpha(\nu) = 1 - \gamma(\nu) = 1 - \exp(-k_\nu l). \quad (13.5)$$

Corespunzător diferitelor definiții ale conturului liniei spectrale de absorbție, vom avea și diferite definiții ale semilărgimii liniei. Totdeauna însă ea va fi egală cu distanța în spectru dintre cele două puncte (de ambele părți a centrului liniei), în care caracteristica corespunzătoare a liniei se reduce la jumătate din valoarea maximă.

Trebuie remarcat că semilărgimea unei linii de absorbție, determinată din curba $k_\nu = k_\nu(\nu)$ sau din curba $k_\lambda = k_\lambda(\lambda)$, caracterizează direct proprietățile mediei absorbant și nu depinde de grosimea stratului.

Mărimea

$$K = \int_{-\infty}^{\infty} k(\nu) d\nu$$

se numește *coeficient integral de absorbție* și este o caracteristică importantă a liniilor de absorbție. Dimensiunea coeficientului de absorbție integral este $L^{-1}T^{-1}$. El se exprimă de obicei în secunde la centimetru.

În numeroase studii se definește așa numita *absorbție totală*, sau *lățimea echivalentă a liniei*. Aceasta este, de asemenea, o caracteristică integrală, care se referă la întreaga linie de absorbție ca un tot. Lățimea echivalentă a unei linii este egală cu integrala profunzimii liniei de absorbție, luată între limitele întregii linii,

$$A_\nu = \int_0^\infty \frac{\Phi_0(\nu) - \Phi_\lambda(\nu)}{\Phi_0(\nu)} d\nu, \quad (13.6)$$

sau, conform cu (13.2),

$$A_\nu = \int_0^\infty (1 - e^{-k_\nu}) d\nu. \quad (13.6a)$$

Dacă, așa cum se întâmplă adesea, pe întregul interval de integrare $\Phi_0(\nu) = \text{const}$, atunci lățimea echivalentă are un sens fizic simplu: ea reprezintă fluxul energetic absorbit în linie, raportat la fluxul spectral al radiației incidente. Cu alte cuvinte, aceasta este lățimea unei linii de absorbție, având un contur dreptunghiular, cu intensitatea normală unitară și care absoarbe exact atât energie cît și linia cercetată (fig. 13.3b). Dimensiunea lățimii echivalente a liniei este aceeași ca și a frecvenței. Pe lângă mărimea A_ν pot fi introduse mărimile analoage în scala numerelor de undă, A_ω , a frecvențelor circulare, A_ω , sau a lungimilor de undă, A_λ .

Întrucît

$$d\nu = c d\bar{\nu} = \frac{1}{2\pi} d\omega = \frac{c}{\lambda^2} d\lambda, \quad (13.7)$$

legătura dintre A_ν , $A_{\bar{\nu}}$, A_ω și A_λ este dată de formula

$$A_\nu = c A_{\bar{\nu}} = \frac{1}{2\pi} A_\omega = \frac{c}{\lambda^2} A_\lambda. \quad (13.8)$$

Cunoscînd una dintre aceste mărimi, din (13.8) se poate calcula oricare dintre celelalte.

Vom observa că mărimile $k_{\bar{\nu}}$, $\alpha_{\bar{\nu}}$ și $\gamma_{\bar{\nu}}$ sînt egale, respectiv, cu k_λ , α_λ și γ_λ .

Erorile de măsură. Cunoscînd conturul unei linii de absorbție, cu ajutorul formulelor de mai sus poate fi determinată oricare dintre caracteristicile ei.

Să examinăm erorile de măsură a coeficientului de absorbție și a profunzimii liniei.

Expresia generală pentru eroarea relativă a coeficientului de absorbție, așa cum rezultă din (13.3), va fi

$$\frac{dk_\lambda}{k_\lambda} = \frac{1}{k_\lambda} \left[\frac{d\Phi_{0\lambda}}{\Phi_{0\lambda}} + \frac{d\Phi_{\lambda\lambda}}{\Phi_{\lambda\lambda}} \right]. \quad (13.9)$$

Vom examina două cazuri extreme.

1. Erorile relative de măsură a semnalelor sînt constante și egale,

$$\frac{d\Phi_{0\lambda}}{\Phi_{0\lambda}} = \frac{d\Phi_{\lambda\lambda}}{\Phi_{\lambda\lambda}} = \frac{d\Phi}{\Phi}. \quad (13.10)$$

În acest caz

$$\frac{dk_\lambda}{k_\lambda} = \frac{2}{lk_\lambda} \frac{d\Phi}{\Phi}, \quad (13.11)$$

adică eroarea de măsură a coeficientului de absorbție este invers proporțională cu mărimea $k_\lambda l$ (fig. 13.4a, curba 1).




Fig. 13.4 Dependența erorii relative de măsură a coeficientului de absorbție (a) și a profunzimii liniei (b) față de mărimea intensității remanente (profunzimea liniei este α_λ , iar grosimea optică $k_\lambda l$), în cazul următoarelor ipoteze: 1 — erorile relative de măsură a fluxului luminos sînt constante, 2 — erorile absolute de măsură a fluxului luminos rămîn constante.

2. Erorile absolute de măsură a fasciculelor luminoase sînt constante, adică

$$d\Phi_{0\lambda} = d\Phi_{l\lambda} = d\Phi. \quad (13.12)$$

Atunci, din (13.9) rezultă

$$\frac{dk_\lambda}{k_\lambda} = \frac{1}{k_\lambda l} \left(1 + \frac{\Phi_{0\lambda}}{\Phi_{l\lambda}} \right) \frac{d\Phi}{\Phi}. \quad (13.13)$$

Graficul acestei funcții este dat în figura 13.4a, curba 2. Eroarea minimă de măsură corespunde valorii $k_\lambda l \approx 1.3$ sau unei intensități remanente de 0,28. Totodată, după cum se vede din figură, în domeniul de valori ale lui $k_\lambda l$ de la 0,4 pînă la 3 (intensitatea remanentă de la 0,05 pînă la 0,7) eroarea, depășește eroarea minimă cu mai puțin de două ori.

În mod analog vom analiza și eroarea relativă de măsură a profunzimii liniei, adică mărimea

$$\alpha_\lambda = (\Phi_{0\lambda} - \Phi_{l\lambda})/\Phi_{0\lambda}.$$

Nu este greu de arătat că

$$\frac{d\alpha_\lambda}{\alpha_\lambda} = \frac{\Phi_{l\lambda} d\Phi_{0\lambda} + \Phi_{0\lambda} d\Phi_{l\lambda}}{\Phi_{0\lambda}(\Phi_{0\lambda} - \Phi_{l\lambda})}. \quad (13.14)$$

În cazul eroilor relative constante (13.10), avem

$$\frac{d\alpha_\lambda}{\alpha_\lambda} = \frac{2\Phi_{I\lambda}}{\Phi_{0\lambda} - \Phi_{I\lambda}} \frac{d\Phi_\lambda}{\Phi_\lambda}. \quad (13.15)$$

În cazul însă al constanței erorii absolute de măsură a fluxului luminos (13.12), obținem

$$\frac{d\alpha_\lambda}{\alpha_\lambda} \approx \frac{\Phi_{0\lambda} + \Phi_{I\lambda}}{\Phi_{0\lambda} - \Phi_{I\lambda}} \frac{d\Phi_\lambda}{\Phi_{0\lambda}}. \quad (13.16)$$

În figura 13.4b sunt reprezentate grafic de funcționar (13.15) și (13.16). În ambele cazuri alura curbilor este, aproximativ, aceeași, adică se observă o creștere rapidă a erorilor de măsură odată cu măsoarea profunzimii liniilor cu scăderea intensității remanente.

Particularitățile măsurării parametrilor liniilor de absorbție. O linie de absorbție se detașează pe fondul spectral continuu. Acest fapt determină o serie de particularități în depistarea și în măsurarea parametrilor liniilor de absorbție. Determinarea oricărui dintre ei — coeficientul de absorbție, profunzimea liniei sau integralele acestor măsuri (coeficientul integral de absorbție sau lărgirea echivalentă a liniei) — se reduce în cele din urmă la a scădea fluxul transmis, $\Phi_{I\lambda}$, din fondul spectral continuu, $\Phi_{0\lambda}$.

Într-adevăr, să examinăm o linie de absorbție slabă (fig. 13.5a) pentru care $\Phi_{0\lambda}$ este apropiat de $\Phi_{I\lambda}$. În acest caz

$$k_\lambda = \frac{1}{l} \ln \frac{\Phi_{0\lambda}}{\Phi_{I\lambda}} \approx \frac{1}{l} \frac{\Phi_{0\lambda} - \Phi_{I\lambda}}{\Phi_{0\lambda}} = \frac{\alpha_\lambda}{l}.$$

De aici,

$$\frac{dk_\lambda}{k_\lambda} = \frac{d\alpha_\lambda}{\alpha_\lambda}.$$




Fig. 13.5. O linie slabă de absorbție (a), o linie de emisie (b) și o linie slabă de emisie pe un fond intens (c).

iar în cazul în care eroarea absolută de măsură a fasciculelor luminoase (13.12) este constantă, atunci conform cu (13.16), avem

$$\frac{dk_\lambda}{k_\lambda} = \frac{\Phi_{0\lambda} + \Phi_{I\lambda}}{\Phi_{0\lambda} - \Phi_{I\lambda}} \frac{d\Phi_\lambda}{\Phi_{0\lambda}} \approx \frac{2d\Phi_\lambda}{\Phi_{0\lambda} - \Phi_{I\lambda}}. \quad (13.17)$$

Eroarea relativă a rezultatului este de multe ori mai mare decât eroarea de măsură a semnalului, deoarece s-a plecat de la ipoteza că linia este slabă, astfel încât diferența dintre semnale, $\Phi_{0\lambda} - \Phi_{I\lambda}$, este mult mai mică decât

suma lor, $\Phi_{e\lambda} = \Phi_{i\lambda}$. În cazul înregistrării unei linii de emisie, se măsoară, de asemenea, diferența dintre semnal și fond (cu cât depășește linia fondul) (fig. 13.5b)

$$\Phi_{\lambda} = \Phi_{i+\lambda} - \Phi_{f\lambda}. \quad (13.18)$$

Eroarea relativă a acestei mărimi este

$$\frac{d\Phi_{\lambda}}{\Phi_{\lambda}} = \frac{2d\Phi}{\Phi_{i+\lambda} - \Phi_{f\lambda}}. \quad (13.19)$$

Însă de data aceasta mărimea $\Phi_{f\lambda}$ este de obicei mică în comparație cu $\Phi_{i+\lambda}$, astfel încât eroarea calculată după formula (13.19), este relativ mică.

În acele condiții însă în care la înregistrarea unei linii de emisie intensitatea semnalului depășește fondul cu mult mai puțin decât intensitatea fondului (fig. 13.5c), atunci, după cum se vede din compararea relațiilor (13.17) și (13.19), preciziile de măsurare ale absorbției și emisei devin aproximativ egale.

Condițiile pe care trebuie să le satisfacă puterea de separare. Am stabilit că cu cât este mai mare profunzimea înregistrată a liniei de absorbție, cu atât este mai mică eroarea de măsură a ei și, prin urmare, mai mare sensibilitatea de detectare a liniei. Profunzimea de înregistrare a unei linii se mărește prin îngustarea conturului instrumental al aparatului spectral. În cazul unui contur infinit de îngust, profunzimea de înregistrare a liniei este egală cu cea reală. Să examinăm, de exemplu, o linie de absorbție al cărei contur real este descris de o funcție Gauss

$$\Phi_{I\lambda} = \Phi_{0\lambda} \left[1 - a \exp \left(- \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \right)^2 \right], \quad (13.20)$$

în care λ este lungimea de undă, considerată de la centrul liniei a — profunzimea centrului liniei, $(1 - a)$ — intensitatea remanentă a centrului liniei, iar $\Delta\lambda$ — semilărgimea liniei, măsurată de $2 \sqrt{\ln 2} = 1,66$ ori. Linile de absorbție au un asemenea contur, dacă procesul principal de lărgire este efectul Doppler, iar profunzimea liniei nu este prea mare. Fie conturul instrumental al aparatului dat, de asemenea, de o funcție gaussiană

$$\varphi_{\lambda} = \varphi_{\lambda 0} \exp \left[- \left(\frac{\lambda}{\Delta\lambda_i} \right)^2 \right], \quad (13.21)$$

$\Delta\lambda_i$ fiind semilărgimea conturului instrumental măsurată de $2 \sqrt{\ln 2}$ ori. Condițiile de normare (relația (11), p. 15) pentru funcția (13.21) dau

$$\varphi_{\lambda 0} = \frac{1}{\sqrt{\pi} \Delta\lambda_i}. \quad (13.22)$$

Conform relațiilor (13.20), (13.21) și (13.22), conturul înregistrat se determină cu ajutorul următorului produs de convoluție

$$\Phi = \frac{\Phi_{0\lambda}}{\sqrt{\pi} \Delta\lambda_i} \int_{-\infty}^{\infty} \left[1 - a \exp \left(\frac{\lambda'}{\Delta\lambda} \right)^2 \right] \exp \left(\frac{\lambda - \lambda'}{\Delta\lambda_i} \right)^2 d\lambda'. \quad (13.23)$$

După integrare, avem

$$\Phi_{I_2} = \Phi_{0\lambda} \left[1 - \sigma \frac{\Delta\lambda}{\sqrt{\Delta\lambda_1^2 + \Delta\lambda^2}} \exp\left(-\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda_1^2 + \Delta\lambda^2}\right) \right]. \quad (13.24)$$

Din compararea relațiilor (13.20) și (13.24) se vede că conturul liniei de absorbție a rămas gaussian. Lărgimea lui este egală cu $\sqrt{\Delta\lambda_1^2 + \Delta\lambda^2}$, iar profunzimea centrului liniei se micșorează de

$$\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta\lambda_1}{\Delta\lambda}\right)^2} \text{ ori}. \quad (13.25)$$

Ec., de pildă, ca o linie de absorbție să aibă semilărgimea de 10^{-2} Å și profunzimea în centru de 0,5. Dacă puterea de separare a aparatului este 10^4 , atunci, pentru domeniul vizibil al spectrului, aceasta corespunde unei lărgimi a conturului instrumental de circa 0,1 Å. Conturul unei linii de absorbție obținute la un astel de apurăt este determinat de lărgirea instrumentală, iar profunzimea liniei este în total de 1%. Detectarea unei asemenea linii este practic imposibilă, în orice caz precizia măsurată este la 10% mică. Formele conturului liniei de absorbție și conturului instrumental luate de noi în acest exemplu (din considerații de comoditate și din simplitatea calculării produsului de convoluție) sunt apropiate de cele care se întâlnesc adesea în practică. Rezultatul obținut poate fi aplicat aproximativ și conturilor de alte forme.

Pentru un spectru de linii de emisie, în cazul în care nu există un fond continuu al sursei de emisie, este nevoie de o putere de separare mare a aparatului numai pentru a separa liniile, ea nemărfund obligatorie în cazul unui spectru sărac în linii. Deseori între condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele spectrale destinate pentru detectarea liniilor de absorbție și liniilor de emisie dispere, așa cum s-a arătat mai sus, dacă strălăcirea spectrală a liniei de emisie întrece cu puțin fondul (fig. 13.6). În acest caz și o linie




Fig. 13.6. Distorsionarea instrumentală a unei linii de absorbție slabe (a) și a unei linii de emisie slabe, pe fond întreg (b)

de emisie, lărgită de aparat, poate deveni invizibilă pe fondul spectralui continuu. Trebuie, în cazul în care pentru studiul absorbției se folosește o sursă cu spectru de linii, cerințele față de puterea de separare a aparatului vor fi determinate numai de necesitatea rezolvării liniilor sursei.

Folosirea acestui avantaj al absorbției atomice pentru studiul contururilor liniilor de absorbție este indicată în metoda explorării magnetice. Metoda se

bazează pe deplasarea componentelor Zeeman ale unei linii de emisie sau de absorbție prin variația intensității câmpului magnetic.

Ca exemplu vom prezenta studiul liniilor de absorbție ale metalelor alcalino-pământoase în flacăra unui bec Bunsen [13.2].

Drept sursă de lumină s-a folosit un tub cu descărcare de înaltă frecvență, umplut cu o lăză metalului de studiat, introdus într-un câmp magnetic longitudinal, cu intensitatea de până la 18 000 gauss. Una dintre componentele Zeeman a fost separată cu ajutorul unei plăci sferice de undă și al unui polarizor. Balențul s-a obținut prin variația intensității câmpului magnetic. Modularea fasciculului s-a făcut prin rotirea unui sector de oglindă care trecea alternativ prin și pe lângă flacără. Astfel modulată, el era trimis pe fanta unui monocromator de rezoluție mică, care separa linia de studiat. La ieșirea monocromatorului era așezat un receptor fotoelectric, un amplificator de curent continuu cu un detector sincron și un autodescriptor.

Trebuie subliniat faptul că inventarea laserilor, care dau linii înguste, a căror lungime de undă poate fi modificată fie și continuu (v. cap. 15), permite efectuarea unui studiu mult mai simplu și mai comod al structurii liniilor de absorbție, decât era posibil aceasta prin metoda explorării magnetice, cel puțin în ultravioletul apropiat și în vizibil.

Măsurarea caracteristicilor integrale ale liniilor de absorbție. Să examinăm ceva mai amănunțit particularitățile de determinare ale caracteristicilor integrale ale liniilor de absorbție: a coeficientului integral de absorbție și a lărgimii echivalente a liniei. Coeficientul integral de absorbție este o caracteristică extrem de importantă a unei linii. El este legat de populația nivelelor și de caracteristicile atomice prin relația

$$\int_0^\infty k_\nu d\nu = \frac{\pi e^2}{nc} N_k f_{ki} \left(1 - \frac{g_k N_i}{g_i N_k}\right), \quad (13.26)$$

în care f_{ki} este tărul oscilatorului liniei de absorbție, N_k și N_i — populațiile nivelelor inferior și, respectiv, superior ale tranziției corespunzătoare acestei linii de absorbție, iar g_k și g_i — ponderile statistice ale nivelelor.

În condițiile excitației termice, la temperaturi care nu depășesc câteva mii de grade, mărimea $\frac{g_k N_i}{g_i N_k}$, răspunzătoare de „absorbția negativă”, nu depășește o fracțiune de procent, astfel încât în majoritatea cazurilor de interes se poate neglija în fața de unitate. În acest caz, relația (13.26) capătă forma

$$\int_0^\infty k_\nu d\nu = \frac{\pi e^2}{nc} N_k f_{ki} \approx 0,026 N_k f_{ki}. \quad (13.26')$$

Prin simplitatea cu care această formulă a atras pe mulți experimențatori care doreau să obțină informații asupra constantelor atomice sau asupra proceselor care se produc într-un strat absorbant.

Din nefericire, măsurători precise ale coeficientului integral de absorbție pentru linii înguste sunt posibile numai în cazuri excepționale. Acest fapt se datorește următoarelor cauze

1. Este necesar să se construiască conturul unei linii nedeformate de aparat. De obicei, acest fapt se realizează cu ajutorul unui aparat cu o putere de separare foarte înaltă. În cazul unei linii cu lărgimea de 10^{-2}\AA , în regiunea

unghiul α a domeniului vizibil al spectrului, fiind dată condiția $\Delta\lambda = 5 \Delta\lambda_0$, rezultă $R = 2,5 \cdot 10^6$. Chiar dacă se dispune de un asemenea aparat unicat, profunzimea lui în centru va fi mai mică decât cea reală cu aproximativ $2 \cdot 10^{-3}$ v. relația (13,25).

2. În toate punctele conturului intensitatea vibrației nu trebuie să fie prea mare, dar, la același timp, nici nu prea mică, astfel încât cronometrul măsurătorii să dea rezultate, făcându-le insuficient de sigure (v. fig. 134).

Măsurăm în acest caz donanul ale conținutului care au o intensitate remanentă nu mai mică decât 0,1 ceea ce înseamnă că obținem $\mu = 2,31 \cdot 10^{-10}$ care este depășește cu un ordin de mărime creșterea de 10^5 ori a lui μ datorită lacunelor și a nărilor datorită l. puterii de detașare ca materii remanente mici, pentru care este necesar să se creeze cel puțin 10^5 lacune și nări, datorită contribuției importante în coeficientul integral de absorbție.

Într-o parte din țipul lor auzi că, pentru căcile intestinale, remanentă este foarte mare, se măsoară, de asemenea, cu o mare eroare. Contribuția acestor porțiuni în măsurarea unei mărimi este destul de 1-10 %, adesea nu se pot exclude.

Deoarece acest coeficient integral de absorbție este foarte mare, în toate cazurile menționate mai sus, bazându-se, în parte, de profunzime, de pildă, la cel de autoionizare, unde ionizarea particulelor care din sticlă, din soluții și din sticlă, unde atomice, lungi de presură, mare a unui gaz strălucitor. În aceste cazuri măsurarea matematică I_0 poate fi foarte sigură.

În cazul măsurării lăgimii echivalente a liniilor spectrale de absorbție, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească puterea de separare sunt mult mai puțin restrictive. După cum se va arăta mai jos, valoarea măsurată a lui $\Delta\lambda$ nu depinde de obicei de conturul instrumental, întrucât spectrul într-adevăr, fie dat o scenă de măsură (fig. 131), cu ajutorul căreia se determină experimental distribuția spectrală a fluxului luminos dat de sursa de spectru continuu. Măsurătorile se fac înainte de a se forma coloana absorbentă din vapori ($\Phi_{0\lambda}$) și după ce s-a produs absorbția de către vapori introdusi în cuvă (Φ_{λ}). Să presupunem că aceste măsurători se efectuează de două ori — prima dată cu un aparat cu o putere de separare infinit de mare (un contur instrumental infinit de îngust) și a doua oară — cu un aparat spectral al cărui contur instrumental are o lăgime finită și este dat de funcția $\phi(\lambda)$. Atunci primul aparat dă distribuția spectrală adevărată a maximeilor $\Phi_{0\lambda}$ și Φ_{λ} , iar cel de al doilea maximele cronate, Φ_0' și Φ_{λ}' . Lăgimea echivalentă a liniei, calculată după datele obținute de la primul aparat, va fi

$$I_{\lambda} = \int_0^{\infty} \left(1 - \frac{\phi_{\lambda}(\lambda)}{\phi_{0,\lambda}} \right) d\lambda, \quad (1.3.27)$$

far de la cel de al donce

$$A) \int_0^\infty \left[1 - \frac{\int_0^\infty p(\lambda - \lambda') \Phi_{1, \lambda}(\lambda') d\lambda'}{\int_0^\infty p(\lambda - \lambda') \Phi_0(\lambda') d\lambda'} \right] d\lambda. \quad (1.3.28)$$

Să presupunem că pe întreaga lărgime a conturului instrumental al liniei strălăcirea spectrală a sursei este constantă; atunci se poate scrie

$$\Phi_{0\lambda} = \text{const.} \quad (13.29)$$

Realizarea acestei condiții este suficientă pentru ca distorsiunile instrumentale, introduse de aparat, să nu influențeze valoarea măsurată a lărgimii echivalente a liniei, adică

$$A'_\lambda = A_\lambda. \quad (13.30)$$

Pentru a demonstra valabilitatea relației (13.30), atunci când condiția (13.29) este adevărată, este suficient să fie satisfăcută condiția de normare a funcției instrumentale (11)

$$\int_0^\infty \varphi(\lambda) d\lambda = 1 \quad (13.31)$$

și teorema conform căreia integralul produsului de convoluție a două funcții este egal cu produsul integralelor acestor funcții

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \varphi(\lambda - \lambda') \Phi_{0\lambda'}(\lambda') d\lambda' d\lambda = \int_0^\infty \varphi(\lambda) d\lambda \cdot \int_0^\infty \Phi_{0\lambda}(\lambda) d\lambda. \quad (13.32)$$

Condiția (13.29) nu impune restricții palpabile condițiilor experimentale. Ea nu este satisfăcută numai în cazul în care se folosește, în locul unui spectru continuu, un spectru cu multe linii nerezolvate (de exemplu, spectrul hidrogenului), sau în cazul suprapunerii unei structuri nerezolvate (de pildă, un arc de cărbune cu benzi de cian) cu spectrul continuu al fondului molecular. În celelalte cazuri de obicei se poate considera ca deformarea instrumentală a conturului liniei influențează numai redistribuirea energiei absorbite în spectru și nu modifică lărgimea echivalentă a liniei. Firește, cele spuse nu înseamnă că orice deformare a spectrului datorată aparatului nu influențează valorile măsurate ale lărgimii echivalente. Dimpotrivă unele cauze, cum sunt lumina difuzată, satelții rețelelor, voalul datorat înregistrării fotografice etc., introduc erori în rezultat și trebuie să fie îndăturate sau să se țină cont de ele.

Pentru măsurarea lărgimii echivalente a liniilor sunt posibile două metode principial diferite. Prima, acceptată tradițional, constă în construirea cu un aparat spectral a conturului dat al profunzimii liniei de absorbție și în integrarea ei.

Varianta fotografică a acestei metode este extrem de anevoioasă și are o precizie mică. Ea conține următoarele operații:

- 1) fotografarea spectrului și a mărcilor de înregistrare;
- 2) micrototometrarea spectrului și a mărcilor de înregistrare;
- 3) trasarea curbei caracteristice;
- 4) transformarea înregistrărilor în iluminări;
- 5) trasarea conturului liniei în scara iluminărilor;
- 6) interpolarea spectrului continuu al sursei;
- 7) calculul profunzimii liniei în diferite puncte ale conturului ei;
- 8) integrarea grafică sau algebrică a conturului.

În cazul înregistrării fotoelectrice cu haleaj, primele cinci operațiuni sînt înlocuite de una singură, deoarece se obține direct distribuția spectrală a fluxului luminos care trece prin cuvă. Cu toate acestea, operațiunile enumerate necesită un mare consum de muncă pentru fiecare măsurătoare.

S-au propus o serie de simplificări ale metodei. Astfel, în unele lucrări s-a măsurat fotografic concomitent lărgimea echivalentă a mai multor puncte ale liniei. Contururile lor erau determinate mai ales de către aparat, fiind în formă de triunghiuri cu aceleași baze, dar cu vârfuri diferite. Lărgimile echivalente ale unor asemenea linii erau, din această cauză, proporționale cu adîncimea lor centrală. Prin urmare, măsurătorile s-au redus la determinarea intensității remanente în centrul fiecărei linii. Firește, totdeauna o asemenea analiză trebuie să fie precedată de determinarea factorului de transformare, necesar pentru calculul lărgimii echivalente în funcție de adîncimea măsurată a centrului liniei.

Cea de a doua metodă simplificată de determinare a lărgimii echivalente a unei linii, așa-numită „metoda fantei largi” [13.3], nu necesită integrarea conturilor liniilor de absorbție. În acest caz se folosește faptul că mărimea măsurată, A_λ , este independentă de puterea de separare a aparatului. Operația de integrare a fasciculelor luminoase după conturul liniei se efectuează cu fanta de ieșire a monocromatorului larg deschisă, prin care trece către receptorul fotoelectric un întreg domeniu al spectrului continuu.

Această metodă constă în fond în următoarele. Lărgimea echivalentă a liniei poate fi definită [v. relația (13.6)] astfel

$$A_\lambda = \int_{\lambda_0 - \Delta\lambda/2}^{\lambda_0 + \Delta\lambda/2} \frac{\Phi_{0\lambda} - \Phi_{I\lambda}}{\Phi_{0\lambda}} d\lambda, \quad (13.33)$$

$\Delta\lambda$ fiind un interval suficient de larg de lungimi de undă, luat simetric față de centrul liniei, λ_0 . Avînd în vedere faptul că strălucirea spectrală a fondului este constantă în limitele acestui interval, avem

$$A_\lambda = \Delta\lambda \left[\frac{\Phi_{0\lambda} \Delta\lambda - \int_{\lambda_0 - \Delta\lambda/2}^{\lambda_0 + \Delta\lambda/2} \Phi_{I\lambda} d\lambda}{\Phi_{0\lambda} \Delta\lambda} \right] = \Delta\lambda \frac{I_1 - I_2}{I_1}. \quad (13.34)$$

Trimițînd radiația domeniului spectral $\Delta\lambda$, care iese din monocromator, pe receptorul fotoelectric, înregistrăm, în absența semnalului dat de vapori absorbanți, semnalul

$$I_1 = \alpha \Phi_{0\lambda} \Delta\lambda$$

(α este un factor constant, determinat de parametrii sistemului de înregistrare). Dacă interpunem, acum, în drumul fasciculului de lumină coloana de vapori absorbânți, vom obține semnalul

$$I_2 = \alpha \int_{\lambda_0 - \Delta\lambda/2}^{\lambda_0 + \Delta\lambda/2} \Phi_{I\lambda} d\lambda. \quad (13.35)$$

După cum rezultă din (13.34), cele două cîști, I_1 și I_2 , permit determinarea lărgimii echivalente a liniei. Fanta de ieșire a monocromatorului trebuie să fie

cuptorului în care se află cuva cu metalul de studiat, unul dintre semnale se măsoară, iar celălalt, care corespunde fondului, rămâne același (fig. 13.8 b).

Mărimea A_λ se calculează din relația

$$A_\lambda = \Delta\lambda \left(1 - \frac{I_2}{I_1} \right), \quad (13.36)$$

în care $\Delta\lambda$ este lungimea spectrală a fantei prin care trece aria de absorbție.



Fig. 13.8. Diagrama înregistrată în cazul măsurării cu două fante largi: a — până la introducerea vaporilor, b — când cuptorul este încălzit

Pentru obținerea unei precizii de măsură mai mari, schema de înregistrare cu două fante largi poate fi perfecționată. În particular, putem secolta rezultate bune cu o instalație în care măsurarea fluxurilor luminoase care trec prin cele două fante nu se produce pe rând, ci concomitent, cu ajutorul unui singur foto-receptor. Pentru separarea semnalelor este necesar ca cele două fluxuri să fie modulate cu frecvențe diferite.

O schemă electrică nu prea complicată poate face posibilă înregistrarea concomitentă a semnalului I_1 și a diferenței dintre semnale, $I_1 - I_2$. Astfel, semnalul diferență se poate extinde pe întreaga scală a aparatului și precizia de măsură a lui crește substanțial. Schema descrisă de măsurare după metoda fantei largi este numai una dintre cele posibile. În alte cazuri, pentru studiul unui spectru de absorbție cu multe linii poate fi mai comodă metoda explorării spectrului cu o fantă largă.

§ 3. SURSE DE ERORI SISTEMATICE ÎN MĂSURAREA LINIILOR DE ABSORBȚIE

Lumina difuză și caracteristicile ei. Partea cea mai importantă din lumina difuzată în aparat este generată prin reflecțiile și difuzia neselectivă ale luminii de orice lungime de undă de către piesele optice și de pereții aparatului. Această parte a luminii difuze are de obicei aproximativ aceeași compoziție spectrală ca și fluxul luminos pe care îl lasă să treacă piesele optice ale aparatului. Selectivitatea receptorului și a aparatului face ca lumina împrăștiată să afecteze în mod diferit determinările, în funcție de lungimea de undă. Această influență poate fi caracterizată cantitativ printr-o mărime pe care o numim eficacitate absolută

a luminii difuzate. O vom defini ca aceea parte din citirile date de receptor care este datorata acțiunii asupra lui a luminii împrăștiată

$$i_1(\lambda_0) = \int_0^\infty R(\lambda, \lambda_0) x(\lambda) \varphi(\lambda) d\lambda, \quad (13.37)$$

$\alpha(\lambda)$ fiind sensibilitatea spectrală a receptorului, iar $\varphi(\lambda)$ fluxul spectral care intră în aparat. Dependența $R(\lambda, \lambda_0)$ de λ_0 determină topografia distribuției luminii difuzate cu lungimea de undă λ , la ieșirea din aparat. Dependența $R(\lambda, \lambda_0)$ de λ determină selectivitatea difuziei, adică diferența dintre compoziția spectrală a luminii difuzate și compoziția spectrală a radiației incidente.

În cazul examenului al difuziei neselctive, coeficientul de difuzie nu depinde de λ și, de aceea,

$$i_1(\lambda_0) = R(\lambda_0) \int_0^\infty \alpha(\lambda) \varphi(\lambda) d\lambda. \quad (13.38)$$

Pe lângă eficacitatea absolută a luminii difuzate, i_1 , trebuie să mai introducem și noțiunea de eficacitate relativă, i_1' . Ea este egală cu mărimea relativă a semnalului total, datorat luminii difuzate în aparat

$$i_1' = \frac{i_1}{I_{\text{semnal}} + i_1} = \frac{R(\lambda_0) \Delta\lambda \int_0^\infty \alpha(\lambda) \varphi(\lambda) d\lambda}{x(\lambda_0) \beta(\lambda_0) \varphi(\lambda_0) \Delta\lambda + R(\lambda_0) \Delta\lambda \int_0^\infty x(\lambda) \varphi(\lambda) d\lambda}, \quad (13.39)$$

$\beta(\lambda_0)$ fiind coeficientul de transmisie al aparatului.

Eficacitatea relativă a luminii difuzate, i_1' se află în limitele de la 0 la 1. Prin micșorarea lui I_{semnal} , el tinde la unitate. De aceea, la magnitudinea spectrală și în cazul înregistrării unei linii de absorbție, el devine atunci când fie transmisia aparatului, fie receptivitatea receptorului, fie sursă de lumină sunt mici, eficacitatea relativă a luminii difuzate poate fi suficient de apropiată de valoarea sa maximă.

Din relațiile (13.38) și (13.39) rezultă că pentru micșorarea efectului negativ, de denaturare, a luminii împrăștiată, este necesar să se micșoreze coeficientul de difuzie, să se mărească selectivitatea receptorului și a sursei de lumină. Trebuie lucrat la apropierea maximumului produsului celor trei funcții, $\beta(\lambda_0)x(\lambda_0)\varphi(\lambda_0)$, adică în domeniul spectral în care semnalul de la sursa de lumină înregistrat de aparat este maxim.

Pentru satisfacerea acestei necesități trebuie făcută o alegere judicioasă a aparatului și să se lucreze cu deosebită grijă cu el. Trebuie, de asemenea, aleasă sursa optimă de spectru continuu pentru problema dată. Uneori trebuie separat, în prealabil, cu ajutorul filtrelor sau al unui monocromator, domeniul spectral de cercetat.

În cazul înregistrării fotografice cu un aparat stigmatic este avantajos, de asemenea, să se micșoreze pe cât posibil înălțimea plății iluminate a faței. În acest caz se micșorează fluxul ce intră în aparat, și, prin urmare, lumina difuzată, iluminarea spectrală rămânând însă neschimbată. La fel de importantă

este alegerea cel mai adecvată a receptorului de radiație. De exemplu, în domeniul ultraviolet al spectrului nu este indicat să se folosească plăcuțe pancromatiche sau fotocatodul cu oxid de cesiu — acești receptori fiind sensibili în domeniul vizibil și chiar în infraroșu apropiat. În cazul în care se lucrează în domeniul roșu al spectrului adesea este mai avantajoasă să se utilizeze un bec de incandescență, decât o lampă cu arc în cripton, la marea presiune, aceasta din urmă producând o cantitate mare de radiație nedorită în ultraviolet și în vizibil.

În cazul în care una dintre mărimile $x(\lambda_c)$, $y(\lambda_c)$ sau $z(\lambda_c)$ este egală cu zero, eficacitatea relativă a luminii difuzate este $\eta' = 1$, adică semnalul înregistrat se datorează complet luminii difuzate. Aceasta se poate folosi pentru evaluarea mărimii η' .

Fixind aparatul spectral în domeniul spectral în care strălucirea sursei este egală cu zero sau receptorul este evident nesensibil, se poate determina η' . De pildă, dacă sursa de lumină este un bec cu filament de wolfram, iar balonul din sticlă, atunci se poate măsura η' , reglind aparatul spectral pentru domeniul 2500–2800 Å. În acest domeniu filamentul de wolfram emite slab, iar sticla este practic opacă. Împărțind citirea obținută (valoarea deviației date de aparat) la înregistrarea semnalului util (nulatorul din formula (13.39)), obținem mărimea η'' .

Această metodă nu este prea riguroasă, deoarece presupune o distribuție uniformă a luminii difuzate pe întreaga suprafață focală a aparatului, ceea ce corespunde realității numai într-o primă aproximație. În cazul înregistrării fotografice evaluarea mărimilor η' sau η'' se poate efectua analog, de exemplu, după înnegrirea obținută pe o placă fotografică nesensibilizată în domeniul roșu al spectrului. Se poate, de asemenea, obtura partea centrală a fantei cu o diafragmă Hartmann (cf. 13.9) și determina apoi înnegrirea benzii luminoase care traversează spectrul.



Fig. 13.9. Poziția diafragmei Hartmann pentru determinarea eficacității luminii difuzate.

La transformarea înregistrării create de lumina difuzată de o compoziție spectrală complexă, în iluminare, se folosește de obicei o curbă caracteristică construită pentru o lumină monocromatică. Aici pot fi comise erori importante în determinarea lui η' , mai ales în cazul măsurărilor îndepărtate de domeniul spectral în care sursa respectivă dă înnegrirea maximă.

Corecții pentru difuzia neselectivă. Vom analiza acum influența difuziei neselective a luminii dintr-un aparat, asupra măsurării caracteristicilor unei linii de absorbție și procedeele de evaluare a acestei influențe.

Difuzia luminii este un proces care determină o redistribuire a luminii în aparatul spectral. O parte din fluxul spectral nu mai ajunge în locul ce i este destinat, conform lungimii sale de undă, la ieșirea din aparatul spectral. Această pierdere din fluxul spectral ar putea fi pur și simplu neglijată, deoarece ea nu provoacă decât o diminuare redusă a luminozității aparatului, neafectând deci măsurarea absorbției. Însă cel mai neplăcut aspect al difuziei luminii într-un aparat îl constituie faptul că fluxului de lungime de undă λ i se adaugă ce nu mai este absorbit în linia studiată și, datorită acestui fapt, denaturează

În conformitate cu cele arătate, pentru a ține seama de difuzie, este necesar ca din fiecare semnal înregistrat să se scadă eficacitatea absolută a difuziei i_1 (fig. 13.10). Valorile corectate ale caracteristicilor liniilor de absorbție pot fi calculate folosind următoarele expresii pentru:




Fig. 13.10 Aplicarea corecțiilor de difuzie a
liniilor 1 — conturul înregistrat; 2 — conturul
corectat 3 — eficacitatea absolută a difuziei

1) intensitatea remanentă

$$\gamma(\lambda) = \frac{\Phi_{l\lambda}}{\Phi_{0\lambda}} = \frac{I_0 - i_1}{I_0 - i_1} ; \quad (13.40)$$

2) profunzimea liniei

$$\alpha(\lambda) = 1 - \frac{\Phi_{l\lambda}}{\Phi_{0\lambda}} = \frac{I_0 - I_l}{I_0 - i_1} ; \quad (13.41)$$

3) coeficientul de absorbție

$$k(\lambda) = \frac{1}{l} \ln \frac{\Phi_{0\lambda}}{\Phi_{l\lambda}} = \frac{1}{l} \ln \frac{I_0 - i_1}{I_l - i_1} . \quad (13.42)$$

Analog se pot deduce corecțiile pentru calculul coeficientului integral de absorbție și al lărgimii echivalente a liniei.

În practică, pentru determinarea lui i_1 , înaintea de a introduce vaporii absorbânți, se măsoară pentru toate lungimile de undă corectate eficacitatea relativă a luminii difuzate, i'_1 . Ea nu este practic afectată deloc de faptul că fluxul de lumină ce intră în aparat suferă variații care nu perturbă însă esențial distribuțiile spectrale naturale (de exemplu variațiile provocate de modificarea lărgimii fantei de intrare). În cazul apariției unei linii de absorbție, valoarea lui i'_1 crește rapid datorită micșorării semnalului înregistrat (primul termen din numitorul relației (13.39*)). Însă pentru continuul neperturbat, adiacent cu conturul liniei, eficacitatea relativă a luminii difuzate, i'_1 , rămâne neschimbată. Acest fapt permite determinarea mărimum i_1 din semnalul corespunzător continuului neperturbat.

$$i_1 = i'_1 I_0 . \quad (13.43)$$

În acest fel, se ține cont de variația cantității de lumină difuzată, în cazul variației fluxului luminos care intră în aparat.

* În acest caz se micșorează puțin totodată și numărătorul est și cel de al doilea termen de la numitor, întrucât formarea liniilor de absorbție micșorează de fapt fluxul luminos ce intră în aparat. Însă această micșorare este de obicei atât de neînsemnată, încât poate fi neglijată.

From transformation relations (13-10) and (13.12), obtain

$$\gamma(\lambda) = \frac{I_1/I_0 - i_1''}{1 - i_1''} = \frac{\gamma_{vac} - i_1''}{1 - i_1''}, \quad (13.44)$$

$$x(\lambda) = \frac{\alpha_{\text{var}}}{1 - \beta_1^*} \quad (13.45)$$

$$k = \lambda_j \quad \frac{1}{k} \ln \frac{1 - i_1''}{\gamma_{\text{vac}} - i_1''}. \quad (13.46)$$

În mod corespunzător, transformăm expresiile pentru calculul cotelor caracter, tinerilor integrați ale unui linie de absorbție. Deosebit de simplu se introduce corecția pentru lărgimea echivalentă a liniei,

$$A_{\lambda} = \frac{A_{\lambda \text{ var}}}{1 - \hat{\rho}_{\lambda}} \quad (13.47)$$

Monozia monocromatică, de lungă durată, selectivă a luminii dintr-un punct, o mare importanță o are și difuzia monocromatică. Această parte din lumina difuzată este de obicei, neregulară și neuniformă. Ea se concentrează în apropierea fluxului de fluviu, de aceea, lungimea de undă, formele arpi iatăse ale conturului instrumental al aparatului.

Difuzia monocromatică se produce mai ales după descompunerea spectrală a fluxului, adică în partea camerei obscure, la ieșirea din elementul dispersiv și la intrarea elementului dispersiv. Lumina se difuzează pe suprafețele prismelor pe care este depus praful și pe neomogenitățile prismelor, obiectivelor, pe moleculele gazului din aparatul spectral și pe particulele de praf care plutesc în el. Forma amplitor conturului instrumental este dată de radiații rezultată a tuturor acestor forme de difuzie. Defecțele neregulate ale traseăturilor rețelei de difracție provoacă, de asemenea, apariția unor amplituri anormale conturului instrumental. Particularitățile traseăturilor care se repetă cu regularitate determină apariția unei structuri de linii în apropierea maximului lumii de corectat (umbrela Rowland fiind considerate ca o difuzie monocromatică sau generată lumina de către aparat).

În figura 2.19 este dată fotografia obținută cu aparatul de serie „FOC-8” a spectrului laserului cu He-Ne, care conține o singură linie de 6328 Å. Lănia propriu-zisă este evident supraexpusă, pentru ca să fie vizibile ambele contururi instrumentale, datorate atât difuziei, cât și umbrelor. Dacă conturul liniei de absorbție este mult mai îngust decât conturul difuziei monocromatice, atunci efectul „cstui” din ramă este evaluat exact după același procedeu ca și în cazul imprăștierea neselctivă, așa cum a fost expus. În asemenea cazuri este greu de făcut o vreo distincție între influențele diferitelor feluri de difuzie; din acest motiv este recomandabil să se determine valoarea totală absolută și eficienta relativă a difuziei. Pentru a face o determinare este recomandabil să studiem doar linia de absorbție îngustă, în al căror centru intensitatea remanentă este evident apropiată de zero. În acest caz e înțeles faptul că pus la pânză pe conturul liniei va fi egală cu eficiența absolută globală a tuturor tipurilor de difuzie, incluziv a umbrelor repetate.

cular, atunci când nu se reușește să se obțină o grosime optică mare în centrul liniei sau în cazul analizei spectrelor de absorbție Fraunhofer ale corpurilor ceresti. În aceste cazuri se folosesc cuve speciale cu vapori ai metalelor ușor volatile, care dau linii de absorbție apropiate de cele de analizat. Uneori, pot fi folosite pentru aceasta soluții de săruri ale pământurilor rare.

Atunci când se analizează linii de absorbție foarte largi, care au o întindere spectrală comparabilă cu lărgimea structurii umbrelor și a conturului difuziei monocromatice, corecțiile pentru aceste tipuri de difuzie se aplică la fel ca și corecțiile de distorsiuni instrumentale. În acest caz, lărgimea echivalentă măsurată a liniei de absorbție nu se va deosebi de cea adevărată. Lini atît de largi se studiază rar, excepție făcând liniile hidrogenului și potasiului din spectrul Fraunhofer al Soarelui. Deosebirea principală dintre aceste două cazuri limită în ce privește raportul dintre lărgimea conturului de difuzie și a conturului liniei constă în următoarele. În primul caz, cînd conturul liniei este îngust, peste fluxul luminos, rămas neabsorbit în cadrul conturului liniei, se suprapun umbrele și lumina difuzată de la continuumul neperturbat, pe cînd în al doilea caz, partea centrală este puțin distorsionată, deoarece umbrele și lumina imprăștiată de la continuumul neperturbat „nu ajung” pînă la ea.

Evaluarea aripilor unei linii. În cadrul determinării caracteristicilor integrale ale unei linii de absorbție, și în special al lărgimii echivalente, o eroare foarte periculoasă o constituie integrarea conturului într-un interval spectral insuficient de mare. Aceasta are drept consecință nu numai o subevaluare a ariei conturului respectiv, ci și o valoare diminuată a intensității spectrului continuu. În locul valorii corecte, 1, $\Delta S'/\Phi_{c\lambda}$ (fig. 13.11), se obține mărimea $A'_\lambda = \Delta S'/\Phi'_{c\lambda}$.

Calculul corecturilor ce trebuie aplicate mării măsurate, A'_λ , pentru a se obține valoarea corectă, poate fi efectuat pentru contururi de orice formă.

În lucrarea [13.3] calculul corecției s-a efectuat pentru cazul curbei de dispersie. În acest caz corecțiile sînt deosebit de mari deoarece ariile unui contur de dispersie au o întindere mare.

Mărimea corecției depinde de procedul de măsurare a lărgimii echivalente și de conturul instrumental al aparatului înregistrator.

Distingem trei procedee de înregistrare: 1) fotografice cu fotometria ulterioară a liniei cu ajutorul unui microfotometru cu fantă îngustă; 2) balena-ful fotoelectric al conturului; 3) metoda „fantei largi”. Vom considera că




Fig. 13.11. Calculul aripilor unei linii: $\Delta\lambda$ — domeniul de fotometrie; ΔS și $\Delta S'$ — suprafețe reale și suprafețe înregistrate a conturului; $\Phi_{c\lambda}$ și $\Phi'_{c\lambda}$ — nivelul real și nivelul înregistrat al fondului continuu

pentru cazul 1) corespunde un contur instrumental dreptunghiular, i. e. cu lărgimea egală cu lărgimea spectrală, $\Delta\lambda$, a fantei de măsurare a spectrografului. Corecția pentru lărgimea echivalentei măsurată, A'_λ , se calculează cu ajutorul formulei:

$$\frac{A_\lambda}{A'_\lambda} = \frac{2}{\pi k} \left[1 - 2,7 l^2 + 9,6 l^4 - \frac{1}{2k} (1 - l^2) - \frac{1}{\pi k^2} \right], \quad (13.48)$$

în care $k = \Delta\lambda / A_\lambda$, iar $l = \delta\lambda / \Delta\lambda$. În cazul halogenajului fotoelectric, când lărgimile spectrale ale fantelor monocromatorului sunt egale, conturul instrumental este un triunghi având baza $\delta\lambda$, egală cu dublul lărgimii spectrale a fantei.

În acest caz, formula pentru calculul corecției este

$$\frac{A_\lambda - A'_\lambda}{A_\lambda} = \frac{2}{\pi k} \left[1 + 5,3 l^2 + 51 l^4 - 590 l^6 - \frac{1}{2k} (1 + 8 l^2) + \frac{1}{\pi k^2} \right]. \quad (13.49)$$

Cînd se folosește metoda „fantei largi”, formula de evaluare a efectului aripilor liniilor are forma

$$\frac{A_\lambda - A'_\lambda}{A_\lambda} = \frac{1}{\pi k} \left[1 - \frac{1}{6\pi k^2} + \frac{4}{3} l^2 + 3,2 l^4 \right]. \quad (13.50)$$

În cazul unor evaluări aproximative ale influenței aripilor, mărimile care se află în parantezele pătrate din relațiile (13.48), (13.49) și (13.50) pot fi considerate egale cu unitatea.

§ 4. METODE DE OBTINERE A UNUI STRAT ABSORBANT

Problemele care se rezolvă cu ajutorul spectroscopiei atomice de absorbție pot fi împărțite în două grupe. Prima grupă conține studiul unor obiecte date în scopul analizei proprietăților lor, a compoziției lor sau a proceselor care se petrec în ele. În această grupă stratul absorbant este dat, iar scopul studiului constă în obținerea și interpretarea spectrului lui de absorbție. Din această grupă fac parte studiile de absorbție a plamei, a undelor de soc, a proceselor de ardere, a detonației, a exploziei, studiul spectrelor de absorbție ale stelelor și atmosferei planetelor.

Abordînd acest gen de cercetări, spectroscopistul trebuie doar să adapteze obiectul studiat și probele de înregistrare a acestuia la aspectele specifice ale problemei și totodată să nu altereze particularitățile esențiale ale fenomenului studiat. De exemplu, trebuie să aibă grijă ca mersul razelor de lumină prin obiectul absorbant să fie cel cerut, ca ferestrele să fie transparente în domeniul ales al spectrului și stabile la acțiunile chimice și termice ale fenomenului studiat.

Cealaltă grupă de probleme include nu numai studiul, ci și prepararea stratului absorbant. Din aceasta fac parte cercetările: de analiză prin absorbție, de măsurare a tăriei oscilatorilor, de studiu ale vaporilor, al ionizării, al disociării etc.

Evident, o asemenea împărțire este convențională într-o mare măsură și uneori nu se reușește o delimitare netă între aceste două cazuri.

În acest paragraf, prin descrierea metodelor de obținere a unui strat absorbant, vom avea în vedere mai ales cea de a doua grupă de probleme.

Cuvele. Pentru obținerea unor spectre atomice de absorbție se folosesc cuve „închise” și cuve „deschise”. Ferestrele cuvelor închise delimitază grosimea coloanei de vapori ai substanței de cercetat, pe cînd ferestrele cuvelor deschise nu vin în contact cu vaporii, ci evită doar contactul lor cu aerul atmosferic.

La cuvele deschise se încălzește numai partea de la mijlocul lor acolo unde se află substanța care se evaporă. Vaporii se condensează pe marginile reci ale cuvei. Confectionarea cuvelor deschise este relativ simplă, deoarece ferestrele ei se află de obicei la temperatura camerei, încît pot fi lipite de tub cu orice chit

care nu trebuie să fie termorezistent. Tubul cuvei se confecționează dintr-un material care să reziste bine la temperaturile de lucru: metal, ceramică, alundum, grafit etc. Din această cauză, cuvele deschise pot fi folosite numai până la temperaturi de circa 3000 K. Aceasta este destul de mare pentru a se obține o coloană de vapori cu grosimea optică dorită, practic, pentru toate metalele greu fuzibile cit și pentru studiul liniilor de absorbție, care încep să apară pe nivele ce se află la 2–3 eV de nivelul normal. Atunci când se lucrează cu cuve deschise, coloana de vapor care se formează nu este omogenă și, de regulă, nu se poate spune nimic nici despre elasticitatea coloanei de vapor studiate și nici despre lungimea ei. Din această cauză, astfel de cuve se folosesc dacă cunoașterea acestor mărimi nu este obligatorie, de pildă, la măsurarea raportului dintre tările oscilatorilor unor linii care începe de la un același nivel comun, în cazul măsurării lungimilor de undă sau a structurii unei de absorbție date.

Pentru evitarea condensării vaporilor substanței de studiat pe ferestrele cuvei deschise, ea se umple de obicei cu un gaz inert. Dacă presiunea acestui gaz este relativ mare (mai mare ca 10 mm Hg), iar în apropierea ferestrelor se produce un gradient de temperatură însemnat, atunci se obține o coloană de vapor suficient de omogenă, elasticitatea coloanei de vapor fiind apropiată de elasticitatea vaporilor saturați, la temperatura părții mijlocii a cuvei. În figura 13.12 a este reprezentată o cuvă pentru studiul spectrelor de absorbție și de fluorescență a vaporilor metalelor alcaline. Particularitatea ei constă în scurgerea continuă a metalului care se condensează în partea fierbinte. Aceasta îi oferă o folosire îndelungată fără a fi nevoie de completarea rezervei de metal.

În cuvele închise se formează o coloană de vapor saturați cu o lungime strict delimitată și perfect omogenă ca densitate. Întreaga cuvă, inclusiv ferestrele, se află într-un spațiu izotermic. Din această cauză, atât ferestrele cit și,





Fig. 13.12 Cuvă „deschisă” pentru studiul spectrelor de absorbție ale metalelor alcaline (a) și o cuvă „închisă”, în cuarț (b)



ceea ce este mai important, tubul cu care sunt unite trebuie să fie rezistent la temperatura de lucru și la acțiunea chimică a vaporilor. Cuvele de acest tip se confecționează de obicei din sticlă sau din cuarț optic topit (fig. 13.12b).

Când lipirea ferestrelor se face cu mare acuratețe folosind o flacără fină de hidrogen, se reușește menținerea transparenței și a plan-paralelismului lor.

În funcție de tipul de sticlă cuvele din sticlă închise se pot folosi până la temperaturi de $300 - 400^{\circ}\text{C}$.

Cuvele din cuarț închise pot fi folosite până la $1200 - 1220^{\circ}\text{C}$. La temperaturi mai mari cuarțul se înmoaie, astfel că o cuvă vidată se poate aplatiza sub acțiunea presiunii atmosferice. Dacă nu există o diferență de presiuni sau aceasta este foarte mică, atunci forma cuvei se menține până la $1300 - 1400^{\circ}\text{C}$. Din păcate, cuarțul prezintă reacționare activă cu vaporii multor metale (litiu, magneziu, calciu, stronțiu, bariu ș.a.). Ca urmare, ferestrele cuvei se opăcesc foarte repede.

Unele metale interacționează cu cuarțul în fază lichidă. Astfel, de pildă, o picătură de cupru lichid topește în câteva minute și trece deja printr-un perete de doi milimetri al unei cuvei de cuarț, pe cind vaporii saturați de cupru nu deteriorează ferestrele până la închiderea la 1200°C . În aceste cazuri, metalul care trebuie evaporat se pune într-un creuzet din material inert.

Dacă cuva se folosește la temperaturi scăzute, ea poate fi confecționată din sorturi de sticlă care au o stabilitate chimică suficient de mare. Există sticle destul de stabile la vaporii metalelor alcaline. Din ele se fac lămpile cu sodiu, de exemplu. Uneori se pot folosi cuve cu ferestre lipite cu un chit potrivit — de exemplu, ferestre de safir sau din oxid de magneziu cristalin.

Pentru a preveni condensarea vaporilor pe ferestrele cuvelor închise, este necesar ca ele să fie supraîncălzite (chiar și numai cu $0,1$ grade) față de partea din mijloc a cuvei. În acest caz presiunea vaporilor este determinată de partea mijlocie, cea mai rece, a cuvei. Este important să se mențină acest gradient, mai ales în timpul răcirii cuvei, după terminarea experienței.

Uneori cuvele se fac cu o ramificație, care se află într-un cuprător special. Tensiunea vaporilor este dată de temperatura acestei ramificații. Dacă se studiază un amestec de vapori, se pot face câteva ramificații, umplind-o pe fiecare cu un alt metal. Însă un asemenea sistem funcționează satisfăcător numai un timp scurt. În el are loc o continuă trecere a vaporilor dintr-o ramificație în alta și deci o amestecare a metalelor.

Temperatura părții mai reci a cuvei trebuie determinată cu precizie maximă posibilă. Tensiunea vaporilor saturați depinde exponențial de temperatură, iar o măsurătoare insuficient de precisă poate produce erori mari în determinarea concentrației atomilor. Curbele tensiunilor vaporilor saturați ale elementelor sînt date în figura 13.13*.

Asupra tensiunii vaporilor poate exercita o anumită influență presiunea unui gaz de altă natură (de obicei un gaz inert), cu care se umple uneori cuva de absorbție. O asemenea influență este însă importantă numai la presiuni ce depășesc câteva atmosfere.

Pentru producerea unei coloane omogene de vapori, cu o concentrație a atomilor cunoscută, se folosește și o altă metodă. Într-o cuvă închisă se introduce o cantitate de substanță strict dozată. Cantitatea de substanță trebuie să fie mai mică decît cea necesară pentru crearea de vapori saturați la temperatura dată. Din momentul evaporării totale a probei, concentrația atomilor nu mai depinde de temperatură, care nu mai este necesar să fie măsurată precis. Acest procedeu se aplică numai în cazurile în care absorbția metalului pereților cuvei și interacțiunea chimică cu ei nu micșorează cantitatea totală de atomi care se află în fază gazoasă.

* Curbele se referă la substanțele pure. Trebuie avut în vedere că, chiar în cantități mici, impuritățile pot influența substanțial tensiunea vaporilor. Sînt curbele presiunilor rezultate ale vaporilor atât moleculare, cit și atomici.




Fig. 1.1.1. (a) Power spectrum of a signal.






Fig. 1.14. Curba de vaporizare a elementelor [13.4].

Pentru studii cantitative ale spectrelor de absorbție, este necesar să se cunoască lungimea dintr-un parțiu de rază, prin mediul absorbant. În cazul lichidelor și gazelor această lungime este de înălțimea de ferestrele cuvei. Însă ea nu coincide niciodată cu grosimea cuvei. Într-adevăr, fasciculul de raze care trece prin cuvă are o anumită pantă și înghesuire. Grosimea optică a stratului va fi mai mare pentru razele care intră decât pentru cele care se propagă de-a lungul axei cuvei. De aceea, în cazul cuvei trebuie introdusă o corecție datorită înclinării fasciculului de raze. Ferestrele trebuie să fie perfect paralele și să nu se deformeze în fasciculul de raze.

Abaterile admise de la λ este condiționată de precizia de măsură impusă. Presupunând $\Delta\lambda/\lambda = 0,01$, se poate stabili ușor că o abatere în înălțimea de ferestre de 25 μ nu produce erori nesemnificative. Lăsa de parte însă a ferestrelor cuvei, pentru a se asigura că acestea nu au nici o influență de anisotropie. Este necesar să fie introduse corecții datorită înclinării în ferestrele, care pot să determine erori care pot ajunge la 10% din valoarea de măsură.

Nu este greu de obținut o cuvă a cărei lungime să nu se abată în diferite locuri cu mai mult de 0,1 mm de la valoarea exactă. Pentru toate cuvele mai lungi de 1 cm o astfel de abatere este neglijabilă. În cazul cuvelor optice, însă, pentru a evita efectele de interferență, trebuie să se asigure că grosimea de raze este de mult mai mică decât cea a cuvei. Pentru a se evita, ferestrele trebuie să fie fixate paralel înălțimea de altă cu o precizie de până la fracțiuni din lungimea de undă. Ele trebuie să fie polizate cu o precizie mică. Una din cauzele principale ale erorilor de măsură.

Cuptoarele. Pentru a realiza cuvele în laborator sunt necesare cuptoare, care să asigure în spațiul safet de izolație și posibilitatea de a suplinea cuvele ferestrelor cuvei. Asemenea cuptoare, ca formă, trebuie să fie funcționale la temperaturi de până la 1600 °C, să fie de obicei din porțelan greu fuzibil, din tuburi de samotă sau de alumină, pe care se măsoară rezistența la încălzire. Până la 1100 °C se poate folosi ca material de tipul XH80-20, temperaturi mai ridicate (până la 1200 °C) fiind bine suportate de aliaje de fier cromo-aluminii nr. 2 (1150 °C), nr. 3 (1300 °C), nr. 4 și OM-695 (1400 °C).

Cuptoarele cu elemente încălzitoare din carbon sunt utilizate pentru a se obține temperaturi de până la 1400 °C. Cuptoarele cu platina sunt, de asemenea, prevăzute pentru o temperatură de funcționare de până la 1400 °C, ele permițând însă și o încălzire de scurtă durată de până la 1600 °C. Trebuie să se țină seama de faptul că la temperaturi mai mari de 1400 °C platina se evaporă foarte rapid.

Egalizarea temperaturii și suplinea încălzirea ferestrelor se asigură prin intermediul sursei cu pas variabil a sursei rezistenței de încălzire, fie prin intermediul sursei suplimentare, cu conectare independentă. Rezultate bune s-au obținut prin folosirea unor cuptoare cu încălzire în mai multe straturi. Schema unui cuptor cu trei straturi este dată în figura 13.11.

Temperaturi mai mari (de până la 2000 °C) se atingă cu cuptoare cu încălzitoare din molibden. Astfel de încălzitoare pot funcționa numai în vid sau în atmosferă controlată. Adesea se confecționează cuptoare în care încălzitorul din molibden este în contact de vapor de alcool.

Pentru încălzirea cuvelor de chise se folosesc cuptoare electrice cu rezistență. În acest caz nu mai trebuie să avem grijă ca ferestrele să fie supline încălzite sau ca temperatura să fie strict constantă de-a lungul cuptorului. De asemenea, capetele cuvelor ies cu mult afară din cuptor, astfel încât se încăl-

zește numai partea sa centrală. Pentru temperaturi nu prea mari rezistența în formă de spirală se înfășoară direct pe cuvă. Uneori pe pereții cuvelor de cuarț se dispune un strat conductor, prin care se trece un curent.





Fig. 13.14. Construcția instalației pentru obținerea unei coloane de vapori: 1 - metalul studiat în condiții absolute; 2 - temperatură de până la 1200°C ; 3 - manta de cuarț; 4 - serpentină din plumb; 5 - tui de cuarț; 6 - lămpi de ceramă; 7 - asbest foliat; 8 - folie de asbest; 9 - tui de cuarț; 10 - lămpi de ceramă; 11 - sursă de alimentare cu curent; 12 - sursă de alimentare cu curent; 13 - sursă de alimentare cu curent; 14 - sursă de alimentare cu curent; 15 - sursă de alimentare cu curent; 16 - sursă de alimentare cu curent; 17 - sursă de alimentare cu curent; 18 - sursă de alimentare cu curent.

Într-o serie de cazuri elementul de încălzire a cuptorului joacă totodată și rolul de cuvă. Astfel este, de exemplu, cuptorul tubular cu vid al lui King (fig. 13.15). Drept corp de încălzire servește un tui de grafit, prin care se propagă un curent cu intensitatea de câteva mii de amperi, de la un transformator coborât de tensiune. Pentru obținerea distribuției de temperatură cerute, secțiunea tubului se face variabilă (de obicei, partea mijlocie este mai groasă).

Fig. 13.15. Secțiune printr-un cuptor King: g—g — tui de grafit; b—b — blocuri din grafit pentru alimentarea cu curent; c—c — electrozi răciți; a—a — ferestre din cuarț; M — manometru.



În acest mod se mărește producerea de energie la capetele tubului, ceea ce compensează creșterea pierderilor de căldură din aceste locuri (fig. 13.16).

Substanța care se evaporă se introduce în tubul cuptorului King uneori cu ajutorul unor dispozitive speciale, care permit realizarea alimentării cu material, fără stricarea vidului. Vapori metalici care se evaporă ușor trebuie mai întâi încălziți puternic pentru crearea unei populații mai intense a nivelilor superioare. În acest scop se folosesc ramificații speciale din grafit, cu încălzire inde-

pendența sa, substanța ce trebuie evaporată se introduce într-o carcasă suplimentară din care vaporii pătrund în tub prin niște orificii speciale (fig. 13.17).

Cuptorul lui King se încălzește de obicei câteva secunde. Timpul de încălzire depinde de căldura specifică și de izolația termică a tubului. Izolația ter-




Fig. 13.16. Curbele de distribuție a temperaturii după lungimea tubului cuptorului King: 1 — subțire în mijloc, 2 — cilindric, 3 — în formă de fas.




Fig. 13.17. Structura unui element al cuptorului King pentru încălzirea la temperaturi înalte a unei coloane de substanță ușor volatilă: 1 — tubul în secțiune longitudinală, 2 — carcasa din grafit, 3 — chit (Al_2O_3), 4 — substanța de vaporizat.

mică se realizează din ecrane de grafit, care înconjoară încălzitorul. Temperatura maximă ce poate fi atinsă în cuptorul lui King este de 3000°C . La această temperatură survin deja sublimarea intensă a grafitului și deteriorarea rapidă a tubului.

În analiza spectrală atomică de absorbție se folosește o cuvă de grafit specială [15], care este, ca și cuptorul lui King, un tub de grafit încălzit cu curent electric. Substanța de analizat se depune pe electrodul cuvei puternic încălzite printr-un orificiu din perete. Pentru evaporarea rapidă și totală a probei, electrodul se încălzește fie cu un arc special, fie datorită rezistenței ohmice din locul de contact cu cuva.

Alte procedee de obținere a unei coloane de vapori absorbante. Pentru producerea straturilor absorbante se folosesc și alte procedee. Se utilizează pe scară largă flacăra [13.6], [15], [13.7], [13.8], tuburi de șoc [13.9], [13.10], precum și sursele de lumină cu descărcare în gaz — arcuri electrice, plasmatroane [10.20], tuburi de descărcare pulsate și în regim staționar, descărcarea în catodul cilindric. Pentru formarea unui nor de atomi absorbanti se folosește și iradierea pulsantă concentrată a probei, inclusiv laserii.

Stratul absorbant poate fi constituit dintr-un flux orientat de atomi (un fascicul de atomi). În acest caz cantitatea absolută de atomi din fascicul poate fi măsurată continuu cu ajutorul unor microbalanțe de vid, pe platoul cărora se condensează atomii.

Rezultate foarte bune dă descărcarea de înaltă frecvență în torță [13.11], care permite atomizarea substanțelor greu volatile sau greu dissociabile. Aceleași rezultate se obțin și cu un atomizor cu magnetron.

METODELE DE STUDIU AL DISPERSIEI ANOMALE

Cunoașterea dependenței indicelui de refracție de lungimea de undă în vecinătatea liniilor de absorbție permite obținerea unor informații prețioase asupra mediului analizat.

În acest capitol vor fi examinate pe scurt principalele metode de studiu al dispersiei anormale. O atenție specială va fi acordată metodei cirligelor, a lui D. S. Rojdestvenski. Creață cu mai bine de 60 de ani în urmă, metoda cirligelor nu și-a pierdut nici acum valoarea științifică.

§ 1. METODA LUI PUCCIANTI

Metoda interferometrică de studiu al dispersiei anormale a fost propusă de Puccianti, în anul 1901. Un interferometru cu două brațe (fig. 14.1) este iluminat cu o sursă de spectru continuu. Franjele de interferență orizontale sunt proiectate de un obiectiv pe fanta verticală a unui spectrograf (franja de zero fiind în mijlocul fantei). În planul ei focal apar franje desfășurate în spectru. Aceste franje corespund relației

$$\Delta = k\lambda, \quad (14.1)$$

în care Δ este diferența de drum în cele două brațe ale interferometrului. În fiecare punct al tabloului de interferență proiectat pe fantă, mărimea Δ este determinată de unghiul dintre fronturile undelor care interferează (fig. 14.2) și crește liniar cu înălțimea fantei

$$\Delta = by. \quad (14.2)$$





Fig. 14.1. Schema metodei Puccianti (lama P se introduce în interferometru pentru formarea cirligelor (v. § 2 din acest capitol).

Prin urmare, pentru franja de ordinul k , avem formula

$$y = \frac{k\lambda}{b}. \quad (14.3)$$

Franja de ordin zero ($k = 0$) este o dreaptă orizontală marcată după dispersia spectriografică. Franjele de ordine superioare diverg în vârstă către domeniul roșu, devenind tot mai înclinate, până la mărimea ordinului de interferență.



Prin introducerea în unul dintre brațele interferometrului a unui strat plan-paralel cu vapori de studiat, diferența de drum, dată de egalitatea (14.2), devine

$$\Delta' = (n - 1)l, \quad (14.4)$$

în care n este indicele de refracție, iar l — grosimea stratului de studiat.

Prin urmare, în locul lui (14.3), vom avea următoarea formulă, care definește forma franjelor de interferență în planul focal al spectriografului

$$y = \frac{k}{b} \lambda + (n - 1) \frac{l}{b}. \quad (14.5)$$

Din această relație rezultă că franja de ordin zero va reprezenta, la o anumită scară, curba de dispersie

$$y = \frac{l}{b} (n - 1). \quad (14.6)$$

Accastă scară este determinată de factorul de reglare a interferometrului, b , și de grosimea stratului de corectat, l .

Franjele de ordine superioare vor fi reprezentate prin curbe aproape asemănătoare, deoarece termenul $k\lambda b$ din (14.5) este de obicei mic și variază foarte încet cu lungimea de undă. În limitele unei porțiuni de spectru cu lățimea de câțiva zeci de Ångström el poate fi considerat constant.

Metoda lui Puccianti este foarte evidentă (v. fig. 14.3a), însă prea puțin adecvată pentru studiul cantitativ al dispersiei.

În cazul folosirii ei este necesară măsurarea interferogramelor în două coordonate, ceea ce prezintă dificultăți importante. Franjele de interferență formate de interferometre cu două brațe au o semilățime egală cu jumătatea din distanța dintre ele; de aceea măsurarea ordonatelor pe o spectrogramă de interferență este insuficient de precisă. În domeniile din vecinătatea liniilor de absorbie, franjele de interferență devin aproape verticale și atât de dese, încât nu

mai sunt rezolvate de spectrograf (fig. 14.3 a, 14.4 b). Din această cauză, măsurătorile din apropierea liniei sunt foarte dificile. Această metodă se utilizează des pentru analiza cantitativă a dispersiei anormale. Unul dintre cele mai deta-





Fig. 14.3. Cîrligele (b, c) în vapori de scandiu, dinsoara diferite ale lamei P .

Fig. 14.4. Cîrligele de interferență desășurate în spectrul de dispersie a vaporilor de scandiu. a — frangjele orizontale (diferența de drum este zero); b — curbura ce apare care apar prin introducerea într-unul dintre brațele interferometrului a vaporilor de scandiu ($\lambda = 4031 - 33 - 34 \text{ Å}$); c — frangjele orizontale, care se formează prin introducerea în celălalt braț al interferometrului a unei lame P din care se eliberează vapoare de scandiu.



lău a fost făcut de D. S. Rojdestvenski, în anii 1909 - 1912, analizând spectrul anormal al vaporilor de scandiu din apropierea liniei galbene. Când a fost făcut acest lucru, Rojdestvenski a descoperit o nouă metodă, denumită de el „metoda cîrligelor”.

§ 2. METODA CÎRLIGELOR

Descrierea metodei. D. S. Rogdestvenski a propus [14.1] ca pe lângă coloana de vapori de cercetat să se introducă în al doilea braț al interferometrului o lamă plan paralelă din sticlă sau din orice altă substanță transparentă și omogenă (fig. 14.1).

Franjele de interferență care se formează prin introducerea numai a lamei singure (fig. 14.4 c) au o înclinație inversă față de cea dată de vapori. Prin introducerea concomitentă a vaporilor și a plăcii (fig. 14.4 d) linile de absorbție încep să prezinte maxime și minime, numite de Rogdestvenski cîrlige.

După cum se va arăta în continuare, măsurînd după o interferogramă lungimile de undă care corespund vîrfurilor cîrligelor, se poate determina dispersia vaporilor studiați în apropierea linilor de absorbție. Orice franjă de interferență observată în planul focal al spectrografului este locul geometric al punctelor pentru care diferența de fază dintre undele care interferează este constantă. Trecură de la o franjă la alta corespunde unei variații a diferenței de fază de 2π .

Fixînd o anumită valoare pentru ordonata în tabloul de interferență și deplasîndu-ne în spectru de-a lungul axe, λ , constatăm o variație continuă a diferenței de fază. Cu alte cuvinte, tabloul franjelor este un tablou cromatic. Introducerea plăcii acromatizează tabloul de interferență în punctele spectrului care corespund pozițiilor vîrfurilor cîrligelor (fig. 14.5). În aceste puncte franjele sînt tangente la axa lungimilor de undă. Aceasta înseamnă că derivata în raport cu lungimea de undă a diferenței de fază devine egală cu zero

$$\frac{d}{d\lambda}(\Delta\varphi) = \frac{d}{d\lambda} \left[2\pi \left(\frac{n-1}{\lambda} l - \frac{n'-1}{\lambda} l' \right) \right] = 0, \quad (14.7)$$

n' și l' fiind indicele de refracție și, respectiv, grosimea lamei introduse în interferometru pentru formarea cîrligelor. Efectuînd derivarea, obținem

$$-l \frac{dn}{d\lambda} = l' \left[\frac{n'-1}{\lambda} - \frac{dn'}{d\lambda} \right] - l \frac{n-1}{\lambda}. \quad (14.8)$$

Al doilea termen din partea dreaptă a formulei (14.8) constituie, de regulă, numai o fracțiune de procent din primul, așa că el poate fi de obicei neglijat. În acest caz membrul din dreapta al egalității va fi complet determinat de indicele de refracție și de grosimea lamei introduse în interferometru pentru formarea cîrligelor.

Avînd în vedere cele de mai sus, obținem

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{l'}{l} k(\lambda), \quad (14.9)$$

unde

$$k(\lambda) = \frac{n'-1}{\lambda} - \frac{dn'}{d\lambda} \quad (14.10)$$

este așa-numita „constantă a metodei cîrligelor”*. În figura 14.6 este reprezentată grafic variația constantei metodei cîrligelor în funcție de lungimea de undă

* Este ușor de observat că mărimea $k(\lambda)$ nu este constantă, ceea ce am și căutat să subliniem menționînd asupra faptului că ea depinde de lungimea de undă. Totuși aici menționăm denumirea tradițională a acestei mărimi.

pentru fluorină. Prin urmare, metoda cîrligelor permite să se determine derivata indicelui de refracție al unui gaz în funcție de lungimea de undă, a acelor lungimi de undă pentru care se formează cîrligele.



Fig. 14.5. Variația cîntărilor de undă a diferenței de fază a undelor ce interferează, în virtutea cîrligului.




Fig. 14.6. Dependența constantelor cîrligelor de lungimea de undă în cazul fluorinei.

După cum se știe, valoarea indicelui de refracție al unui gaz rarefiat, în apropierea liniilor de absorbție, este dată de formula lui Sellmeyer

$$n = 1 + \sum_j \frac{a_j}{\lambda - \lambda_j}, \quad (14.11)$$

în care

$$a_j = \frac{e^2 N_j f_j^2}{4\pi m c^2},$$

N_j fiind populația nivelelor inferioare, care corespund liniilor de absorbție, λ_j , iar f_j - tăria oscilatorilor acestor linii. Efectuînd derivarea și înlocuind valoarea $dn/d\lambda$ a lungimilor de undă, care corespund vîrfurilor cîrligelor din relația (14.9), obținem

$$\sum_j \frac{\beta_j}{(\lambda - \lambda_j)^2} = 1, \quad (14.12)$$

în care

$$\beta_j = \frac{a_j l}{l' k(\lambda)} = \frac{e^2 \lambda_j^2}{4\pi m c^3 h(\lambda) l'} N_j f_j l. \quad (14.13)$$

Formulele de înțeles. Dacă în relația (14.12) se pot neglija toți termenii în afară de unul (o singură linie), atunci

$$\beta = \Delta^2, \quad (14.14)$$

unde Δ este jumătate din distanța dintre vîrfurile cîrligelor în ambelor părți ale liniei (fig. 14.7 a)

$$\Delta = \lambda'' - \lambda' = \lambda - \lambda'. \quad (14.15)$$

În acest caz cîrligele se aşază simetric faţă de linia de absorbţie şi atunci

$$N/l = \frac{1 + \cos(\alpha/2) D'}{c - c'} \lambda. \quad (14.16)$$

Aşadar, metoda cîrligelor permite determinarea directă a mărimii N/l , din măsurarea pe o spectrogramă interferenţială a distanţei dintre vîrfurile cîrligelor.




Fig. 14.7. Tabloul cîrligelor din vecinătatea unei singure linii de absorbţie de Gal, $\lambda = 4172 \text{ Å}$ (a), pentru dubletul AlI, $\lambda = 3944 - 3961 \text{ Å}$ (b) şi pentru tripletul AlI, $\lambda = 4131 - 4133 - 4134 \text{ Å}$ (c).

Ecuaţia (14.12) poate fi rezolvată în raport cu mărimile β şi în cazul în care ea conţine cîţiva termeni. De obicei, se obţin formule aproximative. Pentru deducerea lor se presupune că cîrligele sînt dispuse simetric faţă de linia de absorbţie [14.1].

În cazul unui dublet, ele au forma

$$\beta_1 = \Delta_1^2 \left\{ 1 - \frac{\epsilon_2}{2} \left[\frac{1}{(\epsilon + \Delta_1)^2} - \frac{1}{(\epsilon - \Delta_1)^2} \right] \right\}, \quad (14.17)$$

$$\beta_2 = \Delta_2^2 \left\{ 1 - \frac{\beta_1}{2} \left[\frac{1}{(\epsilon + \Delta_2)^2} - \frac{1}{(\epsilon - \Delta_2)^2} \right] \right\}.$$

Notatule sînt clare din figura 14.7 b: v. şi (14.22).

Într-o primă aproximaţie se pot neglija toţi termenii din faccete dătre acolade, în afară de unu, adică se poate face la cazul unei linii izolate

$$\beta_1 = \Delta_1^2, \quad \beta_2 = \Delta_2^2, \quad (14.18)$$

cu aşin la 'aproximaţia' de ordinul doi la rîndul care

În cazul unui triplet formulele aproximative au forma

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \Delta_1^2 \left\{ 1 - \frac{\beta_2}{2} \left[\frac{1}{(\epsilon_1 + \Delta_1)^2} + \frac{1}{(\epsilon_1 - \Delta_1)^2} \right] \right. \\ &\quad \left. - \frac{\beta_3}{2} \left[\frac{1}{(\epsilon_1 + \epsilon_2 + \Delta_1)^2} + \frac{1}{(\epsilon_1 - \epsilon_2 - \Delta_1)^2} \right] \right\}, \\ \beta_2 &= \Delta_2^2 \left\{ 1 - \frac{\beta_1}{2} \left[\frac{1}{(\epsilon_1 + \Delta_2)^2} + \frac{1}{(\epsilon_1 - \Delta_2)^2} \right] \right. \\ &\quad \left. - \frac{\beta_3}{2} \left[\frac{1}{(\epsilon_2 + \Delta_2)^2} + \frac{1}{(\epsilon_2 - \Delta_2)^2} \right] \right\}, \\ \beta_3 &= \Delta_3^2 \left\{ 1 - \frac{\beta_1}{2} \left[\frac{1}{(\epsilon_1 + \epsilon_2 + \Delta_3)^2} + \frac{1}{(\epsilon_1 - \epsilon_2 - \Delta_3)^2} \right] - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\beta_2}{2} \left[\frac{1}{(\epsilon_2 + \Delta_3)^2} + \frac{1}{(\epsilon_2 - \Delta_3)^2} \right] \right\}. \end{aligned} \quad (14.19)$$

Notățiile sînt clare din figura 14.7 c. Sistemul se rezolvă prin metoda aproximațiilor succesive. În aproximația de ordinul întâi se poate lua, fără a depăși de obicei o eroare de 15–20 %,

$$\beta_1 = \Delta_1^2, \quad \beta_2 = \Delta_2^2, \quad \beta_3 = \Delta_3^2. \quad (14.20)$$

după care se trece la aproximația de ordinul al doilea și la aproximațiile de ordin superior.

Chiar în cazul studiului unor triplete strînse, cu distanțele dintre componente de ordinul a 1–2 Å, în majoritatea cazurilor ne putem limita la aproximația de ordinul al doilea. Formulele (14.17)–(14.19) pot fi extinse la orice număr de linii. Sistemele corespunzătoare de ecuații pentru calcularea mărimilor β_n au forma

$$\begin{aligned} \beta_n &= \Delta_n^2 \left[1 - \sum_{i=1}^n \frac{\beta_i}{2} \left\{ \frac{1}{(\epsilon_n + \Delta_i)^2} + \frac{1}{(\epsilon_n - \Delta_i)^2} \right\} \right], \\ n &= 1, 2, \dots, k, \end{aligned} \quad (14.21)$$

k fiind numărul de linii care se influențează una pe alta, iar $\epsilon_n = \lambda_n - \lambda_0$.

Pentru toate acele cazuri în care există îngrămădiri foarte strînse de linii, în spectrele bogate în linii (de exemplu, a titanului, a cobaltului, a vanadiului) (14.2), sistemul trebuie să rezolve sistemul (14.21) cu 5, 6 sau mai multe ecuații. Ecuațiile exacte trebuie să exprime și poziția asimetrică a vîrfurilor față de linia de absorbție în îngrămădirile de linii foarte strînse.

După R. J. de Venetzi (14.1), pentru un dublet sînt valabile relațiile

$$\beta = \frac{\delta_1 \delta_2}{1 + \alpha_1} + \frac{\delta_2 \delta_1}{1 + \alpha_2}, \quad (14.22)$$

în care

$$\alpha_1 = \frac{|\delta_3 \delta_4 / \varepsilon^2|}{1 - (\delta_1 \delta_2 + \delta_3 \delta_4) / \varepsilon^2}, \quad \alpha_2 = \frac{\delta_1 \delta_2 \cdot \varepsilon^2}{(\delta_1 \delta_2 + \delta_3 \delta_4 \cdot \varepsilon^2)}.$$

Notațiile reies din figura 14.7 b

Se mai întâlnește și un alt caz neportant, acela în care cele două lame aşezate strins nu se pot obține cîrlige care să fie bine marcate (fig. 14.8). Atunci se




Fig. 14.8. Tabloal cîrligelor în cazul unei cabluri albe (cînd între lame nu se formează cîrlige) (N_2 , $\lambda = 7820-78 \text{ Å}$)

măsoară distanța de la linie de absorție la cea de emisie exterioară (δ_1 și δ_2). Valorile lui β_j se calculează după formulele [14.1]

$$\beta_1 = \frac{\left(1 + \frac{\delta_1}{\varepsilon}\right) - \left(\frac{\delta_4}{\varepsilon}\right)^2}{\left(1 + \frac{\varepsilon}{\delta_1}\right)^2 - \frac{1}{(1 + \varepsilon/\delta_4)^2}}, \quad \beta_2 = \frac{\left(1 + \frac{\delta_4}{\varepsilon}\right)^2 - \left(\frac{\delta_1}{\varepsilon}\right)^2}{\left(1 + \frac{\varepsilon}{\delta_1}\right)^2 - \frac{1}{(1 - \varepsilon/\delta_4)^2}}. \quad (14.23)$$

Erorile metodei cîrligelor. În cadrul determinării prin metoda cîrligelor a mărimumi N/l pentru o linie izolată, este necesar să se măsoare distanța în lungul spectrului dintre vîrfurile cîrligelor, de ambele părți ale liniei. Erorile metodei sînt determinate în totalitatea lor de erorile acestor măsurațiuni. Pentru mărirea preciziei va fi deci necesar să se îndepărteze cîrligele cît mai mult de linia spectrală și să se facă cît mai ascuțite.

Ambele condiții pot fi satisfăcute mărind densitatea vaporilor, lungimea coloanei de vapor, l , și mărind totodată grosimea lamei, l' , introduse în interferometru, pentru formarea cîrligelor. Cînd grosimea optică a coloanei de vapor este mică, erorile cresc atît datorită faptului că distanțele măsurate între cîrlige sînt foarte mici (eroarea întâmplătoare), cît și din cauza asimetriei cîrligelor (eroarea sistematică).

Asimetria unei cîrlige apare din cauză că înclinarea franjei din partea exterioară se datorește mai ales lamei, fiind deci practic constantă, pe cînd spre partea interioară, rolul principal este jucat de dispersia vaporilor, care crește repede cu apropierea de centrul liniei (v. fig. 14.5). Din această cauză, regiunile cîrligelor spre partea exterioară a liniei au totdeauna panta mai înaltă decît cele interioare.

Măsurarea cîrligelor cu asimetrie pronunțată este o operație în mare măsură subiectivă. De aceea, atunci cînd dispersia este mică, nu trebuie să se limiteze la o lamă de grosime mică, pentru a evita astfel apropierea cîrligelor de linie.

În acest caz crește, într-adevăr, reproductibilitatea măsurătorilor, însă apar erori sistematice datorate asimetriei, care dau o valoare mărită a distanței dintre cîrlige. Erorile sistematice pot fi mălurate, mărind grosimea plăcii. În

acest caz devine inevitabilă apropierea cîrligelor de linie, însă forma lor astfel îmbunătățită permite o suprapunere a firului reticular al comparatorului pe virfurile cîrligelor mult mai precisă. Evident, grosimea lamei trebuie mărită

Fig. 14.8. Efectul pădăii pe virful cîrligelor datorită grosimii lamei de fiermă. a) sta-
cionar cîrligelor (14, $\lambda = 5002 =$
 $= 5000 \text{ Å}$); b) în absența lamei;
b — $l' = 2 \text{ mm}$; c — $l' = 6 \text{ mm}$.



numai pînă la limite rezonabile, deoarece rezultatele măsurătorilor pot fi afec-
tate de aripile liniei.

Cînd panta franjelor, crescînd datorită grosimii lamei, depășește $75-80^\circ$,
asimetria cîrligului devine destul de mică și practic nu mai influențează pre-
cizia măsurătorilor (fig. 14.9).

Nu este greu de arătat că unghiul de inclinare a franjelor, α , determinat de
lame, va fi dat de formula

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{k(\lambda)}{\lambda} \cdot l' L d = \frac{k(\lambda) l' L}{b}, \quad (14.24)$$

în care $d = \lambda/b$ este distanța pe verticală dintre două franje de interferență
vecine, fiind determinat de reglarea interferometrului, iar L este dispersia li-
niară inversă a spectrografului.

Luînd în (14.24) $\operatorname{tg} \alpha \geq 5$, ceea ce corespunde lui $\alpha \geq 79^\circ$, găsim condiția care
trebuie satisfăcută pentru ca asimetria cîrligelor să nu influențeze precizia
măsurătorilor

$$k(\lambda) l' > 5 \frac{\lambda}{L d}. \quad (14.25)$$

De exemplu, dacă $\lambda = 5000 \text{ Å}$, $L = 5 \text{ Å/mm}$ și $d = 1 \text{ mm}$, atunci pentru for-
marea unor cîrlige suficient de simetrice va fi necesară o lamă de fiermă (din
figura 14.6, rezulta $k(\lambda) = 500$, pentru $\lambda = 5000 \text{ Å}$) avînd o grosime mai mare
ca 6 mm .

Fără discuție, condiția (14.25) poate fi realizată nu numai prin creșterea
grosimii lamei, ci și prin mărirea lărgimii franjelor de interferență, d . Totuși
nu se recomandă ca pe spectrogramă să rămîie mai puțin de cel puțin cîte două
cîrlige de fiecare parte a liniei.

Interferometrul. În principiu nu are nici o importanță ce fel de interfero-
metru se folosește pentru studiul dispersiei anormale.

Roddestvenski și-a început lucrările cu un interferometru Michelson, apoi,
nemulțumit de deplasarea continuă a franjelor datorită temperaturii, a încercat
să obțină rezultate mai bune cu interferometrul Jamin. Nici acesta însă nu a
fost la înălțimea așteptărilor, deoarece lamele de sticlă groase ale interfero-
metrului se încălzeau foarte lent de lasciunile luminii se mișcau, provocînd o
sărită cu neregule electrice. Aceasta provoacă o deplasare continuă a franjelor (de

mai bune rezultate au fost obținute cu un interferometru cu patru oglinzi (fig. 14.1), care a devenit tradițional în studiul dispersiei anormale. Acest aparat se numește interferometru Rojdestvenski.

Ca schemă optică el este analog interferometrului Mach-Zehnder. Însă în interferometrul lui Rojdestvenski oglinzile de la fiecare capăt sunt fixate paralel una cu alta și se poate roti numai întregul cap unul față de altul. În interferometrul Rojdestvenski se observă franje de egală înclinare, localizate la infinit (sau în planul focal al obiectivului).

În interferometrul Mach-Zehnder fiecare oglindă are grade de libertate de rotație, datorită acestui fapt se pot modifica orientarea, largimea și domeniul de localizare al franjelor care se formează.

Oglinzile interferometrului Rojdestvenski sunt de obicei plăci din cuarț, din sticlă sau din fluorită, de grosime 4–10 mm și de diametru până la 50–60 mm. Oglinzile netransparente au suprafețe măci, prelucrate cu o precizie de până la $1/5 - 1/10$ din franjă. Ele sunt acoperite în întregime cu un strat reflectant continuu, în primul rând din aur, dar uneori cu un sistem de straturi de dielectrice de bandă largă, calculat pentru un unghi de incidență de 45° . Oglinzile semitransparente trebuie să fie plate și plan paralele până la $1/5 - 1/10$ din bandă.

O depunere optimă are coeficientul de reflexie, R , și coeficientul de transmisie, T , egale. Dacă ambele oglinzi semitransparente sunt identice, ceea ce se și întâmplă de obicei, intracut straturile de pe ele sunt depuse simultan, totuși chiar în cazul în care $R \neq T$ contrastul franjelor de interferență nu scade. Într-adevăr, fiecare fascicul trece o dată prin oglinda semitrtransparentă, dar se și reflectă o dată pe aceeași oglindă. În figura 14.10 este ilustrată dependența




Fig. 14.10. Variația strălucirii tabloului de interferență în funcție de raportul dintre coeficientul de reflexie și coeficientul de transmisie al oglinzilor divizoare de lumină ale interferometrului.

strălucirii tabloului de interferență de raportul R/T . Din acest grafic rezultă că nu se poate ajunge la o egalitate perfectă a coeficienților de reflexie și de transmisie. În cazul în care $R/T = 2$, strălucirea tabloului de interferență scade cu numai 10%. Strălucirea se micșorează de două ori numai în cazul unui raport $R/T = 6$.

Fiecare oglindă este presată de niște arcuți pe trei proeminente sferice polizate. În procesul de fixare a paralelismului oglinzilor proeminentele se polizează ușor cu o perie din piele de antilopă, cu abraziv fin.

Trebuie menționat că modernele surse de spectru continuu cu arc sau pulsate, sursele de mare sensibilitate și spectrografe de mare luminozitate permit obținerea interferogramelor cu expuneri extrem de scurte (până la fracțiuni de microsecundă). Din această cauză, multe dintre avantajele interferometrului Rojdestvenski, care se referă în special la stabilitatea tabloului de

interferență, în prezent nu mai sînt foarte importante. Pentru rezolvarea unor anumite probleme este indicat să se folosească interferometrul lui Jamin sau al lui Rayleigh, mai simple, sau interferometrul cu două brațe, al lui Michelson, care este mult mai sensibil.




Fig. 14.11. Schemă a interferometrului Jamin.

Aspectul în sensul săgeții K

Punerea la punct a tabloului de interferență. Ambele capete ale interferometrului trebuie să fie perfect identice. Fiecare dintre ele se fixează pe un suport special care este montat pe o masă solidă prin șuruburile f, g', g'' din figura 14.11. Fiecare capăt este în mișcare, de asemenea, de jur împrejurul unei axe verticale. Pentru punerea la punct a tabloului de interferență se folosește de obicei capul cel mai apropiat de punctul de observație. Prin rotația hanjinarului axei verticale, unghiul b dintre fasciculele care se interferează rămâne constant, variind numai diferența de drum dintre ele. Din acest motiv cauza distanței dintre frangele de interferență după verticală, d , nu se modifică prin rotația sa în jurul lui b variind numai poziția frangelor vizibile în spectru. Orizontalele frangele observate în planul focal al spectrografului indică faptul că diferența de drum nu este variabilă. În acest caz frangele se pot observa de obicei în lumina nedescompusă, direct pe fonda spectrografului. Prin rotația cutitului L , capul se învârtă în jurul axei $g'g''$. În acest caz se modifică numai unghiul b , sub care se întâlnesc fasciculele (v. fig. 14.2). Acest unghi determină distanța pe verticală dintre frangele de interferență. Prin urmare, prin rotația cutitului b se modifică lărgimea frangelor. Lărgind frangele, se poate ajunge la o frangă infinit largă, care corespunde paralelismului strict dintre toate cele patru oglinzi ale interferometrului. Prin rotația în contra sens a cutitului b în același sens, frangele se îngustează, trecerea la unghiuri b de 90° este contrară. Ambele reguli (înclinarea și lărgimea frangelor) sunt complet independente numai în cazul unor aparate realizate cu multă acuratețe. Înainte de formarea coloanei de vapori și de introducerea în interferometru a amelor pentru formarea cunigelor, frangele din planul focal al spectrografului trebuie să fie orizontale. Lărgimea frangelor se măsoară direct pe imaginea spectrală și se raportează la frange (de obicei $d = 4$).

Punerea la punct a capetelor interferometrului constă în a se pune la paralelă oglinzile și în egalarea distanțelor dintre ele la ambele capete. Paralelismul oglinzilor și în egalarea distanțelor dintre ele la ambele capete se controlează cu ajutorul unui autocolimator, de preferință cu o raie secară de

Pentru control este necesară o oglindă de calitate (fig. 14.12 a) ale cărei dimensiuni depășesc distanța dintre oglinzile interferometrului. Oglinda se fixează vertical în locuri și se pot folosi două vase cu mercur (fig. 14.12 b), însă în acest caz este necesar să se rotească capetele interferometrului cu 90° , ceea ce este posibil numai dacă o asemenea poziție a fost prevăzută prin construcția lui.




Fig. 14.12. Punerea la punct a capului interferometrului: a — cu ajutorul unei oglinzi; b — cu ajutorul unor oglinzi de mercur; c — direct cu autocolimator.

Interferometrele cu distanțe mici între oglinzi se pot pune la punct direct cu ajutorul unui autocolimator care are un diametru al obiectivului suficient de mare (fig. 14.12 c).

O altă problemă a punerii la punct o constituie egalarea grosimilor capurilor. Un interferometru cu capete de aceeași grosime dă în lumină albă franje de interferență orizontale. Dacă franjele formează cu fanta verticală a spectrografului un unghi diferit de 90° , aceasta înseamnă că grosimile capurilor nu sînt perfect egale. Totuși o mică înclinare a franjelor ($10 - 15^\circ$) nu afectează calitatea tabloului de interferență. În acest caz nu mai este nevoie să se ordoneze prea mult atenție faptului că distanțele dintre oglinzile din capuri sînt perfect egale.

Diferența dintre grosimile capurilor, Δ , poate fi ușor determinată folosind formula

$$\Delta = \frac{\lambda}{\sigma} \cos \omega \quad (14.26)$$

care prezintă metoda descrisă de Rojdestvenski în unul dintre cantele sale de laborator; σ fiind lățimea unghiulară a franjelor, iar ω — unghiul pe care îl fac franjele cu fanta.

Pentru determinarea lăţimii unghiulare a franjelor se măsoară lăţimea lor pe un ecran care se aşază succesiv, la diferite distanţe de interferometru. În acest caz, evident, nu se foloseşte optică de proiecţie.

Remine să mai stabilim câte dintre cele două capuri ale interferometrului are o grosime mai mare. Dacă prin coborîrea cuşitului h , franjele ce se văd pe fald după direcţia K (v. fig. 14.11), trec din cadrurile II şi IV în I şi III, atunci capul care este mai apropiat de spectrograf are grosimea mai mică.




Fig. 14.13. Schema pentru egalarea grosimilor capurilor unui interferometru cu ajutorul unor lame plan-paralele.

Remarcăm că o egalare strictă a grosimilor capurilor interferometrului este o operaţie de durată şi îngăloasă. Ea poate fi evitată dacă se montează pe fiecare cap câte una dintre două lame transparente plan-paralele, identice, dintre care una să se poată roti în jurul axei verticale (fig. 14.13). Atunci prin înclinarea acestei lame se poate anula foarte exact diferenţa de drum datorată diferenţei în grosime a capurilor.

Lame care se introduc în interferometru, pentru formarea cîrligelor. Condiţiile de precizie în confecţionarea lamelor care servesc la formarea cîrligelor sînt analoage condiţiilor pe care le îndeplinesc şi alte piese ale unui aparat interferometric: ele nu trebuie să introducă în frontul de undă deformări mai mari decît $\lambda/4 - \lambda/10$.

O lamă se confecţionează de obicei din fluorită, uneori din fluorură de litiu sau din cuarţ topit. Lamele de sticlă sînt mai puţin potrivite, deoarece compoziţia sticlei şi, prin urmare, indicele de refracţie nu este prea bine determinat, ca în cazul primelor materiale. Din această cauză, pentru sticlă constanta $k(\lambda)$ nu poate fi calculată cu ajutorul formulei (14.10), ci trebuie determinată experimental, adică cu o precizie mult mai mică.

Formulele de interpolare pentru calculul indicelui de refracţie ale cuarţului topit şi ale fluorinei, la temperatura de 25°C au, respectiv, forma [14.5]

$$n^2 = 2,978645 + \frac{0,008777808}{\lambda^2 - 0,010609} - \frac{84,06224}{96,00000 \lambda^2}, \quad (14.27 \text{ a})$$

$$n^2 = 1 + \frac{0,5675888 \lambda^2}{\lambda^2 - (0,050263605)^2} + \frac{0,4710914 \lambda^2}{\lambda^2 - (0,1003909)^2} + \frac{3,8181723 \lambda^2}{(31,649010)^2}, \quad (14.27 \text{ b})$$

în care λ este lungimea de undă în micrometri.

În vederea determinării experimentale a constantei $k(\lambda)$ trebuie ca tabloul de interferenţă să fie perfect pus la puzet, aducînd la orizontalitate franjele din spectrograf. Apoi, lama a cărei constantă $k(\lambda)$ se determină trebuie introdusă într-unul dintre braţele interferometrului.

Numărînd numărul de franje, p , dintr-un anumit interval spectral $\Delta\lambda$ (de la $\lambda - \Delta\lambda/2$ pînă la $\lambda + \Delta\lambda/2$), se poate calcula mărimea $k(\lambda)$ cu ajutorul

$$k(\lambda) = \frac{p\lambda}{l'\Delta\lambda} \quad (14.28)$$

Întrucât, pentru o anumită valoare a ordonatei tabloului de interferență, pentru o anumită valoare a ordonatei tabloului de interferență, va fi

$$2\pi \frac{(n' - 1)}{\lambda} l' = 2k\pi. \quad (14.29)$$

Diferențiind ambii membri ai acestei egalități, avem

$$\frac{n' - 1}{\lambda} - \frac{dn'}{d\lambda} = \frac{dk}{d\lambda} \frac{\lambda}{l'}. \quad (14.30)$$

În particular, dacă am exprimat în funcție de λ valoarea lui l' (v. relația (14.10)) considerând $dk/d\lambda$ const. în acest interval $\Delta\lambda$ și aflându-l pe $dk/d\lambda$ din (14.30), obținem expresia (14.28). Expresia (14.28) este aproximativă, deoarece am considerat că într-un interval $\Delta\lambda$

$$\frac{dk}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \left[\frac{n' - 1}{\lambda} l' \right] = \text{const.} \quad (14.31)$$

Acest fapt este valabil numai în cazul în care ecuația de dispersie a lamei are forma

$$n' - 1 = A\lambda^2 + B\lambda. \quad (14.32)$$

Într-adevăr, în cazul tuturor substanțelor transparente dependența $n' - 1$ de λ se exprimă aproximativ prin relația (mai exact, v., de pilda, (14.27))

$$n' - 1 = A'\lambda^{-2} + B'\lambda^{-1} + C'. \quad (14.33)$$

Cu toate acestea, determinarea lui $l'(\lambda)$ cu ajutorul relației (14.28) nu introduce de obicei erori mai mari ca 1-2%, deoarece coeficienții A' și B' din formula (14.33) sunt mici, iar intervalul $\Delta\lambda$ poate fi luat și el mic.

Seul de lame de diferite grosimi se așază într-un suport special (fig. 14.11), a cărui construcție este prevăzută cu posibilitatea de a introduce reproduc-




Fig. 14.11. Suportul pentru lamele care se introduc în interferență pentru formarea cîmpului

tibil în fasciculul onic-combinație de lame. Trebuie acordată o atenție specială fixării lamelor exact perpendicular pe fasciculul de lumină incident.

Metoda cîrligelor în cazul în care există un gradient transversal al concentrației atomilor. Metoda clasică a cîrligelor, descoperită de Rojdestvenski,

implecă condiția de coerență din gazul de studiat care este introdus într-unul din fasciculele interferometrului să fie perfect omogenă pe întregul câmp de viză. În caz contrar franjele nu mai apar nete, ci estompate. Dacă există o arză, în condiții obișnuite, de că nu există posibilitatea de a face o coloană de viză de studiat λ fie omogenă, aceasta se distingează astfel încât fasciculul de lumină să illumineze o zonă omogenă în secțiune.

Deoarece totuși întinderea zonei de studiat nu este mare pe direcția de propagare a razei, iar franjele localizate în partea centrală sunt proiectate pe fasciculul spectroscopului din tabloul observat se extrage din aceste informații asupra distribuției concentrației atomilor în secțiunea proiectată pe fanta [14.4].

Într-adevăr, să scriem condiția (11.5) pentru două franje vecine de ordinul k și de ordinul $k + 1$,

$$y_k = \frac{k}{b} \lambda + (n' - 1) \frac{l}{b}, \quad y_{k+1} = \frac{k+1}{b} \lambda + (n'' - 1) \frac{l}{b} \quad (11.34)$$

De aici, dacă există un gradient al concentrației atomilor transversal ($n'' - n' = \Delta n \neq 0$), se obține

$$\Delta y = y_{k+1} - y_k = \frac{\lambda}{b} + \Delta n \frac{l}{b}. \quad (11.35)$$

Astfel, întrucât mărimea Δn are semne diferite pe cele două laturi ale liniei, franjele se vor îndesi pe una din laturile liniei, rămânând exact cu tot atât de cealaltă parte.

Introducerea lamei pentru formarea cîrligelor nu modifică acest raționament. Distanța dintre vârfurile cîrligelor înaintea și după trecerea lamei este, după înălțime, proporțională cu gradientul de concentrație, cu semn în funcție de cîrlige care se formează de fiecare parte a liniei, care este obținută din variația concentrației atomilor.

În figura 14.13 este dată fotografia cîrligelor din cesiului 8521 Å, în cazul unui puternic gradient vertical al concentrației atomilor [14.5].

Fig. 14.1. Cîrligele cesiului 8521 Å în cazul prezentei unui gradient vertical al concentrației atomilor cesiului [14.5].

Mărirea sensibilității metodei cîrligelor. Avem să considerăm acum unul dintre mijloacele de mărire a cîrligelor, a constatat-se că este posibilă măritarea creșterea sensibilității poate fi obținută prin înlocuirea fasciculului de viză al fasciculului prin stratul de vapori studiat. Un astfel de dispozitiv este în comparație cu interferometrul lui Rojdestvenski, al lui Michelson.

O altă posibilitate constă în folosirea unor dispozitive pentru a face ca parcurgerea multiplei pe bază de oglinzi să nu se realizeze, care este realizată pe ambele brațe ale interferometrului. Într-o oglindă semitransparentă se așază

cavă cu o lamă plan paralelă, care servește la formarea cîrligelor. O mică înclinare a uneia dintre oglinzi poate separa spațial, pe fanta spectrografului, tablourile de interferență formate la trecerea luminii prin cuvă o dată, de trei ori, de cinci ori, în general de un număr impar de ori. Distanțele dintre cîrlige rămân, în toate cazurile aceleași, deoarece crește în mod corespunzător numărul de treceri ale fasciculului prin lamă de compensare. Fmețea cîrligelor și precizia de măsurare se mărește prin trecerea multiplă a fasciculului. Prin înlăturarea lamei din spațiul dintre oglinzi, distanța dintre cîrlige crește de $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, ... ori.

§ 3. ALTE METODE DE STUDIU AL DISPERSIEI

Metoda superpoziției tablourilor de interferență, obținute din spectru. Prin suprapunerea a două sau mai multe rețele ia naștere un tablou de franje caracteristic, denumit moar (fig. 14.16). Franjele de moar au proprietatea de a




Fig. 14.16. Apariția moarului

scoate în evidență variația periodicității structurilor analizate și deplasarea lor; de aceea, ele se folosesc de mult în scopuri analitice. Aceste franje, care se formează prin suprapunerea a două interferograme, ce corespund unor stări diferite ale procesului studiat, se pot folosi pentru înregistrarea variațiilor tabloului de interferență. Suprapunerea se realizează de obicei prin fotografarea succesivă în același loc al plăcii fotografice a două interferograme, ceea ce permite să se tragă concluzii asupra modificărilor suferite de obiect. În punctele interferogramei în care perturbarea studiată modifică diferența de drum cu un număr impar de semne și în care, prin urmare, se produce o deplasare a tabloului cu o semilăungime a franjei, o franjă și jumătate ș.a.m.d. se constată estomparea benzilor de interferență, ceea ce creează desenul de moar.

Caracterul diferențial al acestui efect prezintă o mare comoditate în măsurători. Nu mai este nevoie de punerea la punct în mod foarte exact al interferometrului; trebuie numai ca franjele să aibă o frecvență suficient de mare pentru ca estomparea franjelor să poată fi căutată imediat. Metoda suprapunerii franjelor de interferență poate fi folosită pentru înregistrarea unui câmp de interferență bidimensional în lumină monocromatică [14.6] și pentru observarea franjelor de interferență desfășurate în spectru [14.7], [14.8]. În ultimul caz mărimea măsurată este lungimea de undă care corespunde apariției

rajiilor. Poziția estompării în cadrul spectrului și numărul său k determină complet variația diferenței de drum dintre fasciculele ce interferează; diferența de drum scurge în intervalul dintre două expuneri este dată de expresia

$$\delta \left[(n - 1) \frac{l}{\lambda} \right] = \frac{2k - 1}{2} \lambda. \quad (14.36)$$

Variația refracției $\delta(n - 1)$ poate fi determinată atât de variația densității gazului, de variația concentrației electronilor cât și de acțiunea însumată a ambelor cauze. În primul caz variația $\delta(n - 1)$ nu depinde practic de lungimea de undă. O excepție o constituie regiunile spectrale din vecinătatea liniilor de absorbție de gazului, în care are loc o dependență este exprimată prin formula (14.11). În al doilea caz variația refracției este proporțională cu pătratul lungimii de undă,

$$\delta(n - 1) = \frac{e^2 \delta N_e}{2\pi m c^2} \lambda^2 \approx 4,5 \cdot 10^{-14} \delta N_e \lambda^2. \quad (14.37)$$

În cazul general variația refracției este determinată de variația densității gazului, a concentrației particulelor care formează linia de absorbție, precum și de variația concentrației electronilor. Precizarea distinctă a tuturor acestor mărimi este posibilă numai dacă este determinată variația refracției pentru anumite lungimi de undă. În acest scop este necesar să se fixeze exact poziția din spectru a citorva estompări.

Utilizarea metodei suprapoziției în regiunile spectrului din vecinătatea liniei de absorbție permite determinarea valorilor lui $\delta(N f l)$. Sensibilitatea și precizia acestor metode sînt apropiate de sensibilitatea și precizia metodei cîngelor. Însă metoda cîngelor întrece cu „patele de separare” metoda superpoziției. Prin această din urmă metodă sînt foarte dificil de studiat aglomerările strînse de linii. Asimetria dispariției liniilor este, de asemenea, cu mult mai mare decît asimetria cîngelor. Din aceste cauze, folosirea metodei superpoziției pentru studiul dispersiei atomice este de preferat numai în cazurile în care argumentul hotărîtor este caracterul diferențial al acestei metode, necesar întinsecerii unei serie de experiențe. Deosebit de comod se determină cu ajutorul ei variația micilor ale grosimii optice a structurii studiate.

Metoda superpoziției prin oglindire. O altă variantă a metodei superpoziției a fost propusă în lucrarea [11.9]. În această obîșnuită a superpoziției sînt suprapuse succesiv în timp două tablouri de interferență neperturbate și unul perturbat. Poziția timpului franjeilor este diferită din cauza perturbărilor introduse. În metoda superpoziției prin oglindire de interferență cu imaginea lui reflectată se formează simultan și se suprapun două tablouri de interferență la fel perturbate. Însă datorită inversării prin oglindire, produsă de reflexia undei dintre tablouri, ele au perturbările de semne contrare.

Pe o imagine, în metoda suprapunerii prin oglindire este înregistrată o perturbare dublă de aceea sensibilitatea ei va fi de două ori mai mare decît în metoda superpoziției obișnuite. Un alt avantaj este faptul că nu sînt necesare două expuneri: ambele tablouri de interferență — cel direct și imaginea lui reflectată — se obțin simultan.

Această metodă reprezintă o metodă diferențială, ne sînd deci o rezolvare metodică precisă a interferometrului, pentru a adăuga exact la mijlocul fantei franjei de ordinul zero, care reprezintă axa transformării prin simetria de oglindire a undei dintre tablourile care se suprapun. Eroarea de poziție la punct

se vor însuma cu cele datorate perturbației studiate, astfel încât ele trebuie complet eliminate, dacă aceasta este posibil, sau trebuie să se țină cont foarte exact de ele.

Pentru transformarea simetrică prin oglindire a unuia dintre sistemele de interferență, se poate folosi sistemul de oglinzi din figura 14.17.




Fig. 14.17. Scheme pentru superpoziția prin oglindire a sistemelor de interferență: a — sistem de oglinzi; b — prismă Dove.

Acest sistem trebuie să fie fixat în mod pozitiv la interferență, adică în fața obiectivului, care proiectează franjele pe foaie spectrografică. Transmisia unui sistem ideal de acest tip având coeficienti de reflexie și de transmisie ai oglinzilor semitransparente $R = T = 0,5$, iar coeficientul de reflexie al oglinzii netransparente $R = 1$, este egal cu 0,5. Un sistem ideal de oglinzi nu transmite de obicei mai mult de 30–40% din lumina incidentă pe el.

O schemă care dă o iluminare mai mare se bazează pe folosirea unei prisme Dove (fig. 14.17 b). Ea se introduce într-o jumătate din secțiunea fasciculului pentru a nu obtura cea de a doua jumătate, care nu trebuie să sufere reflexia.

În figura 14.18 sunt arătate cele două tablouri de interferență care se suprapun: tabloul direct (a) și tabloul reflectat (b). Tabloul suprapunerii franjelor lui a și b este arătat în figura 14.18 c.



Fig. 14.18. Exemple de metode de superpoziție a două tablouri de interferență: a — tabloul direct; b — tabloul reflectat; c — tabloul suprapunerii. În aceste exemple sunt arătate franjele de lumină și întuneric, care se transformă în franjele de reflexie și de transmisie prin oglindire. În (c) tabloul suprapunerii este arătat în mod schematic.

Metoda interferenței a trei raze. În această metodă [14.10] se desfășoară în spectru tabloul franjelor de interferență obținut cu un interferometru cu trei raze. Schema de principiu a instalației este dată în figura 14.19.

Tabloul de interferență obținut poate fi considerat ca suprapunerea a trei tablouri de interferență obținute cu două raze, date de fasciculele 1 și 2; 2 și 3; 3 și 1.




Fig. 14.17. Schemă de principiu a unui interferență cu trei raze.

Prunele două imagini sînt arătate în figurile 14.8 a și b. A treia imagine este dată de fasciculele neperturbate de diferența de drum studiată, reprezentînd un sistem de franje paralele, cu o frecvență de două ori mai mare. Prin introducerea în fasciculul 2 a vaporilor de studiat, franjele acestui sistem sînt deplasate, ele nu au mai nici un rol constructiv în cadrul analizei (reducîndu-se contrastul estompărilor).

Sistemele de benzi 1 și 2; 2 și 3 fiind imaginile obținute prin oglindirea una la față de alta, suprapunîndu-se dau un tablou analog tabloului de interferență din metoda suprapunerii prin oglindire (v. fig. 14.18 c, d și 14.20).




Fig. 14.18. Interferență cu două raze obținute cu trei raze în vapori de sodiu, pentru diferite condiții de vapori (14).

Trebuie avut în vedere, deasigur, faptul că, spre deosebire de metoda superpoziției, aici toate cele trei cîmpuri de interferență care se suprapun sînt coerente, se realizează compensarea amplitudinilor lor, în funcție de diferențele de fază respective și nu se măsoară intensitățile. Însă, acest lucru nu afectează mai deloc aspectul franjelor, cu atât mai mult cu cît în locurile corespunzătoare estompării franjelor, vibrațiile luminoase care se suprapun sînt în fază.

Poziția estompării, fasciculele de lumină pentru metoda celor trei raze, cît și sensibilitatea sînt aceleași cît și pentru metoda superpoziției prin oglindire. Ambele metode sînt comune și principalul neajuns — necesitatea radierii franjei

de ordinul zero exact pe ruglăciul lui α . Imprecizia acestor puncte la punct se reflectă asupra tuturor măsurilor măsurate. Însă în cazul studiului unui obiect la care este cunoscută dinainte legea de variație a diferenței de drum cu lungimea de undă și trebuie să se determine numai constantele care fac parte din această lege, poate fi efectuat un calcul exact al erorilor măsurate. Astfel, de pildă, cazul determinării densității de electroni,

$$(1 - \epsilon) \sim \epsilon^2$$

și cazul dispersiei anormale

$$n - 1 \sim \frac{1}{\lambda - \lambda_0}.$$

În metoda obișnuită a superpoziției, eroarea de fixare exactă a frunget de ordinul zero nu afectează măsurile măsurate. În locul ei apare însă o altă eroare, determinată de deplasarea imaginii de interferență în intervalul de timp dintre cele două expuneri.

SPECTROSCOPIA LASER

Prin spectroscopie laser se înțelege totalitatea aparatelor și a metodelor de analiză spectrală în care se folosesc proprietățile specifice ale radiației laser, în primul rând înalta monocromaticitate și densitatea spectrală deosebit de mare, puterea emisivă foarte înaltă, precum și producerea unei energii extrem de mari în volum foarte mic.

Folosirea acestor proprietăți ale laserilor a permis lărgirea substanțială a posibilităților metodelor spectroscopice tradiționale, precum și rezolvarea unor probleme principial noi, care până la apariția laserilor nici nu se abordau. Cercul problemelor științifice și practice, care se află în cimpul vizual al spectroscopiei laser, este foarte vast. Cele mai importante direcții sînt legate de cercetările de analiză spectrală cu ajutorul laserilor, de spectroscopie a difuziei combinate, de studiu al absorbției neliniare, de spectroscopie de înaltă rezoluție cu ajutorul laserilor acordabili în frecvență, de metodele heterodinamice de măsurare a diferențelor mici de frecvență și de spectroscopia laser neliniară de înaltă rezoluție.

§ 1. LASERI CU FRECVENȚĂ ACORDABILĂ

Frecvența de emisie a laserilor de toate tipurile poate fi modificată în anumite limite. În laserii cu gaz mici modificări ale lungimii rezonatorului laserului, aplicarea unui cîmp electric sau magnetic exterior permit o anumită deplasare a lungimii de undă a radiației generate, care, firește, rămîne totdeauna în limitele lărgimii liniei de emisie spontană.

Spectrul de emisie al laserilor este determinat de numărul tipurilor de generare a vibrațiilor (moduri), și de lărgimea liniei de emisie a fiecăruia dintre ele. În funcție de proprietățile mediului activ, de rezonator și de regimul de lucru al unui laser, numărul de moduri poate oscila de la unu la cîteva sute. Pentru spectroscopie, cea mai mare importanță o are așa-numitul regim monofrecvență de generare. De obicei acest regim se realizează atunci cînd amplificarea în mediul activ depășește numai cu puțin pierderile sau cu ajutorul unor rezonatori speciali, în care pierderile pentru toate tipurile de oscilații sînt însemnate, cu excepția tipului de oscilație dorit, pentru care sînt foarte mici, obținîndu-se astfel selecția modurilor. În regimul monofrecvență de regulă, lărgimea liniei de emisie a laserului este determinată de cauze tehnice: variația coeficientului de refracție a mediului, variația distanței dintre oglinzi din cauza vibrațiilor, paraziți acustici etc. În laserii cu gaz, de cea mai bună stabilitate, lărgimea liniei poate avea o valoare de 10^3 Hz ($\Delta\lambda/\lambda \approx 10^{-11}$).

Laserul cu corp solid și în special laserul pe bază de coloranți organici, cu rezonatori, fără elemente selectoare generează intervale spectrale destul de largi. Un laser ca rubin are lărgimea benzii de generare de circa 1 \AA . Sticle cu neodim generează benzi cu o lărgime de aproximativ 10 \AA , iar laserii cu coloranți organici — care sunt folosiți prioritar în spectroscopia laser — emit un întreg domeniu spectral continuu, care se întinde pe zeci și sute de angstromi. Se pare că laserul cu coloranți organici este cel mai universal după proprietățile sale. Adaptarea unui rezonator permite variația largă a lungimii de undă a radiației laserilor în limitele întregii benzi de generare, iar un set de 8–10 coloranți permite acoperirea întregului domeniu al spectrului, de la 2700 \AA până în infra-roșu [15.1], [15.2].

Acordarea frecvenței radiației într-un diapazon larg este posibilă și pentru laserii cu semiconductori, cit și în cazul generatorilor parametrici. La acesta din urmă variația lungimii de undă de generare se realizează prin rotirea cristalinului, în care se produce mixajul a două frecvențe optice [10.26].

Cea mai mare răspîndire în practica spectroscopică au căpătat-o laserii acordabili pe bază de coloranți. Capacitate de generare au în primul rând soluțiile în alcool ale coloranților organici, care prezintă benzi strălucitoare de fluorescență (această condiție este necesară, dar nu și suficientă: mulți coloranți cu fluorescență strălucitoare nu generează laseri). Excitarea generării se realizează de obicei cu lumină de la alt laser — laser cu corp solid sau cu gaz — sau cu lumina unor lămpi pulsate (uncori se vorbește despre laserii cu coloranți cu pompaj coerent și pompaj necoerent: însă o asemenea terminologie este lipsită de sens fizic). Pentru îngustarea benzii de generare se folosesc rezonatori selectivi, în care pierderile pentru lungimea de undă aleasă sînt mici. În acest scop, în rezonator se introduc elemente dispersive, al căror rol îl îndeplinește în primul rînd prisma, rețeaua de difracție prin reflexie, etalonul Fabry — Péroť sau combinații ale acestor elemente. Scheme simplificate ale unor asemenea laseri sînt date în figura 15.1.




Fig. 15.1 Scheme ale laserilor cu coloranți organici cu frecvență acordabilă: a — cu rețea; b — cu rețea și etalon Fabry — Péroť. 1 — celulă; 2 — rețea de difracție; 3 — ogă undă; 4 — etalon Fabry — Péroť.

Laserii cu coloranți pot genera linii cu lărgimea de $2-3 \text{ MHz}$ (circa 10^{-5} \AA), ceea ce este complet suficient pentru majoritatea experimentelor spectroscopice. Regimul de generare — pulsant, periodic sau continuu — este determinat de construcția laserului. Puterea laserilor pulsați, pe bază de coloranți, atinge câțiva megawați.

	$\text{AlOCl} - 4$	$\text{AlOCl} - 3$
Gama de acordare	575 cm ⁻¹	400-1100
Interval de generare în largime a liniei	15-17 0,1-1 0,2-10 0,1-1	1-1000 0,1-10 0,2-100 0,1-1
Interval de generare în cuprinsul liniei	1,5	0,1
Durată maximă a impulsului	7-8	100-1000
Maximul	100	25

Energia unui impuls de generare poate fi de ordinul zecilor de joule. Laserele cu funcționare continuă, care emit linii înguste, au o putere de 0,01-1 W.

În tabloul 1.1 sînt date principalele parametri ai laserilor autohtoni, $\text{AlOCl} - 4$ și $\text{AlOCl} - 3$, cu pompaj optic (dimpa HgCl₂ - 1200) și care sînt drept cîmp de aplicare în interferometru Fabry - Perot. Laserele de acest tip reprezintă de fapt o sursă de emisie o radiație aproape monocromatică, a cărei strălucire este cu ceva ordine de mărime mai intensă decât strălucirea radiației produse de un monocromator cu sursă obișnuită de lumină. Aceasta se datorește faptului că în orice sursă densitatea spectrală a radiației este de multe ori mult mai mică decât densitatea spectrală a radiației laser. Folosind un monocromator de înaltă rezoluție, de exemplu unul ca etalon Fabry - Perot sfere, se poate separa dintr-o porțiune a spectrului continuu sau dintr-o linie largă un interval spectral la fel de îngust ca și cel pe care îl dă un monocromator cu laser. Într-o strălucire oricărui interval spectral separat din lumina emisă de orice fel de sursă este infimă față de strălucirea dată de un monocromator cu laser.

§ 2. APLICAȚII ANALITICE

Analiza de emisie. În analiza de emisie laserul servește pentru evaporarea substanței probei și pentru excitarea spectrului. Utilizarea laserilor permite efectuarea de analize în condiții foarte pure, deoarece este eliminat complet spectral electrozilor, care complică de obicei efectuarea analizei probelor nemetalice. Excitind o sursă laser într-un gaz, se pot analiza și amestecuri de gaze, fără ca rezultat de analiză să fie afectat de umprunarea datorată pereților și electrozilor tubului de descărcare, ceea ce este deosebit de important, mai ales în analiza spectrală a gazelor.

În cazul analizei probelor solide folosirea laserului permite realizarea unei analize microspectrale [10,13]. Evaporarea probelor se produce prin focalizarea radiației laserului pînă în punctul necesar al probei. În funcție de energia și puterea laserului se evaporază $10^{-8} - 2 \cdot 10^{-6}$ g de substanță, dintr-un crater cu diametrul de 20-200 μm. Excitarea se produce cu ajutorul luminii laser, în procesul evaporării sau, ceea ce este de obicei mai comod, printr-o descărcare electrică prin plasma care se formează.

În prezent se produce industrial instalații pentru analiza spectrală laser. Sensibilitatea absolută a analizei laser este de $2 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-6}$ g. Sensibilitatea relativă de determinare a majorității elementelor nu este prea mare: 0,05-0,1 %. În unele cazuri ea nu depășește un procent [15,3].

Analiza prin fluorescență. Laserul poate fi utilizat și ca sursă de excitare a fluorescenței și pentru analiza prin fluorescență în lichide [15,4]. De exemplu, cu laserul 2,7 fluorocian, acționat pe linia de rezonanță a benzinei,

$\lambda = 31,5 \text{ \AA}$, s-a excitat în flacăra unui bec Burson fluorescența barului, a cărei strălucire a fost măsurată. S-a obținut un grad de 1 m, cu o bună reproductibilitate, în domeniul de concentrații $10^{-9} - 10^{-6} \text{ Ba}$.

O aplicație interesantă a analizei prin fluorescență o constituie cercetările de determinare a conținutului de atomi de sodiu din straturile superioare ale atmosferei [15.5, 15.6]. În aceste lucrări s-a folosit un radar optic, în care sursa de lumină a fost un laser cu colorant, care generează o linie cu lățimea de $1,5 \text{ \AA}$, în domeniul D_1 al liniei sodiului. Separarea spectrală a radiației s-a efectuat cu un etalon Fabry—Pérot. Laserul cu pompaj optic producea 5 imp/s, durata impulsului fiind de $0,1 \text{ ns}$. S-au observat impulsuri de fluorescență de rezonanță ale sodiului excitat la o înălțime de $80 - 100 \text{ km}$. Lumina fluorescenței era captată de o oglindă cu diametrul de 97 cm și trimisă pe un tot multiplicator prin un filtru de interferență de lățime îngustă. S-a putut face măsurători numai noaptea, ci și ziua. Distribuția în înălțime a fost măsurată din $2,5 \text{ m}$ la $2,5 \text{ km}$. Cantitatea totală de atomi de sodiu de la înălțimea de $80 - 100 \text{ km}$, calculată din măsurătorile efectuate în cinci nopți, este de $6 \cdot 10^{13} \text{ m}^{-2}$. Straturile superioară și inferioară sînt: $1,8 \cdot 10^{14}$ și $9 \cdot 10^{12} \text{ m}^{-2}$.

Instalația de radar cu laser s-a folosit și pentru determinarea altor napuni tăți din atmosferă după spectrele lor de difuzie combinată. La înălțimi de pînă la 1 km s-a putut determina conținutul în vapori de apă, O_2 , N_2 , H_2 , SO_2 , CO_2 , NO , CO , H_2S , CH_4 și în alte gaze moleculare, cu o sensibilitate de pînă la $10^{-4} \text{ mol } \%$ [10.31].

Analiza de absorbție. Folosirea laserilor permite să se mărească substanțial sensibilitatea analizei de absorbție, întrucît permite determinarea unor absorbții mult mai mici decît metodele spectrale obișnuite. Mărirea sensibilității se obține prin plasarea cuvei de absorbție în interiorul rezonatorului laserului. În acest caz se observă două fenomene, care conduc la mărirea sensibilității.

Primul dintre ele este legat de mărirea grosimii efective a stratului absorbant, datorită reflexurilor multiple ale razelor pe oglinda rezonatorului. Acest efect se poate observa și simplu, prin așezarea cuvei între două oglinzi semitransparente, în absența mediului activ.

Un al doilea fenomen este determinat de mărirea puterilor, datorită absorbției lamare, ceea ce provoacă o scădere a puterii de generare. Dacă energia de pompaj este cu puțin mai mare decît energia de prag, atunci chiar o absorbție neînsemnată poate duce la scăderea puterii de generare pînă la zero. Prin urmare, în acest interval de energii dependența puterii de generare de coeficientul de absorbție este foarte puternică. Dacă laserul generează o bandă largă, atunci în maximum liniei de absorbție se observă o stingere a generării.

Trebuie să remarcăm că ambele efecte descise duc la o amplificare a absorbției, cu atît mai mare, cu cît este mai mare coeficientul de absorbție al substanței. Prin urmare, pe lîngă mărirea sensibilității, se observă și o îngustare a benzilor sau liniilor de absorbție, iar dacă ele au o structură prost rezolvată, atunci se îmbunătățește și separarea lor.


Primele experiențe cu stratul absorbant plasat în interiorul rezonatorului au fost efectuate cu vaporii de sodiu și de iod. Ca sursă de lumină s-a folosit un laser cu radonulă 6 G . A fost atinsă o sensibilitate cu două ordine de mărime mai mare decît în cazul folosirii metodelor spectroscopice obișnuite. Experiențe ulterioare, în care era studiată absorbția unei soluții de azotat de cupru, au arătat că energia de generare a unui laser scade cu 30% prin introducerea unei soluții absorbante cu densitatea optică de $0,0001$ [15.7, 15.8].

Rezonatorii cu substanță absorbantă se folosesc deja în analizorii de gaz industriali. Astfel, de pildă, una dintre liniile de absorbție ale metanului coincide ca lungime de undă cu linia de 3,39 μm a laserului cu He-Ne. Circulația aerului atmosferic prin celula absorbantă, care se află în interiorul rezonatorului laserului, permite depistarea prezenței în aer a unei cantități de metan atât de mici, încât ele aproape că sînt imposibil de detectat prin alte metode. O astfel de instalație este folosită pentru controlul pierderilor de gaz inflamabil.

Puterea mare de emisie a laserilor pe bază de coloranți a permis folosirea de noi metode de înregistrare a absorbției, bazate pe măsurarea creșterii absorbite, nu pe măsurarea atenuării fluxului de lumină transmis. Aceste metode au făcut să crească spectaculos sensibilitatea și au permis să se măsoare coeficienți de absorbție foarte mici. Zgomotul de receptorului și fluctuațiile sursei luminează practic măsurarea absorbției prin metode directe, la nivelul de 0,1 %. Dacă însă energia incidentă este mare, atunci chiar în cazul unor coeficienți de absorbție foarte mici energia absorbită poate fi suficient de mare pentru a înregistra variația temperaturii, a presiunii, a luminescenței etc. În domeniul infraroșu energia absorbită se măsoară, de exemplu, cu analizorul de gaz Veingherov, pe bază de efect optico-acustic [14], foarte răspîndit. Mai înainte, cînd nu exista tehnica laserilor, practic nu se foloseau receptoarele optico-acustice în domeniul optic al spectrului, deoarece în acest domeniu există numeroase receptoare mai eficiente. Odată ce a intrat în uz al laserilor însă, cu puterile lor de emisie foarte mari, încălzirea mediului chiar în cazul unor coeficienți de absorbție mai mici de 10^{-6} cm^{-1} poate deveni suficientă pentru a fi înregistrată. Studiul absorbțiilor slabe este deosebit de actual pentru analiza propagării undelor luminoase în atmosferă, pentru cercetarea tranzițiilor interzise, pentru determinarea impurităților în cantitate mică.

Difuzia combinată. Lipsa unor surse de spectru de lumină suficient de intense a limitat sau a împiedicat totdeauna folosirea difuziei combinate în scopuri analitice. Intensitatea mare și înalta direcționalitate a radiației laser permit focalizarea ei în volume extrem de mici și deci obținerea unor densități de radiație foarte mari. Aceasta permite efectuarea de analize pe baza spectrelor de difuzie combinată, în cazul unor cantități extrem de mici de substanță — pînă

Fig. 15.2. Schema optică a spectrometrului cu laser He-Ne al firmei Coderg (France) pentru studiul difuziei combinate.



la 10^{-9} g . În literatură [15-19] sînt descrise diferite variante constructive pentru spectrometrele cu laser, destinate analizei pe bază de spectre de difuzie combinată. Schema unuia dintre aceste spectrometre este reprezentată în figura 15.2.

Aparatul este destinat analizei spectrelor de difuzie a gazelor, cristalelor și lichidelor. Spectrul de difuzie combinată este analizat cu ajutorul unui monocromator dublu, format dintr-o casă pentru pompă, este folosit un laser cu He-Ne, având puterea de 30 mW, cu o lungime de undă a radiației de 6328 Å. Este posibilă și folosirea altor laser, de exemplu, al unui laser cu argon ($\lambda = 4880$ Å și $\lambda = 5145$ Å). În figura 15.3 este dat spectrul de difuzie combinată al ciclohexanului obținut cu acest aparat.




Fig. 15.3. Mostre de înregistrări ale spectrelor de difuzie combinată ale ciclohexanului pentru $T = 300$ K (a) și $T = 328$ K (b) obținute cu spectrometrul PII-1.

Pentru excitarea spectrelor de difuzie combinată se folosesc și laseri pulsați. Cu ajutorul lor se poate obține un spectru de difuzie combinată în intervale foarte mici de timp (câteva 10^{-7} s). Acest fapt face posibil studiul produselor care sînt stabile pentru un timp scurt și a cineticii reacțiilor chimice. Rezultate foarte bune se obțin folosind laserul cu azot, care generează o radiație de mare putere (până la cîteva megawați), pe lungimea de undă de 337 Å, precum și folosind laserul cu coloranți care permit o modificare lină a frecvenței de acordare a radiației emise.

§ 3. UTILIZAREA LASERILOR ÎN SPECTROSCOPIA EXPERIMENTALĂ

În acest paragraf sînt prezentate exemple de probleme ale spectroscopiei experimentale, a căror rezolvare era total sau aproape total imposibilă înainte de apariția laserilor.

Metodele heterodinice în spectroscopie. Dacă pe un fotomultiplicator ajung două fluxuri luminoase cu frecvențele circulare ω_1 și $\omega_2 = \Delta\omega$, atunci în urma interferenței lor se va observa un semnal de așine cu frecvența $\Delta\omega$. Cunoscut valoarea lui $\Delta\omega$, care, în cazul componentelor structurilor hiperfine și izotopice, scade pînă în domeniul radiofrecvențelor, accesibil măsurătorilor, se poate deter-

mină distanța dintre aceste componente. Astfel de corectări au fost efectuate și mai demult, însă în ultima vreme ele au căpătat o mare dezvoltare pentru măsurarea lărgimii liniilor înguste, generate de laserii cu gaz, și în rezolvarea altor probleme ale spectroscopiei laser.

Metodele heterodunice de înregistrare a fenomenului de difracție optică au făcut posibile măsurătorii superprecise ale distanțelor dintre linii extrem de apropiate. Esența metodelor poate fi amănunțită fiind ca exemplu studiul liniei mercurului. Pe linia mercurului, de la $1,53 \mu\text{m}$ se observă generarea unei structuri izotopice pe fiecare dintre componente. Măsurând frecvența pulsației, se poate determina intervalul dintre centrele liniilor, aparținând unor izotopi diferiți. Precizia de măsurare a distanței dintre componente este determinată de precizia cu care se obține acordarea generării pe centrul frecvenței dintre componente. În cazul liniei $\lambda = 1,53 \mu\text{m}$, intervalul dintre componentele care aparțin izotopilor ^{200}Hg și ^{202}Hg este egal cu $1336,5 \text{ MHz}$. El a fost măsurat cu o precizie relativă de 10^{-5} [15.10]. O asemenea precizie de măsurare a diferențelor mici dintre lungimile de undă nu a fost încă atinsă nici prin folosirea aparatelor cu cea mai înaltă putere de separare. Metodele heterodunice, ca și metodele spectroscopiei laser neliniare, expuse în continuare, sînt unice prin precizia măsurării distanțelor extrem de mici dintre componentele structurilor hiperfine, compozite care se află în limitele lărgimii Doppler.

Spectroscopia laser de înaltă rezoluție. Așa cum am mai spus, laserii cu coloranți pot genera linii a căror lărgime ajunge pînă la $2-3 \text{ MHz}$ și, cu toate că această valoare este cu mult mai mare decît cea dată de cei mai buni laseri cu gaz, ea permite totuși studiul celor mai fine detalii ale conturului și ale structurii liniilor și benzilor spectrale. Ca exemplu, vom cita o lucrare în care a fost separat în componente un fascicul de atomi de sodiu după subnivelele structurii hiperfine. Pentru despicarea fascicului, acesta a fost iluminat cu o linie laser care coincidea cu una dintre componentele structurii hiperfine a liniei $\text{NaI } 2^2P_{1/2}$; $\lambda = 5896 \text{ \AA}$. Nivelul $2S_{1/2}$ este scindat în două subnivele ($F' = 1$; $F' = 2$), conform cu valorile spinului nucleului atomului de sodiu, $I = 3/2$. Distanța dintre aceste subnivele este de 95 mK (despicarea termenului $2P_{1/2}$ este de 6 mK). În fasciculul atomic numărul de atomi care se află pe subnivelul inferior și, respectiv, pe cel superior sînt în raportul $I : (I + 1)$, adică $3 : 5$.

La iluminarea fascicului atomic cu o radiație a cărei lungime de undă coincide cu componenta structurii hiperfine, care are lungimea de undă mai mare, lumina va fi absorbită numai de atomii din starea $F' = 1$. Datorită absorbției și reemisiiei unei cuante, acești atomi vor suferi un recul, schimbându-și direcția vitezei și părăsind fasciculul. Atomii din starea $F' = 2$ nu absorb lumina și rămîn în fascicul. Chiar dacă efectul este foarte fin și observarea lui este dificilă, el a fost pus în evidență experimental suficient de convingător [15.11].

Un alt exemplu de folosire a spectroscopiei laser de înaltă rezoluție îl constituie lucrarea [15.12], în care a fost studiat spectrul de absorbție dintr-un fascicul molecular. A fost studiată molecula I_2 . S-a folosit un laser cu emisie continuă, cu radiație 6 G . Un curent de soluție de colorant, avînd grosimea în jur de $0,5 \text{ mm}$, a fost excitat cu linia $\lambda = 5145 \text{ \AA}$ a unui laser cu argon. Ca elemente selectoare au fost folosite două prisme și două etaloane Fabry-Pérot. Analiza conturului liniei laserului a arătat că lărgimea lui nu depășește 2 MHz . Schema celulei laser este dată în figura 15.4, iar înregistrarea unui fragment din spectrul de absorbție al I_2 în figura 15.5.

Spectroscopia neliniară de ultraînaltă rezoluție [15.13, 15.14]. Cele mai importante rezultate din spectroscopia laser de ultraînaltă rezoluție sînt legate de obținerea rezonanțelor asociatei neliniare. În particular, în cazul analizei

tranzițiilor de vibrație rotație a moleculelor, lărgimea acestor rezonanțe poate fi foarte mică, cu mult mai mică decât lărgimea Doppler. De aceea, aceste noi aplicații ale spectroscopiei laser neliniare au fost numite spectroscopie în interiorul lărgimii Doppler.




Fig. 15.4. Schema unui laser cu efectul Farou: 1 — oglinda concavă; 2 — oglinda plană; 3 — oglinda convexă; 4 — oglinda de posibilitate; 5 — etalon Fabry-Pérot; 6 — priză; 7 — priză; 8 — dispozitiv de divizare a luminii a selectorului de mod.

Cazul apariției unei rezonanțe înguste pe fondul unui contur Doppler de absorbție larg îl vom analiza pe un exemplu simplu, referitor la interacțiunea a două unde, dintre care una este intensă și produce saturație, iar cealaltă slabă




Fig. 15.5. Spectrul de absorbție al sodiului în regiunea linilor D ale sodiului (spectrul este obținut în frunză (sodiu) molecular).

[15.15, 15.16]. Lărgimea Doppler este neuniformă. Aceasta înseamnă că orice atom (sau moleculă) emite o linie a cărei formă se deosebește de forma liniei de emisie a întregului ansamblu. Diferența este determinată de deplasarea Doppler a frecvenței de emisie (de absorbție) a fiecărei particule în parte. Central liniei de emisie (de absorbție) a oricărei particule depinde de viteza ei, v ,

$$\omega = \omega_0 + (k \cdot v),$$

în care ω_0 este frecvența de absorbție a unui atom nemiscat, k și v fiind vectorul de undă și, respectiv, viteza atomului.

Lărgimea liniei de emisie, Γ , a unui atom individual este determinată de amortizarea spontană și de ciocnirile cu particulele înconjurătoare. La presiuni mici ale gazului, lărgimea Doppler a liniei poate depăși considerabil lărgimea liniei unei particule individuale (această lărgime este numită lărgime omogenă). În acest caz, o undă monocromatică plană, cu frecvența ω , va interacționa numai cu atomi ale căror viteze satisfac condiția de rezonanță,

$$|\omega_0 + (k \cdot v) - \omega| \leq \Gamma.$$


Dacă unda este intensă, atunci particulele de pe nivelul inferior trec pe nivelul superior. În consecință, populația nivelului inferior se micșorează, iar a celui superior se mărește. Este important că aceasta se întâmplă numai cu atomii care interacționează cu câmpul. La o anumită viteză a atomilor, în diferența dintre populările nivelelor se produce o denivelare puternică (o groapă). Se poate obține o rezonanță îngustă dacă se măsoară absorbția unei unde de sondare slabă, de aceeași frecvență, care se propagă în întâmpinarea unde intense. Condiția de rezonanță a unde slabe, care se propagă în sens invers, este

$$|\omega_0 + (k \cdot v) - \omega| \leq \Gamma.$$

Comparând cele două condiții, se poate observa că aceste două unde vor interacționa cu atomi diferiți, dacă frecvența câmpului este dezacordată, față de centrul liniei, cu mai mult decât Γ . Dacă frecvența câmpului coincide cu centrul liniei, atunci ambele unde vor interacționa cu aceiași atomi, și anume cu cei care au proiecția vitezei pe direcția unde egală cu zero. Deoarece este realizată deja saturarea coeficientului de absorbție, rezultă că absorbția unde slabe din centrul liniei se micșorează rezonant.

Lărgimea rezonanței se determină cu ajutorul lărgimii omogene și poate fi, în gazele moleculare, foarte mică: $10^4 - 10^5$ Hz. Dacă linia constă din cît. va componente, atunci groapa de rezonanță se va observa în centrul fiecăreia dintre ele. Așadar, această metodă permite o rezolvare lesnicioasă a structurii fine a unei linii mascate de lărgimea Doppler (fig. 15.6).

Fig. 15.6. Rezonanțe înguste în cazul saturării absorbției unei molecule Si_2 sub acțiunea radiației unui laser cu $\lambda_0 = 13.15 \mu\text{m}$ (15.15).



Rezonanțe atât de înguste stau azi la baza noilor metode de stabilire a frecvenței laserilor. Cu ajutorul lor s-a reușit să se obțină reproducibilitatea unei frecvențe de $3 \cdot 10^{-14}$ și o stabilitate de lungă durată de $5 \cdot 10^{-15}$ [15.13]. Rezonanțele nehmare permit măsurarea frecvenței tranzițiilor cu o înaltă precizie, permit studiul structurii liniilor și împing puterea de separare a metodelor optice pînă la $10^{11} - 10^{12}$.

Difuzia radiației laser în plasmă. În ultimii 10—15 ani observarea luminii difuzate în plasmă a devenit o metodă larg răspîndită de diagnosticare a plasmelor. Un important avantaj al acestei metode constă în faptul că, focalizînd radiația laser într-un volum mic, se pot obține valori locale ale parametrilor plasmelor.

Într-o plasmă de densitate relativ scăzută difuzia se produce pe electronii liberi (difuzia Thompson). În acest caz, din conturul liniei radiației difuzate se poate determina nu numai temperatura electronilor, T_e , ci și funcția lor

de distribuție după viteze. Energia radiației difuzivă, însumată pe contur, este proporțională cu concentrația electronică. Într-o plasmă densă difuzia se produce pe fluctuațiile densității electronice (difuzia colectivă). În acest caz din spectrul de difuzie se pot determina frecvențele vibrațiilor plasmei, iar din lărgimea vârfului central (ionic), temperatura ionilor, T_i .

Pentru observarea difuziei se poate folosi radiația laser de orice lungime de undă. Înșă secțiunea de difuzie a radiației pe electroni este foarte mică ($\sigma_e = 6,6 \cdot 10^{-25} \text{ cm}^2$), ceea ce impune niște condiții stricte față de energie și față de puterea laserilor folosiți pentru diagnosticarea plasmei. În majoritatea lucrărilor se utilizează laseri cu rubin, pulsați.

Folosirea laserilor cu coloranți a permis să se observe fluorescența de rezonanță și, din conturul liniei studiate, să se măsoare temperatura ionică. Experimente de acest gen au fost efectuate cu o plasmă care conținea impurități de atomi de bariu, ai cărei ion au linii de absorbție care se află în domeniul vizibil al spectrului [15.19].

S-a observat, de asemenea, o difuzie de rezonanță în cazul absorbției luminii de către atomii de heliu excitați, care ocupă nivele metastabile. Laserul acordabil a făcut posibilă măsurarea pe o întreagă serie de linii, iar din lărgirea Stark a liniei de 4471 Å ($4d^3D \rightarrow 2p^3P$), a cărei semilărgime (corectată de lărgimea Doppler) era de $0,04 \text{ Å}$, s-a determinat o concentrație a electronilor, $N_e \approx 3 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ [15.20].

BIBLIOGRAFIE

PREFATA ȘI INTRODUCEREA

1. S. I. Ios, *Tehnica spektroskopiei*, Izd-vo LCU, 1936.
2. D. Garrison, R. Lord, D. L. Harkov, *Praktičeskii i spektroskopii*, II, 1950.
3. H. Sotter, *Experimentsale spektroskopie*, II, 1958.
4. K. I. Larasov, *Spektralnye pribori*, „Mašinstroenie“, 1968.
5. I. M. Naghabina, V. K. Prokofiev, *Spektralnye pribori i fizika spektrov*, „Mašinstroenie“, 1967.
6. A. S. Toporel, *Monohromatori*, Gostehizdat, 1955.
7. I. V. Peisahson, *Optika spektralnih priborov*, „Mašinstroenie“, 1975.
8. L. N. Gorohovski, T. M. Levenberg, *Obščie sushčivostnii*, „Iskusstvo“, 1963.
9. L. N. Gorohovski, *Spektroline vsloznenia fotograficeskogo umnožitel*, Gostehizdat, 1957.
10. N. O. Ceeck, S. M. Fainstein, T. M. Lifsit, *Electronnie umnožiteli*, Gostehizdat, 1957.
11. N. A. Soboleva, J. G. Berkovski, N. O. Ceeck, R. E. Laisov, *Fotoelektricheskie pribori*, Nauka, 1966.
12. V. K. Prokofiev, *Fotograficeskie metody kollektivnogo spektralnogo analiza molotov i spirov*, c. I i II, Gostehizdat, 1951.
13. A. N. Zaidel, N. L. Kaliteevski, I. V. Lapis, M. P. Ceatka, *Emissonnii spektralni analiz atomnih materialov*, Fizmatgiz, 1960.
14. V. M. Ciulanovski, *Vvedenie v molchadorno spektralni analiz*, Gostehizdat, 1951.
15. B. V. Lvov, *Atomno-absorbcionnii spektralni analiz*, „Nauka“, 1966.
16. O. P. Bocikova, E. I. Šreider, *Spektralni analiz gazovih smesi*, Fizmatgiz, 1963.
17. J. Lakont, *Infrakrasnoe izlucenie*, Fizmatgiz, 1958.
18. H. Smut, P. Djons, R. Cesmer, *Obnaruženie i izmerenie infrakrasnogo izlucenija*, II, 1950.
19. I. Sol, I. Marfan, M. Mianš, P. Torcl, I. Kendač, *Primenenie infrakrasnogo izlucenija*, Nauka, 1966.
20. A. N. Zaidel, E. I. Šreider, *Spektroskopija vakuumnogo ultrafioleta*, Fizmatgiz, 1967.
21. I. V. Korolev, *Spektroskopija visokoi rezolucijnoi sili*, Gostehizdat, 1955.
22. S. Tolanski, *Spektroskopija visokoi rezolucijnoi sili*, II, 1955.
23. I. V. Skokov, *Mnogolucetie interferometrii*, „Mašinstroenie“, 1960.
24. I. Brandmüller, G. Mozer, *Vvedenie v spektroskopiju kombinirovanogo rassvetlenija sveta*, „Mir“, 1964.
25. *Luminescentni analiz*, pod red. M. A. Konstantinova-Slezingher, Fizmatgiz, 1961.
26. S. G. Hautian, „U.F.N.“, 66, 475 (1958).
27. L. A. Halfin, „Opt. i spekt.“, 26, 1065 (1959).
28. G. G. Petras, „Trudi IAN“, im. P. N. Lebedeva, 27, 3 (1964).
29. L. A. Halfin, „D.A.N. S.S.S.R.“, 122, 1007 (1958).

CAPITOLUL 1

- 1.1. G. G. Skusarev, *Geometrieskaja optika*, Izd-vo AN SSSR, 1949.
 - 1.2. C. C. Baty, *Spectroscopy*, London, v. 1, 1924.
 - 1.3. H. Kayser, *Handbuch der Spektroskopie*, B. 1, 1900.
 - 1.4. V. N. Ciurilavski, *Teoria opticeskikh priborov*, „Mašinstroenie“, 1968.
- V. și [1], [6].

CAPITOLUL 2

21. G. W. Stroke, in *Handbuch der Physik*, B 26, S. 426, Berlin, 1957.
22. G. W. Stroke, „Progress in Optics”, 2, 3 (1964).
23. P. M. Gerasimov, I. A. Tel'evskii, S. S. Naumov, S. N. Smirskii, S. V. Nosenkov, „Opt. i spekt.", 4, 777 (1958).
24. I. I. Ostrovskii, *Golografia i ee primeneniya*, „Nauka”, 1973.
25. T. A. Shankoff, R. K. Curran, „Appl. Phys. Lett.”, 13, 259 (1968).
26. J. Corbelle et al., „Nouv. Rev. d'Optique applique”, 1, 140 (1970).

CAPITOLUL 3

- 3.1. W. G. Lasker, „J. Quant. Spectr. Phys. Trans.", **3**, 507 (1963).
 - 3.2. K. D. Mielenz, „J.O.S.A.", **57**, 66, 1967.
 - 3.3. P. H. van Cittert, „Z. Phys.", **69**, 236 (1931).
 - 3.4. L. V. Smirnov, „J.T.P.", **21**, 1486 (1951).
 - 3.5. P. Jakino, „U.F.N.", **78**, 123 (1962).
 - 3.6. B. A. Kiselev, P. F. Parson, „Opt. i spekt.", **17**, 940 (1964).
 - 3.7. W. Eckhardt, „Z. Phys.", **159**, 405 (1960).
- V. gđ [1], [2], [3], [6], [7], [13].

CAPITOLUL 4

- 4.1. D. D. Maksutov, *Izgotovlenie i issledovanie astronomicheskoi optiki*, OGIZ, 1948.
- 4.2. G. G. Shusarev, *Metodi raspisla opticheskikh sistem*, „Masinostroenie“, 1969.
- 4.3. *Spravochnik konstruktora optiko-mechanicheskikh priborov* (pod red. M. I. Krugera i V. A. Panova), Mashgiz, 1963.
- 4.4. D. L. Garret, J. D. Purcell, R. Tousey, „Appl. Opt.“, 1, 726 (1962).
V. și [4] și [6].

CAPITOLUL 5

- 5.1 F. Preuss, *Handb. d. Berg- u. Hüttenw.*, Mineral und Petrogr., 4, 193 (1954).
- 5.2 M. Born, L. Wolf, *Geotekhnika*, „Nauka“, 1970.
- 5.3 M. Friedman, S. Shaski, *Kogrentnaya optika*, „Nauka“, 1967.
- 5.4 N. S. Kapron, *Kubokera na optika*, „Miz“, 1969.
- 5.5 V. B. Vrublev, D. K. Saltarov, *Optika i spektroskopiya*, 1, „Mestnoststroeni“, 1969.
- 5.6 I. I. Ostrovskiy, *Vestnik vsesoyuzn. nauch. ts. „Doklady i teoret. fizika“*, no. 16 za 1962 g.
- 5.7 V. S. [1], [2], [3], [4], [5], [12], [13], [20], [21], [14].

CAPITOLUL 6.

- $\sigma_1 = 1$ (Frequency, TRANS = 44, 50.5 (11.1))
 $\sigma_2 = 1$ (Frequency, Properties, TRANS = 27, 27 (100))
 $\sigma_3 = 1$ (Frequency, Properties, TRANS = 3, 17.2 (150.7))
 $\sigma_4 = 1$ (Frequency, Properties, TRANS = 19, 25.1 (11.08))

- 6.7. P. Jacquinot, Ch. Dufour, „J. Rech. cent. Nat. Rech. Scient.", 1, 91 (1968).
- 6.8. G. M. Matkov, A. I. Riskin, „Opt. i spekt.", 17, 700 (1964); G. M. Matkov, A. I. Riskin, „Opt. i spekt.", 5, 288 (1963).
- 6.9. I. Kvalzenstein, „Appl. Opt.", 4, 233 (1965).
- 6.10. Ch. Dufour, „Ann. de Phys.", 6, 5 (1971).
- 6.11. A. G. Jizhelski, A. N. Zaidel, G. G. Kvard, „Opt. i spekt.", 10, 792 (1964).
- 6.12. P. Connes, „Rev. Opt.", 35, 67 (1956).
- 6.13. P. Connes, „J. Phys. Rad.", 19, 262 (1958).
- 6.14. M. Hercher, „Appl. Opt.", 7, 951 (1968).
- 6.15. V. 50 [1], [5], [21], [22], [23], [34].

CAPITOLUL 7

- 7.1. *Uspeli nauchnoi fotografii*, IL, XI, IX.
- 7.2. *High Speed Photography* Proc. of the 8th Int. Congress Stockholm, 1968.
- 7.3. *Vysokoskorostnaya i nefotosemka v nauke i tehnikе*, IL, 1965.
- 7.4. I. Ekkart, *Elektronno-opticheskie preobrazovateli izobrazheni i usiliteli rentgenovskogo izobrazhenia*, Gosenergoizdat, 1961.
- 7.5. P. V. Šceglov, *Elektronnaja teleskopija*, Fizmatgiz, 1963.
- 7.6. „Adv. in Electronics and Electr. Phys.", vv. XII, 1960; XVI, 1962; 22 B, 1966.
- 7.7. I. E. Nesterihin, R. I. Solouhin, *Metodi skorostnih izmerenii v gazodinamike i fizike plazmy*, „Nauka", 1967.
- 7.8. M. M. Butslov, A. G. Plahov, V. V. Šapkin, „Opt. i spekt.", 12, 419 (1962).
- 7.9. M. M. Butslov, A. G. Plahov, V. V. Šapkin, N. M. Iasin, „Opt. i spekt.", 16, 329 (1964).
- 7.10. E. K. Zavoisky, S. D. Fanchenko, „Appl. Opt.", 4, 1153 (1965).
- 7.11. B. G. Podlaskin, A. I. Riskin, „Tehnika kino i televidenia", nr. 5, 50 (1964).
- 7.12. D. I. Baker, A. I. Steed, „Appl. Opt.", 7, 2190 (1968).
- 7.13. S. A. Jonson, W. M. Fairbank, A. L. Schawlow, „Appl. Opt.", 10, 2259 (1971).
- 7.14. M. M. Gurevici, K. L. Koleadin, „OMP", nr. 6, 31 (1961).
- 7.15. P. English, M. G. W. Dingle, „J. Scient. Instr.", 43, 121 (1966).
- 7.16. Ch. H. Church, L. Gampel, „Appl. Opt.", 5, 241 (1966).
- 7.17. N. G. Deacenko, „Opt. i spekt.", 8, 398 (1960).
- 7.18. A. A. Bessaposhkov, I. H. Kacuberna, T. S. Malinkaova, N. S. Simonova, „PTI", nr. 4, 170 (1965).
- 7.19. M. M. Butslov, V. S. Komolinkov, I. E. Nesterihin, „Uspeli nauchnoi fotografii", 7, 72 (1964).
- 7.20. D. Stenhaus, H. Grosswhite, G. Duke, „Spectrochim. Acta", 5, 436 (1950); „JOSA", 41, 299 (1951).
- 7.21. S. Brodersen, „JOSA", 43, 1216 (1953).
- 7.22. O. D. Dmitrievska, V. A. Nikitin, „OMP", nr. 4, 9 (1957); O. D. Dmitrievska, B. S. Neporent, V. A. Nikitin, „UPN", 64, 447 (1958).
- 7.23. A. S. Dubovik, *Fotografueskaja registratsia vlastnykh i vnesenno professov*, izd. 2., „Nauka", 1975.
- 7.24. S. G. Grenishin, I. P. Šepetkin, S. G. Andrianov, R. A. Lala, „OMN", nr. 1 (1961).
- 7.25. N. M. Rykova, *Fotoelektricheskie uveliceni i poluprovodnikovye*, Fizmatgiz, 1963.
- 7.26. A. Bardocz, „Spectrochim. Acta", 5, 397 (1953); 7, 307, 258 (1955).
- 7.27. G. P. Katis, N. A. Kraylov, I. N. Gerkov, S. M. Kenovalov, *Modulirovanie opticheskogo izlucheniia*, „Nauka", 1967.
- 7.28. I. F. Balasov, M. P. Vanlukov, V. R. Muratov, E. V. Nilov, „Opt. i spekt.", 10, 640 (1964).
- 7.29. G. D. Salamandra, *Vysokoskorostnaja senka glitsera-metodom*, „Nauka", 1965.
- 7.30. I. I. Komissarova, G. B. Ostrovskaja, T. I. Galidze, „Opt. i spekt.", 6, 11 (1967).
- 7.31. S. P. Zagorodnikov, G. E. Smolkin, G. V. Solov, „Opt. i spekt.", 45, 1850 (1963).
- 7.32. I. D. Harrington, *Proc. of 5th Intern. Congress on High Speed Photogr.*, N. Y., 1962, p. 272.
- 7.33. G. G. Miln, T. L. Putman, Z. Stadenmajer, „University of Rochester", July, 31 (1963).
- 7.34. S. G. Grenishin, A. S. Dubovik, P. V. Kovshov, G. P. Hynashin, S. N. Sidorov, *Proc. of the 8th Int. Congress of High Speed Photogr.*, Stockholm, 1968, p. 186.

7.35. S. G. Gerasimov, B. A. Egeev, A. N. Kolomojcov, tam je, p. 102.

7.36. A. N. Zabel, G. M. Mahsev, A. B. Berezin, G. F. Razdobratov, JETP, 30, 1437 (1960).

CAPITOLUL 8

- 8.1. *Infraeroasă spectroskopia visakogo razreşenia* Sb. pod. red. G. N. Jipina, „Mir”, 1972.
 - 8.2. P. Connes, „Opt. Acta”, 4, 136 (1957).
 - 8.3. P. Jacquinet, „Report on Prog. Phys.”, 23, 287 (1960).
 - 8.4. V. M. Arlupov, G. A. Ievlev, B. A. Kiselev, S. P. Rozov, „OMP”, nr. 11, 21 (1966).
 - 8.5. A. Girard, „Appl. Opt.”, 2, 79 (1963).
 - 8.6. P. Connes, „Sci. Amer.”, 219, 72 (1968).
 - 8.7. B. A. Kiselev, I. D. Puskov, „OMP”, nr. 8, 33 (1966).
 - 8.8. I. Merç, *Integralne preobrazovanija v optike*, „Mir”, 1969.
 - 8.9. I. P. Petrov, B. N. Grečuşnikov, „Opt. i spektr”, 19, 151 (1965).
 - 8.10. G. W. Stroke, A. T. Finkhouser, „Phys. Lett.”, 6, 272 (1965).
 - 8.11. N. J. A. Sloane, „Appl. Opt.”, 8, 2104 (1969).
 - 8.12. J. A. Decker, Jr., M. Harwit, „Appl. Opt.”, 8, 2552 (1969).
 - 8.13. J. A. Decker, Jr., „Opt. Spectra”, 4 (4), 45 (1970).
 - 8.14. G. Dj. Razzer, *Kombinacionaia matematika*, „Mir”, 1966.
 - 8.15. P. Hansen, J. Strong, „Appl. Opt.”, 11, 502 (1972).
- V. şi [4], [5] şi [3.4]

CAPITOLUL 9

- 9.1. *Katalog svetnogo stekla*, „Maşinostroenie”, 1967.
- 9.2. V. A. Ghinzburg, *Svetofiltr*, ONTI, 1956.
- 9.3. V. A. Faas, *Svetofiltri*, kinofotoizdat, 1936.
- 9.4. A. Meier, L. Zeitt, *Ultrafioletovoe izlucenie*, IL, 1952.
- 9.5. K. A. Ingersoll, „Appl. Opt.”, 11, 2473 (1972); 12, 1394 (1973).
- 9.6. V. A. Rosleakova, A. M. Finkelstein, *Materiati X Vsesoiuznogo sovesćaniia po spektroskopii*, t. I, 1957, str. 352.
- 9.7. R. Vud, *Optika*, ONTI, 1936.
- 9.8. W. R. Brade, *Chemical Spectroscopy*, N. Y., 1943.
- 9.9. A. M. Robinson, T. Oventon, „Analyst”, 76, 416 (1951).
- 9.10. I. Moss, *Opticheskie svoistva poluprovodnikov*, IL, 1961.
- 9.11. I. A. Vozniakov, B. N. Grečuşnikov, G. I. Distler, I. P. Petrov, *Opticheskie materioli dlia infrakrasnoi tekhniki*, „Nauka”, 1965.
- 9.12. G. A. Razdobratov, *Optika i teoreticheskie pokrety*, Fizmatgiz, 1972.
- 9.13. K. Fraustov, „A. A. de Phys.” (5 Fevrie) 31, 413, 1938.
- 9.14. S. B. Joffe, I. A. Smernova, „Opt. i spektr”, 22, 288 (1967); 23, 115 (1967).
- 9.15. A. A. Bogrist, G. A. Vozniakov, A. N. Zabel, A. A. Petrov, *Materioli X Vsesoiuznogo sovesćaniia po spektroskopii*, t. II, 1958, str. 207.
- 9.16. D. Strong, *Tekhnika fiziceskogo eksperimenta*, Lenizdat, 1948.
- 9.17. I. Angerer, *Tekhnika fiziceskogo eksperimenta*, Fizmatgiz, 1962.
- 9.18. I. Seckhoff, *Tekhnologičeskaia opt.*, „Mir”, 1965.

CAPITOLUL 10

- 10.1. *Diagnostika plazmi*, „Mir”, 1967.
- 10.2. G. Grem, *Spektroskopia plazmi*, Atomizdat, 1969.
- 10.3. A. Unzold, *Fizika zvezdnoj atmosfer*, IL, 1949.

- 10.1. Momeni i mola, *soveti po fizike*, „Mir“, 1964.
- 10.5. I. B. Zeldovici, I. P. Raizer, *Fizika plazmaticheskogo razlada pri nizkikh temperaturakh*, „Nauka“, 1966.
- 10.6. S. I. L'vov, *Opticheskie volny i laser*, 1963.
- 10.7. M. A. Leisov, *Atmosfera natsionalnogo spektroskopicheskogo tsentra*, 1962.
- 10.8. G. R. Ryb, *Opticheskie generatory*, GIL, 1944.
- 10.9. A. Meier, I. Z. Al, *Ultrashortwavelengths*, IL, 1952.
- 10.10. D. Chittoge, *Ann. de Phys.*, 1, 123 (1931).
- 10.11. S. I. L'vov, I. P. Sosolkin, „Opt. i spekt.", IL, 689 (1961).
- 10.12. S. I. L'vov, „Izvestiya optiki i opticheskoi fiziki", 3, 173 (1965).
- 10.13. G. M. Kiselev, L. Menko, *Vvedenie v fiziku i teorii ssosnogo i morskogo resheniya*, „Mir“, 1968.
- 10.14. I. P. Lyubasenko, G. V. Ostrovskaya, „JIL", 40, 1967 (1970).
- 10.15. N. A. Koptev, *Elektricheskie volny i svetovye paki*, Gostekhizdat, 1960.
- 10.16. A. P. Ivanov, *Elektricheskie volny i svetovye paki*, Gostekhizdat, 1955.
- 10.17. H. Krotz, I. Rosler, A. Rottmann, *Z. Techn. Phys.*, 18, 20 (1967).
- 10.18. M. I. Lipshits, *Spektralnye svoystva i nelineynyye efekty*, „Energhia", 1970.
- 10.19. N. S. Syntikh, *Vvedenie v teoriyu ssosnogo i morskogo resheniya*, Gostekhizdat, 1961.
- 10.20. A. S. Korotkov, A. M. Korostnikov, V. V. Koba, M. A. Lomovtsev, V. A. Kulevalov, B. V. G. Oznov, *Generatory plazmenno-temperaturnoi plazmy*, „Nauka", 1969.
- 10.21. S. N. Ginz, A. P. Melnik, A. D. Parshenko, *Plazma v khimicheskoi tekhnologii*, Kiev, 1969.
- 10.22. I. P. Raizer, *Pisma „JETP"*, 11, 195 (1970).
- 10.23. N. A. Generalov, V. P. Zimakov, G. I. Kozlov, V. A. Masiukov, I. P. Raizer, *Pisma „JLIL"*, 11, 447 (1970).
- 10.24. B. I. Moskalev, *Razreshenie s polim katodom*, „Energhia", 1969.
- 10.25. A. G. Jiginski, V. I. Noskov, „Vestnik LGU", nr. 10, 34 (1967).
- 10.26. Kvantovaya elektronika, „Sovetskaya eniklopediya", 1969.
- 10.27. L. Allen, D. Djons, *Osnovy fiziki gazovoi lazery*, „Nauka", 1970.
- 10.28. A. L. Mikaelian, M. L. Ter-Mikaelian, I. G. Turkov, *Opticheskie generatory na tverdom tele*, „Sov. radio", 1970.
- 10.29. B. R. Belostolki, I. V. Liubavski, V. M. Ovtinikov, *Osnovy lazernoi tekhniki*, „Sov. radio", 1972.
- 10.30. B. I. Stepanov, A. N. Rubinov, „UFN", 95, 45 (1968).
- 10.31. V. S. Letohov, S. L. Mandelstam, „Vestnik AN SSSR", nr. 3, 40 (1971).
- 10.32. M. M. Leiko, V. A. Mostovnikov, V. S. Motkin, A. N. Rubinov, „PTE" nr. 3, 201 (1972).
- 10.33. V. K. Bazarov, *Poluprovodnikovye lazery i ikh primeneniye*, „Energhia", 1969.
- 10.34. S. Bashkin, „Appl. Opt.", 7, 2341 (1968).

CAPITOLUL 11

- 11.1. N. R. Batarelukova, *Nomoc opredeleniya tipla*, Gos. komitet standardov, mer i izm. priborov SSSR, 1961.
- 11.2. B. Edlen, „Trans. IAU", 12A, 137 (1955).
- 11.3. B. Edlen, „Trans. IAU", 10, 211 (1950).
- 11.4. B. Edlen, *The History and Present State of Wavelengths Stand: Vol. Jubilee to the Honour of Alfred Kastler*, Press. Univ., Paris, 1969.
- 11.5. W. F. Meggers, R. W. Stanley, „J. Res. Bur. of Stand.", 61, 95 (1958).
- 11.6. A. Davison, R. W. Stanley, A. Jaccottet, „Trans. IAU" 11A, 97 (1962).
- 11.7. B. Edlen, „JOSA", 43, 339 (1953).
- 11.8. C. D. Coleman, W. R. Bozman, W. F. Meggers, *Table of Wavenumbers*, v. I, 1960.
V. 1 [1], [2], [3], [4], [7], [20]

TABELE ȘI ATLAȘE DE LINII SPECTRALE

- 11.9. V. N. Zeld, V. K. Prokopen, S. M. Ratski, V. A. Slavali, E. I. Šreuler, *Tablitsi spektralnih lini*, „Nauka”, 1969.
- 11.10. A. B. Striganov, N. S. Sventitski, *Tablitsi spektralnih lini neutralnih i ionizovanih atoma*, Atomizdat, 1966.
- 11.11. S. K. Kalinin, V. L. Marzuvanov, *Atlas spektra železa, 3718—9739 Å*, Alma-Ata, 1954.
- 11.12. S. K. Kalinin, V. L. Marzuvanov, F. F. Iam, *Spektralnye linii dlya analiza mineralnykh vzorov*, Izd-vo AN Kaz. SSR, 1957.
- 11.13. S. K. Kalinin, S. M. Muhtarov, V. L. Marzuvanov, *Atlas dugonogo spektra železa*, „Mašinstroenie”, 1965.

CAPITOLUL 12

- 12.1. *Svoistva fotograficheskikh materialov na prosvetlennoi podložke*, pod red. I. N. Gorohovskogo i S. S. Ghalcva, Gostehizdat, 1955.
- 12.2. I. N. Gorohovski, V. P. Baranova, *Svoistva černo belih fotograficheskikh plovok*, „Nauka”, 1970.
- 12.3. P. Bellghett, *Issledovanie porumkov izobraženija*, v en. Nastavščice i budščice teleskopov umernogo razmera, II, 1960, str. 57—87.
- 12.4. O. A. Grigorieva, A. G. Jiginsk, v sb. *Nekotore naprosi spektralnogo analiza*, LENTP, 1968.
- 12.5. L. I. Bokinik, *Optičeskaja sensibilizacija*, „Iskusstvo”, 1937.
- 12.6. V. P. Mikulin, *Fotorecepturnii spravočnik*, „Iskusstvo”, 1958.
- 12.7. I. V. Podmosenski, V. M. Selimova, OMP, nr. 1, 49 (1960).
- 12.8. J. Junkes, W. Salpeter, „Metallurgia Italiana”, 49, 425 (1957).
- 12.9. V. P. Koronkevič, E. B. Kolesova, „Opt. i spektr.”, 10, 268 (1961).
- 12.10. L. V. Sokolova, „Zaved. lab.”, 30, 50 (1964).
- 12.11. S. I. Lukšanov, *Fotoelementy*, Izd-vo AN SSSR, 1948.
- 12.12. I. I. Anisimova, B. M. Gluhovskoi, *Fotoelektronnie umnožiteli*, „Sov. radio”, 1974.
- 12.13. L. I. Antonov, V. I. Iln, E. A. Kolenko, I. V. Petrovski, A. I. Smirnov, *Ustroistva dlia obloženija priemnikov izlučenia*, „Mašinstroenie”, 1969.
- 12.14. A. N. Perlov, A. N. Pisarevski, *Fotoelektronnie kharakteristiki IET i ih primenenie*, Atomizdat, 1971.
- 12.15. P. H. Wendaland, *Electronics*, 44, nr. 11, 50 (1971).
- 12.16. P. P. Webb, R. J. McIntyre, „Bull. Amer. Phys. Soc.”, Ser. 11, 15, 813 (1970).
- 12.17. A. M. Bona-Brucevič, *Radioelektronika v eksperimentalnoi fizike*, „Nauka”, 1966.
- 12.18. V. A. Slavali, I. S. Abramson, *Problemi spektralnogo analiza*, Materiali seminaru nr. 1, MI NTP, Moskva, 1984, str. 19.

CAPITOLUL 13

- 13.1. G. V. Ostrovskaya, V. N. Zaidel, „Fizik. List.”, 26A, 303 (1968).
- 13.2. Tj. Hebaender, B. J. Jansen, J. I. Plaat, G. Alkemade, „J. Quant. Spectr.”, 10, 1361 (1970).
- 13.3. I. I. Ostrovski, N. P. Panka, „Opt. i spektr.”, 11, 3 (1961).
- 13.4. R. F. Holmg, D. A. Kramer, „JCA Rev.”, 30, 285 (1969).
- 13.5. V. S. Veselovski, I. V. Šmanenkov, F. V. Nosacov, *Nagrevatelnye pribori v laboratornoi fizike*, Gostehizdat, 1951.
- 13.6. A. Gheldori, *Spektroskopija plamen*, II, 1959.
- 13.7. N. S. Pečakov, *Metodi analiza po fotometrii plamen*, Gosthizdat, 1959.
- 13.8. J. Barriel Marti, H. Gonzalez Munos, *Fotometrija plamen*, II, 1962.

139. A. Gheiden, *Udarana truba v plazmeskoj fizike visokih temperatur*, „Mir“, 1968.
140. I. I. Stuporenko, S. Iosev, A. Osipov, *Relaksacionnye procesy v udarnom plazme*, „Nauka“, 1969.
141. I. I. Korovin, V. V. Kuchanov, „Zavod. lab.“, 36, 1058 (1970).

CAPITOLUL 14

- 14.1. D. S. Rojdestvenski, *Raboti po anomalnoi dispersii v parakh metallov*, Izd-vo AN SSSR, 1951.
- 14.2. I. I. Ostrovski, N. P. Petkin, „Opt. i spektr.“, 5, 345 (1968).
- 14.3. A. J. Moses, *Optical Materials Properties*, IFI/Plenum, N.Y., 1971.
- 14.4. G. K. Tumakay, V. R. Lazovskaja, v sb. *Aerofizicheskie issledovaniya spetsialnykh teorii*, „Nauka“, 1967.
- 14.5. I. P. Yavor, Yu. L. Sirov, „Phys. Lett.“, 39A, 109 (1972).
- 14.6. *Fizicheskie izmereniya v gazovoi dinamike i pri goreni*, pod red. R. I. Iadenburga, 11, 1957.
- 14.7. A. M. Suhtin, v sb. *Spektroskopija gazorazrednoi plazmy*, pod red. S. I. Irsaa, „Nauka“, 1970, str. 110.
- 14.8. A. M. Suhtin, „Opt. i spektr.“, 10, 436 (1961).
- 14.9. I. I. Ostrovski, „OMP“, nr. 11, 35 (1962).
- 14.10. G. P. Startev, „DAN SSSR“, 96, 1182 (1954).

CAPITOLUL 15

- 15.1. B. I. Stepanov, A. N. Rubinov, „UFN“, 95, 45 (1968).
- 15.2. E. B. Dunning, E. D. Stokes, R. F. Stebbing, „Opt. Comm.“, 6, 63, (1972).
- 15.3. A. K. Rusanov, *Osnobi kolichestvennogo spektralnogo analiza rad i mineralov*, „Nedra“, 1971.
- 15.4. M. B. Denton, H. V. Malmstadt, „Appl. Phys. Lett.“, 18, 485 (1971).
- 15.5. M. R. Bowman, A. J. Gibson, M. C. W. Sandford, „Nature“, 221, 457 (1969).
- 15.6. A. J. Gibson, M. C. W. Sandford, „Nature“, 239, 511 (1972).
- 15.7. N. C. Peterson et al., „J. Opt. Soc. Am.“, 61, 746 (1971).
- 15.8. R. A. Keller, E. F. Zalewski, N. C. Peterson, „J. Opt. Soc. Am.“, 62, 319 (1972).
- 15.9. T. Ghilson, P. Hendra, *Lazernaja spektroskopija v himii*, „Mir“, 1973.
- 15.10. K. A. Bismuhamotov, V. M. Klementev, V. P. Cebotaev, *Kvantovaja elektronika*, 2, 489 (1975).
- 15.11. H. Schieder, H. Walther, L. Wöste, „Opt. Comm.“, 5, 337 (1972).
- 15.12. R. E. Grove et al., „Phys. Lett.“, 23, 442 (1973).
- 15.13. V. S. Letohov, V. P. Cebotaev, *Prinzipy nelineinnoi lazernoi spektroskopii*, „Nauka“, 1975.
- 15.14. V. S. Letohov, V. P. Cebotaev, „UFN“, 113, 385 (1974).
- 15.15. V. S. Letohov, V. P. Cebotaev, Pisma k „JETP“, 9, 364 (1969).
- 15.16. O. N. Kompaneev, V. S. Letohov, „JETP“, 62, 1302 (1972).
- 15.17. G. M. Malisev, „JTF“, 35, 2129 (1965).
- 15.18. G. M. Malisev, G. T. Razdolarin, v sb. *Diagnostika plazmy*, cl. III, Atomizdat, 1973, str. 177.
- 15.19. D. Dimock, E. Hinnov, L. C. Jonson, „Phys. Fluids“, 12, 1730 (1969).
- 15.20. C. F. Burrell, H. J. Kunze, „Phys. Rev. Lett.“, 28, 1 (1972).

INDEX

- Absorbție totală 189
 Aerul și cu ceară și apă 154
 Acuratețea separării spectrului 258
 Amplificator electrono-optic 217
 Amplificatori de lumină 214-217
 Aparat de măsură 325, 326
 — spectrale 75, 109
 — —, astigmatismul și curbarea liniilor 81, 82
 — —, clasificarea 73-75, 212-214
 — —, elemente constructive 109-116
 — — cu modulație selectivă 234-252
 — — cu rezoluție temporală 211-213
 — — vizuale 117
 Apodizare 239
 Arc 298
 — de curent alternativ 302
 — Pfund 318
 Astigmatismul prisme 39, 40, 42
 rețelei 64, 65, 81
 Atenuator în trepte 344-346
 Aureole 341
 Autoabsorbție 298

 Calitatea aparatelor spectrale 104
 Caracteristicile spectrale ale fotocolorizor 360
 Catod cavitate 309
 Celulă Kerr 227
 Celule fotoelectrice 158-161
 coaxiale 160
 Cerenkov lui Rowland 62, 63
 Clasificarea spectrală a materialelor fotosensibile 118
 Coeficient de absorbție 30, 189, 254-378, 393
 de emisie secundară 381
 integral de absorbție 379
 de largire a liniei 223
 de reflexie 37, 99, 193, 255, 414
 Comparator 325
 Condensator cilindric 159
 din oglinzi 155
 raster 161
 sferocilindric 159
 dintr-o singură lentilă 154
 — cu trei lentile 160
 Considerarea fondului 354
 Construcția lui Sirks 82
 Contori de fotoni 358, 360
 Contur de Caspers 296
 Doppler 295-297
 Instrumental 12, 12-18
 de difracție 14
 — de plan paralel 14
 influența temperaturii 1-18, 296
 , largirea 14
 — — al rețelei de difracție 52-56
 — — trapezoidal 74
 — — triunghiular 74
 Corp negru absolut 286
 Criteriile de comparare a aparatelor spectrale 1-4
 — de focalizare optimă 169
 Criteriul Rayleigh pentru puterea de separare 23, 86
 Cuantometru 75, 142
 Cuptoare 402
 Cuptor King 404
 Curbarea liniei spectrale 41-43, 59-61, 81-83
 Curbă caracteristică de înnegrire 333
 de creștere 295
 — Gauss 222
 Curbele de saturație ale vaporilor elementelor 399-401
 Cuve 396

 Densitate de înnegrire a stratului fotografic 332, 333
 optică 253
 Deplasarea datorată temperaturii și defocalizare a liniei spectrale 105-108
 Descărcare de înaltă frecvență 307
 luminescență 306
 Diafragmă Hartmann 116
 în trepte 346
 a lui Hansen 347
 Difuzie a luminii într-un aparat 102, 103, 191-202
 monocromatică 391
 neselectivă a luminii într-un aparat 391
 a radiației laser 433
 Dispersie 83
 anomală 403-424
 inversă 84, 85
 normală 83, 84
 normală 84
 — a prismei 30
 a unui sistem de prisme 31

a fantei cu o suprafață intrinsecă spațială 149 - 151
 cu suprafață 148
 cu ajutorul unui condensator cu oglinzi 155
 format dintr-o singură lentilă 154
 necoerență a fantei 152
 cu formă într-un spectru 157
 Inele de esali înclinate 189
 Interstate 19
 a linilor spectrale 10, 294
 renanță 378, 394
 Interferență cu două brațe 41
 Fabry-Perot (vezi etalon Fabry-Perot)
 Jamin 413
 Mach-Zehnder 414
 Michelson 176, 211, 411
 Rojdestvenski 413 - 415
 Interpolare liniei 523
 cu ajutorul unei porțiuni de parabolă 324
 Ineromente 281
 Izopace 334

 Incandare a suprafeței focale 77
 Înregistrare fotoelectrică 117 - 14,
 a radiației care se propagă prin etalonul
 Fabry-Perot 392, 393
 a spectrohologramelor 250
 — fotografică a unui spectru 321 - 375
 în spectroscopia Fourier 247, 248
 a proceselor foarte rapide 203 - 205,
 211 - 233
 Înregistrator fotografic cu lambe 231

 Lama Lummer 177 - 180
 Lampă cu descărcare în gaz Engellhard 316
 - cu hidrogen 288
 - de rezonanță 311
 - cu xenon 404
 Laseri 311, 425 - 427
 —, aplicații analitice 427 - 430
 - cu coloranți organici 426
 - cu corp solid, cu gaz, cu lichid 312
 - cu frecvență acordabilă 425 - 427
 Latitudine a emulsiei 333
 Lămpi cu arc, cu mercur 300, 301
 - cu descărcare în gaz 284 - 286
 - — — pentru excitarea spectrului ^{84}Kr 316
 sub formă de balon 308
 Lărgime echivalentă a unei linii 380
 fantei, legătura cu puterea de separare 87
 —, punerea la punct 106
 liniilor spectrale 16, 17, 295, 296
 reală a liniilor spectrale 295, 296
 - spectrului a fantei 94, 94
 Lărgirea liniilor 222
 - — în catodul cilindric 309
 - neuniformă a liniilor 431 - 434
 - Stark a liniilor 294
 - uniformă a liniilor 431
 Legea de absorbție a lui Bouguer-Lambert 35,
 378
 - Bunsen-Hoscoe 331
 - de distribuție Maxwell 294
 - lui Kirchhoff 280

Limită de separare 23
 Limită de absorbție 378, 379
 - calculul arapilor 379
 - corinții 378 - 379
 - funcția echivalentă 38,
 - profunzimea a 378 - 380
 Limită de etalon a lui Fabry-Perot 184, 195
 ster 209
 geometrică 92
 - legătura cu puterea de separare a microscopului 95, 96
 a monocromatorului 92 - 93
 a spectrografului 94, 97

 Mărci de Koenigse 344
 Mădrea aparatelor spectrale 70 - 81
 Măsurarea fotocurenților 74
 holografică a absorbției 377
 — înregistrării 347
 — lungimilor de undă 322
 Măsurători absolute ale straturilor 357
 fotoelectrice vizuale 341
 Metoda acumulării 212
 circuitelor, a lui Rojdestvenski 408 - 420
 — constantă a circuitelor 409
 căpturării magnetice 384
 — — de neechilibru a unui spectru 212
 — fantei largi 388
 Hartmann de focalizare optimă 171
 — interferențială cu trei canale 422
 Pierceni de studiu a dispersiei anormale 405
 — Rojdestvenski de determinare a puterii de
 separare 91
 — suprapunerii prin oglindire 121
 tablourilor de interferență 120
 Metode heterodinice 422
 - de obținere a unui strat absorbant 396
 Microfotometrare 350
 Microfotometre 349
 Microscop de măsură 325
 Moar 420
 Modulatoare cu două discuri 226
 Monocromator 74, 119
 - focal 125, 126
 - cu oglindă oscilatoare 220
 - cu prismă, cu optica din cuarț 120, 121
 - cu rețea de difracție 122 - 125
 Montaj Rowland 65
 Multiplex 205

 Obturator electrodinamic 226
 - electronic 221
 - electrostatic 226
 - electrooptic 227
 - cu etalon Kerr 227
 - magnetoelectric 226
 - magneto optic 228
 - mecanic 225, 226
 - optic 225
 - cu reflexie totală 227
 Oglinzi de curbură de straturilor de straturilor 270
 Optică de focalizare 111 - 114

Parametri ai fotomultiplicatorilor 364, 365
 Parametru de deformare 222
 Partea cu caseta a aparatelor 114, 115
 Perturbat de introducere de sistemul de recepție înregistrare în timpul explorării spectrului 221 - 224
 Plasmotron 303
 Plasmă 283
 Polarizator 75, 140, 303
 Populare inversă a nivelelor 31
 Pragul roșu al efectului fotoelectric 51
 Precizia măsurătorilor energetice 358
 Prismă 25
 — cu apă, a lui Harrison 43
 — , alinarea polarizatoare 39
 — cu autocolimație 45
 — Cornu 45
 — , dispersia 30
 — de deviație constantă, Abbe 45
 — Dove 231, 422
 — Féry 46
 — , măsura unghiulară 29, 30
 — , puterea de separare 32
 — Rutherford 44
 — cu vizare directă, Amici 44, 117
 Produs de convoluție 16
 Profunzime a liniilor de absorbție 379, 382, 393
 — de modulație 236
 Punerea la punct a caparilor interferometrului Rojdestvenski 415—417
 — a lentilelor de iluminare 164, 165
 — a sursei de lumină 164
 — a surselor slabe și pulsate 165, 166
 Putere de separare (de rezoluție) 22
 — a eșelonului Michelson 181, 182
 — a etalonului Fabry-Pérot 189 - 195
 — a lamei Lummer 178, 179
 — practică 80
 — a prismei 32 - 35
 după Rayleigh 22 - 34, 80
 a rețelei de difracție 137
 a SISAM-ului 238
 a spectrometrului Fourier 245
 temporală 224
 teoretică 22 - 24
 a etalonului interferențiu 209
 Răndament optic 135 - 137
 — echivalent 135
 Receptor de radiație 461
 Reconstrucția optică a unui spectru după o interferogramă 248
 Reflex a luminii în aparatele spectrale 102
 Refracția aerului 319 - 321
 Rețea 71
 Rețea de difracție 41
 — , alinarea focalizatoare 63
 — concavă 61 - 68
 — confecționarea 68
 — curățirea și montarea 71
 holografică 70
 prin reflexie 58
 transparentă 62 - 66
 Rețele 269

Rezoluție temporală 224
 Rezonanțele absorbției neelinare 451
 Sarcina Czeroy-Lurie 122 - 125, 132 - 134
 — Angle de montare a rețelei concave 61 - 67
 134
 — Ebert 122 - 125, 133
 — Paschen-Runge de montare a rețelei concave 65, 66, 134
 Schelene 304
 — laser 292
 Semilărgime a benzii de câștig 250
 a centrului de dispersie 296
 — Doppler 297
 — instrumental 18, 19, 87, 88, 222
 a factor spectral 17, 122
 Sensibilitate spectrală 33
 — a emulsiei fotografice 35 - 36
 — a fotocatodului 359
 — a metodei câștigelor 419
 de prag a amplificatorilor electrono-optici și a fotomultiplicatorilor 217, 363 - 368
 spectrală 337, 338
 Sisteme de prisme Frits 47
 — Lever 47
 — Young-Tollon 47
 din trei prisme, al lui Versterling 47
 Sisteme cu mai multe prisme 47, 48
 de prisme cu autocolimație 47, 48
 Wadsworth de deviație constantă 49
 Spectrocronografe 230—233
 Spectrofotometru 75, 140 - 145
 Spectrograf 73
 — cu autocolimație 67, 68
 — cu dispersie încrucișată 137
 — cu prismă 126 - 132
 — cu rețea de difracție 132
 — concavă 134
 — plană 132 - 134
 Spectrografe cu aparat de filmat 229
 Spectrometre Fourier 243—248
 Spectrometru 75
 — Hadamard 234
 — cu raster, al lui Girard 241
 Spectroproiector 226, 227
 Spectroscop de buzunar 117
 Spectroscop 75
 Spectroscop cu holografică 249, 250
 de mare viteză 211 - 214
 Spectru de absorbție 376 - 404
 — calculat 205
 — de referință 321
 — standard 353
 — sigmoidic 343
 Stativ pentru senzor 360
 Stilograf 75, 117 - 119
 Stiloscop 75, 117 - 119
 Străluțire a imaginii 146, 147
 — integrală 10, 295
 — a liniilor spectrale 294, 295
 spectrală 10
 a sursei 9, 148
 Suprafață focală 76
 — , calculul înălțării 77

Sursa spațială lipsită de absorbție proprie 150
— cu absorbție proprie 151

Surse de lumină 284-285

— distribuția spectrală a strălucirii 284

— de joasă presiune 291

— pulsate 291

— stabilitatea 285

— spectre de linie 291-311

— de spectru continuu 286-292

Temperatură de culoare 287

— efectivă de excitație 275

— de strălucire 287

Tensiune a vaporilor elementelor 399-401

Termostatare a aparatelor 108

Transformatori electrono-optici 214-218

— — dubli 221

Transmisia aparatelor spectrale 98

etalonului 1, rev. 188, 195, 196;
filtrilor 255

de absorbție 268

interferențiale 281

cu heliu 263, 264

cu semiconductori 267

din sticlă 258-259

filtrului Lyot 281

Carstensen 275

multiplexului 206

Tab de descărcare Meggers 358

Ungh. Brewster 30

de deviație nominală 28, 29

de difracție 40

de refracție al prismei 27

Valoare de prag a curentului înregistrat 363

Violetare 158

CUPRINS

Prefață la ediția în limba română	3
Prefață la ediția a doua	7
În prefața la ediția întâi	8
Introducere	9
§ 1. Măsurile măsurate	9
§ 2. Caracteristicile aparatelor spectrale	11
§ 3. Lărgirea liniilor spectrale produsă de aparatul spectral	12
Conturul instrumental (12). Sem lărgimii liniilor spectrale (17). Eliminarea conturului instrumental (reducerea) în aparatul ideal (20). Puterea de rezoluție (de separare) (21)	
Capitolul 1 Prisma	21
§ 1. Elementele prismei și materiale optice	23
§ 2. Refracția în planul secțiunii principale	27
Unghiul limită (27). Unghiul de deviație minimă (28). Mărirea unghiulară a prismei (29)	
§ 3. Dispersia prismei	30
Deducerea formulei dispersiei (30). Dispersia unui sistem de prisme (31)	
§ 4. Puterea de rezoluție a unei prismei	32
Puterea de rezoluție teoretică (32). Influența absorbției asupra puterii de separare a prismei (35). Defectele de fabricație ale prismelor și puterea de separare (36)	
§ 5. Pierderile de lumină prin reflexie și efectul de polarizare a prismei	37
§ 6. Astigmatismul și curbarea liniilor spectrale	38
Astigmatismul unei prismei (39). Curbarea liniilor spectrale (41)	
§ 7. Tipuri de prisme	43
Prisme lichide (43). Prisma lui Rutherford (44). Prisma cu deviere directă Amici (44). Prisma cu deviație constantă Dove (45). Prisma Cornu (45). Prisma cu autocolimație (prisma Littrow) (45). Sisteme cu deviație constantă (46). Prisma Fery (46). Sisteme cu mai multe prisme (47)	
Capitolul 2 Rețeaua de difracție	49
§ 1. Construcția rețelei și principalele ei proprietăți	49
Principiul de funcționare (49). Spectrele de diferite ordine (49). Puterea de separare (50). Dispersia (51). Suprapunerea spectrelor de difracție de diferite ordine (51)	
§ 2. Conturul instrumental	52
Rețeaua de difracție prin transparență (52). Rețeaua de difracție prin reflexie (56). Randamentul rețelei de difracție (58)	
§ 3. Curbarea liniilor spectrale	53
§ 4. Rețele concave	61
Principiul de funcționare (61). Astigmatismul rețelei (64). Scheme de montaj cu rețea concavă (65)	
§ 5. Tehnologia de realizare a rețelelor și exploatarea lor	68
Realizarea rețelelor (68). Curățarea și recondiționarea rețelelor (71). Replică (71)	

Capitolul 3. Clasificarea aparatelor spectrale și principalele lor caracteristici	73
§ 1. Tipuri de aparate spectrale	73
Spectrograful (73). Monocromatorul (74). Spectroscopul Stiloscopul (75). Stilometru (75). Spectrometrul (75). Spectrofotometrul (75). Termometrul și piranometrul (75).	
§ 2. Parametrii aparatelor cu prismă și al aparatelor cu rețea de difracție	76
Caracteristici de bază (76). Dimensiunile geometrice (76). Suprafața focală (76). Grosimea aparatelor spectrale (79). Astigmatismul și curbarea liniilor spectrale (81).	
§ 3. Dispersia	86
§ 4. Puterea de separare	86
Puterea de separare practică (86). Puterea de separare și lărgimea fantei (87). Puterea de separare și dispersia (89). Evaluarea puterii de separare practice (90).	
§ 5. Luminozitatea aparatelor spectrale	91
Luminozitatea Relația dintre luminozitate și puterea de separare a unui monocromator (95). Luminozitatea unui spectrograf (96). Compararea luminozităților aparatelor cu rețea cu luminozitatea aparatelor cu prismă (97).	
§ 6. Transmisia unui aparat spectral	98
Parametrii prin disorție (99). Pierderea prin difuzie și separare a luminii (99). Pierderile prin difuzia luminii (101). Lumina reflectată și lumina difuzată dintr-un aparat spectral (102). Fenomenele de interferență din aparate (103).	
§ 7. Criteriile de comparare a aparatelor spectrale	104
§ 8. Deplasarea termică și defocalizarea liniilor spectrale	105
Capitolul 4. Aparate spectrale	109
§ 1. Elementele constructive ale aparatelor spectrale cu prismă și cu rețea de difracție	109
Fanta (109). Optica de focalizare (111). Subansamblul casetei (111). Bancul optic și călărețul (113). Socul și corpul aparatului (115). Dispozitivele pentru determinarea lungimilor de undă (116). Diafragma Hartmann (116).	
§ 2. Aparate pentru observații vizuale	117
Spectroscoape de buzunar (117). Stiloscoape și stilometre (118).	
§ 3. Monocromatoarele	119
Monocromatoare duble (119). Monocromatoare cu prismă și cu lentile (120). Monocromatoare cu prismă și cu ughiași (121). Monocromatoare cu rețea de difracție (122). Monocromatorul focal (125).	
§ 4. Spectrografele	126
Aparate cu prismă, pentru domeniul vizibil (127). Spectrografe cu prismă pentru domeniul ultraviolet (129). Spectrografe cu rețea de difracție plană (132). Spectrografe cu rețea de difracție concavă (134). Procedeul de separare a ordinelor (134). Spectrografe cu dispersie încreștată (137).	
§ 5. Aparate cu înregistrare fotoelectrică	137
Aparate cu un singur canal (138). Aparatele multicanal (139). Spectrofotometre (142).	
Capitolul 5. Iluminarea și focalizarea aparatelor spectrale	146
§ 1. Iluminarea aparatelor spectrale	146
Străluțirea unui obiect și a imaginii lui (146). Iluminarea fantei cu o sursă incoerentă (148). Iluminarea fantei cu o sursă care are un câmpul vizibil (149). Iluminarea coerentă și deplasarea coerentă a unei fante (152).	
§ 2. Condensori	153
Condensorul format dintr-o singură lentilă (154). Condensor cu optice (155). Obținerea spectrelor locale (156). Iluminarea uniformă a spectrului (156). Vănetura (158). Condensori cilindrici și condensori sferici (159). Condensorul format din trei lentile (160). Condensori cu raster (161).	
§ 3. Conductori de lumină și optica fibrelor	163

§ 4. Punerea la punct a sursei și a sistemului de iluminare	164
Punerea la punct a sursei de lumină (164). Punerea la punct a lentilelor de iluminare (164).	
Punerea la punct a surselor slabe și a surselor în impulsuri (165). Fixarea lărgimii fantei (166).	
§ 5. Focalizarea aparatului spectral	166
Alegerea sursei și a sistemului de iluminare (167). Punctul focalizării (168). Criteriile de focalizare optimă (169). Focalizarea spectrografelor cu prismă (172). Focalizarea aparate- lor cu rețea de difracție plană (173). Focalizarea aparatelor cu rețea concavă (173). Fo- calizarea aparatelor cu receptori fotoelectrici (174).	
Capitolul 6. Aparate de înaltă putere de separare	176
1. Tipurile de aparate de înaltă putere de separare și principalele lor proprietăți	176
Principiul de funcționare (176). Lama Lummer (177). Eșeloniul Michelson (180). Etalonul Fabry-Pérot (184).	
§ 2. Principalele caracteristici ale etalonului Fabry-Pérot	185
Dispersia (185). Constanta etalonului (186). Funcția de aparat (187). Puterea de separare (190). Funcția de aparat și puterea de separare a unui etalon real (192). Luminanșitatea (194).	
§ 3. Tipuri și variante constructive de etaloane și metodele de lucru cu ele	197
Construcția etalonului (197). Punerea la punct (198). Influența temperaturii asupra contu- rului instrumental (200). Cuplarea etalonului cu un aparat spectral suplimentar (201). Înregistrarea fotoelectrică a radiației transmise de etalon (202). Înregistrarea proceselor foarte rapide (203). Analiza spectrelor de absorbție (205). Etalonul multiplu (multiplexul) (205). Schema cu autocolinație (206). Etalonul sferic (208).	
Capitolul 7. Aparate spectrale cu rezoluție temporală	211
§ 1. Metodele și limitele spectroscopiei ultrarapide	211
§ 2. Clasificarea aparatelor spectrale cu rezoluție temporală	212
§ 3. Convertori și amplificatori de lumină electrono-optici	214
§ 4. Spectrometre cu exploatarea prin baleiaj a spectrului	218
Explorarea spectrului prin rotația sau oscilația elementului dispersiv (218). Explorarea spectrului prin deplasarea fantei de intrare sau a fantei de ieșire (219). Explorarea spectrului prin rotirea sau oscilația oglinzilor (220). Explorarea electrono-optică a spec- trului (221). Obturator electronic pentru obținerea spectrelor proceselor cu repetare multiplă (221). Distorsiunile introduse de sistemul receptor, de înregistrare, cu ocazia explorării spectrului (221).	
§ 5. Montaje pentru obținerea unor spectre stigmatice, separate în timp	225
Obturatoare mecanice (225). Obturatoare electrooptice (227). Obturatoare magneto- optice (228). Convertorii electrono-optici folosiți ca obturatori (228). Spectrografe cu aparat de filmat (229).	
§ 6. Spectrocronografe	230
Capitolul 8. Aparate spectrale cu modulație selectivă. Spectrometrul Hadamard	234
§ 1. Aparate cu modulația selectivă a amplitudinii	235
SISAM (235). Puterea de separare a SISAM-ului (238). Factorul geometric al SISAM-ului (239). SISAM-ul C.I-101 (239). Spectrometrul cu raster al lui Girard (241).	
§ 2. Spectrometre Fourier	243
Principiul de funcționare (243). Spectrometrul Fourier de tipul HT-69 (245). Spectro- metrele Fourier FS-720/820 (247). Înregistrarea fotografică în spectroscopia Fourier (247). Pseudointerferometrul (248). Reconstituirea optică a spectrului după o interfero- gramă (248). Înregistrarea fotoelectrică a hologramelor spectrale și transformarea Fourier optică (250). Spectrometrul Hadamard (250).	
Capitolul 9. Filtrele optice	253
§ 1. Proprietățile generale ale filtrelor optice	253
§ 2. Filtre de absorbție	254

Filtrele optice de sticlă (256). Filtre optice lichide (261). Filtre optice de absorbție gazease (265). Filtre din semiconductori (267). Filtrele optice din gelatină și din alte materiale organice (268). Modificarea proprietăților filtrelor de absorbție sub acțiunea căldurii și a radiației (268). Rețele (269).	
§ 3. Filtrele reflectante	269
Pelicle metalice (269). Oglinzi dielectrice multistrat (270).	
§ 4. Filtrele interferențiale	271
Filtre interferențiale reflectante (274). Filtrele interferențiale pe bază de reflexie totală (274).	
§ 5. Filtre de dispersie	275
Filtrele Christiansen (275). Filtrele optice Brumberg (276).	
§ 6. Filtre interferențiale de polarizare	277
Filtrele Wood (277). Dependența de temperatură a lungimii de undă a maximumului de transmisie (279). Apertura filtrului și gradul de precizie cu care trebuie prelucrată suprafața (280). Filtrele Lyot (281). Variația lungimii de undă a transmisiei (282).	
Capitolul 10. Surse de lumină	284
§ 1. Proprietăți fundamentale	284
§ 2. Surse cu spectru continuu	286
Surse termice (286). Lampa cu hidrogen (288). Arcul (290). Surse pulsate cu spectru continuu (291). Scinteia laser (292). Radiația sincrotronică și radiația Vavilov-Cerenkov (292).	
§ 3. Surse de spectru de linii	293
Parametrii și relațiile de bază (293). Lărgimea liniilor spectrale (295). Arcul (298). Arcul de curent alternativ (302). Plasmatroanele (303). Scinteia (304). Surse de joasă presiune (306). Descărcarea luminescentă (306). Descărcarea de înaltă frecvență (307). Catodul cavității (309). Fasciculul atomic (310). Lampa de rezonanță (311). Laserele (311). Fasciculul-pelicle (315).	
Capitolul 11. Măsurarea lungimilor de undă	315
§ 1. Etaloane de lungimi de undă ale liniilor spectrale	315
Etalonul primar de lungimi de undă (315). Etaloane secundare (316).	
§ 2. Influența refracției aerului asupra măsurării lungimilor de undă	319
Relația dintre lungimile de undă în aer și în vid (319). Măsurarea lungimilor de undă în condiții care se deosebesc de condițiile standard (319).	
§ 3. Măsurători fotografice ale lungimilor de undă	321
Spectrul de referință (321). Măsurarea lungimilor de undă după distanțele de pe placa fotografică (322). Interpolarea liniară (323). Formula lui Hartmann (324). Interpolarea cu ajutorul unor arce de parabolă (324).	
§ 4. Aparatele de măsură și tehnica măsurătorilor	325
Aparatele de măsură (325). Fixarea și iluminarea spectrogramelor (327). Stabilirea mărimii (328). Reducerea influenței granulației (328). Tehnica măsurătorilor (328).	
Capitolul 12. Măsurători energetice în spectru	331
§ 1. Tipuri de receptori de radiație	331
§ 2. Proprietățile emulsiilor fotografice	332
Densitatea de înregistrare a emulsiei fotografice (332). Sensibilitatea straturilor fotografice (335). Variația sensibilității stratului (336). Sensibilitatea spectrală (337). Dependența densității de înregistrare de modul de prelucrare a stratului (339). Efectul naturii imaginii (340). Hazele (340). Granulația emulsiei (342).	
§ 3. Înregistrarea mărcilor de înregistrare	344
Construcția curbei caracteristice (344). Atenuatorul în trepte (344). Variația lărgimii fentei (346). Sectorul în trepte (346). Diafragmele și alte procedee de înregistrare a mărcilor de înregistrare (347).	
§ 4. Măsurarea înregistrărilor	347

Microfotometre (349). Microfotometrarea (350).	
§ 5. Fotometria fotografică	352
Fotometria monocromatică (352). Considerarea fondului (354). Compararea unei linii slabe cu o linie intensă (355). Obținerea curbelor caracteristice prin fotometrie monocromatică (355). Fotometria heterocromatică (356). Măsurători absolute (357). Precizia măsurătorilor energetice (358).	
§ 6. Celule fotoelectrice și contoare de fotoni	358
Celula fotoelectrică cu vid (358). Caracteristicile spectrale (358). Sensibilitatea fotocathodului (359). Celule fotoelectrice și contoare cu gaz (360).	
§ 7. Fotomultiplicatori și fotodiode	361
Emisia electronică secundară (361). Construcția fotomultiplicatorilor și caracteristicile lor (361). Coeficientul de amplificare (362). Sensibilitatea fotomultiplicatorilor (363). Scheme de conectare a fotomultiplicatorilor (368). Fotomultiplicatorul în regim de contor de fotoni (368). Fotodiode (369).	
§ 8. Măsurarea foto curenților	371
§ 9. Avantajele și dezavantajele metodelor fotografice și fotoelectrice	374
Capitolul 13. Studiul spectrelor de absorbție	376
§ 1. Observarea spectrelor de absorbție	376
§ 2. Caracteristicile principale ale spectrelor de absorbție de linii și particularitățile analizei lor experimentale	378
Caracteristicile principale ale liniilor de absorbție (378). Erorile de măsură (380). Particularitățile măsurării parametrilor liniilor de absorbție (382). Condițiile pe care trebuie să le satisfacă puterea de separare (383). Măsurarea caracteristicilor integrale ale liniilor de absorbție (385).	
§ 3. Surse de erori sistematice în măsurarea liniilor de absorbție	390
Lumina difuză și caracteristicile ei (390). Corecții pentru difuzia neselectivă (392). Difuzia monocromatică (394). Evaluarea ariilor unei linii (395).	
§ 4. Metode de obținere a unui strat absorbant	396
Cuvele (396). Cuptoarele (402). Alte procedee de obținere a unei coloane de vapori absorbante (404).	
Capitolul 14. Metodele de studiu al dispersiei anormale	405
§ 1. Metoda lui Paccianti	405
§ 2. Metoda cirligelor	408
Descrierea metodei (408). Formulele de lucru (409). Erorile metodei cirligelor (412). Interferometrul (413). Punerea la punct a tabloului de interferență (415). Punerea la punct a capurilor interferometrului (415). Lame care se introduc în interferometru, pentru formarea cirligelor (417). Metoda cirligelor în cazul în care există un gradient transversal al concentrațiilor atomilor (418). Mărirea sensibilității metodei cirligelor (419).	
§ 3. Alte metode de studiu al dispersiei	420
Metoda superpoziției tablourilor de interferență, obținute din spectru (420). Metoda superpoziției prin oglindire (421). Metoda interferenței a trei raze (422).	
Capitolul 15. Spectroscopia laser	425
§ 1. Laseri cu frecvență acordabilă	425
§ 2. Aplicații analitice	427
Analiza de emisie (427). Analiza prin fluorescență (427). Analiza de absorbție (428). Difuzia combinată (429).	
§ 3. Utilizarea laserilor în spectroscopia experimentală	430
Metodele heterodinice în spectroscopie (430). Spectroscopia laser de înaltă rezoluție (431). Spectroscopia neliniară de ultrasunete rezoluție (431). Difuzia radiației laser în plasmă (433).	
Bibliografie	443
Index	449

Redactor: VIRGIL SPULBER
Tehnoredactor: CONSTANTIN IORDACHE

Coli de tipar: 29,5. Bun de tipar 26.01.1984



c. 225 I. P. Informația
Str. Brezoianu nr. 23-25
București